TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE CANON MEDICAL SYSTEMS

ANTES TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS

Bogotá, D.C. - Carrera 18A No. 103 - 47 • **PBX**. +571 805 3992
Cel. + 57 310 287 0188 • 310 206 0902 • 313 806 4683
E-mail: servicio.tecnico@topmedical.com.co
Bucaramanga: +57 310 323 6233
Cali: +57 310 206 0770 • **Medellín:** +57 310 267 0551

ANGIÓGRAFO

Cod: R-STE-011
Versión: 5

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente	Teléfono
Funcionario / Contacto	Cargo

CARÁCTER

Garantía ☐ Contrato ☐ Factura ☐ Otro ☐

Ingeniero	Ciudad/Municipio	Fecha (Dia/Mes/año)

Ubicación:	Marca:	Modelo:	Serie:

ACTIVIDADES	O.K.	N.A.
CAS _____(Soporte brazo C, brazo en C, Detector de Panel Plano o intensificador de Imagen, Carro de Movimiento Longitudinal y Lateral del brazo en C, Rieles)		
Chequear y limpiar el exterior de todas las partes que componen el CAS (mangueras y cubiertas).		
Chequeo de switch de control o hyper-handle (consola de la mesa)		
Chequeo de operación básica de soporte de la C y del mecanismo de rotación		
Chequeo y limpieza de los frenos magnéticos del carro y soporte de la C.		
Chequeo de los tornillos de anclaje del soporte cielitico		
Chequeo de los bloqueos mecánicos		
Chequeo del motor de rotación de la C (LAO/RAO).		
Chequeo del reductor de velocidad de rotación de la C.		
Chequeo del lubricante de la cadena de rotación de la C.		
Chequeo del potenciómetro y encoder de rotación de la C.		
Chequeo y limpieza de rieles cieliticos y suspensión cielitica de monitores.		
Chequeo de motor de movimiento longitudinal. (Si aplica)		
Chequeo del lubricante de la cadena de movimiento longitudinal (Si aplica)		
Chequeo de motor de movimiento lateral. (Si aplica)		
Chequeo de motor de movimientos craneal y caudal de la C.		
Chequeo del reductor de velocidad de movimientos craneal y caudal de la C.		
Chequeo y limpieza de superficie de apoyo de rodamientos de movimiento craneal y caudal (CRA/CAU).		
Chequeo de los movimientos del detector de panel plano o del intensificador de Imagen.		
Chequeo de la correa de movimientos del FPD o intensificador de imagen.		
Chequeo de potenciómetro y encoder del movimientos del FPD o intensificador de imagen.		
Chequeo ventiladores del detector de panel plano.		
Chequeo de nivel y PH del refrigerante en la unidad intercambiadora de calor del detector FPD.		
Chequeo y limpieza monitores sala de procedimiento.		
DFP-8000D / DFP-8000A / DFP-8000B		
Chequeo y limpieza interior de la unidad DFP y unidad CCB.		
Chequeo y limpieza de monitores, teclado, mouse y consola principal.		
Chequeo tarjetas de procesamiento.		
Chequeo cables y conectores.		
Chequeo y limpieza unidad de control del detector de panel plano (Command Processor).		
Chequeo voltaje de entrada AC.		
Chequeo voltajes DC.		
Chequeo y limpieza unidades de CD y DVD.		
Chequeo y limpieza del RAID		
(GENERADOR DE RAYOS) XTP-8100G / XTP-8100 X G		
Chequeo voltajes de entrada al Generador.		
Chequeo y limpieza interior de los gabinetes del Generador.		
Chequeo ventiladores de los gabinetes de control.		
Chequeo de ventiladores de los gabinetes de control.		
Chequeo y limpieza unidad de control del detector de panel plano (Command Processor).		
Verificación y/o ajuste de corrientes de filamento del tubo de Rayos X.		
Chequeo escapes de aceite en el tubo de Rayos X.		
Chequeo escapes de aceite en el radiador.		
Chequeo rotor.		
Chequeo terminales de alta tensión en el tubo de Rayos X.		
Chequeo terminales de alta tensión en los tanques de alto voltaje.		
(MESA DE PROCEDIMIENTOS) CAT-850B / CAT-880B		
Chequeo movimientos de la mesa.		
Chequeo tornillos de anclaje de la mesa.		
Chequeo motor movimiento vertical.		
Chequeo correa de transmisión.		
Chequeo sensores de movimiento.		
Chequeo y limpieza frenos magnéticos movimiento longitudinal de la mesa.		
Chequeo y limpieza de cubiertas.		
Lubricación guías de movimientos longitudinal y transversal.		
Chequeo tensión de la cadena del movimiento horizontal.		
Chequeo conexión cables.		
Chequeo ruidos en los movimientos de la mesa.		
Chequeo limites vertical y horizontal.		
Chequeo switch de pie.		
IMAGEN		
Verificación y/o ajuste de parámetros de imagen.		
Chequeo calidad de imagen Fluoroscopia, DA y DSA.		
Ajuste de imagen con pacientes.		
ESTACIÓN DE TRABAJO		
Limpieza y chequeo de funcionamiento de las estaciones Angio Workstation y/o CV-3D.		
Limpieza y chequeo de funcionamiento de la estación VITREA.		
Chequeo de conexiones.		
Verificación y/o ajuste de 3D Vascular.		

impresores ltda • TEL. 466 0896 / 0957

Observaciones

Hora de Llegada: _____ Hora de Salida _____

TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. **FIRMA CLIENTE** **Vo.Bo. Servicio Técnico**