CONTRATO NÚMERO: 1.220.12.14-0457 **FECHA:** 10 de agosto de 2023

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: Secretaria de Salud Departamental

CONTRATISTA: LABORATORIO ELECTROMECANICO QTEST S.A.S.

VALOR: ($3.710.000) TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 3500009022 del 28 de marzo de 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL: 4500037306 del 22 de agosto de 2023

FUENTE DE FINANCIACIÓN:

1-2003/1106/2320202008/3050103050060000/PI30-102087/1/4/01/27: S.G.P SALUD-CSF/SECRETARIA DE SALUD/Servicios prestados a las empresas y servicios de/ Vigilancia Epidemiológica/ Realizar la calibración a los equipos e instrumentos del Laboratorio DEPTAL DE SALUD PUBLICA.

PLAZO: 31 de diciembre de 2023

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Luz Natalia Espinosa Moya

OBJETO: Servicios de calibración de equipos de laboratorio de salud pública dep del valle en las magnitudes temperatura humedad relativa volumen masa espectrofotometría potencial de hidrogeno PH y conductividad con un laboratorio de calibración acreditado en la norma ISO/IEC 17025:2017 por el organismo nacional de acreditación de Colombia en las magnitudes requeridas e intervalos de medición relacionados en este estudio previo para cada equipo y la expedición del certificado de calibración.

Los suscritos LUZ NATALIA ESPINOSA MOYA identificado con cédula de ciudadanía número

52.220.600, actuando como **SUPERVISOR** o **INTERVENTOR**, CLAUDIA PATRICIA BETANCUR JIMENEZ representante legal de LABORATORIO ELECTROMECANICO QTEST S.A.S., identificado con cédula de ciudadanía número 43.590.145, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones del Laboratorio de Salud Pública Departamental, con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

La empresa LABORATORIO ELECTROMECANICO QTEST S.A.S. ejecutó al 100% el presente contrato dando mérito al cumplimiento de servicio de calibración de equipos de laboratorio de salud pública dep del valle en las magnitudes temperatura humedad relativa volumen masa espectrofotometría potencial de hidrogeno PH y conductividad con un laboratorio de calibración acreditado en la norma ISO/IEC 17025:2017 por el organismo nacional de acreditación de Colombia en las magnitudes requeridas e intervalos de medición relacionados en este estudio previo para cada equipo y la expedición del certificado de calibración.


RELACIÓN DE PRESENTE FACTURA

Ítem	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor ofertado
1	VS55500301	CALIBRACION NACIONAL PCC 50315 PROCESO MINIMA CUANTIA 1.220.02-12.14-415-2023 TIEMPO Y FRECUENCIA ROTACIONAL	Unidad	1	$3.117.647
				TOTAL BRUTO	$3.117.647

IVA 19%	$592.353
TOTAL	$3.710.000

El Contratista **LABORATORIO ELECTROMECANICO QTEST S.A.S.** ha cumplido a satisfacción con la ejecución, cumpliendo con los requisitos mínimos estipulados en el pliego del contrato de acuerdo a la programación del mismo.

Evidencias fotográficas



REPORTES DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 1

RC- SC819-11

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA: Temporizador digital
Marca: Fisherbrand
Modelo: 06-662-3
S/N: 192304895
ID interno: APA-050

INTERVALO DE MEDICIÓN: Ver resultados de calibración

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE: Secretaría de Salud del Valle del Cauca-Laboratorio de Salud Pública Departamental
Carrera 1B N° 4-30
Cali - Valle del Cauca

PÁGINAS DEL REPORTE: 1

FECHA DE RECEPCIÓN: 2023 - 10 - 11

FECHA DE CALIBRACIÓN: 2023 - 10 - 19

REALIZÓ CALIBRACIÓN: Pilar Alzate
Especialista Laboratorio de Calibración

2023 - 10 - 31
Fecha de emisión

Este Reporte de Calibración aplica solo para el equipo aquí identificado y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en este reporte de calibración.

Reportes de Calibración sin firma no son válidos

Mª Alejandra G.

Aprobó
Nombre: Alejandra Giraldo
Cargo: Analista de Laboratorio

Qtest

REPORTES DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 3
RC- 50315-07

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA	Temporizador digital Marca: VWR Modelo:62344-912 S/N: 200624736 ID interno: AFA-057
INTERVALO DE MEDICIÓN	Ver resultados de calibración
INFORMACIÓN DEL CLIENTE	Secretaría de Salud del Valle del Cauca-Laboratorio de Salud Pública Departamental Carrera 76 N° 4-30 Cali- Valle del Cauca
PÁGINAS DEL REPORTE	3
FECHA DE RECEPCIÓN	2023 - 09 - 11
FECHA DE CALIBRACIÓN	2023 - 09 - 15
REALIZÓ CALIBRACIÓN	Pilar Alzate Especialista Laboratorio de Calibración

Este Reporte de Calibración aplica solo para el equipo aquí identificado y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en éste reporte de calibración.

Reportes de Calibración sin firma no son válidos.

2023 - 10 - 02
Fecha de emisión

Mª Alejandra G.

Aprobó
Nombre: Alejandra García
Cargo: Analista de Laboratorio

REPORTES DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 3
RC- 50315-09

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA	Temporizador digital Marca: Control Company Modelo: 62544-912 S/N: 200624760 ID interno: AFA-058
INTERVALO DE MEDICIÓN	Ver resultados de calibración
INFORMACIÓN DEL CLIENTE	Secretaría de Salud del Valle del Cauca-Laboratorio de Salud Pública Departamental Carrera 76 N° 4-30 Cali- Valle del Cauca
PÁGINAS DEL REPORTE	3
FECHA DE RECEPCIÓN	2023 - 10 - 11
FECHA DE CALIBRACIÓN	2023 - 10 - 18
REALIZÓ CALIBRACIÓN	Pilar Alzate Especialista Laboratorio de Calibración

Este Reporte de Calibración aplica solo para el equipo aquí identificado y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en éste reporte de calibración.

Reportes de Calibración sin firma no son válidos.

2023 - 10 - 31
Fecha de emisión

Mª Alejandra G.
Aprobó
Nombre: Alejandra García
Cargo: Analista de Laboratorio

REPORTES DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 3
RC- 50315-12

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA	Temporizador digital Marca: Fisherbrand Modelo: 06-662-3 S/N: 192404869 ID interno: CD-005
INTERVALO DE MEDICIÓN	Ver resultados de calibración
INFORMACIÓN DEL CLIENTE	Secretaría de Salud del Valle del Cauca-Laboratorio de Salud Pública Departamental Carrera 76 N° 4-30 Cali- Valle del Cauca
PÁGINAS DEL REPORTE	3
FECHA DE RECEPCIÓN	2023 - 10 - 11
FECHA DE CALIBRACIÓN	2023 - 10 - 19
REALIZÓ CALIBRACIÓN	Pilar Alzate Especialista Laboratorio de Calibración

Este Reporte de Calibración aplica solo para el equipo aquí identificado y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en éste reporte de calibración.

Reportes de Calibración sin firma no son válidos.

2023 - 10 - 31
Fecha de emisión

Mª Alejandra G.
Aprobó
Nombre: Alejandra García
Cargo: Analista de Laboratorio

REPORTES DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 4
RC- 50315-01

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA	Tacómetro Marca: Fisherbrand Modelo: 24013 S/N:192412521 ID interno: CO-032
INTERVALO DE MEDICIÓN	Ver resultados de calibración
INFORMACIÓN DEL CLIENTE	Secretaria de Salud del Valle del Cauca-Laboratorio de Salud Pública Departamental Carrera 76 N° 4-50 Cali- Valle del Cauca
PÁGINAS DEL REPORTE	4
FECHA DE RECEPCIÓN	2023 - 09 - 11
FECHA DE CALIBRACIÓN	2023 - 09 - 20
REALIZÓ CALIBRACIÓN	Pilar Alzate Especialista Laboratorio Calibraciones

Este Reporte de Calibración aplica solo para el equipo aquí identificado y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en éste reporte de calibración.

Reportes de Calibración sin firma no son válidos.

2023 - 10 - 02
Fecha de emisión

Mª Alejandra G.
Aprobó
Nombre: Aleiandra Garcia
Cargo: Analista de Laboratorio

REPORTES DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 3
RC- 50315-04

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA Temporizador digital
Marca: THOMAS SCIENTIFIC
Modelo: 1229S18
S/N:160848416
ID interno: MC-134

INTERVALO DE MEDICIÓN Ver resultados de calibración

INFORMACIÓN DEL CLIENTE Secretaría de Salud del Valle del Cauca-Laboratorio de Salud Pública Departamental
Carrera 76 N° 4-30
Cali- Valle del Cauca

PÁGINAS DEL REPORTE 3

FECHA DE RECEPCIÓN 2023 - 09 - 11

FECHA DE CALIBRACIÓN 2023 - 09 - 14

REALIZÓ CALIBRACIÓN Pilar Alzate
Especialista Laboratorio de Calibración

Este Reporte de Calibración aplica solo para el equipo aquí identificado y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en éste reporte de calibración.

Reportes de Calibración sin firma no son válidos.

2023 - 10 - 02
Fecha de emisión

Mª Alejandra G.
Aprobó
Nombre: Alejandra García
Cargo: Analista de Laboratorio

REPORTES DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 3
RC- 50315-13

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA	Temporizador digital Marca: Fisher Scientific Modelo: 14-649-11 S/N: 221372202 ID interno: MC-135
INTERVALO DE MEDICIÓN	Ver resultados de calibración
INFORMACIÓN DEL CLIENTE	Secretaría de Salud del Valle del Cauca-Laboratorio de Salud Pública Departamental Carrera 76 N° 4-50 Cali- Valle del Cauca
PÁGINAS DEL REPORTE	3
FECHA DE RECEPCIÓN	2023 - 10 - 11
FECHA DE CALIBRACIÓN	2023 - 10 - 19
REALIZÓ CALIBRACIÓN	Pilar Alzate Especialista Laboratorio de Calibración

Este Reporte de Calibración aplica solo para el equipo aquí identificado y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en éste reporte de calibración.

Reportes de Calibración sin firma no son válidos.

2023 - 10 - 31
Fecha de emisión

Mª Alejandra G.
Aprobó
Nombre: Alejandra García
Cargo: Analista de Laboratorio

REPORTES DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 3
RC- 50315-02

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA	Temporizador digital Marca: FISHER SCIENTIFIC Modelo: 06-662-3 11705873 S/N: 170325346 ID interno: MC-136
INTERVALO DE MEDICIÓN	Ver resultados de calibración
INFORMACIÓN DEL CLIENTE	Secretaría de Salud del Valle del Cauca-Laboratorio de Salud Pública Departamental Carrera 76 N° 4-30 Cali- Valle del Cauca
PÁGINAS DEL REPORTE	3
FECHA DE RECEPCIÓN	2023 - 09 - 11
FECHA DE CALIBRACIÓN	2023 - 09 - 13
REALIZÓ CALIBRACIÓN	Pilar Alzate Especialista Laboratorio de Calibración

Este Reporte de Calibración aplica solo para el equipo aquí identificado y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en éste reporte de calibración.

Reportes de Calibración sin firma no son válidos.

2023 - 10 - 02
Fecha de emisión

Mª Alejandra G.

Aprobó
Nombre: Alejandra García
Cargo: Analista de Laboratorio

REPORTES DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 3
RC- 50315-08

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA	Temporizador digital Marca: FISHERBRAND Modelo: 06-662-3 S/N: 170746929 ID interno: PA-50
INTERVALO DE MEDICIÓN	Ver resultados de calibración
INFORMACIÓN DEL CLIENTE	Secretaría de Salud del Valle del Cauca-Laboratorio de Salud Pública Departamental Carrera 76 N° 4-30 Cali- Valle del Cauca
PÁGINAS DEL REPORTE	3
FECHA DE RECEPCIÓN	2023 - 10 - 11
FECHA DE CALIBRACIÓN	2023 - 10 - 13
REALIZÓ CALIBRACIÓN	Pilar Alzate Especialista Laboratorio de Calibración

Este Reporte de Calibración aplica solo para el equipo aquí identificado y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en éste reporte de calibración.

Reportes de Calibración sin firma no son válidos.

2023 - 10 - 31
Fecha de emisión

Mª Alejandra G.
Aprobó
Nombre: Alejandra García
Cargo: Analista de Laboratorio

REPORTES DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 3
RC- 50315-05

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA	Temporizador digital Marca: FISHER SCIENTIFIC Modelo: 06-662-3 11705873 S/N:192404339 ID interno: RC-082
INTERVALO DE MEDICIÓN	Ver resultados de calibración
INFORMACIÓN DEL CLIENTE	Secretaría de Salud del Valle del Cauca-Laboratorio de Salud Pública Departamental Carrera 76 N° 4-30 Cali- Valle del Cauca
PÁGINAS DEL REPORTE	3
FECHA DE RECEPCIÓN	2023 - 09 - 11
FECHA DE CALIBRACIÓN	2023 - 09 - 15
REALIZÓ CALIBRACIÓN	Pilar Alzate Especialista Laboratorio de Calibración

Este Reporte de Calibración aplica solo para el equipo aquí identificado y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en éste reporte de calibración.

Reportes de Calibración sin firma no son válidos.

2023 - 10 - 02
Fecha de emisión

Mª Alejandra G.

Aprobó
Nombre: Alejandra García
Cargo: Analista de Laboratorio

REPORTES DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 3
RC- 50315-03

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA	Temporizador digital Marca: FISHERBRAND Modelo: 06-662-3 S/N: 170746928 ID interno: VI-051
INTERVALO DE MEDICIÓN	Ver resultados de calibración
INFORMACIÓN DEL CLIENTE	Secretaría de Salud del Valle del Cauca-Laboratorio de Salud Pública Departamental Carrera 76 N° 4-50 Cali- Valle del Cauca
PÁGINAS DEL REPORTE	3
FECHA DE RECEPCIÓN	2023 - 09 - 11
FECHA DE CALIBRACIÓN	2023 - 09 - 13
REALIZÓ CALIBRACIÓN	Pilar Alzate Especialista Laboratorio de Calibración

Este Reporte de Calibración aplica solo para el equipo aquí identificado y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en éste reporte de calibración.

Reportes de Calibración sin firma no son válidos.

2023 - 10 - 02
Fecha de emisión

Mª Alejandra G.

Aprobó
Nombre: Alejandra García
Cargo: Analista de Laboratorio

REPORTES DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 3
RC- 50315-06

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA	Temporizador digital Marca: FISHERBRAND Modelo: 02-261-840 11775863 S/N: 170434421 ID interno: VI-052
INTERVALO DE MEDICIÓN	Ver resultados de calibración
INFORMACIÓN DEL CLIENTE	Secretaría de Salud del Valle del Cauca-Laboratorio de Salud Pública Departamental Carrera 76 N° 4-90 Cali- Valle del Cauca
PÁGINAS DEL REPORTE	3
FECHA DE RECEPCIÓN	2023 - 09 - 11
FECHA DE CALIBRACIÓN	2023 - 09 - 14
REALIZÓ CALIBRACIÓN	Pilar Alzate Especialista Laboratorio de Calibración

Este Reporte de Calibración aplica solo para el equipo aquí identificado y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en éste reporte de calibración.

Reportes de Calibración sin firma no son válidos.

2023 - 10 - 02
Fecha de emisión

Mª Alejandra G.
Aprobó
Nombre: Alejandra García
Cargo: Analista de Laboratorio

REPORTES DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 3
RC- 50315-10

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA	Temporizador digital Marca: Fisher Scientific Modelo: 02-261-840 S/N: 170434420 ID interno: VI-068
INTERVALO DE MEDICIÓN	Ver resultados de calibración
INFORMACIÓN DEL CLIENTE	Secretaria de Salud del Valle del Cauca-Laboratorio de Salud Pública Departamental Carrera 76 N° 4-30 Cali- Valle del Cauca
PÁGINAS DEL REPORTE	3
FECHA DE RECEPCIÓN	2023 - 10 - 11
FECHA DE CALIBRACIÓN	2023 - 10 - 18
REALIZÓ CALIBRACIÓN	Pilar Alzate Especialista Laboratorio de Calibración

Este Reporte de Calibración aplica solo para el equipo aquí identificado y expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas.

Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Este reporte no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio QTEST y el laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información contenida en éste reporte de calibración.

Reportes de Calibración sin firma no son válidos.

2023 - 10 - 31
Fecha de emisión

M^a Alejandra G.
Aprobó
Nombre: Alejandra García
Cargo: Analista de Laboratorio

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$ 3.710.000
Valor ejecutado:	$ 3.710.000
Valor no ejecutado:	$ 0
Porcentaje de Ejecución:	100%

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$ 3.710.000
Anticipo:	$ 0
Amortización anticipo:	$ 0
Pago anticipado:	$ 0
Pagos parciales	$ 0
Interés moratorio:	$ 0
Total pagado:	$ 0
Saldo a favor de El Contratista	$ 3.710.000
Saldo a favor de El Departamento:	$ 0

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscriben en la ciudad de Santiago de Cali, a los 19 días del mes de diciembre de 2023. Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde).

CLAUDIA PATRICIA BETANCUR JIMENEZ

Firmado digitalmente por CLAUDIA PATRICIA BETANCUR JIMENEZ
Fecha: 2023.12.21 09:56:45 -05'00'

Nombre: Luz Natalia Espinosa Moya
C.C.: 52.220.600 de Santa Fe de Bogotá
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Nombre: Claudia Patricia Betancur Jimenez
C.C.: 43.590.145
CONTRATISTA