CONTRATO NÚMERO: 1.220-12.14-0458 **FECHA:** 09 de agosto de 2023

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: Secretaria de Salud Departamental

CONTRATISTA: CM & COMPAÑÍA LIMITADA

VALOR: ($16.660.000) DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESO M/CTE.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 3500009022 del 28 de marzo de 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL: 4500037271 del 14 de agosto de 2023

FUENTE DE FINANCIACIÓN:

1-2003/1106/2320202008/3050103050060000/PI30-102087/1/4/01/27: S.G.P SALUD-CSF/SECRETARIA DE SALUD/Servicios prestados a las empresas y servicios de/ Vigilancia Epidemiológica/ Realizar la calibración a los equipos e instrumentos del Laboratorio DEPTAL DE SALUD PUBLICA

PLAZO: 31 de diciembre de 2023

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Luz Natalia Espinosa Moya

OBJETO: Contratar la prestación del servicio de calibración de equipos del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle, en las magnitudes temperatura, humedad relativa, volumen, masa, espectrofotometría, potencial de hidrogeno "PH" y conductividad con un laboratorio de calibración acreditado en la norma ISO/IEC 17025:2017 por el organismo nacional de acreditación de Colombia en las magnitudes requeridas e intervalos de medición relacionados en este estudio previo para cada equipo, y la expedición del certificado de calibración.

Los suscritos LUZ NATALIA ESPINOSA MOYA identificado con cédula de ciudadanía número 52.220.600, actuando como **SUPERVISOR** o **INTERVENTOR**, LUZ NELLY GONZALES MARTINEZ representante legal de CM & COMPAÑÍA LIMITADA, portador de la cédula de ciudadanía. 52.221.333, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones del Laboratorio de Salud Pública

Departamental, con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

La empresa CM & COMPAÑÍA LIMITADA ejecutó al 100%, cumpliendo con los requisitos mínimos estipulados en el pliego del contrato de acuerdo a la programación de entregas:

RELACIÓN DE PRESENTE FACTURA

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	% Dcto.	Valor dcto.
1	1.00	CALIBRACIÓN CONDUCTIVIMETRO MARCA ORION MOD 150 SERIE 01043 INV. AFA-002	600,000.00	114,000.00	714,000.00	0 %	0.00
2	1.00	CALIBRACIÓN TITULADOR AUTOMATICO MARCA METTLER TOLEDO MOD G20S SERIAL B706180261 INV. AFA-007	2,000,000.00	342,000.00	2,342,000.00	0 %	0.00
3	1.00	CALIBRACIÓN TITULADOR AUTOMATICO MARCA METTLER TOLEDO MOD DL50 GRAPHIX SERIAL E1231548/0 INV. AFA-008	1,800,000.00	342,000.00	2,142,000.00	0 %	0.00
4	1.00	CALIBRACIÓN ESPECTROFOTOMETRIC MARCA MACHEREY NAGEL MOD 6700001 INV. AFA-001	2,000,000.00	380,000.00	2,380,000.00	0 %	0.00
5	1.00	CALIBRACIÓN PHMETRO MARCA HANNA MOD HI981021 INV. AFA-009	600,000.00	114,000.00	714,000.00	0 %	0.00
6	1.00	CALIBRACIÓN PHMETRO MARCA THERMO SCIENTIFIC MOD ORION STAR A111 INV. RC-007	600,000.00	114,000.00	714,000.00	0 %	0.00
7	1.00	CALIBRACIÓN PHMETRO MARCA HACH MOD SENSION 3 INV. IN-002	600,000.00	114,000.00	714,000.00	0 %	0.00
8	1.00	CALIBRACIÓN DENSIMETRO MARCA METTLER TOLEDO INV. AL-013	420,000.00	102,000.00	522,000.00	0 %	0.00
9	1.00	CALIBRACIÓN LECTOR ELISA MARCA MINDRAY MOD MR-96A INV. VA-009	1,000,000.00	190,000.00	1,190,000.00	0 %	0.00
10	1.00	CALIBRACIÓN ANALIZADOR AUTOMATICO ELISA MARCA MONOBIND MOD AUTOPLEX INV. VA-007	1,000,000.00	190,000.00	1,190,000.00	0 %	0.00
11	1.00	CALIBRACIÓN LECTOR DE ELISA MARCA ROBONIK INV. RC-126	1,000,000.00	190,000.00	1,190,000.00	0 %	0.00
12	1.00	CALIBRACIÓN LECTOR DE ELISA MARCA RAYTO INV. RC-129	1,000,000.00	190,000.00	1,190,000.00	0 %	0.00
13	1.00	CALIBRACIÓN LECTOR DE ELISA MARCA RUBORHARM INV. RC-067 NUMERO DE ACEPTACION DE OPERTACONTRATO No. 1.256-12 14-0458 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE, EN LAS MAGNITUDES TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, VOLUMEN, MASA, ESPECTROFOTOMETRIA, POTENCIAL DE HIDROGENO PH Y CONDUCTIVIDAD CON UN LABORATORIODE CALIBRACION ACREDITADA EN LA NORMA ISO/IEC 17025 2017 POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA EN LAS MAGNITUDES REQUERIDAS E INTERVALOS DE MEDICION RELACIONADOS EN ESTE ESTUDIO PREVIO PARA CADA EQUIPO Y LA EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE CALIBRACION	1,000,000.00	190,000.00	1,190,000.00	0 %	0.00

Total Items: 13

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-29 por $ 16,640,000.00

Total Bruto	14,000,000.00
IVA SERVICIOS 19%	2,640,000.00
Total a Pagar	16,640,000.00

El Contratista **CM & COMPAÑÍA LIMITADA** ha cumplido a satisfacción con la ejecución, cumpliendo con los requisitos mínimos estipulados en el pliego del contrato de acuerdo a la programación del mismo.

Evidencias



Certificado de Calibración

Certificate of Calibration

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE: SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE

DIRECCIÓN: CARRERA

CIUDAD: CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO: MEDIDOR DE

FABRICANTE:

MODELO: ORION STAR

NUMERO SERIAL:

CÓDIGO:

INTERVALO DE MEDICIÓN:

RESOLUCIÓN:

UBICACIÓN: RESIDUOS Y CONTAMINANTES

CONDICIONES AMBIENTALES / Environmental Conditions

TEMPERATURA AMBIENTE	Mínima	14.7	°C	Máxima	19.8	°C
HUMEDAD RELATIVA	Mínima	54.0	%	Máxima	84.0	%

DATOS DE LA CALIBRACIÓN / Data Calibration

LUGAR DE MEDICIÓN: RESIDUOS Y CONTAMINANTES

FECHA DE RECEPCIÓN:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Calibrado por:

Revisado y autorizado por:

ING. JULIAN OCHOA

CM y cia. ltda.

Certificado de Calibración

Certificate of Calibration N° LMP-418-23 Página 1 de 2

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE: Name:	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN Adress	CARRERA 70 N° 4 - 30
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	MEDIDOR DE pH		
FABRICANTE Manufacturer	HANNA INSTRUMENTS		
MODELO Model	HI991001		
NUMERO SERIAL Serial Number	TA03150381	**SERIE ELECTRODO** Probe serie	6121539N
CÓDIGO Code	AFA 009		
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement Interval	0 pH A 13 pH		
RESOLUCIÓN Resolution	0,01 pH		
UBICACIÓN Location	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS		

CONDICIONES AMBIENTALES/ Environmental Conditions

TEMPERATURA AMBIENTE Ambient Temperature	Mínima Minimum	22.0	°C	Máxima Maximum	23.6	°C
HUMEDAD RELATIVA Relative Humidity	Mínima Minimum	62.1	% hr	Máxima Maximum	68.9	% hr

DATOS DE LA CALIBRACIÓN/ Data Calibration

LUGAR DE MEDICIÓN Place of Measurement	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS		
FECHA DE RECEPCIÓN Reception date	2023-11-24	**FECHA DE EMISIÓN** Date of issuance	2023-11-29
FECHA DE CALIBRACIÓN Date of Calibration	2023-11-24		

Calibrado por:
Calibrated by
TEC. JULIETH BENAVIDES
Técnico de calibración

Revisado y autorizado por:
Checked and autorized by
ING. JULIAN CICUANIA
Supervisor D. T

CM y cia. ltda.

Certificado de Calibración

Certificate of Calibration

No. LMC 260 23

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 Nº 6 - 30
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD		
FABRICANTE	ORION		
MODELO	150		
NÚMERO DE SERIE	31042	SERIE SONDA	8127S003
CÓDIGO	AFA-052		
INTERVALO DE MEDICIÓN	0 µS/cm a 200 mS/cm		
RESOLUCIÓN	0,1 µS/cm - 1 µS/cm -0,01 mS/cm		
UBICACIÓN	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS		

CONDICIONES AMBIENTALES/ Environmental Conditions

TEMPERATURA AMBIENTE	MINIMA	22,3	°C	MAXIMA	22,9	°C
HUMEDAD RELATIVA	MINIMA	58,0	% hr	MAXIMA	61,1	% hr

DATOS DE LA CALIBRACIÓN/ Data Calibration

LUGAR DE MEDICIÓN	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS		
FECHA DE RECEPCIÓN	2023-11-24	FECHA DE EMISIÓN	2023-11-28
FECHA DE CALIBRACIÓN	2023-11-24		

Calibrado por:
Calibrated by
TEC. JULIETH BENAVIDES
Técnico de calibración

Revisado y autorizado por:
Checked and authorized by
ING. JORGE CIFUENTES
Gerente C. T.

CM y cia. ltda.

Certificado de Calibración

Certificate of Calibration

Página 1 de 1

N° EUV-011-23

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE Name	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCION Adress	CARRERA 76 No 4-00
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	ESPECTROFOTÓMETRO	
FABRICANTE Manufacturer	MAPADA - NIVEL	
MODELO Model	NANOCOLOR UV/VIS II	
NUMERO SERIAL Serial Number	N/A0004	
CODIGO Code	AFA-001	
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement Interval	190 nm a 1100 nm	-3 ABS a 3 ABS
RESOLUCIÓN Resolution	0.1 nm	0.001 ABS
UBICACIÓN Location	AREA FISICOQUIMICOS DE AGUAS	

CONDICIONES AMBIENTALES/ Environmental Conditions

TEMPERATURA AMBIENTE Ambient Temperature	**MÍNIMA** Minimum	22,1	°C	**MÁXIMA** Maximum	23,8	°C
HUMEDAD RELATIVA Relative Humidity	**MÍNIMA** Minimum	60,2	% hr	**MÁXIMA** Maximum	66,1	% hr

DATOS DE LA CALIBRACIÓN/ Data Calibration

LUGAR DE MEDICIÓN Place of Measurement	AREA FISICOQUIMICOS DE AGUAS		
FECHA DE RECEPCION Reception Date	2023-11-23	**FECHA DE EMISIÓN** Date of Issuance	2023-11-29
FECHA DE CALIBRACIÓN Date of Calibration	2023-11-23		

Calibrado por:
Calibrated by
QCO. CARLOS A. MOGOLLON P.
Director Tecnico

Revisado y autorizado por:
Checked and Authorized by
ING. JULIAN CICUANZA
Suplente D. T.

CM y cia. ltda.

Certificado de Calibración

Certificate of Calibration

Página 1 de 1

N° EUV-033-23

DATOS DEL CUENTE / Costumer Data

NOMBRE Name	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCION Address	CARRERA 76 No. 4-30
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	ESPECTROFOTÓMETRO	
FABRICANTE Manufacturer	MACHEREY - NAGEL	
MODELO Model	NANOCOLOR UV/VIS II	
NUMERO SERIAL Serial Number	NAV30084	
CODIGO Code	AFA-001	
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement interval	190 nm a 1100 nm	-3 ABS a 3 ABS
RESOLUCIÓN Resolution	0.1 nm	0.001 ABS
UBICACIÓN Location	AREA FISICOQUIMICOS DE AGUAS	

CONDICIONES AMBIENTALES/ Environmental Conditions

TEMPERATURA AMBIENTE Ambient Temperature	MÍNIMA Minimum	22,1	°C	MÁXIMA Maximum	23,6	°C
HUMEDAD RELATIVA Relative Humidity	MÍNIMA Minimum	60,2	% hr	MÁXIMA Maximum	66,2	% hr

DATOS DE LA CALIBRACIÓN/ Data Calibration

LUGAR DE MEDICIÓN Place of Measurement	AREA FISICOQUIMICOS DE AGUAS		
FECHA DE RECEPCIÓN Reception date	2023-11-23	FECHA DE EMISIÓN Date of issuance	2023-11-28
FECHA DE CALIBRACION Date of Calibration	2023-11-23		

Calibrado por:
Calibrated by:
GCO. CARLOS A. MOGOLLÓN P.
Director Técnico

Revisado y autorizado por:
Checked and authorized by:
ING. JULIAN CIFUENTES
Supervisor D. T.

CM y cia. ltda.

Certificado de Calibración

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE Name	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN Adress	CARRERA 28 N° 4 - 62
CIUDAD City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO Instrument	LECTOR DE ELISA
FABRICANTE Manufacturer	MONDIAL S/C
MODELO Model	AUTOPLEX
NÚMERO SERIAL Serial Number	0309-1014
CODIGO Code	01-07
INTERVALO DE MEDICIÓN Measurement Interval	405 nm a 620 nm
RESOLUCION Resolution	0.001 ABS
UBICACIÓN Location	VIROLOGIA

CONDICIONES AMBIENTALES/ Environmental Conditions

TEMPERATURA AMBIENTE Ambient Temperature	MÍNIMA Minimum	21,7	°C	MÁXIMA Maximum	22,1	°C
HUMEDAD RELATIVA Relative Humidity	MÍNIMA Minimum	49,0	% hr	MÁXIMA Maximum	53,0	% hr

DATOS DE LA CALIBRACIÓN/ Data Calibration

LUGAR DE MEDICIÓN Place of Measurement	VIROLOGIA		
FECHA DE RECEPCIÓN Reception date	2023-11-24	FECHA DE EMISIÓN Date of issuance	2023-11-29
FECHA DE CALIBRACIÓN	2023-11-24		

Calibrado por:
Calibrated by
TEC. JULIETH BENAVIDES
Técnico de calibración

Revisado y autorizado por:
Checked and authorized by
ING. JULIAN CICUAMIA
Supervisor D. T.

CHL g cia. ltda.

Certificado de Calibración

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA [illegible]
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	LECTOR DE ELISA
FABRICANTE	MINDRAY INC.
MODELO	AUTOPLEX
NÚMERO SERIAL	[illegible]
CÓDIGO	[illegible]
INTERVALO DE MEDICIÓN	[illegible]
RESOLUCIÓN	[illegible]
UBICACIÓN	VIROLOGIA

CONDICIONES AMBIENTALES/ Environmental Conditions

TEMPERATURA AMBIENTE	MÍNIMA	21,7	°C	MÁXIMA	22,1	°C
HUMEDAD RELATIVA	MÍNIMA	49,0	% hr	MÁXIMA	53,0	% hr

DATOS DE LA CALIBRACIÓN/ Data Calibration

LUGAR DE MEDICIÓN	VIROLOGIA		
FECHA DE RECEPCIÓN	[illegible]	FECHA DE EMISIÓN	[illegible]
FECHA DE CALIBRACIÓN	[illegible]		

Calibrado por:
Calibrated by
TEC. JULIETH BENAVIDES
Técnico de calibración

Revisado y autorizado por:
Checked and authorized by
ING. JULIAN CICUAMIA
Supervisor D. T.

CM y cia. ltda.

Certificado de Calibración

Página 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE / Name	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCION / Adress	CARRERA 7a N° 4 - 32
CIUDAD / City	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO / Instrument	SECTOR DE FLUJO
FABRICANTE / Manufacturer	RAYTO
MODELO / Model	RT-2120C
NÚMERO SERIAL / Serial Number	[illegible]
CÓDIGO / Code	MC-129
INTERVALO DE MEDICION / Measurement Interval	[illegible]
RESOLUCIÓN / Resolution	0.01 ABS
UBICACIÓN / Location	MICROBIOLOGIA CLINICA

CONDICIONES AMBIENTALES/ Environmental Conditions

TEMPERATURA AMBIENTE / Ambient Temperature	**MÍNIMA** / Minimum	21,3	°C	**MÁXIMA** / Maximum	21,9	°C
HUMEDAD RELATIVA / Relative Humidity	**MÍNIMA** / Minimum	46,1	% hr	**MÁXIMA** / Maximum	49,0	% hr

DATOS DE LA CALIBRACIÓN/ Data Calibration

LUGAR DE MEDICIÓN / Place of Measurement	MICROBIOLOGIA CLINICA		
FECHA DE RECEPCIÓN / Reception date	2023-11-28	**FECHA DE EMISIÓN** / Date of issuance	2023-11-29
FECHA DE CALIBRACION	2023-11-29		

Calibrado por:
Calibrated by
TEC. JULIETH BENAVIDES
Técnico de calibración

Revisado y autorizado por:
Checked and authorized by
ING. JULIAN CICUAMIA
Supervisor D. T.

CM y cia. ltda.

Certificado de Calibración

DATOS DEL CLIENTE / Costumer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA 76 No 4-31
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	LECTOR DE MICROPLACAS ELISA
FABRICANTE	BIOBASE
MODELO	MEADWELL PLATE
NÚMERO SERIAL	[illegible]
CÓDIGO	[illegible]
INTERVALO DE MEDICIÓN	[illegible]
RESOLUCIÓN	0.001 ABS
UBICACIÓN	MICROBIOLOGÍA CL NAZA

CONDICIONES AMBIENTALES/ Environmental Conditions

TEMPERATURA AMBIENTE	MÍNIMA	21,0	°C	MÁXIMA	12,0		°C
HUMEDAD RELATIVA	MÍNIMA	59,2	% hr	MÁXIMA	65,2		% hr

DATOS DE LA CALIBRACIÓN/ Data Calibration

LUGAR DE MEDICIÓN	MICROBIOLOGÍA CL NAZA		
FECHA DE RECEPCIÓN	2023-11-24	FECHA DE EMISIÓN	2023-11-29
FECHA DE CALIBRACIÓN	2023-11-23		

Calibrado por:
Calibrated by
OCO. CARLOS A. MOGOLLÓN P.
Director Técnico

Revisado y autorizado por:
Checked and accepted by
ING. JULIAN CICUANIA
Gerente D. T.

CM y cia. ltda.

Certificado de Calibración

DATOS DEL CLIENTE / Customer Data

NOMBRE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DIRECCIÓN	CARRERA [illegible]
CIUDAD	CALI - VALLE DEL CAUCA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO / Technical Characteristics of the Instrument

INSTRUMENTO	LECTOR DE MICROPLACAS ELISA
FABRICANTE	BIOTEK
MODELO	ELX808 ABSORBANCE [illegible]
NÚMERO SERIAL	7070
CÓDIGO	RC-047
INTERVALO DE MEDICIÓN	[illegible] nm a 630 nm
RESOLUCIÓN	0.001 ABS
UBICACIÓN	RESIDUOS Y CONTAMINANTES

CONDICIONES AMBIENTALES/ Environmental Conditions

TEMPERATURA AMBIENTE	MÍNIMA	20.1	°C	MÁXIMA	23.1	°C
HUMEDAD RELATIVA	MÍNIMA	59.2	% hr	MÁXIMA	68.2	% hr

DATOS DE LA CALIBRACIÓN/ Data Calibration

LUGAR DE MEDICION	RESIDUOS Y CONTAMINANTES		
FECHA DE RECEPCIÓN	2023-11-23	FECHA DE FINIDÓN	2023-11-29
FECHA DE CALIBRACIÓN	2023-11-23		

Calibrado por:
Calibrated by
QCO. CARLOS A. MOGOLLÓN P.
Director Técnico

Revisado y autorizado por:
Checked and authorized by
ING. JULIAN CICUAMIA
Supervisor D. T.

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$ 16.660.000
Valor ejecutado:	$ 16.660.000
Valor no ejecutado:	$ 0
Porcentaje de Ejecución:	100%

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$ 16.660.000
Anticipo:	$ 0
Amortización anticipo:	$ 0
Pago anticipado:	$ 0
Pagos parciales	$ 0
Interés moratorio:	$ 0
Total pagado:	$ 0
Saldo a favor de El Contratista	$ 16.660.000
Saldo a favor de El Departamento:	$ 0

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscriben en la ciudad de Santiago de Cali, a los 22 días del mes de diciembre de 2023. Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde).

Nombre: Luz Natalia Espinosa Moya
C.C.: 52.220.600 de Santa Fe de Bogotá
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Nombre: Luz Nelly Gonzales Martinez
C.C.: 52.221.333
CONTRATISTA