

	INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS SALUD PUBLICA		
	CÓDIGO: F-GGJOAJ01-21	VERSIÓN: 01	FECHA: 15-08-2013

Página 1 de 2

Tema del Informe: Actividades Realizadas en el Laboratorio de Salud Publica en el contrato de compraventa 2023000524	Fecha			Informe N°
	Día	Mes	Año	
	8	11	2023	

Tipo de informe: Parcial ☐ Final ☒

Contratista: QUIMITRONICA SAS

Contrato No. 2023000524

Descripción del Informe de Actividades

Actividades Programadas Según Estudios previos	Actividades Realizadas	Cumplimiento
<u>ESTEREOSCOPIO</u> Cabezal binocular, inclinado a 45°, distancia Inter pupilar 52-75 mm. Ocular de campo extra ancho EW10×/22mm. Objetivo: 0,8X - 5X, o mejor Iluminación led variable Requerimiento eléctrico: 110 VAC, 50/60 Hz. Zoom Ratio: 6.3:1	<u>ESTEREOSCOPIO</u> Cabezal binocular, inclinado a 45°, distancia Inter pupilar 52-75 mm. Ocular de campo extra ancho EW10×/22mm. Objetivo: 0,8X - 5X, o mejor Iluminación led variable Requerimiento eléctrico: 110 VAC, 50/60 Hz. Zoom Ratio: 6.3:1	
<u>CONGELADOR</u> Tipo laboratorio Controlador digital ajustable con incremento de 0.1°C o 1°C. Con pantalla a color (opcional). Sistema de alarma de alta y baja temperatura. Registro de historial de temperaturas y alarmas (interno o externo). Unidad condensadora de trabajo pesado. Sistema de refrigeración por aire forzado o natural para la uniformidad de la temperatura. Condensador de aire forzado o convección natural. Compresor: 1/4 a 1/3 o compresores de igual o mejor tecnología. Gas refrigerante: R134a o R452a o R290 o R404 o HC. Descongelamiento automático o manual. Temperatura: Rango mínimo de -35 ± 5°C a -15 ± 5 °C. Capacidad: Mínimo de 490 litros o superior Medidas Externas: Ancho (cm): 80 ± 15, alto (cm):200 ± 15, profundidad (cm): 75 ± 15 Voltaje: 115V a 220V/ 50-60Hz Exterior: Acero laminado o aleación de aluminio alta dureza y estable o materiales similares en resistencia y calidad, con recubrimiento en polvo y/o tratamientos de pinturas o recubrimientos similar en resistencia. Interior: Acero inoxidable o similares en resistencia y calidad.	<u>CONGELADOR</u> Tipo laboratorio Controlador digital ajustable con incremento de 0.1°C o 1°C. Con pantalla a color (opcional). Sistema de alarma de alta y baja temperatura. Registro de historial de temperaturas y alarmas (interno o externo). Unidad condensadora de trabajo pesado. Sistema de refrigeración por aire forzado o natural para la uniformidad de la temperatura. Condensador de aire forzado o convección natural. Compresor: 1/4 a 1/3 o compresores de igual o mejor tecnología. Gas refrigerante: R134a o R452a o R290 o R404 o HC. Descongelamiento automático o manual. Temperatura: Rango mínimo de -35 ± 5°C a -15 ± 5 °C. Capacidad: Mínimo de 490 litros o superior Medidas Externas: Ancho (cm): 80 ± 15, alto (cm):200 ± 15, profundidad (cm): 75 ± 15 Voltaje: 115V a 220V/ 50-60Hz Exterior: Acero laminado o aleación de aluminio alta dureza y estable o materiales similares en resistencia y calidad, con recubrimiento en polvo y/o tratamientos de pinturas o recubrimientos similar en resistencia. Interior: Acero inoxidable o similares en resistencia y calidad.	100%



SC-CER98915



CO-SC-CER98915

www.idsn.gov.co

Calle 15 N° 28-41 Plazuela de Bomboná - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
 Conmutador: (602) 7235425 - (602) 724435

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

Instituto
Departamental
de Salud de Nariño



@idsnestacontigo

	INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS SALUD PUBLICA		
	CÓDIGO: F-GGJOAJ01-21	VERSIÓN: 01	FECHA: 15-08-2013

Página 2 de 2

Parrillas internas mínimo 4 o cajones interiores con riel, acorde al volumen del congelador. Accesorios necesarios para funcionamiento. CE y/o cULus.	Parrillas internas mínimo 4 o cajones interiores con riel, acorde al volumen del congelador. Accesorios necesarios para funcionamiento. CE y/o cULus.
---	---

--

Inicio	No. De días	Valor por día	Permanencia		Total Gastos de viaje (1)	V/Trans. Pasajero (2)
			Pernoctado	No pernoctado		
					0	0
TOTAL					0	0

NOTA:

(1) : El valor total de gastos de viaje pasa al formato de Acta de pago parcial en el numeral 2 Pago de gastos de viaje y/o transporte: Gastos de viaje (A) Rubro e identificando el código a imputar el gasto.

(2) : El valor total de transporte pasajero pasa al formato de acta de pago parcial en el numeral 2 Pago de gastos de viaje y/o transporte (B) Rubro e identificando el código a imputar el gasto.

Conclusiones y Recomendaciones del Interventor

Nota: (en caso de presentar anexos con el informe enúncielos y adjúntelos a este documento)



SC-CER98915

Contratista	Firma
JORGE LUIS ECHEVERRY DE LA ROCHE	
Vo.Bo. Interventor o supervisor(a)	Firma
JORGE CERÓN PÉREZ	



CO-SC-CER98915

Ruta: Ej: (D:\Documentos Cordonez\Calidad 2010GC\Informe SGC\ F-PGJOAJ01-06 Informe sgc1.doc)

