SERVIMEDICAL GROUP SAS.

www.servimedicalgroup.com

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 951

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764060289575 que habilita desde FVE 939 hasta FVE 10000. Vence 2024-11-21

IVA Régimen Común, No somos autorretenedores

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 9.66 X 1000

SERVIMEDICAL GROUP SAS

Nit 900170996 3

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030

POR CONCEPTO DE

#$15-01-11-097;133-05-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023;jeison.altamar@fac.mil.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2023	04/12/2023	VALERY TATIANA GARAVITO CARDENAS	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
KIT 750 CICL	KIT DE MANTENIMIENTO BOMBA DE VACIO PARA USO EN PLAZMAX TUTTNAUER	1	1	Und.	7.435.000,00	19%	1.412.650,00	7.435.000,00
PLZ082-0005	EMPAQUE DE PUERTA PARA USO EN PLAZMAX TUTTNAUER	2	1	Und.	2.180.000,00	19%	414.200,00	2.180.000,00

Total Items en el Documento: 2

Valor en Letras

ONCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**9.615.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.826.850,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.441.850,00**
RETEFUENTE	**240.375,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**106.149,60**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.095.325,40**

Para todos los efectos legales esta factura es similar a una letra de cambio. Art 621, 773 y 774 del C de Cio. Despues de vencido el plazo causará intereses de mora al porcentaje autorizado por la superintendencia Financiera, Art 884 del C de Cio

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2023 16:24:04

Cuentas bancarias: Banco Caja Social Bogotá D.C.- cta Cte No. 21003984508; A nivel nacional cta Ahorros No. 24104310597
Bancolombia cta Cte No. 644573428-31
Transversal 27 # 53C -47 - C.P.: 111311 - Bogotá D.C. - Colombia - Telefonos: (57-1) 2114014 - Cel.: 311 500 9596
E-mail: info@servimedicalgroup.com - www.servimedicagroup.com

CUFE: 786810193368aff4be15d5e6ceb0260981f7c44a9aa0ea415eb972ddf813c5bbb94ea19c69d5a85234d70d311ad3d301--Expedición:04/12/2023 08:08 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE SERVIMEDICAL GROUP SAS

CERTIFICA QUE:

En mi condición de Representante Legal, de **SERVIMEDICAL GROUP SAS**, identificada con **NIT 900.170.996-3**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, se ha efectuado oportunamente el pago de los aportes de los empleados a los **SISTEMA DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA, CREE y AUTORENTA,** durante los últimos Seis (6) meses,

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1819 de 2016.

Dado en Bogotá D.C, a los doce (12) días del mes de diciembre del dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,



ANGELA INDIRA VELANDIA MORA

REPRESENTANTE LEGAL

SERVIMEDICAL GROUP LTDA.
Representantes de Tuttnauer

TIPO DE SERVICIO
Preventivo [X] Garantía [ ] Correctivo [ ] Verificación [ ]

Nº 5735

CIUDAD	Bogotá D.C.	FECHA	27 / 11 / 2023
CLIENTE	F.A.C. Puente Aranda	EQUIPO	Esterilizador de peroxido de hidrogeno
DIRECCIÓN		MARCA	Tuttnauer
TELÉFONO		MODELO	P110.
SECCIÓN	Central de esterilización	SERIE	
RESPONSABLE		INVENTARIO	
CONTRATO/ No. VISITA		ESTADO DEL EQUIPO	Operativo

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: Mantenimiento correctivo y preventivo

TRABAJO REALIZADO: Cambio de kit de mantenimiento bomba de vácio, Filtros, aceite, limpieza y ajuste, Limpieza de camara, verificación de mangueras de bomba peristalticas, pruebas de entradas y salidas, purga de reservorio de peroxido.

Se ejecutan ciclos de prueba.

EQUIPO CUMPLE PARÁMETROS DE TEMPERATURA Y PRESIÓN: SI [X] NO [ ]

REPUESTOS EMPLEADOS: K.t de mantenimiento de bomba

Empaque de puerta.

LISTA DE CHEQUEO AUTOCLAVES

ITEMS	B	R	N/A	ITEMS	B	R	N/A
VÁLVULAS DE SOBRE PRESIÓN			✓	EMPAQUE PUERTA	✓		
MANÓMETROS			✓	VÁLVULAS SOLENOIDES	✓		
VÁLVULA MULTIPROPÓSITO			✓	SENSOR DE TEMPERATURA	✓		
TEMPORIZADOR	✓			INTERRUPTORES DE PRESIÓN	✓		
SWITCH FRONTAL	✓			NIVEL DE AGUA			✓
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO	✓			VÁLVULA AIRE - AIRE	✓		
MICRO INTERRUPTOR PUERTA	✓			VÁLVULA CHEQUE			✓
INDICADORES LUMÍNICOS	✓			RELÉ SOBRE CARGA BOMBA	✓		
SEGURO DE LA PUERTA	✓			BREAKERS ELÉCTRICO	✓		
AIR JET			✓	SWITCH DE EMERGENCIA	✓		
PANEL Y DISPLAY	✓			COMPRESOR DE AIRE			✓
IMPRESORA	✓			SISTEMA DE OSMOSIS			✓
RESISTENCIAS	✓			FILTRO PARA SEDIMENTOS			✓
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN	✓			FILTRO CARBÓN ACTIVADO			✓
FLOTADOR	✓			FILTRO CARBÓN BLOQUE			✓
FILTRO AGUA			✓	MEMBRANA DE OSMOSIS			✓
FILTRO AIRE	✓			FILTRO DE RESINA MIXTA			✓
BOMBA DE AGUA			✓	TANQUE PRESURIZADO			✓
BOMBA DE AIRE			✓	BOMBA AGUA OSMOSIS			✓
BOMBA DE VACÍO	✓			PROTECTOR DE LÍNEA			✓
TRAMPA DE VAPOR			✓	CILINDROS HIDRONEUMÁTICOS			✓
VÁLVULA ASIENTO INCLINADO			✓	PROTECTOR CIERRE PUERTA			✓

MEDICIONES						
VOLTAJE	R		S		T	
CORRIENTE	R		S		T	
		PRESIÓN	TEMPERATURA		INCERTIDUMBRE	
CICLO 121°C						
CICLO 134°C						
PATRÓN PARA MEDIR TEMPERATURA						
PATRÓN PARA MEDIR PRESIÓN						

REPUESTOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	No. DE PARTES

OBSERVACIONES:

HORA DE INICIO: **HORA FINALIZACIÓN:**

RECIBIDO A SATISFACCIÓN: Firma y Sello del Cliente Cargo 1129583640.	**INGENIERO A CARGO** Firma y Sello	**REALIZADO POR:** Nombre Julián Cardillo Cargo Ing. mecatronico.

Transversal 27 No. 53 C - 47 - C.P.: 111311 - Bogotá D.C. - Colombia - Teléfono: (60-1) 211 4014 - Cel.: 311 500 9596
e-mail: info@servimedicalgroup.com - www.servimedicalgroup.com

Impreso por GRAFEL IMPRESORES S.A.S. - Tel: 235 70 97

Hora: 12:45:03
Diffusion 2: 5 pulses
Diffusion 1: 4 pulses

Estado: Ciclo Completo

A 00:35:42 050.0 0719.4
A 00:34:33 050.1 0009.3
A 00:33:24 050.1 0514.0
A 00:32:42 050.1 0009.9
A 00:31:33 050.1 0505.2
A 00:30:52 050.2 0009.3
A 00:29:42 050.1 0523.1
A 00:28:59 050.1 0009.9
A 00:27:52 050.1 0500.5
A 00:27:12 050.2 0009.9
A 00:26:17 050.2 0161.1
A 00:25:57 050.0 0009.6
A 00:25:01 050.1 0164.9
A 00:24:41 050.1 0009.9
A 00:23:47 050.0 0153.3
A 00:23:27 050.1 0009.6
A 00:22:33 050.3 0163.7
A 00:22:18 050.3 0000.5
A 00:22:18 050.3 0000.5
Z 00:22:18 050.3 0000.5
Z 00:21:57 050.3 0001.4
Z 00:20:13 050.3 0563.1
Z 00:20:13 050.3 0562.8
D 00:20:12 050.3 0562.8
D 00:18:12 050.2 0508.6
D 00:16:27 050.1 0050.2
D 00:15:12 050.3 0000.8
D 00:15:12 050.3 0000.8
Z 00:15:11 050.3 0000.8
Z 00:14:51 050.3 0001.4
Z 00:13:08 050.1 0562.5
Z 00:13:08 050.1 0562.5
D 00:13:08 050.1 0562.5
D 00:11:07 050.0 0516.5
D 00:09:22 050.0 0050.6
D 00:08:19 050.2 0000.0
D 00:08:19 050.2 0000.0
P 00:08:19 050.2 0000.0
P 00:07:59 050.2 0000.2
P 00:05:48 050.0 0553.7
P 00:02:48 050.1 0502.3
P 00:02:11 050.1 0000.0
P 00:02:11 050.1 0000.0
E 00:02:11 050.1 0000.0
E 00:02:00 050.1 0000.2
E 00:00:03 050.1 0741.8
00:00:03 050.1 0741.8

Normal

Numero del ciclo: 000112
Vers de Software.:3.0.2.
Versi⊾n: 7
Num. de serie: 190940235
Hora: 12:09:20
Fecha: 27/NOV/2023
PLAZMAX P-110

Hora: 12:06:42
Diffusion 2: 5 pulses
Diffusion 1: 4 pulses

Estado: Ciclo Completo

A 00:36:17 050.2 0716.6
A 00:35:09 050.1 0009.6
A 00:34:00 050.2 0512.7
A 00:33:18 050.0 0009.9
A 00:32:10 050.2 0508.6
A 00:31:28 050.0 0009.3
A 00:30:17 050.2 0502.3
A 00:29:36 050.2 0009.6
A 00:28:27 050.1 0537.3
A 00:27:44 050.2 0009.9
A 00:26:48 050.2 0176.9
A 00:26:27 050.0 0009.9
A 00:25:32 050.1 0163.3
A 00:25:12 050.2 0009.3
A 00:24:16 050.1 0151.7
A 00:23:56 050.1 0009.6
A 00:23:02 050.3 0163.3
A 00:22:47 050.3 0000.5
A 00:22:47 050.3 0000.5
Z 00:22:47 050.3 0000.5
Z 00:22:26 050.4 0001.4
Z 00:20:37 050.2 0568.5
Z 00:20:37 050.2 0568.5
D 00:20:36 050.2 0568.5
D 00:18:36 050.1 0528.5
D 00:16:51 050.0 0050.6
D 00:15:29 050.2 0000.8
D 00:15:29 050.2 0000.8
Z 00:15:29 050.2 0000.8
Z 00:15:08 050.1 0001.4
Z 00:13:21 050.0 0560.6
Z 00:13:21 050.0 0560.6
D 00:13:21 050.0 0560.6
D 00:11:20 050.1 0509.0
D 00:09:36 050.2 0050.2
D 00:08:31 050.1 0000.0
D 00:08:31 050.1 0000.0
P 00:08:31 050.1 0000.0
P 00:08:09 050.2 0000.2
P 00:05:55 050.1 0569.1
P 00:02:55 050.0 0518.7
P 00:02:17 050.1 0000.0
P 00:02:17 050.1 0000.0
E 00:02:16 050.1 0000.0
E 00:02:06 050.1 0000.2
E 00:00:02 049.8 0742.4
00:00:02 049.8 0742.4

Normal

Numero del ciclo: 000111
Vers de Software.:3.0.2.
Versi⊾n: 7
Num. de serie: 190940235
Hora: 11:30:25
Fecha: 27/NOV/2023
PLAZMAX P-110

SERVIMEDICAL GROUP LTDA.
Especialistas en Esterilización

REMISIÓN

No. 1673

FECHA: 27 / 11 / 2023
CLIENTE: F.A.C.
DIRECCIÓN:

TELÉFONO 3116862059
SOLICITADO POR: T2. Altamar
AUTORIZADO POR:

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	OBSERVACIÓN
1	Kit de H_2O_2 bomba de vácio	KIT175-1001.	1	Incluye: Filtro separador, filtro de aceite, filtro clorex, malla filtro aire, aceite (1,5 lts)
2	Empaque de puerta.	PL7082-0005	1	

FACTURAR | REMISIONAR | GARANTIA | OTRO

JUSTIFICACIÓN

Jeison Altamar.
T2. JEISON ALTAMAR
RECIBIDO

ENTREGADO

Carrera 23 No. 54-37 - C. P.: 111311 Bogotá D.C. - Colombia Teléfonos: (57-1) 211 4014 - 211 0610 Cel: 310 755 0668
www.servimedicalgroup.com e-mail: info@servimedicalgroup.com