TERUMO	FICHA TÉCNICA			
TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS	**Área:** Gestión de Calidad	**Código:** FTGC-IS014	**Versión:** 00	Página **1** de **1**

Elaboró: **Cargo:**	Lucia Acero Strategic bussiness coordinator TIS	**Revisó:** **Cargo**	Luis Jaramillo Analista de Calidad	**Aprobó:** **Cargo:**	Martha L. Arévalo Director Técnico

INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	PTCA GUIDE WIRE TERUMO / Runthrough NS PTCA Guide Wire
MARCA	TERUMO
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2016DM-0000359-R1
FECHA VENCIMIENTO	11/11/2026
FABRICANTE	TERUMO
PAIS DE ORIGEN	JAPON
ESTERILIZACION	ETO (Óxido de Etileno)
T° DE ALMACENAMIENTO	1 - 30°C
VIDA UTIL	TREINTA Y SEIS (36) MESES
PRESENTACIÓN	CAJA X 5 UNIDADES
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS
DESCRIPCION PRODUCTO	GUÍA DE ANGIOPLASTIA CORONARIA TRANSLUMINAL PERCUTÁNEA. MEDIDA: 0.014 X 180 CM. TIPO FLOPPY E INTERMEDIA.
INDICACIONES DE USO	INDICADA PARA SER USADA COMO GUÍA DE LOS CATÉTERES DE DILATACIÓN HASTA LA LESIÓN DURANTE UNA (ACTP) CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR EL FLUJO SANGUÍNEO MIOCÁRDICO EN LAS LESIONES ESTENÓTICAS DE LOS VASOS CORONARIOS.
PRECAUCIONES DE MANEJO	NO USAR SI EL EMPAQUE ESTA PREVIAMENTE ABIERTO O DAÑADO. NO LIMPIAR LA GUÍA CON ALCOHOL O SOLUCIÓN DE ÁCIDO CLORHEXIN GLUCÓNICO YA QUE PUEDE AFECTAR, NO USAR GASAS SECAS YA QUE ÉSTAS PUEDEN DAÑAR EL RECUBRIMIENTO DE LA SUPERFICIE. EVITAR LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR DIRECTA, AL AGUA, TEMPERATURAS EXTREMAS Y ELEVADA HUMEDAD DURANTE SU ALMACENAJE. ALMACENAR EN HABITACIÓN CON TEMPERATURA CONTROLADA.
MATERIALES Y PROPIEDADES	FABRICADA EN UNA ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO FORMÁNDOSE DE ESTA MANERA EN NITINOL, CON TECNOLOGÍA DUO CORE DE TERUMO RECUBIERTA POR LA CAPA HIDROFÍLICA ORIGINAL DE TERUMO. EN LA PARTE DISTAL CONTIENE UN ESPIRAL CON POLÍMERO HIDROFÍLICA QUE PROVEE LUBRICACIÓN PERMANENTE.

Fecha elaboración: miércoles, 31 de marzo de 2021