Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

EVALUACION TECNICA HABILITANTE Y DE PUNTUACION FINAL

INVITACION A COTIZAR 008 DE 2020

OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."

PROPUESTA							3.4 DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TECNICO									RESULTADO		VALORES AGREGADOS		
ITEM	NOMBRE Y/O DESCRIPCION DEL SISTEMA	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIAS MENSUALES	PROPONENTE	¿OFERTA LA TOTALIDAD DE COMPONENTES DEL SISTEMA?	1. Carta de Compromiso firmada por el representante legal donde se garantice la disponibilidad inmediata del material que oferte.	2. Autorización de distribución del fabricante	3. Presentar carta del Representante Legal en la cual se relacione el nombre y teléfono de la persona de contacto del programa de tecnovigilancia de la empresa.	4. Copia registro INVIMA de cada uno de los productos cotizados identificados con el número del sistema solicitado por la Subred, mediante la plataforma del Siecop II junto con la propuesta. **Nota:** No se aceptarán ofertas de productos sin registro sanitario o con registro provisional o vencido.	5. Adjuntar en formato digital las fichas técnicas de cada sistema de material de osteosíntesis ofertado, identificándolas con el número del sistema solicitado por la Subred.	6. Carta en la cual especifica el horario de atención y el tiempo de respuesta para el despacho de material de osteosíntesis para procedimientos de urgencia y cirugía programada.	7. Adjuntar Concepto Técnico Higiénico-Sanitario: El distribuidor debe adjuntar el concepto técnico higiénico-sanitario favorable de la visita que realiza la Secretaría de Salud.	Certificación de inscripción al programa nacional de tecno vigilancia (Resolución 4816 de 2008).	HABILITADO / NO HABILITADO	OBSERVACIONES	A- EXPERIENCIA: 25 Puntos Se asignará puntaje a la experiencia certificada al oferente que presente máximo de cinco (5) certificaciones de contratos de suministro de material de osteosíntesis suscritos en los cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso con empresas públicas o privadas prestadoras de servicios de salud.	B- VALOR AGREGADO: 25 Puntos Los valores agregados que aquí se presentan son para beneficio de la Subred y para el mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios con calidad hacia nuestros pacientes y usuarios. Se asignarán máximo 25 puntos, al oferente que, en cumplimiento de los valores agregados de acuerdo con el siguiente cuadro	PUNTAJE TOTAL
2	Sistema de Fractura de clavicula	Placas anatómicas de titanio para tercio proximal, medio y distal de la clavicula de 3.5mm con sus respectivos tornillos, incluyendo tornillos bloqueados. Placa gancho.	UNIDAD	4	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Presenta subsanación. Cumple con los criterios establecidos.	15	10	25
3	Sistema de Fractura de metatarsos y falange pie. Corrección de hallux valgus. Artrodesis de hallux y falanges	Sistema de placas anatómicas y tornillos de 1,5 a 2,7mm	UNIDAD	16	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	1. Presenta subsanacion, sin embargo al revisar la ficha tecnica, se evidencia que pertenece a un sistema de mano, por lo tanto No cumple. El sistema para PIE, ofertado por el proveedor, inicia en 2.7mm y se solicita desde 1.5mm.	0	0	0
4	Sistema de Fractura de tobillo	Placas anatómicas para peroné con sistema bloqueado, tornillos de 3,5mm tornillos de 4,0mm; incluir tornillos largos (de más de 70mm)	UNIDAD	14	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Presenta subsanación. Cumple con los criterios establecidos.	15	10	25
		Placas de tercio de tubo de 3,5mm	UNIDAD																	
		Placas rectas, en T y en L de 2,0, 2,4 y 2,7mm	UNIDAD																	
		Clavos de Kirschner	UNIDAD																	
2	Sistema de Fractura de clavicula	Placas anatómicas de titanio para tercio proximal, medio y distal de la clavicula de 3.5mm con sus respectivos tornillos, incluyendo tornillos bloqueados. Placa gancho.	UNIDAD	4	DISORTHO SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	1. Presenta subsanacion, sin embargo al revisar la ficha tecnica No presenta Placa Gancho, por lo tanto No cumple.	0	0	0
4	Sistema de Fractura de tobillo	Placas anatómicas para peroné con sistema bloqueado, tornillos de 3,5mm tornillos de 4,0mm; incluir tornillos largos (de más de 70mm)	UNIDAD	14	DISORTHO SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	1. Presenta subsanacion, sin embargo al revisar la ficha tecnica No presenta las placas en T y en L de 2,4 y 2.7, por lo tanto No cumple.	0	0	0
		Placas de tercio de tubo de 3,5mm	UNIDAD																	
		Placas rectas, en T y en L de 2,0, 2,4 y 2,7mm	UNIDAD																	
		Clavos de Kirschner	UNIDAD																	
5	Sistema de revisión de rodilla	Conos y mangas metafisiarios de metal ultraporoso	UNIDAD	1	DISORTHO SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO		25	10	35
8	Sistema de fijacion Transpedicular Toracolumbar posterior	Monoaxial un nivel	UNIDAD	1	DISORTHO SA	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	El Proponente no oferta la totalidad de los componentes del sistema, por lo tanto se aplica la causal de rechazo No. 19. *"Cuando el proponente no oferte la totalidad de los ítems que compone cada SISTEMA, por lo cual el rechazo será parcial para el sistema ofertado."*	0	0	0
		Polaxial un nivel	UNIDAD	2																
		Schanz un nivel	UNIDAD	3																
		Espolioltesis un nivel	UNIDAD	2																
2	Sistema de Fractura de clavicula	Placas anatómicas de titanio para tercio proximal, medio y distal de la clavicula de 3.5mm con sus respectivos tornillos, incluyendo tornillos bloqueados. Placa gancho.	UNIDAD	4	FIXMEDICAL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Presenta subsanación. Cumple con los criterios establecidos.	0	10	10
1	Sistema de Mini anclajes absorbibles	2mm con y sin sutura de alta resistencia.	UNIDAD	5	HEALTH CARS SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	El Proponente NO presenta subsanacion, por lo tanto se aplica la causal de rechazo No. 14 *"Cuando la Entidad solicite al proponente subsanar y éste no lo haga en el término o plazo establecido para el efecto, en virtud de lo reglado por el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018."*	0	0	0
2	Sistema de Fractura de clavicula	Placas anatómicas de titanio para tercio proximal, medio y distal de la clavicula de 3.5mm con sus respectivos tornillos, incluyendo tornillos bloqueados. Placa gancho.	UNIDAD	4	HEALTH CARS SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	El Proponente NO presenta subsanacion, por lo tanto se aplica la causal de rechazo No. 14 *"Cuando la Entidad solicite al proponente subsanar y éste no lo haga en el término o plazo establecido para el efecto, en virtud de lo reglado por el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018."*	0	0	0
3	Sistema de Fractura de metatarsos y falange pie. Corrección de hallux valgus. Artrodesis de hallux y falanges	Sistema de placas anatómicas y tornillos de 1,5 a 2,7mm	UNIDAD	16	HEALTH CARS SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	El Proponente NO presenta subsanacion, por lo tanto se aplica la causal de rechazo No. 14 *"Cuando la Entidad solicite al proponente subsanar y éste no lo haga en el término o plazo establecido para el efecto, en virtud de lo reglado por el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018."*	0	0	0
4	Sistema de Fractura de tobillo	Placas anatómicas para peroné con sistema bloqueado, tornillos de 3,5mm tornillos de 4,0mm; incluir tornillos largos (de más de 70mm)	UNIDAD	14	HEALTH CARS SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	El Proponente NO presenta subsanacion, por lo tanto se aplica la causal de rechazo No. 14 *"Cuando la Entidad solicite al proponente subsanar y éste no lo haga en el término o plazo establecido para el efecto, en virtud de lo reglado por el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018."*	0	0	0
		Placas de tercio de tubo de 3,5mm	UNIDAD																	
		Placas rectas, en T y en L de 2,0, 2,4 y 2,7mm	UNIDAD																	
		Clavos de Kirschner	UNIDAD																	
5	Sistema de revisión de rodilla	Conos y mangas metafisiarios de metal ultraporoso	UNIDAD	1	HEALTH CARS SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	El Proponente NO presenta subsanacion, por lo tanto se aplica la causal de rechazo No. 14 *"Cuando la Entidad solicite al proponente subsanar y éste no lo haga en el término o plazo establecido para el efecto, en virtud de lo reglado por el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018."*	0	0	0
6	Sistema de Fractura de fémur proximal	Placas anatómicas proximales para fémur con sistema de bloqueo	UNIDAD	2	HEALTH CARS SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	El Proponente NO presenta subsanacion, por lo tanto se aplica la causal de rechazo No. 14 *"Cuando la Entidad solicite al proponente subsanar y éste no lo haga en el término o plazo establecido para el efecto, en virtud de lo reglado por el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018."*	0	0	0
		Tornillo de 6,5	UNIDAD																	
		Tornillo de 4,5	UNIDAD																	
		Tornillo de bloqueo	UNIDAD																	
7	Sistema de fijación transpedicular posterior	Schanz percutáneos	UNIDAD	3	HEALTH CARS SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	El Proponente NO presenta subsanacion, por lo tanto se aplica la causal de rechazo No. 14 *"Cuando la Entidad solicite al proponente subsanar y éste no lo haga en el término o plazo establecido para el efecto, en virtud de lo reglado por el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018."*	0	0	0
8	Sistema de fijacion Transpedicular Toracolumbar posterior	Monoaxial un nivel	UNIDAD	1	HEALTH CARS SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	El Proponente NO presenta subsanacion, por lo tanto se aplica la causal de rechazo No. 14 *"Cuando la Entidad solicite al proponente subsanar y éste no lo haga en el término o plazo establecido para el efecto, en virtud de lo reglado por el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018."*	0	0	0
		Polaxial un nivel	UNIDAD	2																
		Schanz un nivel	UNIDAD	3																
		Espolioltesis un nivel	UNIDAD	2																
9	Sistema de Medicina Deportiva	Set de tornillos de interferencia en titanio en sus diferentes diámetros para LCA-LCP	UNIDAD	2	HEALTH CARS SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	El Proponente NO presenta subsanacion, por lo tanto se aplica la causal de rechazo No. 14 *"Cuando la Entidad solicite al proponente subsanar y éste no lo haga en el término o plazo establecido para el efecto, en virtud de lo reglado por el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018."*	0	0	0
		Set de tornillos de interferencia biodegradables en sus diferentes diámetros para LCA-LCP	UNIDAD	3																
		Set puntas de radiofrecuencia	UNIDAD	8																
		Sistemas de fijación biodegradables y/o metálicos para reinserción meniscal de rodilla	UNIDAD	2																
		Sistema de sutura meniscal todo adentro, adentro-afuera, afuera adentro (set o kit sutura meniscal)	UNIDAD	4																
		Sistema de fijación ligamentaria (set o kit sistema fijación ligamentaria)	UNIDAD	2																
		Anclajes metálicos de 2.0 3.0 y 4.0 anclaje para reparación de: Bankart	UNIDAD	2																
		Anclajes metálicos de 2.0 3.0 y 4.0 anclaje para reparación de: manguito rotador	UNIDAD	2																
		Anclajes metálicos de 2.0 3.0 y 4.0 anclaje para reparación de: cirugía de pie	UNIDAD	2																
		Sistemas de anclajes biodegradables y/o metálicos para hombro	UNIDAD	2																
		Sistemas de anclajes biodegradables y/o metálicos para codo	UNIDAD	2																
		Sistemas de anclajes biodegradables y/o metálicos para rodilla	UNIDAD	2																
		Sistemas de anclajes biodegradables y/o metálicos para tobillo-pie	UNIDAD	2																

PROPUESTA							3.4 DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TECNICO									RESULTADO		VALORES AGREGADOS		
ITEM	NOMBRE Y/O DESCRIPCION DEL SISTEMA	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIAS MENSUALES	PROPONENTE	¿OFERTA LA TOTALIDAD DE COMPONENTES DEL SISTEMA?	1. Carta de Compromiso firmada por el representante legal donde se garantice la disponibilidad inmediata del material que oferte.	2. Autorización de distribución del fabricante	3. Presentar carta del Representante Legal en la cual se relacione el nombre y teléfono de la persona de contacto del programa de tecnovigilancia de la empresa.	4. Copia registro INVIMA de cada uno de los productos cotizados identificados con el número del sistema solicitado por la Subred, mediante la plataforma del Secop II junto con la propuesta. **Nota:** No se aceptarán ofertas de productos sin registro sanitario o con registro provisional o vencido.	5. Adjuntar en formato digital las fichas técnicas de cada sistema de material de osteosíntesis ofertado, identificándolas con el número del sistema solicitado por la Subred.	6. Carta en la cual especifica el horario de atención y el tiempo de respuesta para el despacho de material de osteosíntesis para procedimientos de urgencia y cirugía programada.	7. Adjuntar Concepto Técnico Higiénico-Sanitario: El distribuidor debe adjuntar el concepto técnico higiénico-sanitario favorable de la visita que realiza la Secretaría de Salud.	Certificación de inscripción al programa nacional de tecno vigilancia (Resolución 4816 de 2008).	HABILITADO / NO HABILITADO	OBSERVACIONES	A- EXPERIENCIA: 25 Puntos Se asignará puntaje a la experiencia certificada al oferente que presente máximo de cinco (5) certificaciones de contratos de suministro de material de osteosíntesis suscritos en los cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso con empresas públicas o privadas prestadoras de servicios de salud.	B- VALOR AGREGADO: 25 Puntos Los valores agregados que aquí se presentan son para beneficio de la Subred y para el mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios con calidad hacia nuestros pacientes y usuarios. Se asignarán máximo 25 puntos, al oferente que, en cumplimiento de los valores agregados de acuerdo con el siguiente cuadro	PUNTAJE TOTAL
		Set de cuchillas de shaver. Diámetros 3.5, 4.0, 4.5 y 5.0mm	UNIDAD	8																
		Set de fresas de shaver. Diámetros 3.5, 4.0, 4.5 y 5.0mm	UNIDAD	8																
		Sistema de tenosuspensión para LCA. Con posibilidad de aumentación para manejo de perforación accidental de la cortical.	UNIDAD	5																
2	Sistema de Fractura de clavicula	Placas anatómicas de titanio para tercio proximal, medio y distal de la clavicula de 3.5mm con sus respectivos tornillos, incluyendo tornillos bloqueados. Placa gancho.	UNIDAD	4	INNOMED S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO		25	10	35
4	Sistema de Fractura de tobillo	Placas anatómicas para peroné con sistema bloqueado, tornillos de 3,5mm tornillos de 4.0mm; incluir tornillos largos (de más de 70mm)	UNIDAD	14	INNOMED S.A.	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	El Proponente no oferta la totalidad de los componentes del sistema, por lo tanto se aplica la causal de rechazo No. 19. *"Cuando el proponente no oferte la totalidad de los ítems que compone cada SISTEMA, por lo cual el rechazo será parcial para el sistema ofertado."*	0	0	0
		Placas de tercio de tubo de 3,5mm	UNIDAD																	
		Placas rectas, en T y en L de 2.0, 2.4 y 2.7mm	UNIDAD																	
		Clavos de Kirschner	UNIDAD																	
2	Sistema de Fractura de clavicula	Placas anatómicas de titanio para tercio proximal, medio y distal de la clavicula de 3.5mm con sus respectivos tornillos, incluyendo tornillos bloqueados. Placa gancho.	UNIDAD	4	JOHNSON Y JOHNSON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO		25	10	35
4	Sistema de Fractura de tobillo	Placas anatómicas para peroné con sistema bloqueado, tornillos de 3,5mm tornillos de 4.0mm; incluir tornillos largos (de más de 70mm)	UNIDAD	14	JOHNSON Y JOHNSON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO		25	10	35
		Placas de tercio de tubo de 3,5mm	UNIDAD																	
		Placas rectas, en T y en L de 2.0, 2.4 y 2.7mm	UNIDAD																	
		Clavos de Kirschner	UNIDAD																	
8	Sistema de fijacion Transpedicular Toracolumbar posterior	Monoaxial un nivel	UNIDAD	1	JOHNSON Y JOHNSON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO		25	10	35
		Polaxial un nivel	UNIDAD	2																
		Schanz un nivel	UNIDAD	3																
		Espoliolistesis un nivel	UNIDAD	2																
3	Sistema de Fractura de metatarsos y falange pie. Corrección de hallux valgus. Artrodesis de hallux y falanges	Sistema de placas anatómicas y tornillos de 1,5 a 2,7mm	UNIDAD	16	LA INSTRUMENTADORA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO		25	10	35
1	Sistema de Mini anclajes absorbibles	2mm con y sin sutura de alta resistencia.	UNIDAD	5	LH S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	1. Presenta subsanacion, sin embargo al revisar la ficha tecnica presenta miniancljes de titanio, y se requieren absorbibles, por lo tanto No cumple.	0	0	0
2	Sistema de Fractura de clavicula	Placas anatómicas de titanio para tercio proximal, medio y distal de la clavicula de 3.5mm con sus respectivos tornillos, incluyendo tornillos bloqueados. Placa gancho.	UNIDAD	4	LH S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Presenta subsanación, Cumple con los criterios establecidos.	25	10	35
3	Sistema de Fractura de metatarsos y falange pie. Corrección de hallux valgus. Artrodesis de hallux y falanges	Sistema de placas anatómicas y tornillos de 1,5 a 2,7mm	UNIDAD	16	LH S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	1. Presenta subsanacion, sin embargo al revisar la ficha tecnica, el sistema ofertado por el proveedor, inicia en 2.4mm y se solicita desde 1.5mm, por lo tanto No cumple.	0	0	0
4	Sistema de Fractura de tobillo	Placas anatómicas para peroné con sistema bloqueado, tornillos de 3,5mm tornillos de 4.0mm; incluir tornillos largos (de más de 70mm)	UNIDAD	14	LH S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	1. Presenta subsanacion, sin embargo al revisar la ficha tecnica NO se evidencia placas anatómicas de peroné, placas en T para el tobillo, placas en L para el tobillo, y tampoco placas tercio de tubo, por lo tanto No cumple.	0	0	0
		Placas de tercio de tubo de 3,5mm	UNIDAD																	
		Placas rectas, en T y en L de 2.0, 2.4 y 2.7mm	UNIDAD																	
		Clavos de Kirschner	UNIDAD																	
8	Sistema de fijacion Transpedicular Toracolumbar posterior	Monoaxial un nivel	UNIDAD	1	LH S.A.S	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	El Proponente no oferta la totalidad de los componentes del sistema, por lo tanto se aplica la causal de rechazo No. 19. *"Cuando el proponente no oferte la totalidad de los ítems que compone cada SISTEMA, por lo cual el rechazo será parcial para el sistema ofertado."*	0	0	0
		Polaxial un nivel	UNIDAD	2																
		Schanz un nivel	UNIDAD	3																
		Espoliolistesis un nivel	UNIDAD	2																
8	Sistema de fijacion Transpedicular Toracolumbar posterior	Monoaxial un nivel	UNIDAD	1	MEDIMPLANTES S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO		25	10	35
		Polaxial un nivel	UNIDAD	2																
		Schanz un nivel	UNIDAD	3																
		Espoliolistesis un nivel	UNIDAD	2																
2	Sistema de Fractura de clavicula	Placas anatómicas de titanio para tercio proximal, medio y distal de la clavicula de 3.5mm con sus respectivos tornillos, incluyendo tornillos bloqueados. Placa gancho.	UNIDAD	4	OSTEOMEDICAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO		25	10	35
3	Sistema de Fractura de metatarsos y falange pie. Corrección de hallux valgus. Artrodesis de hallux y falanges	Sistema de placas anatómicas y tornillos de 1,5 a 2,7mm	UNIDAD	16	OSTEOMEDICAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	1. Presenta subsanacion, sin embargo al revisar la ficha tecnica, el sistema ofertado por el proveedor, inicia desde 1,5mm hasta 2.5mm y se solicita hasta 2.7mm, por lo tanto No cumple.	0	0	0
4	Sistema de Fractura de tobillo	Placas anatómicas para peroné con sistema bloqueado, tornillos de 3,5mm tornillos de 4.0mm; incluir tornillos largos (de más de 70mm)	UNIDAD	14	OSTEOMEDICAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	1. Presenta subsanacion, sin embargo al revisar la ficha tecnica presenta placas en T para Radio distal, y se requieren para el tobillo, ademas, No presenta placas en L de los diámetros solicitados, por lo tanto No cumple.	0	0	0
		Placas de tercio de tubo de 3,5mm	UNIDAD																	
		Placas rectas, en T y en L de 2.0, 2.4 y 2.7mm	UNIDAD																	
		Clavos de Kirschner	UNIDAD																	
6	Sistema de Fractura de fémur proximal	Placas anatómicas proximales para fémur con sistema de bloqueo	UNIDAD	2	OSTEOMEDICAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO		25	10	35
		Tornillo de 6.5	UNIDAD																	
		Tornillo de 4.5	UNIDAD																	
		Tornillo de bloqueo	UNIDAD																	
2	Sistema de Fractura de clavicula	Placas anatómicas de titanio para tercio proximal, medio y distal de la clavicula de 3.5mm con sus respectivos tornillos, incluyendo tornillos bloqueados. Placa gancho.	UNIDAD	4	PROMED QUIRURGICOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO		25	10	35
4	Sistema de Fractura de tobillo	Placas anatómicas para peroné con sistema bloqueado, tornillos de 3,5mm tornillos de 4.0mm; incluir tornillos largos (de más de 70mm)	UNIDAD	14	PROMED QUIRURGICOS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	El Proponente no oferta la totalidad de los componentes del sistema, por lo tanto se aplica la causal de rechazo No. 19. *"Cuando el proponente no oferte la totalidad de los ítems que compone cada SISTEMA, por lo cual el rechazo será parcial para el sistema ofertado."*	0	0	0
		Placas de tercio de tubo de 3,5mm	UNIDAD																	
		Placas rectas, en T y en L de 2.0, 2.4 y 2.7mm	UNIDAD																	
		Clavos de Kirschner	UNIDAD																	
5	Sistema de revisión de rodilla	Conos y mangas metafisarios de metal ultraporoso	UNIDAD	1	PROMED QUIRURGICOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO		25	10	35
6	Sistema de Fractura de fémur proximal	Placas anatómicas proximales para fémur con sistema de bloqueo	UNIDAD	2	PROMED QUIRURGICOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO		25	10	35
		Tornillo de 6.5	UNIDAD																	
		Tornillo de 4.5	UNIDAD																	
		Tornillo de bloqueo	UNIDAD																	
8	Sistema de fijacion Transpedicular Toracolumbar posterior	Monoaxial un nivel	UNIDAD	1	PROMED QUIRURGICOS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	El Proponente no oferta la totalidad de los componentes del sistema, por lo tanto se aplica la causal de rechazo No. 19. *"Cuando el proponente no oferte la totalidad de los ítems que compone cada SISTEMA, por lo cual el rechazo será parcial para el sistema ofertado."*	0	0	0
		Polaxial un nivel	UNIDAD	2																
		Schanz un nivel	UNIDAD	3																
		Espoliolistesis un nivel	UNIDAD	2																
2	Sistema de Fractura de clavicula	Placas anatómicas de titanio para tercio proximal, medio y distal de la clavicula de 3.5mm con sus respectivos tornillos, incluyendo tornillos bloqueados. Placa gancho.	UNIDAD	4	SBO GROUP SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	Presenta subsanacion, sin embargo al revisar la documentacion, se evidencia lo siguiente: 1. El registro sanitario de la placa gancho no se adjunta. 2 No presenta carta de distribucion del fabricante Waston y Nexfix para la empresa Todo Ortopedico, quien distribuye a SBO Group. 3. El registro invima adjunto, se encuentra incompleto. Por lo tanto No cumple.	0	0	0
		Placas anatómicas para peroné con sistema bloqueado, tornillos de 3,5mm tornillos de 4.0mm; incluir tornillos largos (de más de 70mm)	UNIDAD													1. Presenta subsanacion, sin embargo al revisar la ficha				

PROPUESTA							3.4 DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TECNICO								RESULTADO		VALORES AGREGADOS		
ITEM	NOMBRE Y/O DESCRIPCION DEL SISTEMA	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIAS MENSUALES	PROPONENTE	¿OFERTA LA TOTALIDAD DE COMPONENTES DEL SISTEMA?	1. Carta de Compromiso firmada por el representante legal donde se garantice la disponibilidad inmediata del material que oferte.	2. Autorización de distribución del fabricante	3. Presentar carta del Representante Legal en la cual se relacione el nombre y teléfono de la persona de contacto del programa de tecnovigilancia de la empresa.	4. Copia registro INVIMA de cada uno de los productos cotizados identificados con el número del sistema solicitado por la Subred, mediante la plataforma del Secop II junto con la propuesta. **Nota:** No se aceptarán ofertas de productos sin registro sanitario o con registro provisional o vencido.	5. Adjuntar en formato digital las fichas técnicas de cada sistema de material de osteosíntesis ofertado, identificándolas con el número del sistema solicitado por la Subred.	6. Carta en la cual especifica el horario de atención y el tiempo de respuesta para el despacho de material de osteosíntesis para procedimientos de urgencia y cirugía programada.	7. Adjuntar Concepto Técnico Higiénico-Sanitario: El distribuidor debe adjuntar el concepto técnico higiénico-sanitario favorable de la visita que realiza la Secretaría de Salud.	Certificación de inscripción al programa nacional de tecno vigilancia (Resolución 4816 de 2008).	HABILITADO / NO HABILITADO	OBSERVACIONES	A- EXPERIENCIA: 25 Puntos Se asignará puntaje a la experiencia certificada al oferente que presente máximo de cinco (5) certificaciones de contratos de suministro de material de osteosíntesis suscritos en los cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso con empresas públicas o privadas prestadoras de servicios de salud.	B- VALOR AGREGADO: 25 Puntos Los valores agregados que aquí se presentan son para beneficio de la Subred y para el mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios con calidad hacia nuestros pacientes y usuarios. Se asignarán máximo 25 puntos, al oferente que, en cumplimiento de los valores agregados de acuerdo con el siguiente cuadro	PUNTAJE TOTAL
4	**Sistema de Fractura de tobillo**	Placas de tercio de tubo de 3,5mm	UNIDAD	14	**SBO GROUP SAS**	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO HABILITADO**	**tecnica, NO se evidencia placas en T ni placas en L de 2.0 a 2.7mm. 2 No presenta carta de distribucion del fabricante Waston y Nexfix para la empresa Todo Ortopedico, quien distribuye a SBO Group. Por lo tanto No cumple.**	**0**	**0**	**0**
		Placas rectas, en T y en L de 2.0, 2.4 y 2.7mm	UNIDAD																
		Clavos de Kirschner	UNIDAD																
6	**Sistema de Fractura de fémur proximal**	Placas anatómicas proximales para fémur con sistema de bloqueo	UNIDAD	2	**SBO GROUP SAS**	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO HABILITADO**	**1. Se revisan documentos subsanados presenta ficha tecnica de osteosolution sin embargo la carta de distribucion de Diverquin autoriza a distribuir la marca Libeier de Osteosolution, para la empresa SBO Group; esta carta, con fecha de febrero de 2019, es dirigida para distribuir en la ciudad de Bogota al Hospital de la Samaritana, NO a la Subred Centro Oriente, por lo tanto NO cumple.**	**0**	**0**	**0**
		Tornillo de 6,5	UNIDAD																
		Tornillo de 4,5	UNIDAD																
		Tornillo de bloqueo	UNIDAD																
1	**Sistema de Mini anclajes absorbibles**	2mm con y sin sutura de alta resistencia.	UNIDAD	5	**SMITH & NEPHEW**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**		**25**	**10**	**35**
3	**Sistema de Fractura de metatarsos y falange pie. Corrección de hallux valgus. Artrodesis de hallux y falanges**	Sistema de placas anatómicas y tornillos de 1,5 a 2,7mm	UNIDAD	16	**SMITH & NEPHEW**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**		**25**	**10**	**35**
4	**Sistema de Fractura de tobillo**	Placas anatómicas para peroné con sistema bloqueado, tornillos de 3,5mm tornillos de 4.0mm; incluir tornillos largos (de más de 70mm)	UNIDAD	14	**SMITH & NEPHEW**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**		**25**	**10**	**35**
		Placas de tercio de tubo de 3,5mm	UNIDAD																
		Placas rectas, en T y en L de 2.0, 2.4 y 2.7mm	UNIDAD																
		Clavos de Kirschner	UNIDAD																
5	**Sistema de revisión de rodilla**	Conos y mangas metafisiarios de metal ultraporoso	UNIDAD	1	**SMITH & NEPHEW**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**		**25**	**10**	**35**
6	**Sistema de Fractura de fémur proximal**	Placas anatómicas proximales para fémur con sistema de bloqueo	UNIDAD	2	**SMITH & NEPHEW**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**		**25**	**10**	**35**
		Tornillo de 6,5	UNIDAD																
		Tornillo de 4,5	UNIDAD																
		Tornillo de bloqueo	UNIDAD																
9	**Sistema de Medicina Deportiva**	Set de tornillos de interferencia en titanio en sus diferentes diámetros para LCA-LCP	UNIDAD	2	**SMITH & NEPHEW**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**		**25**	**10**	**35**
		Set de tornillos de interferencia biodegradables en sus diferentes diámetros para LCA-LCP	UNIDAD	3															
		Set puntas de radiofrecuencia	UNIDAD	8															
		Sistemas de fijación biodegradables y/o metálicos para reinserción meniscal de rodilla	UNIDAD	2															
		Sistema de sutura meniscal todo adentro, adentro-afuera, afuera adentro (set o kit sutura meniscal)	UNIDAD	4															
		Sistema de fijación loamentaria (set o kit sistema fijación loamentaria)	UNIDAD	2															
		Anclajes metálicos de 2.0,3.0 y 4.0 anclaje para reparación de: Bankart	UNIDAD	2															
		Anclajes metálicos de 2.0,3.0 y 4.0 anclaje para reparación de: manguito rotador	UNIDAD	2															
		Anclajes metálicos de 2.0,3.0 y 4.0 anclaje para reparación de: cirugía de pie	UNIDAD	2															
		Sistemas de anclajes biodegradables y/o metálicos para hombro	UNIDAD	2															
		Sistemas de anclajes biodegradables v/o metálicos para codo	UNIDAD	2															
		Sistemas de anclajes biodegradables y/o metálicos para rodilla	UNIDAD	2															
		Sistemas de anclajes biodegradables v/o metálicos para tobillo-pie	UNIDAD	2															
		Set de cuchillas de shaver. Diámetros 3.5, 4.0, 4.5 y 5.0mm	UNIDAD	8															
		Set de fresas de shaver. Diámetros 3.5, 4.0, 4.5 y 5.0mm	UNIDAD	8															
		Sistema de tenosuspensión para LCA. Con posibilidad de aumentación para manejo de perforación accidental de la cortical.	UNIDAD	5															
4	**Sistema de Fractura de tobillo**	Placas anatómicas para peroné con sistema bloqueado, tornillos de 3,5mm tornillos de 4.0mm; incluir tornillos largos (de más de 70mm)	UNIDAD	14	**SUMEDIX**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO HABILITADO**	**1. Presenta subsanacion, sin embargo al revisar la ficha tecnica NO presenta placas en T, ni placas en L y tampoco placas tercio de tubo, por lo tanto No cumple.**	**0**	**0**	**0**
		Placas de tercio de tubo de 3,5mm	UNIDAD																
		Placas rectas, en T y en L de 2.0, 2.4 y 2.7mm	UNIDAD																
		Clavos de Kirschner	UNIDAD																
6	**Sistema de Fractura de fémur proximal**	Placas anatómicas proximales para fémur con sistema de bloqueo	UNIDAD	2	**SUMEDIX**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO HABILITADO**	**1. Presenta subsanacion, sin embargo al revisar la ficha tecnica esta corresponde a placa de fémur distal y se requiere de fémur proximal, por lo tanto No cumple.**	**0**	**0**	**0**
		Tornillo de 6,5	UNIDAD																
		Tornillo de 4,5	UNIDAD																
		Tornillo de bloqueo	UNIDAD																

ORIGINAL FIRMADO

ANDRES GILBERTO CORREA
Médico Ortopedista
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

ORIGINAL FIRMADO

OSCAR FERNANDO GUTIERREZ
Médico Neurocirujano
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

ORIGINAL FIRMADO

EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
Instrumentadora Quirúrgica
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

ORIGINAL FIRMADO

KELLY SAMARA PINEDA
Ingeniera Biomedica
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE