Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** **APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS** **FORMATO FICHA TÉCNICA DE EQUIPO BIOMÉDICO**	**CÓDIGO: AP-RF-FT-013** **VERSIÓN: 02** **FECHA: 2021-07-14**

Equipo	MONITOR STARLING
Marca	BAXTER
Modelo	STARLING
Serie	V512018070378
Activo Fijo	
Sede	SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E
UPSS	
Ubicación/Servicio	
Año de Fabricación	2018
Registro Sanitario	INVIMA 2019EBC-004287-R1
Fabricante	CHEETAL MEDICAL
Telefono/Email	3115132702/ cindy_racines@baxter.com
Tiempo de Garantia	5 AÑOS
Fecha de instalación	DD / MM / AAAA

Registro fotográfico del Equipo Biomédico



TIPO DE BIEN

Compra directa		Comodato	X	Alquiler o Tecerizado		Donación			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 100/120 VAC	Corriente: 2 Amp	Potencia: 240 Watt	Presión: NA	Peso: 4,3 Kg
Capacidad: NA	Temperatura: 10-40°C	Frecuencia: 50/60 Hz	Volumen opera. : NA	Otros: NA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X	Gas Natural		Agua		Vapor		Aire	
Neumatica		Otros:_____							

CLASIFICACIÓN

POR RIESGO		**BIOMÉDICA**	
I		Diagnóstico	X
IIA		Tratamiento	
IIB	X	Rehabilitación	
III		Prevención	
No aplica		Análisis de laboratorio	

SOPORTE TÉCNICO

	Periodicidad					**Estado**			
MTTO PREVENTIVO	Mensual	Trimestal	Cuatrimestral	Anual	Otro	Contratado	Garantía	Comodato/ Alquiler	Propio
					NA			X	
METROLOGÍA	Mensual	Trimestal	Cuatrimestral	Anual	Otro	**Tipo de actividad**			
					NA	Calibración	NA	Calificación	NA

ACCESORIOS O COMPONENTES

Descripción	Modelo/Referencia	Serie/Consecutivo
SENSORES STARLING	CMS25	-
SENSORES STARLING	SMS10	-