



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ÁREA GESTIÓN CONTRATOS

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS N°01 DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-024-2024-HOMIL, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CABINAS DE BIOSEGURIDAD Y EXTRACCIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

EL SEÑOR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL EN CALIDAD DE ORDENADOR DE GASTO y,

El comité técnico estructurador, proceden a emitir respuesta oportuna a la observación realizada por el oferente dentro del proceso de selección de la referencia de la siguiente manera:

OBSERVACION FORMULADA POR C.I. GLOBAL SCIENTIFIC SA

OBSERVACION No.01

Señores
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Bogotá Distrito Capital

Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS INCLUIDOS REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CABINAS DE BIOSEGURIDAD Y EXTRACCIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

Asunto: Observaciones a los estudios documentos previos de la mínima cuantía MC-024-2024-HOMIL

C.I Global Scientific S.A.S somos una compañía con de 23 años de experiencia en venta y la prestación de servicios técnicos especializados en mantenimiento para equipos de laboratorio, actualmente nos encontramos participando en el proceso en referencia por lo tanto queremos presentar la siguientes Observaciones.

REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS:

Se solicita lo siguiente:

17.3. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El oferente deberá aportar con la oferta las siguientes hojas de vida para el cumplimiento del perfil requerido así:

UN INGENIERO BIOMEDICO y/o TECNICO BIOMEDICO, un TECNOLOGO O TECNICO ELECTRONICO con (3) tres años de experiencia en mantenimiento de equipos biomédicos para lo cual debe anexar la hoja de vida soporte de la experiencia

El oferente deberá estimar y costear todo el personal necesario para el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones del contrato, incluyendo su liquidación y de este modo garantizar la calidad del servicio contratado.

Cra. 15 No.52A-06 • Of 101 601 322 7192 301 284 1808

info@globalsci.com.co comercial@globalsci.com.co

www.globalsci.com.co

GLOBAL SCIENTIFIC
Mantenimiento y Venta de equipos de laboratorio



Observaciones a los requisitos técnicos habilitantes:

C.I. GLOBAL SCIENTIFIC S A S de Manera respetuosa solicita a la entidad se permita presentar una hoja de vida de Un (1) Ingeniero Biomédico y/o Técnico Biomédico o un ingeniero Electrónico o Técnico electrónico y Un (1) Tecnólogo o técnico Electrónico con tres (3) años de experiencia en equipos Biomédicos y/o Equipos de laboratorio Cabinas de Bioseguridad y Extracción, para de que esta forma halla mayor pluralidad de ofertas.

Agradecemos a la entidad tener en cuenta las observaciones

Atentamente;



Mario Hernández Benavides
Representante legal S.
C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S
C.C. No. 79.264.084 Expedida en Bogotá.
Nit 830.067.880-4
Carrera 15 #52A-06
Tel: 601 3227192
gerencia@globalsci.com.co
Celular 3212154715

RESPUESTA OBSERVACIÓN No.01

El comité tecnico estructurador, se permite informar que acepta la observacion presentada por la empresa GLOBAL SCIENTIFIC SAS y queda de la siguiente manera.

El personal minimo requerido debe ser:

UN INGENIERO ELECTRONICO o BIOMEDICO y/o TECNICO BIOMEDICO, o TEGNOLOGO O TECNICO ELECTRONICO con (02) dos años de experiencia en mantenimiento de equipos biomédicos o equipos de laboratorio incluidos cabinas de extracción y bioseguridad. Para lo cual debe anexar la hoja de vida soporte de la experiencia.

OBSERVACION FORMULADA POR LABPRO SAS



Bogotá, 20 de febrero de 2024

Señores
Hospital Militar Central
Ciudad.

Ref: Observación al Proceso Mínima Cuantía MC-024-2024-HOMIL

Objeto: “Mantenimiento Preventivo y los Correctivos que sean necesarios incluido repuestos nuevos no remanufacturados para las cabinas de bioseguridad y extracción del hospital militar central.”.

En relación al proceso licitatorio en curso, con respecto a los requisitos de experiencia de personal mínimo requerido, solicito muy respetuosamente a la Entidad la inclusión de la profesión de tecnólogo en mecatrónica entre el personal necesario. Este perfil profesional posee habilidades técnicas necesarias para llevar a cabo la prestación de los servicios requeridos en el presente proceso, dado sus habilidades técnicas en mecánica, electrónica, control automático y programación.

Adicional la inclusión de un tecnólogo en mecatrónica en el equipo de mantenimiento garantizaría una cobertura integral de las necesidades técnicas específicas de estos equipos, contribuyendo así a la eficiencia y efectividad del servicio prestado.

RESPUESTA OBSERVACIÓN No.01

El comité técnico estructurador, se permite informar que acepta la observación presentada por la empresa LABPRO SAS y queda de la siguiente manera.

El personal mínimo requerido debe ser:

UN INGENIERO ELECTRONICO o BIOMEDICO y/o TECNICO BIOMEDICO, o TECNOLOGO O TECNICO ELECTRONICO con (02) dos años de experiencia en mantenimiento de equipos biomédicos o equipos de laboratorio incluidos cabinas de extracción y bioseguridad. Para lo cual debe anexar la hoja de vida soporte de la experiencia.

De esta manera se da respuesta a cada una de las observaciones y aclaraciones de conformidad con la normativa legal vigente y teniendo en cuenta los principios de economía, transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás normas reglamentarias, concordantes y complementarias.

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS N°01 DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-024-2024-HOMIL, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CABINAS DE BIOSEGURIDAD Y EXTRACCIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”.

DESIGNACIÓN	NOMBRE	CARGO Y DEPENDENCIA	FIRMAS
GERENTE DEL PROYECTO	Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera Romero	Jefe Unidad de Apoyo Logístico	
COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR	Ing. Daniel Román Torres Olarte	Ingeniero mecánico - Unidad de Apoyo Logístico	

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS N°01 DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-024-2024-HOMIL, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CABINAS DE BIOSEGURIDAD Y EXTRACCIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”.