CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

ALACON METROLOGÍA S.A.S. - NIT 901043953-7

NO. 23-274-06-4

NOMBRE DEL CLIENTE: *CLINICA OFTALMOLÓGICA PEÑARANDA S.A.S.*

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: *Calle 17 No. 0 - 88, Barrio La Playa*

CIUDAD / MUNICIPIO: *Cúcuta, Norte de Santander*

NOMBRE DE CONTACTO: *LISANDRO ANTONIO SAMACÁ ARGÜELLO*

TELÉFONO: *318 313 9369*

CORREO ELECTRÓNICO: *mantenimientocop3@gmail.com*

INSTRUMENTO CALIBRADO: **TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL**

MARCA / FABRICANTE :	**KTJ**	**MODELO:**	TA318
NÚMERO DE SERIE / ID:	No Identificado / No Identificado	**CÓDIGO INTERNO:**	23-274-06-4
INTERVALO DE MEDICIÓN:	25 %HR a 90 %HR	**FECHA DE RECEPCIÓN:**	2023-07-28
FECHA DE CALIBRACIÓN:	**2023-08-03**		
UBICACIÓN:	*CLINICA OFTALMOLÓGICA PEÑARANDA S.A.S. - Angiografía - Carro de Paro*		
LUGAR DE CALIBRACIÓN:	ALACON Metrología S.A.S. - Laboratorio de Temperatura		

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas a los ítems identificados y no puede ser reproducido parcialmente sin la previa autorización por escrito del Laboratorio ALACON METROLOGÍA S.A.S.
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio ALACON METROLOGÍA S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información aquí contenida y de los equipos calibrados.
No son válidos certificados de calibración sin firma digital.

TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN

ALACON Metrología S.A.S. garantiza la trazabilidad de sus mediciones y de sus patrones, al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones documentadas que lo vinculan a los patrones primarios pertinentes a las unidades de medición del SI.

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CÓDIGO INTERNO	PRÓXIMA CALIBRACIÓN	ID CERTIFICADO
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL / SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	FLUKE	1620A / 2626-S	B77947 / B77014	BT-075 / BT-129	2024-08	LC10306-23 SET & GAD S.A.S.
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL / SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	FLUKE	1620A / 2626-S	B77947 / B77015	BT-075 / BT-130	2024-08	LC10406-23 SET & GAD S.A.S.
CÁMARA DE CLIMA CONSTANTE	MEMMERT	HPP-260	W6170098	BT-062	2024-02	CMK-TEMPA-23003 COLMETRIK CMK-TEMPA-23004 COLMETRIK

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA CALIBRACIÓN:

Ing. FRANCY YULIETH CRISTANCHO CASTILLO

Metrólogo

Fecha de Emisión: **2023-08-14**

Número de páginas incluyendo anexos: **2**

REVISA Y AUTORIZA



Firmado digitalmente por_LUIS A. FORERO
Motivo:Estoy aprobando este documento
Fecha:2023-08-14 16:36-05:00

Ing. LUIS ALBERTO FORERO RINCÓN

Director Técnico

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

ALACON METROLOGÍA S.A.S. - NIT 901043953-7

NO. 23-274-06-4

MÉTODO DE CALIBRACIÓN:

La prueba se realiza por el método de comparación directa a un instrumento patrón, en un medio isotermo caracterizado en temperatura y humedad relativa, según el procedimiento TH-007 para la calibración de medidores de condiciones ambientales de temperatura y humedad en aire del Centro Español de Metrología CEM, Edición digital 1 de 2008.

INFORMACIÓN DE CALIBRACIÓN:

MAGNITUD	INTERVALO DE CALIBRACIÓN	RESOLUCIÓN
HUMEDAD RELATIVA (%)	49 %HR a 70 %HR	1 %HR

CONDICIONES AMBIENTALES:


Temperatura:	19,1	°C	±	0,7	°C
Humedad Relativa:	44,7	%HR	±	4,8	%HR

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre típica de medida ha sido estimada considerando las contribuciones del instrumento patrón, del medio isotermo, del método de calibración, de las condiciones ambientales y del propio instrumento calibrado. La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

VALORES OBTENIDOS DURANTE LA CALIBRACIÓN

HUMEDAD RELATIVA (%) @ 23 °C				
Promedio Indicación PATRÓN %HR	Promedio Indicación EBP %HR	Corrección %HR	Factor de cobertura k	Incertidumbre expandida %HR (U)
48,9	48,0	0,9	2,00	1,8
59,7	54,0	5,7	2,00	1,8
69,8	59,0	10,8	2,00	2,3



OBSERVACIONES:

1. El solicitante es responsable de la calibración de sus equipos a intervalos adecuados.
2. El laboratorio ALACON Metrología no es responsable por la información suministrada por el cliente, identificada claramente con ***negrita y cursiva.***
3. La corrección reportada en las tablas de resultados se calcula mediante la siguiente expresión:
   Corrección = [Promedio Indicación Patrón] - [Promedio Indicación EBP] (EBP: Equipo Bajo Prueba)
4. La incertidumbre expandida (U) reportada en la tabla de resultados se calcula mediante la siguiente expresión:
   Incertidumbre expandida = [Incertidumbre combinada] x [Factor de cobertura k]
5. **El valor Promedio Indicación patrón es el valor promedio de las lecturas tomadas de dos patrones de referencia.**
6. **El valor Promedio Indicación EBP es el valor promedio de dos lecturas tomadas en el equipo bajo prueba.**
7. Se utilizan comas como separador decimal.

FIN DEL CERTIFICADO