Santiago de Cali, 28 de febrero de 2024


Señora Coronel
MARIA CLEMENCIA GUTIERREZ RUEDA
Gerente de Proyecto proceso de selección de Mínima Cuantía N° **167-DIGSA/DMCAL-2024**

Asunto: Reevaluación técnica del proceso de selección de mínima cuantía N° **167-DIGSA/DMCAL-2024, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN, EMPAQUE DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MÉDICO DE LAS AREAS DE SALAS DE CIRUGÍA, URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZADOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI.**

PARTICIPANTE:

ESTERILIZAR II S.A.S NIT 900681300-0


El proponente allega la siguiente documentación:



Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha
Contratacionhomro3015@gmail.com
Cali – valle del cauca

Con ocasión del no cumplimiento por la falta de los siguientes ítems relacionados, hacen envío de la siguiente Documentación.

N°	REQUERIMIENTO	DOCUMENTO REQUERIDO
1	PORTAFOLIO DE SERVICIOS	Portafolio de servicios actualizado con red propia (no aceptan portafolios de servicios con red subcontratada) donde se describa detalladamente los métodos de esterilización que ofrece. Debe de estar en Excel y valorizado.
2	SERVICIO HABILITADO	Que el proveedor se encuentre habilitado según los 7 estándares de habilitación descritos en la resolución 3100, para lo cual adicional a soporte de habilitación, deberá presentar informe que contenga los criterios que cumple establecidos en los estándares, donde se incluyan entre otros certificados de personal instrumentador(a) quirúrgico(a), auxiliares, certificados de equipos, programas de mantenimiento, validación de procesos, transportes de material, protocolos de activación.
5	DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN VOLUMEN A PROCESAR	El proveedor deberá anexar documento donde indique los criterios (volumen) a tener en cuenta para establecer si el servicio requerido es de 1/8, ¼, ¼+1/8, ½, ½+1/8, ¾, ¾+1/8 ó 1 carga. Esto con el fin de que el servicio de Central de esterilización pueda prever el volumen de carga a enviar a esterilizar y llevar control del consumo de gasto.



REEVALUACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El proponente acreditará que los bienes a adquirir cumplen con las normas técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem ofertado, para tal efecto diligenciará correctamente el Anexo No. 2 “NORMAS TÉCNICAS, FICHAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”, el cual será verificado por el Comité Técnico Evaluador.

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.
1	85101500	48140	OXIDO DE ETILENO Procesó de esterilización a baja temperatura, basado en la difusión de gas de óxido de etileno, el cual es capaz de esterilizar y destruir microorganismos.	1/8 carga	1
				1/4 carga	1
				1/4 + 1/8 carga	1
				1/2 carga	1
				1/2 + 1/8 carga	1
				3/4 carga	1
				3/4 + 1/8 carga	1
				1 carga	1
2	85101500	48140	PEROXIDO DE HIDROGENO Proceso de esterilización a baja temperatura, de material termo sensible e instrumental de superficies lisas.	1/8 carga	1
				1/4 carga	1
				1/4 + 1/8 carga	1
				1/2 carga	1
				1/2 + 1/8 carga	1
				3/4 carga	1
				3/4 + 1/8 carga	1
				1 carga	1
3	85101500	48140	VAPOR Proceso de esterilización a alta temperatura de material.	1/8 carga	1
				1/4 carga	1
				1/4 + 1/8 carga	1
				1/2 carga	1
				1/2 + 1/8 carga	1
				3/4 carga	1
				3/4 + 1/8 carga	1
				1 carga	1
4	85101500	4419303	Servicio de incubación sin indicador biológico vapor	UND	1
5	85101500	4419303	Empaque ÓXIDO DE ETILENO	1/8 carga	1
				1/4 carga	1
				1/4 + 1/8 carga	1
				1/2 carga	1
				1/2 + 1/8 carga	1
				3/4 carga	1
				3/4 + 1/8 carga	1
				1 carga	1
				1/8 carga	1
				1/4 carga	1
6	85101500	4419303	EMPAQUE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO	1/4 + 1/8 carga	1
				1/2 carga	1
				1/2 + 1/8 carga	1
				3/4 carga	1
				3/4 + 1/8 carga	1
				1 carga	1
7	85101500	4419303	EMPAQUE VAPOR	1/8 carga	1
				1/4 carga	1

				1/4 + 1/8 carga	1
				1/2 carga	1
				1/2 + 1/8 carga	1
				3/4 carga	1
				3/4 + 1/8 carga	1
				1 carga	1

TIPO ESTERILIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Óxido de Etileno Químico Este proceso basado en la difusión de un gas el óxido de etileno o ETO, el cual es capaz de esterilizar y destruir los microrganismos, es esterilización a baja temperatura ya que trabaja con temperaturas que no superan 60ºC.	Que preste el servicio de empaque, lavado, secado y lubricación y sellado. Transporte de recogida y entrega gratuita en la ciudad de Cali, así como transporte de urgencia y varias recogidas en un día. Servicio 24 horas de lunes a lunes. Entrega de registro químico físico biológico del material que se envié a esterilizar. Elementos que no soporte altas temperaturas
Peróxido de Hidrogeno Esterilización De Material Termo sensible resistente a temperaturas < 60ºC) e instrumental de superficies lisas.	Que preste el servicio de empaque, lavado, secado y lubricación y sellado. Transporte de recogida y entrega gratuita en la ciudad de Cali así como transporte de urgencia y varias recogidas en un día. Servicio 24 horas de lunes a lunes. Entrega de registro químico, físico y biológico del material que se envíe a esterilizar.
Vapor Bajo Presión temperaturas de 134ºC.	Que preste el servicio de empaque, lavado, secado y lubricación y sellado. Transporte de recogida y entrega gratuita en la ciudad de Cali así como transporte de urgencia y varias recogidas en un día. Servicio 24 horas de lunes a lunes. Entrega de registro químico, físico y biológico del material que se envié a esterilizar.

NOTA1: EL CONTRATISTA NO PODRA SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
NOTA 2: NO SE ACEPTAN PROPUESTAS PACRCIALES, NI ALTERNATIVAS, EL OFERENTE INTERESADO EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN DE BE OFERTAR LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

4.4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

El proponente deberá tener en cuenta que en desarrollo de la ejecución del respectivo contrato, deberá cumplir como mínimo con las siguientes obligaciones y especificaciones técnicas adicionales, para el cumplimiento de las mismas los interesados en participar diligenciarán correctamente el Anexo No. 2 “NORMAS TÉCNICAS, FICHAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO” adjunto en los anexos y formularios de la invitación publica, el cual será verificado por el Comité Técnico

Evaluador, así mismo debe tener en cuenta aquellos requerimientos que se requieren en documento independiente y demás documentos solicitados a continuación:

N°	REQUERIMIENTO	DOCUMENTO REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	PORTAFOLIO DE SERVICIOS	Portafolio de servicios actualizado con red propia (no aceptan portafolios de servicios con red subcontratada) donde se describa detalladamente los métodos de esterilización que ofrece. Debe de estar en Excel y valorizado.	**X**		
2	SERVICIO HABILITADO	Que el proveedor se encuentre habilitado según los 7 estándares de habilitación descritos en la resolución 3100, para lo cual adicional a soporte de habilitación, deberá presentar informe que contenga los criterios que cumple establecidos en los estándares, donde se incluyan entre otros certificados de personal instrumentador(a) quirúrgico(a), auxiliares, certificados de equipos, programas de mantenimiento, validación de procesos, transportes de material, protocolos de activación.	**X**		Certificado No 0822 de fecha 16 de diciembre de 2019, válida hasta el 12 de diciembre de 2024.
3	CERTIFICACIÓN	El oferente deberá anexar una carta de compromiso firmada por el representante legal, manifestando que en caso de daño y/o pérdida de algún elemento, el oferente se hará responsable de suministrar al DMCAL el elemento con las mismas características al que presentó daño o pérdida.	**X**		
4	CERTIFICADO APOYO EDUCACIÓN CONTINUA	Carta de compromiso, firmada por el representante legal, donde se certifique el ofrecimiento de Asesoría en Apoyo de educación continuada al personal que designe la Coordinación del Servicio de Salas de Cirugía, referente a actualizaciones, seminarios, congresos y/o similares en temas relacionados con Central de Esterilización con el fin de la actualización del personal que labora en el área de Central de Esterilización del DMCAL.	**X**		
5	DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN VOLUMEN A PROCESAR	El proveedor deberá anexar documento donde indique los criterios (volumen) a tener en cuenta para establecer si el servicio requerido es de 1/8, ¼, ¼+1/8, ½, ½+1/8, ¾, ¾+1/8 ó 1 carga. Esto con el fin	**X**		

		de que el servicio de Central de esterilización pueda prever el volumen de carga a enviar a esterilizar y llevar control del consumo de gasto.			

CONCLUSION DE LA REEVALUACION TECNICA:

Una vez verificados los requisitos de orden técnico solicitados en el complemento a la invitación para el proceso de selección de Mínima Cuantía N° **167-DIGSA/DMCAL-2024** se puede establecer que la entidad **ESTERILIZAR SAS, CUMPLE** técnicamente con lo solicitado razón por la cual se recomienda continuar con el proceso de adjudicación.

Sargento Viceprimero **MORA RINCÓN NADIA ZULIMA**
Comité Técnico Evaluador Proceso de selección de Mínima Cuantía N° **167-DIGSA/DMCAL-2024**

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO