Villavicencio, 11/12/2023

Doctor(a):
JHONATAN DAVID NEIRA
Secretario de Salud
Gobernación del Meta

INFORME DE SUPERVISIÓN

Objetivo del Informe
Mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

Contrato No. y Fecha:	3130 del 27 de julio de 2023		
Clase de Contrato:	Prestación de servicios		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	10818 del 9 de agosto de 2023		
Contratista:	Servicio de asistencia Técnica Instrumental SAS	Nit./c.c.	900.679.519-1
Representante Legal:	Jaime Arturo Castillo Suarez	c.c.	11.434.160
Supervisor:	Edgar Calderòn Vega	c.c.	17.339.543
Acto administrativo de designación supervisor: No. y Fecha	01/09/2023		
Objeto:			
Garantizar la calidad de todas y cada una de las áreas de Laboratorio de salud Pública mediante ejecución de acciones del Plan de mantenimiento preventivo del equipo de cromatografía Iónica para análisis de aniones y cationes en aguas de consumo humano			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	**Treinta y nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil setecientos catorce pesos ($39.984.714)**		
Término Inicial de Ejecución:	Cuatro (4) meses		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	01/09/2023	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	30/11/2023 (conforme a circular 001-2023 plazo de ejecución vigencia fiscal

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	Dos (2) meses	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	30/11/2023
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	**Treinta y nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil setecientos catorce pesos ($39.984.714)**		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A **Inserte filas si requiere			

Periodo de Pago:	Del	01/09/2023		Al	30/11/2023			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial		Final	X	No. de Pago	1

Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números Máximo 2 Decimales)	**Treinta y nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil setecientos catorce pesos ($39.984.714) MCTE**

Se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así para dar cumplimiento al Decreto No. 075 de 1 de marzo de 2021 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Departamento del Meta, me permito informar el desarrollo correspondiente al presente periodo de pago en los siguientes aspectos:

Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	Si	No	N/A
Registro presupuestal	X		
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la Ley	X		
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)			X
Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales ARL			X
Publicaciones en Secop	X		
Publicaciones en SIA Observa	X		
Carpeta física actualizada en la Gerencia de asuntos contractuales	X		

Ejecución de las actividades en cumplimiento de las obligaciones especificas en el periodo del informe:

N°	Referencia	Descripción	Cant	SOPORTES
1	SATSERV-MO-HPLC Ionico	Realizar el mantenimiento preventivo del Mantenimiento Preventivo y calificación del equipo Cromatografo Ionico SYKAM 7150 según establecidos por el fabricante, los cuales se detallan a continuación: Bomba S1130: Limpieza de unidad externa, unidad electronica, sistema de ventilacion, sistema de pistones, sistema de desgasificacion, filtros de solvente y filtros en linea. Cambio de consumibles (si aplica). Pruebas de verificación: Compresibilidad de la bomba y	2	Informe de servicio Mantenimiento preventivo No OT 4352- Informe de Servicio de Calificación OT 4357

		precisión de inyección en tiempos de retención. Automuestreador S5300 : Limpieza de la unidad fisica, unidad electronica; revisión de filtro en linea; limpieza y revisión de la valvula del inyector; revisión de la unidad de inyección sealpack; revisión de la jeringa, sistema de purga, unidad de muestras y aguja. Cambio de consumibles. Pruebas de verificación: Compresibilidad del automuestreador, precisión de la inyección y registro de temperatura de unidad peltier (si aplica). Horno: Limpieza en la unidad externa y electronica, unidad de ventilacion y disipadores; revisión del sensor de fuga, sensor de temperatura. Pruebas de verificación: Registro de temperatura a 40°C con sensor calibrado. Detector de conductividad S150: Limpieza de unidad externa y electronica, sistema de ventilacion,lentes del sistema optico, celda, alineacion optica (si aplica), revisión del modulo autosupresor integrado de la bomba, sistema de protección supresor por válvula de sobre- presión, revisión valvula de regeneración -Cambio de Repuestos (si requiere). Prueba de verificación: Energia de la lámpara y exactitud de longitud de onda. Organizador: Limpieza y revision partes fisicas y electronicas; verificación de voltaje de entrada y neutro-tierra		
2	SATSERV-OQ-HPLC Ionico	Realizar la calificación del equipo Cromatografo Ionico SYKAM 7150 según establecidos por el fabricante, los cuales se detallan a continuación: Bomba S1130 ISOCRÁTICA- Test de: Compresibilidad y Exactitud de flujo Automuestreador S5300: - Test de: Compresibilidad, Linealidad, Precision con estandar certificado. Horno de columnas integrado: Perfil de temperatura a 20°C y 40°C con sistema datalogger que permite la entrega de la curva de temperatura y los	1	Informe de servicio No OT-4356

		datos primarios. Detector de conductividad S150 - Test de energia de lampara, exactitud longitud de onda, ruido y deriva, y absortividad del detector con 5 concentraciones de estandar certificado.		
		Suministrar e instalar los consumibles que se relacionan a continuación:		
1	S010863	Ation Column Ion Anion Separar07 2,6 x 150 mm	1	Comprobante de Entrada al Almacén No 485
2	S004732	Guard Column Anion Separation AGC-1 2,6 x 20 mm	1	
3	S004856	Coupling-Adapter Anion Guard Column IC	1	
4	S000095	Primary Sealing Ring PE Analitical	4	
5	S000094	Secundary Sealing Ring Analitical	4	
6	S000320	Ceck Valve Cartidge	4	
7	S008167	Rotor Seal F. Valve S6165	2	
8	S004157	Injection Port INCL Sealing Peek	2	
9	S000677	Glass Syringe 500 uL-Autosampler	1	
10	S003833	Ion Transfer Solution 250 mL for Ion Supressor Unit	2	
11	S000737	Air needle for Autosampler S5250/5300	2	
12	S000736	Injection Needle for Autosampler S5250	2	

Evaluación y Reevaluación del Contratista

Rango de Calificación	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No Cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	Calificación
CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENO

CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENO
COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENO
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**BUENO**

Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales correspondiente al periodo del presente informe como se establece en el Certificado del supervisor autorizando el pago.

Certificación de Cumplimiento General

De acuerdo con la información anteriormente suministrada y la contenida en el F-BS-16 certificado del supervisor autorizando el pago, certifico que durante el periodo objeto de este informe, el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato, y cumplió con el pago del sistema de seguridad social, la cual fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

Cordialmente;



EDGAR CALDERON VEGA
Profesional Universitario 219-3
Supervisor