FICHA TECNICA

345EBL



NOMBRE: Endo Brush Scope Valet 6 mm x 230 cm

DESCRIPCIÓN:
Cepillo para limpieza de instrumentos y/o endoscopios con canal de trabajo de 4 a 5 mm de diámetro, es de uso único, no estéril, con cerdas en sus dos extremos, punta redondeada para evitar daños en los canales internos del dispositivo o endoscopio Diámetro de las cerdas del cepillo 6 mm cada extremo, longitud total de trabajo de 230 cm, diámetro del catéter es de 1,8 mm, Longitud del cepillo es de 20 mm

INDICACIONES DE USO:
Deslizar por el canal interno del instrumento o equipo que se va a limpiar realizando un movimiento unidireccional, teniendo en cuenta el diámetro del canal

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:
Garantiza una limpieza adecuada y segura de los canales de los endoscopios, ya que posee cepillo de doble punta

PRECAUCIONES:
Usar los elementos de bioseguridad universales y tener en cuenta el diámetro del canal

CONTRAINDICACIONES:
Ninguna conocida

MATERIAL:
Polímero de alta resistencia

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:
No aplica, dispositivo de un solo uso

METODO:	Ninguno
DISPOSICIÓN FINAL:	Otro
REGISTRO INVIMA:	No Requiere 2013014252
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	-
PRESENTACIÓN:	UNIDAD
FABRICANTE:	The Ruhof Corporation
MARCA:	RUHOF CORPORATION

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."

INFORMACIÓN ADICIONAL:
"tubo flexible que permite la limpieza del canal en el interior de un endoscopio, desechable, no esteril, con cepillo en sus dos extremos, tip redondeado para evitar danos en los canales delos endoscopios."

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."