ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-48848-TM

Fecha: 2023-12-21

Generó: Luz Maryory Artunduaga Penagos

Responsable: Jose David Lopez Marquez

Duración estimada: 00:30:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS El equipo funciona correctamente.

ACTIVO BOMBA DE INFUSION { BI-484 } MEDCAPTAIN MP-60 60181104913

Ubicado en ó es Parte de:	// CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE/ CIRUGIA/ QUIROFANO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	BI-484	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIB	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:	Alta		

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2023-01-16	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2023-12-21 09:30
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2023-12-21 10:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:30:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:30:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 2:			


RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO	1	---	1	Recursos Humanos	Roberto Mario Sierra Castro

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1		SE REALIZA INSPECCION GENERAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
2		LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
3		VERIFIQUE EL CABLE DE POTENCIA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
4		VERIFIQUE EL PANEL DE TECLADO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
5		VERIFICACION DE RUIDOS ANORMALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA PERISTALTICA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
6		VERIFIQUE QUE NO EXISTA RUIDO ANORMAL DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA Y LA ABRAZADERA ANTI FLUJO LIBRE	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
7		LUBRICACION DE PARTES MOVILES (ENGRANAJE DEL SISTEMA MOTOR Y BOMBA PERISTALTICA)	☑ Si ☐ No ☐ N/A
8		CALIBRACION DE LA PANTALLA TACTIL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
9		VERIFICACION DE LA BATERIA INTERNA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
10		TEST DE ALARMAS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
11		VERIFICACION DE SEGURIDAD ELECTRICA Y MECANICA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
12		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
13		OBSERVACIONES	El equipo funciona correctamente.




Adriana Puerta

Aceptado Por



Jorge Mario Galvis Arbelaez

Validado Por



Jose David Lopez Marquez

Realizado Por

Todos los derechos reservados