ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-48849-TM

Fecha: 2023-12-21

Generó: Luz Maryory Artunduaga Penagos

Responsable: Roberto Mario Sierra Castro

Duración estimada: 00:20:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS
Equipo fuera de servicio, requiere cambio de cabeza de pistón. Dado de baja

ACTIVO SUCCIONADOR { SUC-020 } SMAF SXT - 5A N/A

Ubicado en ó es Parte de:	// CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE/ CIRUGIA/ QUIROFANO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	SUC-020	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:	Media		

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2023-01-03	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2023-12-21 10:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2023-12-21 10:05
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:20:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:05:16
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:20:00
CLASIFICACIÓN 2:			

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO	1	---	1	Recursos Humanos	Roberto Mario Sierra Castro

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1		SE REALIZA INSPECCION GENERAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
2		LIMPIEZA EXTERNA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
3		VERIFICACION DE RODAMIENTOS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
4		LUBRICACION GENERAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
5		INSPECCION ELECTRICA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
7		VERIFICACION DE INTERRUPTOR ON/OFF	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
8		VERIFICACION FUNCIONAL DEL VACUTOMETRO	☐ Aprobó ☐ Alerta ☑ Falló
9		VERIFICACION DE LA VALVULA REGULADORA	☐ Aprobó ☐ Alerta ☑ Falló
10		REVISION FUNCIONAL DEL PEDAL	☐ Si ☐ No ☑ N/A
11		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	☐ Aprobó ☐ Alerta ☑ Falló
12		PRUEBA DE VACIO MAXIMO	☐ Aprobó ☐ Alerta ☑ Falló
12		OBSERVACIONES	Equipo fuera de servicio, requiere cambio de cabeza de pistón. Dado de baja

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

Todos los derechos reservados

		ROBERTO SIERRA. C. Roberto Mario Sierra Castro C.C. 1.108.762.281 RH-201710-543
Adriana puerta	Jorge Mario Galvis Arbelaez	Roberto Mario Sierra Castro
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

Todos los derechos reservados