ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-48852-TM

Fecha: 2023-12-21

Generó: Luz Maryory Artunduaga Penagos

Responsable: Roberto Mario Sierra Castro

Duración estimada: 00:10:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Equipo funciona correctamente

ACTIVO SISTEMA DE VISUALIZACION DE FONDO DE OJO { SVDV-001 } CARL ZEISS RESIGHT 500 101353

Ubicado en ó es Parte de:	// CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE/ CIRUGIA/ QUIROFANO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	SVDV-001	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:	Media		

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2023-01-03	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2023-12-21 15:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2023-12-21 16:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:10:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	01:00:35
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	00:10:00
CLASIFICACIÓN 2:			

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO	1	---	1	Recursos Humanos	Roberto Mario Sierra Castro

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1		SE REALIZA INSPECCION GENERAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
2		LIMPIEZA GENERAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
3		VERIFICACION DE BATERIA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
4		VERIFICACION DE BOMBILLA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
5		VERIFICACION DE INTERRUPTOR	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
6		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
7		OBSERVACIONES	Equipo funciona correctamente

Adriana puerta	Jorge Mario Galvis Arbelaez	ROBERTO SIERRA. C. Roberto Mario Sierra Castro C.C. 1.108.762.281 RH-201710-543
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

Todos los derechos reservados