ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-48862-TM

Fecha: 2023-12-21

Generó: Luz Maryory Artunduaga Penagos

Responsable: Jose David Lopez Marquez

Duración estimada: 00:30:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS
Se recomienda cambio de juego de pinzas, chupas y batería para su adecuado funcionamiento.

ACTIVO ELECTROCARDIOGRAFO { ELECTG-009 } EDAN SE-1 SE13B303918211

Ubicado en ó es Parte de:	// CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE/ CIRUGIA/ QUIROFANO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	ELECTG-009	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:	Media		

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2023-01-03	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2023-12-21 09:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2023-12-21 09:29
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:30:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:29:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 2:			

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO	1	---	1	Recursos Humanos	Roberto Mario Sierra Castro

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1		SE REALIZA INSPECCION GENERAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
2		LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
3		LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
4		VERIFICACION DE IMPRESORA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
5		VERIFICACION DE CHUPAS, PINZAS	☐ Aprobó ☐ Alerta ☑ Falló
6		VERIFICACION DE CABLE ECG	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
7		VERIFICACION DE FILTROS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
8		VERIFICACION DE PARAMETRO BPM 60	60
9		VERIFICACION DE PARAMETRO BPM 80	80
10		VERIFICACION DE PARAMETRO BPM 120	120
11		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
12		OBSERVACION	Se recomienda cambio de juego de pinzas, chupas y batería para su adecuado funcionamiento.

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
Referencia de batería	

 Todos los derechos reservados

Adriana Puerta	Jorge Mario Galvis Arbelaez	Jose David Lopez Marquez
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados