ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-48857-TM

Fecha: 2023-12-21

Generó: Luz Maryory Artunduaga Penagos

Responsable: Roberto Mario Sierra Castro

Duración estimada: 01:30:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Equipo funciona correctamente

ACTIVO MICROSCOPIO QUIRURGICO { MCPQ-002 } TOPCON OMS-90 315666

Ubicado en ó es Parte de:	// CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE/ CIRUGIA/ QUIROFANO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	MCPQ-002	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:	Media		

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2023-01-03	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2023-12-21 13:30
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2023-12-21 15:00
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	01:30:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	01:29:34
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 2:			

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO	1	---	1	Recursos Humanos	Roberto Mario Sierra Castro

Todos los derechos reservados


PROCEDIMIENTO

1		LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
2		LUBRICACION DE SISTEMA MECANICO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
3		VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRONICO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
4		VERIFICACION DE SISTEMA OPTICO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
5		VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
6		OBSERVACIONES	Equipo funciona correctamente




Adriana puerta

Aceptado Por



Jorge Mario Galvis Arbelaez

Validado Por



Roberto Mario Sierra Castro

Realizado Por

Todos los derechos reservados