

FICHA TÉCNICA

NOMBRE

Tamiz malla No. 30 de prueba ASTM E11

Especificaciones mínimas requeridas:

CARACTERÍSTICAS

Tamiz de prueba ASTM E11 de 8 pulgadas (203 mm) de diámetro
Tela de alambre tejido de acero inoxidable y aberturas cuadradas de No 30 (600 µm)
Marco de acero inoxidable de altura completa (50mm de profundidad)
Certificado de conformidad con los requisitos ASTM E11

ACCESORIOS

N/A

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES: Se debe cumplir con las condiciones técnicas mínimas requeridas en la presente ficha técnica. en caso de ser superiores o presentar alguna condición adicional en la funcionalidad del requerimiento, serán habilitadas por el equipo técnico.

GARANTIA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION.

Todos los equipos se deben entregar instalados, operativos y con servicio de capacitación por parte de personal técnico calificado, ficha técnica del fabricante, manual de operación y certificado de calibración (**los certificados de calibración a entregar pueden ser calibración/ conformidad de fabrica o certificados de calibración ONAC**) . Lo anterior donde el cliente lo requiera y sin costo adicional. Por la compra del equipo, otorgar un servicio de mantenimiento preventivo al final del primer año de operación de los equipos sin costo adicional.

Elaboró: Responsable de gestión Técnica Servicios Tecnológicos

Firma:

Lady J. Moreno V.

Fecha:

29/04/2024