

FICHA TÉCNICA

NOMBRE

Tamiz malla No. 400 de prueba ASTM E11

Especificaciones mínimas requeridas:

CARACTERÍSTICAS

Tamiz de prueba ASTM E11 de 8 pulgadas (203 mm) de diámetro
Tela de alambre tejido de acero inoxidable y aberturas cuadradas de No 400 (38 µm)
Marco de acero inoxidable de altura completa (50mm de profundidad)
Certificado de conformidad con los requisitos ASTM E11

ACCESORIOS

Incluir base (Fondo)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES: Se debe cumplir con las condiciones técnicas mínimas requeridas en la presente ficha técnica. en caso de ser superiores o presentar alguna condición adicional en la funcionalidad del requerimiento, serán habilitadas por el equipo técnico.

GARANTIA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION.

Todos los equipos se deben entregar instalados, operativos y con servicio de capacitación por parte de personal técnico calificado, ficha técnica del fabricante, manual de operación y certificado de calibración (**los certificados de calibración a entregar pueden ser calibración/ conformidad de fabrica o certificados de calibración ONAC**) . Lo anterior donde el cliente lo requiera y sin costo adicional. Por la compra del equipo, otorgar un servicio de mantenimiento preventivo al final del primer año de operación de los equipos sin costo adicional.

Elaboró: Responsable de gestión Técnica Servicios Tecnológicos

Firma:

Lady J. Moreno V.
29/04/2024

Fecha: