FICHA TÉCNICA

NOMBRE
Tamiz malla No. 100 de prueba ASTM E11

Especificaciones mínimas requeridas:

CARACTERISTICAS	FOTOGRAFÍA
Tamiz de prueba ASTM E11 de 8 pulgadas (203 mm) de diámetro Tela de alambre tejido de acero inoxidable y aberturas cuadradas de No 100 (150 µm) Marco de acero inoxidable de altura completa (50mm de profundidad) Certificado de conformidad con los requisitos ASTM E11	
ACCESORIOS	
N/A	

OBSERVACIONES: Se debe cumplir con las condiciones técnicas mínimas requeridas en la presente ficha técnica. en caso de ser superiores o presentar alguna condición adicional en la funcionalidad del requerimiento, serán habilitadas por el equipo técnico.
GARANTIA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION.
Todos los equipos se deben entregar instalados, operativos y con servicio de capacitación por parte de personal técnico calificado, ficha técnica del fabricante, manual de operación y certificado de calibración ***(los certificados de calibración a entregar pueden ser calibración/ conformidad de fabrica o certificados de calibración ONAC)*** . Lo anterior donde el cliente lo requiera y sin costo adicional.
Por la compra del equipo, otorgar un servicio de mantenimiento preventivo al final del primer año de operación de los equipos sin costo adicional.

Elaboró: Responsable de gestión Técncia Servicios Tecnológicos

Firma: Lucy J Moreno V.

Fecha: 29/04/2024