

Bogotá D.C., 25 de abril de 2024

Doctora
INGRID PAOLA DEBS FORERO
Directora de Proyecto
CONSORCIO JUEGOS 2020
La Ciudad



Correspondencia Despachada

Vigencia: 2024 - Consecutivo: D-236
Fecha de Radicación: 25/04/2024-07:55 AM
Destinatarios: Consorcio Juegos 2020-
Externos: (BOGOTA), Coljuegos-(11001)
Enviado Por: Directora Op Sorteo-Sorteo
Tipo Documento: Obligación Contractual



D-236-2024-1

Asunto: Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación
ICONTEC Abril de 2024

Respetado Doctor,

GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.602.841 de Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., quien actúa en su calidad de Representante Legal de **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**, atendiendo a la comunicación del asunto, remitimos la información correspondiente a la certificación realizada el día 5 de abril de 2024 por parte de ICONTEC, respecto a las balotas del Sistema SATUPLE.

Anexo: Información relacionada

Agradecemos la atención.

Atentamente,



GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ
Representante Legal
CORREDOR EMPRESARIAL S.A.

cc. Dra. CLAUDIA YAMILE CASTIBLANCO ARÉVALO
Gerente de Fiscalización
COLJUEGOS EICE

Elaboró: ESMERALDA RODRÍGUEZ
Vo/Bo: DIRECCIÓN JURÍDICA

**CERTIFICADO
DE CONFORMIDAD DE LOTE**

Certificado N°: CL-003283

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá – Colombia

PARA EL PRODUCTO

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 TAMBOR PRINCIPAL

Ha sido evaluado y CUMPLE con los requisitos establecidos en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA
CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 21 FEBRERO 2024.**

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-04-22

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.04.22
14:39:22 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003283

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	240 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-04-22

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003283-1

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S. A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO:

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 25, 26, 27 y 28 (Zodiaco) TAMBOR PRINCIPAL

Ha sido evaluado y CUMPLE con los requisitos establecidos en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA
CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 21 FEBRERO 2024.

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-04-11

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.04.22
14:39:47 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003283-1

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	48 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-04-11

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003283-2

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S. A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO:

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA. LOTERIA DEL CAUCA.

MALETÍN PRINCIPAL (SUPERIOR E INFERIOR)

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con los requisitos establecidos en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE JUEGO DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR
AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A. CON FECHA 01 ENERO 2021**

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-04-11

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.04.22
14:40:17 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003283-2

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	No aplica	No aplica	No aplica	80 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-04-11

Este certificado es propiedad de ICON I LC y debe ser devuelto cuando lo requiera

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003283-3

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA

CONTINGENCIA SET No. 1 Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco.

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-04-11

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.04.22
14:40:46 -05'00'

Juan Sebastián Salazar

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y sólo se devolvió cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003283-3

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA SET DE CONTINGENCIA 1	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-04-11

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003283-4

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S. A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA

CONTINGENCIA SET No. 2 Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco.

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA
CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.**

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-04-11

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.04.22
14:41:17 -05'00'

Juan Sebastián Salazar

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003283-4

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA SET DE CONTIGENCIA 2	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-04-11

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003283-5

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 - 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 - Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CONTINGENCIA SET No. 3 Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco.

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO
S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.**

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-04-11

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.04.22
14:41:43 -05'00'

Juan Sebastián Salazar

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC S.A.S. y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003283-5

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA SET DE CONTINGENCIA 3	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-04-11

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003283-6

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá – Colombia

PARA EL PRODUCTO

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA

CONTINGENCIA SET No. 4 Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco.

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO
S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.**

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-04-11

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.04.22
14:42:08 -05'00'

Juan Sebastián Salazar

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003283-6

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA SET DE CONTIGENCIA 4	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-04-11

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003283-7

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S. A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA

CONTINGENCIA SET No. 9 Línea 1, 2, 3, 4 y 5

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION,
INGENIERIA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.**

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-04-11

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.04.22
14:42:32 -05'00'

Juan Sebastián Salazar

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003283-7

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA SET DE CONTIGENCIA 9	No aplica	No aplica	No aplica	50 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-04-11

Este certificado es propiedad de ICON I S.L. y debe ser devuelto cuando lo requiera.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003283-8

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S. A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá – Colombia

PARA EL PRODUCTO

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA

CONTINGENCIA SET No. 10 Línea 1, 2, 3, 4 y 5.

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION,
INGENIERIA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.**

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2024-04-11

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2024.04.22
14:42:58 -05'00'

Juan Sebastián Salazar

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003283-8

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTería SET DE CONTIGENCIA 10	No aplica	No aplica	No aplica	50 Balotas

Fecha de Aprobación: 2024-04-11

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-04-19
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-04-22

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 21 FEBRERO 2024.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05. Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82058 de 2024-04-16.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 980733 – 981070 - 981071

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	240 Balotas (24 Líneas de 10 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/04/2024 y 16/04/2024	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 980733 Sello puerta 981072.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	240	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 AL 9 TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 1 AL 24.

REQUISITO																																													
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																										
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,177</td><td>3,166</td><td>3,166</td><td>3,158</td><td>3,167</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,063</td><td>0,025</td><td>0,036</td><td>0,045</td><td>0,038</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,261</td><td>3,199</td><td>3,201</td><td>3,255</td><td>3,231</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,085</td><td>3,123</td><td>3,073</td><td>3,093</td><td>3,130</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,176</td><td>0,076</td><td>0,128</td><td>0,162</td><td>0,101</td></tr></table>			Línea No						1	2	3	4	5	Promedio (g):	3,177	3,166	3,166	3,158	3,167	Desviación estándar:	0,063	0,025	0,036	0,045	0,038	Valor máximo (g):	3,261	3,199	3,201	3,255	3,231	Valor mínimo(g) :	3,085	3,123	3,073	3,093	3,130	Rango (g):	0,176	0,076	0,128	0,162	0,101
				Línea No																																									
				1	2	3	4	5																																					
		Promedio (g):		3,177	3,166	3,166	3,158	3,167																																					
		Desviación estándar:		0,063	0,025	0,036	0,045	0,038																																					
		Valor máximo (g):		3,261	3,199	3,201	3,255	3,231																																					
		Valor mínimo(g) :		3,085	3,123	3,073	3,093	3,130																																					
		Rango (g):		0,176	0,076	0,128	0,162	0,101																																					
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,162</td><td>3,181</td><td>3,171</td><td>3,171</td><td>3,170</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,028</td><td>0,022</td><td>0,041</td><td>0,053</td><td>0,049</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,212</td><td>3,208</td><td>3,254</td><td>3,254</td><td>3,250</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,128</td><td>3,145</td><td>3,133</td><td>3,110</td><td>3,064</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,084</td><td>0,063</td><td>0,121</td><td>0,144</td><td>0,186</td></tr></table>			Línea No						6	7	8	9	10	Promedio (g):	3,162	3,181	3,171	3,171	3,170	Desviación estándar:	0,028	0,022	0,041	0,053	0,049	Valor máximo (g):	3,212	3,208	3,254	3,254	3,250	Valor mínimo(g) :	3,128	3,145	3,133	3,110	3,064	Rango (g):	0,084	0,063	0,121	0,144	0,186
	Línea No																																												
	6	7	8	9	10																																								
Promedio (g):	3,162	3,181	3,171	3,171	3,170																																								
Desviación estándar:	0,028	0,022	0,041	0,053	0,049																																								
Valor máximo (g):	3,212	3,208	3,254	3,254	3,250																																								
Valor mínimo(g) :	3,128	3,145	3,133	3,110	3,064																																								
Rango (g):	0,084	0,063	0,121	0,144	0,186																																								
<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,174</td><td>3,195</td><td>3,198</td><td>3,193</td><td>3,176</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,048</td><td>0,042</td><td>0,045</td><td>0,049</td><td>0,045</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,275</td><td>3,253</td><td>3,256</td><td>3,265</td><td>3,367</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,112</td><td>3,134</td><td>3,127</td><td>3,135</td><td>3,122</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,163</td><td>0,119</td><td>0,129</td><td>0,130</td><td>0,145</td></tr></table>		Línea No						11	12	13	14	15	Promedio (g):	3,174	3,195	3,198	3,193	3,176	Desviación estándar:	0,048	0,042	0,045	0,049	0,045	Valor máximo (g):	3,275	3,253	3,256	3,265	3,367	Valor mínimo(g) :	3,112	3,134	3,127	3,135	3,122	Rango (g):	0,163	0,119	0,129	0,130	0,145			
	Línea No																																												
	11	12	13	14	15																																								
Promedio (g):	3,174	3,195	3,198	3,193	3,176																																								
Desviación estándar:	0,048	0,042	0,045	0,049	0,045																																								
Valor máximo (g):	3,275	3,253	3,256	3,265	3,367																																								
Valor mínimo(g) :	3,112	3,134	3,127	3,135	3,122																																								
Rango (g):	0,163	0,119	0,129	0,130	0,145																																								
Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-02.																																													
Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82058 de 2024-04-16.																																													
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,170</td><td>3,163</td><td>3,159</td><td>3,127</td><td>3,153</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,036</td><td>0,033</td><td>0,051</td><td>0,049</td><td>0,037</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,248</td><td>3,220</td><td>3,277</td><td>3,211</td><td>3,199</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,130</td><td>3,117</td><td>3,106</td><td>3,044</td><td>3,107</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,118</td><td>0,103</td><td>0,171</td><td>0,167</td><td>0,092</td></tr></table>			Línea No						16	17	18	19	20	Promedio (g):	3,170	3,163	3,159	3,127	3,153	Desviación estándar:	0,036	0,033	0,051	0,049	0,037	Valor máximo (g):	3,248	3,220	3,277	3,211	3,199	Valor mínimo(g) :	3,130	3,117	3,106	3,044	3,107	Rango (g):	0,118	0,103	0,171	0,167	0,092
				Línea No																																									
				16	17	18	19	20																																					
		Promedio (g):		3,170	3,163	3,159	3,127	3,153																																					
		Desviación estándar:		0,036	0,033	0,051	0,049	0,037																																					
		Valor máximo (g):		3,248	3,220	3,277	3,211	3,199																																					
		Valor mínimo(g) :		3,130	3,117	3,106	3,044	3,107																																					
		Rango (g):		0,118	0,103	0,171	0,167	0,092																																					
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,201</td><td>3,174</td><td>3,143</td><td>3,165</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,036</td><td>0,034</td><td>0,042</td><td>0,036</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,258</td><td>3,240</td><td>3,201</td><td>3,204</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,139</td><td>3,129</td><td>3,082</td><td>3,118</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,119</td><td>0,111</td><td>0,119</td><td>0,086</td></tr></table>			Línea No					21	22	23	24	Promedio (g):	3,201	3,174	3,143	3,165	Desviación estándar:	0,036	0,034	0,042	0,036	Valor máximo (g):	3,258	3,240	3,201	3,204	Valor mínimo(g) :	3,139	3,129	3,082	3,118	Rango (g):	0,119	0,111	0,119	0,086							
	Línea No																																												
	21	22	23	24																																									
Promedio (g):	3,201	3,174	3,143	3,165																																									
Desviación estándar:	0,036	0,034	0,042	0,036																																									
Valor máximo (g):	3,258	3,240	3,201	3,204																																									
Valor mínimo(g) :	3,139	3,129	3,082	3,118																																									
Rango (g):	0,119	0,111	0,119	0,086																																									
Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.																																													

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283



REQUISITO																																																			
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																																
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																																
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,265</td><td>40,246</td><td>40,239</td><td>40,230</td><td>40,233</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,020</td><td>0,024</td><td>0,024</td><td>0,044</td><td>0,023</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,281</td><td>40,276</td><td>40,275</td><td>40,310</td><td>40,269</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,219</td><td>40,194</td><td>40,203</td><td>40,167</td><td>40,205</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,062</td><td>0,082</td><td>0,072</td><td>0,143</td><td>0,064</td></tr></table>			Línea No						1	2	3	4	5	Promedio (mm):	40,265	40,246	40,239	40,230	40,233	Desviación estándar:	0,020	0,024	0,024	0,044	0,023	Valor máximo (g):	40,281	40,276	40,275	40,310	40,269	Valor mínimo(g) :	40,219	40,194	40,203	40,167	40,205	Rango (mm):	0,062	0,082	0,072	0,143	0,064						
				Línea No																																															
				1	2	3	4	5																																											
		Promedio (mm):		40,265	40,246	40,239	40,230	40,233																																											
		Desviación estándar:		0,020	0,024	0,024	0,044	0,023																																											
		Valor máximo (g):		40,281	40,276	40,275	40,310	40,269																																											
		Valor mínimo(g) :		40,219	40,194	40,203	40,167	40,205																																											
		Rango (mm):		0,062	0,082	0,072	0,143	0,064																																											
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,242</td><td>40,250</td><td>40,246</td><td>40,248</td><td>40,254</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,026</td><td>0,036</td><td>0,043</td><td>0,037</td><td>0,025</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,289</td><td>40,339</td><td>40,330</td><td>40,320</td><td>40,293</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,193</td><td>40,218</td><td>40,192</td><td>40,205</td><td>40,226</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,096</td><td>0,121</td><td>0,138</td><td>0,115</td><td>0,067</td></tr></table>			Línea No						6	7	8	9	10	Promedio (mm):	40,242	40,250	40,246	40,248	40,254	Desviación estándar:	0,026	0,036	0,043	0,037	0,025	Valor máximo (g):	40,289	40,339	40,330	40,320	40,293	Valor mínimo(g) :	40,193	40,218	40,192	40,205	40,226	Rango (mm):	0,096	0,121	0,138	0,115	0,067						
	Línea No																																																		
	6	7	8	9	10																																														
Promedio (mm):	40,242	40,250	40,246	40,248	40,254																																														
Desviación estándar:	0,026	0,036	0,043	0,037	0,025																																														
Valor máximo (g):	40,289	40,339	40,330	40,320	40,293																																														
Valor mínimo(g) :	40,193	40,218	40,192	40,205	40,226																																														
Rango (mm):	0,096	0,121	0,138	0,115	0,067																																														
<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,250</td><td>40,252</td><td>40,249</td><td>40,239</td><td>40,263</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,028</td><td>0,030</td><td>0,027</td><td>0,028</td><td>0,032</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,285</td><td>40,297</td><td>40,292</td><td>40,272</td><td>40,313</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,209</td><td>40,221</td><td>40,200</td><td>40,200</td><td>40,211</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,076</td><td>0,075</td><td>0,092</td><td>0,072</td><td>0,102</td></tr></table>		Línea No						11	12	13	14	15	Promedio (mm):	40,250	40,252	40,249	40,239	40,263	Desviación estándar:	0,028	0,030	0,027	0,028	0,032	Valor máximo (g):	40,285	40,297	40,292	40,272	40,313	Valor mínimo(g) :	40,209	40,221	40,200	40,200	40,211	Rango (mm):	0,076	0,075	0,092	0,072	0,102									
	Línea No																																																		
	11	12	13	14	15																																														
Promedio (mm):	40,250	40,252	40,249	40,239	40,263																																														
Desviación estándar:	0,028	0,030	0,027	0,028	0,032																																														
Valor máximo (g):	40,285	40,297	40,292	40,272	40,313																																														
Valor mínimo(g) :	40,209	40,221	40,200	40,200	40,211																																														
Rango (mm):	0,076	0,075	0,092	0,072	0,102																																														
Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05. Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82058 de 2024-04-16.																																																			
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																																
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,242</td><td>40,229</td><td>40,230</td><td>40,210</td><td>40,221</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,019</td><td>0,019</td><td>0,031</td><td>0,033</td><td>0,032</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,268</td><td>40,257</td><td>40,276</td><td>40,260</td><td>40,293</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,210</td><td>40,203</td><td>40,192</td><td>40,140</td><td>40,192</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,058</td><td>0,054</td><td>0,084</td><td>0,120</td><td>0,101</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Línea No						16	17	18	19	20	Promedio (mm):	40,242	40,229	40,230	40,210	40,221	Desviación estándar:	0,019	0,019	0,031	0,033	0,032	Valor máximo (g):	40,268	40,257	40,276	40,260	40,293	Valor mínimo(g) :	40,210	40,203	40,192	40,140	40,192	Rango (mm):	0,058	0,054	0,084	0,120	0,101						
				Línea No																																															
				16	17	18	19	20																																											
		Promedio (mm):		40,242	40,229	40,230	40,210	40,221																																											
		Desviación estándar:		0,019	0,019	0,031	0,033	0,032																																											
		Valor máximo (g):		40,268	40,257	40,276	40,260	40,293																																											
		Valor mínimo(g) :		40,210	40,203	40,192	40,140	40,192																																											
		Rango (mm):		0,058	0,054	0,084	0,120	0,101																																											
<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,246</td><td>40,236</td><td>40,238</td><td>40,244</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,039</td><td>0,034</td><td>0,027</td><td>0,019</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,311</td><td>40,301</td><td>40,289</td><td>40,283</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,183</td><td>40,181</td><td>40,201</td><td>40,216</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,129</td><td>0,120</td><td>0,088</td><td>0,067</td></tr></table>		Línea No					21	22	23	24	Promedio (mm):	40,246	40,236	40,238	40,244	Desviación estándar:	0,039	0,034	0,027	0,019	Valor máximo (g):	40,311	40,301	40,289	40,283	Valor mínimo(g) :	40,183	40,181	40,201	40,216	Rango (mm):	0,129	0,120	0,088	0,067																
	Línea No																																																		
	21	22	23	24																																															
Promedio (mm):	40,246	40,236	40,238	40,244																																															
Desviación estándar:	0,039	0,034	0,027	0,019																																															
Valor máximo (g):	40,311	40,301	40,289	40,283																																															
Valor mínimo(g) :	40,183	40,181	40,201	40,216																																															
Rango (mm):	0,129	0,120	0,088	0,067																																															
Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.																																																			

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283



REQUISITO			
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas, con la nomenclatura numérica empezando desde la balota número 0 y terminando en la balota número 9. Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05. Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82058 de 2024-04-16.	CUMPLE
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05. Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82058 de 2024-04-16.	CUMPLE

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-1



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-04-10
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-04-10

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 21 FEBRERO 2024.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 980733

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-1



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	48 Balotas (4 Líneas de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/04/2024.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 980733.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	48	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-1



PRODUCTO: BALOTAS SIGNOS SODIACALES PARA SORTEO TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 25, 26, 27 y 28.

REQUISITO							
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO				CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE	
			Línea No				
			25	26	27		28
		Promedio:	3,198	3,191	3,212		3,205
		Desviación estándar:	0,031	0,039	0,043		0,048
		Valor máximo (g):	3,234	3,253	3,273		3,274
		Valor mínimo(g) :	3,151	3,144	3,147		3,110
Rango	0,083	0,109	0,126	0,164			
Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.							
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE	
			Línea No				
			25	26	27		28
		Promedio:	40,249	40,253	40,250		40,252
		Desviación estándar:	0,036	0,035	0,036		0,022
		Valor máximo (g):	40,323	40,333	40,326		40,292
		Valor mínimo(g) :	40,198	40,218	40,175		40,216
Rango	0,124	0,115	0,151	0,075			
Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.							
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis. Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.					
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.				CUMPLE	

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-2



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-04-10
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-04-10

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	AUTOMATIZACIÓN INGENIERÍA Y CONTROL S.A.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE JUEGO DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACIÓN INGENIERÍA Y CONTROL S.A. CON FECHA 01 ENERO 2021.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Está identificado con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC, de la siguiente forma: 981067 -981068

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-2



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	AUTOMATIZACIÓN INGENIERÍA Y CONTROL S.A.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2 JUEGOS, CADA UNO DE 40 BALOTAS

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	AUTOMATIZACIÓN INGENIERÍA Y CONTROL S.A.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/04/2024.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 981069, además ver identificación de la muestra de ensayo.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	80	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-2



REQUISITO																					
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADOS	CONCLUSIÓN																		
PESO	El peso de las balotas debe ser de 2,9 g +/- 6% (0.174 g)	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: <table><thead><tr><th></th><th>SUPERIOR</th><th>INFERIOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Promedio: (g):</td><td>2,936</td><td>2,945</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,019</td><td>0,017</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>2,969</td><td>2,966</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,907</td><td>2,915</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,062</td><td>0,051</td></tr></tbody></table> Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.		SUPERIOR	INFERIOR	Promedio: (g):	2,936	2,945	Desviación estándar:	0,019	0,017	Valor máximo (g):	2,969	2,966	Valor mínimo(g) :	2,907	2,915	Rango (g):	0,062	0,051	CUMPLE
	SUPERIOR	INFERIOR																			
Promedio: (g):	2,936	2,945																			
Desviación estándar:	0,019	0,017																			
Valor máximo (g):	2,969	2,966																			
Valor mínimo(g) :	2,907	2,915																			
Rango (g):	0,062	0,051																			
DIÁMETRO	De acuerdo con las especificaciones dadas por el proveedor, el diámetro de las balotas debe ser 40 mm +/- 2,5% (+/- 1,0 mm).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: <table><thead><tr><th></th><th>SUPERIOR</th><th>INFERIOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,159</td><td>40,168</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,040</td><td>0,038</td></tr><tr><td>Valor máximo (mm):</td><td>40,233</td><td>40,250</td></tr><tr><td>Valor mínimo(mm):</td><td>40,076</td><td>40,090</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,157</td><td>0,160</td></tr></tbody></table> Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.		SUPERIOR	INFERIOR	Promedio (mm):	40,159	40,168	Desviación estándar:	0,040	0,038	Valor máximo (mm):	40,233	40,250	Valor mínimo(mm):	40,076	40,090	Rango (mm):	0,157	0,160	CUMPLE
	SUPERIOR	INFERIOR																			
Promedio (mm):	40,159	40,168																			
Desviación estándar:	0,040	0,038																			
Valor máximo (mm):	40,233	40,250																			
Valor mínimo(mm):	40,076	40,090																			
Rango (mm):	0,157	0,160																			
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva empezando desde la balota número 00 y terminando en la balota número 39. Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.	CUMPLE																		
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las balotas es consistente. Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.	CUMPLE																		

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-3



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-04-10
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-04-10

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 980734, 980735, 980736 y 980737

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-3



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 Balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/04/2024.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 981048 Sello puerta.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
				Ac	Re
	NO APLICA	NO APLICA	52	0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-3



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 1

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	2,789	2,790	2,796	2,791		2,817
		Desviación estándar:	0,023	0,022	0,023	0,022		0,019
		Valor máximo (g):	2,842	2,829	2,835	2,823		2,846
		Valor mínimo(g) :	2,758	2,762	2,775	2,758		2,778
		Rango	0,084	0,067	0,060	0,065		0,068
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	39,665	39,558	39,583	39,602		39,575
		Desviación estándar:	0,144	0,122	0,167	0,136		0,095
		Valor máximo (g):	39,854	39,799	39,903	39,864		39,780
		Valor mínimo(g) :	39,406	39,356	39,365	39,401		39,460
		Rango	0,449	0,443	0,538	0,462		0,319
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
La textura de las muestras es consistente.								
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.								

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-4



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-04-10
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-04-10

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 980738, 980739, 980749 y 980750.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-4



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 Balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/04/2024.

El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 981048 Sello puerta.

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-003283-4



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 2

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	2,779	2,787	2,780	2,796		2,825
		Desviación estándar:	0,025	0,014	0,020	0,016		0,031
		Valor máximo (g):	2,826	2,815	2,810	2,828		2,866
		Valor mínimo(g) :	2,746	2,763	2,740	2,781		2,755
		Rango	0,080	0,052	0,070	0,047		0,111
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	39,571	39,693	39,640	39,659		39,588
		Desviación estándar:	0,153	0,204	0,191	0,168		0,074
		Valor máximo (g):	39,890	39,941	40,054	39,960		39,700
		Valor mínimo(g) :	39,407	39,346	39,367	39,492		39,459
		Rango	0,483	0,595	0,686	0,468		0,241
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
I Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		La textura de las muestras es consistente.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.						

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-5



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-04-10
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-04-10

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 981053, 981054, 981055 y 981056

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-5



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 Balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/04/2024.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 981048 Sello puerta.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003283-5



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 3

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	2,808	2,794	2,801	2,781		2,815
		Desviación estándar:	0,021	0,016	0,019	0,012		0,039
		Valor máximo (g):	2,835	2,816	2,823	2,801		2,865
		Valor mínimo(g):	2,762	2,768	2,766	2,759		2,761
		Rango	0,073	0,048	0,057	0,042		0,104
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	39,708	39,710	39,712	39,548		39,552
		Desviación estándar:	0,196	0,203	0,187	0,178		0,080
		Valor máximo (g):	40,024	39,973	40,071	39,857		39,673
		Valor mínimo(g):	39,356	39,359	39,502	39,291		39,440
		Rango	0,668	0,614	0,569	0,565		0,234
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		La textura de las muestras es consistente.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.						

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-6



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-04-10
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-04-10

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 981055, 981056, 981057 y 981058.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-6



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 Balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/04/2024.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 981048 Sello puerta.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-003283-6



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 4

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	2,818	2,788	2,787	2,797		2,821
		Desviación estándar:	0,031	0,015	0,017	0,021		0,018
		Valor máximo (g):	2,871	2,803	2,806	2,827		2,843
		Valor mínimo(g) :	2,766	2,756	2,763	2,756		2,790
		Rango	0,105	0,047	0,043	0,071		0,053
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	39,728	39,613	39,655	39,617		39,541
		Desviación estándar:	0,094	0,180	0,151	0,160		0,110
		Valor máximo (g):	39,890	39,938	39,830	39,902		39,757
		Valor mínimo(g) :	39,587	39,432	39,314	39,421		39,360
		Rango	0,303	0,505	0,516	0,481		0,397
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		La textura de las muestras es consistente.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.						

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-7



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-04-10
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-04-10

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 981059, 981060, 981062 y 981063

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-7



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50 Balotas (5 Líneas de 10 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/04/2024.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 981048 Sello puerta.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
				Ac	Re
	NO APLICA	NO APLICA	50	0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-003283-7



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y 5 PARA CONTINGENCIA SET 9

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,3g +/- 6% (+/- 0,2g).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		Línea 5
		Promedio:	3,237	3,230	3,295	3,254		3,269
		Desviación estándar:	0,054	0,047	0,035	0,055		0,039
		Valor máximo (g):	3,314	3,291	3,343	3,367		3,308
		Valor mínimo(g) :	3,151	3,141	3,237	3,181		3,199
		Rango	0,163	0,150	0,106	0,186		0,109
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 2,5% (+/- 1mm).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		Línea 5
		Promedio:	39,597	39,610	39,671	39,653		39,700
		Desviación estándar:	0,028	0,066	0,110	0,086		0,103
		Valor máximo (g):	39,631	39,772	39,831	39,783		39,871
		Valor mínimo(g) :	39,543	39,546	39,538	39,534		39,546
		Rango	0,088	0,227	0,293	0,249		0,325
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive. Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.						
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.					CUMPLE	

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-8



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2024-04-10
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2024-04-10

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82045 de 2024-04-05.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 981063, 981064, 981065 y 981066

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003283-8



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50 Balotas (5 Líneas de 10 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 05/04/2024.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 981048 Sello puerta.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	50	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-003283-8



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y 5 PARA CONTINGENCIA SET 10

REQUISITO																																							
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																				
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,3g +/- 6% (+/- 0,2g).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																				
		<table><tr><td></td><td>Línea 1</td><td>Línea 2</td><td>Línea 3</td><td>Línea 4</td><td>Línea 5</td></tr><tr><td>Promedio:</td><td>3,291</td><td>3,280</td><td>3,282</td><td>3,260</td><td>3,253</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,053</td><td>0,061</td><td>0,050</td><td>0,066</td><td>0,071</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,367</td><td>3,356</td><td>3,354</td><td>3,370</td><td>3,407</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g):</td><td>3,211</td><td>3,184</td><td>3,221</td><td>3,134</td><td>3,170</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,156</td><td>0,172</td><td>0,133</td><td>0,236</td><td>0,237</td></tr></table>			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	Línea 5	Promedio:	3,291	3,280	3,282	3,260	3,253	Desviación estándar:	0,053	0,061	0,050	0,066	0,071	Valor máximo (g):	3,367	3,356	3,354	3,370	3,407	Valor mínimo(g):	3,211	3,184	3,221	3,134	3,170	Rango	0,156	0,172	0,133	0,236	0,237
				Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	Línea 5																															
		Promedio:		3,291	3,280	3,282	3,260	3,253																															
		Desviación estándar:		0,053	0,061	0,050	0,066	0,071																															
Valor máximo (g):	3,367	3,356	3,354	3,370	3,407																																		
Valor mínimo(g):	3,211	3,184	3,221	3,134	3,170																																		
Rango	0,156	0,172	0,133	0,236	0,237																																		
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.																																							
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 2,5% (+/- 1mm).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																				
		<table><tr><td></td><td>Línea 1</td><td>Línea 2</td><td>Línea 3</td><td>Línea 4</td><td>Línea 5</td></tr><tr><td>Promedio:</td><td>39,666</td><td>39,623</td><td>39,651</td><td>39,609</td><td>39,648</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,075</td><td>0,042</td><td>0,076</td><td>0,059</td><td>0,062</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>39,792</td><td>39,667</td><td>39,775</td><td>39,678</td><td>39,736</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g):</td><td>39,568</td><td>39,536</td><td>39,557</td><td>39,499</td><td>39,548</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,224</td><td>0,131</td><td>0,218</td><td>0,179</td><td>0,188</td></tr></table>			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	Línea 5	Promedio:	39,666	39,623	39,651	39,609	39,648	Desviación estándar:	0,075	0,042	0,076	0,059	0,062	Valor máximo (g):	39,792	39,667	39,775	39,678	39,736	Valor mínimo(g):	39,568	39,536	39,557	39,499	39,548	Rango	0,224	0,131	0,218	0,179	0,188
				Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	Línea 5																															
		Promedio:		39,666	39,623	39,651	39,609	39,648																															
		Desviación estándar:		0,075	0,042	0,076	0,059	0,062																															
Valor máximo (g):	39,792	39,667	39,775	39,678	39,736																																		
Valor mínimo(g):	39,568	39,536	39,557	39,499	39,548																																		
Rango	0,224	0,131	0,218	0,179	0,188																																		
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.																																							
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																				
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive. Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.																																					
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																				
		La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 82045 de 2024-04-05.																																					

RV: Radicación comunicado D-236-2024-1 Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC Abril de 2024

Esmeralda Rodriguez Guerrero <direccionopsorteo@compresarial.co>

Lun 29/04/2024 12:11 PM

Para: Sady Maritza Mendez Moreno <asistentegerencia@compresarial.co>

CC: DreamTeam_Juridico <controljuridico@compresarial.co>; Ricardo Lopez Gusti <coordinadoropcomercial@compresarial.co>; Leidy Yolanda Canaria Rodriguez <delegado@compresarial.co>

3 archivos adjuntos (4 MB)

Informes Certificación ICONTEC Abril 2024.pdf; D-236-2024-1 Remisión Informes Certificación ICONTEC Abril 2024 .pdf; D-236-2024-1 .docx;

Cordial saludo Sady

Le informo que fue radicado el comunicado **D-236-2024-1** Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC Abril de 2024., así:

1. Interventoría: Consecutivo No 2024-04-26_CJ2020_2843

2. Coljuegos: Consecutivo No. 20241030127302 el 2024-04-29

Por lo anterior, agradezco ubicar esta información en la carpeta de Correspondencia Enviada del Contrato C1725-2019/CONSORCIO JUEGOS 2020.

Atentamente.,

Esmeralda Rodríguez Guerrero

Director Op Sorteo

Tel: (1) 5190395 Ext. 106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Línea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

De: Contactenos Coljuegos <contactenos@coljuegos.gov.co>

Enviado: lunes, 29 de abril de 2024 8:26 a. m.

Para: Esmeralda Rodríguez Guerrero <direccionopsorteo@compresarial.co>

Asunto: Re: Radicación comunicado D-236-2024-1 Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC Abril de 2024

Buen día

Apreciado (S) Señor (es):

CORREDOR EMPRESARIAL

Atendiendo su correo electrónico nos permitimos informarle que este fue radicado bajo el No. 20241030127302 y será escalado al área correspondiente para la emisión de una respuesta formal.

Cualquier inquietud o información adicional que necesite no dude en contactarnos en nuestra línea de Servicio al Cliente en Bogotá (601)7420698 – 018000182888 a nivel nacional ó a través de nuestro correo electrónico contactenos@coljuegos.gov.co.



Atención al Ciudadano

contactenos@coljuegos.gov.co

Teléfono: (601) 7420698

Cra 11 No 93A - 85, Bogotá, Colombia

www.coljuegos.gov.co

[Conoce aquí cómo aporta Coljuegos a la salud de los colombianos](#)

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

El vie, 26 abr 2024 a las 16:11, Esmeralda Rodriguez Guerrero (<direccionopsorteo@compresarial.co>) escribió:

D-236-2024-1

Bogotá D.C. 25 de abril de 2024

Doctora

INGRID PAOLA DEBS FORERO

Directora de Proyecto

CONSORCIO JUEGOS 2020

La Ciudad

CC. Dra. CLAUDIA YAMILE CASTIBLANCO ARÉVALO

Gerente de Fiscalización

COLJUEGOS EICE

Asunto: Radicación comunicado **D-236-2024-1** Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC Abril de 2024, adjunto soportes.

Radicación interventoría CONSORCIO JUEGOS 2020 No 2024-04-26_CJ2020_2843

Cordial Saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Director Op Sorteo

Tel:(1) 5190395 Ext:106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Linea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.