

Bucaramanga, 02 de abril de 2024

Señores
ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT
Calle 13 No. 31-96
Bogotá DC

Referencia: Observación al informe de evaluación proceso **CA-001- 2024**, cuyo objeto es:
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LA TORRE I DEL HOSPITAL DE MEISSEN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E"

Cordial saludo,

Mediante la presente, y en el marco del proceso de contratación **CA-001- 2024** nos permitimos realizar una observación importante relacionada con la propuesta presentada por los proponentes **INGENIERIA HOSPITALARIA SAS, SALUD SEGURA R&L y UT EGAT CIPRO2023**

OBSERVACIONES A INGENIERIA HOSPITALARIA SAS

Lote 1 autoclave doble puerta

Durante el análisis exhaustivo de los documentos técnicos presentados por el **INGENIERIA HOSPITALARIA SAS**, para el ítem autoclave doble puerta hemos detectado que el oferente no cumple en las siguientes especificaciones:

- Al revisar las fichas técnicas proporcionadas por el oferente, se observa que no cumple con los requisitos en cuanto a la alimentación electrónica sea de 220-240 como lo solicita la entidad.
- Al revisar las fichas técnicas proporcionadas por el oferente de ingeniería hospitalaria, se observa que ofrece una autoclave de 500 litros, lo cual no cumple con la capacidad útil requerida de 420 litros. Para cumplir con esta capacidad, se debe ofertar una autoclave de 550 litros o mayor. Adicionalmente se evidencia que el Invima aportado no ampara equipos mayores a 500 litros.
- Al revisar la ficha técnica en la página oficial de Dentomat, se evidencia que el modelo de equipo ofertado tiene una puerta manual, lo cual no cumple con el requerimiento solicitado. El equipo solicitado debe tener una puerta deslizable con sistema automática, esta observación se sustenta como se puede evidenciar en el siguiente enlace:
<https://dentomat.com.co/producto/automat-autoclaves-mc/>





LAMUELA
HERRAMIENTAS PERFECTAS, PARA MANOS EXPERTA

www.lamuela.com.co

f LaMuela.S.A.S @lamuelasas



Sin embargo, se ha detectado que el oferente ha realizado una modificación en el manual y fichas técnicas, con el objetivo de aparentar que el equipo cumple con el tipo de puerta requerido. Esta alteración plantea una discrepancia importante entre las especificaciones del equipo y las exigencias contractuales establecidas.

- Al revisar las fichas técnicas proporcionadas por el oferente, no se especifica el tamaño de la pantalla

Por lo anterior se solicita a la entidad evalúe al oferente **INGENIERIA HOSPITALARIA SAS** como **NO CUMPLE**.



Sede principal Bucaramanga
CII 38 No. 35 - 53
Barrio El Prado

Punto Seguridad industrial
CLL 34 # 33A-35
Barrio EL Prado

Sede Bogotá
Cra 7B Bis No. 124 - 51
Santan Barbara

PBX: (57 7) 6340022 Bucaramanga
PBX: (57 1) 4866640 Bogotá

OBSERVACIONES A SALUD SEGURA R&L

Lote 1 autoclave doble puerta

Durante el análisis exhaustivo de los documentos técnicos presentados por el **SALUD SEGURA R&L**, para el ítem autoclave doble puerta hemos detectado que el oferente no cumple en las siguientes especificaciones:

- Al revisar las fichas técnicas proporcionadas por el oferente SALUD SEGURA R&L no se evidencia Mantenimiento Acceso lateral y frontal
- Al revisar las fichas técnicas proporcionadas por el oferente SALUD SEGURA R&L no se evidencia Capacidad de la cámara Mínimo 420 litros
- Al revisar las fichas técnicas proporcionadas por el oferente SALUD SEGURA R&L se evidencia que el equipo ofertado tiene un sistema de conexión "Web server con conexión a PC o red de internet para descargar los reportes de los ciclos realizados."

Sistema de trazabilidad

Web server con conexión a PC o red de internet para descargar los reportes de los ciclos realizados.

Lo cual no está cumpliendo con lo solicitado por la entidad, ya que lo que se requiere es comunicación por vía inalámbrica y/o USB, con software que permita transferir o descargar los datos de ciclos del equipo.

- Al revisar las fichas técnicas proporcionadas por el oferente SALUD SEGURA R&L no se evidencia que el Material de construcción sea Acero inoxidable tipo 316 en cualquiera de sus aleaciones.
- Al revisar las fichas técnicas proporcionadas por el oferente SALUD SEGURA R&L no se evidencia el Panel de control que permita seguir los parámetros de las fases del ciclo de esterilización, seguimiento de temperatura, valores de presión, visualización de tiempos y estado del proceso y visualización de alarmas o errores.
- Al revisar las fichas técnicas proporcionadas por el oferente SALUD SEGURA R&L no se evidencia que el equipo cuente con Válvula de seguridad.
- Al revisar las fichas técnicas proporcionadas por el oferente SALUD SEGURA R&L no se evidencia que el equipo cuente con sistema de seguridad en las puertas.

Por lo anterior se solicita a la entidad evalúe al oferente **SALUD SEGURA R&L** como **NO CUMPLE**.



OBSERVACIONES A UT EGAT CIPRO2023

Lote 1 autoclave doble puerta

Durante el análisis exhaustivo de los documentos técnicos presentados por el **UT EGAT CIPRO2023**, para el ítem autoclave doble puerta hemos detectado que el oferente no cumple en las siguientes especificaciones:

- ✓ Al revisar las fichas técnicas proporcionadas por el oferente UT EGAT CIPRO2023 , se observa que no cumple con los requisitos en cuanto a la alimentación electrónica sea de 220-240 como lo solicita la entidad.
- ✓ Al revisar las fichas técnicas proporcionadas por el oferente UT EGAT CIPRO2023 no se evidencia Mantenimiento Acceso lateral y frontal
- ✓ Al revisar las fichas técnicas proporcionadas por el oferente UT EGAT CIPRO2023 no se evidencia Capacidad de la cámara Mínimo 420 litros
- ✓ Al revisar las fichas técnicas proporcionadas por el oferente UT EGAT CIPRO2023, no especifica tener software para transferir datos del ciclo.
- ✓ Al revisar las fichas técnicas proporcionadas por el oferente UT EGAT CIPRO2023 no especifica Ciclo material pesado o instrumental en contenedores temperatura 134 °C

Por lo anterior se solicita a la entidad evalúe al oferente **UT EGAT CIPRO2023** como **NO CUMPLE**

Cordialmente



DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
LA MUELA SAS

