IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Nombre del proyecto: ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA FLUVIAL TAM PARA LA ESE GUAPI					
Código habilitación:					
Nombre ESE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI ESE					
NIT: 900146012-0					
Departamento: CAUCA					
Municipio ESE: GUAPI					
Nivel de atención: NIVEL I					
Carácter: DEPARTAMENTAL					
Categorización riesgo:	**TRM: USD**		$ 4.813,43		Dólar al 21 marzo 2023
Oportunidad SIHO:	**TRM: EUR**		$ 5.192,10		

ESTUDIO DE MERCADO

Códi	Servicio	Ambiente y/o área	Nombre de la dotación	ITEM	Especificaciones mínimas ogligatorias (EMO)	PROPONENTE	ASTILLERO FIBRAS Y RESINAS GUAPI		EDUARDOÑO MANDA EN SERVICIO		ROYALTY LEAGUE		Valor seleccionado ($)
						CANTIDAD	P_1 unitario ($) [incluye IVA]	P_1 TOTAL ($) [incluye IVA]	P_2 unitario ($) [incluye IVA]	P_2 Total ($) [incluye IVA]	P_2 unitario ($) [incluye IVA]	P_2 Total ($) [incluye IVA]	
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	TAM	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS BIOMEDICOS	1	$ 899.920.000	$ 899.920.000	$ 908.777.671	$ 908.777.671	$ 1.120.000.000	$ 1.120.000.000	$ 899.920.000
				2	LISTADO ESTANDAR 2 - INFRAESTUCTURA								
				3	LISTADO ESTANDAR 3 - DOTACION ESTANDAR 4 - Y DISPOSITIVOS MEDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS								
				4	CHASIS Y CARROCERIA								
				5	HERRAMIENTA								

TOTAL	$ 899.920.000

VIVIAN ANYELI RIVERA CORRALES
LÍDER DE PROGRAMA
PROCESO GESTIÓN DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS INDIVIDUALES- SDSC

RAQUEL H. GRUESO O
MEDICO GENERAL
GERENTE ESE GUAPI

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA FLUVIAL TAM PARA LA ESE GUAPI
Código habilitación:
Nombre ESE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI ESE
NIT: 900146012
Departamento: CAUCA
Municipio ESE: GUAPI
Nivel de atención: NIVEL I
Carácter: DEPARTAMENTAL
Categorización riesgo:

DOTACIÓN TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO

ITEM	SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CLASIFICACION	NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS POR LA ESE	CANTIDAD	PROVEEDOR 1 PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA	PROVEEDOR 1 VALOR TOTAL INCLUYE IVA	NOMBRE PROVEEDOR 1	FICHA N°	PROVEEDOR 2 PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA	PROVEEDOR 2 VALOR TOTAL INCLUYE IVA	MENOR VALOR COTIZADO	Observaciones
1	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EQUIPO BIOMEDICO	TENSIOMETRO ADULTO	1. Tensiómetro para paciente 2. Intérvalos de 10 mmHg 3. Escala de medición de 0 a 300 mmhg 4. Exactitud certificada a +/- 3 mmHg 5. Sistema de seguridad antifuga de aire 6. Con brazalete lavable 7. Tecnologia resistente a impactos 8. Escala radial 9. Visualización de lectura 360° del manómetro	**1**			ENFACOL S.A.S.					
2	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EQUIPO BIOMEDICO	TENSIOMETRO PEDIÁTRICO	1. Tensiómetro para paciente 2. Intérvalos de 10 mmHg 3.Resolución 2 mmHg 4. Escala de medición de 0 a 300 mmHg 5. Exactitud certificada a +/- 3 mmHg 6. Sistema de seguridad antifuga de aire 7. Con brazalete pediatrico 8. Tecnologia resistente a impactos	**1**	$ 320.000.000	$ 320.000.000	ENFACOL S.A.S.	3	$ 330.000.000	$ 990.000.000	$ 320.000.000	

3	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EQUIPO BIOMEDICO	DESFIBRILADOR	1. Desfibrilador bifásico con cable para marcapasos 2. Monitoreo de ECG con velocidad de barrido seleccionable 3. Batería recargable con capacidad de respaldo de mínimo 180 minutos de monitoreo continuo mínimo o 100 descargas de energía máxima. 4. Paletas para paciente adulto y pediatrico 5. Estándares de seguridad eléctrica BF y CF 6. Tiempo de carga menor de 8 segundos para onda bifásica 7. Registro de eventos con posibilidad de transferencia de datos 8. Con modo cardioversión sincrónica 9. Onda bifásica de 1 a mínimo 270 julios. 10. Corriente de salida ajustable para marcapasos. 11. Con marcapasos no invasivo con frecuencia ajustable. 12. Comprobación de funciones automática o semi automática. 13. Modo DEA 14. Fuente de alimentación eléctrica: 120 VAC; frecuencia : 60 Hz. 15. Adaptador para parches desechables adulto y pediátrico.	**1**			ENFACOL S.A.S.				
4	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EQUIPO BIOMEDICO	ASPIRADOR DE SECRECIONES	1. Aspirador de secreciones portátil 2. Velocidad de flujo de máximo 20 L/min 3. Máximo vacío hasta 600 mmHg 4. Nivel acústico: máximo de 70 db. 5. Accesorios: Recipiente, filtro hidrofobico y mangueras siliconadas 6. Con control regulable de flujo. 7. Con recipiente recolector autoclavable con capacidad de almacenamiento de 1 Litro	**1**			ENFACOL S.A.S.				
5	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EQUIPO BIOMEDICO	VENTILADOR DE TRANSPORTE	1. Dos modos de Volumen y modos de presión 2. Bateria con autonomia minima de 4 horas 3. Fraccion inspirada de oxigeno - FIO2 4. Indicacion de Volumen corriente y continuo 5. Indicacion de presión máxima y plateu 6. Presion positiva al final de la expiracion - PEEP, frecuencia respiratoria máxima de la maquina y del paciente (respiración espontánea) 7. Alarmas auditivas y visuales de presión, Volumen, Apnea, Presión de aire, Oxígeno medicinal y batería baja. 8. Sistema de conexion rapida al oxigeno medicinal y al aire medicinal, la conexion de aire medicinal podria ser reemplazado por turbina integrada al equipo. 9. Modos de control, asistido/control y presion positiva continua en la via aerea - CPAP 10. Control de flujo y tiempo inspiratorio	**1**							
6	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EQUIPO BIOMEDICO	EQUIPO DE ÓRGANOS PORTABLE	1. Mangos portable independientes por cabezal 2. Cabezal de Otoscopio con sistema de iluminacion Led o halógeno 3. Cabezal de Oftalmoscopio (opcional luz LED) 4. Unidad transformadora con sistema de montaje para fijarse a pared 5.Oftalmoscopio con rueda de 28 o 29 lentes de enfoque y con dioptrías entre -25 a +40D.	**1**							
7	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EQUIPO BIOMEDICO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1. Monitor de signos vitales para paciente 2. Con monitorización de: ecg-spo2-nibp-Frecuencia cardiaca, Frecuencia respiratoria 3. Rango de medición Spo2 de 0 a 100% 4. Medición de respiración pediatrico de 0 a 150 rpm 5. Medición de respiración adulto de 0 a 120 rpm 6. Monitorización de ECG de 3 a 5 derivaciones. 7. NIBP con técnica de medición oscilométrica y resolución de 1 mmhg 8. Alimentación eléctrica: 100-240 VAC 9. Tamaño de la pantalla Mínima de 8.4 pulgadas a color y touch screen 10. Impresión mínima de 3 trazos 11. Batería con autonomía minima de 4 horas 12. Con opción de configurar las alarmas. 13. Interfaz; puerto de red / puerto USB 14. Velocidad de grabación: 25 mm / s, 50mm / s 15. Sensor de NIBP adulto 16. Sensor de NIBP pediátrico 17. Sensor de oximetría adulto 18. Sensor de oximetría pediatrico 19. Sensor de temperatura 20. Cables de medición ECG de 3 a 5 derivadas 21. Módulos para los parámetros solicitados e interfaces para cada parámetro	**1**			ENFACOL S.A.S.				

8	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EQUIPO BIOMEDICO	FONENDOSCOPIO PEDIÁTRICO	1. Material: acero inoxidable 2. Campana para altas y bajas frecuencias 3. Libre de latex 4. Olivas flexibles e intercambiables 5. Anillos para protección contra el frío 6. Para uso en paciente pediatrico	**1**			ENFACOL S.A.S.				
9	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EQUIPO BIOMEDICO	FONENDOSCOPIO ADULTO	1. Material: acero inoxidable 2. Campana para altas y bajas frecuencias 3. Libre de latex 4. Olivas flexibles e intercambiables 5. Anillos para protección contra el frío 6. Para uso en paciente adulto	**1**			ENFACOL S.A.S.				
10	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EQUIPO BIOMEDICO	GLUCÓMETRO	1. Rango de medición de glucosa entre 10 mg/dL – 600 mg/Dl 2. Pantalla LCD 3. Test memoria de prueba con fecha y hora 4. Tiempo de prueba máximo 6 segundos 5. Tirillas o tiras reactivas 6. Indicador de riesgo 7. Duración de la batería más de 1,000 pruebas	**1**							
11	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EQUIPO BIOMEDICO	BOMBA DE INFUSIÓN	1. Bomba de infusión de un solo canal 2. Capacidad de almacenamiento mínimo de 999 registros de eventos 3. Protección contra descargas eléctricas Clase 1 4. Menos de 5 kg de peso 5. Precisión o exactitud de ± 5% 6. Velocidad de volumen programable entre 0 ml a 9999.99 ml 7. Alimentación eléctrica entre 100V y 240V (50 - 60Hz) o DC de 12V 8. Incluír batería recargable con mínimo 4 horas de duración 9. Rango o flujo de bolo entre 0.1 ml/h a 1500 ml/h 10. Incluir modo micro (menor rango de infusión) 11. Incluir llamada a enfermera 12. Sistema de alarmas audibles y visibles para mínimo los siguientes parámetros: batería baja o batería casi vacia, batería vacia, , oclusión, puerta abierta, conexión del sensor goteo, burbujas de aire, tiempo de espera finalizado o cerca de la finalización. 13. Rango de flujo de KVO entre 0.1 ml/h a 0.9 ml/h 14. Sistema de purga 15. Comunicación por USB	**2**							
12	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EQUIPO BIOMEDICO	MEDIDOR DE PICO FLUJO	1. Rango de flujo de aire máximo completo entre 60 L/min a 810 L/min 2. Resolución mínima de 10L/min 3. Indicadores de zona codificados por colores 4. Boquilla oval o de contornos curvados que sea cómoda para el paciente 5. Manija abatible o mango plegable 6. Diseño para para paciente adulto y pediátrico	**1**							
13	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EQUIPO BIOMEDICO	LARINGOSCOPIO	1. Laringoscopio de uso adulto, pediátrico y neonatal 2. Mango de fibra optica con luz halogena 3. Hojas rectas y curvas de fibra óptica neonatales, pediátricas y adulto 4. Sistema eléctrico alimentado por baterias AA 5. Hojas fabricadas en una sola pieza 6. Hojas fabricadas en acero inoxidable 7. Fabricado en metal resistente a la corrosión y con acabado rugoso para mejor sujeción 8. Iluminación mediante fibra óptica	**1**							

14	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EQUIPO BIOMEDICO	INCUBADORA PEDIÁTRICA PORTÁTIL	1. Equipo de traslado con cabina transparente 2. Incubadora soportada en base rodable con sistema de frenado centralizado para las 4 ruedas 3. Control de temperatura del aire con un rango aproximado entre 25°C a 37°C 4. Sensor reutilizable para temperatura de piel con un rango aproximado entre 34°C a 37°C 5. Lámpara de observación con luz blanca, ya que proporciona mejor visibilidad y no provoca calor 6. Colchón con cubierta lavable, impermeable y que permita maniobras de reanimación e intubación 7. Soporte para atril 8. Sistema para suministro de oxígeno 9. Alarmas de indicación de: exceso de temperatura del aire y del neonato, sensor de temperatura de piel en mal estado, falla en el suministro de energía y nivel bajo de batería. 10. Alimentación eléctrica 110 - 120 V +- 10% - 50/60 Hz y batería.	**1**							
						15	**TOTAL COTIZACIONES**	**$ 320.000.000**				**$ 990.000.000**	**$ 320.000.000**

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA FLUVIAL TAM PARA LA ESE GUAPI

Código habilitación:
Nombre ESE: Empresa social del estado Guapi ESE
NIT: 900146012
Departamento: CAUCA
Municipio ESE: GUAPI
Nivel de atención: NIVEL I
Carácter: DEPARTAMENTAL
Categorización riesgo:

Código servicio	Servicio	Ambiente y/o área	Clasificación de la dotación	Nombre	ITEM	Especificaciones mínimas obligatorias (EMO)
	TRANSPORTE ASISTENCIAL	**AMBULANCIA TAM**	**NORMATIVIDAD Y TRÁNSITO**		1	Las ambulancias terrestres, fluviales, marítimas y aéreas además de los requeisitos exigidos por el sector salud, deben cumplir con los que para este tipo de servicios determinen las autoridades de tránsito terrestre, fluvial, marítimi y aéreo
					1	El diseño y construcción de la embarcación cumple la normatividad vigente a la fecha de la construcción, expedidas por las autoridades competentes
1103	**TRANSPORTE ASISTENCIAL**	**AMBULANCIA TAM**	**EMBARCACIÓN**	**CUENTA CON**	**2**	Compartimiento para el paciente que tiene como mínimo las siguientes dimensiones: largo útil 2.20 metros, ancho útil 2.20 metros, altura interna útil 2.0 metros. (sobre estas medidas se autorizan variaciones máximas del 15 %).
					3	Soportes y elementos metálicos de los equipos biomédicos no representan riesgo de accidente.
					4	Banco para soportar una camilla principal, construida en material resistente y fijado en la cubierta del vehículo.
					5	El piso no debe poseer elementos afilados o cortantes y está fabricado en material lavable, que evite la acumulación del mugre y contaminantes, resistente a los agentes desinfectantes habituales, antideslizante, con las uniones del piso con las paredes herméticamente selladas.
					6	La embarcación está fabricada en materiales resistentes al medio acuático.
					7	La cubierta inferior del compartimiento del paciente está fabricada en material antideslizante, sin elementos afilados o cortantes, de material lavable, con acabados redondeados, superficies pulidas y resistentes a agentes desinfectantes.
					8	La disposición de los soportes y elementos metálicos para equipos de asistencia, deben quedar de tal forma que no produzcan daño a los ocupantes del vehículo.
					9	Techo-cubierta de material rígido o plegable, liviano, para proteger y cubrir los compartimientos del paciente, piloto y acompañantes.
					10	El techo-cubierta debe servir en su parte exterior de soporte a los dispositivos de alerta, luces y exploradoras y en su parte interior para la fijación de los rieles para ubicación de liquidas parenterales y equipos biomédicos.
			OTRAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL VEHICULO	**CUENTA CON**	**11**	Extintor para fuegos ABC, con capacidad mínima de carga de 2.26 kilogramos para la ambulancia.
					12	Chalecos salvavidas para cada uno de los ocupantes.
			ÁREA DEL PACIENTE	**CUENTA CON**	**13**	Asientos tanto para los acompañantes como para el motorista auxiliar con su respectivo espaldar.
					14	Leyenda de "este es un espacio libre de humo de tabaco" u otro similar" y "use chaleco salvavidas".
					15	Compartimientos livianos, de material resistente, lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes, con puertas resistentes, abatibles o deslizantes, con anclajes seguros para evitar su apertura.
					16	Los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de identificación para guardar los elementos, de acuerdo con su especialidad, así: azul: sistema respiratorio; rojo: sistema circulatorio; amarillo: pediátrico; verde: quirúrgico y accesorios.
					17	El paciente está ubicado de tal manera que los gases de los motores no le afecten
			LUCES Y OTROS ELEMENTOS DEL VEHICULO	**CUENTA CON**	**18**	Iluminación interior para toda el área de manejo del paciente.
					19	Brújula y luces de navegación.
					20	Dispositivo de señalización óptica (barra de luces) que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, de fácil observación con la luz del día, ubicado sobre el techo-cubierta.
					21	Compartimiento aislado para los cilindros de oxígeno medicinal con manómetros visibles y regulables desde el interior del compartimiento del paciente.
			SISTEMA DE COMUNICACIONES	**CUENTA CON**	**22**	Sistema de perifoneo externo como mecanismo de alerta o de información.
					23	Sirena como sistema principal de alerta
					24	Sistema de georreferenciación y comunicación que permita el monitoreo y contacto con la secretaría de salud departamental o distrital, o la entidad que tenga a cargo dichas competencias. a través del CRUE

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA FLUVIAL TAM PARA LA ESE GUAPI

Código habilitación:

Nombre ESE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI ESE
NIT: 900146012
Departamento: CAUCA
Municipio ESE: GUAPI
Nivel de atención: NIVEL I
Carácter: DEPARTAMENTAL
Categorización riesgo:

Código servicio	Servicio	Ambiente y/o área	Clasificación de la dotación	Nombre	ITEM	Especificaciones mínimas ogligatorias (EMO)
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EMBARCACIÓN	CARACTERISTICAS DEL MOTOR	1	Dos (2) motores fuera de borda de 250 HP
					2	Número de cilindros: cuatro(4)
					3	Tipo de motor cuatro (4) tiempos
					4	Sistema de combustible: inyección electrónica multipunto gasolina
					5	Potencia de salida entre 130 HP a 250 HP / 3.500 rpm a 5.500 rpm
					7	Encendido: Microcomputador
					8	Sistema de lubricación: Por Carter húmedo
					9	Cilindrada mínimo de 3.300 cc
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL			SISTEMA DE GOBIERNO	1	Kit de dirección hidraúlica
					2	Mínimo Una (1) bomba hidraúlica
					3	Mínimo dos (2) cilindros de trabajo
					4	Mínimo un (1) cabezote en consola
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL			SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	Mínimo un (1) tanque de combustible entre 80 galones a 150 galones
					2	Toma de combustible o de llenado remoto
					3	Lineas de succión y venteo
				CARROCERIA - CONDICIONES GENERALES DE LA EMBARCACIÓN	1	Tipo de casco "V" modificado
					2	Parabrisas de tres (3) cuerpos
					3	Máximo dos (2) impiabrisas
					4	Piso plano en poliester reforzado de fibra de vidrio (PRFV), enyelcado o antideslizante
					5	MATERIAL: Poliester reforzado en fibra de vidrio (PRFV)
					6	Mínimo seis (6) cuadernas en poliester reforzado en fibra de vidrio (PRFV)
					7	Mueble o compartimiento para almacenamiento de dispositivos médicos o equipos biomédicos
					8	Mínimo un (1) banco lateral con soporte para anclaje o soportado fijamente en la cubierta de la ambulancia para aseguramiento de camillas
					9	Capota o techo fabricado en poliester reforzado de fibra de vidrio (PRFV)
					10	Espesor del fondo del casco mínimo de 8.66 mm
					11	Espesor de los laterales del casco mínimo de 5.03 mm
					12	BOTE: Entre entre 31 pies y 33 Pies
					13	ESLORA : Mínimo de 9.86 m
					14	MANGA : Mínimo de 2.46 m
					15	PUNTAL : Mínimo 1.35 m
					16	Mínimo una cornamusa (1) plástica de máximo 8 pulgadas
					17	Mínimo tres (3) tornillos de ojo
					18	PROTECTOR DE BORDA: En polietileno con inserto en aluminio
					19	Una (1) bomba de achique de mínimo 1500 galones
					20	Visión entre 85° Y 90° a babor
					21	Visión entre 105° Y 115° a estribor
					22	Capacidad de carga mínimo de 2800 kg
					23	Un (1) protector en poliester reforzado de fibra de vidrio (PRFV)
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL			SISTEMA ELÉCTRICO DE LA EMBARCACIÓN	1	Mínimo dos (2) baterías
					2	Capacidad de baterias de mínimo 105 A/H
					3	Mínimo (2) toma corrientes por cada tipo utilizado en la embarcación
					4	Toma de energía puesta tierra
					5	Panel de interruptores o switches seis (6) posiciones
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL			SISTEMA DE ILUMINACIÓN	1	Mínimo dos (2) luces de iluminación interior
					2	Luces de navegación en proa y popa
					3	Mínimo una (1) barra de luz tipo estroboscópico
					1	Mínimo un (1) remo

				SISTEMA DE NAVEGACIÓN	**2**	Mínimo dos (2) aros salvavidas con cabo de amarre o tener dos veces la longitud de la eslora de la embarcación
					3	Mínimo un (1) bichero
					4	Ancla con cadena, grillete, girador y cabo de mínimo 19 metros de longitud
1103	**TRANSPORTE ASISTENCIAL**			**SISTEMA DE SEGURIDAD - ACCESORIOS DE EMERGENCIA**	**1**	Mínimo dos (2) extintores de 10 libras
					2	Mínimo una (1) brújula
					3	Mínimo siete (7) chalecos salvavidas
					4	Mínimo cuatro (4) defensas
					5	Incluye botiquin
					6	Reservorio o sistema de agua dulce de máximo 13 galones
					7	Sistema o recipiente de agua potable
1103	**TRANSPORTE ASISTENCIAL**			**SISTEMA DE COMUNICACIONES**	**1**	Sistema de perifoneo o sistema de sonido compuesto por sirenay unidad de control o parlante
					2	GPS portátil
					3	Un sistema de telecomunicaciones asignado exclusivamente para la ambulancia, que le permita establecer contacto con la central, base o red de coordinación o comunicación.
				CERTIFICACIONES	**1**	LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEBEN CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS DE LA NTC 4839:2001

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto: ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA FLUVIAL TAM PARA LA ESE GUAPI
Código habilitación:
Nombre ESE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI ESE
NIT: 900146012
Departamento: CAUCA
Municipio ESE: GUAPI
Nivel de atención: NIVEL I
Carácter: DEPARTAMENTAL
Categorización riesgo:
Oportunidad SIHO:

Código	Servicio	Ambiente y/o área	ITEM	Nombre de la dotación
11003	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	1	Desfibrilador bifásico con capacidad de realizar cardioversión sincrónica y marcapasos transcutáneo, baterías mínimas para 4 horas con paletas (adulto y pediátrico). (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			2	Fonendoscopio adulto y pediátrico. (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			3	Tensiómetro adulto y pediátrico. (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			4	Equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños). (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			5	Aspirador nasal manual.
			6	Glucómetro. (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			7	Torniquetes para el control de hemorragias.
			8	Camilla principal con sistema de anclaje y cinturones de seguridad o correas para asegurar el paciente.
			9	Camilla secundaria para inmovilización espinal y correas para asegurar el paciente.
			10	Tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular
			11	Atril portasuero de dos ganchos.
			12	Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de mínimo 120 kg. Deberá tener minimo dos cinturones de sujeción para el paciente y para su transporte al interior de la ambulancia.
			13	Pinzas de Magill.
			14	Tijeras de material o cortatodo.
			15	Riñonera.
			16	Pato para mujeres.
			17	Pato para hombres.
			18	Lámpara de mano (linterna) con baterias de repuesto.
			19	Manta térmica aluminizada.
			20	Oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de mínimo tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles.
			21	Oxigeno medicinal portátil de mínimo 0.5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno medicinal al paciente.
			22	Conjunto para inmovilización que cuenta con inmovilizadores cervicales graduables, adulto (2) y pediátrico (2), inmovilizadores laterales de cabeza, inmovilizadores para extremidades superiores e inferiores.
			23	Resucitador pulmonar manual adulto y pediatrico
			24	Los equipos biomédicos deben contar con sistema de fijación especifico al vehículo sin detrimento de su operación.
			25	Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)

			26	Tres contenedores para la clasificación y segregación de los residuos (blanco, negro, verde)
			27	Un Guardián debidamente rotulado para almacenamiento de residuos peligrosos biosanitarios y cortopunzantes de acuerdo con las normas vigentes.
			28	Un Aditamento supraglótico adulto
			29	Un Aditamento supraglótico pediatrico
			30	Ventilador para traslado, de acuerdo con la edad del paciente (adulto y pediátrico). (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			31	Equipo de órganos de los sentidos (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			32	Bombas de infusión, con batería mínimo para 4 horas (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			33	Medidor de pico flujo (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			34	Laringoscopio con hojas rectas y curvas neonatales, pediátricas y adulto (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)
			35	Incubadora pediátrica portátil (ver especificaciones tecnicas minimas en tabla anexa)

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto: ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA FLUVIAL TAM PARA LA ESE GUAPI
Código habilitación:
Nombre ESE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI ESE
NIT: 900146012
Departamento: CAUCA
Municipio ESE: GUAPI
Nivel de atención: NIVEL I
Carácter: DEPARTAMENTAL
Categorización riesgo:
Oportunidad SIHO:

Códi	Servicio	Ambiente y/o área	Clasificación de la dotación	Nombre	ITEM	Especificaciones mínimas obligatorias (EMO)
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL	AMBULANCIA TAM	EQUIPO INDUSTRIAL	HERRAMIENTA	1	Bujías
					2	sacabujias
					3	Juego de llaves boca fija
					4	Alicate con mango aislado
					5	Martillo
					6	Juego de desatornilladores (Pala y estralla).
					7	Llave de expansion.
					8	Hombre solo
					9	Juego de señales reflectivas de emergencia.
					10	Linterna con pilas.
					11	Caja de fusibles
					12	Palanca patecabra.
					13	pinzas
					14	Cuchillo
					15	Tijera corta todo
					16	Llave boca fija para cambio de cilindro de oxigeno