

EVIDENCIA 1 JUNIO





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

Lote 1: Equipos de análisis para la línea de biotecnología y nanotecnología

Ítem 1: Espectrofotómetro lector de microplacas

Agradezco sinceramente sus observaciones detalladas sobre la especificación incluida en la cotización. Reconocemos la importancia de garantizar la claridad y la pluralidad de oferentes en el proceso de selección.

1. Se solicita amablemente a la entidad revisar la especificación incluida en CARACTERÍSTICAS GENERALES, "Velocidad de medición: Lee una placa de 96 pocillos en 15 segundos, una placa de 384 pocillos en 45 segundos, y una placa de 1.536 pocillos en 135 segundos (tiempos mínimos)", teniendo en cuenta que no se menciona la técnica para la que se requiere esta velocidad (absorbancia o fluorescencia), además se sugiere que la especificación sea para "tiempo máximo de lectura", "para Absorbancia, lee una placa de 96 pozos en máximo 15 segundos...", lo anterior para asegurar la pluralidad de oferentes.

   R/ Tomamos nota de su sugerencia de especificar la técnica para la cual se requiere la velocidad de medición y de modificar la especificación para reflejar un "tiempo máximo de lectura". Basándonos en su recomendación, hemos revisado y ajustado la descripción de la velocidad de medición de la siguiente manera:

   "Para Absorbancia, el equipo lee una placa de 96 pocillos en un máximo de 15 segundos, una placa de 384 pocillos en un máximo de 45 segundos, y una placa de 1.536 pocillos en un máximo de 135 segundos."