

Ciudad y Fecha:	Bogotá, Junio 18 de 2024	Orden de Servicio Nº 14309
Señor (a,es,as):	Instituto Nacional de Salud	
ATN:	Ing. Angela Cortes	
Dirección:	Av. Calle 26 # 51-20	
NIT.:	899999403-4	
Teléfono:	300 7840593	
Próxima Fecha de Mantenimiento:	Según cronograma	

Departamento de Ingeniería		
Mantenimiento ☒	Reparación ☐	Garantía ☒
Visita Técnica ☐	Diagnóstico ☐	Capacitación ☐

Trabajo Realizado
Desarme, limpieza externa, limpieza y revisión de unidad de refrigeración, lubricación de bombas, inspección de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros eléctricos, ajuste y verificación de temperatura para:

Cantidad	Descripción
01	Refrigerador, marca Meling, modelo YC-725L, Serie: 220305173, Cód: Inv # 38691,
01	Congelador, marca Meling, modelo JW-FL778, Serie: 220200161, Cód: Inv # 38692
01	Ultracongelador, marca Meling, modelo JW-HL6785H, Serie: 220200997, Cód: Inv # 38693
* Todos los equipos están ubicados en Salud Ambiental, área de Bacterias	
/	
/	
/	

Observaciones:	Por sugerencia del cliente no se realizó limpieza interna en la línea de cámara, porque se necesita tener los productos en congelación.
----------------	---

<p>Hector Alvaro R. Johnston Gomez</p> <p>Realizó el Servicio</p>	<p>Jenny Milena Gamboa Lopez</p> <p>Angela Cortes 2024-06-18</p> <p>Recibí de Conformidad</p>
---	---