Kassel Group

Servicio Técnico
R7-RG-003
Versión 2
Fecha 2022-11-08

BIOBASE KERN Thomson FRITSCH

Ciudad y Fecha: Bogota 19/06/2024	**Orden de Servicio** Nº 13992
Señor (a,es,as): Instituto Nacional de Salud	
ATN: Ing Angela Cortes	
Dirección: AV calle 26 # 51-20	
NIT.: 899999403-4	
Teléfono: 3007840593	
Próxima Fecha de Mantenimiento: Segun cronograma	

Departamento de Ingeniería

Mantenimiento [X]	Reparación [ ]	Garantía [X]
Visita Técnica [ ]	Diagnóstico [ ]	Capacitación [ ]

Trabajo Realizado

Desarme Limpieza General, Limpieza y revisión de unidad de refrigeración, lubricación de tornillería Inspección de tarjetas electronicas, verificación de parametros electricos, Ajuste y verificación de temperatura para:

Cantidad	Descripción
01	Refrigerador Marca Meiling Modelo YC 525L Serie 220201154 cod Inv 38701 Ubicado en OMICAS 1 Banco de Proyectos

Observaciones: Radicare informe tecnico

Jhonatan Gomez
Realizó el Servicio

Beatriz De Arco. Angela Cortes
Recibí de Conformidad 2024.06.19