

1. Datos del cliente

Orden de servicio:	R-ODS-24-S220	Razón social:	LAB BRANDS SAS
Fecha :	2024-06-05	Dirección:	AUTOP BOGOTA-MEDELLIN KM 7.5 PARQUE IND BRUSELAS
No de OS del cliente:	N/A	Contacto:	8966220
No de PE de INGOBAR:	PE-IM-2024-090 LAB BRANDS SAS	Correo electrónico:	martha.valderrama@labbrands.com

2. Datos sobre el servicio

Dirección y ciudad del servicio:	Avenida calle 26 No. 51-20 - Zona 6 CAN. Bogotá, D.C
Nombre del cliente para el certificado:	Instituto Nacional de Salud
Persona de contacto:	Martha Valderrama
Correo electrónico / teléfono:	martha.valderrama@labbrands.com

Nomenclatura empleada para la columna servicio:

C : calibración - IQ : calificación de instalación - OQ : calificación operacional - PQ : calificación de desempeño - MP: Mantenimiento preventivo - MC : Mantenimiento correctivo - V : Verificación metrológica

Item	Servicio	Instrumento	Marca	Modelo	Serie	Código interno	Ubicación	Punto o intervalo de medición	Número certificado o informe	Se adhiere etiqueta al equipo
1	PQ	Autoclave	Tuttnauer	50756LCPV6E-D	22031241	39651	Área de lavado	121 °C	IM-AVR-24-0022	SI
2										
3										

Durante la ejecución del servicio, se presentaron desviaciones a los métodos para las actividades del laboratorio que permitan cumplir los requerimientos del cliente? SI _____, NO X
Si su respuesta es afirmativa; por favor indique cuál?:


3. Cambios a la oferta durante la prestación del servicio

Ninguna


4. Observaciones durante la prestación del servicio

- Eto Cumple con la letalidad mínima requerida (>12 min)
- Pendiente incubación de Inoculados biológicos

Firma personal INGOBAR Metrología S.A.S.

Firma: 
Nombre: Miguel Angel Hernandez A. Lila
Cargo: Gerente
Fecha: 2024-06-05

Firma autorizada Representante del cliente:

Firma: 
Nombre: Gloria Cecilia Malaver Peña
Cargo: Ing. Biomedica
Fecha: 2024-06-05

Evaluación del servicio



Teniendo en cuenta su experiencia, agradecemos realice la encuesta de satisfacción escaneado el QR.