

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

CÓDIGO F-042

VERSIÓN 05

FECHA 12-09-2022

FECHA	04-06-2024	CONSECUTIVO	1001507
EMPRESA	INSTITUCIÓN NACIONAL DE SALUD	TELEFONO	315 8089778
DIRECCION	Ac. 26 #51-20	MUNICIPIO/SEDE	BOGOTA

CONTACTO	GLORIA MALAVER
----------	----------------

EQUIPO	Smart-vue	MARCA	Thermo scientific
MODELO	pro	SERIE	E70C101007D2,E70C101007D4, E79C101007D6
CODIGO	NA	NUMERO DE ODS	57631

TRABAJOS GENERALES REALIZADOS	
MEDICION DE VOLTAJES DE ALIMENTACION	-
VERIFICACION DE AJUSTE INICIAL	-
REVISION DE COMPONENTES DEL EQUIPO	-
DIAGNOSTICO DEL EQUIPO	-
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	-
INSTALACION DEL EQUIPO/CAPACITACION EN MANEJO	-
AJUSTE CON PATRONES CERTIFICADOS DEL EQUIPO	-
PRUEBAS DEL ESTADO DE AJUSTE DEL EQUIPO	-

INFORMACION TECNICA			
UNIDAD DE MEDIDA	VOLTAJE AC	VOLTAJE DC	POTENCIA
NA	NA	NA	NA

AMPERAJE	CAPACIDAD MAXIMA	CAPACIDAD MINIMA	RESOLUCION
NA	NA	NA	NA

RANGO DE USO
NA

VERIFICACION INICIAL DEL EQUIPO	Los sensores estuvieron operando sin ningún problema durante el fin de semana y se encuentran funcionales
---------------------------------	---

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

CÓDIGO F-042

VERSIÓN 05

FECHA 12-09-2022

FECHA	04-06-2024	CONSECUTIVO	1001507
EMPRESA	INSTITUCIÓN NACIONAL DE SALUD	TELEFONO	315 8089778
DIRECCION	Ac. 26 #51-20	MUNICIPIO/SEDE	BOGOTA
CONTACTO	GLORIA MALAVER		

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza la instalación del módulo principal por WiFi pero se recomienda al cliente el uso de un punto LAN para que el sistema no presente interferencias, se realizó la prueba de alcance y se dejó uno de los sensores en el cuarto frío de genómica

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

En buen estado y funcionales

INFORMACION DE REPUESTOS REQUERIDOS / NOMBRE (S) Y REFERENCIA (S)

NA

MEDICION DE VOLTAJES V-F-N

NA

MEDICION DE VOLTAJES V-F-T

NA

MEDICION DE VOLTAJES VDC

NA

MEDICION DE VOLTAJES AMP DE CONSUMO

NA

Equipos y Laboratorio de Colombia S.A.S.

Carrera. 57 #74-04, Polígono Industrial, Bodega 117
PBX: (57+) 604 448 0388 • Itagüí, Antioquia, Colombia
E-mail: info@equiposylaboratorio.com • Web: www.equiposylaboratorio.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

CÓDIGO F-042

VERSIÓN 05

FECHA 12-09-2022

FECHA	04-06-2024	CONSECUTIVO	1001507
EMPRESA	INSTITUCIÓN NACIONAL DE SALUD	TELEFONO	315 8089778
DIRECCION	Ac. 26 #51-20	MUNICIPIO/SEDE	BOGOTA
CONTACTO	GLORIA MALAVER		

REALIZO	Camilo Hernandez
RECIBE	Omar Tafur



FIRMA QUIEN REALIZO



FIRMA QUIEN RECIBE

ENCUESTA DE SERVICIO

<https://www.intraneteyl.com/formulariocapacitacion.intraneteyl.com>

Equipos y Laboratorio de Colombia S.A.S.

Carrera. 57 #74-04, Polígono Industrial, Bodega 117
PBX: (57+) 604 448 0388 • Itagüí, Antioquia, Colombia
E-mail: info@equiposylaboratorio.com • Web: www.equiposylaboratorio.com