INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

CRONOGRAMA DE ENTREGAS LOTE 10

CONTRATO No. 0148-SG-2023

LOTE 10							
ITEM	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**PRESENTACION**	**VIGENCIA MINIMA**	**DIRECCION GENERAL**	**CANTIDAD TOTAL**	**FECHA TENTATIVA DE ENTREGA**	**CODIGO UNSPSC**
249	Material de Referencia Certificado de pH se requiere que el valor nominal del material de referencia certificado esté entre 3,5 unidades de pH a 4,5 unidades de pH	Frasco de 500 mL	Mínimo 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación	2	2	2023-12-07	41116100 46151700
250	Material de Referencia Certificado de pH se requiere que el valor nominal del material de referencia certificado esté entre 6,5 unidades de pH a 7,5 unidades de pH	Frasco de 500 mL	Mínimo 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación	2	2	2023-12-07	
251	Material de Referencia Certificado de pH se requiere que el valor nominal del material de referencia certificado esté entre 9,5 unidades de pH a 10,5 unidades de pH	Frasco de 500 mL	Mínimo 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación	2	2	2023-12-07	
252	Material de Referencia Certificado de conductividad. Se requiere la certificación de la conductividad con conductividad aproximada de 25 µS/cm ± 1µS/cm a 25 °C	Frasco de 500 mL	Mínimo 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación	2	2	2023-12-14	
253	Material de Referencia Certificado de conductividad. Se requiere Solución estándar de conductividad aproximada de 180 µS/cm ± 5 µS/cm a 25 °C	Frasco de 500 mL	Mínimo 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación	2	2	2023-12-14	
254	CRM Conductivity 5 uS/cm Shelf Life on Ship Date : 18 Months. Q-11007 I-500	Frasco de 500 mL	Mínimo 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación	1	1	2023-12-14	

MARIO ANDRES MURCIA
Coordinador Grupo Nacional de Metrología
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Supervisor Cto. 148-SG-2023

ALEXANDRA DIAZ LEMUS
Representante Legal
AS ANALYTICAL S.A.S

Fecha de suscripción: 2023-11-22