Placa distal volar con apoyo para radio, de bloqueo seguro, de 2.4 mm, yuxta articular Izquierda/Derecha	43mm y 61mm	3 y 5 orificios en la cabeza
Placa dorsal distal para radio, de bloqueo seguro, de 2.4 - recta	48mm y 57mm	5 y 6 orificios
Placa L dorsal distal para radio, de bloqueo seguro, de 2.4 - izquierda/derecha	40mm y 49mm	Orificios en cabeza/astil - 2/3,2/4,3/3,3/4
Placa L dorsal distal para radio, de bloqueo seguro, de 2.4 - oblicua izquierda/derecha	43mm y 52mm	Orificios en cabeza/astil- 3/3,3/4
Placa T dorsal distal para radio, de bloqueo seguro, de 2.4	40mm y 49mm	Orificios en cabeza/asitl- 3/3,3/4
Placa de bloqueo seguro para olecranon, de 3.5 Izquierda/derecha	86,112,138,164,190 y 216mm	2,4,6,8, 10,12 orificios
Placa condilar	36,39 y 57mm	N.A
Placa de 150º de ángulo izquierda/derecha	N.A	4 y 6 orificios
Placa de marco cuadrado	N.A	4 orificios

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Placa de marco rectangular		4 orificios
Placa orbital - curva		Para tornillo de 1.2 mm - 10 orificios Para tornillo de 1.3 mm - 9 orificios
Placa orbital de bloqueo seguro - curva		8 orificios y 10 orificios
Placa orbital con puente		4 orificios y 6 orificios
Placa orbital de bloqueo seguro, con puente		4 orificiosy 6 orificios
Placa recta con puente		Número de orificios 2 a 6
Placa Mesh (0.5mm de grosor)	N.A	N.A
Placa de ángulo izquierdo		2 orificios y 6 orificios
Placa de ángulo derecho		2 orificios y 6 orificios
Placa doble		2 orificios y 4 orificios

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Placa Y		Orificios en el brazo - 1+1, Orificios en astil - 3 y4
Placa Izquierda, Izquierda y Derecha I/D		Número de orificios en la base - 2 y 3, número de orificios en el astil - 3, 4 y 6
Placa L, angulada oblicua, izquierda y derecha I/D		Número de orificios en la base - 2 y 3, número de orificios en el astil - 3, 4 y 6
Placa I larga		6 orificios
Placa de orificios continuos		4 a 50 orificios (2 orificios de diferencia)
Placa de orificios continuos, para bloqueo seguro		4 a 50 orificios (2 orificios de diferencia)
Placa X		5 orificios
Placa para nariz con forma de X		10 a 12 orificios
Placa para mandíbula	23, 35 y 119mm	4, 8, y20orificios
Placa para mandíbula, para bloqueo seguro	23, 35 y 119 mm	4, 8, y 20 orificios
Placa para mandíbula con espacio en el centro	16, 28 y 40mm	2, 4 y 6 orificios

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Placa para mandíbula, para bloqueo seguro, con espacio en el centro	16, 28 y 40mm	2, 4 y 6 orificios
Placa para mentón recta	17 y 20mm	4 orificios
Placa de reconstrucción de 2.5 mm - orificios redondos	62,78,92,108,124,14 2,154 y 188mm	8,10,12,14,16,18 ,20,22, y 24 orificios
Placa de 2.5 con ángulo de 150º - orificios redondos I/D	33/96,33/112,33/128, 33/142,33/160 y 33/188mm	12+4, 14+4 , 16+4 , 18+4 y 20+4 orificios
Placa de reconstrucción de 2.7 mm, para bloqueo seguro - orificios redondos	N.A	4 a 50 orificios
Placa doble angulada de 150º , de 2.7 - orificios redondos	33/123/33,33/155/33, 33/187/33 y 33/219/33	12+4, 14+4 , 16+4 , 18+4 y 20+4 orificios
Placa doble angulada de 150º , para bloqueo seguro, de 2.7 - orificios redondos	33/123/33,33/155/33, 33/187/33 y 33/219/33	12+4, 14+4 , 16+4 , 18+4 y 20+4 orificios
Placa Z, Izquierda y Derecha	N.A	4 orificios

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2020003177 DE 28 de Enero de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica (E) de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017, y la Resolución No. 2020000653 de fecha 14 de enero de 2020

Placa distal para tibia, de bloqueo seguro, de 3.5/5.0 - con pestaña	116,142,168,194,220 y 246 mm	4, 6, 8, 10, 12, y 14 orificios
Placa DHS de 135º, con collar, longitud de barrica 38 mm	96mm	
Placa LCP DHS de 145º, con collar, longitud de barrica 38 mm	96mm	
Placa DHS estabilizadora de trocánter	138mm y 148mm	
Placa condilar de 95º	92mm	
Placa DHS estabilizadora de trocánter, para bloqueo seguro	130mm	
Cuchilla DHS	65mm	12.5mm
Placa LCP para radio proximal, de 2.4, para aro de cabeza radial	37.5 mm	N.A
Placa LCP para radio proximal, de 2.4, para cuello radial	32mm	N.A
Placa VA-LCP para radio distal volar, de 2.4, extra articular	47 mm y 66 mm	N.A

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Placa VA-LCP de dos columnas para radio distal volar de 2.4, 6 orificios en la cabeza	45 mm	N.A
Placa VA-LCP de dos columnas para radio distal volar de 2.4, 7 orificios en la cabeza	47 mm	N.A
Placa LCP volar para diametafisis de radio distal, de 2.4/3.5, extra articular	95 a 240 mm	5,7,9,11,13,15orificios
Placa LCP para cúbito distal con gancho	46mm	7 orificios
Placa LCP para fusión de muñeca, curva estándar/ curva corta / recta	117mm	N.A
Placa de adaptación de 1.3	48mm	6, 8 y 20
Placa puntal, en ángulo oblicuo	N.A	N.A
Placa Y de adaptación	N.A	N.A
Placa LCP condilar de 2.7	65.6mm	N.A
Placa T LCP de 2.7, con 2 orificios en la cabeza	32.0/39.5mm	N.A

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Placa T LCP de 2.7, con 2 orificios en la cabeza	34.3/41.8mm	N.A
Placa L LCP de 2.7, con 2 orificios en la cabeza	32.0/39.5mm	N.A
Placa H de bloqueo, de 2.7	N.A	6 orificios
Placa LCP, recta, de 1.5 mm	23 mm	N.A
Placa de bloqueo, recta - 1.5 mm	29 mm	N.A
Placa T de bloqueo	N.A	N.A
Placa de bloqueo de puntal, con ángulo oblícuo	N.A	N.A
Placa Y de bloqueo	N.A	N.A
Placa condilar de bloqueo	N.A	N.A
Placa de adaptación de 2.0	N.A	N.A
Placa LCP de 2.0	31 mm y 45 mm	N.A
Placa Y LCP de adaptación, de 2.0	31 mm y 45 mm	N.A

Placa T LCP - de adaptación, de 2.0	52.5 mm	N.A
Placa LCP de corrección de rotación, de 2.0	34 mm	N.A
Placa T LCP de 2.0	N.A	N.A
Placa LCP de adaptación, de 2.4	N.A	N.A
Placa LCP, de 2.4, recta	36 mm	N.A
Placa T LCP de 2.4	57.0 mm	N.A
Placa Y LCP de adaptación, de 2.4	60 mm	N.A
Placa T LCP - de adaptación, de 2.4	58.0 mm	N.A
Placa condilar LCP, de 2.4	59.0 mm	N.A
Placa de adaptación de 2.4	72 mm	N.A
Placa LCP-DCP de 2.4	N.A	N.A
Placa clavicular de bloqueo de 2.4	N.A	N.A
Placa cuboide de bloqueo, de 2.4	N.A	N.A
Placa de bloqueo de astrágalo, de 2.4	N.A	N.A

Placa LCP posterolateral distal de fíbula, de 2.7/3.5	77 mm	N.A
Placa de reconstrucción con bajo perfil, recta	39 mm	N.A
Placa de reconstrucción con bajo perfil, curva	78 mm	N.A
Placa J de reconstrucción con bajo perfil	130 mm	N.A
Placa para sínfisis de 3.5 con orificios combi coaxiales	57 mm	N.A
Placa para sínfisis de 3.5 con orificios combi coaxiales y 2 DCP	57 mm	N.A
Placa de reconstrucción con orificios combi coaxiales, recta	39 mm	N.A
Placa de reconstrucción con ángulo ancho, recta	39 mm	N.A
Placa resorte de 3.5	19.5 mm	N.A
Placa de 100º para osteotomía para bebés	N.A	N.A
Placa para cadera de bebé, con perfil T	N.A	N.A

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Mini placa para cadera de bebé, de 115º	N.A	N.A
Placa para cadera de niños, de 3.5, 90º con perfil T	N.A	N.A
Placa para cadera, de 90º con perfil T	N.A	N.A
Placa para cadera, de 100º para adolescentes	N.A	N.A
Placa para cadera de 90º a 130º	N.A	N.A
Placa de bloqueo de accesorio, de 3.5 para LCP de 4..5/5.0	N.A	N.A
Placa de bloqueo de accesorio, de 3.5 para LCP proximal femoral	N.A	N.A
Clavo GAAM Tornillo Lag	50,55,60,65,70,75,80, 85,90,100,105,110,11 5,120 and 125 mm	12 mm
Juego de tornillos para clavos GAAM	NA	NA
Tapa para clavos GAAM	NA	NA
Tornillo para la sección media de implante	4,5,6,7,8,99,10,11,12, 13,14,15 y 16 mm	1.5,1.7 y 2.0 mm
Tornillo cortical (córtex), mini	6,7,8,9,10,11,12,14,1 6,18 y 20 mm	1.5 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Tornillo cortical (córtex), mini	6,7,8,9,10,11,12,14,1 6,18 y 20 mm	2.0 mm
Tornillo de emergencia	4,6,8,10,12,14,16 y 18 mm	2.4 mm
Tornillo para implante de mandíbula	4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16 mm	2.0 mm and 2.7mm
Tornillo cortical	6,7,8,9,10,11,12,13,14 15,16,17,18,19,20,2 2,24,26,28 y 30 mm	2.7 mm
Tornillo para hueso esponjoso	10,12,14,16,18,20,22, 24,26,28,30,32,34,36, 38,40,42,44,46,48,50, 52,54,56,58 y 60 mm	3.5 mm
Tornillo maleolar	25,30,35,40,45,50 ,55,60,65 y 70 mm	3.5 mm
Tornillo para astil	12 ,14,16,18,20,22,24,26 ,28,30,32,34,36,38,40	3.5 mm
Tornillo para hueso esponjoso	10,12,14,16,18,20,22, 24,26,28,30,35,40,45, 50,55 y 60 mm	4.0 mm
Tornillo para bloqueo seguro - auto roscante	20,22,24,26,28,30,32, 34,36,38,40,42,44,46, 48,50,52,54,56,58 and 60mm	2.7 mm
Tornillo para bloqueo seguro - auto roscante	10,12,14,16,18,20,22, 24,26,28,30,32,34,36, 38,40,42,44,46,48,50, 52,54,56,58 and 60mm	3.5 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Tornillo de bloqueo seguro auto roscante auto taladrante	10,12,14,16,18,20,22, 24,26,28,30,32,34,36, "38,40,42,44,46,48,50, 52,54,56,58 y 60mm	3.5 mm
Tornillo esponjoso para bloqueo seguro - auto roscante	10,12,14,16,18,20,22, 24,26,28,30,32,34,36, 38,40,42,44,46,48,50, 52,54,56,58 and 60mm	3.5 mm
Tornillo córtex (cortical)	10,12,14,16,18,20,22, "24,26,28,30,32,34,36, 38,40,42,44,46,48,50, 52,54,56,58 y 60mm	4.5 mm
Tornillo para astil	22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,4 2,44,46,48,50,55,60,65,70,75,80, 85,90,95 and 100mm	4.5 mm
Tornillo esponjoso de 16 mm de rosca	25, 30 35,40,45,50,55,60,65, 70,75,80,85,90,95,10 0,105,110,115 and 120mm	6.5 mm
Tornillo esponjoso de 32 mm de rosca	40,45,50,55,60,65,70, 75,80,85,90,95,100,1 05,110,115 y 120mm	6.5 mm
Tornillo espojoso - roscado	25, 30 35,40,45,50,55,60,65, 70,75,80,85,90,95,10 0,105,110,115 y 120mm	6.5 mm
Tornillo maleolar	25, 30 35,40,45,50,55,60,65, 70,75,80,85,90,95 y 100 mm	4.5 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Tornillo esponjoso de tracción	45,50,55,60,65,70,75, 80,85,90,95,100,105, 110,115,120,125,130 y 135 mm	6.5 mm
Tornillo de bloqueo seguro	12,14,16,18,20,22,24, 26,28,30,32,34,36,38, 40,42,44,46,48,50,52, 54,56,58,60,62,64,66, 68,70,72,74,76,78,80, 82,84,86,88 y 90 mm	5.0 mm
Tornillo esponjoso para bloqueo seguro - rosca de 16 mm	25,30,35,40,45,50,55, 60,65,70,75,80,85,90, 95,100,105,110,115 y 120 mm	5.0 mm
Tornillo esponjoso para bloqueo seguro - rosca de 32 mm	40,45,50,55,60,65,70, 75,80,85,90,95,100,1 05,110,115 y 120 mm	5.0 mm
Tornillo esponjoso para bloqueo seguro - completamente roscado	25,30,35,40,45,50,55, 60,65,70,75,80,85,90, 95,100,105,110,115 y 120 mm	5.0 mm
Tornillo esponjoso para bloqueo seguro - rosca de 16 mm	25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,7 5,80,85,90,95,100,105,110,115y 120 mm	6.5 mm
Tornillo esponjoso para bloqueo seguro - rosca de 32 mm	40,45,50,55,60,65,70, 75,80,85,90,95,100,1 05,110,115 y 120 mm	6.5 mm
Tornillo esponjoso para bloqueo seguro - completamente roscado	25,30,35,40,45,50,55, 60,65,70,75,80,85,90, 95,100,105,110,115 y 120 mm	6.5 mm
Tornillo canulado esponjoso para bloqueo seguro - rosca de 16 mm	25,30,35,40,45,50,55, 60,65,70,75,80,85,90, 95,100,105,110,115 y 120 mm	5.0 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Tornillo canulado esponjoso para bloqueo seguro - rosca de 32 mm	40,45,50,55,60,65,70, 75,80,85,90,95,100,1 05,110,115 y 120 mm	5.0 mm
Tornillo canulado esponjoso para bloqueo seguro - completamente roscado	25,30,35,40,45,50,55, 60,65,70,75,80,85,90, 95,100,105,110,115 y 120 mm	5.0 mm
Tornillo canulado esponjoso para bloqueo seguro - rosca de 16 mm	25,30,35,40,45,50,55, 60,65,70,75,80,85,90, 95,100,105,110,115 y 120 mm	6.5 mm
Tornillo canulado esponjoso para bloqueo seguro - rosca de 32 mm	40,45,50,55,60,65,70, 75,80,85,90,95,100,1 05,110,115 y 120 mm	6.5 mm
Tornillo canulado esponjoso para bloqueo seguro - completamente roscado	25,30,35,40,45,50,55, 60,65,70,75,80,85,90, 95,100,105,110,115 y 120 mm	6.5 mm
Tornillo canulado esponjoso para bloqueo seguro - rosca de 16 mm	25,30,35,40,45,50,55, 60,65,70,75,80,85,90, 95,100,105,110,115 and120 mm	7.3 mm
Tornillo canulado esponjoso para bloqueo seguro - rosca de 32 mm	40,45,50,55,60,65,70, 75,80,85,90,95,100,1 05,110,115 y 120 mm	7.3 mm
Tornillo canulado esponjoso para bloqueo seguro - completamente roscado	25,30,35,40,45,50,55, 60,65,70,75,80,85,90, 95,100,105,110,115 y 120 mm	7.3 mm
Tornillo esponjoso de bloqueo seguro para clavos tibiales perfectos	25,30,35,40,45,50,55, 60,65,70,75,80,85,90, 95,100,105,110,115 y 120 mm	5mm
Tornillo de bloqueo, para clavo perfecto de tibia/fémur	26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4 6,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66, 68,70,72,74,76,78,80mm y 5mm	5mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Tornillo para cadera, para bloqueo recon	60,65,70,75,80,85,90, 95,100,105,110,115,1 20,125 y 130mm	6.5mm
Tornillo mono axial para sistema de bloqueo doble	20,25,30,35,40,45,50 y 55mm	4.5,5.5 y 6.5mm
Tornillo poli axial para sistema de bloqueo doble	20,25,30,35,40,45,50 y 55mm	4.5,5.5 y 6.5mm
Tornillo de reducción, sistema de bloqueo doble	30,35,40,45,50 y 55mm	5mm y 6mm
Tornillo para hueso cervical	10,12,14,16,18,20,22 y 24mm	NA
Tornillo para bloqueo cervical	NA	NA
Tornillo Steffee	24mm, 25mm, 28,30,32,34,36,38,40, 42,44,46,48,50,52,54, 56,58 y 60mm	4.5,5.5 y 7mm
Tornillo de bloqueo seguro - auto roscante	5,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,2 8,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48 y 50 mm	2,4 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2020003177 DE 28 de Enero de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica (E) de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017, y la Resolución No. 2020000653 de fecha 14 de enero de 2020

Tornillo córtex canulado - completamente roscado	8,9.10,11.14,16,18,20,22,24,26,28 y 30 mm	2.7 mm
Tornillo córtex canulado - corto y completamente roscado	8,9.10,11.14,16,18,20,22,24,26,28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 y 50 mm	3.0 mm
Tornillo córtex canulado parcialmente roscado	10,12, 14,16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ,30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 y 60 mm	3.5 mm
Tornillo córtex canulado - completamente roscado	10,12.14,16,18,20,22,24,26,28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 y 50 mm	3.5 mm
Tornillo canulado esponjoso - de rosca corta y completamente roscado	10,12, 14,16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ,30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 y 60 mm	4.0 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020003177 DE 28 de Enero de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica (E) de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017, y la Resolución No. 2020000653 de fecha 14 de enero de 2020

Tornillo córtex canulado de rosca corta y completamente roscado	20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72 y 74 mm	4.5 mm
Tornillo esponjoso canulado de rosca de 16 mm	30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108.110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148 y 150 mm	6.5 mm
Tornillo esponjoso canulado de rosca de 16 mm	40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108.110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148 y 150 mm	6.5 mm
Tornillo esponjoso canulado completamente roscado	30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108.110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148 y 150 mm	6.5 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2020003177 DE 28 de Enero de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica (E) de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017, y la Resolución No. 2020000653 de fecha 14 de enero de 2020

Tornillo esponjoso canulado con rosca de 16 mm	30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108.110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148 y 150 mm	7.0 mm
Tornillo esponjoso canulado con rosca de 32 mm	40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108.110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148 y 150 mm	7.0 mm
Tornillo esponjoso canulado completamente roscado	30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108.110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148 y 150 mm	7.0 mm
Tornillo esponjoso canulado - de 16 mm de rosca	30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108.110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148 y 150 mm	7.3 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Tornillo esponjoso canulado - de 32 mm de rosca	40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108.110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148 y 150 mm	7.3 mm
Tornillo esponjoso canulado completamente roscado	30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108.110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148 y 150 mm	7.3 mm
Tornillo córtex autoroscante	6,7,8,9,10,11,12,14,16,18 y 20 mm	1.5, 2.0, 2.4 y 2.7 mm
Tornillo para implantes de cráneo/neuroimplantes	4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16 mm	1.5, 1.7 y 2.0 mm
Tornillo de bloqueo seguro	6,7,8,9,10, 11 y 12 mm	2.0 mm
Tornillo de reducción, sistema de bloqueo sencillo	25,30,35,40,45 y 50 mm	4.5, 5.5 y 6.5 mm
Tornillo poli axial para sistema de bloqueo simple	25, 30 35,40,45 y 50 mm	4.5, 5.5 y 6.5 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Tornillo mono axial para sistema de bloqueo simple	25, 3035,40,45 y 50 mm	4.5, 5.5 y 6.5 mm
Tornillo de doblado para placa de bloqueo seguro	NA	2.0, 2.5 y 2.7 mm
Tornillo canulado de bloqueo seguro - rosca de 16 mm	25, 30 35,40,45,50,55,60,65, 70,75,80,85,90,95 100,105,110,115 y 120 mm	5.0 mm
Tornillo canulado de bloqueo seguro - rosca de 32 mm	40,45,50,55,60,65,70,75, 80,85,90,95,100,105, 110,115 y 120	5.0 mm
Tornillo canulado de bloqueo seguro - completamente roscado	12,14,16,18,20,22,24, 26,28,30,32,34,36,38, 40,42,44,46,48,50,52, 54,56,58,60,62,64,66, 68,70,72,74,76,78,80, 82,84,86,88,90,92,94,96,98,100, 102,104,106,108,110,112,114,11 6,118 y 120 mm mm	5.0 mm
Tornillo de bloqueo seguro auto roscante auto taladrante	12,14,16,18,20,22,24, 26,28,30,32,34,36,38, 40,42,44,46,48,50,52, 54,56,58,60,62,64,66, 68,70,72,74,76,78,80, 82,84,86,88,90,92,94,96,98,100, 102,104,106,108 y 110 mm	5.0 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Tornillo córtex autoroscante	10,12, 14,16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ,30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98, 100,102,104,106,108 y 110 mm mm	4.5 mm
Tornillo de estrella con cabeza cónica, auto roscante, completamente roscado	40,45,50,55,60,65,70, 75,80,85,90 y 95 mm mm	3.5 mm
Tornillo con cabeza cónica, auto roscante, completamente roscado	40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 y 95 mmmm	3.5 mm
Tornillo de estrella con cabeza cónica, auto roscante, de rosca corta	40,45,50,55,60,65,70, 75,80,85,90 y 95 mm mm	3.5 mm
Tornillo de estrella con cabeza cónica, auto roscante, de rosca corta	40,45,50,55,60,65,70, 75,80,85,90 y 95 mm mm	3.5 mm
Tornillo DHS/DCS, de acople octogonal	50 mm	12.5 mm
Tornillo DHS/DCS	50 mm	14 mm
Tornillo para dispositivo de bloqueo DHS	35 mm	NA

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Tornillo de estrella para bloqueo, auto roscante	6 mm	1.5 y 2.0 mm
Tornillo de estrella de bloqueo VA	8 mm	2.4 mm
Tornillo córtex autoroscante	6 mm	1.0 mm y 1.3 mm
Tornillo sin cabeza para compresión, auto taladrante, canulado	NA	NA
Tornillo de estrella de bloqueo	20 mm	4.0 mm
Tornillo conector para bloqueo de placa accesoria	NA	NA
Tornillo conector de estrella para placa accesoria	NA	NA
Tornillo de bloqueo para clavos medulares	28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54 y 56 mm	5, 5.5 y 6 mm
Tornillo de estrella, de bloqueo para clavos medulares	18, 20, 22, 24, 26, 28 ,30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 48 mm	4.0 mm
Tornillo de estrella para cadera, auto roscante, para ALFN perfecto	50,55,60,65,70,75,80 y 85 mm	5.0 mm
Tornillo córtex (cortical)	10,12.14,16,18,20,22,24,26,28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 y 50 mm	3.5 mm
Tornillo córtex (cortical) autoroscante	10,12.14,16,18,20,22,24,26,28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 y 50 mm	3.5 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Tornillo Lag pediátrico DHS	20,25,30,35,40,45 y 50 mm	NA
Tornillo Lag DHS para adultos	50,55,60,65,70,75,80, 85,90,100,105,110,11 5,120,125,130,135,140 y 145 mm	NA
Tornillo DHS para compresión	NA	NA
Tornillo PCL	20,25,30,35,40,45 y 50 mm	6,7,8,9 y 10 mm
Tornillo ACL	20,25,30,35,40,45 y 50 mm	6,7,8,9 y 10 mm
Tornillo ancla	NA	3,4,5 y 6 mm
Sistema guía ACL/PCL	NA	NA
Ayuda ACL para codo	NA	NA
Ayuda PCL femoral	NA	NA
Ayuda PCL tibial	NA	NA
Arandela de picos	NA	15,16,17,18,19,20,21,22,23,2 4 y 25 mm
Tapa para Clavos XL y Multi fijación	NA	NA

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Tapa para todos los clavos universales	NA	Usado con clavos de diámetros 9.0, 10,11,12,13 y 14 mm
Tapa para clavos GAAM	NA	NA
Tapa para clavos PFN y RECON	NA	NA
Tapa para clavos IMSC	NA	NA
Tapa para clavo para húmero	NA	5.5 y 8.0 mm
Tapa para clavo para fémur	NA	NA
Tapa para clavo perfecto para fémur	NA	NA
Pernos de bloqueo (auto roscante)	40,45,50,55,60,65,70, 75,80,85,90,95,100,105,110,115 y 120 mm	6 mm
Pernos de bloqueo (auto roscante)	24, 26, 28 ,30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118 y 120 mm	4.5 mm
Pernos de bloqueo (auto roscante)	24, 26, 28 ,30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100	4.9 mm
Pernos de bloqueo, 6mm de diámetro (auto roscante) para clavos PFN y RECON	50,55,60,65,70,75,80, 85,90,100,105,110,115 y120 mm	6 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Pernos de bloqueo, canulados (auto roscante) para clavos PFN y RECON	50,55,60,65,70,75,80, 85,90,100,105,110,11 5 y120 mm	8 mm
Pernos IMSC de bloqueo, de 5 mm (auto roscante)	20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,7 0,75,80,85,90,95,100,105,110,11 5 y 120mm	5 mm
Pernos de bloqueo de 3.4 mm para clavos para húmero (auto roscante)	20,25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm	3.4 mm
Pernos de bloqueo para clavo GAAM, de 6 mm (auto roscante)	30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,8 0,85,90,95,100,105,110,115 y 120mm	6 mm
Tapa para clavo perfecto para fémur	NA	NA
Cable para sutura	NA	16,17,18,19,20,22,22,23,24,2 5,26,28 y 30 SWG
Cable Krischner - suave con punta trocar en ambos extremos	70, 100,150, 225 y 300 mm	0.8, 0.9. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 3.0 mm
Cable Kirschner - roscado con punta trócar en ambos extremos	150, 225 y 300 mm	1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 mm
Cable para cerclaje con bucle	600 mm	17, 18, 19, 20 y 21 SWG
Cable tambor	Estándar	18, 19 y 20 SWG
Grapas - grapa	NA	1.5, 2.0, 2.5 y 3.0 mm
Grapas - Coventry	NA	NA
Pines Steinmann con rosca en el centro (Pines Henham)	225 mm	4.0, 4.5, 5.0, 5.5 y 6.0 mm

Pin Knowles	65, 70, 75, 80, 85,90,95 y 100 mm	3 mm y 4 mm
Arandela para tornillos pequeños	NA	NA
Arandela para tornillos de 4.5 a 7.0 mm	NA	NA
Espaciador LCP	2.0 mm	3.5 , 4.0, 4.5 y 5.0 mm
Arandela de picos	NA	13.5/6.5 mm
Pin de estrella, de apoyo, auto roscante	12 mm	1.8 mm
Tapa para tornillo de bloqueo.	NA	NA
Cuchilla en espiral para clavo perfecto retrógrado para fémur	40,45,50,55,60,65 y70 mm	NA
Tapa perfecta, canulada, para LFN y R/AFN	NA	12 mm
Tapa perfecta para cuchilla espiral de bloqueo, canulada, 0 mm de extensión para R/AFN	NA	12 mm
Tapa para ALFN perfecto, púrpura oscuro	NA	NA
Perno de bloqueo, auto roscante	16,18,20,22,24, 26,28,30,32,34,36,38, 40,42,44,46,48,50,52, 54,56,58,60,62,64,66, 68,70,72,74,76,78 y80 mm	3.9 y 4.9 mm

ARTICULO SEGUNDO: : Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO**:** Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2020003177 DE 28 de Enero de 2020
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica (E) de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011 Decreto 582 de 2017, y la Resolución No. 2020000653 de fecha 14 de enero de 2020

NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017

.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 28 de Enero de 2020

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

MABEL CONSTANZA BARBOSA ROMERO
DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS (E)
Proyectó: Legal: ymorenom, Técnico: jpalmap

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por MABEL CONSTANZA BARBOSA ROMERO
Fecha: 2020/01/30 10:39:45 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2016022914 DE 20 de Junio de 2016
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	CAMPO PARA INCISIÓN INCIFILM CON YODO, Y CAMPO PARA INCISIÓN INCIFILM SIN YODO
MARCA:	INCIFILM, INCIFILM IODINE
REGISTRO SANITARIO NO.:	INVIMA 2016DM-0014843
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	ORTOTEX S.A.S. CON DOMICILIO EN MEDELLIN - ANTIOQUIA
FABRICANTE(S):	PHARMAPLAST S.A.E CON DOMICILIO EN EGIPTO
IMPORTADOR(ES):	ORTOTEX S.A.S. CON DOMICILIO EN MEDELLIN - ANTIOQUIA
ACONDICIONADOR(ES):	ORTOTEX S.A.S. CON DOMICILIO EN MEDELLIN - ANTIOQUIA
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	NO INVASIVO I
COMPOSICIÓN:	PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO (PU), RESISTENTE A LA PRESIÓN, CON ADHESIVO (PVP) QUE CONTIENE EL AGENTE ANTIMICROBIANO
USOS:	CAMPOS ANTIMICROBIANOS PARA INCISIÓN, APROPIADOS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LA FLORA DE LA PIEL EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN LOS QUE QUE IMPLIQUEN LA HERIDA DE LA PIEL, ESPECÍFICAMENTE EN CIRUGÍAS COMO: ORTOPEDIA. NEUROCIRUGÍA. CIRUGÍA ABDOMINAL Y CIRUGÍA CON IMPLANTE. CIRUGÍA PLASTICA. CORAZÓN ABIERTO Y TORÁCICA. OFTÁLMICO. PEDIÁTRICO.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	CAJA POR 40, 100, 200, 600, 1200, DE CADA REFERENCIA
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES
REFERENCIAS:	INCIFILM IN1520, IN1528, IN3028, IN3030, IN2845, IN3045, IN4555, IN4045, IN4245, IN3060, IN4560, IN5080, IN9080, IN9070, IN1014FS, IN1010FS, IN1015FS, IN1020FS,IN1025FS, IN1030FS, IN1520FS, IN2030FS, IN2525, IN6045, IN9090, IN7575, IN2825, INCIFILM IODINE IN1520IODINE, IN1528IODINE, IN3028IODINE, IN3030IODINE, IN2845IODINE, IN3045IODINE, IN4555IODINE, IN4045IODINE, IN4245IODINE, IN3060IODINE, IN4560IODINE,IN5080IODINE, IN9080IODINE, IN9070IODINE, IN1014IODINEFS, IN1010IODINEFS, IN1015IODINEFS, IN1020IODINEFS,IN1025IODINEFS, IN1030IODINEFS, IN1520IODINEFS, IN2030IODINEFS, IN2525IODINE,IN6045 IODINE, IN9090 IODINE, IN7575 IODINE, INCIFILM IODINE FRAME STYLE IN1014IODINEFS, IN1010IODINEFS, IN1015IODINEFS, IN1020IODINEFS, IN1025IODINEFS, IN1030 IODINEFS, IN1520IODINEFS, IN2030IODINEFS
VIDA ÙTIL:	5 AÑOS
EXPEDIENTE NO.:	20111045

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2016022914 DE 20 de Junio de 2016
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

RADICACIÓN NO.: 2016081477
FECHA DE RADICACIÓN: 17 06 2016

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 20 DE JUNIO DE 2016

ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Técnico: msandovalc


Firma válida

Digitally signed by ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Date: 2016.06.20 15:12:57 COT
Reason: Invima
Location: Bogota, CO

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1


INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

INVIMA

A la fecha notifíquese personalmente a David Rama P.

Con identificación No. 1032391912 de BOGOTA

y T.P. No. _____ de _____

de la Resolución No. _____ de fecha _____

En Bogotá 21 JUN 2016 Hora _____

Notificado _____

Notificador _____

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019007810 DE 5 de Marzo de 2019
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

CONSIDERANDO

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2009014799 DEL 26 DE MAYO DE 2009, EL INVIMA CONCEDIÓ REGISTRO SANITARIO NO. INVIMA2009DM-0003956 PARA EL PRODUCTO MEZCLADORES Y APLICADORES DE CEMENTOS OSEOS Y SUS ACCESORIOS-SUBITON LABORATORIOS SL S.A. A FAVOR DE LABORATORIOS SL S.A. CON DOMICILIO EN ARGENTINA EN LA MODALIDAD DE IMPORTAR Y VENDER.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2009031544 DE 16 DE OCTUBRE DE 2009 EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2009014799 DEL 26 DE MAYO DE 2009 EN EL SENTIDO DE APROBAR LA ADICIÓN DE IMPORTADOR, ADICIÓN DE ALMACENADOR-ACONDICIONADOR.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2012029824 DE 2 DE OCTUBRE DE 2012 EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2009014799 DEL 26 DE MAYO DE 2009 EN EL SENTIDO DE APROBAR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DEL IMPORTADOR Y CAMBIO DE DOMICILIO DEL IMPORTADOR DE ORTOMAC S.A. CON DOMICILIO EN CRA. 29B NO.76-15 BOGOTÁ D.C. A ORTOMAC S.A.S. CON DOMICILIO EN CARRERA 52 NO.79-73 BOGOTÁ D.C.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2012029847 DE 2 DE OCTUBRE DE 2012 EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2009014799 DEL 26 DE MAYO DE 2009 EN EL SENTIDO DE APROBAR ADICIÓN DE IMPORTADOR LA INSTRUMENTADORA S.A.S. CON DOMICILIO EN BOGOTÁ D.C.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2013004278 DE 20 DE FEBRERO DE 2013, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2009014799 DEL 26 DE MAYO DE 2009 EN EL SENTIDO DE ADICIÓN DE PRESENTACIÓN COMERCIAL, ADICIÓN DE REFERENCIAS E INCLUSIÓN DE COMPONENTES.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2013032688 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013 EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2009014799 DEL 26/05/2009 EN EL SENTIDO DE OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIONAR IMPORTADOR.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2014039351 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO.2009014799 DEL 26/05/2009, EN EL SENTIDO DE APROBAR LA ADICIÓN DEL IMPORTADOR: DIPROMEDICOS S.A.S.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2015003437 DE 3 DE FEBRERO DE 2015, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2009014799 DEL 26/05/2009 QUE CONCEDIÓ REGISTRO SANITARIO EN EL SENTIDO DE APROBAR:· ADICIÓN DE IMPORTADOR: R.P. ORTOPEDIA S.A.S., CON DOMICILIO EN CARRERA 45 NO. 7-75,MEDELLÍN ANTIOQUIA, COLOMBIA.
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2015017600 DE 6 DE MAYO DE 2015, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. NO. 2009014799 DEL 26/05/2009 QUE CONCEDIÓ REGISTRO SANITARIO QUE CONCEDIÓ REGISTRO SANITARIO EN EL SENTIDO DE APROBAR · ADICION DEL IMPORTADOR: BIOART S.A. CON DOMICILIO EN CALI - VALLE.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO.2016023251 EL 21 DE JUNIO DE 2016, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO.2009014799 DEL 26/05/2009, EN EL SENTIDO DE APROBAR ADICIÓN DE IMPORTADOR: CORTICAL LTDA., CON DOMICILIO EN BOGOTÁ D.C., ADICIÓN DE ACONDICIONADOR: CORTICAL LTDA., CON DOMICILIO EN BOGOTÁ D.C. Y ADICIÓN DE ETIQUETAS: SE APRUEBAN ETIQUETAS DE ACUERDO AL RADICADO NO. 2016060107 DEL 05 DE MAYO DE 2016.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2017036323 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EL INVIMA, MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2009014799 DEL 26 DE MAYO DE 2009 EN EL SENTIDO DE CAMBIO DE DOMICILIO DEL IMPORTADOR, EXCLUSIÓN DE IMPORTADOR Y ADICICIÓN DE ACONDICIONADOR

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2018029880 DEL 17 DE JULIO DE 2018, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2009014799 DEL 26 DE MAYO DE 2009 EN EL SENTIDO DE APROBAR: ADICIÓN DE REFERENCIAS.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2019001846 DE 23 DE ENERO DE 2019, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2009014799 DEL 26 DE MAYO DE 2009 EN EL SENTIDO DE APROBAR: ADICIÓN DE IMPORTADOR Y ADICION DE ACONDICIONADOR.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: [illegible]
Administrativo: [illegible]
[illegible]
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2019007810 DE 5 de Marzo de 2019
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

QUE EL INTERESADO ALLEGÓ LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO – LEGAL PARA ACCEDER A LA RENOVACIÓN DEL MENCIONADO REGISTRO Y EN CONSECUENCIA, EL DIRECTOR(A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- RENOVAR REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE 10 AÑOS AL

PRODUCTO: MEZCLADORES Y APLICADORES DE CEMENTOS OSEOS Y SUS ACCESORIOS-SUBITON
LABORATORIOS SL S.A
MARCA(S): SUBITON LABORATORIOS SL S.A
REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2019DM-0003956-R1
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): LABORATORIOS SL S.A CON DOMICILIO EN ARGENTINA
FABRICANTE(S): LABORATORIOS SL S.A. CON DOMICILIO EN ARGENTINA
IMPORTADOR(ES): DISORTHO S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ORTOMAC S.A.S. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
HOSPIMPORT S.A.S CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
MEDIIMPLANTES S.A. CON DOMICILIO EN BUCARAMANGA – SANTANDER.
BIOART S.A. CON DOMICILIO EN CALI – VALLE.
DIPROMEDICOS S.A.S CON DOMICILIO EN CUCUTA - NORTE DE SANTANDER.
R.P ORTOPEDIA S.A.S. CON DOMICILIO EN MEDELLIN – ANTIOQUIA.
LH S.A.S. CON DOMICILIO EN BUCARAMANGA – SANTANDER.
ACONDICIONADOR(ES): DISORTHO S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ORTOMAC S.A.S. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
HOSPIMPORT S.A.S CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
MEDIIMPLANTES S.A. CON DOMICILIO EN BUCARAMANGA – SANTANDER.
BIOART S.A. CON DOMICILIO EN CALI – VALLE.
DIPROMEDICOS S.A.S CON DOMICILIO EN CUCUTA - NORTE DE SANTANDER.
R.P ORTOPEDIA S.A.S. CON DOMICILIO EN MEDELLIN – ANTIOQUIA.
LH S.A.S. CON DOMICILIO EN BUCARAMANGA – SANTANDER.
TIPO DE DISPOSITIVO: INVASIVO
RIESGO: IIA
COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
SUBIMIX VTP	
CUERPO MEZCLADOR	POLIPROPILENO
TAPA DEL CUERPO CON VARILLA MEZCLADORA	POLIPROPILENO
TUBO PLÁSTICO	POLIPROPILENO
CARTUCHO ABSORBEDOR DE VAPORES	POLIPROPILENO
SUBIMIX V	
CUERPO MEZCLADOR	POLIPROPILENO
TAPA DEL CUERPO CON VARILLA MEZCLADORA	POLIPROPILENO
TUBO PLÁSTICO	PVC ATÓXICO
CARTUCHO ABSORBEDOR DE VAPORES	CARBÓN ACTIVADO
EMBUDO	POLIPROPILENO
RACCORD DE ACOPLE PARA TUBERÍAS	NYLON
PRESURIZADOR	LAPRENE
JERINGA SUBITON GUN	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 No 64 - 60
PBX 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2019007810 DE 5 de Marzo de 2019
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

CUERPO DE LA JERINGA	POLIPROPILENO
ÉMBOLO	POLIPROPILENO
ADAPTADOR DE CÁNULA	POLIPROPILENO
CÁNULA LARGA	POLIPROPILENO
CÁNULA CORTA	POLIPROPILENO
EMBUDO	POLIPROPILENO
VASO	POLIPROPILENO
ESPÁTULA	POLIPROPILENO
SET PARA CIFOPLASTIA	
BALÓN	POLIURETANO
INFLADOR PARA BALÓN	JERINGA CON MANÓMETRO CON DOBLE ESCALA (0 A 30 ATM / 0 A 440 PSI). POLICARBONATO
ALAMBRE DE KIRCHNER Y MANDRIL	ACERO INOXIDABLE 304
MARTILLO	ACERO INOXIDABLE 304
AGUJA PARA PUNCIÓN	ACERO INOXIDABLE AISI 304
FRESA	ACERO INOXIABLE AISI 304
VASO	POLIPROPILENO
ESPÁTULA	POLIAMIDA
BONE FILLER	ACERO INOXIDABLE AISI 304
CANAL DE TRABAJO	ACERO INOXIDABLE AISI 304

USOS: LOS MEZCLADORES/APLICADORES DE CEMENTO ÓSEO ESTÁN INDICADOS PARA EL MEZCLADO AL VACIÓ Y APLICACIÓN DE CEMENTOS ÓSEOS ORTOPÉDICOS PERMITIENDO LA ELIMINACIÓN DE VAPORES DE MONÓMERO SE PRODUCE MIENTRAS LA MEZCLA DEL CEMENTO GRACIAS A LA HERMETICIDAD DEL RECIPIENTE DEL MEZCLADOR, EL USO DE MEZCLADORES/APLICADORES DE CEMENTO TAMBIÉN ESTA INDICADO PARA LOGRAR MEZCLAS DE CEMENTO ÓSEO AL VACIÓ , DADO COMO RESULTADO UNA MENOR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD PARA EL MEDICO Y UN MEJORAMIENTO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CEMENTO POR LA MINIMIZACIÓN DE LA PRESENCIA BURBUJAS DE AIRE POR EL PROCESO MECÁNICO DE ESTA HERRAMIENTA MANUAL. LOS COMPONENTES DE LOS MEZCLADORES/APLICADORES DE CEMENTO: CÁNULAS Y TUBOS CONECTORES, AL IGUAL QUE SU ACCESORIO PISTOLA DE APLICACIÓN DEL CEMENTO Y JERINGA GUN ESPECÍFICAS E INDISPENSABLES LA APLICACIÓN DEL CEMENTO OBTENIDOS CON LOS MEZCLADORES SUBITON LABORATORIOS SL S.A ESTAN DESTINADOS PARA APLICAR EL CEMENTO EN UBICACIONES QUIRURGICAS DE DÍFICIL ACCESO MANUAL COMO CANALES INTRAMEDULARES Y EL INTERIOR DE VÉRTEBRAS FRACTURADAS O COLAPSADAS, ENTRE OTROS.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: LOS COMPOMPONENTES DE LOS MEZCLADORES/APLICADORES DE CEMENTO ÓSEO SON OFRECIDOS, EN UNO O TRES BLISTERS DE TYVEK (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD).

OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1691-27	880443	SUBIMIX VTP
1691-28	880442	SUBIMIX V
1691-05	880474	SET SUBITON VTP CON AGUJA MANGO

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No 64 - 28 Bogotá
Administrativo: Cra 10 No 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2019007810 DE 5 de Marzo de 2019
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

		PLÁSTICO Ø 2,4X100MM
1691-05	880484	SET SUBITON VTP CON AGUJA MANGO PLÁSTICO Ø 3.0X100MM
1691-05	880481	SET SUBITON VTP CON AGUJA MANGO PLÁSTICO Ø3.0X150MM
1691-05	880476	SET SUBITON VTP INTEGRAL CON AGUJA Ø 2.4X100MM
1691-05	880477	SET SUBITON INTEGRAL CON AGUJA PLÁSTICA 3.0X100MM
1691-05	880478	SET SUBITON VTP INTEGRAL CON AGUJA PLÁSTICA Ø 3.0X150MM
1691-09	880451	JERINGA SUBITON GUN
1691-05	880472	AGUJAS VTP- BIOPSIA 3.0 X150MM METÁLICA
1691-05	880495	AGUJAS SUBITON VERTEBROPLASTÍA 2.4 X 100 MM (MANGO PLASTICO)
1691-05	880490	AGUJAS SUBITON VERTEBROPLASTIA 3.0 X 100MM (MANGO PLASTICO)
1691-05	880491	AGUJAS SUBITON VERTEBROPLASTIA 3.0 X 150 MM (MANGO PLASTICO)
1691-05	ACCESORIOS PISTOLA DE ACONDICIONAMIENTO PISTOLA SUBITON VTP	
1691-50	880672	SET PARA CIFOPLASTÍA SWS 10MM
1691-50	880673	SET PARA CIFOPLASTÍA SWS 15MM
1691-50	880674	SET PARA CIFOPLASTÍA SWS 20MM
1691-09	ACCESORIOS ESPECIFICOS E INDISPENSABLES PARA LOS MEZCLADORES-APLICADORES DE CEMENTO SUBITON	
1691-09	880521	PISTOLA DE APLICACIÓN SUBIMIX SIN CAJA
1691-09	880522	PISTOLA DE APLICACIÓN SUBIMIX CON CAJA
1691-09	880535	PISTOLA SUBITON VTP SIN CAJA
1691-09	880536	PISTOLA SUBITON VTP CON CAJA
1691-09	880500	PISTOLA SUBITON GUN, TAMBIEN DENOMINADA PISTOLA GUN
1691-09	880501	PISTOLA SUBITON GUN, TAMBIEN DENOMINADA PISTOLA GUN

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: [illegible]
Administrativo: [illegible]
[illegible]
www.invima.gov.co

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019007810 DE 5 de Marzo de 2019
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

VIDA UTIL:	3 AÑOS
EXPEDIENTE NO.:	20006809
RADICACIÓN:	20191031934
FECHA DE RADICACIÓN:	22 02 2019

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 5 DE MARZO DE 2019
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
PROYECTO: LEGAL: JMARINC, TÉCNICO VLARAT, REVISÓ: CORDINA_VARIOS

Firma válida

Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2019.03.11 07:13:05 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

19 MAR 2019

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ESTA ENTIDAD

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
PBX 2948700
www.invima.gov.co

invima

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2013036344 DE 4 de Diciembre de 2013
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTE

Que mediante Radicado No. 2013079858 de fecha 19 de Julio de 2013, el Doctor DIETER ZINTL en calidad de Representante Legal de la Sociedad TECRES S.p.A con domicilio en ITALIA, solicitó Registro Sanitario para el producto: CEMEX GENTA, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Auto No. 2013006357 de fecha 20 de Agosto de 2013, el INVIMA solicitó al interesado que debe cumplir con los siguientes requerimientos:

"1.Allegar formulario corregido en cuanto a la clasificación del dispositivo medico a riesgo III, teniendo en cuenta el "Articulo 7. D Reglas Especiales Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III." del Decreto 4725 de 2005, por cuanto en el formulario de solicitud en la presentación en polvo, esta compuesto de sulfato de gentamicina, sulfato de bario, peroxido de benzoilo los cuales se encuentran descritos dentro de las normas farmacológicas.

2.Sírvase aclarar si el producto declarado en el formulario de solicitud "CEMEX GENTA" es el mismo del folio 55 "CEMEX SYSTEM GENTA 60g" toda vez que en este se describe que contiene un sistema de distribución del cemento óseo ortopédico", para amparar un producto en forma de Sistema debe cumplir con lo establecido en el Articulo 28 del Decreto 4725 de 2005, y si es un dispositivos como una jeringa que es considerada otro dispositivo médico debe allegar registro sanitario o declaración del fabricante donde se exprese que se es de uso exclusivo del CEMEX GENTA y no se va a comercializar por separado.

3.Sírvase allegar las pruebas de biocompatibilidad en forma detallada realizados al producto "CEMEX GENTA", toda vez que en lo allegado fueron descritas y no se evidencia los resultados especificos. Lo anterior en cumplimiento de lo descrito en el articulo 18, literal i) del Decreto 4725 de 2005.

4.Sírvase allegar en forma más amplia el reporte de validación realizado por las empresas mencionadas en el folio (79 folio) Bioster Spa o Steril Veroine SRL del método de esterilización del producto, además de los residuos de oxido de etileno según sea el caso, toda vez que lo allegado solo se describe y no se evidencian los reportes de estas pruebas, lo anterior en cumplimiento de lo descrito en los literales i),e) del articulo 18, del Decreto 4725 de 2005.

5.Sírvase allegar los resultados de los estudios de estabilidad detallados realizados al producto, donde se sustenten la vida útil declarada en el formulario de solicitud, en el cual se manifiesta que el producto "CEMEX GENTA" posee una vida útil de cinco años (5), toda vez que en lo allegado solo se menciona no en forma detallada las pruebas que lo sustentan. Lo anterior en cumplimiento de lo descrito en el articulo 18, literal d), i) del Decreto 4725 de 2005.

6.Sírvase allegar inserto incluyendo las acciones planteadas para mitigar los riesgos de acuerdo a la matriz de riesgo del producto, para brindar mayor seguridad en el uso y manejo de este producto. de acuerdo a lo establecido en el articulo 56 del Decreto 4725 de 2005."

Que mediante Radicado No. 2013110147 de fecha 27 de Septiembre de 2013, el Doctor DIETER ZINTL en calidad de Representante Legal de la Sociedad TECRES S.p.A con domicilio en ITALIA, dio respuesta SATISFACTORIA al Auto en todos sus puntos.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez revisada la respuesta al Auto No. 2013006357 de fecha 20 de Agosto de 2013, se pudo evidenciar que se allegó formulario corregido reclasificando el producto a III, se aclaro que el producto CEMEX GENTA es el mismo CEMEX SYSTEM GENTA 60g, allegó estudios de biocompatibilidad, allegó reportes de esterilización y de residuos de oxido de etileno, allegó resultados de estudios de estabilidad y aclaro que en el análisis de riesgos se encuentran las medidas de mitigación de los mismos. De esta manera dando cumplimiento a los requerimientos exigidos en el Auto.

Que mediante Resolución 2004008899 de Mayo de 2004 el INVIMA concedió Registro sanitario No. INVIMA 2004 V 0002576, para el producto CEMEX GENTA

Que el interesado allegó la respectiva documentación técnico – legal para acceder a la renovación del mencionado registro y en consecuencia, EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS .

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 262 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

INVIMA PROSPERIDAD PARA TODOS

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2013036344 DE 4 de Diciembre de 2013
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

PRODUCTO:	CEMEX GENTA
REGISTRO SANITARIO No.:	INVIMA 2013DM-0002576-R1 **VIGENTE HASTA:** 30 DIC 2023
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR:	TECRES S.p.A con domicilio en ITALIA
FABRICANTE:	TECRES S.p.A con domicilio en ITALIA
IMPORTADOR:	B.BRAUN MEDICAL S.A con domicilio en BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR:	B.BRAUN MEDICAL S.A con domicilio en BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO	INVASIVO QUIRURGICO
RIESGO:	III
VIDA ÚTIL:	5 años
COMPOSICIÓN:	COMPONENTE LIQUIDO: METIL-METACRILATO,N, N-DIMETIL-P-TOLUIDINA, HIDROQUINONA. COMPONENTE POLVO: POLI-METIL-METACRILATO, SULFATO DE BARIO, SULFATO DE GENTAMICINA, PEROXIDO DE BENZOILO.
USOS:	EL CEMENTO OSEO CEMEX GENTA ESTÁ INDICADO PARA LA FIJACIÓN DE LOS IMPLANTES DE PRÓTESIS DE ARTICULACIONES AL HUESO HUÉSPED. EL USO DE ESTE CEMENTO EN NIÑOS, SÓLO ESTA INDICADO CUANDO NO HAYA OTRA FORMA DE SALVAR LA ARTICULACIÓN MEDIANTE OTRAS FORMAS DE INTERVENCIÓN.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	COMPONENTES DE LA UNIDAD: Contiene el componente en polvo y liquido del cemento sellado en un empaque blister doble con tapa.
OBSERVACIONES:	CEMEX GENTA GAMMA HV 1400/AG INT CEMEX GENTA GAMMA LV 1400/IG INT CEMEX GENTA SYSTEM 1310/SG CEMEX GENTA SYSTEM 1500/SG
EXPEDIENTE No.:	19942221
RADICACIÓN:	2013079858
FECHA:	19/07/2013

ARTICULO SEGUNDO.- SE APRUEBAN etiquetas allegadas bajo el Radicado No. 2013079858 de fecha 19 de Julio de 2013.

ARTICULO TERCERO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO.-La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 4 de Diciembre de 2013

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

Vo.Bo. 500-03-1409
Vo.Bo. 500-03-760
Vo.Bo. 500-03-161

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

Libertad y Orden

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2011029813 DE 9 de Agosto de 2011
Por la cual se REVOCA PARCIALMENTE una Resolución

EL SUBDIRECTOR DE REGISTROS SANITARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA en ejercicio de las facultades legales, Decreto Reglamentario 1290 de 1994, 4725 de 2005, Acuerdo 003 del 22 de enero de 1998 y Código Contencioso Administrativo.

EXPEDIENTE: 19910242 **RADICACIÓN:** 2011081854
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2011DM-0000633-R1 **VIGENCIA** 27/07/2021

ANTECEDENTES

Que mediante resolución No. 2001292564 del 05/09/2001el INVIMA concedió registro sanitario INVIMA2001V-0000633 para el producto CEMEX (CEMENTO OSEO) a favor de TECRES SPA con domicilio en ITALIA en la modalidad importar y vender.

Que mediante resolución No. 2011025452 del 13 de Julio de 2011el INVIMA autorizo renovación al registro sanitario INVIMA2001V-0000633 para el producto CEMEX® (CEMENTO OSEO) TECRES a favor de TECRES SPA con domicilio en ITALIA en la modalidad importar y vender.

Que mediante escrito numero 2011081854 radicado el 21/07/2011, el señor Dieter Zintl actuando en calidad de representante legal, solicitó corrección de la resolución 2011025452 del 13 de julio de 2011 en el sentido de indicar correctamente el nombre del producto y el numero de registro sanitario.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que revisada la documentación que reposa en el expediente se pudo comprobar que por error involuntario de la administración se mencionó erróneamente el nombre del producto y el numero de registro sanitario.

Que teniendo en cuenta lo previsto en el inciso tercero del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, el cual a la letra dice. "siempre podrá revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión" este instituto considera procedente acceder a lo solicitado y en consecuencia la subdirección de registros sanitarios,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la resolución 2011081854 radicado el 21/07/2011, en el sentido de indicar correctamente el nombre del producto y el numero de registro sanitario, los cuales quedarán;

Nombre del producto: CEMEX® (CEMENTO ÓSEO)

Registro Sanitario No: INVIMA 2011DM-0000633-R1

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 9 de Agosto de 2011

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

INVIMA COLOMBIA

LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO
SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS

Carrera 68D Nro. 17-11/21 – PBX: 2948700 – Página Web http:// www.invima.gov.co

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019032168 DE 29 de Julio de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 19942013 **RADICACIÓN:** 20191131844 **FECHA:** 11/07/2019
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2004DM-0002409- R1 **VIGENCIA:** 25/07/2024

ANTECEDENTES

Que mediante resolución No. 2004002270 del 16/02/2004 el INVIMA concedió registro sanitario No. INVIMA 2004V-0002409 para el producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS MDT® BIOTECHNOLOGY®, a favor de MDT INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA con domicilio en BRASIL, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante resolución número 2004021998 del 22 de noviembre de 2004, el INVIMA AUTORIZO ADICION DE IMPORTADOR.

Que mediante resolución de negación número. 2009031204 de 14 de Octubre de 2009, el INVIMA autorizó la ADICIÓN DE DRUG STORE LTDA., con domicilio en SINCELEJO - SUCRE COMO NUEVO IMPORTADOR Y DE DRUG STORE LTDA., con domicilio en BARRANQUILLA - ATLÁNTICO COMO NUEVO ACONDICIONADOR/.

Que mediante resolución de negación número. 2010010042 de 20 de Abril de 2010, el INVIMA autorizó el CAMBIO DE RAZON SOCIAL DEL IMPORTADOR QUEDANDO ASÍ: NUEVA RAZON SOCIAL DEL IMPORTADOR: DRUG STORE S.A.S CON DOMICILIO EN SINCELEJO- SUCRE.

Que mediante Resolución No. 2011023721 del 30 de Junio de 2011 el INVIMA autorizo: Cambio de razón de titular quedando de la siguiente manera: MDT INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA. Cambio de razón de fabricante quedando de la siguiente manera: quedando de la siguiente manera: MDT INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA. Adición de importador incluyendo a: UNIMPLANT S.A.S.

Que mediante Resolución No. 2011030105 DE 9 de Agosto de 2011, el INVIMA revocó parcialmente la resolución 2011023721 del 30 de Junio del 2011, en el sentido de corregir la razón social del titular y fabricante del registro sanitario

Que mediante Resolución No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014, el INVIMA Renovó el Registro Sanitario No. INVIMA 2014DM-0002409-R1, para el producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES MDTâ / BIOTECHNOLOGYâ, a favor de MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A. con domicilio en BRASIL, en la modalidad de importar y Vender.

Mediante Resolución No. 2014037930 DE 14 de Noviembre de 2014 el INVIMA modificó la Resolución No.2004002270 del 16/02/2004 en el sentido de APROBAR: · ADICIÓN DE LOS SIGUIENTES IMPORTADORES:- PROCTOSHOP S.A.S con domicilio en carrera 32 No. 32 No. 25A - 60, Bogotá D.C - LH S.A.S con domicilio en carrera 32 No. 36 - 13, Bucaramanga - Santander.

Mediante Resolución No. 2014043473 DE 18 de Diciembre de 2014 el INVIMA corrigió formalmente la Resolución No. 2014020559 de 07 de Julio de 2014 en el sentido de incluir el fabricante, quedando: FABRICANTES: MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A. con domicilio en BRASIL Y BIOTECHNOLOGY ORTOPEDIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA con domicilio en BRASIL.

Que mediante Resolución No. 2017021341 de 24 de Mayo de 2017 el INVIMA modificó la Resolución No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014, en el sentido de aprobar CAMBIO DE DOMICILIO DE IMPORTADOR Y ACONDICIONADOR.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019032168 DE 29 de Julio de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

Que mediante escrito número 20191131844 radicado el 11/07/2019, la Doctora MARÍA ANTONIA DÍAZ FORERO, actuando en calidad de apoderada de la empresa MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A., presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACION PARA CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE TITULAR, FABRICANTE, IMPORTADOR, ACONDICIONADOR; EXCLUSION DE FABRICANTE, CAMBIO DEL NOMBRE DEL PRODUCTO, CAMBIO DE MARCA Y OTROS CAMBIOS.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014 que concedió Registro Sanitario número INVIMA 2004DM-0002409- R1 a favor de VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A. con domicilio en BRASIL para el producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES en la modalidad IMPORTAR Y VENDER , en el sentido de **APROBAR:**

CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE TITULAR, QUEDANDO: VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.

CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE FABRICANTE, QUEDANDO: VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.

EXCLUSION DE FABRICANTE: BIOTECHNOLOGY ORTOPEDIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE IMPORTADOR, QUEDANDO: VINCULA COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (VINCULA COLOMBIA S.A.S)
CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE ACONDICIONADOR, QUEDANDO: VINCULA COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (VINCULA COLOMBIA S.A.S)

CAMBIO DEL NOMBRE DEL PRODUCTO, QUEDANDO: MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES

CAMBIO DE MARCA, QUEDANDO: VINCULA®

OTROS CAMBIOS: EXCLUSIÓN DE LA MARCA MDT EN LAS OBSERVACIONES, QUEDANDO: EL PRESENTE REGISTRO AMPARA LAS REFERENCIAS: 1.1 PARAFUSO CANULADO Ø 6.5 MM - ROSCA 16 MM 07.24.04.65035 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X035 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X035 MM 07.24.04.65040 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X040 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X040 MM 07.24.04.65045 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X045 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X045 MM 07.24.04.65050 PARAFUSO

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2019032168 DE 29 de Julio de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X050 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X050 MM 07.24.04.65055 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X055 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X055 MM 07.24.04.65060 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X060 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X060 MM 07.24.04.65065 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X065 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X065 MM 07.24.04.65070 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X070 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X070 MM 07.24.04.65075 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X075 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X075 MM 07.24.04.65080 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X080 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X080 MM 07.24.04.65085 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X085 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X085 MM 07.24.04.65090 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X090 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X090 MM 07.24.04.65095 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X095 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X095 MM 07.24.04.65100 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X100 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X100 MM 07.24.04.65105 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X105 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X105 MM 07.24.04.65110 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X110 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X110 MM 07.24.04.65115 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X115 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X115 MM 07.24.04.65120 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X120 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X120 MM 07.24.04.65125 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X125 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X125 MM 07.24.04.65130 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X130 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X130 MM 1.2 PARAFUSO CANULADO Ø 6.5 MM - ROSCA 20 MM 07.24.05.65035 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X035 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X035 MM 07.24.05.65040 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X040 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X040 MM 07.24.05.65045 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X045 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X045 MM 07.24.05.65050 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X050 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X050 MM 07.24.05.65055 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X055 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X055 MM 07.24.05.65060 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X060 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X060 MM 07.24.05.65065 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X065 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X065 MM 07.24.05.65070 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X070 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X070 MM 07.24.05.65075 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X075 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X075 MM 07.24.05.65080 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X080 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X080 MM 07.24.05.65085 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X085 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X085 MM 07.24.05.65090 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X090 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X090 MM 07.24.05.65095 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X095 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X095 MM 07.24.05.65100 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X100 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X100 MM 07.24.05.65105 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X105 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X105 MM 07.24.05.65110 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X110 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X110 MM 07.24.05.65115 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X115 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X115 MM 07.24.05.65120 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X120 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X120 MM 07.24.05.65125 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X125 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X125 MM 07.24.05.65130 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X130 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X130 MM 1.3 ARRUELA PARA PARAFUSO Ø 6.5 MM 07.02.03.00065 ACESSÓRIO - ARRUELA

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2019032168 DE 29 de Julio de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

PARA PARAFUSO Ø 6,5 MM ACCESÓRIO - ARANDELA PARA TORNILLO Ø 6,5 MM 2. PARAFUSO DE COMPRESSAO 07.24.09.00002 PARAFUSO DE COMPRESSÃO TIPO DHS/DCS TORNILLO DE COMPRESSIÓN TIPO DHS/ DCS 07.24.09.00003 PARAFUSO DE COMPRESSÃO TIPO RICHARDS TORNILLO DE COMPRESSIÓN TIPO RICHARDS 3.1 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 04.28.01.00002 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 02 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 02 AGUJEROS 04.28.01.00003 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 03 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 03 AGUJEROS 04.28.01.00004 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 04 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 04 AGUJEROS 04.28.01.00005 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 05 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 05 AGUJEROS 04.28.01.00006 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 06 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 06 AGUJEROS 04.28.01.00007 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 07 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 07 AGUJEROS 04.28.01.00008 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 08 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 08 AGUJEROS 04.28.01.00009 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 09 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 09 AGUJEROS 04.28.01.00010 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 10 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 10 AGUJEROS 04.28.01.00011 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 11 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 11 AGUJEROS 04.28.01.00012 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 12 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 12 AGUJEROS 04.28.01.00013 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 13 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 13 AGUJEROS 04.28.01.00014 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 14 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 14 AGUJEROS 3.2 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 04.28.02.00002 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 02 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 02 AGUJEROS 04.28.02.00003 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 03 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 03 AGUJEROS 04.28.02.00004 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 04 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 04 AGUJEROS 04.28.02.00005 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 05 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 05 AGUJEROS 04.28.02.00006 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 06 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 06 AGUJEROS 04.28.02.00007 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 07 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 07 AGUJEROS 04.28.02.00008 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 08 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 08 AGUJEROS 04.28.02.00009 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 09 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 09 AGUJEROS 04.28.02.00010 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 10 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 10 AGUJEROS 04.28.02.00011 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 11 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 11 AGUJEROS 04.28.02.00012 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 12 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 12 AGUJEROS 04.28.02.00013 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 13 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 13 AGUJEROS 04.28.02.00014 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 14 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 14 AGUJEROS 04.28.02.00016 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 16 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 16 AGUJEROS 3.3 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 04.28.03.00002 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 02 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 02 AGUJEROS 04.28.03.00003 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 03 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 03 AGUJEROS 04.28.03.00004 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 04 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 04 AGUJEROS 04.28.03.00005 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 05 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 05 AGUJEROS 04.28.03.00006 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 06 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 06 AGUJEROS 04.28.03.00007 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 07 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 07 AGUJEROS 04.28.03.00008 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 08 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 08 AGUJEROS 04.28.03.00009 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 09 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 09

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
PBX 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2019032168 DE 29 de Julio de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

AGUJEROS 04.28.03.00010 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 10 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 10 AGUJEROS 04.28.03.00011 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 11 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 11 AGUJEROS 04.28.03.00012 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 12 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 12 AGUJEROS 04.28.03.00013 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 13 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 13 AGUJEROS 04.28.03.00014 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 14 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 14 AGUJEROS 04.28.03.00015 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 15 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 15 AGUJEROS 04.28.03.00016 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 16 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 16 AGUJEROS 04.28.03.00017 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 17 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 17 AGUJEROS 04.28.03.00018 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 18 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 18 AGUJEROS 3.4 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 04.28.04.00002 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 02 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 02 AGUJEROS 04.28.04.00003 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 03 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 03 AGUJEROS 04.28.04.00004 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 04 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 04 AGUJEROS 04.28.04.00005 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 05 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 05 AGUJEROS 04.28.04.00006 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 06 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 06 AGUJEROS 04.28.04.00007 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 07 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 07 AGUJEROS 04.28.04.00008 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 08 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 08 AGUJEROS 04.28.04.00009 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 09 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 09 AGUJEROS 04.28.04.00010 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 10 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 10 AGUJEROS 04.28.04.00011 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 11 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 11 AGUJEROS 04.28.04.00012 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 12 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 12 AGUJEROS 04.28.04.00013 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 13 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 13 AGUJEROS 04.28.04.00014 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 14 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 14 AGUJEROS 04.28.04.00015 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 15 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 15 AGUJEROS 04.28.04.00016 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 16 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 16 AGUJEROS 04.28.04.00017 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 17 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 17 AGUJEROS 04.28.04.00018 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 18 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 18 AGUJEROS 04.28.04.00020 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 20 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 20 AGUJEROS 3.5 PLACA RETA SEMI TUBULAR 04.28.08.00002 PLACA RETA SEMI TUBULAR 02 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 02 AGUJEROS 04.28.08.00003 PLACA RETA SEMI TUBULAR 03 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 03 AGUJEROS 04.28.08.00004 PLACA RETA SEMI TUBULAR 04 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 04 AGUJEROS 04.28.08.00005 PLACA RETA SEMI TUBULAR 05 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 05 AGUJEROS 04.28.08.00006 PLACA RETA SEMI TUBULAR 06 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 06 AGUJEROS 04.28.08.00007 PLACA RETA SEMI TUBULAR 07 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 07 AGUJEROS 04.28.08.00008 PLACA RETA SEMI TUBULAR 08 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 08 AGUJEROS 04.28.08.00009 PLACA RETA SEMI TUBULAR 09 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 09 AGUJEROS 04.28.08.00010 PLACA RETA SEMI TUBULAR 10 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 10 AGUJEROS 04.28.08.00011 PLACA

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2019032168 DE 29 de Julio de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

RETA SEMI TUBULAR 11 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 11 AGUJEROS 04.28.08.00012 PLACA RETA SEMI TUBULAR 12 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 12 AGUJEROS 04.28.08.00013 PLACA RETA SEMI TUBULAR 13 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 13 AGUJEROS 04.28.08.00014 PLACA RETA SEMI TUBULAR 14 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 14 AGUJEROS 4. PINO DE SCHANZ 04.25.11.45160 PINO TIPO SCHANZ CÔNICO Ø 4,5 X 160 MM ? ESTÉRIL CLAVO TIPO SCHANZ CÓNICO Ø 4,5 X 160 MM ? ESTÉRIL 04.25.11.45200 PINO TIPO SCHANZ CÔNICO Ø 4,5 X 200 MM ? ESTÉRIL CLAVO TIPO SCHANZ CÓNICO Ø 4,5 X 200 MM ? ESTÉRIL 04.25.11.48200 PINO TIPO SCHANZ CÔNICO Ø 4,8 X 200 MM ? ESTÉRIL CLAVO TIPO SCHANZ CÓNICO Ø 4,8 X 200 MM ? ESTÉRIL 04.25.11.50200 PINO TIPO SCHANZ CÔNICO Ø 5,0 X 200 MM ? ESTÉRIL CLAVO TIPO SCHANZ CÓNICO Ø 5,0 X 200 MM ? ESTÉRIL 5. PARAFUSO IMPLANTAVEL TI
04.24.43.35010 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X010 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X010 MM
04.24.43.35012 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X012 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X012 MM
04.24.43.35014 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X014 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X014 MM
04.24.43.35016 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X016 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X016 MM
04.24.43.35018 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X018 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X018 MM
04.24.43.35020 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X020 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X020 MM
04.24.43.35022 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X022 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X022 MM
04.24.43.35024 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X024 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X024 MM
04.24.43.35026 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X026 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X026 MM
04.24.43.35028 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X028 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X028 MM
04.24.43.35030 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X030 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X030 MM
04.24.43.35035 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X035 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X035 MM
04.24.43.35040 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X040 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X040 MM
04.24.43.35045 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X045 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X045 MM
04.24.43.35050 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X050 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X050 MM
04.24.43.35055 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X055 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X055 MM
04.24.43.35060 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X060 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X060 MM
04.24.43.45010 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X010 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X010 MM
04.24.43.45012 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X012 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X012 MM
04.24.43.45014 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X014 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X014 MM
04.24.43.45016 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X016 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X016 MM
04.24.43.45018 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X018 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X018 MM
04.24.43.45020 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X020 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X020 MM
04.24.43.45022 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X022 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X022 MM
04.24.43.45024 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X024 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X024 MM
04.24.43.45026 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X026 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X026 MM
04.24.43.45028 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X028 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X028 MM
04.24.43.45030 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X030 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X030 MM
04.24.43.45035 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X035 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X035 MM
04.24.43.45040 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X040 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X040 MM
04.24.43.45045 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X45 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X45 MM
04.24.43.45050 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X050 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X050 MM
04.24.43.45055 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X055 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X055 MM
04.24.43.45060 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X060 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X060 MM
04.24.43.45065 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X065 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X065 MM
04.24.43.45070 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X070 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X070 MM
04.24.43.45075 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X075 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X075 MM
04.24.43.45080 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X080 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X080 MM
04.24.43.45085 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X085 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X085 MM
04.24.43.45090 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X090 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X090 MM
04.24.43.45095 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X095 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X095 MM
04.24.43.45100 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X100 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X100 MM

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(0)2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2019032168 DE 29 de Julio de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

04.24.44.65025 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X025 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X025 MM 04.24.44.65030 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X030 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X030 MM 04.24.44.65035 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X035 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X035 MM 04.24.44.65040 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X040 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X040 MM 04.24.44.65045 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X045 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X045 MM 04.24.44.65050 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X050 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X050 MM 04.24.44.65055 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X055 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X055 MM 04.24.44.65060 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X060 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X060 MM 04.24.44.65065 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X065 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X065 MM 04.24.44.65070 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X070 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X070 MM 04.24.44.65075 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X075 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X075 MM 04.24.44.65080 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X080 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X080 MM 04.24.44.65085 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X085 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X085 MM 04.24.44.65090 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X090 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X090 MM 04.24.44.65095 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X095 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X095 MM 04.24.44.65100 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X100 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X100 MM 04.24.44.65105 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X105 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X105 MM 04.24.44.65110 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X110 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X110 MM 04.24.44.65115 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X115 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X115 MM 04.24.44.65120 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X120 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X120 MM 04.24.44.65125 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X125 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X125 MM 04.24.44.65130 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X130 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X130 MM 04.02.01.00045 ACESSÓRIO - ARRUELA PARA PARAFUSO Ø 4,5 MM TI ACCESÓRIO - ARANDELA PARA TORNILLO Ø 4,5 MM TI 04.02.01.00065 ACESSÓRIO - ARRUELA PARA PARAFUSO Ø 6,5 MM TI ACCESÓRIO - ARANDELA PARA TORNILLO Ø 6,5 MM TI 04.02.05.00014 ACESSÓRIO - ARRUELA DENTADA Ø 14 MM TI ACCESÓRIO - ARANDELA DENTADA Ø 14 MM LIGFIX 04.02.06.00017 ACESSÓRIO - ARRUELA LISA Ø 17 MM TI ACCESÓRIO - ARANDELA LISA Ø 17 MM LIGFIX 6. PARAFUSO DESLIZANTE 04.24.28.22050 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X050 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X050 MM 04.24.28.22055 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X055 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X055 MM 04.24.28.22060 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X060 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X060 MM 04.24.28.22065 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X065 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X065 MM 04.24.28.22070 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X070 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X070 MM 04.24.28.22075 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X075 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X075 MM 04.24.28.22080 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X080 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X080 MM 04.24.28.22085 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X085 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X085 MM 04.24.28.22090 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X090 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X090 MM 04.24.28.22095 PARAFUSO DESLIZANTE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 No. 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 No. 64 - 60
PBX 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2019032168 DE 29 de Julio de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

TIPO DHS/DCS ROSCA 22X095 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X095 MM 04.24.28.22100 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X100 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X100 MM 04.24.28.22105 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X105 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X105 MM 04.24.28.22110 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X110 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X110 MM 04.24.28.22115 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X115 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X115 MM 04.24.28.22120 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X120 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X120 MM 04.24.28.22125 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X125 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X125 MM 04.24.28.22130 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X130 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X130 MM 04.24.28.28050 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X050 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X050 MM 04.24.28.28055 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X055 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X055 MM 04.24.28.28060 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X060 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X060 MM 04.24.28.28065 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X065 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X065 MM 04.24.28.28070 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X070 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X070 MM 04.24.28.28075 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X075 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X075 MM 04.24.28.28080 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X080 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X080 MM 04.24.28.28085 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X085 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X085 MM 04.24.28.28090 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X090 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X090 MM 04.24.28.28095 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X095 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X095 MM 04.24.28.28100 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X100 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X100 MM 04.24.28.28105 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X105 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X105 MM 04.24.28.28110 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X110 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X110 MM 04.24.28.28115 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X115 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X115 MM 04.24.28.28120 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X120 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X120 MM 04.24.28.28125 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X125 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X125 MM 04.24.28.28130 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X130 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X130 MM 04.24.29.18050 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X050 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X050 MM 04.24.29.18055 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X055 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X055 MM 04.24.29.18060 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X060 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X060 MM 04.24.29.18065 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X065 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X065 MM 04.24.29.18070 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X070 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X070 MM 04.24.29.18075 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X075 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X075 MM 04.24.29.18080 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X080 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X080 MM 04.24.29.18085 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X085 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X085 MM 04.24.29.18090 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X090 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X090 MM 04.24.29.18095 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X095 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(571) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2019032168 DE 29 de Julio de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

18X095 MM 04.24.29.18100 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X100 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X100 MM 04.24.29.18105 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X105 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X105 MM 04.24.29.18110 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X110 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X110 MM 04.24.29.18115 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X115 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X115 MM 04.24.29.18120 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X120 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X120 MM 04.24.29.18125 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X125 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X125 MM 04.24.29.18130 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X130 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X130 MM 04.24.29.28050 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X050 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X050 MM 04.24.29.28055 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X055 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X055 MM 04.24.29.28060 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X060 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X060 MM 04.24.29.28065 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X065 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X065 MM 04.24.29.28070 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X070 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X070 MM 04.24.29.28075 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X075 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X075 MM 04.24.29.28080 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X080 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X080 MM 04.24.29.28085 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X085 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X085 MM 04.24.29.28090 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X090 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X090 MM 04.24.29.28095 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X095 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X095 MM 04.24.29.28100 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X100 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X100 MM 04.24.29.28105 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X105 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X105 MM 04.24.29.28110 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X110 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X110 MM 04.24.29.28115 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X115 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X115 MM 04.24.29.28120 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X120 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X120 MM 04.24.29.28125 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X125 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X125 MM 04.24.29.28130 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X130 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X130 MM 04.24.09.00002 PARAFUSO DE COMPRESSÃO TIPO DHS/DCS TORNILLO DE COMPRESIÓN TIPO DHS/DCS 04.24.09.00003 PARAFUSO DE COMPRESSÃO TIPO RICHARDS TORNILLO DE COMPRESIÓN TIPO RICHARDS 7. PLACA TUBO 04.27.10.00002 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 02 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 02 AGUJERO 04.27.10.00003 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 03 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 03 AGUJEROS 04.27.10.00004 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 04 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 04 AGUJEROS 04.27.10.00005 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 05 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 05 AGUJEROS 04.27.10.00006 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 06 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 06 AGUJEROS 04.27.10.00007 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 07 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 07 AGUJEROS 04.27.10.00008 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 08 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 08

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
PBX 4948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019032168 DE 29 de Julio de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

AGUJEROS 04.27.10.00009 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 09 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 09 AGUJEROS 04.27.10.00010 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 10 FUROS PLACA TUBO ANGUL 04.27.10.00011 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 11 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 11 AGUJEROS 04.27.10.00012 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 12 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 12 AGUJEROS 04.27.10.00013 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 13 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 13 AGUJEROS 04.27.10.00014 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 14 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 14 AGUJEROS 04.27.10.00015 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 15 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 15 AGUJEROS 04.27.10.00016 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 16 FUROS PLACA ANGULADA TUBO TIPO RICHARDS 135° C/S 16 AGUJEROS 04.27.10.00017 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 17 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 04.27.10.00018 PLACA TUBO AN

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO: Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 29 de Julio de 2019
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: salbam, Técnico: cviedap

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA
DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
INVIMA
OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO
COPIA SIMPLE
Fecha 01 AGO 2019 Hora
Funcionario

Firma válida
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2019.07.30 14:16:47 COT
Razón: INVIMA
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
PBX 2948700
www.invima.gov.co

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente	19942013	Nombre producto	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS MDT ® BIOTECHNOLOGY ®				
Registro Sanitario	INVIMA 2004DM-0002409- R1	Vencimiento	2024/07/25	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente

Observaciones

EL PRESENTE REGISTRO AMPARA LAS REFERENCIAS: 1.1 PARAFUSO CANULADO Ø 6.5 MM - ROSCA 16 MM
07.24.04.65035 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X035 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X035 MM
07.24.04.65040 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X040 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X040 MM
07.24.04.65045 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X045 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X045 MM
07.24.04.65050 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X050 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X050 MM
07.24.04.65055 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X055 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X055 MM
07.24.04.65060 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X060 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X060 MM
07.24.04.65065 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X065 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X065 MM
07.24.04.65070 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X070 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X070 MM
07.24.04.65075 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X075 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X075 MM
07.24.04.65080 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X080 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X080 MM
07.24.04.65085 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X085 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X085 MM
07.24.04.65090 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X090 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X090 MM
07.24.04.65095 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X095 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X095 MM
07.24.04.65100 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X100 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X100 MM
07.24.04.65105 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X105 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X105 MM
07.24.04.65110 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X110 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X110 MM
07.24.04.65115 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X115 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X115 MM
07.24.04.65120 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X120 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X120 MM
07.24.04.65125 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X125 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X125 MM
07.24.04.65130 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X130 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X130 MM
1.2 PARAFUSO CANULADO Ø 6.5 MM - ROSCA 20 MM 07.24.05.65035 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X035 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X035 MM 07.24.05.65040 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X040 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X040 MM 07.24.05.65045 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X045 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X045 MM 07.24.05.65050 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X050 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X050 MM 07.24.05.65055 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X055 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X055 MM 07.24.05.65060 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X060 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X060 MM 07.24.05.65065 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X065 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X065 MM 07.24.05.65070 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X070 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X070 MM 07.24.05.65075 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X075 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X075 MM 07.24.05.65080 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X080 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X080 MM 07.24.05.65085 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X085 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X085 MM 07.24.05.65090 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X090 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X090 MM 07.24.05.65095 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X095 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X095 MM 07.24.05.65100 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X100 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X100 MM 07.24.05.65105 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X105 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X105 MM 07.24.05.65110 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X110 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X110 MM 07.24.05.65115 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X115 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X115 MM 07.24.05.65120 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X120 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X120 MM 07.24.05.65125 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X125 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X125 MM 07.24.05.65130 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X130 MM
TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X130 MM 1.3 ARRUELA PARA PARAFUSO Ø 6.5 MM 07.02.03.00065 ACESSÓRIO - ARRUELA PARA PARAFUSO Ø 6,5 MM ACCESÓRIO - ARANDELA PARA TORNILLO Ø 6,5 MM 2. PARAFUSO DE COMPRESSAO 07.24.09.00002 PARAFUSO DE COMPRESSÃO TIPO DHS/DCS TORNILLO DE COMPRESSIÓN TIPO DHS/ DCS 07.24.09.00003 PARAFUSO DE COMPRESSÃO TIPO RICHARDS TORNILLO DE COMPRESSIÓN TIPO RICHARDS 3.1 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 04.28.01.00002 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 02 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 02 AGUJEROS 04.28.01.00003 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 03 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 03 AGUJEROS 04.28.01.00004 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 04 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 04 AGUJEROS 04.28.01.00005 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 05 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 05 AGUJEROS 04.28.01.00006 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 06 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 06 AGUJEROS 04.28.01.00007 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 07 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 07 AGUJEROS 04.28.01.00008 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 08 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 08 AGUJEROS 04.28.01.00009 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 09 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 09 AGUJEROS 04.28.01.00010 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 10 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 10 AGUJEROS 04.28.01.00011 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 11 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 11 AGUJEROS 04.28.01.00012 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 12 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 12 AGUJEROS 04.28.01.00013 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 13 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 13 AGUJEROS 04.28.01.00014 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 14 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 14 AGUJEROS 3.2 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 04.28.02.00002 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 02 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 02 AGUJEROS 04.28.02.00003 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 03 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 03 AGUJEROS 04.28.02.00004 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 04 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 04 AGUJEROS 04.28.02.00005 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 05 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 05 AGUJEROS 04.28.02.00006 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 06 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 06 AGUJEROS 04.28.02.00007 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 07 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 07 AGUJEROS 04.28.02.00008 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 08 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 08 AGUJEROS 04.28.02.00009 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 09 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 09 AGUJEROS 04.28.02.00010 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 10 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 10 AGUJEROS 04.28.02.00011 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 11 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 11 AGUJEROS 04.28.02.00012 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 12 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 12 AGUJEROS 04.28.02.00013 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 13 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 13 AGUJEROS 04.28.02.00014 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 14 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 14 AGUJEROS 04.28.02.00016 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 16 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 16 AGUJEROS 3.3 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 04.28.03.00002 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 02 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 02 AGUJEROS 04.28.03.00003 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 03 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 03 AGUJEROS 04.28.03.00004 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 04 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 04 AGUJEROS 04.28.03.00005 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 05 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 05 AGUJEROS 04.28.03.00006 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 06 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 06 AGUJEROS 04.28.03.00007 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 07 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 07 AGUJEROS 04.28.03.00008 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 08 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 08 AGUJEROS 04.28.03.00009 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 09 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 09 AGUJEROS 04.28.03.00010 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 10 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 10 AGUJEROS 04.28.03.00011 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 11 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 11 AGUJEROS 04.28.03.00012 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 12 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 12 AGUJEROS 04.28.03.00013 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 13 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 13 AGUJEROS 04.28.03.00014 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 14 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 14 AGUJEROS 04.28.03.00015 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 15 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 15 AGUJEROS 04.28.03.00016 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 16 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 16 AGUJEROS 04.28.03.00017 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 17 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 17 AGUJEROS 04.28.03.00018 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 18 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ESTRECHA 18 AGUJEROS 3.4 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 04.28.04.00002 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 02 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 02 AGUJEROS 04.28.04.00003 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 03 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 03 AGUJEROS 04.28.04.00004 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 04 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 04 AGUJEROS 04.28.04.00005 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 05 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 05 AGUJEROS 04.28.04.00006 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 06 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 06 AGUJEROS 04.28.04.00007 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 07 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 07 AGUJEROS 04.28.04.00008 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 08 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 08 AGUJEROS 04.28.04.00009 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 09 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 09 AGUJEROS 04.28.04.00010 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 10 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 10 AGUJEROS 04.28.04.00011 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 11 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 11 AGUJEROS 04.28.04.00012 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 12 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 12 AGUJEROS 04.28.04.00013 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 13 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 13 AGUJEROS 04.28.04.00014 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 14 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 14 AGUJEROS 04.28.04.00015 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 15 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 15 AGUJEROS 04.28.04.00016 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 16 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 16 AGUJEROS 04.28.04.00017 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 17 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 17 AGUJEROS 04.28.04.00018 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 18 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 18 AGUJEROS 04.28.04.00020 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 20 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESSIÓN ANCHA 20 AGUJEROS 3.5 PLACA RETA SEMI TUBULAR 04.28.08.00002 PLACA RETA SEMI TUBULAR 02 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 02 AGUJEROS 04.28.08.00003 PLACA RETA SEMI TUBULAR 03 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 03 AGUJEROS 04.28.08.00004 PLACA RETA SEMI TUBULAR 04 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 04 AGUJEROS

<< Atras

Datos Generales del Producto

Especificante	19942013	Nombre producto	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES MDT ® / BIOTECHNOLOGY ®
Registro Sanitario	INVIMA 2004DM-0002409-R1	Vencimiento	2024/07/25
Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente

Observaciones

EL PRESENTE REGISTRO AMPARA LAS REFERENCIAS: 1.1 PARAFUSO CANULADO Ø 6.5 MM - ROSCA 16 MM 07.24.04.65035 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X035 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X035 MM 07.24.04.65040 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X040 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X040 MM 07.24.04.65045 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X045 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X045 MM 07.24.04.65050 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X050 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X050 MM 07.24.04.65055 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X055 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X055 MM 07.24.04.65060 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X060 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X060 MM 07.24.04.65065 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X065 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X065 MM 07.24.04.65070 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X070 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X070 MM 07.24.04.65075 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X075 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X075 MM 07.24.04.65080 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X080 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X080 MM 07.24.04.65085 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X085 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X085 MM 07.24.04.65090 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X090 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X090 MM 07.24.04.65095 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X095 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X095 MM 07.24.04.65100 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X100 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X100 MM 07.24.04.65105 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X105 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X105 MM 07.24.04.65110 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X110 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X110 MM 07.24.04.65115 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X115 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X115 MM 07.24.04.65120 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X120 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X120 MM 07.24.04.65125 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X125 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X125 MM 07.24.04.65130 PARAFUSO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X130 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 16 MM Ø 6,5X130 MM 1.2 PARAFUSO CANULADO Ø 6.5 MM - ROSCA 20 MM 07.24.05.65035 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X035 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X035 MM 07.24.05.65040 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X040 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X040 MM 07.24.05.65045 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X045 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X045 MM 07.24.05.65050 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X050 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X050 MM 07.24.05.65055 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X055 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X055 MM 07.24.05.65060 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X060 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X060 MM 07.24.05.65065 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X065 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X065 MM 07.24.05.65070 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X070 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X070 MM 07.24.05.65075 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X075 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X075 MM 07.24.05.65080 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X080 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X080 MM 07.24.05.65085 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X085 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X085 MM 07.24.05.65090 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X090 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X090 MM 07.24.05.65095 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X095 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X095 MM 07.24.05.65100 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X100 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X100 MM 07.24.05.65105 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X105 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X105 MM 07.24.05.65110 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X110 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X110 MM 07.24.05.65115 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X115 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X115 MM 07.24.05.65120 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X120 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X120 MM 07.24.05.65125 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X125 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X125 MM 07.24.05.65130 PARAFUSO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X130 MM TORNILLO CANULADO ROSCA 20 MM Ø 6,5X130 MM 1.3 ARRUELA PARA PARAFUSO Ø 6,5 MM 07.02.03.00065 ACESSÓRIO - ARRUELA PARA PARAFUSO Ø 6,5 MM ACCESÓRIO - ARANDELA PARA TORNILLO Ø 6,5 MM 2. PARAFUSO DE COMPRESSAO 07.24.09.00002 PARAFUSO DE COMPRESSÃO TIPO DHS/DCS TORNILLO DE COMPRESIÓN TIPO DHS/ DCS 07.24.09.00003 PARAFUSO DE COMPRESSÃO TIPO RICHARDS TORNILLO DE COMPRESIÓN TIPO RICHARDS 3.1 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 04.28.01.00002 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 02 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 02 AGUJEROS 04.28.01.00003 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 03 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 03 AGUJEROS 04.28.01.00004 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 04 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 04 AGUJEROS 04.28.01.00005 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 05 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 05 AGUJEROS 04.28.01.00006 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 06 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 06 AGUJEROS 04.28.01.00007 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 07 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 07 AGUJEROS 04.28.01.00008 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 08 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 08 AGUJEROS 04.28.01.00009 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 09 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 09 AGUJEROS 04.28.01.00010 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 10 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 10 AGUJEROS 04.28.01.00011 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 11 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 11 AGUJEROS 04.28.01.00012 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 12 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 12 AGUJEROS 04.28.01.00013 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 13 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 13 AGUJEROS 04.28.01.00014 PLACA RETA 1/3 TUBULAR 14 FUROS PLACA RECTA 1/3 TUBULAR 14 AGUJEROS 3.2 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 04.28.02.00002 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 02 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 02 AGUJEROS 04.28.02.00003 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 03 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 03 AGUJEROS 04.28.02.00004 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 04 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 04 AGUJEROS 04.28.02.00005 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 05 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 05 AGUJEROS 04.28.02.00006 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 06 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 06 AGUJEROS 04.28.02.00007 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 07 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 07 AGUJEROS 04.28.02.00008 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 08 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 08 AGUJEROS 04.28.02.00009 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 09 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 09 AGUJEROS 04.28.02.00010 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 10 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 10 AGUJEROS 04.28.02.00011 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 11 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 11 AGUJEROS 04.28.02.00012 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 12 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 12 AGUJEROS 04.28.02.00013 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 13 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 13 AGUJEROS 04.28.02.00014 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 14 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 14 AGUJEROS 04.28.02.00016 PLACA RETA A/C ESTREITA PEQUENA 16 FUROS PLACA RECTA A/C ESTRECHA PEQUEÑA 16 AGUJEROS 3.3 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 04.28.03.00002 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 02 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 02 AGUJEROS 04.28.03.00003 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 03 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 03 AGUJEROS 04.28.03.00004 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 04 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 04 AGUJEROS 04.28.03.00005 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 05 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 05 AGUJEROS 04.28.03.00006 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 06 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 06 AGUJEROS 04.28.03.00007 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 07 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 07 AGUJEROS 04.28.03.00008 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 08 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 08 AGUJEROS 04.28.03.00009 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 09 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 09 AGUJEROS 04.28.03.00010 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 10 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 10 AGUJEROS 04.28.03.00011 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 11 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 11 AGUJEROS 04.28.03.00012 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 12 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 12 AGUJEROS 04.28.03.00013 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 13 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 13 AGUJEROS 04.28.03.00014 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 14 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 14 AGUJEROS 04.28.03.00015 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 15 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 15 AGUJEROS 04.28.03.00016 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 16 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 16 AGUJEROS 04.28.03.00017 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 17 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 17 AGUJEROS 04.28.03.00018 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO ESTREITA 18 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ESTRECHA 18 AGUJEROS 3.4 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 04.28.04.00002 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 02 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 02 AGUJEROS 04.28.04.00003 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 03 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 03 AGUJEROS 04.28.04.00004 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 04 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 04 AGUJEROS 04.28.04.00005 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 05 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 05 AGUJEROS 04.28.04.00006 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 06 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 06 AGUJEROS 04.28.04.00007 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 07 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 07 AGUJEROS 04.28.04.00008 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 08 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 08 AGUJEROS 04.28.04.00009 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 09 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 09 AGUJEROS 04.28.04.00010 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 10 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 10 AGUJEROS 04.28.04.00011 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 11 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 11 AGUJEROS 04.28.04.00012 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 12 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 12 AGUJEROS 04.28.04.00013 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 13 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 13 AGUJEROS 04.28.04.00014 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 14 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 14 AGUJEROS 04.28.04.00015 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 15 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 15 AGUJEROS 04.28.04.00016 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 16 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 16 AGUJEROS 04.28.04.00017 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 17 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 17 AGUJEROS 04.28.04.00018 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 18 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 18 AGUJEROS 04.28.04.00020 PLACA RETA AUTO COMPRESSÃO LARGA 20 FUROS PLACA RECTA AUTO COMPRESIÓN ANCHA 20 AGUJEROS 3.5 PLACA RETA SEMI TUBULAR 04.28.08.00002 PLACA RETA SEMI TUBULAR 02 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 02 AGUJEROS 04.28.08.00003 PLACA RETA SEMI TUBULAR 03 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 03 AGUJEROS 04.28.08.00004 PLACA RETA SEMI TUBULAR 04 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 04 AGUJEROS 04.28.08.00005 PLACA RETA SEMI TUBULAR

05 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 05 AGUJEROS 04.28.08.00006 PLACA RETA SEMI TUBULAR 06 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 06 AGUJEROS 04.28.08.00007 PLACA RETA SEMI TUBULAR 07 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 07 AGUJEROS 04.28.08.00008 PLACA RETA SEMI TUBULAR 08 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 08 AGUJEROS 04.28.08.00009 PLACA RETA SEMI TUBULAR 09 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 09 AGUJEROS 04.28.08.00010 PLACA RETA SEMI TUBULAR 10 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 10 AGUJEROS 04.28.08.00011 PLACA RETA SEMI TUBULAR 11 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 11 AGUJEROS 04.28.08.00012 PLACA RETA SEMI TUBULAR 12 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 12 AGUJEROS 04.28.08.00013 PLACA RETA SEMI TUBULAR 13 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 13 AGUJEROS 04.28.08.00014 PLACA RETA SEMI TUBULAR 14 FUROS PLACA RECTA SEMI TUBULAR 14 AGUJEROS 4. PINO DE SCHANZ 04.25.11.45160 PINO TIPO SCHANZ CÔNICO Ø 4,5 X 160 MM ? ESTÉRIL CLAVO TIPO SCHANZ CONICO Ø 4,5 X 160 MM ? ESTÉRIL 04.25.11.45200 PINO TIPO SCHANZ CÔNICO Ø 4,5 X 200 MM ? ESTÉRIL CLAVO TIPO SCHANZ CÔNICO Ø 4,5 X 200 MM ? ESTÉRIL 04.25.11.48200 PINO TIPO SCHANZ CÔNICO Ø 4,8 X 200 MM ? ESTÉRIL CLAVO TIPO SCHANZ CÔNICO Ø 4,8 X 200 MM ? ESTÉRIL 04.25.11.50200 PINO TIPO SCHANZ CÔNICO Ø 5,0 X 200 MM ? ESTÉRIL CLAVO TIPO SCHANZ CÔNICO Ø 5,0 X 200 MM ? ESTERIL 5. PARAFUSO IMPLANTAVEL MDT TI 04.24.43.35010 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X010 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X010 MM 04.24.43.35012 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X012 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X012 MM 04.24.43.35014 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X014 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X014 MM 04.24.43.35016 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X016 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X016 MM 04.24.43.35018 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X018 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X018 MM 04.24.43.35020 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X020 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X020 MM 04.24.43.35022 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X022 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X022 MM 04.24.43.35024 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X024 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X024 MM 04.24.43.35026 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X026 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X026 MM 04.24.43.35028 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X028 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X028 MM 04.24.43.35030 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X030 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X030 MM 04.24.43.35035 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X035 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X035 MM 04.24.43.35040 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X040 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X040 MM 04.24.43.35045 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X045 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X045 MM 04.24.43.35050 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X050 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X050 MM 04.24.43.35055 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X055 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X055 MM 04.24.43.35060 PARAFUSO CORTICAL TI 3,5X060 MM TORNILLO CORTICAL TI 3,5X060 MM 04.24.43.45010 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X010 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X010 MM 04.24.43.45012 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X012 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X012 MM 04.24.43.45014 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X014 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X014 MM 04.24.43.45016 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X016 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X016 MM 04.24.43.45018 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X018 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X018 MM 04.24.43.45020 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X020 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X020 MM 04.24.43.45022 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X022 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X022 MM 04.24.43.45024 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X024 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X024 MM 04.24.43.45026 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X026 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X026 MM 04.24.43.45028 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X028 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X028 MM 04.24.43.45030 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X030 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X030 MM 04.24.43.45035 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X035 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X035 MM 04.24.43.45040 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X040 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X040 MM 04.24.43.45045 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X45 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X45 MM 04.24.43.45050 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X050 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X050 MM 04.24.43.45055 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X055 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X055 MM 04.24.43.45060 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X060 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X060 MM 04.24.43.45065 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X065 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X065 MM 04.24.43.45070 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X070 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X070 MM 04.24.43.45075 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X075 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X075 MM 04.24.43.45080 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X080 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X080 MM 04.24.43.45085 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X085 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X085 MM 04.24.43.45090 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X090 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X090 MM 04.24.43.45095 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X095 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X095 MM 04.24.43.45100 PARAFUSO CORTICAL TI 4,5X100 MM TORNILLO CORTICAL TI 4,5X100 MM 04.24.44.65025 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X025 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X025 MM 04.24.44.65030 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X030 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X030 MM 04.24.44.65035 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X035 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X035 MM 04.24.44.65040 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X040 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X040 MM 04.24.44.65045 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X045 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X045 MM 04.24.44.65050 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X050 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X050 MM 04.24.44.65055 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X055 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X055 MM 04.24.44.65060 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X060 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X060 MM 04.24.44.65065 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X065 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X065 MM 04.24.44.65070 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X070 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X070 MM 04.24.44.65075 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X075 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X075 MM 04.24.44.65080 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X080 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X080 MM 04.24.44.65085 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X085 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X085 MM 04.24.44.65090 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X090 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X090 MM 04.24.44.65095 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X095 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X095 MM 04.24.44.65100 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X100 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X100 MM 04.24.44.65105 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X105 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X105 MM 04.24.44.65110 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X110 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X110 MM 04.24.44.65115 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X115 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X115 MM 04.24.44.65120 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X120 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X120 MM 04.24.44.65125 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X125 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X125 MM 04.24.44.65130 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X130 MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM TI 6,5X130 MM 04.02.01.00045 ACESSÓRIO - ARRUELA PARA PARAFUSO Ø 4,5 MM TI ACCESÓRIO - ARANDELA PARA TORNILLO Ø 4,5 MM TI 04.02.01.00065 ACESSÓRIO - ARRUELA PARA PARAFUSO Ø 6,5 MM TI ACCESÓRIO - ARANDELA PARA TORNILLO Ø 6,5 MM TI 04.02.05.00014 ACESSÓRIO - ARRUELA DENTADA Ø 14 MM TI ACCESÓRIO - ARANDELA DENTADA Ø 14 MM LIGFIX 04.02.06.00017 ACESSÓRIO - ARRUELA LISA Ø 17 MM TI ACCESÓRIO - ARANDELA LISA Ø 17 MM LIGFIX 6. PARAFUSO DESLIZANTE 04.24.28.22050 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X050 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X050 MM 04.24.28.22055 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X055 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X055 MM 04.24.28.22060 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X060 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X060 MM 04.24.28.22065 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X065 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X065 MM 04.24.28.22070 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X070 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X070 MM 04.24.28.22075 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X075 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X075 MM 04.24.28.22080 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X080 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X080 MM 04.24.28.22085 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X085 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X085 MM 04.24.28.22090 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X090 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X090 MM 04.24.28.22095 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X095 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X095 MM 04.24.28.22100 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X100 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X100 MM 04.24.28.22105 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X105 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X105 MM 04.24.28.22110 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X110 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X110 MM 04.24.28.22115 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X115 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X115 MM 04.24.28.22120 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X120 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X120 MM 04.24.28.22125 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X125 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X125 MM 04.24.28.22130 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X130 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 22X130 MM 04.24.28.28050 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X050 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X050 MM 04.24.28.28055 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X055 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X055 MM 04.24.28.28060 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X060 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X060 MM 04.24.28.28065 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X065 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X065 MM 04.24.28.28070 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X070 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X070 MM 04.24.28.28075 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X075 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X075 MM 04.24.28.28080 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X080 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X080 MM 04.24.28.28085 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X085 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X085 MM 04.24.28.28090 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X090 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X090 MM 04.24.28.28095 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X095 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X095 MM 04.24.28.28100 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X100 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X100 MM 04.24.28.28105 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X105 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X105 MM 04.24.28.28110 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X110 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X110 MM 04.24.28.28115 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X115 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X115 MM 04.24.28.28120 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X120 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X120 MM 04.24.28.28125 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X125 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X125 MM 04.24.28.28130 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X130 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO DHS/DCS ROSCA 28X130 MM 04.24.29.18050 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X050 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X050 MM 04.24.29.18055 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X055 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X055 MM 04.24.29.18060 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X060 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X060 MM 04.24.29.18065 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X065 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X065 MM 04.24.29.18070 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X070 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X070 MM 04.24.29.18075 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X075 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X075 MM 04.24.29.18080 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X080 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X080 MM 04.24.29.18085 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X085 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X085 MM

	04.24.29.18090 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X090 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X090 MM 04.24.29.18095 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X095 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X095 MM 04.24.29.18100 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X100 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X100 MM 04.24.29.18105 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X105 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X105 MM 04.24.29.18110 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X110 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X110 MM 04.24.29.18115 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X115 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X115 MM 04.24.29.18120 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X120 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X120 MM 04.24.29.18125 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X125 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X125 MM 04.24.29.18130 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X130 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 18X130 MM 04.24.29.28050 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X050 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X050 MM 04.24.29.28055 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X055 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X055 MM 04.24.29.28060 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X060 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X060 MM 04.24.29.28065 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X065 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X065 MM 04.24.29.28070 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X070 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X070 MM 04.24.29.28075 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X075 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X075 MM 04.24.29.28080 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X080 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X080 MM 04.24.29.28085 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X085 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X085 MM 04.24.29.28090 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X090 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X090 MM 04.24.29.28095 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X095 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X095 MM 04.24.29.28100 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X100 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X100 MM 04.24.29.28105 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X105 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X105 MM 04.24.29.28110 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X110 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X110 MM 04.24.29.28115 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X115 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X115 MM 04.24.29.28120 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X120 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X120 MM 04.24.29.28125 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X125 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X125 MM 04.24.29.28130 PARAFUSO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X130 MM TORNILLO DESLIZANTE TIPO RICHARDS ROSCA 28X130 MM 04.24.09.00002 PARAFUSO DE COMPRESSÃO TIPO DHS/DCS TORNILLO DE COMPRESIÓN TIPO DHS/DCS 04.24.09.00003 PARAFUSO DE COMPRESSÃO TIPO RICHARDS TORNILLO DE COMPRESION TIPO RICHARDS 7. PLACA TUBO 04.27.10.00002 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 02 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 02 AGUERO 04.27.10.00003 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 03 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 03 AGUJEROS 04.27.10.00004 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 04 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 04 AGUJEROS 04.27.10.00005 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 05 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 05 AGUJEROS 04.27.10.00006 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 06 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 06 AGUJEROS 04.27.10.00007 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 07 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 07 AGUJEROS 04.27.10.00008 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 08 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 08 AGUJEROS 04.27.10.00009 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 09 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 09 AGUJEROS 04.27.10.00010 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 10 FUROS PLACA TUBO ANGUL 04.27.10.00011 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 11 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 11 AGUJEROS 04.27.10.00012 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 12 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 12 AGUJEROS 04.27.10.00013 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 13 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 13 AGUJEROS 04.27.10.00014 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 14 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 14 AGUJEROS 04.27.10.00015 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 15 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 15 AGUJEROS 04.27.10.00016 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 16 FUROS PLACA ANGULADA TUBO TIPO RICHARDS 135° C/S 16 AGUJEROS 04.27.10.00017 PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 135° C/S 17 FUROS PLACA TUBO ANGULADA TIPO RICHARDS 04.27.10.00018 PLACA TUBO AN
Marca	MDT ® BIOTECHNOLOGY®

Datos de Interes

Vida util	5 AÑOS	Miembros Comprometidos	SISTEMA OSEO
Uses	PARA LA OSTEOSÍNTESIS DEL ESQUELETO APENDICULAR CON EL FIN DE AYUDAR A LA INMOVILIZACIÓN, FIJACIÓN ESTABLE Y ESTABILIZACION DE LOS FRAGMENTOS ÓSEOS DE GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS HUESOS DE LOS MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, DURANTE EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS, TRAUMA, RECONSTRUCCIÓN Y DEFORMIDADES ÓSEAS (OSTEOTOMÍAS CORRECTIVAS), RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES ANATÓMICAS Y PERMITIENDO UNA APROXIMACIÓN ÓSEA PRECISA. NO SON REEMPLAZOS DE LAS ESTRUCTURAS ÓSEAS Y SE DEBE CONFIRMAR LA CICATRIZACIÓN ANTES DE QUE LOS HUESOS SOPORTEN EL PESO CORPORAL.	Riesgo	IIb

Presentaciones Comerciales

Presentación Comercial
IMPLANTE - Estéril : unidad x empaque
MPLANTE - No estéril: tipo de implante y cantidades por empaque descritas a continuación
Placas óseas: 1, Tornillos 1,2,5,6. Arandelas para tornillos: 1,2. Clavos o pines o hilos: 1, 4, 6. Clavos Intramedulares: 1. Tornillos para clavos intramedulares: 1. Tapones para clavos intramedulares: 1.
Pines anti-rotacionales para clavos intramedulares: 1. Protectores deslizantes para clavos intramedulares: 1.

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	UNIMPLANT S.A.S.	Calle 26 No. 69 D -91 Oficina 302 Torre Dorado Centro Empresarial Arrecife	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
FABRICANTE	MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A.	Avenida Brasil Nº 2983-Distrito Industrial - CEP 13.505600, Rio Claro, Sp , Brasil.	BRASIL			
FABRICANTE	BIOTECHNOLOGY ORTOPEDIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AV 55.1251-JD KENNEDY - 13.501-540 - RIO CLARO - SAO PAULO - BRASIL	BRASIL			
IMPORTADOR	PROCTOSHOP S.A.S	CARRERA 32 No. 25A-60	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	LH S.A.S	carrera 32 No. 36 - 13	COLOMBIA	SANTANDER	BUCARAMANGA	
IMPORTADOR	UNIMPLANT S.A.S.	Calle 26 No. 69 D -91 Oficina 302 Torre Dorado Centro Empresarial Arrecife	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A.	Avenida Brasil Nº 2983-Distrito Industrial - CEP 13.505600, Rio Claro, Sp , Brasil.	BRASIL			

Imprimir << Atras

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2004002270 del 16/02/2004 EL INVIMA CONCEDIÓ REGISTRO SANITARIO No. INVIMA 2004V-0002409 PARA EL PRODUCTO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS MDT (R) BIOTECHNOLOGY (R), A FAVOR DE MDT INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA CON DOMICILIO EN BRASIL, EN LA MODALIDAD DE IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolucion No. 2004021998 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2004, EL INVIMA AUTORIZO ADICION DE IMPORTADOR.

Que mediante Resolución No. 2009031204 de 14 de Octubre de 2009, el INVIMA autorizó la ADICIÓN DE DRUG STORE LTDA., con domicilio en SINCELEJO - SUCRE COMO NUEVO IMPORTADOR Y DE DRUG STORE LTDA., con domicilio en BARRANQUILLA - ATLÁNTICO COMO NUEVO ACONDICIONADOR/.

Que mediante Resolución de negación número. 2010010042 de 20 de Abril de 2010, el INVIMA autorizó el CAMBIO DE RAZON SOCIAL DEL IMPORTADOR QUEDANDO ASÍ: NUEVA RAZON SOCIAL DEL IMPORTADOR: DRUG STORE S.A.S CON DOMICILIO EN SINCELEJO- SUCRE.

Que mediante Resolución No. 2011023721 del 30 de Junio de 2011 el INVIMA autorizo: Cambio de razón de titular quedando de la siguiente manera: MDT INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA. Cambio de razón de fabricante quedando de la siguiente manera: quedando de la siguiente manera: MDT INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA. Adición de importador incluyendo a: UNIMPLANT S.A.S.

Que mediante Radicado No. 2013144872 de fecha 09 de Diciembre de 2013, el Doctor CID BENEDITO NAVAS actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES SA., solicita Renovación al Registro Sanitario INVIMA 2004V-0002409 para el producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES MDT® / BIOTECHNOLOGY® en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Auto No. 2014000664 de fecha 04 de Febrero de 2014, el INVIMA solicitó al interesado que debe cumplir con los siguientes requerimientos:

> *"1. Allegar dentro de los estudios técnicos y las comprobaciones analíticas del producto el certificado de análisis del producto terminado que contenga las especificaciones, los valores y rangos de aceptación, en el Literal d) del Artículo 18 del Decreto 4725 de 2005.*
>
> *2. Allegar artes finales de las etiquetas con los requisitos establecidos en los artículos 54, 55 y 57 del Decreto 4725 de 2005, en el sentido de incluir: Nombre exacto del producto en la etiqueta" MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES MDTâ/BIOTECHNOLOGY" de no ser posible se requerirá sticker adicional en idioma español cumpliendo con el Articulo 57 " Las etiquetas, rótulos y empaques de los dispositivos médicos importados serán aceptados tal y como se hayan establecido en el país de origen. En este caso se requerirá de un rotulo o etiqueta adicional, en idioma castellano que cumpla con lo previsto en las disposiciones generales sobre etiquetado, (...)"*
>
> *3. Allegar la descripción de las mitigaciones adoptadas para cumplir con los requisitos esenciales de seguridad y funcionamiento acorde con el Artículo 18 literal j) del Decreto 4725 de 2005, Tenga en cuenta que dicho análisis debe allegarse en el idioma castellano."*

Que mediante Radicado No. 2014060326 de fecha 21 de Mayo de 2014, el Doctor CID BENEDITO NAVAS actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES SA., dio respuesta a los requerimientos en todos sus puntos.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez revisada la respuesta al Auto No. 2014000664 se pudo evidenciar que allegaron toda la información solicitada en los puntos del requerimiento de manera correcta.

Que el interesado allegó la respectiva documentación técnico – legal en cumplimiento del Decreto 4725 de 2005 para acceder a la renovación del mencionado registro y en consecuencia, EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS ,

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al

PRODUCTO: MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES MDT® / BIOTECHNOLOGY®

REGISTRO SANITARIO No.: INVIMA 2014DM-0002409-R1 **VIGENTE HASTA:** 25 JUL 2024

TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER

TITULAR: MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A. con domicilio en BRASIL

FABRICANTE: MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A. con domicilio en BRASIL

IMPORTADOR: UNIMPLANT S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.

ACONDICIONADOR: UNIMPLANT S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.

TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: INVASIVO QUIRURGICO IIb

COMPOSICIÓN: **PLACAS OSEAS:** RECTAS, ESPECIALES, ANGULADAS, TUBO, **TORNILLOS:** NO CANULADOS, DESLIZANTE, COMPRESION, CANULADOS SS, CANULADOS TI, IMPLANTABLES TI, **ARANDELAS PARA TORNILLOS**: PARA TORNILLO DE TITANIO, PARA TORNILLO NO CANULADO, **HILO METALICO LISO Y ROSCADO PARA FIJACION OSEA:** STEINMANN, KIRSCHNER, CLAVO DE SCHANZ, LISO, CON OLIVA, **CLAVO INTRAMEDULAR:** CLAVO INTRAMEDULAR UNIVERSAL BLOQUEADO: CLAVO INTRAMEDULAR UNIVERSAL BLOQUEADO, TORNILLO DE BLOQUEO, ACCESORIO; TAPON PARA VASTAGO INTRAMEDULAR CLAVO FEMORAL Y TIBIAL. FEMORAL HBF-2: CLAVO BLOQUEADO FEMORAL HBF-2, TORNILLO DESLIZANTE HBF-2, PROTECTOR DESLIZANTE HBF-2, CLAVO ANTI-ROTACIONAL HBF-2, TORNILLO DE BLOQUEO HBF-2, ACCESORIO: TAPÓN, BLOQUEADO SÓLIDO TI: CLAVO BLOQUEADO SÓLIDO TI, TORNILLO DE BLOQUEO DE CLAVO SÓLIDO TI, ACCESORIO: TAPÓN. **MATERIAS PRIMAS:** ALEACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 18 CR-14 NI-2,5 MO (ASTM F-138 , ASTM F-139) Y ALEACIÓN DE TITANIO: TI-6AL-4V (ASTM F-136)

USOS: PARA LA OSTEOSÍNTESIS DEL ESQUELETO APENDICULAR CON EL FIN DE AYUDAR A LA INMOVILIZACIÓN, FIJACIÓN ESTABLE Y ESTABILIZACIÓN DE LOS FRAGMENTOS ÓSEOS DE GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS HUESOS DE LOS MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, DURANTE EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS, TRAUMA, RECONSTRUCCION Y DEFORMIDADES OSEAS (OESTEOTOMIAS CORRECTIVAS), RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES ANATOMICAS Y PERMITIENDO UNA APROXIMACION OSEA PRECISA. NO SON REEMPLAZOS DE LAS ESTRUCTURAS OSEAS Y SE DEBE CONFIRMAR LA CICATRIZACION ANTES DE QUE LOS HUESOS SOPORTEN EL PESO.

VIDA UTIL: APLICA PARA LOS IMPLANTES QUE SON PROVISTOS ESTERILES Y ES DE 5 AÑOS

PRESENTACIÓN COMERCIAL: IMPLANTE - Estéril : unidad x empaque
IMPLANTE - No estéril: tipo de implante y cantidades por empaque descritas a continuación

Tipo de Implante	Unidades x empaque
Placas óseas	1
Tornillos	1,2,5,6
Arandelas para tornillos	1,2
Clavos o pines o hilos	1, 4, 6
Clavos Intramedulares	1
Tornillos para clavos intramedulares	1
Tapones para clavos intramedulares	1
Pines anti-rotacionales para clavos intramedulares	1
Protectores deslizantes para clavos intramedulares	1

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 Icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

OBSERVACIONES: ESTE REGISTRO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

1. PARAFUSO CANULADO SS		
Código	**Descripción Portugués**	**Descripción Español**
1.1 Parafuso Canulado Ø 6.5 mm - Rosca 16 mm		
07.24.04.65035	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x035 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x035 mm
07.24.04.65040	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x040 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x040 mm
07.24.04.65045	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x045 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x045 mm
07.24.04.65050	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x050 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x050 mm
07.24.04.65055	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x055 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x055 mm
07.24.04.65060	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x060 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x060 mm
07.24.04.65065	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x065 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x065 mm
07.24.04.65070	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x070 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x070 mm
07.24.04.65075	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x075 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x075 mm
07.24.04.65080	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x080 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x080 mm
07.24.04.65085	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x085 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x085 mm
07.24.04.65090	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x090 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x090 mm
07.24.04.65095	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x095 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x095 mm
07.24.04.65100	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x100 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x100 mm
07.24.04.65105	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x105 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x105 mm
07.24.04.65110	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x110 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x110 mm
07.24.04.65115	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x115 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x115 mm
07.24.04.65120	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x120 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x120 mm
07.24.04.65125	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x125 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x125 mm
07.24.04.65130	Parafuso Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x130 mm	Tornillo Canulado Rosca 16 mm Ø 6,5x130 mm
1.2 Parafuso Canulado Ø 6.5 mm - Rosca 20 mm		
07.24.05.65035	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x035 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x035 mm
07.24.05.65040	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x040 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x040 mm
07.24.05.65045	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x045 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x045 mm
07.24.05.65050	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x050 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x050 mm
07.24.05.65055	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x055 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x055 mm
07.24.05.65060	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x060 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x060 mm
07.24.05.65065	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x065 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x065 mm
07.24.05.65070	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x070 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x070 mm
07.24.05.65075	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x075 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x075 mm
07.24.05.65080	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x080 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x080 mm
07.24.05.65085	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x085 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x085 mm
07.24.05.65090	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x090 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x090 mm
07.24.05.65095	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x095 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x095 mm
07.24.05.65100	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x100 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x100 mm
07.24.05.65105	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x105 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x105 mm
07.24.05.65110	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x110 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x110 mm
07.24.05.65115	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x115 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x115 mm
07.24.05.65120	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x120 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x120 mm
07.24.05.65125	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x125 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x125 mm
07.24.05.65130	Parafuso Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x130 mm	Tornillo Canulado Rosca 20 mm Ø 6,5x130 mm
1.3 Arruela para Parafuso Ø 6.5 mm		
07.02.03.00065	Acessório - Arruela para Parafuso Ø 6,5 mm	Accesório - Arandela para tornillo Ø 6,5 mm
2. PARAFUSO DE COMPRESSAO		
07.24.09.00002	Parafuso de Compressão Tipo DHS/DCS	Tornillo de Compressión Tipo DHS/ DCS

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GESTIÓN DE LA CALIDAD NTCGP 1000:2009 SECTOR PÚBLICO CERTIFICADO
ISO 9001 Icontec
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

07.24.09.00003	Parafuso de Compressão Tipo Richards	Tornillo de Compresión Tipo Richards
3. PLACA RETA EM AÇO INOXIDAVEL		
3.1 Placa Reta 1/3 Tubular		
04.28.01.00002	Placa Reta 1/3 Tubular 02 Furos	Placa Recta 1/3 Tubular 02 Agujeros
04.28.01.00003	Placa Reta 1/3 Tubular 03 Furos	Placa Recta 1/3 Tubular 03 Agujeros
04.28.01.00004	Placa Reta 1/3 Tubular 04 Furos	Placa Recta 1/3 Tubular 04 Agujeros
04.28.01.00005	Placa Reta 1/3 Tubular 05 Furos	Placa Recta 1/3 Tubular 05 Agujeros
04.28.01.00006	Placa Reta 1/3 Tubular 06 Furos	Placa Recta 1/3 Tubular 06 Agujeros
04.28.01.00007	Placa Reta 1/3 Tubular 07 Furos	Placa Recta 1/3 Tubular 07 Agujeros
04.28.01.00008	Placa Reta 1/3 Tubular 08 Furos	Placa Recta 1/3 Tubular 08 Agujeros
04.28.01.00009	Placa Reta 1/3 Tubular 09 Furos	Placa Recta 1/3 Tubular 09 Agujeros
04.28.01.00010	Placa Reta 1/3 Tubular 10 Furos	Placa Recta 1/3 Tubular 10 Agujeros
04.28.01.00011	Placa Reta 1/3 Tubular 11 Furos	Placa Recta 1/3 Tubular 11 Agujeros
04.28.01.00012	Placa Reta 1/3 Tubular 12 Furos	Placa Recta 1/3 Tubular 12 Agujeros
04.28.01.00013	Placa Reta 1/3 Tubular 13 Furos	Placa Recta 1/3 Tubular 13 Agujeros
04.28.01.00014	Placa Reta 1/3 Tubular 14 Furos	Placa Recta 1/3 Tubular 14 Agujeros
3.2 Placa Reta A/C Estreita Pequena		
04.28.02.00002	Placa Reta A/C Estreita Pequena 02 Furos	Placa Recta A/C Estrecha Pequeña 02 Agujeros
04.28.02.00003	Placa Reta A/C Estreita Pequena 03 Furos	Placa Recta A/C Estrecha Pequeña 03 Agujeros
04.28.02.00004	Placa Reta A/C Estreita Pequena 04 Furos	Placa Recta A/C Estrecha Pequeña 04 Agujeros
04.28.02.00005	Placa Reta A/C Estreita Pequena 05 Furos	Placa Recta A/C Estrecha Pequeña 05 Agujeros
04.28.02.00006	Placa Reta A/C Estreita Pequena 06 Furos	Placa Recta A/C Estrecha Pequeña 06 Agujeros
04.28.02.00007	Placa Reta A/C Estreita Pequena 07 Furos	Placa Recta A/C Estrecha Pequeña 07 Agujeros
04.28.02.00008	Placa Reta A/C Estreita Pequena 08 Furos	Placa Recta A/C Estrecha Pequeña 08 Agujeros
04.28.02.00009	Placa Reta A/C Estreita Pequena 09 Furos	Placa Recta A/C Estrecha Pequeña 09 Agujeros
04.28.02.00010	Placa Reta A/C Estreita Pequena 10 Furos	Placa Recta A/C Estrecha Pequeña 10 Agujeros
04.28.02.00011	Placa Reta A/C Estreita Pequena 11 Furos	Placa Recta A/C Estrecha Pequeña 11 Agujeros
04.28.02.00012	Placa Reta A/C Estreita Pequena 12 Furos	Placa Recta A/C Estrecha Pequeña 12 Agujeros
04.28.02.00013	Placa Reta A/C Estreita Pequena 13 Furos	Placa Recta A/C Estrecha Pequeña 13 Agujeros
04.28.02.00014	Placa Reta A/C Estreita Pequena 14 Furos	Placa Recta A/C Estrecha Pequeña 14 Agujeros
04.28.02.00016	Placa Reta A/C Estreita Pequena 16 Furos	Placa Recta A/C Estrecha Pequeña 16 Agujeros
3.3 Placa Reta Auto Compressão Estreita		
04.28.03.00002	Placa Reta Auto Compressão Estreita 02 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 02 Agujeros
04.28.03.00003	Placa Reta Auto Compressão Estreita 03 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 03 Agujeros
04.28.03.00004	Placa Reta Auto Compressão Estreita 04 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 04 Agujeros
04.28.03.00005	Placa Reta Auto Compressão Estreita 05 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 05 Agujeros
04.28.03.00006	Placa Reta Auto Compressão Estreita 06 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 06 Agujeros
04.28.03.00007	Placa Reta Auto Compressão Estreita 07 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 07 Agujeros
04.28.03.00008	Placa Reta Auto Compressão Estreita 08 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 08 Agujeros
04.28.03.00009	Placa Reta Auto Compressão Estreita 09 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 09 Agujeros
04.28.03.00010	Placa Reta Auto Compressão Estreita 10 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 10 Agujeros
04.28.03.00011	Placa Reta Auto Compressão Estreita 11 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 11 Agujeros
04.28.03.00012	Placa Reta Auto Compressão Estreita 12 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 12 Agujeros
04.28.03.00013	Placa Reta Auto Compressão Estreita 13 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 13 Agujeros
04.28.03.00014	Placa Reta Auto Compressão Estreita 14 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 14 Agujeros
04.28.03.00015	Placa Reta Auto Compressão Estreita 15 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 15 Agujeros
04.28.03.00016	Placa Reta Auto Compressão Estreita 16 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 16 Agujeros
04.28.03.00017	Placa Reta Auto Compressão Estreita 17 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 17 Agujeros
04.28.03.00018	Placa Reta Auto Compressão Estreita 18 Furos	Placa Recta Auto Compresión Estrecha 18 Agujeros
3.4 Placa Reta Auto Compressão Larga		

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.28.04.00002	Placa Reta Auto Compressão Larga 02 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 02 Agujeros
04.28.04.00003	Placa Reta Auto Compressão Larga 03 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 03 Agujeros
04.28.04.00004	Placa Reta Auto Compressão Larga 04 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 04 Agujeros
04.28.04.00005	Placa Reta Auto Compressão Larga 05 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 05 Agujeros
04.28.04.00006	Placa Reta Auto Compressão Larga 06 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 06 Agujeros
04.28.04.00007	Placa Reta Auto Compressão Larga 07 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 07 Agujeros
04.28.04.00008	Placa Reta Auto Compressão Larga 08 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 08 Agujeros
04.28.04.00009	Placa Reta Auto Compressão Larga 09 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 09 Agujeros
04.28.04.00010	Placa Reta Auto Compressão Larga 10 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 10 Agujeros
04.28.04.00011	Placa Reta Auto Compressão Larga 11 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 11 Agujeros
04.28.04.00012	Placa Reta Auto Compressão Larga 12 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 12 Agujeros
04.28.04.00013	Placa Reta Auto Compressão Larga 13 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 13 Agujeros
04.28.04.00014	Placa Reta Auto Compressão Larga 14 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 14 Agujeros
04.28.04.00015	Placa Reta Auto Compressão Larga 15 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 15 Agujeros
04.28.04.00016	Placa Reta Auto Compressão Larga 16 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 16 Agujeros
04.28.04.00017	Placa Reta Auto Compressão Larga 17 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 17 Agujeros
04.28.04.00018	Placa Reta Auto Compressão Larga 18 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 18 Agujeros
04.28.04.00020	Placa Reta Auto Compressão Larga 20 Furos	Placa Recta Auto Compressión Ancha 20 Agujeros
3.5 Placa Reta Semi Tubular		
04.28.08.00002	Placa Reta Semi Tubular 02 Furos	Placa Recta Semi Tubular 02 Agujeros
04.28.08.00003	Placa Reta Semi Tubular 03 Furos	Placa Recta Semi Tubular 03 Agujeros
04.28.08.00004	Placa Reta Semi Tubular 04 Furos	Placa Recta Semi Tubular 04 Agujeros
04.28.08.00005	Placa Reta Semi Tubular 05 Furos	Placa Recta Semi Tubular 05 Agujeros
04.28.08.00006	Placa Reta Semi Tubular 06 Furos	Placa Recta Semi Tubular 06 Agujeros
04.28.08.00007	Placa Reta Semi Tubular 07 Furos	Placa Recta Semi Tubular 07 Agujeros
04.28.08.00008	Placa Reta Semi Tubular 08 Furos	Placa Recta Semi Tubular 08 Agujeros
04.28.08.00009	Placa Reta Semi Tubular 09 Furos	Placa Recta Semi Tubular 09 Agujeros
04.28.08.00010	Placa Reta Semi Tubular 10 Furos	Placa Recta Semi Tubular 10 Agujeros
04.28.08.00011	Placa Reta Semi Tubular 11 Furos	Placa Recta Semi Tubular 11 Agujeros
04.28.08.00012	Placa Reta Semi Tubular 12 Furos	Placa Recta Semi Tubular 12 Agujeros
04.28.08.00013	Placa Reta Semi Tubular 13 Furos	Placa Recta Semi Tubular 13 Agujeros
04.28.08.00014	Placa Reta Semi Tubular 14 Furos	Placa Recta Semi Tubular 14 Agujeros
4. PINO DE SCHANZ		
04.25.11.45160	Pino Tipo Schanz Cônico Ø 4,5 x 160 mm – Estéril	Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 4,5 x 160 mm – Estéril
04.25.11.45200	Pino Tipo Schanz Cônico Ø 4,5 x 200 mm – Estéril	Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 4,5 x 200 mm – Estéril
04.25.11.48200	Pino Tipo Schanz Cônico Ø 4,8 x 200 mm – Estéril	Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 4,8 x 200 mm – Estéril
04.25.11.50200	Pino Tipo Schanz Cônico Ø 5,0 x 200 mm – Estéril	Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 5,0 x 200 mm – Estéril
5. PARAFUSO IMPLANTAVEL MDT TI		
04.24.43.35010	Parafuso Cortical Ti 3,5x010 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x010 mm
04.24.43.35012	Parafuso Cortical Ti 3,5x012 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x012 mm
04.24.43.35014	Parafuso Cortical Ti 3,5x014 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x014 mm
04.24.43.35016	Parafuso Cortical Ti 3,5x016 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x016 mm
04.24.43.35018	Parafuso Cortical Ti 3,5x018 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x018 mm
04.24.43.35020	Parafuso Cortical Ti 3,5x020 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x020 mm
04.24.43.35022	Parafuso Cortical Ti 3,5x022 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x022 mm
04.24.43.35024	Parafuso Cortical Ti 3,5x024 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x024 mm
04.24.43.35026	Parafuso Cortical Ti 3,5x026 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x026 mm
04.24.43.35028	Parafuso Cortical Ti 3,5x028 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x028 mm
04.24.43.35030	Parafuso Cortical Ti 3,5x030 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x030 mm
04.24.43.35035	Parafuso Cortical Ti 3,5x035 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x035 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.24.43.35040	Parafuso Cortical Ti 3,5x040 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x040 mm
04.24.43.35045	Parafuso Cortical Ti 3,5x045 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x045 mm
04.24.43.35050	Parafuso Cortical Ti 3,5x050 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x050 mm
04.24.43.35055	Parafuso Cortical Ti 3,5x055 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x055 mm
04.24.43.35060	Parafuso Cortical Ti 3,5x060 mm	Tornillo Cortical Ti 3,5x060 mm
04.24.43.45010	Parafuso Cortical Ti 4,5x010 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x010 mm
04.24.43.45012	Parafuso Cortical Ti 4,5x012 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x012 mm
04.24.43.45014	Parafuso Cortical Ti 4,5x014 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x014 mm
04.24.43.45016	Parafuso Cortical Ti 4,5x016 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x016 mm
04.24.43.45018	Parafuso Cortical Ti 4,5x018 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x018 mm
04.24.43.45020	Parafuso Cortical Ti 4,5x020 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x020 mm
04.24.43.45022	Parafuso Cortical Ti 4,5x022 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x022 mm
04.24.43.45024	Parafuso Cortical Ti 4,5x024 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x024 mm
04.24.43.45026	Parafuso Cortical Ti 4,5x026 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x026 mm
04.24.43.45028	Parafuso Cortical Ti 4,5x028 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x028 mm
04.24.43.45030	Parafuso Cortical Ti 4,5x030 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x030 mm
04.24.43.45035	Parafuso Cortical Ti 4,5x035 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x035 mm
04.24.43.45040	Parafuso Cortical Ti 4,5x040 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x040 mm
04.24.43.45045	Parafuso Cortical Ti 4,5x45 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x45 mm
04.24.43.45050	Parafuso Cortical Ti 4,5x050 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x050 mm
04.24.43.45055	Parafuso Cortical Ti 4,5x055 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x055 mm
04.24.43.45060	Parafuso Cortical Ti 4,5x060 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x060 mm
04.24.43.45065	Parafuso Cortical Ti 4,5x065 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x065 mm
04.24.43.45070	Parafuso Cortical Ti 4,5x070 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x070 mm
04.24.43.45075	Parafuso Cortical Ti 4,5x075 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x075 mm
04.24.43.45080	Parafuso Cortical Ti 4,5x080 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x080 mm
04.24.43.45085	Parafuso Cortical Ti 4,5x085 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x085 mm
04.24.43.45090	Parafuso Cortical Ti 4,5x090 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x090 mm
04.24.43.45095	Parafuso Cortical Ti 4,5x095 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x095 mm
04.24.43.45100	Parafuso Cortical Ti 4,5x100 mm	Tornillo Cortical Ti 4,5x100 mm
04.24.44.65025	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x025 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x025 mm
04.24.44.65030	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x030 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x030 mm
04.24.44.65035	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x035 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x035 mm
04.24.44.65040	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x040 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x040 mm
04.24.44.65045	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x045 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x045 mm
04.24.44.65050	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x050 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x050 mm
04.24.44.65055	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x055 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x055 mm
04.24.44.65060	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x060 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x060 mm
04.24.44.65065	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x065 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x065 mm
04.24.44.65070	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x070 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x070 mm
04.24.44.65075	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x075 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x075 mm
04.24.44.65080	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x080 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x080 mm
04.24.44.65085	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x085 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x085 mm
04.24.44.65090	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x090 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x090 mm
04.24.44.65095	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x095 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x095 mm
04.24.44.65100	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x100 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x100 mm
04.24.44.65105	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x105 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x105 mm
04.24.44.65110	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x110 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x110 mm
04.24.44.65115	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x115 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x115 mm
04.24.44.65120	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x120 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x120 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.24.44.65125	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x125 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x125 mm
04.24.44.65130	Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x130 mm	Tornillo Esponjoso Rosca 16 mm Ti 6,5x130 mm
04.02.01.00045	Acessório - Arruela para Parafuso Ø 4,5 mm Ti	Accesório - Arandela para Tornillo Ø 4,5 mm Ti
04.02.01.00065	Acessório - Arruela para Parafuso Ø 6,5 mm Ti	Accesório - Arandela para Tornillo Ø 6,5 mm Ti
04.02.05.00014	Acessório - Arruela Dentada Ø 14 mm Ti	Accesório - Arandela Dentada Ø 14 mm Ligfix
04.02.05.00017	Acessório - Arruela Dentada Ø 17 mm Ti	Accesório - Arandela Dentada Ø 17 mm Ligfix
04.02.06.00014	Acessório - Arruela Lisa Ø 14 mm Ti	Accesório - Arandela Lisa Ø 14 mm Ligfix
04.02.06.00017	Acessório - Arruela Lisa Ø 17 mm Ti	Accesório - Arandela Lisa Ø 17 mm Ligfix
6. PARAFUSO DESLIZANTE		
04.24.28.22050	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x050 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x050 mm
04.24.28.22055	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x055 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x055 mm
04.24.28.22060	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x060 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x060 mm
04.24.28.22065	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x065 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x065 mm
04.24.28.22070	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x070 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x070 mm
04.24.28.22075	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x075 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x075 mm
04.24.28.22080	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x080 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x080 mm
04.24.28.22085	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x085 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x085 mm
04.24.28.22090	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x090 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x090 mm
04.24.28.22095	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x095 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x095 mm
04.24.28.22100	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x100 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x100 mm
04.24.28.22105	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x105 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x105 mm
04.24.28.22110	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x110 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x110 mm
04.24.28.22115	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x115 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x115 mm
04.24.28.22120	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x120 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x120 mm
04.24.28.22125	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x125 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x125 mm
04.24.28.22130	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x130 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x130 mm
04.24.28.28050	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x050 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x050 mm
04.24.28.28055	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x055 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x055 mm
04.24.28.28060	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x060 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x060 mm
04.24.28.28065	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x065 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x065 mm
04.24.28.28070	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x070 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x070 mm
04.24.28.28075	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x075 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x075 mm
04.24.28.28080	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x080 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x080 mm
04.24.28.28085	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x085 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x085 mm
04.24.28.28090	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x090 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x090 mm
04.24.28.28095	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x095 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x095 mm
04.24.28.28100	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x100 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x100 mm
04.24.28.28105	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x105 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x105 mm
04.24.28.28110	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x110 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x110 mm
04.24.28.28115	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x115 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x115 mm
04.24.28.28120	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x120 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x120 mm
04.24.28.28125	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x125 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x125 mm
04.24.28.28130	Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x130 mm	Tornillo Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x130 mm
04.24.29.18050	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x050 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x050 mm
04.24.29.18055	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x055 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x055 mm
04.24.29.18060	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x060 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x060 mm
04.24.29.18065	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x065 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x065 mm
04.24.29.18070	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x070 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x070 mm
04.24.29.18075	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x075 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x075 mm
04.24.29.18080	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x080 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x080 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.24.29.18085	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x085 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x085 mm
04.24.29.18090	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x090 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x090 mm
04.24.29.18095	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x095 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x095 mm
04.24.29.18100	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x100 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x100 mm
04.24.29.18105	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x105 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x105 mm
04.24.29.18110	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x110 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x110 mm
04.24.29.18115	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x115 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x115 mm
04.24.29.18120	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x120 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x120 mm
04.24.29.18125	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x125 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x125 mm
04.24.29.18130	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x130 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 18x130 mm
04.24.29.28050	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x050 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x050 mm
04.24.29.28055	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x055 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x055 mm
04.24.29.28060	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x060 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x060 mm
04.24.29.28065	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x065 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x065 mm
04.24.29.28070	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x070 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x070 mm
04.24.29.28075	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x075 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x075 mm
04.24.29.28080	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x080 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x080 mm
04.24.29.28085	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x085 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x085 mm
04.24.29.28090	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x090 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x090 mm
04.24.29.28095	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x095 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x095 mm
04.24.29.28100	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x100 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x100 mm
04.24.29.28105	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x105 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x105 mm
04.24.29.28110	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x110 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x110 mm
04.24.29.28115	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x115 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x115 mm
04.24.29.28120	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x120 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x120 mm
04.24.29.28125	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x125 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x125 mm
04.24.29.28130	Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x130 mm	Tornillo Deslizante Tipo Richards Rosca 28x130 mm
04.24.09.00002	Parafuso de Compressão Tipo DHS/DCS	Tornillo de Compresión Tipo DHS/DCS
04.24.09.00003	Parafuso de Compressão Tipo Richards	Tornillo de Compresión Tipo Richards
7. PLACA TUBO		
04.27.10.00002	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 02 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 02 Agujeros
04.27.10.00003	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 03 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 03 Agujeros
04.27.10.00004	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 04 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 04 Agujeros
04.27.10.00005	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 05 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 05 Agujeros
04.27.10.00006	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 06 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 06 Agujeros
04.27.10.00007	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 07 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 07 Agujeros
04.27.10.00008	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 08 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 08 Agujeros
04.27.10.00009	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 09 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 09 Agujeros
04.27.10.00010	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 10 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 10 Agujeros
04.27.10.00011	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 11 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 11 Agujeros
04.27.10.00012	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 12 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 12 Agujeros
04.27.10.00013	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 13 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 13 Agujeros
04.27.10.00014	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 14 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 14 Agujeros
04.27.10.00015	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 15 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 15 Agujeros
04.27.10.00016	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 16 Furos	Placa Angulada Tubo Tipo Richards 135° C/S 16 Agujeros
04.27.10.00017	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 17 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 17 Agujeros
04.27.10.00018	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 18 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 18 Agujeros
04.27.10.00019	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 19 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 19 Agujeros
04.27.10.00020	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 20 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 135° C/S 20 Agujeros
04.27.11.00002	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 02 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 02 Agujeros

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GESTIÓN DE LA CALIDAD NTCGP 1000:2009 SECTOR PÚBLICO CERTIFICADO
ISO 9001 icontec
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.27.11.00003	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 03 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 03 Agujeros
04.27.11.00004	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 04 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 04 Agujeros
04.27.11.00005	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 05 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 05 Agujeros
04.27.11.00006	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 06 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 06 Agujeros
04.27.11.00007	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 07 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 07 Agujeros
04.27.11.00008	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 08 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 08 Agujeros
04.27.11.00009	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 09 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 09 Agujeros
04.27.11.00010	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 10 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 10 Agujeros
04.27.11.00011	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 11 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 11 Agujeros
04.27.11.00012	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 12 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 12 Agujeros
04.27.11.00013	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 13 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 13 Agujeros
04.27.11.00014	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 14 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 14 Agujeros
04.27.11.00015	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 15 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 15 Agujeros
04.27.11.00016	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 16 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 16 Agujeros
04.27.11.00017	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 17 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 17 Agujeros
04.27.11.00018	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 18 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 18 Agujeros
04.27.11.00019	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 19 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 19 Agujeros
04.27.11.00020	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 20 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo Richards 90° C/S 20 Agujeros
04.27.14.00002	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 02 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 02 Agujeros
04.27.14.00003	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 03 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 03 Agujeros
04.27.14.00004	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 04 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 04 Agujeros
04.27.14.00005	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C05 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 05 Agujeros
04.27.14.00006	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 06 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 06 Agujeros
04.27.14.00007	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 07 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 07 Agujeros
04.27.14.00008	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 08 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 08 Agujeros
04.27.14.00009	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 09 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 09 Agujeros
04.27.14.00010	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 10 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 10 Agujeros
04.27.14.00011	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 11 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 11 Agujeros
04.27.14.00012	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 12 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 12 Agujeros
04.27.14.00013	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 13 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 13 Agujeros
04.27.14.00014	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 14 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 14 Agujeros
04.27.14.00015	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 15 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 15 Agujeros
04.27.14.00016	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 16 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DCS 95° A/C 16 Agujeros
04.27.15.00002	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 02 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 02 Agujeros
04.27.15.00003	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 03 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 03 Agujeros
04.27.15.00004	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 04 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 04 Agujeros
04.27.15.00005	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 05 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 05 Agujeros
04.27.15.00006	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 06 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 06 Agujeros
04.27.15.00007	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 07 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 07 Agujeros
04.27.15.00008	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 08 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 08 Agujeros
04.27.15.00009	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 09 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 09 Agujeros
04.27.15.00010	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 10 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 10 Agujeros
04.27.15.00011	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 11 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 11 Agujeros
04.27.15.00012	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 12 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 12 Agujeros
04.27.15.00013	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 13 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 13 Agujeros
04.27.15.00014	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 14 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 14 Agujeros
04.27.15.00015	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 15 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 15 Agujeros
04.27.15.00016	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 16 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 16 Agujeros
04.27.15.00017	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 17 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 17 Agujeros
04.27.15.00018	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 18 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 18 Agujeros

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 Icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.27.15.00019	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 19 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 19 Agujeros
04.27.15.00020	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 20 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 135° A/C 20 Agujeros
04.27.16.00002	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 02 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 02 Agujeros
04.27.16.00003	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 03 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 03 Agujeros
04.27.16.00004	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 04 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 04 Agujeros
04.27.16.00005	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 05 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 05 Agujeros
04.27.16.00006	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 06 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 06 Agujeros
04.27.16.00007	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 07 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 07 Agujeros
04.27.16.00008	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 08 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 08 Agujeros
04.27.16.00009	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 09 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 09 Agujeros
04.27.16.00010	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 10 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 10 Agujeros
04.27.16.00011	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 11 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 11 Agujeros
04.27.16.00012	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 12 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 12 Agujeros
04.27.16.00013	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 13 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 13 Agujeros
04.27.16.00014	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 14 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 14 Agujeros
04.27.16.00015	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 15 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 15 Agujeros
04.27.16.00016	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 16 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 16 Agujeros
04.27.16.00017	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 17 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 17 Agujeros
04.27.16.00018	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 18 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 18 Agujeros
04.27.16.00019	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 19 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 19 Agujeros
04.27.16.00020	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 20 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 140° A/C 20 Agujeros
04.27.17.00002	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 02 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 02 Agujeros
04.27.17.00003	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 03 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 03 Agujeros
04.27.17.00004	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 04 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 04 Agujeros
04.27.17.00005	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 05 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 05 Agujeros
04.27.17.00006	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 06 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 06 Agujeros
04.27.17.00007	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 07 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 07 Agujeros
04.27.17.00008	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 08 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 08 Agujeros
04.27.17.00009	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 09 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 09 Agujeros
04.27.17.00010	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 10 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 10 Agujeros
04.27.17.00011	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 11 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 11 Agujeros
04.27.17.00012	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 12 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 12 Agujeros
04.27.17.00013	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 13 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 13 Agujeros
04.27.17.00014	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 14 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 14 Agujeros
04.27.17.00015	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 15 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 15 Agujeros
04.27.17.00016	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 16 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 16 Agujeros
04.27.17.00011	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 17 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 17 Agujeros
04.27.17.00018	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 18 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 18 Agujeros
04.27.17.00019	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 19 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 19 Agujeros
04.27.17.00020	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 20 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 145° A/C 20 Agujeros
04.27.18.00002	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 02 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 02 Agujeros
04.27.18.00003	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 03 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 03 Agujeros
04.27.18.00004	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 04 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 04 Agujeros
04.27.18.00005	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 05 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 05 Agujeros
04.27.18.00006	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 06 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 06 Agujeros
04.27.18.00007	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 07 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 07 Agujeros
04.27.18.00008	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 08 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 08 Agujeros
04.27.18.00009	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 09 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 09 Agujeros
04.27.18.00010	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 10 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 10 Agujeros
04.27.18.00011	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 11 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 11 Agujeros

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.27.18.00012	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 12 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 12 Agujeros
04.27.18.00013	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 13 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 13 Agujeros
04.27.18.00014	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 14 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 14 Agujeros
04.27.18.00015	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 15 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 15 Agujeros
04.27.18.00016	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 16 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 16 Agujeros
04.27.18.00017	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 17 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 17 Agujeros
04.27.18.00018	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 18 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 18 Agujeros
04.27.18.00019	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 19 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 19 Agujeros
04.27.18.00020	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 20 Furos	Placa Tubo Angulada Tipo DHS 150° A/C 20 Agujeros
8. HASTE INTRAMEDULAR UNIVERSAL BLOQUEADA		
04.11.04.10320	Haste Intramedular Rigifix Femoral 10x320 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 10x320 mm
04.11.04.10340	Haste Intramedular Rigifix Femoral 10x340 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 10x340 mm
04.11.04.10360	Haste Intramedular Rigifix Femoral 10x360 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 10x360 mm
04.11.04.10380	Haste Intramedular Rigifix Femoral 10x380 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 10x380 mm
04.11.04.10400	Haste Intramedular Rigifix Femoral 10x400 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 10x400 mm
04.11.04.10420	Haste Intramedular Rigifix Femoral 10x420 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 10x420 mm
04.11.04.10440	Haste Intramedular Rigifix Femoral 10x440 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 10x440 mm
04.11.04.10460	Haste Intramedular Rigifix Femoral 10x460 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 10x460 mm
04.11.04.10480	Haste Intramedular Rigifix Femoral 10x480 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 10x480 mm
04.11.04.12320	Haste Intramedular Rigifix Femoral 12x320 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 12x320 mm
04.11.04.12340	Haste Intramedular Rigifix Femoral 12x340 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 12x340 mm
04.11.04.12360	Haste Intramedular Rigifix Femoral 12x360 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 12x360 mm
04.11.04.12380	Haste Intramedular Rigifix Femoral 12x380 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 12x380 mm
04.11.04.12400	Haste Intramedular Rigifix Femoral 12x400 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 12x400 mm
04.11.04.12420	Haste Intramedular Rigifix Femoral 12x420 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 12x420 mm
04.11.04.12440	Haste Intramedular Rigifix Femoral 12x440 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 12x440 mm
04.11.04.12460	Haste Intramedular Rigifix Femoral 12x460 mm	Clavo Intramedular Rigifix Femoral Ø 12x460 mm
04.11.06.09260	Haste Intramedular Rigifix Tibial 09x260 mm	Clavo Intramedular Rigifix Tibial Ø 09x260 mm
04.11.06.09280	Haste Intramedular Rigifix Tibial 09x280 mm	Clavo Intramedular Rigifix Tibial Ø 09x280 mm
04.11.06.09300	Haste Intramedular Rigifix Tibial 09x300 mm	Clavo Intramedular Rigifix Tibial Ø 09x300 mm
04.11.06.09320	Haste Intramedular Rigifix Tibial 09x320 mm	Clavo Intramedular Rigifix Tibial Ø 09x320 mm
04.11.06.09340	Haste Intramedular Rigifix Tibial 09x340 mm	Clavo Intramedular Rigifix Tibial Ø 09x340 mm
04.11.06.09360	Haste Intramedular Rigifix Tibial 09x360 mm	Clavo Intramedular Rigifix Tibial Ø 09x360 mm
04.11.06.09380	Haste Intramedular Rigifix Tibial 09x380 mm	Clavo Intramedular Rigifix Tibial Ø 09x380 mm
04.11.06.09400	Haste Intramedular Rigifix Tibial 09x400 mm	Clavo Intramedular Rigifix Tibial Ø 09x400 mm
04.11.06.10260	Haste Intramedular Rigifix Tibial 10x260 mm	Clavo Intramedular Rigifix Tibial Ø 10x260 mm
04.11.06.10280	Haste Intramedular Rigifix Tibial 10x280 mm	Clavo Intramedular Rigifix Tibial Ø 10x280 mm
04.11.06.10300	Haste Intramedular Rigifix Tibial 10x300 mm	Clavo Intramedular Rigifix Tibial Ø 10x300 mm
04.11.06.10320	Haste Intramedular Rigifix Tibial 10x320 mm	Clavo Intramedular Rigifix Tibial Ø 10x320 mm
04.11.06.10340	Haste Intramedular Rigifix Tibial 10x340 mm	Clavo Intramedular Rigifix Tibial Ø 10x340 mm
04.11.06.10360	Haste Intramedular Rigifix Tibial 10x360 mm	Clavo Intramedular Rigifix Tibial Ø 10x360 mm
04.11.06.10380	Haste Intramedular Rigifix Tibial 10x380 mm	Clavo Intramedular Rigifix Tibial Ø 10x380 mm
04.11.07.07210	Haste Intramedular Rigifix Umeral 07x210 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral 07x210 mm
04.11.07.07220	Haste Intramedular Rigifix Umeral 07x220 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral 07x220 mm
04.11.07.07230	Haste Intramedular Rigifix Umeral 07x230 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral 07x230 mm
04.11.07.07240	Haste Intramedular Rigifix Umeral 07x240 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral 07x240 mm
04.11.07.07250	Haste Intramedular Rigifix Umeral 07x250 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral 07x250 mm
04.11.07.07260	Haste Intramedular Rigifix Umeral 07x260 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral 07x260 mm
04.11.07.07270	Haste Intramedular Rigifix Umeral 07x270 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral 07x270 mm
04.11.07.08220	Haste Intramedular Rigifix Umeral 08x220 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral 08x220 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 Icontec
IQNet

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.11.07.08230	Haste Intramedular Rigifix Umeral 08x230 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral 08x230 mm
04.11.07.08240	Haste Intramedular Rigifix Umeral 08x240 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral 08x240 mm
04.11.07.08250	Haste Intramedular Rigifix Umeral 08x250 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral 08x250 mm
04.11.07.08260	Haste Intramedular Rigifix Umeral 08x260 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral 08x260 mm
04.11.07.08270	Haste Intramedular Rigifix Umeral 08x270 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral 08x270 mm
04.11.07.08280	Haste Intramedular Rigifix Umeral 08x280 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral 08x280 mm
04.11.07.08290	Haste Intramedular Rigifix Umeral 08x290 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral 08x290 mm
04.11.07.17250	Haste Intramedular Rigifix Umeral Esquerda 07x250 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral Izquierda Ø 07x250 mm
04.11.07.17260	Haste Intramedular Rigifix Umeral Esquerda 07x260 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral Izquierda Ø 07x260 mm
04.11.07.17270	Haste Intramedular Rigifix Umeral Esquerda 07x270 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral Izquierda Ø 07x270 mm
04.11.07.17280	Haste Intramedular Rigifix Umeral Esquerda 07x280 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral Izquierda Ø 07x280 mm
04.11.07.17290	Haste Intramedular Rigifix Umeral Esquerda 07x290 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral Izquierda Ø 07x290 mm
04.11.07.17300	Haste Intramedular Rigifix Umeral Esquerda 07x300 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral Izquierda Ø 07x300 mm
04.11.07.17310	Haste Intramedular Rigifix Umeral Esquerda 07x310 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral Izquierda Ø 07x310 mm
04.11.07.27250	Haste Intramedular Rigifix Umeral Direita 07x250 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral Derecha Ø 07x250 mm
04.11.07.27260	Haste Intramedular Rigifix Umeral Direita 07x260 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral Derecha Ø 07x260 mm
04.11.07.27270	Haste Intramedular Rigifix Umeral Direita 07x270 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral Derecha Ø 07x270 mm
04.11.07.27280	Haste Intramedular Rigifix Umeral Direita 07x280 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral Derecha Ø 07x280 mm
04.11.07.27290	Haste Intramedular Rigifix Umeral Direita 07x290 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral Derecha Ø 07x290 mm
04.11.07.27300	Haste Intramedular Rigifix Umeral Direita 07x300 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral Derecha Ø 07x300 mm
04.11.07.27310	Haste Intramedular Rigifix Umeral Direita 07x310 mm	Clavo Intramedular Rigifix Humeral Derecha Ø 07x310 mm
04.11.14.10320	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø10x320 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 10x320 mm
04.11.14.10340	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø10x340 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 10x340 mm
04.11.14.10360	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø10x360 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 10x360 mm
04.11.14.10380	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø10x380 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 10x380 mm
04.11.14.10400	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø10x400 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 10x400 mm
04.11.14.10420	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø10x420 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 10x420 mm
04.11.14.10440	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø10x440 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 10x440 mm
04.11.14.10460	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø10x460 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 10x460 mm
04.11.14.10480	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø10x480 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 10x480 mm
04.11.14.12320	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø12x320 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 12x320 mm
04.11.14.12340	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø12x340 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 12x340 mm
04.11.14.12360	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø12x360 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 12x360 mm
04.11.14.12380	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø12x380 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 12x380 mm
04.11.14.12400	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø12x400 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 12x400 mm
04.11.14.12420	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø12x420 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 12x420 mm
04.11.14.12440	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø12x440 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 12x440 mm
04.11.14.12460	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø12x460 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 12x460 mm
04.11.14.12480	Haste Intramedular Rigifix II Femoral Ø12x480 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Femoral Ø 12x480 mm
04.11.15.09260	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x260 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x260 mm
04.11.15.09280	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x280 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x280 mm
04.11.15.09300	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x300 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x300 mm
04.11.15.09320	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x320 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x320 mm
04.11.15.09340	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x340 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x340 mm
04.11.15.09360	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x360 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x360 mm
04.11.15.09380	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x380 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x380 mm
04.11.15.09400	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x400 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 09x400 mm
04.11.15.10260	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x260 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x260 mm
04.11.15.10280	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x280 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x280 mm
04.11.15.10300	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x300 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x300 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.11.15.10320	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x320 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x320 mm
04.11.15.10340	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x340 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x340 mm
04.11.15.10360	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x360 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x360 mm
04.11.15.10380	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x380 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x380 mm
04.11.15.10400	Haste Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x400 mm	Clavo Intramedular Rigifix II Tibial Ø 10x400 mm
04.34.02.00000	Tampão para Haste Intramedular Rigifix Femoral	Tampón para Clavo Intramedular Rigifix Femoral
04.34.03.00000	Tampão para Haste Intramedular Rigifix Tibial	Tampón para Clavo Intramedular Rigifix Tibial
04.34.05.00000	Tampão para Haste Intramedular Rigifix Tibial II	Tampón para Clavo Intramedular Rigifix II Tibial
9. PLACA ANGULADA		
04.27.01.04040	Placa Angulada A/C 95° 04 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 95° 04 Agujeros x 040 mm
04.27.01.04045	Placa Angulada A/C 95° 04 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 95° 04 Agujeros x 045 mm
04.27.01.04050	Placa Angulada A/C 95° 04 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 95° 04 Agujeros x 050 mm
04.27.01.04055	Placa Angulada A/C 95° 04 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 95° 04 Agujeros x 055 mm
04.27.01.04060	Placa Angulada A/C 95° 04 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 95° 04 Agujeros x 060 mm
04.27.01.04065	Placa Angulada A/C 95° 04 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 95° 04 Agujeros x 065 mm
04.27.01.04070	Placa Angulada A/C 95° 04 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 95° 04 Agujeros x 070 mm
04.27.01.04075	Placa Angulada A/C 95° 04 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 95° 04 Agujeros x 075 mm
04.27.01.04080	Placa Angulada A/C 95° 04 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 95° 04 Agujeros x 080 mm
04.27.01.04085	Placa Angulada A/C 95° 04 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 95° 04 Agujeros x 085 mm
04.27.01.04090	Placa Angulada A/C 95° 04 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 95° 04 Agujeros x 090 mm
04.27.01.04095	Placa Angulada A/C 95° 04 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 95° 04 Agujeros x 095 mm
04.27.01.04100	Placa Angulada A/C 95° 04 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 95° 04 Agujeros x 100 mm
04.27.01.05040	Placa Angulada A/C 95° 05 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 95° 05 Agujeros x 040 mm
04.27.01.05045	Placa Angulada A/C 95° 05 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 95° 05 Agujeros x 045 mm
04.27.01.05050	Placa Angulada A/C 95° 05 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 95° 05 Agujeros x 050 mm
04.27.01.05055	Placa Angulada A/C 95° 05 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 95° 05 Agujeros x 055 mm
04.27.01.05060	Placa Angulada A/C 95° 05 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 95° 05 Agujeros x 060 mm
04.27.01.05065	Placa Angulada A/C 95° 05 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 95° 05 Agujeros x 065 mm
04.27.01.05070	Placa Angulada A/C 95° 05 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 95° 05 Agujeros x 070 mm
04.27.01.05075	Placa Angulada A/C 95° 05 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 95° 05 Agujeros x 075 mm
04.27.01.05080	Placa Angulada A/C 95° 05 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 95° 05 Agujeros x 080 mm
04.27.01.05085	Placa Angulada A/C 95° 05 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 95° 05 Agujeros x 085 mm
04.27.01.05090	Placa Angulada A/C 95° 05 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 95° 05 Agujeros x 090 mm
04.27.01.05095	Placa Angulada A/C 95° 05 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 95° 05 Agujeros x 095 mm
04.27.01.05100	Placa Angulada A/C 95° 05 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 95° 05 Agujeros x 100 mm
04.27.01.06040	Placa Angulada A/C 95° 06 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 95° 06 Agujeros x 040 mm
04.27.01.06045	Placa Angulada A/C 95° 06 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 95° 06 Agujeros x 045 mm
04.27.01.06050	Placa Angulada A/C 95° 06 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 95° 06 Agujeros x 050 mm
04.27.01.06055	Placa Angulada A/C 95° 06 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 95° 06 Agujeros x 055 mm
04.27.01.06060	Placa Angulada A/C 95° 06 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 95° 06 Agujeros x 060 mm
04.27.01.06065	Placa Angulada A/C 95° 06 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 95° 06 Agujeros x 065 mm
04.27.01.06070	Placa Angulada A/C 95° 06 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 95° 06 Agujeros x 070 mm
04.27.01.06075	Placa Angulada A/C 95° 06 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 95° 06 Agujeros x 075 mm
04.27.01.06080	Placa Angulada A/C 95° 06 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 95° 06 Agujeros x 080 mm
04.27.01.06085	Placa Angulada A/C 95° 06 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 95° 06 Agujeros x 085 mm
04.27.01.06090	Placa Angulada A/C 95° 06 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 95° 06 Agujeros x 090 mm
04.27.01.06095	Placa Angulada A/C 95° 06 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 95° 06 Agujeros x 095 mm
04.27.01.06100	Placa Angulada A/C 95° 06 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 95° 06 Agujeros x 100 mm
04.27.01.07040	Placa Angulada A/C 95° 07 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 95° 07 Agujeros x 040 mm
04.27.01.07045	Placa Angulada A/C 95° 07 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 95° 07 Agujeros x 045 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.27.01.07050	Placa Angulada A/C 95° 07 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 95° 07 Agujeros x 050 mm
04.27.01.07055	Placa Angulada A/C 95° 07 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 95° 07 Agujeros x 055 mm
04.27.01.07060	Placa Angulada A/C 95° 07 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 95° 07 Agujeros x 060 mm
04.27.01.07065	Placa Angulada A/C 95° 07 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 95° 07 Agujeros x 065 mm
04.27.01.07070	Placa Angulada A/C 95° 07 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 95° 07 Agujeros x 070 mm
04.27.01.07075	Placa Angulada A/C 95° 07 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 95° 07 Agujeros x 075 mm
04.27.01.07080	Placa Angulada A/C 95° 07 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 95° 07 Agujeros x 080 mm
04.27.01.07085	Placa Angulada A/C 95° 07 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 95° 07 Agujeros x 085 mm
04.27.01.07090	Placa Angulada A/C 95° 07 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 95° 07 Agujeros x 090 mm
04.27.01.07095	Placa Angulada A/C 95° 07 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 95° 07 Agujeros x 095 mm
04.27.01.07100	Placa Angulada A/C 95° 07 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 95° 07 Agujeros x 100 mm
04.27.01.08040	Placa Angulada A/C 95° 08 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 95° 08 Agujeros x 040 mm
04.27.01.08045	Placa Angulada A/C 95° 08 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 95° 08 Agujeros x 045 mm
04.27.01.08050	Placa Angulada A/C 95° 08 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 95° 08 Agujeros x 050 mm
04.27.01.08055	Placa Angulada A/C 95° 08 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 95° 08 Agujeros x 055 mm
04.27.01.08060	Placa Angulada A/C 95° 08 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 95° 08 Agujeros x 060 mm
04.27.01.08065	Placa Angulada A/C 95° 08 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 95° 08 Agujeros x 065 mm
04.27.01.08070	Placa Angulada A/C 95° 08 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 95° 08 Agujeros x 070 mm
04.27.01.08075	Placa Angulada A/C 95° 08 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 95° 08 Agujeros x 075 mm
04.27.01.08080	Placa Angulada A/C 95° 08 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 95° 08 Agujeros x 080 mm
04.27.01.08085	Placa Angulada A/C 95° 08 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 95° 08 Agujeros x 085 mm
04.27.01.08090	Placa Angulada A/C 95° 08 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 95° 08 Agujeros x 090 mm
04.27.01.08095	Placa Angulada A/C 95° 08 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 95° 08 Agujeros x 095 mm
04.27.01.08100	Placa Angulada A/C 95° 08 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 95° 08 Agujeros x 100 mm
04.27.01.09040	Placa Angulada A/C 95° 09 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 95° 09 Agujeros x 040 mm
04.27.01.09045	Placa Angulada A/C 95° 09 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 95° 09 Agujeros x 045 mm
04.27.01.09050	Placa Angulada A/C 95° 09 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 95° 09 Agujeros x 050 mm
04.27.01.09055	Placa Angulada A/C 95° 09 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 95° 09 Agujeros x 055 mm
04.27.01.09060	Placa Angulada A/C 95° 09 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 95° 09 Agujeros x 060 mm
04.27.01.09065	Placa Angulada A/C 95° 09 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 95° 09 Agujeros x 065 mm
04.27.01.09070	Placa Angulada A/C 95° 09 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 95° 09 Agujeros x 070 mm
04.27.01.09075	Placa Angulada A/C 95° 09 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 95° 09 Agujeros x 075 mm
04.27.01.09080	Placa Angulada A/C 95° 09 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 95° 09 Agujeros x 080 mm
04.27.01.09085	Placa Angulada A/C 95° 09 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 95° 09 Agujeros x 085 mm
04.27.01.09090	Placa Angulada A/C 95° 09 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 95° 09 Agujeros x 090 mm
04.27.01.09095	Placa Angulada A/C 95° 09 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 95° 09 Agujeros x 095 mm
04.27.01.09100	Placa Angulada A/C 95° 09 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 95° 09 Agujeros x 100 mm
04.27.01.10040	Placa Angulada A/C 95° 10 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 95° 10 Agujeros x 040 mm
04.27.01.10045	Placa Angulada A/C 95° 10 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 95° 10 Agujeros x 045 mm
04.27.01.10050	Placa Angulada A/C 95° 10 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 95° 10 Agujeros x 050 mm
04.27.01.10055	Placa Angulada A/C 95° 10 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 95° 10 Agujeros x 055 mm
04.27.01.10060	Placa Angulada A/C 95° 10 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 95° 10 Agujeros x 060 mm
04.27.01.10065	Placa Angulada A/C 95° 10 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 95° 10 Agujeros x 065 mm
04.27.01.10070	Placa Angulada A/C 95° 10 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 95° 10 Agujeros x 070 mm
04.27.01.10075	Placa Angulada A/C 95° 10 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 95° 10 Agujeros x 075 mm
04.27.01.10080	Placa Angulada A/C 95° 10 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 95° 10 Agujeros x 080 mm
04.27.01.10085	Placa Angulada A/C 95° 10 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 95° 10 Agujeros x 085 mm
04.27.01.10090	Placa Angulada A/C 95° 10 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 95° 10 Agujeros x 090 mm
04.27.01.10095	Placa Angulada A/C 95° 10 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 95° 10 Agujeros x 095 mm
04.27.01.10100	Placa Angulada A/C 95° 10 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 95° 10 Agujeros x 100 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.27.01.11060	Placa Angulada A/C 95° 11 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 95° 11 Agujeros x 060 mm
04.27.01.12040	Placa Angulada A/C 95° 12 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 95° 12 Agujeros x 040 mm
04.27.01.12045	Placa Angulada A/C 95° 12 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 95° 12 Agujeros x 045 mm
04.27.01.12050	Placa Angulada A/C 95° 12 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 95° 12 Agujeros x 050 mm
04.27.01.12055	Placa Angulada A/C 95° 12 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 95° 12 Agujeros x 055 mm
04.27.01.12060	Placa Angulada A/C 95° 12 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 95° 12 Agujeros x 060 mm
04.27.01.12065	Placa Angulada A/C 95° 12 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 95° 12 Agujeros x 065 mm
04.27.01.12070	Placa Angulada A/C 95° 12 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 95° 12 Agujeros x 070 mm
04.27.01.12075	Placa Angulada A/C 95° 12 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 95° 12 Agujeros x 075 mm
04.27.01.12080	Placa Angulada A/C 95° 12 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 95° 12 Agujeros x 080 mm
04.27.01.12085	Placa Angulada A/C 95° 12 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 95° 12 Agujeros x 085 mm
04.27.01.12090	Placa Angulada A/C 95° 12 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 95° 12 Agujeros x 090 mm
04.27.01.12095	Placa Angulada A/C 95° 12 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 95° 12 Agujeros x 095 mm
04.27.01.12100	Placa Angulada A/C 95° 12 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 95° 12 Agujeros x 100 mm
04.27.01.14040	Placa Angulada A/C 95° 14 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 95° 14 Agujeros x 040 mm
04.27.01.14045	Placa Angulada A/C 95° 14 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 95° 14 Agujeros x 045 mm
04.27.01.14050	Placa Angulada A/C 95° 14 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 95° 14 Agujeros x 050 mm
04.27.01.14055	Placa Angulada A/C 95° 14 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 95° 14 Agujeros x 055 mm
04.27.01.14060	Placa Angulada A/C 95° 14 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 95° 14 Agujeros x 060 mm
04.27.01.14065	Placa Angulada A/C 95° 14 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 95° 14 Agujeros x 065 mm
04.27.01.14070	Placa Angulada A/C 95° 14 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 95° 14 Agujeros x 070 mm
04.27.01.14075	Placa Angulada A/C 95° 14 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 95° 14 Agujeros x 075 mm
04.27.01.14080	Placa Angulada A/C 95° 14 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 95° 14 Agujeros x 080 mm
04.27.01.14085	Placa Angulada A/C 95° 14 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 95° 14 Agujeros x 085 mm
04.27.01.14090	Placa Angulada A/C 95° 14 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 95° 14 Agujeros x 090 mm
04.27.01.14095	Placa Angulada A/C 95° 14 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 95° 14 Agujeros x 095 mm
04.27.01.14100	Placa Angulada A/C 95° 14 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 95° 14 Agujeros x 100 mm
04.27.01.16040	Placa Angulada A/C 95° 16 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 95° 16 Agujeros x 040 mm
04.27.01.16045	Placa Angulada A/C 95° 16 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 95° 16 Agujeros x 045 mm
04.27.01.16050	Placa Angulada A/C 95° 16 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 95° 16 Agujeros x 050 mm
04.27.01.16055	Placa Angulada A/C 95° 16 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 95° 16 Agujeros x 055 mm
04.27.01.16060	Placa Angulada A/C 95° 16 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 95° 16 Agujeros x 060 mm
04.27.01.16065	Placa Angulada A/C 95° 16 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 95° 16 Agujeros x 065 mm
04.27.01.16070	Placa Angulada A/C 95° 16 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 95° 16 Agujeros x 070 mm
04.27.01.16075	Placa Angulada A/C 95° 16 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 95° 16 Agujeros x 075 mm
04.27.01.16080	Placa Angulada A/C 95° 16 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 95° 16 Agujeros x 080 mm
04.27.01.16085	Placa Angulada A/C 95° 16 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 95° 16 Agujeros x 085 mm
04.27.01.16090	Placa Angulada A/C 95° 16 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 95° 16 Agujeros x 090 mm
04.27.01.16095	Placa Angulada A/C 95° 16 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 95° 16 Agujeros x 95 mm
04.27.01.16100	Placa Angulada A/C 95° 16 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 95° 16 Agujeros x 100 mm
04.27.01.18040	Placa Angulada A/C 95° 18 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 95° 18 Agujeros x 040 mm
04.27.01.18045	Placa Angulada A/C 95° 18 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 95° 18 Agujeros x 045 mm
04.27.01.18050	Placa Angulada A/C 95° 18 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 95° 18 Agujeros x 050 mm
04.27.01.18055	Placa Angulada A/C 95° 18 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 95° 18 Agujeros x 055 mm
04.27.01.18060	Placa Angulada A/C 95° 18 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 95° 18 Agujeros x 060 mm
04.27.01.18065	Placa Angulada A/C 95° 18 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 95° 18 Agujeros x 065 mm
04.27.01.18070	Placa Angulada A/C 95° 18 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 95° 18 Agujeros x 070 mm
04.27.01.18075	Placa Angulada A/C 95° 18 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 95° 18 Agujeros x 075 mm
04.27.01.18080	Placa Angulada A/C 95° 18 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 95° 18 Agujeros x 080 mm
04.27.01.18085	Placa Angulada A/C 95° 18 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 95° 18 Agujeros x 085 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 Icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.27.01.18090	Placa Angulada A/C 95° 18 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 95° 18 Agujeros x 090 mm
04.27.01.18095	Placa Angulada A/C 95° 18 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 95° 18 Agujeros x 095 mm
04.27.01.18100	Placa Angulada A/C 95° 18 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 95° 18 Agujeros x 100 mm
04.27.01.20070	Placa Angulada A/C 95° 20 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 95° 20 Agujeros x 070 mm
04.27.02.04040	Placa Angulada A/C 130° 04 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 130° 04 Agujeros x 040 mm
04.27.02.04045	Placa Angulada A/C 130° 04 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 130° 04 Agujeros x 045 mm
04.27.02.04050	Placa Angulada A/C 130° 04 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 130° 04 Agujeros x 050 mm
04.27.02.04055	Placa Angulada A/C 130° 04 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 130° 04 Agujeros x 055 mm
04.27.02.04060	Placa Angulada A/C 130° 04 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 130° 04 Agujeros x 060 mm
04.27.02.04065	Placa Angulada A/C 130° 04 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 130° 04 Agujeros x 065 mm
04.27.02.04070	Placa Angulada A/C 130° 04 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 130° 04 Agujeros x 070 mm
04.27.02.04075	Placa Angulada A/C 130° 04 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 130° 04 Agujeros x 075 mm
04.27.02.04080	Placa Angulada A/C 130° 04 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 130° 04 Agujeros x 080 mm
04.27.02.04085	Placa Angulada A/C 130° 04 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 130° 04 Agujeros x 085 mm
04.27.02.04090	Placa Angulada A/C 130° 04 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 130° 04 Agujeros x 090 mm
04.27.02.04095	Placa Angulada A/C 130° 04 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 130° 04 Agujeros x 095 mm
04.27.02.04100	Placa Angulada A/C 130° 04 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 130° 04 Agujeros x 100 mm
04.27.02.05040	Placa Angulada A/C 130° 05 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 130° 05 Agujeros x 040 mm
04.27.02.05045	Placa Angulada A/C 130° 05 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 130° 05 Agujeros x 045 mm
04.27.02.05050	Placa Angulada A/C 130° 05 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 130° 05 Agujeros x 050 mm
04.27.02.05055	Placa Angulada A/C 130° 05 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 130° 05 Agujeros x 055 mm
04.27.02.05060	Placa Angulada A/C 130° 05 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 130° 05 Agujeros x 060 mm
04.27.02.05065	Placa Angulada A/C 130° 05 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 130° 05 Agujeros x 065 mm
04.27.02.05070	Placa Angulada A/C 130° 05 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 130° 05 Agujeros x 070 mm
04.27.02.05075	Placa Angulada A/C 130° 05 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 130° 05 Agujeros x 075 mm
04.27.02.05080	Placa Angulada A/C 130° 05 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 130° 05 Agujeros x 080 mm
04.27.02.05085	Placa Angulada A/C 130° 05 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 130° 05 Agujeros x 085 mm
04.27.02.05090	Placa Angulada A/C 130° 05 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 130° 05 Agujeros x 090 mm
04.27.02.05095	Placa Angulada A/C 130° 05 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 130° 05 Agujeros x 095 mm
04.27.02.05100	Placa Angulada A/C 130° 05 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 130° 05 Agujeros x 100 mm
04.27.02.06040	Placa Angulada A/C 130° 06 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 130° 06 Agujeros x 040 mm
04.27.02.06045	Placa Angulada A/C 130° 06 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 130° 06 Agujeros x 045 mm
04.27.02.06050	Placa Angulada A/C 130° 06 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 130° 06 Agujeros x 050 mm
04.27.02.06055	Placa Angulada A/C 130° 06 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 130° 06 Agujeros x 055 mm
04.27.02.06060	Placa Angulada A/C 130° 06 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 130° 06 Agujeros x 060 mm
04.27.02.06065	Placa Angulada A/C 130° 06 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 130° 06 Agujeros x 065 mm
04.27.02.06070	Placa Angulada A/C 130° 06 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 130° 06 Agujeros x 070 mm
04.27.02.06075	Placa Angulada A/C 130° 06 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 130° 06 Agujeros x 075 mm
04.27.02.06080	Placa Angulada A/C 130° 06 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 130° 06 Agujeros x 080 mm
04.27.02.06085	Placa Angulada A/C 130° 06 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 130° 06 Agujeros x 085 mm
04.27.02.06090	Placa Angulada A/C 130° 06 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 130° 06 Agujeros x 090 mm
04.27.02.06095	Placa Angulada A/C 130° 06 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 130° 06 Agujeros x 095 mm
04.27.02.06100	Placa Angulada A/C 130° 06 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 130° 06 Agujeros x 100 mm
04.27.02.07040	Placa Angulada A/C 130° 07 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 130° 07 Agujeros x 040 mm
04.27.02.07045	Placa Angulada A/C 130° 07 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 130° 07 Agujeros x 045 mm
04.27.02.07050	Placa Angulada A/C 130° 07 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 130° 07 Agujeros x 050 mm
04.27.02.07055	Placa Angulada A/C 130° 07 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 130° 07 Agujeros x 055 mm
04.27.02.07060	Placa Angulada A/C 130° 07 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 130° 07 Agujeros x 060 mm
04.27.02.07065	Placa Angulada A/C 130° 07 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 130° 07 Agujeros x 065 mm
04.27.02.07070	Placa Angulada A/C 130° 07 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 130° 07 Agujeros x 070 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 Icontec
IQNet

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.27.02.07075	Placa Angulada A/C 130° 07 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 130° 07 Agujeros x 075 mm
04.27.02.07080	Placa Angulada A/C 130° 07 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 130° 07 Agujeros x 080 mm
04.27.02.07085	Placa Angulada A/C 130° 07 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 130° 07 Agujeros x 085 mm
04.27.02.07090	Placa Angulada A/C 130° 07 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 130° 07 Agujeros x 090 mm
04.27.02.07095	Placa Angulada A/C 130° 07 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 130° 07 Agujeros x 095 mm
04.27.02.07100	Placa Angulada A/C 130° 07 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 130° 07 Agujeros x 100 mm
04.27.02.08040	Placa Angulada A/C 130° 08 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 130° 08 Agujeros x 040 mm
04.27.02.08045	Placa Angulada A/C 130° 08 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 130° 08 Agujeros x 045 mm
04.27.02.08050	Placa Angulada A/C 130° 08 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 130° 08 Agujeros x 050 mm
04.27.02.08055	Placa Angulada A/C 130° 08 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 130° 08 Agujeros x 055 mm
04.27.02.08060	Placa Angulada A/C 130° 08 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 130° 08 Agujeros x 060 mm
04.27.02.08065	Placa Angulada A/C 130° 08 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 130° 08 Agujeros x 065 mm
04.27.02.08070	Placa Angulada A/C 130° 08 Furos x 700 mm	Placa Angulada A/C 130° 08 Agujeros x 070 mm
04.27.02.08075	Placa Angulada A/C 130° 08 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 130° 08 Agujeros x 075 mm
04.27.02.08080	Placa Angulada A/C 130° 08 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 130° 08 Agujeros x 080 mm
04.27.02.08085	Placa Angulada A/C 130° 08 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 130° 08 Agujeros x 085 mm
04.27.02.08090	Placa Angulada A/C 130° 08 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 130° 08 Agujeros x 090 mm
04.27.02.08095	Placa Angulada A/C 130° 08 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 130° 08 Agujeros x 095 mm
04.27.02.08100	Placa Angulada A/C 130° 08 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 130° 08 Agujeros x 100 mm
04.27.02.09040	Placa Angulada A/C 130° 09 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 130° 09 Agujeros x 040 mm
04.27.02.09045	Placa Angulada A/C 130° 09 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 130° 09 Agujeros x 045 mm
04.27.02.09050	Placa Angulada A/C 130° 09 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 130° 09 Agujeros x 050 mm
04.27.02.09055	Placa Angulada A/C 130° 09 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 130° 09 Agujeros x 055 mm
04.27.02.09060	Placa Angulada A/C 130° 09 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 130° 09 Agujeros x 060 mm
04.27.02.09065	Placa Angulada A/C 130° 09 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 130° 09 Agujeros x 065 mm
04.27.02.09070	Placa Angulada A/C 130° 09 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 130° 09 Agujeros x 070 mm
04.27.02.09075	Placa Angulada A/C 130° 09 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 130° 09 Agujeros x 075 mm
04.27.02.09080	Placa Angulada A/C 130° 09 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 130° 09 Agujeros x 080 mm
04.27.02.09085	Placa Angulada A/C 130° 09 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 130° 09 Agujeros x 085 mm
04.27.02.09090	Placa Angulada A/C 130° 09 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 130° 09 Agujeros x 090 mm
04.27.02.09095	Placa Angulada A/C 130° 09 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 130° 09 Agujeros x 095 mm
04.27.02.09100	Placa Angulada A/C 130° 09 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 130° 09 Agujeros x 100 mm
04.27.02.10040	Placa Angulada A/C 130° 10 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 130° 10 Agujeros x 040 mm
04.27.02.10045	Placa Angulada A/C 130° 10 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 130° 10 Agujeros x 045 mm
04.27.02.10055	Placa Angulada A/C 130° 10 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 130° 10 Agujeros x 055 mm
04.27.02.10060	Placa Angulada A/C 130° 10 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 130° 10 Agujeros x 060 mm
04.27.02.10070	Placa Angulada A/C 130° 10 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 130° 10 Agujeros x 070 mm
04.27.02.10080	Placa Angulada A/C 130° 10 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 130° 10 Agujeros x 080 mm
04.27.02.10085	Placa Angulada A/C 130° 10 Furos x 85 mm	Placa Angulada A/C 130° 10 Agujeros x 085 mm
04.27.02.10090	Placa Angulada A/C 130° 10 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 130° 10 Agujeros x 090 mm
04.27.02.10095	Placa Angulada A/C 130° 10 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 130° 10 Agujeros x 095 mm
04.27.02.10100	Placa Angulada A/C 130° 10 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 130° 10 Agujeros x 100 mm
04.27.02.12040	Placa Angulada A/C 130° 12 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 130° 12 Agujeros x 040 mm
04.27.02.12045	Placa Angulada A/C 130° 12 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 130° 12 Agujeros x 045 mm
04.27.02.12050	Placa Angulada A/C 130° 12 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 130° 12 Agujeros x 050 mm
04.27.02.12055	Placa Angulada A/C 130° 12 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 130° 12 Agujeros x 055 mm
04.27.02.12060	Placa Angulada A/C 130° 12 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 130° 12 Agujeros x 060 mm
04.27.02.12065	Placa Angulada A/C 130° 12 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 130° 12 Agujeros x 065 mm
04.27.02.12070	Placa Angulada A/C 130° 12 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 130° 12 Agujeros x 070 mm
04.27.02.12075	Placa Angulada A/C 130° 12 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 130° 12 Agujeros x 075 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.27.02.12080	Placa Angulada A/C 130° 12 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 130° 12 Agujeros x 080 mm
04.27.02.12085	Placa Angulada A/C 130° 12 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 130° 12 Agujeros x 085 mm
04.27.02.12090	Placa Angulada A/C 130° 12 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 130° 12 Agujeros x 090 mm
04.27.02.12095	Placa Angulada A/C 130° 12 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 130° 12 Agujeros x 095 mm
04.27.02.12100	Placa Angulada A/C 130° 12 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 130° 12 Agujeros x 100 mm
04.27.02.14040	Placa Angulada A/C 130° 14 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 130° 14 Agujeros x 040 mm
04.27.02.14045	Placa Angulada A/C 130° 14 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 130° 14 Agujeros x 045 mm
04.27.02.14050	Placa Angulada A/C 130° 14 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 130° 14 Agujeros x 050 mm
04.27.02.14055	Placa Angulada A/C 130° 14 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 130° 14 Agujeros x 055 mm
04.27.02.14060	Placa Angulada A/C 130° 14 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 130° 14 Agujeros x 060 mm
04.27.02.14065	Placa Angulada A/C 130° 14 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 130° 14 Agujeros x 065 mm
04.27.02.14070	Placa Angulada A/C 130° 14 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 130° 14 Agujeros x 070 mm
04.27.02.14075	Placa Angulada A/C 130° 14 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 130° 14 Agujeros x 075 mm
04.27.02.14080	Placa Angulada A/C 130° 14 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 130° 14 Agujeros x 080 mm
04.27.02.14085	Placa Angulada A/C 130° 14 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 130° 14 Agujeros x 085 mm
04.27.02.14090	Placa Angulada A/C 130° 14 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 130° 14 Agujeros x 090 mm
04.27.02.14095	Placa Angulada A/C 130° 14 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 130° 14 Agujeros x 095 mm
04.27.02.14100	Placa Angulada A/C 130° 14 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 130° 14 Agujeros x 100 mm
04.27.02.16040	Placa Angulada A/C 130° 16 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 130° 16 Agujeros x 040 mm
04.27.02.16045	Placa Angulada A/C 130° 16 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 130° 16 Agujeros x 045 mm
04.27.02.16050	Placa Angulada A/C 130° 16 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 130° 16 Agujeros x 050 mm
04.27.02.16055	Placa Angulada A/C 130° 16 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 130° 16 Agujeros x 055 mm
04.27.02.16060	Placa Angulada A/C 130° 16 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 130° 16 Agujeros x 060 mm
04.27.02.16065	Placa Angulada A/C 130° 16 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 130° 16 Agujeros x 065 mm
04.27.02.16070	Placa Angulada A/C 130° 16 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 130° 16 Agujeros x 070 mm
04.27.02.16075	Placa Angulada A/C 130° 16 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 130° 16 Agujeros x 075 mm
04.27.02.16080	Placa Angulada A/C 130° 16 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 130° 16 Agujeros x 080 mm
04.27.02.16085	Placa Angulada A/C 130° 16 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 130° 16 Agujeros x 085 mm
04.27.02.16090	Placa Angulada A/C 130° 16 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 130° 16 Agujeros x 090 mm
04.27.02.16095	Placa Angulada A/C 130° 16 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 130° 16 Agujeros x 095 mm
04.27.02.16100	Placa Angulada A/C 130° 16 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 130° 16 Agujeros x 100 mm
04.27.02.18040	Placa Angulada A/C 130° 18 Furos x 040 mm	Placa Angulada A/C 130° 18 Agujeros x 040 mm
04.27.02.18045	Placa Angulada A/C 130° 18 Furos x 045 mm	Placa Angulada A/C 130° 18 Agujeros x 045 mm
04.27.02.18050	Placa Angulada A/C 130° 18 Furos x 050 mm	Placa Angulada A/C 130° 18 Agujeros x 050 mm
04.27.02.18055	Placa Angulada A/C 130° 18 Furos x 055 mm	Placa Angulada A/C 130° 18 Agujeros x 055 mm
04.27.02.18060	Placa Angulada A/C 130° 18 Furos x 060 mm	Placa Angulada A/C 130° 18 Agujeros x 060 mm
04.27.02.18065	Placa Angulada A/C 130° 18 Furos x 065 mm	Placa Angulada A/C 130° 18 Agujeros x 065 mm
04.27.02.18070	Placa Angulada A/C 130° 18 Furos x 070 mm	Placa Angulada A/C 130° 18 Agujeros x 070 mm
04.27.02.18075	Placa Angulada A/C 130° 18 Furos x 075 mm	Placa Angulada A/C 130° 18 Agujeros x 075 mm
04.27.02.18080	Placa Angulada A/C 130° 18 Furos x 080 mm	Placa Angulada A/C 130° 18 Agujeros x 080 mm
04.27.02.18085	Placa Angulada A/C 130° 18 Furos x 085 mm	Placa Angulada A/C 130° 18 Agujeros x 085 mm
04.27.02.18090	Placa Angulada A/C 130° 18 Furos x 090 mm	Placa Angulada A/C 130° 18 Agujeros x 090 mm
04.27.02.18095	Placa Angulada A/C 130° 18 Furos x 095 mm	Placa Angulada A/C 130° 18 Agujeros x 095 mm
04.27.02.18100	Placa Angulada A/C 130° 18 Furos x 100 mm	Placa Angulada A/C 130° 18 Agujeros x 100 mm
10. PARAFUSO NAO CANULADO		
10.1 Parafuso cortical - hexagonal		
04.24.07.35010	Parafuso Cortical Ø 3,5x010 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x010 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35012	Parafuso Cortical Ø 3,5x012 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x012 mm Paso 1,25 – Hexagonal

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.24.07.35014	Parafuso Cortical Ø 3,5x014 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x014 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35015	Parafuso Cortical Ø 3,5x016 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x016 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35018	Parafuso Cortical Ø 3,5x018 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x018 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35020	Parafuso Cortical Ø 3,5x020 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x020 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35022	Parafuso Cortical Ø 3,5x022 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x022 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35024	Parafuso Cortical Ø 3,5x024 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x024 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35026	Parafuso Cortical Ø 3,5x026 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x026 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35028	Parafuso Cortical Ø 3,5x028 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x028 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35030	Parafuso Cortical Ø 3,5x030 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x030 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35032	Parafuso Cortical Ø 3,5x032 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x032 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35034	Parafuso Cortical Ø 3,5x034 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x034 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35035	Parafuso Cortical Ø 3,5x035 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x035 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35036	Parafuso Cortical Ø 3,5x036 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x036 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35038	Parafuso Cortical Ø 3,5x038 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x038 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35040	Parafuso Cortical Ø 3,5x040 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x040 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35042	Parafuso Cortical Ø 3,5x042 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x042 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35044	Parafuso Cortical Ø 3,5x044 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x044 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35045	Parafuso Cortical Ø 3,5x045 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x045 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35046	Parafuso Cortical Ø 3,5x046 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x046 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35048	Parafuso Cortical Ø 3,5x048 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x048 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35050	Parafuso Cortical Ø 3,5x050 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x050 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35052	Parafuso Cortical Ø 3,5x052 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x052 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35054	Parafuso Cortical Ø 3,5x054 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x054 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35055	Parafuso Cortical Ø 3,5x055 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x055 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35056	Parafuso Cortical Ø 3,5x056 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x056 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.07.35058	Parafuso Cortical Ø 3,5x058 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x058 mm Paso 1,25 – Hexagonal

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.24.07.35060	Parafuso Cortical Ø 3,5x060 mm Passo 1,25 – Hexagonal	Tornillo Cortical Ø 3,5x060 mm Paso 1,25 – Hexagonal
04.24.08.35010	Parafuso cortical Ø 3,5x010 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x010 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35012	Parafuso cortical Ø 3,5x012 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x012 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35014	Parafuso cortical Ø 3,5x014 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x014 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35016	Parafuso cortical Ø 3,5x016 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x016 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35018	Parafuso cortical Ø 3,5x018 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x018 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35020	Parafuso cortical Ø 3,5x020 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x020 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35022	Parafuso cortical Ø 3,5x022 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x022 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35024	Parafuso cortical Ø 3,5x024 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x024 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35026	Parafuso cortical Ø 3,5x026 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x026 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35028	Parafuso cortical Ø 3,5x028 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x028 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35030	Parafuso cortical Ø 3,5x030 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x030 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35032	Parafuso cortical Ø 3,5x032 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x032 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35034	Parafuso cortical Ø 3,5x034 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x034 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35035	Parafuso cortical Ø 3,5x035 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x035 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35036	Parafuso cortical Ø 3,5x036 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x036 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35038	Parafuso cortical Ø 3,5x038 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x038 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35040	Parafuso cortical Ø 3,5x040 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x040 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35042	Parafuso cortical Ø 3,5x042 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x042 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35044	Parafuso cortical Ø 3,5x044 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x044 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35045	Parafuso cortical Ø 3,5x045 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x045 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35046	Parafuso cortical Ø 3,5x046 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x046 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35048	Parafuso cortical Ø 3,5x048 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x048 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35050	Parafuso cortical Ø 3,5x050 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x050 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35052	Parafuso cortical Ø 3,5x052 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x052 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35054	Parafuso cortical Ø 3,5x054 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x054 mm Paso 1,75 – Hexagonal

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.24.08.35055	Parafuso cortical Ø 3,5x055 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x055 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35056	Parafuso cortical Ø 3,5x056 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x056 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.35058	Parafuso cortical Ø 3,5x058 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 3,5x058 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45010	Parafuso cortical Ø 4,5x010 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x010 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45012	Parafuso cortical Ø 4,5x012 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x012 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45014	Parafuso cortical Ø 4,5x014 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x014 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45016	Parafuso cortical Ø 4,5x016 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x016 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45018	Parafuso cortical Ø 4,5x018 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x018 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45020	Parafuso cortical Ø 4,5x020 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x020 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45022	Parafuso cortical Ø 4,5x022 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x022 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45024	Parafuso cortical Ø 4,5x024 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x024 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45026	Parafuso cortical Ø 4,5x026 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x026 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45028	Parafuso cortical Ø 4,5x028 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x028 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45030	Parafuso cortical Ø 4,5x030 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x030 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45032	Parafuso cortical Ø 4,5x032 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x032 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45034	Parafuso cortical Ø 4,5x034 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x034 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45035	Parafuso cortical Ø 4,5x035 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x035 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45036	Parafuso cortical Ø 4,5x036 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x036 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45038	Parafuso cortical Ø 4,5x038 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x038 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45040	Parafuso cortical Ø 4,5x040 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x040 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45042	Parafuso cortical Ø 4,5x042 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x042 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45044	Parafuso cortical Ø 4,5x044 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x044 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45045	Parafuso cortical Ø 4,5x045 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x045 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45046	Parafuso cortical Ø 4,5x046 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x046 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45048	Parafuso cortical Ø 4,5x048 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x048 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45050	Parafuso cortical Ø 4,5x050 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x050 mm Paso 1,75 – Hexagonal

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 Icontec
IQNet

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.24.08.45052	Parafuso cortical Ø 4,5x052 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x052 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45054	Parafuso cortical Ø 4,5x054 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x054 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45055	Parafuso cortical Ø 4,5x055 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x055 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45056	Parafuso cortical Ø 4,5x056 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x056 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45058	Parafuso cortical Ø 4,5x058 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x058 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45060	Parafuso cortical Ø 4,5x060 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x060 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45062	Parafuso cortical Ø 4,5x062 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x062 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45064	Parafuso cortical Ø 4,5x064 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x064 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45065	Parafuso cortical Ø 4,5x065 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x065 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45066	Parafuso cortical Ø 4,5x066 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x066 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45068	Parafuso cortical Ø 4,5x068 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x068 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45070	Parafuso cortical Ø 4,5x070 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x070 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45075	Parafuso cortical Ø 4,5x075 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x075 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45080	Parafuso cortical Ø 4,5x080 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x080 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45085	Parafuso cortical Ø 4,5x085 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x085 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45085	Parafuso cortical Ø 4,5x090 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x090 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.65095	Parafuso cortical Ø 4,5x095 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x095 mm Paso 1,75 – Hexagonal
04.24.08.45100	Parafuso cortical Ø 4,5x100 mm Passo 1,75 – Hexagonal	Tornillo cortical Ø 4,5x100 mm Paso 1,75 – Hexagonal
10.2 Parafuso esponjoso rosca parcial - hexagonal		
04.24.11.40010	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x010 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x010 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40012	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x012 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x012 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40014	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x014 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x014 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40016	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x016 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x016 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40018	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x018 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x018 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40020	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x020 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x020 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40022	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x022 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x022 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40024	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x024 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x024 mm Rosca Parcial – Hexagonal

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.24.11.40026	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x026 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x026 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24 11.40028	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x028 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x028 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40030	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x030 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x030 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40032	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x032 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x032 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40034	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x034 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x034 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40035	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x035 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x035 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40036	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x036 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x036 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40038	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x038 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x038 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40040	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x040 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x040 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40042	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x042 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x042 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40044	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x044 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x044 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40045	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x045 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x045 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40046	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x046 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x046 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40048	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x048 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x048 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40050	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x050 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x050 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40052	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x052 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x052 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40054	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x054 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x054 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40055	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x055 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x055 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40056	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x056 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x056 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40058	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x058 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x058 mm Rosca Parcial – Hexagonal
04.24.11.40060	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x060 mm Rosca Parcial – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x060 mm Rosca Parcial – Hexagonal
10.3 Parafuso esponjoso rosca total - hexagonal		
04.24.12.40010	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x010 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x010 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40012	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x012 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x012 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40014	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x014 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x014 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40016	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x016 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x016 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40018	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x018 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x018 mm Rosca Total – Hexagonal

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.24.12.40020	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x020 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x020 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40022	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x022 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x022 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40024	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x024 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x024 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40026	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x026 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x026 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40028	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x028 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x028 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40030	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x030 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x030 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40032	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x032 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x032 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40034	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x034 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x034 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40035	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x035 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x035 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40036	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x036 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x036 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40038	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x038 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x038 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40040	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x040 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x040 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40042	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x042 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x042 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40044	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x044 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x044 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40045	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x045 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x045 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40046	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x046 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x046 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40048	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x048 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x048 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40050	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x050 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x050 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40052	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x052 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x052 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40054	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x054 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x054 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40055	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x055 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x055 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40056	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x056 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x056 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40058	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x058 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x058 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.40060	Parafuso Esponjoso Ø 4,0x060 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 4,0x060 mm Rosca Total – Hexagonal
10.4 Parafuso esponjoso rosca parcial - hexagonal		
04.24.13.65025	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x025 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x025 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65030	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x030 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x030 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.24.13.65035	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x035 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x035 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65040	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x040 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x040 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65045	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x045 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x045 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65050	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x050 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x050 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65055	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x055 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x055 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65060	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x060 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x060 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65065	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x065 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x065 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65070	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x070 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x070 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65075	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x075 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x075 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65080	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x080 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x080 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65085	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x085 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x085 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65090	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x090 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x090 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65095	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x095 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x095 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65100	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x100 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x100 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65105	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x105 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x105 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65110	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x110 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x110 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65115	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x115 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x115 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65120	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x120 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x120 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.13.65125	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x125 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x125 mm Rosca Parcial 16 mm – Hexagonal
04.24.14.65040	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x040 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x040 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65045	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x045 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x045 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65050	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x050 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x050 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65055	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x055 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x055 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65060	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x060 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x060 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65065	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x065 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x065 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65070	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x070 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x070 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.24.14.65075	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x075 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x075 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65080	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x080 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x080 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65085	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x085 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x085 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65090	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x090 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x090 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65095	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x095 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x095 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65100	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x100 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x100 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65105	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x105 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x105 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65110	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x110 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x110 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65115	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x115 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x115 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65120	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x120 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x120 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
04.24.14.65125	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x125 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x125 mm Rosca Parcial 32 mm – Hexagonal
10.5 Parafuso esponjoso rosca total - hexagonal		
04.24.12.65025	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x025 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x025 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65030	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x030 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x030 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65035	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x035 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x035 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65040	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x040 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x040 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65045	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x045 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x045 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65050	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x050 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x050 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65055	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x055 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x055 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65060	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x060 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x060 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65065	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x065 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x065 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65070	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x070 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x070 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65075	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x075 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x075 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65080	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x080 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x080 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65085	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x085 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x085 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65090	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x090 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x090 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65095	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x095 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x095 mm Rosca Total – Hexagonal

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.24.12.65100	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x100 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x100 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65105	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x105 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x105 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65110	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x110 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x110 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65115	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x115 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x115 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65120	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x120 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x120 mm Rosca Total – Hexagonal
04.24.12.65125	Parafuso Esponjoso Ø 6,5x125 mm Rosca Total – Hexagonal	Tornillo Esponjoso Ø 6,5x125 mm Rosca Total – Hexagonal
10.6 Parafuso maleolar - hexagonal		
04.24.17.45025	Parafuso Maleolar Ø 4,5x025 mm – Hexagonal	Tornillo Maleolar Ø 4,5x025 mm – Hexagonal
04.24.17.45030	Parafuso Maleolar Ø 4,5x030 mm – Hexagonal	Tornillo Maleolar Ø 4,5x030 mm – Hexagonal
04.24.17.45035	Parafuso Maleolar Ø 4,5x035 mm – Hexagonal	Tornillo Maleolar Ø 4,5x035 mm – Hexagonal
04.24.17.45040	Parafuso Maleolar Ø 4,5x040 mm – Hexagonal	Tornillo Maleolar Ø 4,5x040 mm – Hexagonal
04.24.17.45045	Parafuso Maleolar Ø 4,5x045 mm – Hexagonal	Tornillo Maleolar Ø 4,5x045 mm – Hexagonal
04.24.17.45050	Parafuso Maleolar Ø 4,5x050 mm – Hexagonal	Tornillo Maleolar Ø 4,5x050 mm – Hexagonal
04.24.17.45055	Parafuso Maleolar Ø 4,5x055 mm – Hexagonal	Tornillo Maleolar Ø 4,5x055 mm – Hexagonal
04.24.17.45060	Parafuso Maleolar Ø 4,5x060 mm – Hexagonal	Tornillo Maleolar Ø 4,5x060 mm – Hexagonal
04.24.17.45065	Parafuso Maleolar Ø 4,5x065 mm – Hexagonal	Tornillo Maleolar Ø 4,5x065 mm – Hexagonal
04.24.17.45070	Parafuso Maleolar Ø 4,5x070 mm – Hexagonal	Tornillo Maleolar Ø 4,5x070 mm – Hexagonal
04.24.17.45075	Parafuso Maleolar Ø 4,5x075 mm – Hexagonal	Tornillo Maleolar Ø 4,5x075 mm – Hexagonal
04.24.17.45080	Parafuso Maleolar Ø 4,5x080 mm – Hexagonal	Tornillo Maleolar Ø 4,5x080 mm – Hexagonal
10.7 Arruela para parafuso diametros: 3,5mm, 4,5mm, 6,5mm		
04.02.03.00035	Arruela para Parafuso Ø 3,5 mm	Arandela para tornillo Ø 3,5 mm
04.02.03.00045	Arruela para Parafuso Ø 4,5 mm	Arandela para Tornillo Ø 4,5 mm
04.02.03.00065	Arruela para Parafuso Ø 6,5 mm	Arandela para Tornillo Ø 6,5 mm
11. PLACAS ESPECIAIS		
11.1 Placa especial em L esquerda		
04.26.03.02002	Placa Especial em "L" Esquerda 02 Furos	Placa Especial en "L" Izquierda 02 Agujeros
04.26.03.02003	Placa Especial em "L" Esquerda 03 Furos	Placa Especial en "L" Izquierda 03 Agujeros
04.26.03.02004	Placa Especial em "L" Esquerda 04 Furos	Placa Especial en "L" Izquierda 04 Agujeros
04.26.03.02005	Placa Especial em "L" Esquerda 05 Furos	Placa Especial en "L" Izquierda 05 Agujeros
04.26.03.02006	Placa Especial em "L" Esquerda 06 Furos	Placa Especial en "L" Izquierda 06 Agujeros
04.26.03.02007	Placa Especial em "L" Esquerda 07 Furos	Placa Especial en "L" Izquierda 07 Agujeros
04.26.03.02008	Placa Especial em "L" Esquerda 08 Furos	Placa Especial en "L" Izquierda 08 Agujeros
04.26.03.02009	Placa Especial em "L" Esquerda 09 Furos	Placa Especial en "L" Izquierda 09 Agujeros
04.26.03.02010	Placa Especial em "L" Esquerda 10 Furos	Placa Especial en "L" Izquierda 10 Agujeros
04.26.03.02011	Placa Especial em "L" Esquerda 11 Furos	Placa Especial en "L" Izquierda 11 Agujeros
04.26.03.02012	Placa Especial em "L" Esquerda 12 Furos	Placa Especial en "L" Izquierda 12 Agujeros
11.2 Placa especial em L direita		
04.26.04.02002	Placa Especial em "L" Direita 02 Furos	Placa Especial en "L" Derecha 02 Agujeros
04.26.04.02003	Placa Especial em "L" Direita 03 Furos	Placa Especial en "L" Derecha 03 Agujeros
04.26.04.02004	Placa Especial em "L" Direita 04 Furos	Placa Especial en "L" Derecha 04 Agujeros
04.26.04.02005	Placa Especial em "L" Direita 05 Furos	Placa Especial en "L" Derecha 05 Agujeros
04.26.04.02006	Placa Especial em "L" Direita 06 Furos	Placa Especial en "L" Derecha 06 Agujeros
04.26.04.02007	Placa Especial em "L" Direita 07 Furos	Placa Especial en "L" Derecha 07 Agujeros
04.26.04.02008	Placa Especial em "L" Direita 08 Furos	Placa Especial en "L" Derecha 08 Agujeros
04.26.04.02009	Placa Especial em "L" Direita 09 Furos	Placa Especial en "L" Derecha 09 Agujeros

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.26.04.02010	Placa Especial em "L" Direita 10 Furos	Placa Especial en "L" Derecha 10 Agujeros
04.26.04.02011	Placa Especial em "L" Direita 11 Furos	Placa Especial en "L" Derecha 11 Agujeros
04.26.04.02012	Placa Especial em "L" Direita 12 Furos	Placa Especial en "L" Derecha 12 Agujeros
04.26.04.02013	Placa Especial em "L" Direita 13 Furos	Placa Especial en "L" Derecha 13 Agujeros
11.3 Placa especial em T para pequenos fragmentos		
04.26.07.03003	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 03x03 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 03x03 Agujeros
04.26.07.03004	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 03x04 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 03x04 Agujeros
04.26.07.03005	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 03x05 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 03x05 Agujeros
04.26.07.03006	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 03x06 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 03x06 Agujeros
04.26.07.03007	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 03x07 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 03x07 Agujeros
04.26.07.03008	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 03x08 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 03x08 Agujeros
04.26.07.03009	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 03x09 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 03x09 Agujeros
04.26.07.03010	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 03x10 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 03x10 Agujeros
04.26.07.04003	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 04x03 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 04x03 Agujeros
04.26.07.04004	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 04x04 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 04x04 Agujeros
04.26.07.04005	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 04x05 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 04x05 Agujeros
04.26.07.04006	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 04x06 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 04x06 Agujeros
04.26.07.04007	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 04x07 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 04x07 Agujeros
04.26.07.04008	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 04x08 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 04x08 Agujeros
04.26.07.04009	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 04x09 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 04x09 Agujeros
04.26.07.04010	Placa Especial em "T" para Pequenos Fragmentos 04x10 Furos	Placa Especial en "T" p/ Pequeños Fragmentos 04x10 Agujeros
11.4 Placa especial em T 1/3 proximal de umero		
04.26.08.02002	Placa Especial em "T" 1/3 Proximal de Úmero 02x02 Furos	Placa Especial en "T" 1/3 Proximal de Húmero 02x02 Agujeros
04.26.08.02003	Placa Especial em "T" 1/3 Proximal de Úmero 02x03 Furos	Placa Especial en "T" 1/3 Proximal de Húmero 02x03 Agujeros
04.26.08.02004	Placa Especial em "T" 1/3 Proximal de Úmero 02x04 Furos	Placa Especial en "T" 1/3 Proximal de Húmero 02x04 Agujeros
04.26.08.02005	Placa Especial em "T" 1/3 Proximal de Úmero 02x05 Furos	Placa Especial en "T" 1/3 Proximal de Húmero 02x05 Agujeros
04.26.08.02006	Placa Especial em "T" 1/3 Proximal de Úmero 02x06 Furos	Placa Especial en "T" 1/3 Proximal de Húmero 02x06 Agujeros
04.26.08.02007	Placa Especial em "T" 1/3 Proximal de Úmero 02x07 Furos	Placa Especial en "T" 1/3 Proximal de Húmero 02x07 Agujeros
04.26.08.02008	Placa Especial em "T" 1/3 Proximal de Úmero 02x08 Furos	Placa Especial en "T" 1/3 Proximal de Húmero 02x08 Agujeros

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.26.08.02009	Placa Especial em "T" 1/3 Proximal de Úmero 02x09 Furos	Placa Especial en "T" 1/3 Proximal de Húmero 02x09 Agujeros
04.26.08.02010	Placa Especial em "T" 1/3 Proximal de Úmero 02x10 Furos	Placa Especial en "T" 1/3 Proximal de Húmero 02x10 Agujeros
04.26.08.02011	Placa Especial em "T" 1/3 Proximal de Úmero 02x11 Furos	Placa Especial en "T" 1/3 Proximal de Húmero 02x11 Agujeros
04.26.08.02012	Placa Especial em "T" 1/3 Proximal de Úmero 02x12 Furos	Placa Especial en "T" 1/3 Proximal de Húmero 02x12 Agujeros
11.5 Placa especial em T moldada		
04.26.10.02003	Placa Especial em "T" Moldada 03 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada 03 Agujeros
04.26.10.02004	Placa Especial em "T" Moldada 04 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada 04 Agujeros
04.26.10.02005	Placa Especial em "T" Moldada 05 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada 05 Agujeros
04.26.10.02006	Placa Especial em "T" Moldada 06 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada 06 Agujeros
04.26.10.02007	Placa Especial em "T" Moldada 07 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada 07 Agujeros
04.26.10.02008	Placa Especial em "T" Moldada 08 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada 08 Agujeros
04.26.10.02009	Placa Especial em "T" Moldada 09 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada 09 Agujeros
04.26.10.02010	Placa Especial em "T" Moldada 10 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada 10 Agujeros
04.26.10.02012	Placa Especial em "T" Moldada 12 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada 12 Agujeros
04.26.10.02014	Placa Especial em "T" Moldada 14 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada 14 Agujeros
04.26.10.02015	Placa Especial em "T" Moldada 15 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada 15 Agujeros
11.6 Placa especial em T moldada esquerda		
04.26.11.02003	Placa Especial em "T" Moldada Esquerda 03 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Izquierda 03 Agujeros
04.26.11.02004	Placa Especial em "T" Moldada Esquerda 04 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Izquierda 04 Agujeros
04.26.11.02005	Placa Especial em "T" Moldada Esquerda 05 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Izquierda 05 Agujeros
04.26.11.02006	Placa Especial em "T" Moldada Esquerda 06 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Izquierda 06 Agujeros
04.26.11.02007	Placa Especial em "T" Moldada Esquerda 07 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Izquierda 07 Agujeros
04.26.11.02008	Placa Especial em "T" Moldada Esquerda 08 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Izquierda 08 Agujeros
04.26.11.02009	Placa Especial em "T" Moldada Esquerda 09 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Izquierda 09 Agujeros
04.26.11.02010	Placa Especial em "T" Moldada Esquerda 10 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Izquierda 10 Agujeros
11.7 Placa especial em T moldada direita		
04.26.12.02003	Placa Especial em "T" Moldada Direita 03 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Derecha 03 Agujeros
04.26.12.02004	Placa Especial em "T" Moldada Direita 04 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Derecha 04 Agujeros
04.26.12.02005	Placa Especial em "T" Moldada Direita 05 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Derecha 05 Agujeros
04.26.12.02006	Placa Especial em "T" Moldada Direita 06 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Derecha 06 Agujeros
04.26.12.02007	Placa Especial em "T" Moldada Direita 07 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Derecha 07 Agujeros
04.26.12.02008	Placa Especial em "T" Moldada Direita 08 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Derecha 08 Agujeros
04.26.12.02009	Placa Especial em "T" Moldada Direita 09 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Derecha 09 Agujeros
04.26.12.02010	Placa Especial em "T" Moldada Direita 10 Furos	Placa Especial en "T" Moldeada Derecha 10 Agujeros
11.8 Placa especial em T obliqua direita para pequenos fragmentos		
04.26.13.03003	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos Fragmentos 03x03 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños Fragmentos 03x03 Agujeros
04.26.13.03004	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos Fragmentos 03x04 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños Fragmentos 03x04 Agujeros
04.26.13.03005	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos Fragmentos 03x05 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños Fragmentos 03x05 Agujeros
04.26.13.03006	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos Fragmentos 03x06 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños Fragmentos 03x06 Agujeros
04.26.13.03007	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos Fragmentos 03x07 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños Fragmentos 03x07 Agujeros
04.26.13.03008	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos Fragmentos 03x08 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños Fragmentos 03x08 Agujeros
04.26.13.03009	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos Fragmentos 03x09 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños Fragmentos 03x09 Agujeros
04.26.13.03010	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

	Fragmentos 03x10 Furos	Fragmentos 03x10 Agujeros
04.26.13.04003	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos Fragmentos 04x03 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños Fragmentos 04x03 Agujeros
04.26.13.04004	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos Fragmentos 04x04 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños Fragmentos 04x04 Agujeros
04.26.13.04005	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos Fragmentos 04x05 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños Fragmentos 04x05 Agujeros
04.26.13.04006	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos Fragmentos 04x06 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños Fragmentos 04x06 Agujeros
04.26.13.04007	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos Fragmentos 04x07 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños Fragmentos 04x07 Agujeros
04.26.13.04008	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos Fragmentos 04x08 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños Fragmentos 04x08 Agujeros
04.26.13.04009	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos Fragmentos 04x09 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños Fragmentos 04x09 Agujeros
04.26.13.04010	Placa Especial em "T" Obliqua Direita para Pequenos Fragmentos 04x10 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Derecha para Pequeños Fragmentos 04x10 Agujeros
11.9 Placa especial em T obliqua esquerda para pequenos fragmentos		
04.26.14.03003	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 03x03 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 03x03 Agujeros
04.26.14.03004	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 03x04 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 03x04 Agujeros
04.26.14.03005	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 03x05 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 03x05 Agujeros
04.26.14.03006	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 03x06 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 03x06 Agujeros
04.26.14.03007	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 03x07 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 03x07 Agujeros
04.26.14.03008	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 03x08 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 03x08 Agujeros
04.26.14.03009	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 03x09 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 03x09 Agujeros
04.26.14.03010	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 03x10 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 03x10 Agujeros
04.26.14.04003	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 04x03 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 04x03 Agujeros
04.26.14.04004	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 04x04 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 04x04 Agujeros
04.26.14.04005	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 04x05 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 04x05 Agujeros
04.26.14.04006	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 04x06 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 04x06 Agujeros
04.26.14.04007	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 04x07 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 04x07 Agujeros
04.26.14.04008	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 04x08 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 04x08 Agujeros
04.26.14.04009	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 04x09 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 04x09 Agujeros
04.26.14.04010	Placa Especial em "T" Obliqua Esquerda para Pequenos Fragmentos 04x10 Furos	Placa Especial en "T" Oblicua Izquierda para Pequeños Fragmentos 04x10 Agujeros
11.10 Placa especial em Y ramo curto		
04.26.15.03002	Placa Especial em "Y" Ramo Curto 02 Furos	Placa Especial em "Y" Rama Corta 02 Agujeros
04.26.15.03003	Placa Especial em "Y" Ramo Curto 03 Furos	Placa Especial em "Y" Rama Corta 03 Agujeros
04.26.15.03004	Placa Especial em "Y" Ramo Curto 04 Furos	Placa Especial em "Y" Rama Corta 04 Agujeros
04.26.15.03005	Placa Especial em "Y" Ramo Curto 05 Furos	Placa Especial em "Y" Rama Corta 05 Agujeros
04.26.15.03006	Placa Especial em "Y" Ramo Curto 06 Furos	Placa Especial em "Y" Rama Corta 06 Agujeros
04.26.15.03007	Placa Especial em "Y" Ramo Curto 07 Furos	Placa Especial em "Y" Rama Corta 07 Agujeros
11.11 Placa especial em Y ramo longo		
04.26.15.04003	Placa Especial em "Y" Ramo Longo 03 Furos	Placa Especial em "Y" Rama Larga 03 Agujeros
04.26.15.04004	Placa Especial em "Y" Ramo Longo 04 Furos	Placa Especial em "Y" Rama Larga 04 Agujeros

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.26.15.04005	Placa Especial em "Y" Ramo Longo 05 Furos	Placa Especial em "Y" Rama Larga 05 Agujeros
04.26.15.04006	Placa Especial em "Y" Ramo Longo 06 Furos	Placa Especial em "Y" Rama Larga 06 Agujeros
04.26.15.04007	Placa Especial em "Y" Ramo Longo 07 Furos	Placa Especial em "Y" Rama Larga 07 Agujeros
04.26.15.04008	Placa Especial em "Y" Ramo Longo 08 Furos	Placa Especial em "Y" Rama Larga 08 Agujeros
04.26.16.04004	Placa Especial em "Y" Ramo Longo 04 Furos	Placa Especial em "Y" Rama Larga 04 Agujeros
11.12 Placa especial arqueada para reconstrução pélvica		
04.26.18.00003	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrução Pélvica 03 Furos	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrucción Pélvica 03 Agujeros
04.26.18.00004	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrução Pélvica 04 Furos	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrucción Pélvica 04 Agujeros
04.26.18.00005	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrução Pélvica 05 Furos	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrucción Pélvica 05 Agujeros
04.26.18.00006	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrução Pélvica 06 Furos	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrucción Pélvica 06 Agujeros
04.26.18.00007	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrução Pélvica 07 Furos	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrucción Pélvica 07 Agujeros
04.26.18.00008	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrução Pélvica 08 Furos	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrucción Pélvica 08 Agujeros
04.26.18.00009	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrução Pélvica 09 Furos	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrucción Pélvica 09 Agujeros
04.26.18.00010	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrução Pélvica 10 Furos	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrucción Pélvica 10 Agujeros
04.26.18.00011	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrução Pélvica 11 Furos	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrucción Pélvica 11 Agujeros
04.26.18.00012	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrução Pélvica 12 Furos	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrucción Pélvica 12 Agujeros
04.26.18.00014	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrução Pélvica 14 Furos	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrucción Pélvica 14 Agujeros
04.26.18.00016	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrução Pélvica 16 Furos	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrucción Pélvica 16 Agujeros
04.26.18.00018	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrução Pélvica 18 Furos	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrucción Pélvica 18 Agujeros
04.26.18.00020	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrução Pélvica 20 Furos	Placa Especial Arqueada p/ Reconstrucción Pélvica 20 Agujeros
11.13 Placa especial reta para reconstrução pélvica		
04.26.19.00003	Placa Especial Reta p/ Reconstrução Pélvica 03 Furos	Placa Especial Recta p/ Reconstrucción Pélvica 03 Agujeros
04.26.19.00004	Placa Especial Reta p/ Reconstrução Pélvica 04 Furos	Placa Especial Recta p/ Reconstrucción Pélvica 04 Agujeros
04.26.19.00005	Placa Especial Reta p/ Reconstrução Pélvica 05 Furos	Placa Especial Recta p/ Reconstrucción Pélvica 05 Agujeros
04.26.19.00006	Placa Especial Reta p/ Reconstrução Pélvica 06 Furos	Placa Especial Recta p/ Reconstrucción Pélvica 06 Agujeros
04.26.19.00007	Placa Especial Reta p/ Reconstrução Pélvica 07 Furos	Placa Especial Recta p/ Reconstrucción Pélvica 07 Agujeros
04.26.19.00008	Placa Especial Reta p/ Reconstrução Pélvica 08 Furos	Placa Especial Recta p/ Reconstrucción Pélvica 08 Agujeros
04.26.19.00009	Placa Especial Reta p/ Reconstrução Pélvica 09 Furos	Placa Especial Recta p/ Reconstrucción Pélvica 09 Agujeros
04.26.19.00010	Placa Especial Reta p/ Reconstrução Pélvica 10 Furos	Placa Especial Recta p/ Reconstrucción Pélvica 10 Agujeros
04.26.19.00011	Placa Especial Reta p/ Reconstrução Pélvica 11 Furos	Placa Especial Recta p/ Reconstrucción Pélvica 11 Agujeros
04.26.19.00012	Placa Especial Reta p/ Reconstrução Pélvica 12 Furos	Placa Especial Recta p/ Reconstrucción Pélvica 12 Agujeros
04.26.19.00014	Placa Especial Reta p/ Reconstrução Pélvica 14 Furos	Placa Especial Recta p/ Reconstrucción Pélvica 14 Agujeros

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.26.19.00016	Placa Especial Reta p/ Reconstrução Pélvica 16 Furos	Placa Especial Recta p/ Reconstrucción Pélvica 16 Agujeros
04.26.19.00018	Placa Especial Reta p/ Reconstrução Pélvica 18 Furos	Placa Especial Recta p/ Reconstrucción Pélvica 18 Agujeros
04.26.19.00020	Placa Especial Reta p/ Reconstrução Pélvica 20 Furos	Placa Especial Recta p/ Reconstrucción Pélvica 20 Agujeros
11.14 Placa para fratura de acetábulo reta		
04.26.19.20003	Placa para Fratura de Acetábulo Reta 2,0mmx03 Furos	Placa para Fractura de Acetábulo Recta 2,0 mm x 03 Agujeros
04.26.19.20004	Placa para Fratura de Acetábulo Reta 2,0mmx04 Furos	Placa para Fractura de Acetábulo Recta 2,0 mm x 04 Agujeros
04.26.19.20005	Placa para Fratura de Acetábulo Reta 2,0mmx05 Furos	Placa para Fractura de Acetábulo Recta 2,0 mm x 05 Agujeros
04.26.19.20006	Placa para Fratura de Acetábulo Reta 2,0mmx06 Furos	Placa para Fractura de Acetábulo Recta 2,0 mm x 06 Agujeros
04.26.19.20007	Placa para Fratura de Acetábulo Reta 2,0mmx07 Furos	Placa para Fractura de Acetábulo Recta 2,0 mm x 07 Agujeros
04.26.19.20008	Placa para Fratura de Acetábulo Reta 2,0mmx08 Furos	Placa para Fractura de Acetábulo Recta 2,0 mm x 08 Agujeros
04.26.19.20009	Placa para Fratura de Acetábulo Reta 2,0mmx09 Furos	Placa para Fractura de Acetábulo Recta 2,0 mm x 09 Agujeros
04.26.19.20010	Placa para Fratura de Acetábulo Reta 2,0mmx10 Furos	Placa para Fractura de Acetábulo Recta 2,0 mm x 10 Agujeros
04.26.19.20016	Placa para Fratura de Acetábulo Reta 2,0mmx16 Furos	Placa para Fractura de Acetábulo Recta 2,0 mm x 16 Agujeros
04.26.19.20018	Placa para Fratura de Acetábulo Reta 2,0mmx18 Furos	Placa para Fractura de Acetábulo Recta 2,0 mm x 18 Agujeros
11.15 Placa especial supra condiliana moldada		
04.26.22.00005	Placa Especial Supra Condiliana Moldada 05 Furos	Placa Especial Supra Condiliana Moldeada A/C 05 Agujeros
04.26.22.00006	Placa Especial Supra Condiliana Moldada 06 Furos	Placa Especial Supra Condiliana Moldeada A/C 06 Agujeros
04.26.22.00007	Placa Especial Supra Condiliana Moldada 07 Furos	Placa Especial Supra Condiliana Moldeada A/C 07 Agujeros
04.26.22.00008	Placa Especial Supra Condiliana Moldada 08 Furos	Placa Especial Supra Condiliana Moldeada A/C 08 Agujeros
04.26.22.00009	Placa Especial Supra Condiliana Moldada 09 Furos	Placa Especial Supra Condiliana Moldeada A/C 09 Agujeros
04.26.22.00010	Placa Especial Supra Condiliana Moldada 10 Furos	Placa Especial Supra Condiliana Moldeada A/C 10 Agujeros
04.26.22.00011	Placa Especial Supra Condiliana Moldada 11 Furos	Placa Especial Supra Condiliana Moldeada A/C 11 Agujeros
04.26.22.00012	Placa Especial Supra Condiliana Moldada 12 Furos	Placa Especial Supra Condiliana Moldeada A/C 12 Agujeros
04.26.22.00014	Placa Especial Supra Condiliana Moldada 14 Furos	Placa Especial Supra Condiliana Moldeada A/C 14 Agujeros
04.26.22.00016	Placa Especial Supra Condiliana Moldada 16 Furos	Placa Especial Supra Condiliana Moldeada A/C 16 Agujeros
04.26.23.00007	Placa Especial Supra Condiliana Moldada Direita 07 Furos	Placa Especial Supra Condilar Moldeada A/C Derecha 07 Agujeros
04.26.23.00010	Placa Especial Supra Condiliana Moldada Direita 10 Furos	Placa Especial Supra Condilar Moldeada A/C Derecha 10 Agujeros
04.26.23.00012	Placa Especial Supra Condiliana Moldada Direita 12 Furos	Placa Especial Supra Condilar Moldeada A/C Derecha 12 Agujeros
04.26.23.00014	Placa Especial Supra Condiliana Moldada Direita 14 Furos	Placa Especial Supra Condilar Moldeada A/C Derecha 14 Agujeros
04.26.23.00016	Placa Especial Supra Condiliana Moldada Direita 16 Furos	Placa Especial Supra Condilar Moldeada A/C Derecha 16 Agujeros
04.26.23.00018	Placa Especial Supra Condiliana Moldada Direita 18 Furos	Placa Especial Supra Condilar Moldeada A/C Derecha 18 Agujeros

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.26.24.00007	Placa Especial Supra Condiliana Moldada Esquerda 07 Furos	Placa Especial Supra Condilar Moldeada A/C Izquierda 07 Agujeros
04.26.24.00010	Placa Especial Supra Condiliana Moldada Esquerda 10 Furos	Placa Especial Supra Condilar Moldeada A/C Izquierda 10 Agujeros
04.26.24.00012	Placa Especial Supra Condiliana Moldada Esquerda 12 Furos	Placa Especial Supra Condilar Moldeada A/C Izquierda 12 Agujeros
04.26.24.00014	Placa Especial Supra Condiliana Moldada Esquerda 14 Furos	Placa Especial Supra Condilar Moldeada A/C Izquierda 14 Agujeros
04.26.24.00016	Placa Especial Supra Condiliana Moldada Esquerda 16 Furos	Placa Especial Supra Condilar Moldeada A/C Izquierda 16 Agujeros
04.26.24.00018	Placa Especial Supra Condiliana Moldada Esquerda 18 Furos	Placa Especial Supra Condilar Moldeada A/C Izquierda 18 Agujeros
11.16 Placa especial trevo		
04.26.26.00003	Placa Especial Trevo 03 Furos	Placa Especial Treból 03 Agujeros
04.26.26.00004	Placa Especial Trevo 04 Furos	Placa Especial Treból 04 Agujeros
04.26.26.00005	Placa Especial Trevo 05 Furos	Placa Especial Treból 05 Agujeros
04.26.26.00006	Placa Especial Trevo 06 Furos	Placa Especial Treból 06 Agujeros
04.26.26.00007	Placa Especial Trevo 07 Furos	Placa Especial Treból 07 Agujeros
04.26.26.00008	Placa Especial Trevo 08 Furos	Placa Especial Treból 08 Agujeros
12. HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA SOLIDA TI		
12.1 Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti		
04.11.19.09240	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 09x240 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 09,0x240 mm
04.11.19.09260	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 09x260 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 09,0x260 mm
04.11.19.09280	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 09x280 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 09,0x280 mm
04.11.19.09300	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 09x300 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 09,0x300 mm
04.11.19.09320	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 09x320 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 09,0x320 mm
04.11.19.09340	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 09x340 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 09,0x340 mm
04.11.19.09360	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 09x360 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 09,0x360 mm
04.11.19.09380	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 09x380 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 09,0x380 mm
04.11.19.09400	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 09x400 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 09,0x400 mm
04.11.19.09420	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 09x420 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 09,0x420 mm
04.11.19.09440	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 09x440 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 09,0x440 mm
04.11.19.09460	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 09x460 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 09,0x460 mm
04.11.19.09480	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 09x480 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 09,0x480 mm
04.11.19.10300	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 10x300 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 10,0x300 mm
04.11.19.10320	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 10x320 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 10,0x320 mm
04.11.19.10340	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 10x340 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 10,0x340 mm
04.11.19.10360	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 10x360 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 10,0x360 mm
04.11.19.10380	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 10x380 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 10,0x380 mm
04.11.19.10400	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 10x400 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 10,0x400 mm
04.11.19.10420	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 10x420 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 10,0x420 mm
04.11.19.10440	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 10x440 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 10,0x440 mm
04.11.19.10460	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 10x460 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 10,0x460 mm
04.11.19.10480	Haste Bloqueada Femoral Sólida Ti Ø 10x480 mm	Clavo Bloqueado Femoral Sólido Ø 10,0x480 mm
12.2 Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti		
04.11.20.08240	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 08x240 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 8,0x240 mm
04.11.20.08255	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 08x255 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 8,0x255 mm
04.11.20.08270	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 08x270 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 8,0x270 mm
04.11.20.08285	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 08x285 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 8,0x285 mm
04.11.20.08300	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 08x300 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 8,0x300 mm
04.11.20.08315	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 08x315 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 8,0x315 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 Icontec
IQNet

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.11.20.08330	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 08x330 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 8,0x330 mm
04.11.20.08345	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 08x345 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 8,0x345 mm
04.11.20.08360	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 08x360 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 8,0x360 mm
04.11.20.08375	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 08x375 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 8,0x375 mm
04.11.20.08390	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 08x390 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 8,0x390 mm
04.11.20.08405	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 08x405 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 8,0x405 mm
04.11.20.09240	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 09x240 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 9,0x240 mm
04.11.20.09255	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 09x255 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 9,0x255 mm
04.11.20.09270	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 09x270 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 9,0x270 mm
04.11.20.09285	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 09x285 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 9,0x285 mm
04.11.20.09300	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 09x300 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 9,0x300 mm
04.11.20.09315	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 09x315 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 9,0x315 mm
04.11.20.09330	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 09x330 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 9,0x330 mm
04.11.20.09345	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 09x345 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 9,0x345 mm
04.11.20.09360	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 09x360 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 9,0x360 mm
04.11.20.09375	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 09x375 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 9,0x375 mm
04.11.20.09390	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 09x390 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 9,0x390 mm
04.11.20.09405	Haste Bloqueada Tibial Sólida Ti Ø 09x405 mm	Clavo Bloqueado Tibial Sólido Ø 9,0x405 mm
12.3 Parafuso Tampão		
04.34.06.00000	Parafuso Tampão para Haste Sólida	Tornillo Tampón para Clavo Sólido
13. PARAFUSO DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR		
04.24.10.62020	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 6,2x20 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 6,2x20 mm
04.24.10.62025	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 6,2x25 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 6,2x25 mm
04.24.10.62030	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 6,2x30 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 6,2x30 mm
04.24.10.62035	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 6,2x35 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 6,2x35 mm
04.24.10.62040	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 6,2x40 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 6,2x40 mm
04.24.10.62045	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 6,2x45 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 6,2x45 mm
04.24.10.62050	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 6,2x50 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 6,2x50 mm
04.24.10.62055	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 6,2x55 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 6,2x55 mm
04.24.10.62060	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 6,2x60 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 6,2x60 mm
04.24.10.62065	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 6,2x65 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 6,2x65 mm
04.24.10.62070	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 6,2x70 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 6,2x70 mm
04.24.10.62075	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 6,2x75 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 6,2x75 mm
04.24.10.62080	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 6,2x80 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 6,2x80 mm
04.24.10.62085	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 6,2x85 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 6,2x85 mm
04.24.10.62090	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 6,2x90 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 6,2x90 mm
04.24.39.50020	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 5,0x20 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 5,0x20 mm
04.24.39.50025	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 5,0x25 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 5,0x25 mm
04.24.39.50030	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 5,0x30 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 5,0x30 mm
04.24.39.50035	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 5,0x35 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 5,0x35 mm
04.24.39.50040	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 5,0x40 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 5,0x40 mm
04.24.39.50045	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 5,0x45 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 5,0x45 mm
04.24.39.50050	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 5,0x50 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 5,0x50 mm
04.24.39.50055	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 5,0x55 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 5,0x55 mm
04.24.39.50060	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 5,0x60 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 5,0x60 mm
04.24.39.50065	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 5,0x65 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 5,0x65 mm
04.24.39.50070	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 5,0x70 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 5,0x70 mm
04.24.39.50075	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 5,0x75 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 5,0x75 mm
04.24.39.50080	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 5,0x80 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 5,0x80 mm
04.24.39.50085	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 5,0x85 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 5,0x85 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.24.39.50090	Parafuso de Bloqueio Rigifix Ø 5,0x90 mm	Tornillo de Bloqueo Rigifix Ø 5,0x90 mm
04.24.70.45020	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 4,5x20 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 4,5x20 mm Ti
04.24.70.45024	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 4,5x24 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 4,5x24 mm Ti
04.24.70.45028	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 4,5x28 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 4,5x28 mm Ti
04.24.70.45032	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 4,5x32 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 4,5x32 mm Ti
04.24.70.45036	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 4,5x36 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 4,5x36 mm Ti
04.24.70.45040	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 4,5x40 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 4,5x40 mm Ti
04.24.70.45044	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 4,5x44 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 4,5x44 mm Ti
04.24.70.45048	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 4,5x48 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 4,5x48 mm Ti
04.24.70.45052	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 4,5x52 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 4,5x52 mm Ti
04.24.70.45056	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 4,5x56 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 4,5x56 mm Ti
04.24.70.45060	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 4,5x60 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 4,5x60 mm Ti
04.24.70.60036	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 36 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x36 mm Ti
04.24.70.60040	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 40 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x40 mm Ti
04.24.70.60044	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 44 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x44 mm Ti
04.24.70.60048	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 48 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x48 mm Ti
04.24.70.60052	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 52 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x52 mm Ti
04.24.70.60056	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 56 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x56 mm Ti
04.24.70.60060	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 60 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x60 mm Ti
04.24.70.60064	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 64 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x64 mm Ti
04.24.70.60068	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 68 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x68 mm Ti
04.24.70.60072	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 72 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x72 mm Ti
04.24.70.60076	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 76 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x76 mm Ti
04.24.70.60080	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 80 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x80 mm Ti
04.24.70.60084	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 84 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x84 mm Ti
04.24.70.60088	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 88 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x88 mm Ti
04.24.70.60092	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 92 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x92 mm Ti
04.24.70.60096	Parafuso de Bloqueio Haste Sólida Ø 6,0 x 96 mm Ti	Tornillo de Bloqueo p/ Clavo Bloqueado Ø 6,0x96 mm Ti
14. PARAFUSO CANULADO TI		
14.1 Parafuso Canulado diam 3,5mm - Rosca parcial		
07.24.37.35012	Parafuso Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x12 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x12 mm Ti
07.24.37.35014	Parafuso Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x14 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x14 mm Ti
07.24.37.35016	Parafuso Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x16 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x16 mm Ti
07.24.37.35018	Parafuso Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x18 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x18 mm Ti
07.24.37.35020	Parafuso Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x20 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x20 mm Ti
07.24.37.35025	Parafuso Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x25 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x25 mm Ti
07.24.37.35030	Parafuso Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x30 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x30 mm Ti
07.24.37.35035	Parafuso Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x35 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x35 mm Ti
07.24.37.35040	Parafuso Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x40 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x40 mm Ti
07.24.37.35045	Parafuso Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x45 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x45 mm Ti
07.24.37.35050	Parafuso Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x50 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Parcial Ø 3,5x50 mm Ti
14.2 Parafuso Canulado diam 3,5mm - Rosca total		
07.24.38.35012	Parafuso Canulado Rosca Total Ø 3,5x12 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Total Ø 3,5x12 mm Ti
07.24.38.35014	Parafuso Canulado Rosca Total Ø 3,5x14 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Total Ø 3,5x14 mm Ti
07.24.38.35016	Parafuso Canulado Rosca Total Ø 3,5x16 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Total Ø 3,5x16 mm Ti
07.24.38.35018	Parafuso Canulado Rosca Total Ø 3,5x18 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Total Ø 3,5x18 mm Ti
07.24.38.35020	Parafuso Canulado Rosca Total Ø 3,5x20 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Total Ø 3,5x20 mm Ti
07.24.38.35025	Parafuso Canulado Rosca Total Ø 3,5x25 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Total Ø 3,5x25 mm Ti
07.24.38.35030	Parafuso Canulado Rosca Total Ø 3,5x30 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Total Ø 3,5x30 mm Ti
07.24.38.35035	Parafuso Canulado Rosca Total Ø 3,5x35 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Total Ø 3,5x35 mm Ti

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 Icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

07.24.38.35040	Parafuso Canulado Rosca Total Ø 3,5x40 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Total Ø 3,5x40 mm Ti
07.24.38.35045	Parafuso Canulado Rosca Total Ø 3,5x45 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Total Ø 3,5x45 mm Ti
07.24.38.35050	Parafuso Canulado Rosca Total Ø 3,5x50 mm Ti	Tornillo Canulado Rosca Total Ø 3,5x50 mm Ti
14.3 Arruela		
07.02.01.00035	Acessório - Arruela para Parafuso Ø 3,5 mm Ti	Accesório - Arandela para Tornillo Ø 3,5 mm Ti
15. HASTE BLOQUEADA FEMORAL - HBF-2		
15.1 Haste Intramedular Bloqueada Curta HBF-2 130°		
07.11.16.10220	Haste Intramedular Bloqueada Curta HBF-2 130° Ø 10x220 mm	Clavo Intramedular Bloqueado Corto HBF-2 130º Ø 10x220 mm
07.11.16.12220	Haste Intramedular Bloqueada Curta HBF-2 130° Ø 12x220 mm	Clavo Intramedular Bloqueado Corto HBF-2 130º Ø 12x220 mm
15.2 Haste Intramedular Bloqueada Longa HBF-2 Esquerda		
07.11.17.10260	Haste Intramedular Bloqueada Longa HBF-2 Ø 10x260 mm Esquerda	Clavo Intramedular Bloqueado Largo HBF-2 130º Ø 10x260 mm Izquierdo
07.11.17.10300	Haste Intramedular Bloqueada Longa HBF-2 Ø 10x300 mm Esquerda	Clavo Intramedular Bloqueado Largo HBF-2 130º Ø 10x300 mm Izquierdo
07.11.17.10340	Haste Intramedular Bloqueada Longa HBF-2 Ø 10x340 mm Esquerda	Clavo Intramedular Bloqueado Largo HBF-2 130º Ø 10x340 mm Izquierdo
07.11.17.10380	Haste Intramedular Bloqueada Longa HBF-2 Ø 10x380 mm Esquerda	Clavo Intramedular Bloqueado Largo HBF-2 130º Ø 10x380 mm Izquierdo
07.11.17.10420	Haste Intramedular Bloqueada Longa HBF-2 Ø 10x420 mm Esquerda	Clavo Intramedular Bloqueado Largo HBF-2 130º Ø 10x420 mm Izquierdo
07.11.17.10460	Haste Intramedular Bloqueada Longa HBF-2 Ø 10x460 mm Esquerda	Clavo Intramedular Bloqueado Largo HBF-2 130º Ø 10x460 mm Izquierdo
15.3 Haste Intramedular Bloqueada Longa HBF-2 Direita		
07.11.18.10260	Haste Intramedular Bloqueada Longa HBF-2 Ø 10x260 mm Direita	Clavo Intramedular Bloqueado Largo HBF-2 130º Ø 10x260 mm Derecho
07.11.18.10300	Haste Intramedular Bloqueada Longa HBF-2 Ø 10x300 mm Direita	Clavo Intramedular Bloqueado Largo HBF-2 130º Ø 10x300 mm Derecho
07.11.18.10340	Haste Intramedular Bloqueada Longa HBF-2 Ø 10x340 mm Direita	Clavo Intramedular Bloqueado Largo HBF-2 130º Ø 10x340 mm Derecho
07.11.18.10380	Haste Intramedular Bloqueada Longa HBF-2 Ø 10x380 mm Direita	Clavo Intramedular Bloqueado Largo HBF-2 130º Ø 10x380 mm Derecho
07.11.18.10420	Haste Intramedular Bloqueada Longa HBF-2 Ø 10x420 mm Direita	Clavo Intramedular Bloqueado Largo HBF-2 130º Ø 10x420 mm Derecho
07.11.18.10460	Haste Intramedular Bloqueada Longa HBF-2 Ø 10x460 mm Direita	Clavo Intramedular Bloqueado Largo HBF-2 130º Ø 10x460 mm Derecho
15.4 Parafuso Deslizante HBF-2		
07.24.66.10070	Parafuso Deslizante HBF-2 Ø 10,4x70 mm	Tornillo Deslizante HBF-2 Ø 10,4x70 mm
15.5 Pino Anti-rotacional HBF-2		
07.25.10.50055	Pino Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x055 mm	Clavo Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x055 mm
07.25.10.50060	Pino Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x060 mm	Clavo Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x060 mm
07.25.10.50065	Pino Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x065 mm	Clavo Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x065 mm
07.25.10.50070	Pino Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x070 mm	Clavo Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x070 mm
07.25.10.50075	Pino Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x075 mm	Clavo Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x075 mm
07.25.10.50080	Pino Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x080 mm	Clavo Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x080 mm
07.25.10.50085	Pino Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x085 mm	Clavo Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x085 mm
07.25.10.50090	Pino Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x090 mm	Clavo Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x090 mm
07.25.10.50095	Pino Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x095 mm	Clavo Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x095 mm
07.25.10.50100	Pino Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x100 mm	Clavo Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x100 mm
07.25.10.50105	Pino Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x105 mm	Clavo Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x105 mm
07.25.10.50110	Pino Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x110 mm	Clavo Anti-rotacional HBF-2 Ø 5,0x110 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

15.6 Protector Deslizante HBF-2		
07.42.01.10050	Protetor Deslizante HBF-2 Ø 10,5x50 mm	Protector Deslizante HBF-2 Ø 10,5x050 mm
07.42.01.10055	Protetor Deslizante HBF-2 Ø 10,5x55 mm	Protector Deslizante HBF-2 Ø 10,5x055 mm
07.42.01.10060	Protetor Deslizante HBF-2 Ø 10,5x60 mm	Protector Deslizante HBF-2 Ø 10,5x060 mm
07.42.01.10065	Protetor Deslizante HBF-2 Ø 10,5x65 mm	Protector Deslizante HBF-2 Ø 10,5x065 mm
07.42.01.10070	Protetor Deslizante HBF-2 Ø 10,5x70 mm	Protector Deslizante HBF-2 Ø 10,5x070 mm
07.42.01.10075	Protetor Deslizante HBF-2 Ø 10,5x75 mm	Protector Deslizante HBF-2 Ø 10,5x075 mm
07.42.01.10080	Protetor Deslizante HBF-2 Ø 10,5x80 mm	Protector Deslizante HBF-2 Ø 10,5x080 mm
07.42.01.10085	Protetor Deslizante HBF-2 Ø 10,5x85 mm	Protector Deslizante HBF-2 Ø 10,5x085 mm
07.42.01.10090	Protetor Deslizante HBF-2 Ø 10,5x90 mm	Protector Deslizante HBF-2 Ø 10,5x090 mm
07.42.01.10095	Protetor Deslizante HBF-2 Ø 10,5x95 mm	Protector Deslizante HBF-2 Ø 10,5x095 mm
07.42.01.10100	Protetor Deslizante HBF-2 Ø 10,5x100 mm	Protector Deslizante HBF-2 Ø 10,5x100 mm
15.7 Tampão HBF-2		
07.34.04.00000	Tampão HBF-2	Tampón HBF-2
15.8 Parafuso de Bloqueio		
07.24.67.45020	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x20 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x20 mm
07.24.67.45024	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x24 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x24 mm
07.24.67.45028	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x28 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x28 mm
07.24.67.45032	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x32 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x32 mm
07.24.67.45036	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x36 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x36 mm
07.24.67.45040	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x40 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x40 mm
07.24.67.45044	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x44 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x44 mm
07.24.67.45048	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x48 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x48 mm
07.24.67.45052	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x52 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x52 mm
07.24.67.45056	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x56 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x56 mm
07.24.67.45060	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x60 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x60 mm
07.24.67.45064	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x64 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x64 mm
07.24.67.45068	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x68 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x68 mm
07.24.67.45072	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x72 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x72 mm
07.24.67.45076	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x76 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x76 mm
07.24.67.45080	Parafuso de Bloqueio Ø 4,5x80 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 4,5x80 mm
15.9 Parafuso de Bloqueio		
07.24.67.60052	Parafuso de Bloqueio Ø 6,0x52 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 6,0x52 mm
07.24.67.60056	Parafuso de Bloqueio Ø 6,0x56 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 6,0x56 mm
07.24.67.60060	Parafuso de Bloqueio Ø 6,0x60 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 6,0x60 mm
07.24.67.60064	Parafuso de Bloqueio Ø 6,0x64 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 6,0x64 mm
07.24.67.60068	Parafuso de Bloqueio Ø 6,0x68 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 6,0x68 mm
07.24.67.60072	Parafuso de Bloqueio Ø 6,0x72 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 6,0x72 mm
07.24.67.60076	Parafuso de Bloqueio Ø 6,0x76 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 6,0x76 mm
07.24.67.60080	Parafuso de Bloqueio Ø 6,0x80 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 6,0x80 mm
07.24.67.60084	Parafuso de Bloqueio Ø 6,0x84 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 6,0x84 mm
07.24.67.60088	Parafuso de Bloqueio Ø 6,0x88 mm	Tornillo de Bloqueo Ø 6,0x88 mm
16. Fios Metalicos Liso/Rosqueado p/Fixacao Ossea		
16.1 Fio de Kirschner		
04.08.05.08230	Fio Tipo Kirschner Ø 0,8x230 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 0,8x230 mm
04.08.05.08300	Fio Tipo Kirschner Ø 0,8x300 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 0,8x300 mm
04.08.05.10100	Fio Tipo Kirschner Ø 1,0x100 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,0x100 mm
04.08.05.10120	Fio Tipo Kirschner Ø 1,0x120 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,0x120 mm
04.08.05.10150	Fio Tipo Kirschner Ø 1,0x150 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,0x150 mm
04.08.05.10230	Fio Tipo Kirschner Ø 1,0x230 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,0x230 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.08.05.10250	Fio Tipo Kirschner Ø 1,0x250 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,0x250 mm
04.08.05.10280	Fio Tipo Kirschner Ø 1,0x280 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,0x280 mm
04.08.05.10300	Fio Tipo Kirschner Ø 1,0x300 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,0x300 mm
04.08.05.12230	Fio Tipo Kirschner Ø 1,2x230 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,2x230 mm
04.08.05.12250	Fio Tipo Kirschner Ø 1,2x250 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,2x250 mm
04.08.05.12300	Fio Tipo Kirschner Ø 1,2x300 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,2x300 mm
04.08.05.15150	Fio Tipo Kirschner Ø 1,5x150 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,5x150 mm
04.08.05.15230	Fio Tipo Kirschner Ø 1,5x230 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,5x230 mm
04.08.05.15250	Fio Tipo Kirschner Ø 1,5x250 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,5x250 mm
04.08.05.15300	Fio Tipo Kirschner Ø 1,5x300 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,5x300 mm
04.08.05.15400	Fio Tipo Kirschner Ø 1,5x400 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,5x400 mm
04.08.05.18230	Fio Tipo Kirschner Ø 1,8x230 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,8x230 mm
04.08.05.18250	Fio Tipo Kirschner Ø 1,8x250 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,8x250 mm
04.08.05.18300	Fio Tipo Kirschner Ø 1,8x300 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,8x300 mm
04.08.05.18400	Fio Tipo Kirschner Ø 1,8x400 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 1,8x400 mm
04.08.05.20300	Fio Tipo Kirschner Ø 2,0x300 mm	Hilo Tipo Kirschner Ø 2,0x300 mm
16.2 Fio de Steinmann		
04.08.07.20160	Fio Tipo Steinmann Ø 2,0x160 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 2,0x160 mm
04.08.07.20230	Fio Tipo Steinmann Ø 2,0x230 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 2,0x230 mm
04.08.07.20250	Fio Tipo Steinmann Ø 2,0x250 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 2,0x250 mm
04.08.07.20300	Fio Tipo Steinmann Ø 2,0x300 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 2,0x300 mm
04.08.07.20310	Fio Tipo Steinmann Ø 2,0x310 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 2,0x310 mm
04.08.07.20400	Fio Tipo Steinmann Ø 2,0x400 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 2,0x400 mm
04.08.07.25160	Fio Tipo Steinmann Ø 2,5x160 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 2,5x160 mm
04.08.07.25230	Fio Tipo Steinmann Ø 2,5x230 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 2,5x230 mm
04.08.07.25250	Fio Tipo Steinmann Ø 2,5x250 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 2,5x250 mm
04.08.07.25280	Fio Tipo Steinmann Ø 2,5x280 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 2,5x280 mm
04.08.07.25300	Fio Tipo Steinmann Ø 2,5x300 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 2,5x300 mm
04.08.07.25400	Fio Tipo Steinmann Ø 2,5x400 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 2,5x400 mm
04.08.07.30230	Fio Tipo Steinmann Ø 3,0x230 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 3,0x230 mm
04.08.07.30250	Fio Tipo Steinmann Ø 3,0x250 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 3,0x250 mm
04.08.07.30300	Fio Tipo Steinmann Ø 3,0x300 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 3,0x300 mm
04.08.07.35230	Fio Tipo Steinmann Ø 3,5x230 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 3,5x230 mm
04.08.07.35250	Fio Tipo Steinmann Ø 3,5x250 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 3,5x250 mm
04.08.07.35300	Fio Tipo Steinmann Ø 3,5x300 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 3,5x300 mm
04.08.07.40160	Fio Tipo Steinmann Ø 4,0x160 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 4,0x160 mm
04.08.07.40230	Fio Tipo Steinmann Ø 4,0x230 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 4,0x230 mm
04.08.07.40250	Fio Tipo Steinmann Ø 4,0x250 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 4,0x250 mm
04.08.07.40300	Fio Tipo Steinmann Ø 4,0x300 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 4,0x300 mm
04.08.07.45230	Fio Tipo Steinmann Ø 4,5x230 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 4,5x230 mm
04.08.07.45250	Fio Tipo Steinmann Ø 4,5x250 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 4,5x250 mm
04.08.07.45300	Fio Tipo Steinmann Ø 4,5x300 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 4,5x300 mm
04.08.07.50200	Fio Tipo Steinmann Ø 5,0x200 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 5,0x200 mm
04.08.07.50230	Fio Tipo Steinmann Ø 5,0x230 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 5,0x230 mm
04.08.07.50250	Fio Tipo Steinmann Ø 5,0x250 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 5,0x250 mm
04.08.07.50300	Fio Tipo Steinmann Ø 5,0x300 mm	Clavo Tipo Steinmann Ø 5,0x300 mm
16.3 Pino de Schanz		
04.25.08.25080	Pino Tipo Schanz 2,5x080 mm	Clavo Tipo Schanz 2,5x080 mm
04.25.08.25100	Pino Tipo Schanz 2,5x100 mm	Clavo Tipo Schanz 2,5x100 mm
04.25.08.30080	Pino Tipo Schanz 3,0x080 mm	Clavo Tipo Schanz 3,0x080 mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 Icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

04.25.08.30100	Pino Tipo Schanz 3,0x100 mm	Clavo Tipo Schanz 3,0x100 mm
04.25.08.35080	Pino Tipo Schanz 3,5x080 mm	Clavo Tipo Schanz 3,5x080 mm
04.25.08.35100	Pino Tipo Schanz 3,5x100 mm	Clavo Tipo Schanz 3,5x100 mm
04.25.08.40090	Pino Tipo Schanz 4,0x090 mm	Clavo Tipo Schanz 4,0x090 mm
04.25.08.40130	Pino Tipo Schanz 4,0x130 mm	Clavo Tipo Schanz 4,0x130 mm
04.25.08.40150	Pino Tipo Schanz 4,0x150 mm	Clavo Tipo Schanz 4,0x150 mm
04.25.08.40170	Pino Tipo Schanz 4,0x170 mm	Clavo Tipo Schanz 4,0x170 mm
04.25.08.48150	Pino Tipo Schanz 4,8x150 mm	Clavo Tipo Schanz 4,8x150 mm
04.25.08.48160	Pino Tipo Schanz 4,8x160 mm	Clavo Tipo Schanz 4,8x160 mm
04.25.08.48170	Pino Tipo Schanz 4,8x170 mm	Clavo Tipo Schanz 4,8x170 mm
04.25.08.48200	Pino Tipo Schanz 4,8x200 mm	Clavo Tipo Schanz 4,8x200 mm
04.25.08.50160	Pino Tipo Schanz 5,0x160 mm	Clavo Tipo Schanz 5,0x160 mm
04.25.08.50200	Pino Tipo Schanz 5,0x200 mm	Clavo Tipo Schanz 5,0x200 mm
04.25.09.45160	Pino Tipo Schanz Cônico 4,5x160 mm	Clavo Tipo Schanz Cónico 4,5x160 mm
04.25.09.45200	Pino Tipo Schanz Cônico 4,5x200 mm	Clavo Tipo Schanz Cónico 4,5x200 mm
04.25.09.48200	Pino Tipo Schanz Cônico 4,8x200 mm	Clavo Tipo Schanz Cónico 4,8x200 mm
04.25.09.50200	Pino Tipo Schanz Cônico 5,0x200 mm	Clavo Tipo Schanz Cónico 5,0x200 mm

EXPEDIENTE No.: 19942013
RADICACIÓN: 2013144872
FECHA: 09/12/2013

ARTICULO SEGUNDO: SE APRUBAN las etiquetas allegadas junto con los Radicado No. 2013144872 de fecha 09 de Diciembre de 2013 y Radicado No. 2014060326 de fecha 21 de Mayo de 2014.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 7 de Julio de 2014

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

Vo. Bo. 500-03-1452
Vo. Bo. 500-03-369
Vo. Bo. 500-03-161

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2017021341 DE 24 de Mayo de 2017
Por la cual se Modifica una Resolución

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA , en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 19942013
RADICACIÓN: 2017031935
FECHA: 09/03/2017
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2004DM-0002409- R1
VIGENCIA: 25/07/2024

ANTECEDENTES

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 2004002270 DEL 16/02/2004 EL INVIMA CONCEDIÓ REGISTRO SANITARIO No. INVIMA 2004V-0002409 PARA EL PRODUCTO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS MDT (R) BIOTECHNOLOGY (R), A FAVOR DE MDT INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA CON DOMICILIO EN BRASIL, EN LA MODALIDAD DE IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante RESOLUCIÓN No. 2014020559 DE 7 de Julio de 2014, el INVIMA Renovó el Registro Sanitario No. INVIMA 2014DM-0002409-R1, para el producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES MDTâ / BIOTECHNOLOGYâ, a favor de MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A. con domicilio en BRASIL, en la modalidad de importar y Vender.

Mediante Resolución No. 2014037930 DE 14 de Noviembre de 2014 el INVIMA modificó la Resolución No. 2004002270 del 16/02/2004 en el sentido de APROBAR: ADICIÓN DE LOS SIGUIENTES IMPORTADORES:- PROCTOSHOP S.A.S con domicilio en carrera 32 No. 32 No. 25A - 60, Bogotá D.C - LH S.A.S con domicilio en carrera 32 No. 36 - 13, Bucaramanga - Santander.

Mediante Resolución No. 2014043473 DE 18 de Diciembre de 2014 el INVIMA corrigió formalmente la Resolución No. 2014020559 de 07 de Julio de 2014 en el sentido de incluir el fabricante, quedando: FABRICANTES: MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A. con domicilio en BRASIL Y BIOTECHNOLOGY ORTOPEDIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA con domicilio en BRASIL.

Que mediante escrito número 2017031935 radicado el 09 de Marzo de 2017, El Doctor ELIANDRO AMERICO CORREA, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A., presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de obtener aprobación para CAMBIO DE DOMICILIO DE IMPORTADOR Y ACONDICIONADOR.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que el interesado allega la respectiva documentación técnico/legal, para acceder a lo solicitado de conformidad a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 y en consecuencia este Instituto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución 2004002270 del 16/02/2004 que concedió Registro Sanitario número INVIMA 2004DM-0002409- R1 a favor de MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A. con domicilio en BRASIL para el producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS MDT (R) BIOTECHNOLOGY (R) en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

CAMBIO DE DOMICILIO DE IMPORTADOR: Quedando, UNIMPLANT S.A.S. CON DOMICILIO EN CALLE 26 NO. 69D-91 OFICINA 302 TORRE DORADO CENTRO EMPRESARIAL ARRECIFE, BOGOTÁ D.C.

CAMBIO DE DOMICILIO DE ACONDICIONADOR: Quedando, UNIMPLANT S.A.S. CON DOMICILIO EN CALLE 26 NO. 69D-91 OFICINA 302 TORRE DORADO CENTRO EMPRESARIAL ARRECIFE, BOGOTÁ D.C.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2017021341 DE 24 de Mayo de 2017
Por la cual se Modifica una Resolución

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA , en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 24 de Mayo de 2017

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: mmarquezm, Técnico: yruedav Revisó: cordina_varios

Firma válida
Digitally signed by ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Date: 2017.05.25 [illegible]28 COT
Reason: Invima
Location: Bogota, CO

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2014043473 DE 18 de Diciembre de 2014
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 19942013
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2004V-0002409

RADICACIÓN: 2014154316
VIGENCIA: 25/07/2024

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2014020559 de fecha 7 de Julio de 2014 el INVIMA concedió la Renovación al Registro Sanitario No. INVIMA 2014DM-0002409-R1 para el producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES MDT® / BIOTECHNOLOGY en la modalidad IMPORTAR Y VENDER a favor de MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A. con domicilio en BRASIL

Que mediante escrito numero 2014154316 radicado el 25/11/2014, el Doctor CID BENEDITO NAVAS actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad UNIMPLANT S.A.S., solicitó corrección de la Resolución No. 2014020559 de 07 de Julio de 2014 el INVIMA, en el sentido de incluir un fabricante..

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Una vez revisada la documentación este despacho considera procedente acceder a la corrección de la Resolución No. 2014020559 de 07 de Julio de 2014, en lo referente a la adición de fabricante.

Que por error de la administración se omitió erróneamente uno de los fabricantes, debiendo quedar de forma correcta según lo escrito en el formulario inicial.

En este sentido y tendiendo en cuenta lo previsto en el Artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo, el cual a letra dice "*En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sena aritméticos, de digitación, de trascripción o de omisión de palabras (..)*" este Instituto considera precedente acceder a lo solicitado, y en consecuencia la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR FORMALMENTE la Resolución No. 2014020559 de 07 de Julio de 2014 con Registro Sanitario No. INVIMA 2014DM-0002409-R1 para el producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES MDT®/BIOTECHNOLOGY® en el sentido de incluir el fabricante, quedando:

- **FABRICANTES: MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A. con domicilio en BRASIL Y BIOTECHNOLOGY ORTOPEDIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA con domicilio en BRASIL**

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 18 de Diciembre de 2014

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

Vo. Bo. 500-03-1452
Vo. Bo. 500-03-369
Vo. Bo. 500-03-161

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

ISO 9001 Icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2014039577 DE 26 de Noviembre de 2014
Por la cual se Autoriza un Procedimiento Sobre un Producto con Registro Sanitario

EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA , en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 19942013 **RADICACIÓN:** 2014136084 **FECHA:** 21/10/2014
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2004V-0002409 **VIGENCIA:** 25/07/2024

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2004002270 del 16/02/2004 EL INVIMA CONCEDIÓ REGISTRO SANITARIO No. INVIMA 2004V-0002409 para el producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS MDT (R) BIOTECHNOLOGY (R), a favor de MDT INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA con domicilio en BRASIL, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolución No. 2014020559 de 7 de Julio de 2014, el INVIMA Renovó el Registro Sanitario No.INVIMA 2014DM-0002409-R1, para el producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES MDTâ / BIOTECHNOLOGYâ, a favor de MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A. con domicilio en BRASIL, en la modalidad de importar y Vender.

Que mediante escrito número 2014136084 radicado el 21/10/2014, el Doctor CID BENEDITO NAVAS, actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad MDT INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTACÁO DE IMPLANTES S.A., presentó solicitud de autorización, en el sentido de APROBAR EL AGOTAMIENTO DE EMPAQUES, correspondientes al producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES MDTâ / BIOTECHNOLOGY®, por Renovación del Registro Sanitario.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez estudiada la información aportada con la solicitud, este Despacho considera que el interesado allegó la respectiva documentación técnico/legal para acceder a la petición en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 y en consecuencia este Instituto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR EL AGOTAMIENTO DE EMPAQUES correspondientes al producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES MDT® / BIOTECHNOLOGY®, hasta agotar existencias del mismo.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el Director de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Se expide en Bogotá D.C., el 26 de Noviembre de 2014
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

Vo.Bo. 500-03-1409
Vo.Bo. 500-03-760
Vo.Bo. 500-03-161

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2014037930 DE 14 de Noviembre de 2014
Por la cual se Modifica una Resolución

EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 19942013 **RADICACIÓN:** 2014138504 **FECHA:** 24/10/2014
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2004V-0002409 **VIGENCIA:** 25/07/2024

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2004002270 del 16/02/2004 el INVIMA CONCEDIÓ REGISTRO SANITARIO No. INVIMA 2004V-0002409 PARA EL PRODUCTO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS MDT (R) BIOTECHNOLOGY (R), A FAVOR DE MDT INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA CON DOMICILIO EN BRASIL, EN LA MODALIDAD DE IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolución No. 2014020559 de fecha 7 de Julio de 2014, el INVIMA Renovó el Registro Sanitario No.INVIMA 2014DM-0002409-R1, para el producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EXTREMIDADES MDTâ / BIOTECHNOLOGYâ, a favor de MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A. con domicilio en BRASIL, en la modalidad de importar y Vender.

Que mediante escrito número 2014138504 radicado el 24/10/2014, el Doctor JUAN DIEGO RESTREPO AGUDELO, actuando en calidad de Representante Legal de MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A., presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, EN EL SENTIDO DE OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE IMPORTADOR

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez estudiada la información aportada con la solicitud de modificación al Registro Sanitario, este Despacho considera que el interesado allegó la respectiva documentación técnico/legal para acceder a la petición en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 y en consecuencia este Instituto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No.2004002270 del 16/02/2004 que concedió Registro Sanitario número INVIMA 2004V-0002409 a favor de MDT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A. con domicilio en BRASIL para el producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS MDT (R) BIOTECHNOLOGY (R) en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

- **ADICIÓN DE LOS SIGUIENTES IMPORTADORES:**
  - **PROCTOSHOP S.A.S** con domicilio en carrera 32 No. 32 No. 25A – 60, Bogotá D.C
  - **LH S.A.S** con domicilio en carrera 32 No. 36 – 13, Bucaramanga - Santander

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 14 de Noviembre de 2014

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

Vo.Bo.500-03-1271
Vo.Bo. 500-03-760
Vo.Bo. 500-03-161

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D N.° 17-11/21
PBX. 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Radicado No. 2016076459 de fecha 09 de Junio de 2016, el Doctor JUAN DIEGO RESTREPO actuando en calidad de Representante Legal de la empresa LH. S.A.S., solicita al INVIMA Registro Sanitario para el producto SISTEMA DE IMPLANTES DE OSTEOSINTESIS JIANGSU BAIDE MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD Y SU INSTRUMENTAL ASOCIADO en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Auto No. 2016012172 de fecha 13 de Octubre de 2016, el INVIMA solicitó al interesado que debe cumplir con los siguientes requerimientos:

"1. Allegar la declaración de conformidad del fabricante con el nombre del producto y todas las referencias que se van a amparar en el registro sanitario, toda vez que en el Certificado de Venta Libre solo menciona las familias pero no cada una de las referencias

2. Allegar corregido el formulario, en el sentido de mencionar la vida útil del producto tal como se evidencia en los estudios de estabilidad aportados al dossier inicial.

3. Allegar corregido las etiquetas, en el sentido de mencionar el nombre completo del producto "SISTEMA DE IMPLANTES DE OSTEOSINTESIS JIANGSU BAIDE MEDICAL INSTRUMET CO., LTD Y SU INSTRUMENTAL ASOCIADO", toda vez que solo de evidencian el nombre de las referencia, de conformidad con el artículo 57 de Decreto 4725 de 2005.

4. Allegar autorización de JIANGSU BAIDE MEDICAL INSTRUMENT CO LTD. en la cual autorice a la sociedad L H SAS. para ser titular del Registro Sanitario, por cuanto la allegada no lo consagra expresamente, esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 literal d) del Decreto 4725 de 2005."

Que mediante Radicado No. 2016187400 de fecha 27 de Diciembre de 2016, el Doctor JUAN DIEGO RESTREPO actuando en calidad de Representante Legal de la empresa LH. S.A.S., dio respuesta a los requerimientos en todos sus puntos.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez revisada la respuesta al Auto No. 2016012172 de fecha 13 de Octubre de 2016, se evidencia que aportan la información solicitada, en el sentido de aportar declaración de conformidad del fabricante, así mismo, aporta formulario corregido con la vida útil de producto, junto con las sticker del importador con el nombre completo del producto.

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del INVIMA, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, se emitió concepto favorable para la autorización de este Registro Sanitario.

En consecuencia este Instituto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.-	Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a
PRODUCTO:	SISTEMA DE IMPLANTES DE OSTEOSINTESIS JIANGSU BAIDE MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD Y SU INSTRUMENTAL ASOCIADO,
MARCA:	JIANGSU BAIDE MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2017DM-0016018**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	LH S.A.S. con domicilio en BUCARAMANGA - SANTANDER
FABRICANTE(S):	JIANGSU BAIDE MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD con domicilio en CHINA
IMPORTADOR(ES):	LH S.A.S. con domicilio en BUCARAMANGA - SANTANDER
ACONDICIONADOR(ES):	LH SAS con domicilio en GIRON - SANTANDER
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO QUIRURGICO IIb
COMPOSICIÓN:	COMPONENTES O PARTES PRINCIPAES DEL SISTEMA 1. TORNILLOS PARA OSTEOSINTESIS, 2. PLACAS PARA OSTEOSINTESIS, 3. CLAVOS INTRAMEDULARES PARA OSTEOSINTESIS, 4. INSTRUMENTAL ASOCIADO, ESPECIFICO E INDISPENSABLE PARA LA COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LOS IMPLANTES DE OSTEOSINTESIS JIANGSU BAIDE MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD MATERIA PRIMA: IMPLANTES: TITANIO PUTO Y ALEACIÓN DE TITANIO (TI6-A 14-V)
USOS:	EL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DEL SISTEMA DE IMPLANTES DE OSTEOSINTESIS Y SU INSTRUMENTAL ASOCIADO SON IMPLANTES DE TITANIO Y ALEACION DE TITANIO Y ESTÁN DISEÑADOS CON EL FIN DE AYUDAR A LA INMOVILIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS FRAGMENTOS ÓSEOS Y ESTRUCTURAS DURANTE EL TRATAMIENTO DEL TRAUMA, RECOSNTRUCCIÓN Y DEFORMIDADES ÓSEAS. ESTA CONSTITUIDO POR TORNILLOS, PLACAS, CLAVOS INTRAMEDULARES Y TORNILLOS DE BLOQUEO. HAY DIFERENTES TIPOS DE PLACAS CORRESPONDIENTES A LOS HUESOS DE LAS DIFERENTES PARTES DEL CUERPO POR EJEMPLO, FÉMUR, TIBIA, CUBITO, HÚMERO, ETC. ESTAS PLACAS SON USADAS EN CONJUNCIÓN CON LOS TORNILLOS PARA INMOVILIZAR EL HUES AFECTADO Y FIJAR UNA MENRA TAL PARA INDUCIR EL CRECIMIENTO ÓSEO Y LA CICATRIZACIÓN DE LA FRACTURA. LOS CLAVOS INTRAMEDULARES JUNTO CON LOS TORNILLOS DE BLOQUEO SON UTILIZADOS PARA LA OSTEOSINTESIS DE HUESOS GRANDES COMO EL FÉMUR, LA TIBIA Y EL HÚMERO.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

LOS IMPLANTES JIANGSU BAIDE MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD SON PARTES DE UN SISTEMA; ELOS PUEDEN SER COMBINADOS CON LAS PARTES ORIGINALES DEL MISMO SISTEMA. EL USO DE OTROS INSTRUMENTOS DIFERENTES MARCAS PUEDEN DAÑAR LOS IMPLANTES ORTOPÉDICOS DE JIANGSU BAIDE MEDICAL Y GENERAR SERIOS PORBLEMAS AL PACIENTE.

VIDA ÚTIL: 3 AÑOS
PRESENTACIONES COMERCIALES: UNITARIA, SET DE IMPLANTES E INSRUMENTRALES
OBSERVACIONES: ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

IMPLANTES RELACIONADOS EN EL CERTIFICADO DE VENTA LIBRE No. 2014-E272			
CODIGO	NOMBRE EN ESPAÑOL	ESPECIFICACIÓN	NOMBRE EN INGLES
220312111	H-Plate,0.6mm thickness	11H	Placa H, 0,6 mm de espesor 11H
220322053	L-Plate,0.6mm thickness,left	2+3H	Placa L, 0,6 mm de espesor, izquierda 2+3H
220322054	L-Plate,0.6mm thickness,right	2+3H	Placa L, 0,6 mm de espesor, derecha 2+3H
220332073	L-Plate,0.6mm thickness,left	3+4H	Placa L, 0,6 mm de espesor, izquierda 3+4H
220332074	L-Plate,0.6mm thickness,right	3+4H	Placa L, 0,6 mm de espesor, derecha 3+4H
220342103	L-Plate,0.6mm thickness,left	4+6H	placa L, 0,6 mm de espesor, izquierda 4+6H
220342104	L-Plate,0.6mm thickness,right	4+6H	Placa L, ,6 mm de espesor , derecha 4+6H
220352071	T-Plate,0.6mm thickness	3+4H	Placa T, 0,6 mm de espesor 3+4H
220362061	Orbital Plate,0.6mm thickness	6H	Placa orbital, r 0,6 mm de espeso 6H
220362101	Orbital Plate,0.6mm thickness	10H	Placa orbital, 0,6 mm de espesor 10H
220372061	Adaption Plate,0.6mm thickness	6H	Placa de Adaptación ,0,6 mm de espesor 6H
220372081	Adaption Plate,0.6mm thickness	8H	Placa de Adaptación, 0,6 mm de espesor 8H
220372201	Adaption Plate,0.6mm thickness	20H	Placa de Adaptación, 0,6 mm de espesor 20H
220382061	Y-Plate,0.6mm thickness	6H	Placa Y, 0,6 mm de espesor 6H
220392061	Double-Y-Plate,0.6mm thickness	6H	Placa Doble Y, 0,6 mm de espesor 6H
220402041	Frame Plate,0.6mm thickness	4H,5×10	Placa marco, 0,6 mm de espesor 4H,5×10
220412041	Frame Plate,0.6mm thickness	4H,10×10	Placa marco, 0,6 mm de espesor 4H,10×10

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÒN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

220422041	X-Plate,0.6mm thickness	4H	Placa X , 0,6 mm de espesor 4H
220432181	Strut Plate,0.6mm thickness	18H	Placa de rejilla , 0,6 mm de espesor 18H
120312111	H-Plate,0.7mm thickness	11H	Placa H, 0,7 mm de espesor 11H
120322063	L-Plate,0.7mm thickness,left	2+3H	Placa L, 0,7 mm de espesor , izquierda 2+3H
120322054	L-Plate,0.7mm thickness,right	2+3H	Placa L, 0,7 mm de espesor , derecha 2+3H
120332073	L-Plate,0.7mm thickness,left	3+4H	Placa L, 0,7 mm de espesor , izquierda 3+4H
120332074	L-Plate,0.7mm thickness,right	3+4H	Placa L, 0,7 mm de espesor , derecha 3+4H
120342103	L-Plate,0.7mm thickness,left	4+6H	Placa L, 0,7 mm de espesor , izquierda 4+6H
120342104	L-Plate,0.7mm thickness,right	4+6H	Placa L, 0,7 mm de espesor , derecha 4+6H
120352071	T-Plate,0.7mm thickness	3+4H	Placa T, 0,7 mm de espesor 3+4H
120362061	Orbital Plate,0.7mm thickness	6H	Placa orbital, 0,7 mm de espesor 6H
120362101	Orbital Plate,0.7mm thickness	10H	Placa orbital, 0,7 mm de espesor 10H
68878700	Reconstruction Orbital Plate,0.6mm thickness	I	Placa orbitaria de reconstrucción, 0,6 mm de espesor I
68878800	Reconstruction Orbital Plate,0.6mm thickness	II	Placa Orbitaria de reconstrucción, 0.6 mm espesor II
68879700	Reconstruction Orbital Plate,0.6mm thickness	III	Placa orbitaria de reconstrucción,0.6 mm de espesor III
184304095	Sagital Plate	9.5mm	Placa sagital 9,5mm
120372061	Adaption Plate,0.7mm thickness	6H	Placa de adaptación, 0,7 mm de espesor 6H
120372081	Adaption Plate,0.7mm thickness	8H	Placa de adaptación, 0,7 mm de espesor 8H
120372201	Adaption Plate,0.7mm thickness	20H	Placa de adaptación, 0,7 mm de espesor 20H
120382051	Y-Plate,0.7mm thickness	5H	Placa Y, 0,7 mm de espesor 5H
120392061	Double-Y-Plate,0.7mm thickness	6H	Placa doble Y, 0,7 mm de espesor 6H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

120402041	Frame Plate,0.7mm thickness	4H,5×10	Placa marco, 0,7 mm espesor 4H,5×10
120412041	Frame Plate,0.7mm thickness	4H,10×10	Placa marco, 0,7 mm de espesor 4H,10×10
120422041	X-Plate,0.7mm thickness	4H	Placa X, de espesor 0,7 mm 4H
120432181	Strut Plate,0.7mm thickness	18H	Placa puntal, 0,7 mm de espesor 18H
121082011	Mesh Plate,0.6mm thickness	120×80	Placa de malla, 0,6 mm de espesor 120×80
121082021	Mesh Plate,0.6mm thickness	120×100	Placa de malla, 0,6 mm de espesor 120×100
121082031	Mesh Plate,0.6mm thickness	120×125	Placa de malla, 0,6 mm de espesor 120×125
203031033	1.5mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ1.5×3	Tornillo cortical de 1,5 mm, autorroscante (en Cruz) φ1.5×3
203031043	1.5mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ1.5×4	Tornillo cortical de 1,5 mm, autorroscante (en Cruz) φ1.5×4
203031053	1.5mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ1.5×5	Tornillo cortical de 1,5 mm, autorroscante (en Cruz) φ1.5×5
203031063	1.5mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ1.5×6	Tornillo cortical de 1,5 mm, autorroscante (en Cruz) φ1.5×6
203031083	1.5mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ1.5×8	Tornillo cortical de 1,5 mm, autorroscante (Cruz) φ1.5×8
203031103	1.5mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ1.5×10	Tornillo cortical de 1,5 mm, autorroscante (en Cruz) φ1.5×10
203031123	1.5mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ1.5×12	Tornillo cortical de 1,5 mm, autorroscante (en Cruz) φ1.5×12
203021031	1.5mm Cortex Screw,self-drilling(Cross)	φ1.5×3	Tornillo cortical de 1,5 mm, autoperforante (en Cruz) φ1.5×3
203021041	1.5mm Cortex Screw,self-drilling(Cross)	φ1.5×4	Tornillo cortical de 1,5 mm, autoperforante (en Cruz) φ1.5×4
203021051	1.5mm Cortex Screw,self-drilling(Cross)	φ1.5×5	Tornillo cortical de 1,5 mm, autoperforante (en Cruz) φ1.5×5
203021061	1.5mm Cortex Screw,self-drilling(Cross)	φ1.5×6	Tornillo cortical de 1,5 mm, autoperforante (en Cruz) φ1.5×6
203021081	1.5mm Cortex Screw,self-drilling(Cross)	φ1.5×8	Tornillo cortical de 1,5 mm, autoperforante (en Cruz) φ1.5×8
203024051	2.0mm Cortex Screw,self-drilling(Cross)	φ2.0×5	Tornillo cortical de 2,0 mm, autoperforante (en Cruz) φ2.0×5
203024061	2.0mm Cortex Screw,self-drilling(Cross)	φ2.0×6	Tornillo cortical de 2,0 mm, autoperforante (en Cruz) φ2.0×6

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 ISO 9001 SC 7341 - 1 IQNet CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

203024081	2.0mm Cortex Screw,self-drilling(Cross)	φ2.0×8	Tornillo cortical de 2,0 mm, autoperforante (en Cruz) φ2.0×8
203024101	2.0mm Cortex Screw,self-drilling(Cross)	φ2.0×10	Tornillo cortical de 2,0 mm, autoperforante (en Cruz) φ2.0×10
203024121	2.0mm Cortex Screw,self-drilling(Cross)	φ2.0×12	Tornillo cortical de 2,0 mm, autoperforante (en Cruz) φ2.0×12
203024141	2.0mm Cortex Screw,self-drilling(Cross)	φ2.0×14	Tornillo cortical de 2,0 mm, autoperforante (en Cruz) φ2.0×14
203024161	2.0mm Cortex Screw,self-drilling(Cross)	φ2.0×16	Tornillo cortical de 2,0 mm, autoperforante (en Cruz) φ2.0×16
203024181	2.0mm Cortex Screw,self-drilling(Cross)	φ2.0×18	Tornillo cortical de 2,0 mm, autoperforante (en Cruz) φ2.0×18
430920008	Intermaxillary Fixation Screw	φ2.0×8	Tornillo de Fijación intermaxilar φ2.0×8
430920010	Intermaxillary Fixation Screw	φ2.0×10	Tornillo de Fijación intermaxilar φ2.0×10
430920012	Intermaxillary Fixation Screw	φ2.0×12	Tornillo de Fijación intermaxilar φ2.0×12
430920014	Intermaxillary Fixation Screw	φ2.0×14	Tornillo de Fijación intermaxilar φ2.0×14
203032033	1.8mm Revision Screw,self-tapping(Cross)	φ1.8×3	Tornillo de Revisión autorroscante 1.8mm (en Cruz) φ1.8×3
203032043	1.8mm Revision Screw,self-tapping(Cross)	φ1.8×4	Tornillo de Revisión autorroscante 1.8mm (en Cruz) φ1.8×4
203032053	1.8mm Revision Screw,self-tapping(Cross)	φ1.8×5	Tornillo de Revisión autorroscante 1.8mm (en Cruz) φ1.8×5
203032063	1.8mm Revision Screw,self-tapping(Cross)	φ1.8×6	Tornillo de Revisión autorroscante 1.8mm (en Cruz) φ1.8×6
203032083	1.8mm Revision Screw,self-tapping(Cross)	φ1.8×8	Tornillo de Revisión autorroscante 1.8mm (en Cruz) φ1.8×8
203032103	1.8mm Revision Screw,self-tapping(Cross)	φ1.8×10	Tornillo de Revisión autorroscante 1.8mm (en Cruz) φ1.8×10
203032123	1.8mm Revision Screw,self-tapping(Cross)	φ1.8×12	Tornillo de Revisión autorroscante 1.8mm (en Cruz) φ1.8×12
120101061	Straight Locking Plate,1.5mm thickness	6H	Placa de bloqueo recta,1.5 mm de espesor 6H
120101121	Straight Locking Plate,1.5mm thickness	12H	Placa de bloqueo recta,1.5 mm de espesor 12H
120101201	Straight Locking Plate,1.5mm thickness	20H	Placa de bloqueo recta,1.5 mm de espesor 20H
120131061	Straight Locking Plate,1.5mm thickness,with brige	3+3H	Placa de bloqueo recta,1.5 mm de espesor, con puente 3+3H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 232 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

120572041	Straight Plate,1.5mm thickness,with brige	2+2H	Placa recta, de 1,5 mm de espesor, con puente 2+2H
120572061	Straight Plate,1.5mm thickness,with brige	3+3H	Placa recta,1,5 mm de espesor, con puente 3+3H
120131061	Angled Locking Plate,1.5mm thickness, with brige	3+3H	Placa de bloqueo de Ángulo, 1,5 mm de espesor, con puente 3+3H
120141061	Crescent Locking Plate,1.5mm thickness, with brige	3+3H	Placa de bloqueo de Media Luna,1,5 mm de espesor , con puente 3+3H
203034051	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×5	Tornillo cortical de 2,0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×5
203034061	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×6	Tornillo cortical de 2,0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×6
203034081	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×8	Tornillo cortical de 2,0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×8
203034101	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×10	Tornillo cortical de 2,0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×10
203034121	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×12	Tornillo cortical de 2,0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×12
203034141	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×14	Tornillo cortical de 2,0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×14
203034161	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×16	Tornillo cortical de 2,0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×16
203034181	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×18	Tornillo cortical de 2,0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×18
203036053	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×5	Tornillo cortical de 2,4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4×5
203036063	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×6	Tornillo cortical de 2,4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4×6
203036083	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×8	Tornillo cortical de 2,4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4×8
203036103	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×10	Tornillo cortical de 2,4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4×10
203036123	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×12	Tornillo cortical de 2,4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4×12
203036143	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×14	Tornillo cortical de 2,4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4×14
203036163	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×16	Tornillo cortical de 2,4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4×16
203036183	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×18	Tornillo cortical de 2,4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4×18
203122051	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×5	tornillo de bloqueo,de 2.0mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×5

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 282 - 1 ISO 9001 IQNet CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

203122061	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×6	tornillo de bloqueo, de 2.0mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×6
203122081	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×8	tornillo de bloqueo,de 2.0mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×8
203122101	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×10	tornillo de bloqueo,de 2.0mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×10
203122121	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×12	tornillo de bloqueo,de 2.0mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×12
203122141	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×14	tornillo de bloqueo,2.0mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×14
203122161	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×16	tornillo de bloqueo,2.0mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×16
203122181	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×18	tornillo de bloqueo,2.0mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×18
203123053	2.4mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×5	tornillo de bloqueo, de 2.4mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4×5
203123063	2.4mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×6	tornillo de bloqueo, de 2.4mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4×6
203123083	2.4mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×8	tornillo de bloqueo, de 2.4mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4×8
203123103	2.4mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×10	tornillo de bloqueo, de 2.4mm autorroscante (en Cruz) φ2.4×10
203123123	2.4mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×12	tornillo de bloqueo, de 2.4mm autorroscante (en Cruz) φ2.4×12
203123143	2.4mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×14	tornillo de bloqueo, de 2.4mm autorroscante (en Cruz) φ2.4×14
203123163	2.4mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×16	tornillo de bloqueo, de 2.4mmautorroscante (en Cruz) φ2.4×16
203123183	2.4mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×18	tornillo de bloqueo, de 2.4mm autorroscante (en Cruz) φ2.4×18
120151041	Curve Reconstruction Locking Plate,2.0mm thickness,with brige	2+2H	Placa de bloqueo de reconstruccion curva, 2.0 mm de espesor, con puente 2+2H
120151061	Curve Reconstruction Locking Plate,2.0mm thickness,with brige	3+3H	Placa de bloqueo de reconstruccion curva, 2.0 mm de espesor, con puente 3+3H
120161061	Straight Reconstruction Locking Plate,2.0mm thickness	6H	Placa de bloqueo de reconstruccion recta, de 2.0 mm de espesor 6H
120161121	Straight Reconstruction Locking Plate,2.0mm thickness	12H	Placa de bloqueo de reconstruccion recta, de 2.0 mm de espesor 12H
120161201	Straight Reconstruction Locking Plate,2.0mm thickness	20H	Placa de bloqueo de reconstruccion recta, de 2.0 mm de espesor 20H
120171061	Angled Reconstruction Locking Plate,2.0mm thickness,with brige	3+3H	Placa de bloqueo de reconstruccion en angulo, 2.0 mm de espesor, con puente 3+3H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 ISO 9001 IQNet

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

120181303	Angled Reconstruction Locking Plate,2.0mm thickness,left	7*23H	Placa de bloqueo de reconstruccion en angulo,2.0 mm de espesor izquierda 7*23H
120181304	Angled Reconstruction Locking Plate,2.0mm thickness,right	7*23H	Placa de bloqueo de reconstruccion en angulo, 2.0 mm de espesor,derecha 7*23H
120191281	Doubled-angled Reconstruction Locking Plate,2.0mm thickness	4*20+4H	Placa de bloqueo de reconstruccion en angulo doble,2.0 mm de espesor 4*20+4H
120201321	Doubled-angled Reconstruction Locking Plate,2.0mm thickness	5*22+5H	Placa de bloqueo de reconstruccion en angulo doble, 2.0 mm de espesor 5*22+5H
120211361	Doubled-angled Reconstruction Locking Plate,2.0mm thickness	6*24+6H	Placa de bloqueo de reconstruccion en angulo doble, 2.0 mm de espesor 6*24+6H
203034051	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0*5	Tornillo cortical de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0*5
203034061	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0*6	Tornillo cortical de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0*6
203034081	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0*8	Tornillo cortical de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0*8
203034101	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0*10	Tornillo cortical de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0*10
203034121	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0*12	Tornillo cortical de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0*12
203034141	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0*14	Tornillo cortical de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0*14
203034161	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0*16	Tornillo cortical de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0*16
203034181	2.0mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0*18	Tornillo cortical de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0*18
203036053	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4*5	Tornillo cortical de 2.4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4*5
203036063	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4*6	Tornillo cortical de 2.4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4*6
203036083	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4*8	Tornillo cortical de 2.4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4*8
203036103	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4*10	Tornillo cortical de 2.4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4*10
203036123	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4*12	Tornillo cortical de 2.4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4*12
203036143	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4*14	Tornillo cortical de 2.4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4*14
203036163	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4*16	Tornillo cortical de 2.4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4*16
203036183	2.4mm Cortex Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4*18	Tornillo cortical de 2.4 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.4*18

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

203122051	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×5	tornillo de bloqueo de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×5
203122061	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×6	tornillo de bloqueo de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×6
203122081	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×8	tornillo de bloqueo de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×8
203122101	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×10	tornillo de bloqueo de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×10
203122121	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×12	tornillo de bloqueo de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×12
203122141	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×14	tornillo de bloqueo de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×14
203122161	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×16	tornillo de bloqueo de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×16
203122181	2.0mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.0×18	tornillo de bloqueo de 2.0 mm, autorroscante (en Cruz) φ2.0×18
203123083	2.4mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×8	tornillo de bloqueo, de 2.4 mm autorroscante (en Cruz) φ2.4×8
203123103	2.4mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×10	tornillo de bloqueo, de 2.4 mm autorroscante (en Cruz) φ2.4×10
203123123	2.4mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×12	tornillo de bloqueo, de 2.4 mm autorroscante (en Cruz) φ2.4×12
203123143	2.4mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×14	tornillo de bloqueo, de 2.4 mm autorroscante (en Cruz) φ2.4×14
203123163	2.4mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×16	tornillo de bloqueo, de 2.4 mm autorroscante (en Cruz) φ2.4×16
203123183	2.4mm Locking Screw,self-tapping(Cross)	φ2.4×18	tornillo de bloqueo, de 2.4 mm autorroscante (en Cruz) φ2.4×18
930132260	Tibia Nail	Φ8.5×260	clavo de tibia Φ8.5×260
930132280	Tibia Nail	Φ8.5×280	clavo de tibia Φ8.5×280
930132300	Tibia Nail	Φ8.5×300	clavo de tibia Φ8.5×300
930132320	Tibia Nail	Φ8.5×320	clavo de tibia Φ8.5×320
930132340	Tibia Nail	Φ8.5×340	clavo de tibia Φ8.5×340
930132360	Tibia Nail	Φ8.5×360	clavo de tibia Φ8.5×360
930142260	Tibia Nail	Φ9.0×260	clavo de tibia Φ9.0×260

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

QP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

930142280	Tibia Nail	Φ9.0×280	clavo de tibia Φ9.0×280
930142300	Tibia Nail	Φ9.0×300	clavo de tibia Φ9.0×300
930142320	Tibia Nail	Φ9.0×320	clavo de tibia Φ9.0×320
930142340	Tibia Nail	Φ9.0×340	clavo de tibia Φ9.0×340
930142360	Tibia Nail	Φ9.0×360	clavo de tibia Φ9.0×360
930162260	Tibia Nail	Φ10.0×260	clavo de tibia Φ10.0×260
930162280	Tibia Nail	Φ10.0×280	clavo de tibia Φ10.0×280
930162300	Tibia Nail	Φ10.0×300	clavo de tibia Φ10.0×300
930162320	Tibia Nail	Φ10.0×320	clavo de tibia Φ10.0×320
930162340	Tibia Nail	Φ10.0×340	clavo de tibia Φ10.0×340
930162360	Tibia Nail	Φ10.0×360	clavo de tibia Φ10.0×360
930221280	locking screw	Φ4.5×28	tornillo de bloqueo Φ4.5×28
930221300	locking screw	Φ4.5×30	tornillo de bloqueo Φ4.5×30
930221320	locking screw	Φ4.5×32	tornillo de bloqueo Φ4.5×32
930221340	locking screw	Φ4.5×34	tornillo de bloqueo Φ4.5×34
930221360	locking screw	Φ4.5×36	tornillo de bloqueo Φ4.5×36
930221380	locking screw	Φ4.5×38	tornillo de bloqueo Φ4.5×38
930221400	locking screw	Φ4.5×40	tornillo de bloqueo Φ4.5×40
930221420	locking screw	Φ4.5×42	tornillo de bloqueo Φ4.5×42
930221440	locking screw	Φ4.5×44	tornillo de bloqueo Φ4.5×44
930221460	locking screw	Φ4.5×46	tornillo de bloqueo Φ4.5×46

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

IQNet
ISO 9001
IQNet
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

930221480	locking screw	Φ4.5×48	tornillo de bloqueo Φ4.5×48
930221500	locking screw	Φ4.5×50	tornillo de bloqueo Φ4.5×50
930221520	locking screw	Φ4.5×52	tornillo de bloqueo Φ4.5×52
930221540	locking screw	Φ4.5×54	tornillo de bloqueo Φ4.5×54
930221560	locking screw	Φ4.5×56	tornillo de bloqueo Φ4.5×56
930221580	locking screw	Φ4.5×58	tornillo de bloqueo Φ4.5×58
930221600	locking screw	Φ4.5×60	tornillo de bloqueo Φ4.5×60
930221620	locking screw	Φ4.5×62	tornillo de bloqueo Φ4.5×62
930221640	locking screw	Φ4.5×64	tornillo de bloqueo Φ4.5×64
930221660	locking screw	Φ4.5×66	tornillo de bloqueo Φ4.5×66
930221680	locking screw	Φ4.5×68	tornillo de bloqueo Φ4.5×68
930221700	locking screw	Φ4.5×70	tornillo de bloqueo Φ4.5×70
930221720	locking screw	Φ4.5×72	tornillo de bloqueo Φ4.5×72
930221740	locking screw	Φ4.5×74	tornillo de bloqueo Φ4.5×74
930221760	locking screw	Φ4.5×76	tornillo de bloqueo Φ4.5×76
930221780	locking screw	Φ4.5×78	tornillo de bloqueo Φ4.5×78
930221800	locking screw	Φ4.5×80	tornillo de bloqueo Φ4.5×80
930231270	locking screw	Φ4.5×27	tornillo de bloqueo Φ4.5×27
930231290	locking screw	Φ4.5×29	tornillo de bloqueo Φ4.5×29
930231310	locking screw	Φ4.5×31	tornillo de bloqueo Φ4.5×31
930231330	locking screw	Φ4.5×33	tornillo de bloqueo Φ4.5×33

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

930231350	locking screw	Φ4.5×35	tornillo de bloqueo Φ4.5×35
930231370	locking screw	Φ4.5×37	tornillo de bloqueo Φ4.5×37
930231390	locking screw	Φ4.5×39	tornillo de bloqueo Φ4.5×39
930231410	locking screw	Φ4.5×41	tornillo de bloqueo Φ4.5×41
930231430	locking screw	Φ4.5×43	tornillo de bloqueo Φ4.5×43
930231450	locking screw	Φ4.5×45	tornillo de bloqueo Φ4.5×45
930231470	locking screw	Φ4.5×47	tornillo de bloqueo Φ4.5×47
930231490	locking screw	Φ4.5×49	tornillo de bloqueo Φ4.5×49
930231510	locking screw	Φ4.5×51	tornillo de bloqueo Φ4.5×51
930231530	locking screw	Φ4.5×53	tornillo de bloqueo Φ4.5×53
930231550	locking screw	Φ4.5×55	tornillo de bloqueo Φ4.5×55
930231570	locking screw	Φ4.5×57	tornillo de bloqueo Φ4.5×57
930231590	locking screw	Φ4.5×59	tornillo de bloqueo Φ4.5×59
930231610	locking screw	Φ4.5×61	tornillo de bloqueo Φ4.5×61
930231630	locking screw	Φ4.5×63	tornillo de bloqueo Φ4.5×63
930231650	locking screw	Φ4.5×65	tornillo de bloqueo Φ4.5×65
930231670	locking screw	Φ4.5×67	tornillo de bloqueo Φ4.5×67
930231690	locking screw	Φ4.5×69	tornillo de bloqueo Φ4.5×69
930231710	locking screw	Φ4.5×71	tornillo de bloqueo Φ4.5×71
930231730	locking screw	Φ4.5×73	tornillo de bloqueo Φ4.5×73
930231750	locking screw	Φ4.5×75	tornillo de bloqueo Φ4.5×75

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

CP 262 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

930231770	locking screw	Φ4.5×77	tornillo de bloqueo Φ4.5×77
930231790	locking screw	Φ4.5×79	tornillo de bloqueo Φ4.5×79
930241320	locking screw	Φ5.0×32	tornillo de bloqueo Φ5.0×32
930241340	locking screw	Φ5.0×34	tornillo de bloqueo Φ5.0×34
930241360	locking screw	Φ5.0×36	tornillo de bloqueo Φ5.0×36
930241380	locking screw	Φ5.0×38	tornillo de bloqueo Φ5.0×38
930241400	locking screw	Φ5.0×40	tornillo de bloqueo Φ5.0×40
930241420	locking screw	Φ5.0×42	tornillo de bloqueo Φ5.0×42
930241440	locking screw	Φ5.0×44	tornillo de bloqueo Φ5.0×44
930241460	locking screw	Φ5.0×46	tornillo de bloqueo Φ5.0×46
930241480	locking screw	Φ5.0×48	tornillo de bloqueo Φ5.0×48
930241500	locking screw	Φ5.0×50	tornillo de bloqueo Φ5.0×50
930241520	locking screw	Φ5.0×52	tornillo de bloqueo Φ5.0×52
930241540	locking screw	Φ5.0×54	tornillo de bloqueo Φ5.0×54
930241560	locking screw	Φ5.0×56	tornillo de bloqueo Φ5.0×56
930241580	locking screw	Φ5.0×58	tornillo de bloqueo Φ5.0×58
930241600	locking screw	Φ5.0×60	tornillo de bloqueo Φ5.0×60
930241620	locking screw	Φ5.0×62	tornillo de bloqueo Φ5.0×62
930241640	locking screw	Φ5.0×64	tornillo de bloqueo Φ5.0×64
930241660	locking screw	Φ5.0×66	tornillo de bloqueo Φ5.0×66
930241680	locking screw	Φ5.0×68	tornillo de bloqueo Φ5.0×68

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

CIP 202 - 1
ISO 9001
SC 7341 - 1
IQNet
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

930241700	locking screw	Φ5.0×70	tornillo de bloqueo Φ5.0×70
930241720	locking screw	Φ5.0×72	tornillo de bloqueo Φ5.0×72
930241740	locking screw	Φ5.0×74	tornillo de bloqueo Φ5.0×74
930241760	locking screw	Φ5.0×76	tornillo de bloqueo Φ5.0×76
930241780	locking screw	Φ5.0×78	tornillo de bloqueo Φ5.0×78
930241800	locking screw	Φ5.0×80	tornillo de bloqueo Φ5.0×80
930251350	locking screw	Φ5.0×35	tornillo de bloqueo Φ5.0×35
930251390	locking screw	Φ5.0×39	tornillo de bloqueo Φ5.0×39
930251430	locking screw	Φ5.0×43	tornillo de bloqueo Φ5.0×43
930251470	locking screw	Φ5.0×47	tornillo de bloqueo Φ5.0×47
930251510	locking screw	Φ5.0×51	tornillo de bloqueo Φ5.0×51
930251550	locking screw	Φ5.0×55	tornillo de bloqueo Φ5.0×55
930251590	locking screw	Φ5.0×59	tornillo de bloqueo Φ5.0×59
930251630	locking screw	Φ5.0×63	tornillo de bloqueo Φ5.0×63
930251670	locking screw	Φ5.0×67	tornillo de bloqueo Φ5.0×67
930251710	locking screw	Φ5.0×71	tornillo de bloqueo Φ5.0×71
930251750	locking screw	Φ5.0×75	tornillo de bloqueo Φ5.0×75
930251790	locking screw	Φ5.0×79	tornillo de bloqueo Φ5.0×79
930281120	End Cap for Tibia Nail	M6.0mm	Tapon de clavo de tibia M6.0mm
930281170	End Cap for Tibia Nail	M6.5mm	Tapon de clavo de tibia M6.5mm
930281220	End Cap for Tibia Nail	M6.10mm	Tapon de clavo de tibia M6.10mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1
ISO 9001
SC 7341 - 1
IQNet
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011016 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011,

930682180	Retrograde Femoral Nail	Φ9.5×180	Clavo femoral retrógrado Φ9.5×180
930682200	Retrograde Femoral Nail	Φ9.5×200	Clavo femoral retrógrado Φ9.5×200
930682300	Retrograde Femoral Nail	Φ9.5×300	Clavo femoral retrógrado Φ9.5×300
930682320	Retrograde Femoral Nail	Φ9.5×320	Clavo femoral retrógrado Φ9.5×320
930682340	Retrograde Femoral Nail	Φ9.5×340	Clavo femoral retrógrado Φ9.5×340
930682360	Retrograde Femoral Nail	Φ9.5×360	Clavo femoral retrógrado Φ9.5×360
930692180	Retrograde Femoral Nail	Φ10×180	Clavo femoral retrógrado Φ10×180
930692200	Retrograde Femoral Nail	Φ10×200	Clavo femoral retrógrado Φ10×200
930692300	Retrograde Femoral Nail	Φ10×300	Clavo femoral retrógrado Φ10×300
930692320	Retrograde Femoral Nail	Φ10×320	Clavo femoral retrógrado Φ10×320
930692340	Retrograde Femoral Nail	Φ10×340	Clavo femoral retrógrado Φ10×340
930692360	Retrograde Femoral Nail	Φ10×360	Clavo femoral retrógrado Φ10×360
930702180	Retrograde Femoral Nail	Φ11×180	Clavo femoral retrógrado Φ11×180
930702200	Retrograde Femoral Nail	Φ11×200	Clavo femoral retrógrado Φ11×200
930702300	Retrograde Femoral Nail	Φ11×300	Clavo femoral retrógrado Φ11×300
930702320	Retrograde Femoral Nail	Φ11×320	Clavo femoral retrógrado Φ11×320
930702340	Retrograde Femoral Nail	Φ11×340	Clavo femoral retrógrado Φ11×340
930702360	Retrograde Femoral Nail	Φ11×360	Clavo femoral retrógrado Φ11×360
930712180	Retrograde Femoral Nail	Φ12×180	Clavo femoral retrógrado Φ12×180
930712200	Retrograde Femoral Nail	Φ12×200	Clavo femoral retrógrado Φ12×200
930712300	Retrograde Femoral Nail	Φ12×300	Clavo femoral retrógrado Φ12×300

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 # 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

930712320	Retrograde Femoral Nail	Φ12×320	Clavo femoral retrógrado Φ12×320
930712340	Retrograde Femoral Nail	Φ12×340	Clavo femoral retrógrado Φ12×340
930712360	Retrograde Femoral Nail	Φ12×360	Clavo femoral retrógrado Φ12×360
930771320	locking screw	Φ5.0×32	tornillo de bloqueo Φ5.0×32
930771340	locking screw	Φ5.0×34	tornillo de bloqueo Φ5.0×34
930771360	locking screw	Φ5.0×36	tornillo de bloqueo Φ5.0×36
930771380	locking screw	Φ5.0×38	tornillo de bloqueo Φ5.0×38
930771400	locking screw	Φ5.0×40	tornillo de bloqueo Φ5.0×40
930771420	locking screw	Φ5.0×42	tornillo de bloqueo Φ5.0×42
930771440	locking screw	Φ5.0×44	tornillo de bloqueo Φ5.0×44
930771460	locking screw	Φ5.0×46	tornillo de bloqueo Φ5.0×46
930771480	locking screw	Φ5.0×48	tornillo de bloqueo Φ5.0×48
930771500	locking screw	Φ5.0×50	tornillo de bloqueo Φ5.0×50
930771520	locking screw	Φ5.0×52	tornillo de bloqueo Φ5.0×52
930771540	locking screw	Φ5.0×54	tornillo de bloqueo Φ5.0×54
930771560	locking screw	Φ5.0×56	tornillo de bloqueo Φ5.0×56
930771580	locking screw	Φ5.0×58	tornillo de bloqueo Φ5.0×58
930771600	locking screw	Φ5.0×60	tornillo de bloqueo Φ5.0×60
930771620	locking screw	Φ5.0×62	tornillo de bloqueo Φ5.0×62
930771640	locking screw	Φ5.0×64	tornillo de bloqueo Φ5.0×64
930771660	locking screw	Φ5.0×66	tornillo de bloqueo Φ5.0×66

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

930771680	locking screw	Φ5.0×68	tornillo de bloqueo Φ5.0×68
930771700	locking screw	Φ5.0×70	tornillo de bloqueo Φ5.0×70
930771720	locking screw	Φ5.0×72	tornillo de bloqueo Φ5.0×72
930771740	locking screw	Φ5.0×74	tornillo de bloqueo Φ5.0×74
930771760	locking screw	Φ5.0×76	tornillo de bloqueo Φ5.0×76
930771780	locking screw	Φ5.0×78	tornillo de bloqueo Φ5.0×78
930771800	locking screw	Φ5.0×80	tornillo de bloqueo Φ5.0×80
930801090	End Cap for Femoral Retrograde Nail	M10×1	Tapon de clavo femoral retrógrado M10×1
930892341	Femoral Nail,Left	Φ9.5×340 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ9.5×340 130°
930892342	Femoral Nail,Right	Φ9.5×340 130°	Clavo femoral, Derecho Φ9.5×340 130°
930892361	Femoral Nail,Left	Φ9.5×360 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ9.5×360 130°
930892362	Femoral Nail,Right	Φ9.5×360 130°	Clavo femoral, Derecho Φ9.5×360 130°
930892381	Femoral Nail,Left	Φ9.5×380 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ9.5×380 130°
930892382	Femoral Nail,Right	Φ9.5×380 130°	Clavo femoral, Derecho Φ9.5×380 130°
930892401	Femoral Nail,Left	Φ9.5×400 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ9.5×400 130°
930892402	Femoral Nail,Right	Φ9.5×400 130°	Clavo femoral, Derecho Φ9.5×400 130°
930892421	Femoral Nail,Left	Φ9.5×420 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ9.5×420 130°
930892422	Femoral Nail,Right	Φ9.5×420 130°	Clavo femoral, Derecho Φ9.5×420 130°
930902341	Femoral Nail,Left	Φ10×340 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ10×340 130°
930902342	Femoral Nail,Right	Φ10×340 130°	Clavo femoral, Derecho Φ10×340 130°
930902361	Femoral Nail,Left	Φ10×360 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ10×360 130°

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 RC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

930902362	Femoral Nail,Right	Φ10×360 130°	Clavo femoral, Derecho Φ10×360 130°
930902381	Femoral Nail,Left	Φ10×380 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ10×380 130°
930902382	Femoral Nail,Right	Φ10×380 130°	Clavo femoral, Derecho Φ10×380 130°
930902401	Femoral Nail,Left	Φ10×400 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ10×400 130°
930902402	Femoral Nail,Right	Φ10×400 130°	Clavo femoral, Derecho Φ10×400 130°
930902421	Femoral Nail,Left	Φ10×420 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ10×420 130°
930902422	Femoral Nail,Right	Φ10×420 130°	Clavo femoral, Derecho Φ10×420 130°
930912341	Femoral Nail,Left	Φ11×340 130°	Clavo femoral, Izquierdo Φ11×340 130°
930912342	Femoral Nail,Right	Φ11×340 130°	Clavo femoral, Derecho Φ11×340 130°
930912361	Femoral Nail,Left	Φ11×360 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ11×360 130°
930912362	Femoral Nail,Right	Φ11×360 130°	Clavo femoral, Derecho Φ11×360 130°
930912381	Femoral Nail,Left	Φ11×380 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ11×380 130°
930912382	Femoral Nail,Right	Φ11×380 130°	Clavo femoral, Derecho Φ11×380 130°
930912401	Femoral Nail,Left	Φ11×400 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ11×400 130°
930912402	Femoral Nail,Right	Φ11×400 130°	Clavo femoral, Derecho Φ11×400 130°
930912421	Femoral Nail,Left	Φ11×420 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ11×420 130°
930912422	Femoral Nail,Right	Φ11×420 130°	Clavo femoral, Derecho Φ11×420 130°
930922341	Femoral Nail,Left	Φ12×340 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ12×340 130°
930922342	Femoral Nail,Right	Φ12×340 130°	Clavo femoral, Derecho Φ12×340 130°
930922361	Femoral Nail,Left	Φ12×360 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ12×360 130°
930922362	Femoral Nail,Right	Φ12×360 130°	Clavo femoral, Derecho Φ12×360 130°

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

QP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

930922381	Femoral Nail,Left	Φ12×380 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ12×380 130°
930922382	Femoral Nail,Right	Φ12×380 130°	Clavo femoral, Derecho Φ12×380 130°
930922401	Femoral Nail,Left	Φ12×400 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ12×400 130°
930922402	Femoral Nail,Right	Φ12×400 130°	Clavo femoral, Derecho Φ12×400 130°
930922421	Femoral Nail,Left	Φ12×420 130°	Clavo femoral, izquierdo Φ12×420 130°
930922422	Femoral Nail,Right	Φ12×420 130°	Clavo femoral, Derecho Φ12×420 130°
930951650	Femoral Nail Reconstruction Screw	Φ6.5×65	Tornillo para Clavo de reconstruccion femoral Φ6.5×65
930951700	Femoral Nail Reconstruction Screw	Φ6.5×70	Tornillo para Clavo de reconstruccion femoral Φ6.5×70
930951750	Femoral Nail Reconstruction Screw	Φ6.5×75	Tornillo para Clavo de reconstruccion femoral Φ6.5×75
930951800	Femoral Nail Reconstruction Screw	Φ6.5×80	Tornillo para Clavo de reconstruccion femoral Φ6.5×80
930951850	Femoral Nail Reconstruction Screw	Φ6.5×85	Tornillo para Clavo de reconstruccion femoral Φ6.5×85
930951900	Femoral Nail Reconstruction Screw	Φ6.5×90	Tornillo para Clavo de reconstruccion femoral Φ6.5×90
930951910	Femoral Nail Reconstruction Screw	Φ6.5×95	Tornillo para Clavo de reconstruccion femoral Φ6.5×95
930951920	Femoral Nail Reconstruction Screw	Φ6.5×100	Tornillo para Clavo de reconstruccion femoral Φ6.5×100
930982190	End Cap for Femoral Nail	M10,19mm	Tapón para Clavo femoral M10,19mm
930982240	End Cap for Femoral Nail	M10,24mm	Tapón para Clavo femoral M10,24mm
930982290	End Cap for Femoral Nail	M10,29mm	Tapón para Clavo femoral M10,29mm
931021320	locking screw	Φ5.0×32	Tornillo de bloqueo Φ5.0×32
931021340	locking screw	Φ5.0×34	Tornillo de bloqueo Φ5.0×34
931021360	locking screw	Φ5.0×36	Tornillo de bloqueo Φ5.0×36
931021380	locking screw	Φ5.0×38	Tornillo de bloqueo Φ5.0×38

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

931021400	locking screw	Φ5.0×40	tornillo de bloqueo Φ5.0×40
931021420	locking screw	Φ5.0×42	tornillo de bloqueo Φ5.0×42
931021440	locking screw	Φ5.0×44	tornillo de bloqueo Φ5.0×44
931021460	locking screw	Φ5.0×46	tornillo de bloqueo Φ5.0×46
931021480	locking screw	Φ5.0×48	tornillo de bloqueo Φ5.0×48
931021500	locking screw	Φ5.0×50	tornillo de bloqueo Φ5.0×50
931021520	locking screw	Φ5.0×52	tornillo de bloqueo Φ5.0×52
931021540	locking screw	Φ5.0×54	tornillo de bloqueo Φ5.0×54
931021560	locking screw	Φ5.0×56	tornillo de bloqueo Φ5.0×56
931021580	locking screw	Φ5.0×58	tornillo de bloqueo Φ5.0×58
931021600	locking screw	Φ5.0×60	tornillo de bloqueo Φ5.0×60
931021620	locking screw	Φ5.0×62	tornillo de bloqueo Φ5.0×62
931021640	locking screw	Φ5.0×64	tornillo de bloqueo Φ5.0×64
931021660	locking screw	Φ5.0×66	tornillo de bloqueo Φ5.0×66
931021680	locking screw	Φ5.0×68	tornillo de bloqueo Φ5.0×68
931021700	locking screw	Φ5.0×70	tornillo de bloqueo Φ5.0×70
931021720	locking screw	Φ5.0×72	tornillo de bloqueo Φ5.0×72
931021740	locking screw	Φ5.0×74	tornillo de bloqueo Φ5.0×74
931021760	locking screw	Φ5.0×76	tornillo de bloqueo Φ5.0×76
931021780	locking screw	Φ5.0×78	tornillo de bloqueo Φ5.0×78
931021800	locking screw	Φ5.0×80	tornillo de bloqueo Φ5.0×80

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N°64/28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

CO 252 - 1
ISO 9001
SC 7341 - 1
IQNet
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

931292170	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ9×170 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ9×170 130°
931292200	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ9×200 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ9×200 130°
931302170	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ10×170 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ10×170 130°
931302200	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ10×200 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ10×200 130°
931302240	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ10×240 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ10×240 130°
931302341	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ10×340 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ10×340 130°
931302342	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ10×340 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ10×340 130°
931302361	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ10×360 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ10×360 130°
931302362	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ10×360 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ10×360 130°
931302381	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ10×380 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ10×380 130°
931302382	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ10×380 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ10×380 130°
931302401	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ10×400 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ10×400 130°
931302402	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ10×400 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ10×400 130°
931302421	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ10×420 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ10×420 130°
931302422	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ10×420 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ10×420 130°
931312170	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ11×170 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ11×170 130°
931312200	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ11×200 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ11×200 130°
931312240	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ11×240 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ11×240 130°
931312341	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ11×340 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ11×340 130°
931312342	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ11×340 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ11×340 130°
931312361	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ11×360 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ11×360 130°

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 A.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 ISO 9001 IQNet CO-SC-7341-1
ISO 7341 - 1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

931312362	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ11×360 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ11×360 130°
931312381	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ11×380 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ11×380 130°
931312382	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ11×380 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ11×380 130°
931312401	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ11×400 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ11×400 130°
931312402	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ11×400 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ11×400 130°
931312421	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ11×420 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ11×420 130°
931312422	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ11×420 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ11×420 130°
931322170	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ12×170 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ12×170 130°
931322200	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ12×200 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ12×200 130°
931322240	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ12×240 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ12×240 130°
931322341	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ12×340 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ12×340 130°
931322342	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ12×340 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ12×340 130°
931322361	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ12×360 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ12×360 130°
931322362	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ12×360 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ12×360 130°
931322381	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ12×380 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ12×380 130°
931322382	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ12×380 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ12×380 130°
931322401	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ12×400 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ12×400 130°
931322402	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ12×400 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ12×400 130°
931322421	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ12×420 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ12×420 130°
931322422	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ12×420 130°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ12×420 130°
931372170	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ10×170 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ10×170 135°

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 352 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011016 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011,

931372200	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ10×200 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ10×200 135°
931372240	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ10×240 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ10×240 135°
931372341	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ10×340 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ10×340 135°
931372342	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ10×340 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ10×340 135°
931372361	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ10×360 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ10×360 135°
931372362	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ10×360 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ10×360 135°
931372381	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ10×380 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ10×380 135°
931372382	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ10×380 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ10×380 135°
931372401	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ10×400 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ10×400 135°
931372402	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ10×400 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ10×400 135°
931372421	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ10×420 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ10×420 135°
931372422	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ10×420 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ10×420 135°
931382170	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ11×170 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ11×170 135°
931382200	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ11×200 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ11×200 135°
931382240	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ11×240 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ11×240 135°
931382341	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ11×340 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ11×340 135°
931382342	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ11×340 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ11×340 135°
931382361	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ11×360 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ11×360 135°
931382362	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ11×360 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ11×360 135°
931382381	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ11×380 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ11×380 135°
931382382	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ11×380 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ11×380 135°

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

CO SC 7341 - 1
ISO 9001
IQNet
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

931382401	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ11×400 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ11×400 135°
931382402	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ11×400 135°	Clavo femoral Próximal de antirrotación, Derecho Φ11×400 135°
931382421	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ11×420 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ11×420 135°
931382422	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ11×420 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ11×420 135°
931392170	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ12×170 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ12×170 135°
931392200	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ12×200 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ12×200 135°
931392240	Proximal Femoral Nail Antirotation	Φ12×240 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación Φ12×240 135°
931392341	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ12×340 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ12×340 135°
931392342	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ12×340 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ12×340 135°
931392361	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ12×360 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ12×360 135°
931392362	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ12×360 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ12×360 135°
931392381	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ12×380 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ12×380 135°
931392382	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ12×380 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ12×380 135°
931392401	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ12×400 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ12×400 135°
931392402	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ12×400 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ12×400 135°
931392421	Proximal Femoral Nail Antirotation,Left	Φ12×420 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, izquierdo Φ12×420 135°
931392422	Proximal Femoral Nail Antirotation,Right	Φ12×420 135°	Clavo femoral Proximal de antirrotación, Derecho Φ12×420 135°
931432750	Blade	Φ10.5×75	Hoja Φ10.5×75
931432800	Blade	Φ10.5×80	Hoja Φ10.5×80
931432850	Blade	Φ10.5×85	Hoja Φ10.5×85
931432900	Blade	Φ10.5×90	Hoja Φ10.5×90

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 252 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

931432910	Blade	Φ10.5×100	Hoja Φ10.5×100
931432920	Blade	Φ10.5×105	Hoja Φ10.5×105
931432930	Blade	Φ10.5×110	Hoja Φ10.5×110
931432940	Blade	Φ10.5×115	Hoja Φ10.5×115
931432950	Blade	Φ10.5×95	Hoja Φ10.5×95
931432960	Blade	Φ10.5×120	Hoja Φ10.5×120
931441260	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×26	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×26
931441280	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×28	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×28
931441300	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×30	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×30
931441320	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×32	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×32
931441340	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×34	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×34
931441360	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×36	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×36
931441380	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×38	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×38
931441400	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×40	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×40
931441420	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×42	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×42
931441440	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×44	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×44
931441460	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×46	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×46
931441480	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×48	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×48
931441500	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×50	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×50
931441520	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×52	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×52
931441540	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×54	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×54

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 302 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

931441560	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×56	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×56
931441580	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×58	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×58
931441600	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×60	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×60
931441620	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×62	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×62
931441640	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×64	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×64
931441660	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×66	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×66
931441680	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×68	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×68
931441700	4.9mm Locking Screw	Φ4.9×70	Tornillo de bloqueo de 4.9 mm Φ4.9×70
931462250	End Cap	M10	Tapón M10
931652150	Humeral Nail	Φ8*150mm	clavo humeral Φ8*150mm
931652200	Humeral Nail	Φ8*200mm	clavo humeral Φ8*200mm
931652220	Humeral Nail	Φ8*220mm	clavo humeral Φ8*220mm
931652240	Humeral Nail	Φ8*240mm	clavo humeral Φ8*240mm
931652260	Humeral Nail	Φ8*260mm	clavo humeral Φ8*260mm
931652280	Humeral Nail	Φ8*280mm	clavo humeral Φ8*280mm
931691120	3.5mm Locking screw	Φ3.5*12mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*12mm
931691140	3.5mm Locking screw	Φ3.5*14mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*14mm
931691160	3.5mm Locking screw	Φ3.5*16mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*16mm
931691180	3.5mm Locking screw	Φ3.5*18mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*18mm
931691200	3.5mm Locking screw	Φ3.5*20mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*20mm
931691220	3.5mm Locking screw	Φ3.5*22mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*22mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 ISO 9001 ISO 7341 - 1 IQNet CO SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

931691240	3.5mm Locking screw	Φ3.5*24mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*24mm
931691260	3.5mm Locking screw	Φ3.5*26mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*26mm
931691280	3.5mm Locking screw	Φ3.5*28mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*28mm
931691300	3.5mm Locking screw	Φ3.5*30mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*30mm
931691350	3.5mm Locking screw	Φ3.5*35mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*35mm
931691400	3.5mm Locking screw	Φ3.5*40mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*40mm
931691450	3.5mm Locking screw	Φ3.5*45mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*45mm
931691500	3.5mm Locking screw	Φ3.5*50mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*50mm
931691550	3.5mm Locking screw	Φ3.5*55mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*55mm
931691600	3.5mm Locking screw	Φ3.5*60mm	Tornillo de bloqueo de 3,5 mm Φ3.5*60mm
931701200	5.0mm Locking screw	Φ5.0*20mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm Φ5.0*20mm
931701250	5.0mm Locking screw	Φ5.0*25mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm Φ5.0*25mm
931701300	5.0mm Locking screw	Φ5.0*30mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm Φ5.0*30mm
931701350	5.0mm Locking screw	Φ5.0*35mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm Φ5.0*35mm
931701400	5.0mm Locking screw	Φ5.0*40mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm Φ5.0*40mm
931701450	5.0mm Locking screw	Φ5.0*45mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm Φ5.0*45mm
931701500	5.0mm Locking screw	Φ5.0*50mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm Φ5.0*50mm
931701550	5.0mm Locking screw	Φ5.0*55mm	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm Φ5.0*55mm
931711250	5.3mm Locking screw	Φ5.3*25mm	Tornillo de bloqueo de 5.3 mm Φ5.3*25mm
931711300	5.3mm Locking screw	Φ5.3*30mm	Tornillo de bloqueo de 5.3 mm Φ5.3*30mm
931711350	5.3mm Locking screw	Φ5.3*35mm	Tornillo de bloqueo de 5.3 mm Φ5.3*35mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64 28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 252 - 1 GC 7341 - 1 CO-GC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011016 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

931711400	5.3mm Locking screw	Φ5.3*40mm	Tornillo de bloqueo de 5.3 mm Φ5.3*40mm
931711450	5.3mm Locking screw	Φ5.3*45mm	Tornillo de bloqueo de 5.3 mm Φ5.3*45mm
931721080	End cap for humeral nail		Tapón para clavo humeral
931831191	Radius Nail,left	Φ3*190mm	Clavo de radio, izquierdo Φ3*190mm
931831192	Radius Nail,right	Φ3*190mm	Clavo de radio, derecho Φ3*190mm
931831211	Radius Nail,left	Φ3*210mm	Clavo de radio, izquierdo Φ3*210mm
931831212	Radius Nail,right	Φ3*210mm	Clavo de radio, derecho Φ3*210mm
931831231	Radius Nail,left	Φ3*230mm	Clavo de radio, izquierdo Φ3*230mm
931831232	Radius Nail,right	Φ3*230mm	Clavo de radio, derecho Φ3*230mm
931841191	Radius Nail,left	Φ3.6*190mm	Clavo de radio, izquierdo Φ3.6*190mm
931841192	Radius Nail,right	Φ3.6*190mm	Clavo de radio, derecho Φ3.6*190mm
931841211	Radius Nail,left	Φ3.6*210mm	Clavo de radio, izquierdo Φ3.6*210mm
931841212	Radius Nail,right	Φ3.6*210mm	Clavo de radio, derecho Φ3.6*210mm
931841231	Radius Nail,left	Φ3.6*230mm	Clavo de radio, izquierdo Φ3.6*230mm
931841232	Radius Nail,right	Φ3.6*230mm	Clavo de radio, derecho Φ3.6*230mm
931871080	End cap for radius nail		Tapón para clavo de radio
931851210	Ulna Nail	Φ3*210mm	Clavo para cúbito Φ3*210mm
931851230	Ulna Nail	Φ3*230mm	Clavo para cúbito Φ3*230mm
931851250	Ulna Nail	Φ3*250mm	Clavo para cúbito Φ3*250mm
931851270	Ulna Nail	Φ3*270mm	Clavo para cúbito Φ3*270mm
931861210	Ulna Nail	Φ3.6*210mm	Clavo para cúbito Φ3.6*210mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 # 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

931861230	Ulna Nail	Φ3.6*230mm	Clavo para cúbito Φ3.6*230mm
931861250	Ulna Nail	Φ3.6*250mm	Clavo para cúbito Φ3.6*250mm
931861270	Ulna Nail	Φ3.6*270mm	Clavo para cúbito Φ3.6*270mm
931881301	Elastic Nail	Φ1.5×300	Clavo elástico Φ1.5×300
931891441	Elastic Nail	Φ2.0×440	Clavo elástico Φ2.0×440
931901441	Elastic Nail	Φ2.5×440	Clavo elástico Φ2.5×440
931911441	Elastic Nail	Φ3.0×440	Clavo elástico Φ3.0×440
931921441	Elastic Nail	Φ3.5×440	Clavo elástico Φ3.5×440
931931441	Elastic Nail	Φ4.0×440	Clavo elástico Φ4.0×440
931942141	End Cap for Elastic Nail	Φ6.7×14	Tapón para clavo elástico Φ6.7×14
931952251	End Cap for Elastic Nail	Φ7.6×25	Tapón para clavo elástico Φ7.6×25
713015053	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×5	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2,4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×5
713015073	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×7	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2,4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×7
713015083	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×8	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2,4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×8
713015093	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×9	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2,4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×9
713015103	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×10	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2,4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×10
713015113	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×11	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2,4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×11
713015123	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×12	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2,4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×12
713015133	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×13	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2,4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×13
713015143	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×14	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2,4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×14
713015163	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×16	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2,4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×16

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 332 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713015183	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×18	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×18
713015203	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×20	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×20
713015223	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×22	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×22
713015243	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×24	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×24
713015263	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×26	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×26
713015283	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×28	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×28
713015303	2.4mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.4×30	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.4 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.4×30
713017063	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×6	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×6
713017083	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×8	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×8
713017103	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×10	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×10
713017123	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×12	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×12
713017143	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×14	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×14
713017163	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×16	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×16
713017183	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×18	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×18
713017203	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×20	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×20
713017223	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×22	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×22
713017243	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×24	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×24
713017263	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×26	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×26
713017283	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×28	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×28
713017303	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×30	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×30
713017323	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×32	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×32

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713017343	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×34	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×34
713017363	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×36	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×36
713017383	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×38	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×38
713017403	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×40	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×40
713017423	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×42	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×42
713017443	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×44	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×44
713017463	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×46	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×46
713017483	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×48	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×48
713017503	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×50	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×50
713017523	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×52	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×52
713017543	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×54	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×54
713017563	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×56	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×56
713017583	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×58	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×58
713017603	2.7mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.7×60	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 2.7 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.7×60
713018123	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×12	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×12
713018143	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×14	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×14
713018163	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×16	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×16
713018183	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×18	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×18
713018203	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×20	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×20
713018223	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×22	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×22
713018243	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×24	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×24

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 30 # 7-M-/28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 252 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Tecnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713018263	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×26	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×26
713018283	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×28	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×28
713018303	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×30	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×30
713018323	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×32	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×32
713018343	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×34	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×34
713018363	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×36	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×36
713018383	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×38	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×38
713018403	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×40	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×40
713018423	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×42	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×42
713018443	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×44	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×44
713018463	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×46	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×46
713018483	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×48	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×48
713018503	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×50	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×50
713018523	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×52	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×52
713018543	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×54	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×54
713018563	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×56	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×56
713018583	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×58	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×58
713018603	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×60	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×60
713018653	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×65	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×65
713018703	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×70	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×70
713018753	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×75	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×75

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

CO 202 - 1
ISO 9001
SC 7341 - 1
IQNet
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713018803	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×80	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×80
713018853	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×85	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×85
713018903	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×90	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×90
713018953	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×95	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×95
713019003	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×100	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×100
713019013	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×105	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×105
713019023	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×110	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×110
713019033	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×115	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×115
713019043	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ3.5×120	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ3.5×120
713001073	3.5mm Spacer(Hex)	Φ3.5×7	Espaciador de 3.5 mm (Hexagonal) Φ3.5×7
713001123	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×12	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×12
713001143	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×14	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×14
713001163	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×16	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×16
713001183	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×18	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×18
713001203	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×20	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×20
713001223	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×22	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×22
713001243	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×24	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×24
713001263	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×26	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×26
713001283	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×28	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×28
713001303	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×30	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×30
713001323	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×32	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×32

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 30 # 7-84/28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

QP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341.1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713001343	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×34	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×34
713001363	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×36	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×36
713001383	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×38	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×38
713001403	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×40	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×40
713001423	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×42	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×42
713001443	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×44	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×44
713001463	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×46	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×46
713001483	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×48	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×48
713001503	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×50	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×50
713001523	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×52	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×52
713001543	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×54	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×54
713001563	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×56	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×56
713001583	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×58	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×58
713001603	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×60	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×60
713001653	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×65	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×65
713001703	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×70	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×70
713001753	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×75	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×75
713001803	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×80	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×80
713001853	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×85	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×85
713001903	3.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ3.5×90	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 3.5 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ3.5×90
713021143	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×14	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×14

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713021163	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×16	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×16
713021183	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×18	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×18
713021203	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×20	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×20
713021223	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×22	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×22
713021243	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×24	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×24
713021263	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×26	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×26
713021283	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×28	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×28
713021303	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×30	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×30
713021323	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×32	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×32
713021343	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×34	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×34
713021363	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×36	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×36
713021383	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×38	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×38
713021403	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×40	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×40
713021423	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×42	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×42
713021443	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×44	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×44
713021463	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×46	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×46
713021483	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×48	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×48
713021503	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×50	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×50
713021523	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×52	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×52
713021543	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×54	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×54
713021563	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×56	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×56

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713021583	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×58	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×58
713021603	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×60	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×60
713021623	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×62	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×62
713021643	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×64	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×64
713021663	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×66	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×66
713021683	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×68	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×68
713021703	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×70	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×70
713021753	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×75	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×75
713021803	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×80	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×80
713021853	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×85	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×85
713021903	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×90	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×90
713021913	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×95	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×95
713021923	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×100	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×100
713021933	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×105	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×105
713021943	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×110	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×110
713021953	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×115	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×115
713021963	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ5.0×120	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (con estrella) Φ5.0×120
713004083	5.0mm Spacer(Hex)	Φ5.0×8	Espaciador de 5.0 mm (Hexagonal) Φ5.0×8
713004163	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×16	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×16
713004183	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×18	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×18
713004203	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×20	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×20

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 # 7-A 128
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 282 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713004223	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×22	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×22
713004243	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×24	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×24
713004263	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×26	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×26
713004283	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×28	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×28
713004303	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×30	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×30
713004323	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×32	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×32
713004343	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×34	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×34
713004363	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×36	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×36
713004383	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×38	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×38
713004403	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×40	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×40
713004423	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×42	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×42
713004443	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×44	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×44
713004463	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×46	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×46
713004483	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×48	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×48
713004503	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×50	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×50
713004523	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×52	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×52
713004543	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×54	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×54
713004563	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×56	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×56
713004583	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×58	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×58
713004603	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×60	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×60
713004623	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×62	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×62

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 78 N.°54-128
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713004643	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×64	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×64
713004663	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×66	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×66
713004683	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×68	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×68
713004703	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×70	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×70
713004723	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×72	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×72
713004743	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×74	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×74
713004763	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×76	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×76
713004783	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×78	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×78
713004803	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×80	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×80
713004823	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×82	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×82
713004843	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×84	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×84
713004863	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×86	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×86
713004883	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×88	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×88
713004903	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×90	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×90
713004813	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×95	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×95
713004923	5.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.0×100	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.0 mm, autorroscante (Hexagonal) Φ5.0×100
713028604	6.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ6.0×60	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.0 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ6.0×60
713028654	6.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ6.0×65	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.0 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ6.0×65
713028704	6.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ6.0×70	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.0 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ6.0×70
713028754	6.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ6.0×75	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.0 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ6.0×75
713028804	6.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ6.0×80	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.0 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ6.0×80

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

CIP 252 - 1
ISO 9001 SC 7341 - 1
IQNet CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713028854	6.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ6.0×85	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.0 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ6.0×85
713028904	6.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ6.0×90	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.0 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ6.0×90
713028914	6.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ6.0×95	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.0 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ6.0×95
713028924	6.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ6.0×100	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.0 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ6.0×100
713028934	6.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ6.0×105	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.0 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ6.0×105
713028944	6.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ6.0×110	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.0 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ6.0×110
713028954	6.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ6.0×115	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.0 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ6.0×115
713028964	6.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ6.0×120	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.0 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ6.0×120
713030603	6.5mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,fully threaded(Hex)	Φ6.5×60	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.5 mm, autorroscante, totalmente Roscado (hexagonal) Φ6.5×60
713030653	6.5mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,fully threaded(Hex)	Φ6.5×65	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.5 mm, autorroscante, totalmente Roscado (hexagonal) Φ6.5×65
713030703	6.5mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,fully threaded(Hex)	Φ6.5×70	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.5 mm, autorroscante, totalmente Roscado (hexagonal) Φ6.5×70
713030753	6.5mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,fully threaded(Hex)	Φ6.5×75	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.5 mm, autorroscante, totalmente Roscado (hexagonal) Φ6.5×75
713030803	6.5mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,fully threaded(Hex)	Φ6.5×80	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.5 mm, autorroscante, totalmente Roscado (hexagonal) Φ6.5×80
713030853	6.5mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,fully threaded(Hex)	Φ6.5×85	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.5 mm, autorroscante, totalmente Roscado (hexagonal) Φ6.5×85
713030903	6.5mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,fully threaded(Hex)	Φ6.5×90	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.5 mm, autorroscante, totalmente Roscado (hexagonal) Φ6.5×90
713030913	6.5mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,fully threaded(Hex)	Φ6.5×95	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.5 mm, autorroscante, totalmente Roscado (hexagonal) Φ6.5×95
713030923	6.5mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,fully threaded(Hex)	Φ6.5×100	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.5 mm, autorroscante, totalmente Roscado (hexagonal) Φ6.5×100
713030933	6.5mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,fully threaded(Hex)	Φ6.5×105	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.5 mm, autorroscante, totalmente Roscado (hexagonal) Φ6.5×105
713030943	6.5mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,fully threaded(Hex)	Φ6.5×110	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.5 mm, autorroscante, totalmente Roscado (hexagonal) Φ6.5×110
713030953	6.5mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,fully threaded(Hex)	Φ6.5×115	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.5 mm, autorroscante, totalmente Roscado (hexagonal) Φ6.5×115
713030963	6.5mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,fully threaded(Hex)	Φ6.5×120	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 6.5 mm, autorroscante, totalmente Roscado (hexagonal) Φ6.5×120

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

CP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713032604	7.3mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ7.3×60	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 7.3 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ7.3×60
713032654	7.3mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ7.3×65	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 7.3 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ7.3×65
713032704	7.3mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ7.3×70	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 7.3 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ7.3×70
713032754	7.3mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ7.3×75	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 7.3 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ7.3×75
713032804	7.3mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ7.3×80	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 7.3 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ7.3×80
713032854	7.3mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ7.3×85	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 7.3 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ7.3×85
713032904	7.3mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ7.3×90	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 7.3 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ7.3×90
713032914	7.3mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ7.3×95	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 7.3 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ7.3×95
713032924	7.3mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ7.3×100	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 7.3 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ7.3×100
713032934	7.3mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ7.3×105	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 7.3 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ7.3×105
713032944	7.3mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ7.3×110	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 7.3 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ7.3×110
713032954	7.3mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ7.3×115	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 7.3 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ7.3×115
713032964	7.3mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping,partially threaded(Hex)	Φ7.3×120	Tornillo canulado del Bloqueo con cabeza, de 7.3 mm, autorroscante, parcialmente Roscado (hexagonal) Φ7.3×120
602122041	1.5mm Straight Locking Plate	4H	Placa recta de bloqueo, de 1.5 mm 4H
602122061	1.5mm Straight Locking Plate	6H	Placa recta de bloqueo, de 1.5 mm 6H
602089121	1.5mm Straight Reconstruction Locking Plate	12H	Placa de bloqueo de reconstruccion recta, de 1.5 mm 12H
602101111	1.5mm Locking T-Plate	11H	Placa de bloqueo en T de 1.5 mm 11H
602109121	1.5mm Locking T-Plate	12H	Placa de bloqueo en T de 1.5 mm 12H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 30 N.° 84-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011016 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602116083	1.5mm Strut Locking Plate,left	8H	Placa de rejilla de bloqueo de 1.5mm , izquierda 8H
602116084	1.5mm Strut Locking Plate,right	8H	Placa de rejilla de bloqueo de 1.5mm , derecha 8H
602105111	1.5mm Adaption Locking Y-Plate	11H	Placa de bloqueo de adaptación en Y de 15mm 11H
602093081	1.5mm Locking Condylar Plate	8H	Placa de bloqueo condilar de 1.5mm 8H
602093101	1.5mm Locking Condylar Plate	10H	Placa de bloqueo condilar de 1.5mm 10H
602123041	2.0mm Straight Locking Plate	4H	Placa recta de bloqueo, de 2.0 mm 4H
602123051	2.0mm Straight Locking Plate	5H	Placa recta de bloqueo, de 2.0 mm 5H
602123061	2.0mm Straight Locking Plate	6H	Placa recta de bloqueo, de 2.0 mm 6H
602123071	2.0mm Straight Locking Plate	7H	Placa recta de bloqueo, de 2.0 mm 7H
602123081	2.0mm Straight Locking Plate	8H	Placa recta de bloqueo, de 2.0 mm 8H
602090121	2.0mm Straight Reconstruction Locking Plate	12H	Placa de bloqueo de reconstruccion recta, de 2.0 mm 12H
602094061	2.0mm Locking Condylar Plate	6H	Placa de bloqueo condilar de 2.0 mm 6H
602094071	2.0mm Locking Condylar Plate	7H	Placa de bloqueo condilar de 2.0 mm 7H
602094081	2.0mm Locking Condylar Plate	8H	Placa de bloqueo condilar de 2.0 mm 8H
602094091	2.0mm Locking Condylar Plate	9H	Placa de bloqueo condilar de 2.0 mm 9H
602162061	2.0mm Locking Condylar Plate	4+2H	Placa de bloqueo condilar de 2.0 mm 4+2H
602162071	2.0mm Locking Condylar Plate	5+2H	Placa de bloqueo condilar de 2.0 mm 5+2H
602102071	2.0mm Locking T-Plate	7H	Placa de bloqueo en T de 2.0 mm 7H
602102081	2.0mm Locking T-Plate	8H	Placa de bloqueo en T de 2.0 mm 8H
602102091	2.0mm Locking T-Plate	9H	Placa de bloqueo en T de 2.0 mm 9H
602102101	2.0mm Locking T-Plate	10H	Placa de bloqueo en T de 2.0 mm 10H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011,

602098061	2.0mm Adaption Locking T-Plate	6H	Placa de bloqueo de adaptacion en T de 2.0 mm 6H
602098071	2.0mm Adaption Locking T-Plate	7H	Placa de bloqueo de adaptacion en T de 2.0 mm 7H
602098081	2.0mm Adaption Locking T-Plate	8H	Placa de bloqueo de adaptacion en T de 2.0 mm 8H
602098091	2.0mm Adaption Locking T-Plate	9H	Placa de bloqueo de adaptacion en T de 2.0 mm 9H
602106071	2.0mm Adaption Locking Y-Plate	7H	Placa de bloqueo de adaptacion en Y de 2.0 mm 7H
602106081	2.0mm Adaption Locking Y-Plate	8H	Placa de bloqueo de adaptacion en Y de 2.0 mm 8H
602106091	2.0mm Adaption Locking Y-Plate	9H	Placa de bloqueo de adaptacion en Y de 2.0 mm 9H
602106101	2.0mm Adaption Locking Y-Plate	10H	Placa de bloqueo de adaptacion en Y de 2.0 mm 10H
702077073	2.0mm Mini Condylar Plate,left	7H	Placacondilar Mini , de 2.0 mm, izquierdo 7H
702077074	2.0mm Mini Condylar Plate,right	7H	Placa condilar Mini, de 2.0 mm, derecho 7H
602115041	2.0mm Mini H-Plate	4H	Placa en H mini de 2.0mm 4H
602124041	2.4mm Straight Locking Plate	4H	Placa recta de bloqueo, de 2.4 mm 4H
602124051	2.4mm Straight Locking Plate	5H	Placa recta de bloqueo, de 2.4 mm 5H
602124061	2.4mm Straight Locking Plate	6H	Placa recta de bloqueo, de 2.4 mm 6H
602124071	2.4mm Straight Locking Plate	7H	Placa recta de bloqueo, de 2.4 mm 7H
602124081	2.4mm Straight Locking Plate	8H	Placa recta de bloqueo, de 2.4 mm 8H
602091121	2.4mm Straight Reconstruction Locking Plate	12H	Placa de bloqueo de reconstruccion recta, de 2.4 mm 12H
602095061	2.4mm Locking Condylar Plate	6H	Placa de bloqueo condilar de 2.4 mm 6H
602095071	2.4mm Locking Condylar Plate	7H	Placa de bloqueo condilar de 2.4 mm 7H
602095081	2.4mm Locking Condylar Plate	8H	Placa de bloqueo condilar de 2.4 mm 8H
602095091	2.4mm Locking Condylar Plate	9H	Placa de bloqueo condilar de 2.4 mm 9H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64 28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 252 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

902103071	2.4mm Locking T-Plate	7H	Placa de bloqueo en T de 2.4 mm 7H
902103081	2.4mm Locking T-Plate	8H	Placa de bloqueo en T de 2.4 mm 8H
902103091	2.4mm Locking T-Plate	9H	Placa de bloqueo en T de 2.4 mm 9H
902103101	2.4mm Locking T-Plate	10H	Placa de bloqueo en T de 2.4 mm 10H
902099061	2.4mm Adaption Locking T-Plate	6H	Placa de bloqueo de adaptacion en T de 2.4 mm 6H
902099071	2.4mm Adaption Locking T-Plate	7H	Placa de bloqueo de adaptacion en T de 2.4 mm 7H
902099081	2.4mm Adaption Locking T-Plate	8H	Placa de bloqueo de adaptacion en T de 2.4 mm 8H
902099091	2.4mm Adaption Locking T-Plate	9H	Placa de bloqueo de adaptacion en T de 2.4 mm 9H
902107071	2.4mm Adaption Locking Y-Plate	7H	Placa de bloqueo de adaptacion en Y de 2.4 mm 7H
902107081	2.4mm Adaption Locking Y-Plate	8H	Placa de bloqueo de adaptacion en Y de 2.4 mm 8H
902107091	2.4mm Adaption Locking Y-Plate	9H	Placa de bloqueo de adaptacion en Y de 2.4 mm 9H
902107101	2.4mm Adaption Locking Y-Plate	10H	Placa de bloqueo de adaptacion en Y de 2.4 mm 10H
902125041	2.7mm Straight Locking Plate	4H	Placa recta de bloqueo, de 2.7 mm 4H
902125051	2.7mm Straight Locking Plate	5H	Placa recta de bloqueo, de 2.7 mm 5H
902125061	2.7mm Straight Locking Plate	6H	Placa recta de bloqueo, de 2.7 mm 6H
902125071	2.7mm Straight Locking Plate	7H	Placa recta de bloqueo, de 2.7 mm 7H
902125081	2.7mm Straight Locking Plate	8H	Placa recta de bloqueo, de 2.7 mm 8H
902092121	2.7mm Straight Reconstruction Locking Plate	12H	Placa de bloqueo de reconstruccion recta, de 2.7 mm 12H
902096061	2.7mm Locking Condylar Plate	6H	Placa de bloqueo condilar de 2.7 mm 6H
902096071	2.7mm Locking Condylar Plate	7H	Placa de bloqueo condilar de 2.7 mm 7H
902096081	2.7mm Locking Condylar Plate	8H	Placa de bloqueo condilar de 2.7 mm 8H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 262 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602096061	2.7mm Locking Condylar Plate	9H	Placa de bloqueo condilar de 2.7 mm 9H
602072051	2.7mm Locking T-Plate	5H	Placa de bloqueo en T de 2.7 mm 5H
602072061	2.7mm Locking T-Plate	6H	Placa de bloqueo en T de 2.7 mm 6H
602070053	2.7mm Locking L-Plate,left	5H	Placa de bloqueo en L de 2.7 mm 5H
602070063	2.7mm Locking L-Plate,left	6H	Placa de bloqueo en L de 2.7 mm 6H
602070054	2.7mm Locking L-Plate,right	5H	Placa de bloqueo en L de 2.7 mm 5H
602070064	2.7mm Locking L-Plate,right	6H	Placa de bloqueo en L de 2.7 mm 6H
602071053	2.7mm Locking L-Plate,oblique angled,left	5H	Placa de bloqueo en L oblicua de 2.7mm, izquierda 5H
602071063	2.7mm Locking L-Plate,oblique angled,left	6H	Placa de bloqueo en L oblicua de 2.7mm, izquierda 6H
602071054	2.7mm Locking L-Plate,oblique angled,right	5H	Placa de bloqueo en L oblicua de 2.7mm,derecha 5H
602071064	2.7mm Locking L-Plate,oblique angled,right	6H	Placa de bloqueo en L oblicua de 2.7mm, derecha 6H
702078073	2.7mm Mini Condylar Plate,left	7H	Placa condilar Mini, de 2.7 mm, izquierda 7H
702078074	2.7mm Mini Condylar Plate,right	7H	Placa condilar Mini, de 2.7 mm, izquierda 7H
602121021	2.7mm Straight Locking Plate	2H	Placa recta de bloqueo, de 2.7 mm 2H
602117041	2.7mm X Locking Plate	4H	Placa de bloqueo en X , de 2.7 mm 4H
602118041	2.7mm X Locking Plate	4H	Placa de bloqueo en X , de 2.7 mm 4H
602119041	2.7mm X Locking Plate	4H	Placa de bloqueo en X , de 2.7 mm 4H
602120041	2.7mm X Locking Plate	4H	Placa de bloqueo en X , de 2.7 mm 4H
48007500	Compression Screw	M5*0.8	Tornillo de compresión M5*0.8
713013063	1.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ1.5×6	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ1.5×6
713013073	1.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ1.5×7	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ1.5×7

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

CP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713013083	1.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ1.5×8	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ1.5×8
713013093	1.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ1.5×9	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ1.5×9
713013103	1.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ1.5×10	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ1.5×10
713013113	1.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ1.5×11	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ1.5×11
713013123	1.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ1.5×12	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ1.5×12
713013133	1.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ1.5×13	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ1.5×13
713013143	1.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ1.5×14	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ1.5×14
713013153	1.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ1.5×15	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ1.5×15
713013163	1.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ1.5×16	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ1.5×16
713013183	1.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ1.5×18	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ1.5×18
713013203	1.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ1.5×20	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ1.5×20
713013223	1.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ1.5×22	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ1.5×22
713013243	1.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ1.5×24	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ1.5×24
713014063	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×6	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×6
713014073	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×7	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×7
713014083	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×8	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×8
713014093	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×9	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×9
713014103	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×10	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×10
713014113	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×11	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×11
713014123	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×12	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×12
713014133	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×13	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×13

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 302 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713014143	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×14	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×14
713014163	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×16	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×16
713014183	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×18	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×18
713014203	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×20	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×20
713014223	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×22	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×22
713014243	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×24	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×24
713014263	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×26	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×26
713014283	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×28	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×28
713014303	2.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Stardrive)	Φ2.0×30	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 1.5 mm, autorroscante (con estrella) Φ2.0×30
602017031	Distal Radius Locking Compression T-Plate	3H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T de radio distal 3H(Head3H)
602017041	Distal Radius Locking Compression T-Plate	4H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T de radio distal 4H(Head3H)
602017051	Distal Radius Locking Compression T-Plate	5H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T de radio distal 5H(Head3H)
602017061	Distal Radius Locking Compression T-Plate	6H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T de radio distal 6H(Head3H)
602017071	Distal Radius Locking Compression T-Plate	7H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T de radio distal 7H(Head3H)
602017081	Distal Radius Locking Compression T-Plate	8H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T de radio distal 8H(Head3H)
602017101	Distal Radius Locking Compression T-Plate	10H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T de radio distal 10H(Head3H)
602019033	Distal Radius Locking Compression Oblique T-Plate,left	3H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T oblicua de radio distal, izquierda 3H(Head3H)
602019043	Distal Radius Locking Compression Oblique T-Plate,left	4H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T oblicua de radio distal, izquierda 4H(Head3H)
602019053	Distal Radius Locking Compression Oblique T-Plate,left	5H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T oblicua de radio distal, izquierda 5H(Head3H)
602019063	Distal Radius Locking Compression Oblique T-Plate,left	6H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T oblicua de radio distal, izquierda 6H(Head3H)
602019073	Distal Radius Locking Compression Oblique T-Plate,left	7H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T oblicua de radio distal, izquierda 7H(Head3H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

802019083	Distal Radius Locking Compression Oblique T-Plate,left	8H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T oblicua de radio distal, izquierda 8H(Head3H)
802019034	Distal Radius Locking Compression Oblique T-Plate,right	3H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T oblicua de radio distal, derecha 3H(Head3H)
802019044	Distal Radius Locking Compression Oblique T-Plate,right	4H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T oblicua de radio distal, derecha 4H(Head3H)
802019054	Distal Radius Locking Compression Oblique T-Plate,right	5H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T oblicua de radio distal, derecha 5H(Head3H)
802019064	Distal Radius Locking Compression Oblique T-Plate,right	6H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T oblicua de radio distal, derecha 6H(Head3H)
802019074	Distal Radius Locking Compression Oblique T-Plate,right	7H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T oblicua de radio distal, derecha 7H(Head3H)
802019084	Distal Radius Locking Compression Oblique T-Plate,right	8H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en T oblicua de radio distal, derecha 8H(Head3H)
802045033	Distal Radius Volar Column Plate,left	3H(Head9H)	Placa de columna para radio distal palmar, izquierdo 3H(Head9H)
802045043	Distal Radius Volar Column Plate,left	4H(Head9H)	Placa de columna para radio distal palmar, izquierdo 4H(Head9H)
802045053	Distal Radius Volar Column Plate,left	5H(Head9H)	Placa de columna para radio distal palmar, izquierdo 5H(Head9H)
802045034	Distal Radius Volar Column Plate,right	3H(Head9H)	Placa de columna para radio distal palmar, derecho 3H(Head9H)
802045044	Distal Radius Volar Column Plate,right	4H(Head9H)	Placa de columna para radio distal palmar, derecho 4H(Head9H)
802045054	Distal Radius Volar Column Plate,right	5H(Head9H)	Placa de columna para radio distal palmar, derecho 5H(Head9H)
802046051	Distal Lateral Radius Locking Compression Plate	5H	Placa de compresion y bloqueo para radio distal lateral 5H
802046061	Distal Lateral Radius Locking Compression Plate	6H	Placa de compresion y bloqueo para radio distal lateral 6H
802047033	Distal Dorsal Radius Locking Compression L-Plate-I,left	3H(Head2H)	Placa I de copresion y bloqueo en L para radio distal dorsal, izquierda 3H(Head2H)
802047043	Distal Dorsal Radius Locking Compression L-Plate-I,left	4H(Head2H)	Placa I de copresion y bloqueo en L para radio distal dorsal, izquierda 4H(Head2H)
802047034	Distal Dorsal Radius Locking Compression L-Plate-I,right	3H(Head2H)	Placa I de copresion y bloqueo en L para radio distal dorsal, derecha 3H(Head2H)
802047044	Distal Dorsal Radius Locking Compression L-Plate-I,right	4H(Head2H)	Placa I de copresion y bloqueo en L para radio distal dorsal,derecha 4H(Head2H)
802048033	Distal Dorsal Radius Locking Compression L-Plate-II,left	3H(Head3H)	Placa II da copresion y bloqueo en L para radio distal dorsal, izquierda 3H(Head3H)
802048043	Distal Dorsal Radius Locking Compression L-Plate-II,left	4H(Head3H)	Placa II de copresion y bloqueo en L para radio distal dorsal, izquierda 4H(Head3H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co
OP 202 - 1
ISO 9001
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

802048034	Distal Dorsal Radius Locking Compression L-Plate-II,right	3H(Head3H)	Placa II de copresion y bloqueo en L para radio distal dorsal, derecha 3H(Head3H)
802048044	Distal Dorsal Radius Locking Compression L-Plate-II,right	4H(Head3H)	Placa II de copresion y bloqueo en L para radio distal dorsal, derecha 4H(Head3H)
802049033	Distal Dorsal Radius Locking Compression Oblique L-Plate,left	3H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en L oblicua de radio distal dorsal, izquierda 3H(Head3H)
802049043	Distal Dorsal Radius Locking Compression Oblique L-Plate,left	4H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en L oblicua de radio distal dorsal, izquierda 4H(Head3H)
802049034	Distal Dorsal Radius Locking Compression Oblique L-Plate,right	3H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en L oblicua de radio distal dorsal, derecha 3H(Head3H)
802049044	Distal Dorsal Radius Locking Compression Oblique L-Plate,right	4H(Head3H)	Placa de copresion y bloqueo en L oblicua de radio distal dorsal, derecha 4H(Head3H)
802050031	Distal Dorsal Radius Locking Compression T-Plate-V	3H(Head3H)	Placa V de copresion y bloqueo en T para radio distal dorsal 3H(Head3H)
802050041	Distal Dorsal Radius Locking Compression T-Plate-V	4H(Head3H)	Placa V de copresion y bloqueo en T para radio distal dorsal 4H(Head3H)
802051081	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-I	8H(Head4H)	Placa I de bloqueo y compresion de radio distal palmar 8H(Head4H)
802051101	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-I	10H(Head4H)	Placa I de bloqueo y compresion de radio distal palmar 10H(Head4H)
802051121	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-I	12H(Head4H)	Placa I de bloqueo y compresion de radio distal palmar 12H(Head4H)
802052033	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-II,left	3H(Head4H)	Placa II de bloqueo y compresion de radio distal palmar, izquierda 3H(Head4H)
802052043	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-II,left	4H(Head4H)	Placa II de bloqueo y compresion de radio distal palmar, izquierda 4H(Head4H)
802052053	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-II,left	5H(Head4H)	Placa II de bloqueo y compresion de radio distal palmar, izquierda 5H(Head4H)
802052034	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-II,right	3H(Head4H)	Placa II de bloqueo y compresion de radio distal palmar, derecha 3H(Head4H)
802052044	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-II,right	4H(Head4H)	Placa II de bloqueo y compresion de radio distal palmar, derecha 4H(Head4H)
802052054	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-II,right	5H(Head4H)	Placa II de bloqueo y compresion de radio distal palmar, derecha 5H(Head4H)
802053033	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-III,left	3H(Head5H)	Placa III de bloqueo y compresion de radio distal palmar, izquierda 3H(Head5H)
802053043	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-III,left	4H(Head5H)	Placa III de bloqueo y compresion de radio distal palmar, izquierda 4H(Head5H)
802053053	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-III,left	5H(Head5H)	Placa III de bloqueo y compresion de radio distal palmar, izquierda 5H(Head5H)
802053034	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-III,right	3H(Head5H)	Placa III de bloqueo y compresion de radio distal palmar, derecha 3H(Head5H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68 N.° 9A-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 252 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

802053044	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-III,right	4H(Head5H)	Placa III de bloqueo y compresion de radio distal palmar, derecha 4H(Head5H)
802053054	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-III,right	5H(Head5H)	Placa III de bloqueo y compresion de radio distal palmar, derecha 5H(Head5H)
802054043	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-IV,left	4H(Head5H)	Placa IV de bloqueo y compresion de radio distal palmar, izquierda 4H(Head5H)
802054053	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-IV,left	5H(Head5H)	Placa IV de bloqueo y compresion de radio distal palmar, izquierda 5H(Head5H)
802054044	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-IV,right	4H(Head5H)	Placa IV de bloqueo y compresion de radio distal palmar, derecha 4H(Head5H)
802054054	Distal Radius Volar Locking Compression Plate-IV,right	5H(Head5H)	Placa IV de bloqueo y compresion de radio distal palmar, derecha 5H(Head5H)
802006051	3.5mm Reconstruction Locking Compression Plate	5H	Placa de compresión de bloqueo para reconstrucción de 3.5mm 5H
802006061	3.5mm Reconstruction Locking Compression Plate	6H	Placa de compresión de bloqueo para reconstrucción de 3.5mm 6H
802006071	3.5mm Reconstruction Locking Compression Plate	7H	Placa de compresión de bloqueo para reconstrucción de 3.5mm 7H
802006081	3.5mm Reconstruction Locking Compression Plate	8H	Placa de compresión de bloqueo para reconstrucción de 3.5mm 8H
802006091	3.5mm Reconstruction Locking Compression Plate	9H	Placa de compresión de bloqueo para reconstrucción de 3.5mm 9H
802006101	3.5mm Reconstruction Locking Compression Plate	10H	Placa de compresión de bloqueo para reconstrucción de 3.5mm 10H
802006111	3.5mm Reconstruction Locking Compression Plate	11H	Placa de compresión de bloqueo para reconstrucción de 3.5mm 11H
802006121	3.5mm Reconstruction Locking Compression Plate	12H	Placa de compresión de bloqueo para reconstrucción de 3.5mm 12H
802006141	3.5mm Reconstruction Locking Compression Plate	14H	Placa de compresión de bloqueo para reconstrucción de 3.5mm 14H
802006161	3.5mm Reconstruction Locking Compression Plate	16H	Placa de compresión de bloqueo para reconstrucción de 3.5mm 16H
802012033	Olecranon Locking Compression Plate,left	3H(Head8H)	Placa de compresión de bloqueo del olécranon, izquierda 3H(Head8H)
802012043	Olecranon Locking Compression Plate,left	4H(Head8H)	Placa de compresión de bloqueo del olécranon, izquierda 4H(Head8H)
802012063	Olecranon Locking Compression Plate,left	6H(Head8H)	Placa de compresión de bloqueo del olécranon, izquierda 6H(Head8H)
802012083	Olecranon Locking Compression Plate,left	8H(Head8H)	Placa de compresión de bloqueo del olécranon, izquierda 8H(Head8H)
802012103	Olecranon Locking Compression Plate,left	10H(Head8H)	Placa de compresión de bloqueo del olécranon, izquierda 10H(Head8H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

802012123	Olecranon Locking Compression Plate,left	12H(Head8H)	Placa de compresión de bloqueo del olécranon, izquierda 12H(Head8H)
802012034	Olecranon Locking Compression Plate,right	3H(Head8H)	Placa de compresión de bloqueo del olécranon, Derecha 3H(Head8H)
802012044	Olecranon Locking Compression Plate,right	4H(Head8H)	Placa de compresión de bloqueo del olécranon, Derecha 4H(Head8H)
802012064	Olecranon Locking Compression Plate,right	6H(Head8H)	Placa de compresión de bloqueo del olécranon, Derecha 6H(Head8H)
802012084	Olecranon Locking Compression Plate,right	8H(Head8H)	Placa de compresión de bloqueo del olécranon, Derecha 8H(Head8H)
802012104	Olecranon Locking Compression Plate,right	10H(Head8H)	Placa de compresión de bloqueo del olécranon, Derecha 10H(Head8H)
802012124	Olecranon Locking Compression Plate,right	12H(Head8H)	Placa de compresión de bloqueo del olécranon, Derecha 12H(Head8H)
802013031	Proximal Humeral Locking Compression Plate	3H(Head9H)	Placa de Bloqueo proximal de húmero 3H(Head9H)
802013041	Proximal Humeral Locking Compression Plate	4H(Head8H)	Placa de Bloqueo proximal de húmero 4H(Head8H)
802013051	Proximal Humeral Locking Compression Plate	5H(Head9H)	Placa de Bloqueo proximal de húmero 5H(Head9H)
802013061	Proximal Humeral Locking Compression Plate	6H(Head9H)	Placa de Bloqueo proximal de húmero 6H(Head9H)
802013081	Proximal Humeral Locking Compression Plate	8H(Head9H)	Placa de Bloqueo proximal de húmero 8H(Head9H)
802013101	Proximal Humeral Locking Compression Plate	10H(Head9H)	Placa de Bloqueo proximal de húmero 10H(Head9H)
802013121	Proximal Humeral Locking Compression Plate	12H(Head9H)	Placa de Bloqueo proximal de húmero 12H(Head9H)
802263051	Proximal Humeral Variable Angle Locking Compression Plate	5H(Head9H)	Placa de compresión y bloqueo proximal de angulo variable 5H(Head9H)
802263061	Proximal Humeral Variable Angle Locking Compression Plate	6H(Head9H)	Placa de compresión y bloqueo proximal de angulo variable 6H(Head9H)
802263081	Proximal Humeral Variable Angle Locking Compression Plate	8H(Head9H)	Placa de compresión y bloqueo proximal de angulo variable 8H(Head9H)
802263101	Proximal Humeral Variable Angle Locking Compression Plate	10H(Head9H)	Placa de compresión y bloqueo proximal de angulo variable 10H(Head9H)
802263121	Proximal Humeral Variable Angle Locking Compression Plate	12H(Head9H)	Placa de compresión y bloqueo proximal de angulo variable 12H(Head9H)
802021041	3.5mm Curved Locking Compression Plate	4H	Placa de compresión y bloqueo curva de 3.5 mm 4H
802021061	3.5mm Curved Locking Compression Plate	6H	Placa de compresión y bloqueo curva de 3.5 mm 6H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 26 N.° 64-128
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 332 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602021081	3.5mm Curved Locking Compression Plate	8H	Placa de compresión y bloqueo curva de 3.5 mm 8H
602021101	3.5mm Curved Locking Compression Plate	10H	Placa de compresión y bloqueo curva de 3.5 mm 10H
602021121	3.5mm Curved Locking Compression Plate	12H	Placa de compresión y bloqueo curva de 3.5 mm 12H
602021141	3.5mm Curved Locking Compression Plate	14H	Placa de compresión y bloqueo curva de 3.5 mm 14H
602021161	3.5mm Curved Locking Compression Plate	16H	Placa de compresión y bloqueo curva de 3.5 mm 16H
602023061	3.5/4.5mm Metaphyseal Locking Compression Plate	6H	Placa de compresión y bloqueo metafisaria de 3.5 / 4.5 mm 6H
602023071	3.5/4.5mm Metaphyseal Locking Compression Plate	7H	Placa de compresión y bloqueo metafisaria de 3.5 / 4.5 mm 7H
602023081	3.5/4.5mm Metaphyseal Locking Compression Plate	8H	Placa de compresión y bloqueo metafisaria de 3.5 / 4.5 mm 8H
602023091	3.5/4.5mm Metaphyseal Locking Compression Plate	9H	Placa de compresión y bloqueo metafisaria de 3.5 / 4.5 mm 9H
602023101	3.5/4.5mm Metaphyseal Locking Compression Plate	10H	Placa de compresión y bloqueo metafisaria de 3.5 / 4.5 mm 10H
602023121	3.5/4.5mm Metaphyseal Locking Compression Plate	12H	Placa de compresión y bloqueo metafisaria de 3.5 / 4.5 mm 12H
602029041	3.5mm Locking Compression Plate,narrow	4H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, estrecha 4H
602029051	3.5mm Locking Compression Plate,narrow	5H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, estrecha 5H
602029061	3.5mm Locking Compression Plate,narrow	6H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, estrecha 6H
602029071	3.5mm Locking Compression Plate,narrow	7H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, estrecha 7H
602029081	3.5mm Locking Compression Plate,narrow	8H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, estrecha 8H
602029091	3.5mm Locking Compression Plate,narrow	9H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, estrecha 9H
602029101	3.5mm Locking Compression Plate,narrow	10H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, estrecha 10H
602029121	3.5mm Locking Compression Plate,narrow	12H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, estrecha 12H
602029141	3.5mm Locking Compression Plate,narrow	14H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, estrecha 14H
602030041	3.5mm Locking Compression Plate,broad	4H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, ancha 4H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602030051	3.5mm Locking Compression Plate,broad	5H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, ancha 5H
602030061	3.5mm Locking Compression Plate,broad	6H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, ancha 6H
602030071	3.5mm Locking Compression Plate,broad	7H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, ancha 7H
602030081	3.5mm Locking Compression Plate,broad	8H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, ancha 8H
602030091	3.5mm Locking Compression Plate,broad	9H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, ancha 9H
602030101	3.5mm Locking Compression Plate,broad	10H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, ancha 10H
602030121	3.5mm Locking Compression Plate,broad	12H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, ancha 12H
602030141	3.5mm Locking Compression Plate,broad	14H	placa de compresión y bloqueo de 3.5 mm, ancha 14H
602031033	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-I,left	3H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, izquierdo, 3H(Head5H)
602031053	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-I,left	5H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, izquierdo, 5H(Head5H)
602031073	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-I,left	7H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, izquierdo, 7H(Head5H)
602031093	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-I,left	9H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, izquierdo, 9H(Head5H)
602031034	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-I,right	3H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, derecho, 3H(Head5H)
602031054	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-I,right	5H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, derecho, 5H(Head5H)
602031074	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-I,right	7H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, derecho, 7H(Head5H)
602031094	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-I,right	9H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, derecho, 9H(Head5H)
602281033	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-I,left	3H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, izquierdo 3H(Head5H)
602281053	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-I,left	5H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, izquierdo 5H(Head5H)
602281073	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-I,left	7H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, izquierdo 7H(Head5H)
602281093	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-I,left	9H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, izquierdo 9H(Head5H)
602281034	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-I,right	3H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, derecho 3H(Head5H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Medicos y otras Tecnologias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602281054	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-I,right	5H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, derecho 5H(Head5H)
602281074	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-I,right	7H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, derecho 7H(Head5H)
602281094	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-I,right	9H(Head5H)	Placa I de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, derecho 9H(Head5H)
602032033	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-II,left	3H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, izquierdo 3H(Head3H)
602032053	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-II,left	5H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, izquierdo 5H(Head3H)
602032073	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-II,left	7H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, izquierdo 7H(Head3H)
602032093	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-II,left	9H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, izquierdo 9H(Head3H)
602032034	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-II,right	3H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, derecho 3H(Head3H)
602032054	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-II,right	5H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, derecho 5H(Head3H)
602032074	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-II,right	7H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, derecho 7H(Head3H)
602032094	Distal Dorsal Humerus Locking Compression Plate-II,right	9H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para húmero distal dorsal, derecho 9H(Head3H)
602282033	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-II,left	3H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, izquierdo 3H(Head3H)
602282053	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-II,left	5H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, izquierdo 5H(Head3H)
602282073	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-II,left	7H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, izquierdo 7H(Head3H)
602282093	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-II,left	9H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, izquierdo 9H(Head3H)
602282034	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-II,right	3H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, derecho 3H(Head3H)
602282054	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-II,right	5H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, derecho 5H(Head3H)
602282074	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-II,right	7H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, derecho 7H(Head3H)
602282094	Distal Dorsal Humerus Variable Angle Locking Compression Plate-II,right	9H(Head3H)	Placa II de compresion y bloqueo para humero distal dorsal de angulo variable, derecho 9H(Head3H)
602033033	Distal Medial Humerus Locking Compression Plate,left	3H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo para humero distal medial, izquierdo 3H(Head3H)
602033053	Distal Medial Humerus Locking Compression Plate,left	5H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo para humero distal medial, izquierdo 5H(Head3H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 3148700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 252 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602033073	Distal Medial Humerus Locking Compression Plate,left	7H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo para humero distal medial, izquierdo 7H(Head3H)
602033093	Distal Medial Humerus Locking Compression Plate,left	9H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo para humero distal medial, izquierdo 9H(Head3H)
602033034	Distal Medial Humerus Locking Compression Plate,right	3H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo para humero distal medial, derecho 3H(Head3H)
602033054	Distal Medial Humerus Locking Compression Plate,right	5H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo para humero distal medial, derecho 5H(Head3H)
602033074	Distal Medial Humerus Locking Compression Plate,right	7H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo para humero distal medial, derecho 7H(Head3H)
602033094	Distal Medial Humerus Locking Compression Plate,right	9H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo para humero distal medial, derecho 9H(Head3H)
602040033	Clavicular Hook Locking Compression Plate,left	3H(Head2H)	Placa de compresión y bloqueo de gancho clavicular, izquierdo 3H(Head2H)
602040043	Clavicular Hook Locking Compression Plate,left	4H(Head2H)	Placa de compresión y bloqueo de gancho clavicular, izquierdo 4H(Head2H)
602040053	Clavicular Hook Locking Compression Plate,left	5H(Head2H)	Placa de compresión y bloqueo de gancho clavicular, izquierdo 5H(Head2H)
602040063	Clavicular Hook Locking Compression Plate,left	6H(Head2H)	Placa de compresión y bloqueo de gancho clavicular, izquierdo 6H(Head2H)
602040073	Clavicular Hook Locking Compression Plate,left	7H(Head2H)	Placa de compresión y bloqueo de gancho clavicular, izquierdo 7H(Head2H)
602040034	Clavicular Hook Locking Compression Plate,right	3H(Head2H)	Placa de compresión y bloqueo de gancho clavicular, Derecho 3H(Head2H)
602040044	Clavicular Hook Locking Compression Plate,right	4H(Head2H)	Placa de compresión y bloqueo de gancho clavicular, Derecho 4H(Head2H)
602040054	Clavicular Hook Locking Compression Plate,right	5H(Head2H)	Placa de compresión y bloqueo de gancho clavicular, Derecho 5H(Head2H)
602040064	Clavicular Hook Locking Compression Plate,right	6H(Head2H)	Placa de compresión y bloqueo de gancho clavicular, Derecho 6H(Head2H)
602040074	Clavicular Hook Locking Compression Plate,right	7H(Head2H)	Placa de compresión y bloqueo de gancho clavicular, Derecho 7H(Head2H)
602630063	Clavicular Locking S Plate,left	6H	Placa de bloqueo clavicular, izquierdo. 6H
602630073	Clavicular Locking S Plate,left	7H	Placa de bloqueo clavicular, izquierdo. 7H
602630083	Clavicular Locking S Plate,left	8H	Placa de bloqueo clavicular, izquierdo. 8H
602630093	Clavicular Locking S Plate,left	9H	Placa de bloqueo clavicular, izquierdo. 9H
602630103	Clavicular Locking S Plate,left	10H	Placa de bloqueo clavicular, izquierdo. 10H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

802630064	Clavicular Locking S Plate,right	6H	Placa de bloqueo clavicular, derecho. 6H
802630074	Clavicular Locking S Plate,right	7H	Placa de bloqueo clavicular, derecho. 7H
802630084	Clavicular Locking S Plate,right	8H	Placa de bloqueo clavicular, derecho. 8H
802630094	Clavicular Locking S Plate,right	9H	Placa de bloqueo clavicular, derecho. 9H
802630104	Clavicular Locking S Plate,right	10H	Placa de bloqueo clavicular, derecho. 10H
802068063	Clavicular Reconstruction Locking Compression Plate,left	6H	Placa de compresión y bloqueo de reconstruccion clavicular, izquierda. 6H
802068073	Clavicular Reconstruction Locking Compression Plate,left	7H	Placa de compresión y bloqueo de reconstruccion clavicular, izquierda. 7H
802068083	Clavicular Reconstruction Locking Compression Plate,left	8H	Placa de compresión y bloqueo de reconstruccion clavicular, izquierda. 8H
802068064	Clavicular Reconstruction Locking Compression Plate,right	6H	Placa de compresión y bloqueo de reconstruccion clavicular,Derecha. 6H
802068074	Clavicular Reconstruction Locking Compression Plate,right	7H	Placa de compresión y bloqueo de reconstruccion clavicular,Derecha. 7H
802068084	Clavicular Reconstruction Locking Compression Plate,right	8H	Placa de compresión y bloqueo de reconstruccion clavicular,Derecha. 8H
802069033	Anterolateral Clavicular Locking Compression Plate,left	3H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral, izquierda 3H(Head6H)
802069043	Anterolateral Clavicular Locking Compression Plate,left	4H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral, izquierda 4H(Head6H)
802069053	Anterolateral Clavicular Locking Compression Plate,left	5H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral, izquierda 5H(Head6H)
802069063	Anterolateral Clavicular Locking Compression Plate,left	6H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral, izquierda 6H(Head6H)
802069073	Anterolateral Clavicular Locking Compression Plate,left	7H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral, izquierda 7H(Head6H)
802069083	Anterolateral Clavicular Locking Compression Plate,left	8H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral, izquierda 8H(Head6H)
802069034	Anterolateral Clavicular Locking Compression Plate,right	3H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral, derecha 3H(Head6H)
802069044	Anterolateral Clavicular Locking Compression Plate,right	4H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral, derecha 4H(Head6H)
802069054	Anterolateral Clavicular Locking Compression Plate,right	5H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral, derecha 5H(Head6H)
802069064	Anterolateral Clavicular Locking Compression Plate,right	6H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral, derecha 6H(Head6H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 262 - 1 SC 7941 - 1 CO-SC-7941-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602069074	Anterolateral Clavicular Locking Compression Plate,right	7H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral, derecha 7H(Head6H)
602069084	Anterolateral Clavicular Locking Compression Plate,right	8H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral, derecha 8H(Head6H)
602319033	Anterolateral Clavicular Variable Angle Locking Compression Plate,left	3H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral de angulo variable, izquierda. 3H(Head6H)
602319043	Anterolateral Clavicular Variable Angle Locking Compression Plate,left	4H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral de angulo variable, izquierda. 4H(Head6H)
602319053	Anterolateral Clavicular Variable Angle Locking Compression Plate,left	5H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral de angulo variable, izquierda. 5H(Head6H)
602319063	Anterolateral Clavicular Variable Angle Locking Compression Plate,left	6H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral de angulo variable, izquierda. 6H(Head6H)
602319073	Anterolateral Clavicular Variable Angle Locking Compression Plate,left	7H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral de angulo variable, izquierda. 7H(Head6H)
602319083	Anterolateral Clavicular Variable Angle Locking Compression Plate,left	8H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral de angulo variable, izquierda. 8H(Head6H)
602319034	Anterolateral Clavicular Variable Angle Locking Compression Plate,right	3H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral de angulo variable, Derecha. 3H(Head6H)
602319044	Anterolateral Clavicular Variable Angle Locking Compression Plate,right	4H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral de angulo variable, Derecha. 4H(Head6H)
602319054	Anterolateral Clavicular Variable Angle Locking Compression Plate,right	5H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral de angulo variable, Derecha. 5H(Head6H)
602319064	Anterolateral Clavicular Variable Angle Locking Compression Plate,right	6H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral de angulo variable, Derecha. 6H(Head6H)
602319074	Anterolateral Clavicular Variable Angle Locking Compression Plate,right	7H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral de angulo variable, Derecha. 7H(Head6H)
602319084	Anterolateral Clavicular Variable Angle Locking Compression Plate,right	8H(Head6H)	Placa de compresion y bloqueo clavicular anterolateral de angulo variable, Derecha. 8H(Head6H)
602003051	5.0mm Locking Compression Plate,broad	5H	Placa de compresión y bloqueo de 5.0 mm, amplio. 5H
602003061	5.0mm Locking Compression Plate,broad	6H	Placa de compresión y bloqueo de 5.0 mm, amplio. 6H
602003071	5.0mm Locking Compression Plate,broad	7H	Placa de compresión y bloqueo de 5.0 mm, amplio. 7H
602003081	5.0mm Locking Compression Plate,broad	8H	Placa de compresión y bloqueo de 5.0 mm, amplio. 8H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

802003091	5.0mm Locking Compression Plate,broad	9H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, amplio. 9H
802003101	5.0mm Locking Compression Plate,broad	10H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, amplio. 10H
802003111	5.0mm Locking Compression Plate,broad	11H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, amplio. 11H
802003121	5.0mm Locking Compression Plate,broad	12H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, amplio. 12H
802003141	5.0mm Locking Compression Plate,broad	14H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, amplio. 14H
802003161	5.0mm Locking Compression Plate,broad	16H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, amplio. 16H
802005051	5.0mm Locking Compression Plate,narrow	5H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, estrecho. 5H
802005061	5.0mm Locking Compression Plate,narrow	6H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, estrecho. 6H
802005071	5.0mm Locking Compression Plate,narrow	7H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, estrecho. 7H
802005081	5.0mm Locking Compression Plate,narrow	8H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, estrecho. 8H
802005091	5.0mm Locking Compression Plate,narrow	9H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, estrecho. 9H
802005101	5.0mm Locking Compression Plate,narrow	10H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, estrecho. 10H
802005111	5.0mm Locking Compression Plate,narrow	11H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, estrecho. 11H
802005121	5.0mm Locking Compression Plate,narrow	12H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, estrecho. 12H
802005141	5.0mm Locking Compression Plate,narrow	14H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, estrecho. 14H
802005161	5.0mm Locking Compression Plate,narrow	16H	Placa de commpresión y bloqueo de 5.0 mm, estrecho. 16H
802022081	3.5mm Metaphyseal Locking Compression Plate	8H	placa de compresion y bloqueo metafisiaria de 3.5 mm 8H
802022091	3.5mm Metaphyseal Locking Compression Plate	9H	placa de compresion y bloqueo metafisiaria de 3.5 mm 9H
802022101	3.5mm Metaphyseal Locking Compression Plate	10H	placa de compresion y bloqueo metafisiaria de 3.5 mm 10H
802022111	3.5mm Metaphyseal Locking Compression Plate	11H	placa de compresion y bloqueo metafisiaria de 3.5 mm 11H
802022121	3.5mm Metaphyseal Locking Compression Plate	12H	placa de compresion y bloqueo metafisiaria de 3.5 mm 12H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.°64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 252 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

802022131	3.5mm Metaphyseal Locking Compression Plate	13H	placa de compresion y bloqueo metafisiaria de 3.5 mm 13H
802022141	3.5mm Metaphyseal Locking Compression Plate	14H	placa de compresion y bloqueo metafisiaria de 3.5 mm 14H
802022161	3.5mm Metaphyseal Locking Compression Plate	16H	placa de compresion y bloqueo metafisiaria de 3.5 mm 16H
802007053	Distal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	5H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal lateral, izquierda. 5H(Head3H)
802007073	Distal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	7H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal lateral, izquierda. 7H(Head3H)
802007093	Distal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	9H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal lateral, izquierda. 9H(Head3H)
802007113	Distal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	11H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal lateral, izquierda. 11H(Head3H)
802007133	Distal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	13H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal lateral, izquierda. 13H(Head3H)
802007054	Distal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	5H(Head3H))	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal lateral, Derecha. 5H(Head3H))
802007074	Distal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	7H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal lateral, Derecha. 7H(Head3H)
802007094	Distal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	9H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal lateral, Derecha. 9H(Head3H)
802007114	Distal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	11H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal lateral, Derecha. 11H(Head3H)
802007134	Distal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	13H(Head3H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal lateral, Derecha. 13H(Head3H)
802026063	Locking Compression T-Plate,left	6H	Placa de compresion y bloqueo en T, izquierda 6H
802026083	Locking Compression T-Plate,left	8H	Placa de compresion y bloqueo en T, izquierda 8H
802026103	Locking Compression T-Plate,left	10H	Placa de compresion y bloqueo en T, izquierda 10H
802026123	Locking Compression T-Plate,left	12H	Placa de compresion y bloqueo en T, izquierda 12H
802026064	Locking Compression T-Plate,right	6H	Placa de compresion y bloqueo en T, Derecha 6H
802026084	Locking Compression T-Plate,right	8H	Placa de compresion y bloqueo en T, Derecha 8H
802026104	Locking Compression T-Plate,right	10H	Placa de compresion y bloqueo en T, Derecha 10H
802026124	Locking Compression T-Plate,right	12H	Placa de compresion y bloqueo en T, Derecha 12H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602009043	Distal Medial Tibia Locking Compression Plate,left	4H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal medial, Izquierda 4H(Head9H)
602009063	Distal Medial Tibia Locking Compression Plate,left	6H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal medial, Izquierda 6H(Head9H)
602009083	Distal Medial Tibia Locking Compression Plate,left	8H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal medial, Izquierda 8H(Head9H)
602009103	Distal Medial Tibia Locking Compression Plate,left	10H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal medial, Izquierda 10H(Head9H)
602009123	Distal Medial Tibia Locking Compression Plate,left	12H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal medial, Izquierda 12H(Head9H)
602009143	Distal Medial Tibia Locking Compression Plate,left	14H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal medial, Izquierda 14H(Head9H)
602009163	Distal Medial Tibia Locking Compression Plate,left	16H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal medial, Izquierda 16H(Head9H)
602009044	Distal Medial Tibia Locking Compression Plate,right	4H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal medial, derecha 4H(Head9H)
602009064	Distal Medial Tibia Locking Compression Plate,right	6H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal medial, derecha 6H(Head9H)
602009084	Distal Medial Tibia Locking Compression Plate,right	8H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal medial, derecha 8H(Head9H)
602009104	Distal Medial Tibia Locking Compression Plate,right	10H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal medial, derecha 10H(Head9H)
602009124	Distal Medial Tibia Locking Compression Plate,right	12H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal medial, derecha 12H(Head9H)
602009144	Distal Medial Tibia Locking Compression Plate,right	14H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal medial, derecha 14H(Head9H)
602009164	Distal Medial Tibia Locking Compression Plate,right	16H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal medial, derecha 16H(Head9H)
602259043	Distal Medial Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	4H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal medial de angulo variable, izquierdo 4H(Head9H)
602259063	Distal Medial Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	6H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal medial de angulo variable, izquierdo 6H(Head9H)
602259083	Distal Medial Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	8H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal medial de angulo variable, izquierdo 8H(Head9H)
602259103	Distal Medial Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	10H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal medial de angulo variable, izquierdo 10H(Head9H)
602259123	Distal Medial Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	12H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal medial de angulo variable, izquierdo 12H(Head9H)
602259143	Distal Medial Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	14H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal medial de angulo variable, izquierdo 14H(Head9H)
602259163	Distal Medial Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	16H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal medial de angulo variable, izquierdo 16H(Head9H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

802259044	Distal Medial Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	4H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal medial de angulo variable, derecho 4H(Head9H)
802259064	Distal Medial Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	6H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal medial de angulo variable, derecho 6H(Head9H)
802259084	Distal Medial Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	8H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal medial de angulo variable, derecho 8H(Head9H)
802259104	Distal Medial Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	10H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal medial de angulo variable, derecho 10H(Head9H)
802259124	Distal Medial Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	12H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal medial de angulo variable, derecho 12H(Head9H)
802259144	Distal Medial Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	14H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal medial de angulo variable, derecho 14H(Head9H)
802259164	Distal Medial Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	16H(Head9H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal medial de angulo variable, derecho 16H(Head9H)
802010053	Proximal Medial Tibia Locking Compression Plate,left	5H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal medial, izquierda 5H(Head4H)
802010073	Proximal Medial Tibia Locking Compression Plate,left	7H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal medial, izquierda 7H(Head4H)
802010093	Proximal Medial Tibia Locking Compression Plate,left	9H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal medial, izquierda 9H(Head4H)
802010113	Proximal Medial Tibia Locking Compression Plate,left	11H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal medial, izquierda 11H(Head4H)
802010133	Proximal Medial Tibia Locking Compression Plate,left	13H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal medial, izquierda 13H(Head4H)
802010054	Proximal Medial Tibia Locking Compression Plate,right	5H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal medial, derecha 5H(Head4H)
802010074	Proximal Medial Tibia Locking Compression Plate,right	7H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal medial, derecha 7H(Head4H)
802010094	Proximal Medial Tibia Locking Compression Plate,right	9H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal medial, derecha 9H(Head4H)
802010114	Proximal Medial Tibia Locking Compression Plate,right	11H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal medial, derecha 11H(Head4H)
802010134	Proximal Medial Tibia Locking Compression Plate,right	13H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal medial, derecha 13H(Head4H)
802011053	Proximal Lateral Tibia Locking Plate,left	5H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral, izquierda 5H(Head5H)
802011073	Proximal Lateral Tibia Locking Plate,left	7H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral, izquierda 7H(Head5H)
802011093	Proximal Lateral Tibia Locking Plate,left	9H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral, izquierda 9H(Head5H)
802011113	Proximal Lateral Tibia Locking Plate,left	11H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral, izquierda 11H(Head5H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 #
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 282 - 1 ISO 9001 SC 7341 - 1 IQNet CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602011133	Proximal Lateral Tibia Locking Plate,left	13H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral, izquierda 13H(Head5H)
602011054	Proximal Lateral Tibia Locking Plate,right	5H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral, derecha 5H(Head5H)
602011074	Proximal Lateral Tibia Locking Plate,right	7H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral, derecha 7H(Head5H)
602011094	Proximal Lateral Tibia Locking Plate,right	9H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral, derecha 9H(Head5H)
602011114	Proximal Lateral Tibia Locking Plate,right	11H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral, derecha 11H(Head5H)
602011134	Proximal Lateral Tibia Locking Plate,right	13H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral, derecha 13H(Head5H)
602261053	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Plate,left	5H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral, izquierda 5H(Head5H)
602261073	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Plate,left	7H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral de angulo variable, izquierdo 7H(Head5H)
602261093	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Plate,left	9H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral de angulo variable, izquierdo 9H(Head5H)
602261113	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Plate,left	11H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral de angulo variable, izquierdo 11H(Head5H)
602261133	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Plate,left	13H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral de angulo variable, izquierdo 13H(Head5H)
602261054	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Plate,right	5H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral de angulo variable, derecho 5H(Head5H)
602261074	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Plate,right	7H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral de angulo variable, derecho 7H(Head5H)
602261094	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Plate,right	9H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral de angulo variable, derecho 9H(Head5H)
602261114	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Plate,right	11H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral de angulo variable, derecho 11H(Head5H)
602261134	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Plate,right	13H(Head5H)	Placa de bloqueo de tibia proximal lateral de angulo variable, derecho 13H(Head5H)
602008053	Distal Lateral Femoral Locking Plate,left	5H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral, izquierdo 5H(Head7H)
602008073	Distal Lateral Femoral Locking Plate,left	7H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral, izquierdo 7H(Head7H)
602008093	Distal Lateral Femoral Locking Plate,left	9H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral, izquierdo 9H(Head7H)
602008113	Distal Lateral Femoral Locking Plate,left	11H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral, izquierdo 11H(Head7H)
602008133	Distal Lateral Femoral Locking Plate,left	13H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral, izquierdo 13H(Head7H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N °64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 002 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602008054	Distal Lateral Femoral Locking Plate,right	5H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral, derecho 5H(Head7H)
602008074	Distal Lateral Femoral Locking Plate,right	7H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral, derecho 7H(Head7H)
602008094	Distal Lateral Femoral Locking Plate,right	9H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral, derecho 9H(Head7H)
602008114	Distal Lateral Femoral Locking Plate,right	11H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral, derecho 11H(Head7H)
602008134	Distal Lateral Femoral Locking Plate,right	13H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral, derecho 13H(Head7H)
602258063	Distal Lateral Femoral Variable Angle Locking Plate,left	5H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral de angulo variable, izquierdo 5H(Head7H)
602258073	Distal Lateral Femoral Variable Angle Locking Plate,left	7H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral de angulo variable, izquierdo 7H(Head7H)
602258093	Distal Lateral Femoral Variable Angle Locking Plate,left	9H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral de angulo variable, izquierdo 9H(Head7H)
602258113	Distal Lateral Femoral Variable Angle Locking Plate,left	11H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral de angulo variable, izquierdo 11H(Head7H)
602258133	Distal Lateral Femoral Variable Angle Locking Plate,left	13H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral de angulo variable, izquierdo 13H(Head7H)
602258054	Distal Lateral Femoral Variable Angle Locking Plate,right	5H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral de angulo variable, derecho 5H(Head7H)
602258074	Distal Lateral Femoral Variable Angle Locking Plate,right	7H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral de angulo variable, derecho 7H(Head7H)
602258094	Distal Lateral Femoral Variable Angle Locking Plate,right	9H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral de angulo variable, derecho 9H(Head7H)
602258114	Distal Lateral Femoral Variable Angle Locking Plate,right	11H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral de angulo variable, derecho 11H(Head7H)
602258134	Distal Lateral Femoral Variable Angle Locking Plate,right	13H(Head7H)	Placa de bloqueo femoral distal lateral de angulo variable, derecho 13H(Head7H)
602035053	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,left	5H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral, izquierdo 5H(Head4H)
602035073	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,left	7H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral, izquierdo 7H(Head4H)
602035093	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,left	9H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral, izquierdo 9H(Head4H)
602035113	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,left	11H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral, izquierdo 11H(Head4H)
602035133	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,left	13H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral, izquierdo 13H(Head4H)
602035153	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,left	15H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral, izquierdo 15H(Head4H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

802035173	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,left	17H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral, izquierdo 17H(Head4H)
802035193	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,left	19H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral, izquierdo 19H(Head4H)
802035213	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,left	21H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral, izquierdo 21H(Head4H)
802035054	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,right	5H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral,derecho 5H(Head4H)
802035074	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,right	7H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral,derecho 7H(Head4H)
802035094	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,right	9H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral,derecho 9H(Head4H)
802035114	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,right	11H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral,derecho 11H(Head4H)
802035134	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,right	13H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral,derecho 13H(Head4H)
802035154	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,right	15H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral,derecho 15H(Head4H)
802035174	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,right	17H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral,derecho 17H(Head4H)
802035194	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,right	19H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral,derecho 19H(Head4H)
802035214	Anterolateral Distal Tibia Locking Compression Plate,right	21H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo de tibia distal anterolateral,derecho 21H(Head4H)
802285053	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	5H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, izquierdo 5H(Head4H)
802285073	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	7H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, izquierdo 7H(Head4H)
802285093	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	9H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, izquierdo 9H(Head4H)
802285113	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	11H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, izquierdo 11H(Head4H)
802285133	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	13H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, izquierdo 13H(Head4H)
802285153	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	15H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, izquierdo 15H(Head4H)
802285173	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	17H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, izquierdo 17H(Head4H)
802285193	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	19H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, izquierdo 19H(Head4H)
802285213	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	21H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, izquierdo 21H(Head4H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 262 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602285054	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	5H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, izquierdo 5H(Head4H)
602285074	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	7H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, derecho 7H(Head4H)
602285094	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	9H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, derecho 9H(Head4H)
602285114	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	11H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, derecho 11H(Head4H)
602285134	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	13H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, derecho 13H(Head4H)
602285154	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	15H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, derecho 15H(Head4H)
602285174	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	17H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, derecho 17H(Head4H)
602285194	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	19H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, derecho 19H(Head4H)
602285214	Anterolateral Distal Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	21H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia distal anterolateral de angulo variable, derecho 21H(Head4H)
602042033	Distal Fibula Locking Compression Plate,left	3H(Head5H)	Placa de compresion y bloqueo para peroné distal, izquierdo 3H(Head5H)
602042043	Distal Fibula Locking Compression Plate,left	4H(Head5H)	Placa de compresion y bloqueo para peroné distal, izquierdo 4H(Head5H)
602042063	Distal Fibula Locking Compression Plate,left	5H(Head5H)	Placa de compresion y bloqueo para peroné distal, izquierdo 5H(Head5H)
602042063	Distal Fibula Locking Compression Plate,left	6H(Head5H)	Placa de compresion y bloqueo para peroné distal, izquierdo 6H(Head5H)
602042073	Distal Fibula Locking Compression Plate,left	7H(Head5H)	Placa de compresion y bloqueo para peroné distal, izquierdo 7H(Head5H)
602042093	Distal Fibula Locking Compression Plate,left	9H(Head5H)	Placa de compresion y bloqueo para peroné distal, izquierdo 9H(Head5H)
602042113	Distal Fibula Locking Compression Plate,left	11H(Head5H)	Placa de compresion y bloqueo para peroné distal, izquierdo 11H(Head5H)
602042034	Distal Fibula Locking Compression Plate,right	3H(Head5H)	Placa de compresion y bloqueo para peroné distal, derecho 3H(Head5H)
602042044	Distal Fibula Locking Compression Plate,right	4H(Head5H)	Placa de compresion y bloqueo para peroné distal, derecho 4H(Head5H)
602042054	Distal Fibula Locking Compression Plate,right	5H(Head5H)	Placa de compresion y bloqueo para peroné distal, derecho 5H(Head5H)
602042064	Distal Fibula Locking Compression Plate,right	6H(Head5H)	Placa de compresion y bloqueo para peroné distal, derecho 5H(Head5H)
602042074	Distal Fibula Locking Compression Plate,right	7H(Head5H)	Placa de compresion y bloqueo para peroné distal, derecho 7H(Head5H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N °64/28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602042094	Distal Fibula Locking Compression Plate,right	5H(Head5H)	Placa de compresion y bloqueo para peroné distal, derecho 5H(Head5H)
602042114	Distal Fibula Locking Compression Plate,right	11H(Head5H)	Placa de compresion y bloqueo para peroné distal, derecho 11H(Head5H)
602056031	Proximal Femoral Locking Compression Plate-II	3H(Head5H)	Placa II de compresion y bloqueo para femur proximal 3H(Head5H)
602056041	Proximal Femoral Locking Compression Plate-II	4H(Head5H)	Placa II de compresion y bloqueo para femur proximal 4H(Head5H)
602056051	Proximal Femoral Locking Compression Plate-II	5H(Head5H)	Placa II de compresion y bloqueo para femur proximal 5H(Head5H)
602056061	Proximal Femoral Locking Compression Plate-II	6H(Head5H)	Placa II de compresion y bloqueo para femur proximal 6H(Head5H)
602056081	Proximal Femoral Locking Compression Plate-II	8H(Head5H)	Placa II de compresion y bloqueo para femur proximal 8H(Head5H)
602056101	Proximal Femoral Locking Compression Plate-II	10H(Head5H)	Placa II de compresion y bloqueo para femur proximal 10H(Head5H)
602056121	Proximal Femoral Locking Compression Plate-II	12H(Head5H)	Placa II de compresion y bloqueo para femur proximal 12H(Head5H)
602057043	Proximal Femoral Locking Compression Plate,left	4H,Big	Placa de compresion y bloqueo para femur proximal, izquierdo 4H,Big
602057044	Proximal Femoral Locking Compression Plate,right	4H,Big	Placa de compresion y bloqueo para femur proximal, derecho 4H,Big
602058043	Proximal Femoral Locking Compression Plate,left	4H,Small	Placa de compresion y bloqueo para femur proximal, izquierdo 4H,Small
602058044	Proximal Femoral Locking Compression Plate,right	4H,Small	Placa de compresion y bloqueo para femur proximal, derecho 4H,Small
602060043	Proximal Femoral Locking Compression Plate-V,left	4H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal, izquierdo 4H(Head4H)
602060063	Proximal Femoral Locking Compression Plate-V,left	6H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal, izquierdo 6H(Head4H)
602060083	Proximal Femoral Locking Compression Plate-V,left	8H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal, izquierdo 8H(Head4H)
602060103	Proximal Femoral Locking Compression Plate-V,left	10H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal, izquierdo 10H(Head4H)
602060123	Proximal Femoral Locking Compression Plate-V,left	12H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal, izquierdo 12H(Head4H)
602060143	Proximal Femoral Locking Compression Plate-V,left	14H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal, izquierdo 14H(Head4H)
602060044	Proximal Femoral Locking Compression Plate-V,right	4H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal, derecho 4H(Head4H)
602060064	Proximal Femoral Locking Compression Plate-V,right	6H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal, derecho 6H(Head4H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 302 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

802060084	Proximal Femoral Locking Compression Plate-V,right	8H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal, derecho 8H(Head4H)
802060104	Proximal Femoral Locking Compression Plate-V,right	10H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal, derecho 10H(Head4H)
802060124	Proximal Femoral Locking Compression Plate-V,right	12H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal, derecho 12H(Head4H)
802060144	Proximal Femoral Locking Compression Plate-V,right	14H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal, derecho 14H(Head4H)
802310043	Proximal Femoral Variable Angle Locking Compression Plate-V,left	4H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal con angulo variable, izquierdo 4H(Head4H)
802310063	Proximal Femoral Variable Angle Locking Compression Plate-V,left	6H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal con angulo variable, izquierdo 6H(Head4H)
802310083	Proximal Femoral Variable Angle Locking Compression Plate-V,left	8H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal con angulo variable, izquierdo 8H(Head4H)
802310103	Proximal Femoral Variable Angle Locking Compression Plate-V,left	10H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal con angulo variable, izquierdo 10H(Head4H)
802310123	Proximal Femoral Variable Angle Locking Compression Plate-V,left	12H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal con angulo variable, izquierdo 12H(Head4H)
802310143	Proximal Femoral Variable Angle Locking Compression Plate-V,left	14H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal con angulo variable, izquierdo 14H(Head4H)
802310044	Proximal Femoral Variable Angle Locking Compression Plate-V,right	4H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal con angulo variable, derecho 4H(Head4H)
802310064	Proximal Femoral Variable Angle Locking Compression Plate-V,right	6H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal con angulo variable, derecho 6H(Head4H)
802310084	Proximal Femoral Variable Angle Locking Compression Plate-V,right	8H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal con angulo variable, derecho 8H(Head4H)
802310104	Proximal Femoral Variable Angle Locking Compression Plate-V,right	10H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal con angulo variable, derecho 10H(Head4H)
802310124	Proximal Femoral Variable Angle Locking Compression Plate-V,right	12H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal con angulo variable, derecho 12H(Head4H)
802310144	Proximal Femoral Variable Angle Locking Compression Plate-V,right	14H(Head4H)	Placa V de compresion y bloqueo para femur proximal con angulo variable, derecho 14H(Head4H)
802061041	Proximal Femoral Locking Compression Plate-VI	4H(Head4H)	Placa VI de compresion y bloqueo para femur proximal 4H(Head4H)
802061051	Proximal Femoral Locking Compression Plate-VI	5H(Head4H)	Placa VI de compresion y bloqueo para femur proximal 5H(Head4H)
802061061	Proximal Femoral Locking Compresaion Plate-VI	6H(Head4H)	Placa VI de compresion y bloqueo para femur proximal 6H(Head4H)
802063063	Distal Femoral Locking Compression Plate,left	6H(Head6H)	Placa VI de compresion y bloqueo para femur distal, izquierdo 6H(Head6H)
802063083	Distal Femoral Locking Compression Plate,left	8H(Head6H)	Placa VI de compresion y bloqueo para femur distal, izquierdo 8H(Head8H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

802063103	Distal Femoral Locking Compression Plate,left	10H(Head6H)	Placa VI de compresion y bloqueo para femur distal, izquierdo 10H(Head6H)
802063123	Distal Femoral Locking Compression Plate,left	12H(Head6H)	Placa VI de compresion y bloqueo para femur distal, izquierdo 12H(Head6H)
802063143	Distal Femoral Locking Compression Plate,left	14H(Head6H)	Placa VI de compresion y bloqueo para femur distal, izquierdo 14H(Head6H)
802063064	Distal Femoral Locking Compression Plate,right	6H(Head6H)	Placa VI de compresion y bloqueo para femur distal, derecho 6H(Head6H)
802063084	Distal Femoral Locking Compression Plate,right	8H(Head6H)	Placa VI de compresion y bloqueo para femur distal, derecho 8H(Head6H)
802063104	Distal Femoral Locking Compression Plate,right	10H(Head6H)	Placa VI de compresion y bloqueo para femur distal, derecho 10H(Head6H)
802063124	Distal Femoral Locking Compression Plate,right	12H(Head6H)	Placa VI de compresion y bloqueo para femur distal, derecho 12H(Head6H)
802063144	Distal Femoral Locking Compression Plate,right	14H(Head6H)	Placa VI de compresion y bloqueo para femur distal, derecho 14H(Head6H)
802160043	Distal Femoral Medial Locking Compression Plate,left	4H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial, izquierdo 4H
802160044	Distal Femoral Medial Locking Compression Plate,right	4H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial, derecho 4H
802160053	Distal Femoral Medial Locking Compression Plate,left	5H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial, izquierdo 5H
802160054	Distal Femoral Medial Locking Compression Plate,right	5H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial, derecho 5H
802160063	Distal Femoral Medial Locking Compression Plate,left	6H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial, izquierdo 6H
802160064	Distal Femoral Medial Locking Compression Plate,right	6H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial, derecho 6H
802160073	Distal Femoral Medial Locking Compression Plate,left	7H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial, izquierdo 7H
802160074	Distal Femoral Medial Locking Compression Plate,right	7H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial, derecho 7H
802410043	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking Compression Plate,left	4H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial con angulo variable, izquierdo 4H
802410053	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking Compression Plate,right	4H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial con angulo variable, derecho 4H
802410063	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking Compression Plate,left	5H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial con angulo variable, izquierdo 5H
802410073	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking Compression Plate,right	5H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial con angulo variable, derecho 5H
802410044	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking Compression Plate,left	6H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial con angulo variable, izquierdo 6H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 ISO 9001 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602410054	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking Compression Plate,right	6H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial con angulo variable, derecho 6H
602410064	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking Compression Plate,left	7H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial con angulo variable, izquierdo 7H
602410074	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking Compression Plate,right	7H	Placa de compresion y bloqueo para femur distal medial con angulo variable, derecho 7H
602161043	Distal Femoral Medial Locking compression condylar Plate,left	4H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial, izquierdo 4H
602161044	Distal Femoral Medial Locking compression condylar Plate,right	4H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial, derecho 4H
602161053	Distal Femoral Medial Locking compression condylar Plate,left	5H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial, izquierdo 5H
602161054	Distal Femoral Medial Locking compression condylar Plate,right	5H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial, derecho 5H
602161063	Distal Femoral Medial Locking compression condylar Plate,left	6H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial, izquierdo 6H
602161064	Distal Femoral Medial Locking compression condylar Plate,right	6H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial, derecho 6H
602161073	Distal Femoral Medial Locking compression condylar Plate,left	7H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial, izquierdo 7H
602161074	Distal Femoral Medial Locking compression condylar Plate,right	7H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial, derecho 7H
602411043	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking compression condylar Plate,left	4H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial con angulo variable, izquierdo 4H
602411053	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking compression condylar Plate,right	4H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial con angulo variable, derecho 4H
602411063	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking compression condylar Plate,left	5H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial con angulo variable, izquierdo 5H
602411073	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking compression condylar Plate,right	5H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial con angulo variable, derecho 5H
602411044	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking compression condylar Plate,left	6H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial con angulo variable, izquierdo 6H
602411054	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking compression condylar Plate,right	6H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial con angulo variable, derecho 6H
602411064	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking compression condylar Plate,left	7H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial con angulo variable, izquierdo 7H
602411074	Distal Femoral Medial Variable Angle Locking compression condylar Plate,right	7H	Placa de compresion y bloqueo condilar para femur distal medial con angulo variable, derecho 7H
602011053	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	5H	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, izquierdo 5H
602011054	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	5H	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, derecho 5H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

QP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Tecnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602011073	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	7H	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, izquierdo 7H
602011074	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	7H	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, derecho 7H
602011093	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	9H	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, izquierdo 9H
602011094	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	9H	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, derecho 9H
602011113	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	11H	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, izquierdo 11H
602011114	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	11H	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, derecho 11H
602011133	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	13H	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, izquierdo 13H
602011134	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	13H	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, derecho 13H
602067043	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	4H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, izquierdo 4H(Head4H)
602067063	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	6H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, izquierdo 6H(Head4H)
602067083	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	8H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, izquierdo 8H(Head4H)
602067103	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	10H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, izquierdo 10H(Head4H)
602067123	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	12H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, izquierdo 12H(Head4H)
602067143	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	14H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, izquierdo 14H(Head4H)
602067163	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	16H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, izquierdo 16H(Head4H)
602067044	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	4H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, derecho 4H(Head4H)
602067064	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	6H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, derecho 6H(Head4H)
602067084	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	8H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, derecho 8H(Head4H)
602067104	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	10H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, derecho 10H(Head4H)
602067124	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	12H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, derecho 12H(Head4H)
602067144	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	14H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, derecho 14H(Head4H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

902057184	Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	16H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal, derecho 16H(Head4H)
902317043	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	4H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal con angulo variable, izquierdo 4H(Head4H)
902317063	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	6H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal con angulo variable, izquierdo 6H(Head4H)
902317083	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	8H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal con angulo variable, izquierdo 8H(Head4H)
902317103	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	10H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal con angulo variable, izquierdo 10H(Head4H)
902317123	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	12H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal con angulo variable, izquierdo 12H(Head4H)
902317143	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	14H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal con angulo variable, izquierdo 14H(Head4H)
902317163	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,left	16H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal con angulo variable, izquierdo 16H(Head4H)
902317044	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	4H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal con angulo variable, derecho 4H(Head4H)
902317064	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	6H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal con angulo variable, derecho 6H(Head4H)
902317084	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	8H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal con angulo variable, derecho 8H(Head4H)
902317104	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	10H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal con angulo variable, derecho 10H(Head4H)
902317124	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	12H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal con angulo variable, derecho 12H(Head4H)
902317144	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	14H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal con angulo variable, derecho 14H(Head4H)
902317164	Proximal Lateral Tibia Variable Angle Locking Compression Plate,right	16H(Head4H)	Placa de compresion y bloqueo para tibia proximal con angulo variable, derecho 16H(Head4H)
902043133	Calcaneal Locking Plate I,left	13H	Placa I de bloqueo calcáneo, izquierdo 13H
902043153	Calcaneal Locking Plate I,left	15H	Placa I de bloqueo calcáneo, izquierdo 15H
902043134	Calcaneal Locking Plate I,right	13H	Placa I de bloqueo calcáneo, derecho 13H
902043154	Calcaneal Locking Plate I,right	15H	Placa I de bloqueo calcáneo, derecho 15H
902061113	Calcaneal Locking Plate III,left	11H	Placa III de bloqueo calcáneo, izquierdo 11H
902061133	Calcaneal Locking Plate III,left	13H	Placa III de bloqueo calcáneo, izquierdo 13H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602081114	Calcaneal Locking Plate III,right	11H	Placa III de bloqueo calcáneo, derecho 11H
602081134	Calcaneal Locking Plate III,right	13H	Placa III de bloqueo calcáneo, derecho 13H
602082123	Calcaneal Locking Compression Plate,left	12H(big)	Placa de compresion y bloqueo calcáneo, izquierdo 12H(big)
602082124	Calcaneal Locking Compression Plate,right	12H(big)	Placa de compresion y bloqueo calcáneo, derecho 12H(big)
602083123	Calcaneal Locking Compression Plate,left	12H(small)	Placa de compresion y bloqueo calcáneo, izquierdo 12H(small)
602083124	Calcaneal Locking Compression Plate,right	12H(small)	Placa de compresion y bloqueo calcáneo, derecho 12H(small)
602075023	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,left	Shaft2H,Head6H,Narrow	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2.4mm, izquierdo Shaft2H,Head6H,Narrow
602075033	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,left	Shaft3H,Head6H,Narrow	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2.4mm, izquierdo Shaft3H,Head6H,Narrow
602075043	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,left	Shaft4H,Head6H,Narrow	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2.4mm, izquierdo Shaft4H,Head6H,Narrow
602075053	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,left	Shaft5H,Head6H,Narrow	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2.4mm, izquierdo Shaft5H,Head6H,Narrow
602075024	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,right	Shaft2H,Head6H,Narrow	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2.4mm,derecho Shaft2H,Head6H,Narrow
602075034	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,right	Shaft3H,Head6H,Narrow	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2.4mm,derecho Shaft3H,Head6H,Narrow
602075044	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,right	Shaft4H,Head6H,Narrow	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2.4mm,derecho Shaft4H,Head6H,Narrow
602075054	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,right	Shaft5H,Head6H,Narrow	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2.4mm,derecho Shaft5H,Head6H,Narrow
602076023	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,left	Shaft2H,Head6H	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2.4mm, izquierdo Shaft2H,Head6H
602076033	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,left	Shaft3H,Head6H	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2.4mm, izquierdo Shaft3H,Head6H
602076043	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,left	Shaft4H,Head6H	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2.4mm, izquierdo Shaft4H,Head6H
602076053	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,left	Shaft5H,Head6H	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2.4mm, izquierdo Shaft5H,Head6H
602076024	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,right	Shaft2H,Head6H	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2.4mm,derecho Shaft2H,Head6H
602076034	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,right	Shaft3H,Head6H	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2.4mm,derecho Shaft3H,Head6H
602076044	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,right	Shaft4H,Head6H	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2.4mm,derecho Shaft4H,Head6H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 262 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602076054	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,right	Shaft5H,Head5H	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2,4mm,derecho Shaft5H,Head5H
602077023	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,left	2H(Head7H)	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2,4mm, izquierdo 2H(Head7H)
602077033	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,left	3H(Head7H)	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2,4mm, izquierdo 3H(Head7H)
602077043	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,left	4H(Head7H)	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2,4mm, izquierdo 4H(Head7H)
602077053	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,left	5H(Head7H)	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2,4mm, izquierdo 5H(Head7H)
602077024	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,right	2H(Head7H)	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2,4mm,derecho 2H(Head7H)
602077034	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,right	3H(Head7H)	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2,4mm,derecho 3H(Head7H)
602077044	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,right	4H(Head7H)	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2,4mm,derecho 4H(Head7H)
602077054	VA-LCP Two-Column Distal Radius Plates 2.4mm,right	5H(Head7H)	Placa de radio distal dos columnas VA-LCP de 2,4mm,derecho 5H(Head7H)
713016063	2.4mm VA-LCP Locking Head Screws,self-tapping	Φ2.4×6	Tornillo con cabeza VA-LCP autorrocante de 2.4 mm Φ2.4×6
713016083	2.4mm VA-LCP Locking Head Screws,self-tapping	Φ2.4×8	Tornillo con cabeza VA-LCP autorrocante de 2.4 mm Φ2.4×8
713016103	2.4mm VA-LCP Locking Head Screws,self-tapping	Φ2.4×10	Tornillo con cabeza VA-LCP autorrocante de 2.4 mm Φ2.4×10
713016123	2.4mm VA-LCP Locking Head Screws,self-tapping	Φ2.4×12	Tornillo con cabeza VA-LCP autorrocante de 2.4 mm Φ2.4×12
713016143	2.4mm VA-LCP Locking Head Screws,self-tapping	Φ2.4×14	Tornillo con cabeza VA-LCP autorrocante de 2.4 mm Φ2.4×14
713016163	2.4mm VA-LCP Locking Head Screws,self-tapping	Φ2.4×16	Tornillo con cabeza VA-LCP autorrocante de 2.4 mm Φ2.4×16
713016183	2.4mm VA-LCP Locking Head Screws,self-tapping	Φ2.4×18	Tornillo con cabeza VA-LCP autorrocante de 2.4 mm Φ2.4×18
713016203	2.4mm VA-LCP Locking Head Screws,self-tapping	Φ2.4×20	Tornillo con cabeza VA-LCP autorrocante de 2.4 mm Φ2.4×20
713016223	2.4mm VA-LCP Locking Head Screws,self-tapping	Φ2.4×22	Tornillo con cabeza VA-LCP autorrocante de 2.4 mm Φ2.4×22
713016243	2.4mm VA-LCP Locking Head Screws,self-tapping	Φ2.4×24	Tornillo con cabeza VA-LCP autorrocante de 2.4 mm Φ2.4×24
713016263	2.4mm VA-LCP Locking Head Screws,self-tapping	Φ2.4×26	Tornillo con cabeza VA-LCP autorrocante de 2.4 mm Φ2.4×26
713016283	2.4mm VA-LCP Locking Head Screws,self-tapping	Φ2.4×28	Tornillo con cabeza VA-LCP autorrocante de 2.4 mm Φ2.4×28

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

QP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713016303	2.4mm VA-LCP Locking Head Screws,self-tapping	Ø2.4×30	Tornillo con cabeza VA-LCP autorrocante de 2,4 mm Ø2.4×30
602024041	Locking DHS Plate,130°	4H 130°	Placa de bloqueo DHS 130° 4H 130°
602024051	Locking DHS Plate,130°	5H 130°	Placa de bloqueo DHS 130° 5H 130°
602024061	Locking DHS Plate,130°	6H 130°	Placa de bloqueo DHS 130° 6H 130°
602024081	Locking DHS Plate,130°	8H 130°	Placa de bloqueo DHS 130° 8H 130°
602024101	Locking DHS Plate,130°	10H 130°	Placa de bloqueo DHS 130° 10H 130°
602024121	Locking DHS Plate,130°	12H 130°	Placa de bloqueo DHS 130° 12H 130°
602024141	Locking DHS Plate,130°	14H 130°	Placa de bloqueo DHS 130° 14H 130°
602024161	Locking DHS Plate,130°	16H 130°	Placa de bloqueo DHS 130° 16H 130°
602025041	Locking DCS Plate,95°	4H 95°	Placa de bloqueo DHS 95° 4H 95°
602025051	Locking DCS Plate,95°	5H 95°	Placa de bloqueo DHS 95° 5H 95°
602025061	Locking DCS Plate,95°	6H 95°	Placa de bloqueo DHS 95° 6H 95°
602025081	Locking DCS Plate,95°	8H 95°	Placa de bloqueo DHS 95° 8H 95°
602025101	Locking DCS Plate,95°	10H 95°	Placa de bloqueo DHS 95° 10H 95°
602025121	Locking DCS Plate,95°	12H 95°	Placa de bloqueo DHS 95° 12H 95°
602025141	Locking DCS Plate,95°	14H 95°	Placa de bloqueo DHS 95° 14H 95°
602025161	Locking DCS Plate,95°	16H 95°	Placa de bloqueo DHS 95° 16H 95°
113010602	Lag screw	60mm	Tornillo de tracción 60mm
113010652	Lag screw	65mm	Tornillo de tracción 65mm
113010702	Lag screw	70mm	Tornillo de tracción 70mm
113010752	Lag screw	75mm	Tornillo de tracción 75mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

113010802	Lag screw	80mm	Tornillo de tracción 80mm
113010852	Lag screw	85mm	Tornillo de tracción 85mm
113010902	Lag screw	90mm	Tornillo de tracción 90mm
113010952	Lag screw	95mm	Tornillo de tracción 95mm
113011002	Lag screw	100mm	Tornillo de tracción 100mm
113011052	Lag screw	105mm	Tornillo de tracción 105mm
113011102	Lag screw	110mm	Tornillo de tracción 110mm
113011152	Lag screw	115mm	Tornillo de tracción 115mm
113011202	Lag screw	120mm	Tornillo de tracción 120mm
602065063	Distal Femoral Variable Angle Locking Plate,left	6H(Head5H)	Placa de bloqueo para femur distal con angulo variable, izquierdo 6H(Head5H)
602065093	Distal Femoral Variable Angle Locking Plate,left	9H(Head5H)	Placa de bloqueo para femur distal con angulo variable, izquierdo 9H(Head5H)
602065123	Distal Femoral Variable Angle Locking Plate,left	12H(Head5H)	Placa de bloqueo para femur distal con angulo variable, izquierdo 12H(Head5H)
602065153	Distal Femoral Variable Angle Locking Plate,left	15H(Head5H)	Placa de bloqueo para femur distal con angulo variable, izquierdo 15H(Head5H)
602065064	Distal Femoral Variable Angle Locking Plate,right	6H(Head5H)	Placa de bloqueo para femur distal con angulo variable, derecho 6H(Head5H)
602065094	Distal Femoral Variable Angle Locking Plate,right	9H(Head5H)	Placa de bloqueo para femur distal con angulo variable, derecho 9H(Head5H)
602065124	Distal Femoral Variable Angle Locking Plate,right	12H(Head5H)	Placa de bloqueo para femur distal con angulo variable, derecho 12H(Head5H)
602065154	Distal Femoral Variable Angle Locking Plate,right	15H(Head5H)	Placa de bloqueo para femur distal con angulo variable, derecho 15H(Head5H)
602066053	Proximal Tibia Variable Angle Locking Plate,left	5H(Head6H)	Placa de bloqueo para tibia proximal con angulo variable, izquierdo 5H(Head6H)
602066083	Proximal Tibia Variable Angle Locking Plate,left	8H(Head6H)	Placa de bloqueo para tibia proximal con angulo variable, izquierdo 8H(Head6H)
602066113	Proximal Tibia Variable Angle Locking Plate,left	11H(Head6H)	Placa de bloqueo para tibia proximal con angulo variable, izquierdo 11H(Head6H)
602066143	Proximal Tibia Variable Angle Locking Plate,left	14H(Head6H)	Placa de bloqueo para tibia proximal con angulo variable, izquierdo 14H(Head6H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602066054	Proximal Tibia Variable Angle Locking Plate,right	5H(Head6H)	Placa de bloqueo para tibia proximal con angulo variable, derecho 5H(Head6H)
602066084	Proximal Tibia Variable Angle Locking Plate,right	8H(Head6H)	Placa de bloqueo para tibia proximal con angulo variable, derecho 8H(Head6H)
602066114	Proximal Tibia Variable Angle Locking Plate,right	11H(Head6H)	Placa de bloqueo para tibia proximal con angulo variable, derecho 11H(Head6H)
602066144	Proximal Tibia Variable Angle Locking Plate,right	14H(Head6H)	Placa de bloqueo para tibia proximal con angulo variable, derecho 14H(Head6H)
713002503	4.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ4.0×50	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 4.0 mm, autorroscante (hexagonal) Φ4.0×50
713002553	4.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ4.0×55	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 4.0 mm, autorroscante (hexagonal) Φ4.0×55
713002603	4.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ4.0×60	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 4.0 mm, autorroscante (hexagonal) Φ4.0×60
713002653	4.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ4.0×65	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 4.0 mm, autorroscante (hexagonal) Φ4.0×65
713002703	4.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ4.0×70	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 4.0 mm, autorroscante (hexagonal) Φ4.0×70
713002753	4.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ4.0×75	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 4.0 mm, autorroscante (hexagonal) Φ4.0×75
713002803	4.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ4.0×80	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 4.0 mm, autorroscante (hexagonal) Φ4.0×80
713002853	4.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ4.0×85	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 4.0 mm, autorroscante (hexagonal) Φ4.0×85
713002903	4.0mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ4.0×90	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 4.0 mm, autorroscante (hexagonal) Φ4.0×90
713005253	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×25	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×25
713005303	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×30	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×30
713005353	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×35	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×35
713005403	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×40	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×40
713005453	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×45	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×45
713005503	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×50	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×50
713005553	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×55	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×55
713005603	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×60	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×60

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713005653	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×65	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×65
713005703	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×70	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×70
713005753	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×75	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×75
713005803	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×80	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×80
713005853	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×85	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×85
713005903	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×90	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×90
713005913	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×95	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×95
713005923	5.5mm Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ5.5×100	Tornillo de bloqueo con cabeza, de 5.5 mm, autorroscante Φ5.5×100
713036253	8.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ8.0×25	Tornillo de bloqueo canulado con cabeza, de 8.0 mm, autorroscante Φ8.0×25
713036353	8.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ8.0×35	Tornillo de bloqueo canulado con cabeza, de 8.0 mm, autorroscante Φ8.0×35
713036503	8.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ8.0×50	Tornillo de bloqueo canulado con cabeza, de 8.0 mm, autorroscante Φ8.0×50
713036553	8.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ8.0×55	Tornillo de bloqueo canulado con cabeza, de 8.0 mm, autorroscante Φ8.0×55
713036603	8.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ8.0×60	Tornillo de bloqueo canulado con cabeza, de 8.0 mm, autorroscante Φ8.0×60
713036653	8.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ8.0×65	Tornillo de bloqueo canulado con cabeza, de 8.0 mm, autorroscante Φ8.0×65
713036703	8.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ8.0×70	Tornillo de bloqueo canulado con cabeza, de 8.0 mm, autorroscante Φ8.0×70
713036753	8.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ8.0×75	Tornillo de bloqueo canulado con cabeza, de 8.0 mm, autorroscante Φ8.0×75
713036803	8.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ8.0×80	Tornillo de bloqueo canulado con cabeza, de 8.0 mm, autorroscante Φ8.0×80
713036853	8.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ8.0×85	Tornillo de bloqueo canulado con cabeza, de 8.0 mm, autorroscante Φ8.0×85
713036903	8.0mm Cannulated Locking Head Screw,self-tapping(Hex)	Φ8.0×90	Tornillo de bloqueo canulado con cabeza, de 8.0 mm, autorroscante Φ8.0×90
602158053	LISS Distal Femoral Locking Compression Plate,left	5H(Head7H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para femur distal, izquierdo 5H(Head7H)
602158073	LISS Distal Femoral Locking Compression Plate,left	7H(Head7H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para femur distal, izquierdo 7H(Head7H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 # 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 282 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

602158093	LISS Distal Femoral Locking Compression Plate,left	9H(Head7H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para femur distal, izquierdo 9H(Head7H)
602158113	LISS Distal Femoral Locking Compression Plate,left	11H(Head7H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para femur distal, izquierdo 11H(Head7H)
602158133	LISS Distal Femoral Locking Compression Plate,left	13H(Head7H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para femur distal, izquierdo 13H(Head7H)
602158054	LISS Distal Femoral Locking Compression Plate,right	5H(Head7H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para femur distal, derecho 5H(Head7H)
602158074	LISS Distal Femoral Locking Compression Plate,right	7H(Head7H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para femur distal, derecho 7H(Head7H)
602158094	LISS Distal Femoral Locking Compression Plate,right	9H(Head7H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para femur distal, derecho 9H(Head7H)
602158114	LISS Distal Femoral Locking Compression Plate,right	11H(Head7H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para femur distal, derecho 11H(Head7H)
602158134	LISS Distal Femoral Locking Compression Plate,right	13H(Head7H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para femur distal, derecho 13H(Head7H)
602159053	LISS Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	5H(Head5H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para tibia proximal lateral, izquierda 5H(Head5H)
602159073	LISS Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	7H(Head5H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para tibia proximal lateral, izquierda 7H(Head5H)
602159093	LISS Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	9H(Head5H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para tibia proximal lateral, izquierda 9H(Head5H)
602159113	LISS Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	11H(Head5H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para tibia proximal lateral, izquierda 11H(Head5H)
602159133	LISS Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,left	13H(Head5H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para tibia proximal lateral, izquierda 13H(Head5H)
602159054	LISS Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	5H(Head5H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para tibia proximal lateral, derecha 5H(Head5H)
602159074	LISS Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	7H(Head5H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para tibia proximal lateral, derecha 7H(Head5H)
602159094	LISS Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	9H(Head5H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para tibia proximal lateral, derecha 9H(Head5H)
602159114	LISS Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	11H(Head5H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para tibia proximal lateral, derecha 11H(Head5H)
602159134	LISS Proximal Lateral Tibia Locking Compression Plate,right	13H(Head5H)	Placa LISS de compresión y bloqueo para tibia proximal lateral, derecha 13H(Head5H)
713025163	Locking screw,self drilling	Φ5.0×16	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×16
713025183	Locking screw,self drilling	Φ5.0×18	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×18
713025203	Locking screw,self drilling	Φ5.0×20	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×20

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 # 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 200 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

713025223	Locking screw,self drilling	Φ5.0×22	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×22
713025243	Locking screw,self drilling	Φ5.0×24	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×24
713025263	Locking screw,self drilling	Φ5.0×26	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×26
713025283	Locking screw,self drilling	Φ5.0×28	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×28
713025303	Locking screw,self drilling	Φ5.0×30	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×30
713025323	Locking screw,self drilling	Φ5.0×32	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×32
713025343	Locking screw,self drilling	Φ5.0×34	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×34
713025363	Locking screw,self drilling	Φ5.0×36	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×36
713025383	Locking screw,self drilling	Φ5.0×38	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×38
713025403	Locking screw,self drilling	Φ5.0×40	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×40
713025423	Locking screw,self drilling	Φ5.0×42	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×42
713025443	Locking screw,self drilling	Φ5.0×44	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×44
713025463	Locking screw,self drilling	Φ5.0×46	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×46
713025483	Locking screw,self drilling	Φ5.0×48	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×48
713025503	Locking screw,self drilling	Φ5.0×50	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×50
713025523	Locking screw,self drilling	Φ5.0×52	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×52
713025543	Locking screw,self drilling	Φ5.0×54	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×54
713025563	Locking screw,self drilling	Φ5.0×56	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×56
713025583	Locking screw,self drilling	Φ5.0×58	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×58
713025603	Locking screw,self drilling	Φ5.0×60	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×60
713025623	Locking screw,self drilling	Φ5.0×62	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×62

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

QP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales contenidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011,

713025643	Locking screw,self drilling	Φ5.0×64	Tornillo de bloqueo , autoperforante Φ5.0×64
602055051	Proximal Femoral PC.C.P Plate	5H	Placa PC.C.P para femur proximal 5H
713037904	Proximal femoral lag screw	Φ7.7×90	Tornillo de tracción de fémur proximal Φ7.7×90
713037924	Proximal femoral lag screw	Φ7.7×100	Tornillo de tracción de fémur proximal Φ7.7×100
713037944	Proximal femoral lag screw	Φ7.7×110	Tornillo de tracción de fémur proximal Φ7.7×110
713037964	Proximal femoral lag screw	Φ7.7×120	Tornillo de tracción de fémur proximal Φ7.7×120
713037984	Proximal femoral lag screw	Φ7.7×130	Tornillo de tracción de fémur proximal Φ7.7×130
713037004	Proximal femoral lag screw	Φ7.7×140	Tornillo de tracción de fémur proximal Φ7.7×140
803001313	Proximal femoral screw	Φ4.5×31	Tornillos para fémur proximal Φ4.5×31
803001343	Proximal femoral screw	Φ4.5×34	Tornillos para fémur proximal Φ4.5×34
803001373	Proximal femoral screw	Φ4.5×37	Tornillos para fémur proximal Φ4.5×37
803001403	Proximal femoral screw	Φ4.5×40	Tornillos para fémur proximal Φ4.5×40
803001433	Proximal femoral screw	Φ4.5×43	Tornillos para fémur proximal Φ4.5×43
803001463	Proximal femoral screw	Φ4.5×46	Tornillos para fémur proximal Φ4.5×46
41501406	1.0mm Self-tapping cortical screw	Φ1.0×6	Tornillo cortical de 1.0 mm autorroscante Φ1.0×6
41501407	1.0mm Self-tapping cortical screw	Φ1.0×7	Tornillo cortical de 1.0 mm autorroscante Φ1.0×7
41501408	1.0mm Self-tapping cortical screw	Φ1.0×8	Tornillo cortical de 1.0 mm autorroscante Φ1.0×8
41501409	1.0mm Self-tapping cortical screw	Φ1.0×9	Tornillo cortical de 1.0 mm autorroscante Φ1.0×9
41501410	1.0mm Self-tapping cortical screw	Φ1.0×10	Tornillo cortical de 1.0 mm autorroscante Φ1.0×10
41501411	1.0mm Self-tapping cortical screw	Φ1.0×11	Tornillo cortical de 1.0 mm autorroscante Φ1.0×11
41501412	1.0mm Self-tapping cortical screw	Φ1.0×12	Tornillo cortical de 1.0 mm autorroscante Φ1.0×12

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 252 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

41501413	1.0mm Self-tapping cortical screw	Φ1.0×13	Tornillo cortical de 1.0 mm autorroscante Φ1.0×13
41501414	1.0mm Self-tapping cortical screw	Φ1.0×14	Tornillo cortical de 1.0 mm autorroscante Φ1.0×14
41501415	1.0mm Self-tapping cortical screw	Φ1.0×15	Tornillo cortical de 1.0 mm autorroscante Φ1.0×15
41501416	1.0mm Self-tapping cortical screw	Φ1.0×16	Tornillo cortical de 1.0 mm autorroscante Φ1.0×16
41501418	1.0mm Self-tapping cortical screw	Φ1.0×18	Tornillo cortical de 1.0 mm autorroscante Φ1.0×18
803018063	1.5mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ1.5×6	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 1.5 mm (con estrella) Φ1.5×6
803018073	1.5mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ1.5×7	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 1.5 mm (con estrella) Φ1.5×7
803018083	1.5mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ1.5×8	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 1.5 mm (con estrella) Φ1.5×8
803018093	1.5mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ1.5×9	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 1.5 mm (con estrella) Φ1.5×9
803018103	1.5mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ1.5×10	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 1.5 mm (con estrella) Φ1.5×10
803018113	1.5mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ1.5×11	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 1.5 mm (con estrella) Φ1.5×11
803018123	1.5mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ1.5×12	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 1.5 mm (con estrella) Φ1.5×12
803018133	1.5mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ1.5×13	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 1.5 mm (con estrella) Φ1.5×13
803018143	1.5mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ1.5×14	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 1.5 mm (con estrella) Φ1.5×14
803018153	1.5mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ1.5×15	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 1.5 mm (con estrella) Φ1.5×15
803018163	1.5mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ1.5×16	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 1.5 mm (con estrella) Φ1.5×16
803018183	1.5mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ1.5×18	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 1.5 mm (con estrella) Φ1.5×18
803018203	1.5mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ1.5×20	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 1.5 mm (con estrella) Φ1.5×20
803018223	1.5mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ1.5×22	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 1.5 mm (con estrella) Φ1.5×22
803018243	1.5mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ1.5×24	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 1.5 mm (con estrella) Φ1.5×24
803019063	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×6	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×6

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1
ISO 9001
SC 7341 - 1
IQNet
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

803018073	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×7	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×7
803019083	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×8	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×8
803019093	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×9	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×9
803019103	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×10	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×10
803019113	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×11	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×11
803019123	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×12	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×12
803019133	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×13	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×13
803019143	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×14	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×14
803019163	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×16	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×16
803019183	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×18	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×18
803019203	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×20	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×20
803019223	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×22	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×22
803019243	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×24	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×24
803019263	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×26	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×26
803019283	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×28	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×28
803019303	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×30	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×30
803019323	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×32	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×32
803019343	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×34	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×34
803019363	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×36	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×36
803019383	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×38	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×38
803019403	2.0mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.0×40	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.0 mm (con estrella) Φ2.0×40

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

803020063	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×6	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×6
803020073	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×7	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×7
803020083	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×8	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×8
803020093	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×9	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×9
803020103	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×10	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×10
803020113	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×11	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×11
803020123	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×12	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×12
803020133	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×13	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×13
803020143	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×14	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×14
803020163	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×16	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×16
803020183	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×18	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×18
803020203	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×20	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×20
803020223	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×22	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×22
803020243	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×24	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×24
803020263	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×26	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×26
803020283	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×28	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×28
803020303	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×30	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×30
803020323	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×32	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×32
803020343	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×34	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×34
803020363	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×36	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×36
803020383	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×38	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×38

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 30 N° 48-20
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

803020403	2.4mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.5×40	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.4 mm (con estrella) Φ2.5×40
803021063	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×6	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×6
803021073	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×7	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×7
803021083	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×8	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×8
803021093	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×9	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×9
803021103	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×10	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×10
803021113	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×11	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×11
803021123	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×12	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×12
803021133	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×13	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×13
803021143	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×14	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×14
803021163	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×16	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×16
803021183	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×18	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×18
803021203	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×20	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×20
803021223	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×22	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×22
803021243	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×24	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×24
803021263	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×26	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×26
803021283	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×28	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×28
803021303	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×30	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×30
803021323	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×32	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×32
803021343	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×34	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×34
803021363	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×36	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×36

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 30 N.° 54-728
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 262 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

803021383	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×38	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×38
803021403	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×40	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×40
803021453	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×45	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×45
803021503	2.7mm Cortical Screw,Fully Threaded(Stardrive)	Φ2.7×50	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 2.7 mm (con estrella) Φ2.7×50
803007123	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×12	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×12
803007143	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×14	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×14
803007163	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×16	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×16
803007183	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×18	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×18
803007203	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×20	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×20
803007223	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×22	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×22
803007243	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×24	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×24
803007263	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×26	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×26
803007283	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×28	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×28
803007303	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×30	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×30
803007323	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×32	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×32
803007343	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×34	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×34
803007363	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×36	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×36
803007383	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×38	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×38
803007403	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×40	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×40
803007423	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×42	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×42
803007443	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×44	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×44

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 252 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

803007463	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×46	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×46
803007483	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×48	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×48
803007503	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×50	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×50
803007553	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×55	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×55
803007603	3.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ3.5×60	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×60
803009123	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×12	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×12
803009143	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×14	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×14
803009163	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×16	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×16
803009183	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×18	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×18
803009203	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×20	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×20
803009223	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×22	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×22
803009243	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×24	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×24
803009263	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×26	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×26
803009283	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×28	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×28
803009303	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×30	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×30
803009323	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×32	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×32
803009343	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×34	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×34
803009363	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×36	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×36
803009383	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×38	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×38
803009403	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×40	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×40
803009423	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×42	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×42

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 7ª N.° 9A-23
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 252 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

803009443	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×44	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×44
803009463	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×46	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×46
803009483	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×48	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×48
803009503	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×50	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×50
803009523	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×52	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×52
803009543	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×54	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×54
803009563	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×56	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×56
803009583	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×58	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×58
803009603	4.5mm Cortical Screw,Fully Threaded	Φ4.5×60	Tornillo cortical, totalmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×60
213009016	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×16	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×16
213009018	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×18	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×18
213009020	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×20	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×20
213009022	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×22	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×22
213009024	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×24	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×24
213009026	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×26	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×26
213009028	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×28	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×28
213009030	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×30	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×30
213009032	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×32	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×32
213009034	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×34	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×34
213009036	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×36	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×36
213009038	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×38	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×38

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

CO SC 7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

213009040	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×40	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×40
213009042	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×42	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×42
213009044	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×44	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×44
213009046	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×46	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×46
213009048	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×48	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×48
213009050	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×50	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×50
213009052	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×52	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×52
213009054	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×54	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×54
213009056	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×56	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×56
213009058	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×58	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×58
213009060	3.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ3.5×60	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 3.5 mm Φ3.5×60
213009000	3.5mm Washer	Φ3.5	Arandela de 3.5 mm Φ3.5
213013020	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×20	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×20
213013022	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×22	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×22
213013024	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×24	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×24
213013026	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×26	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×26
213013028	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×28	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×28
213013030	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×30	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×30
213013032	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×32	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×32
213013034	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×34	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×34
213013036	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×36	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×36

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 262 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

213013038	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×38	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×38
213013040	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×40	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×40
213013042	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×42	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×42
213013044	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×44	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×44
213013046	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×46	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×46
213013048	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×48	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×48
213013050	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×50	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×50
213013052	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×52	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×52
213013054	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×54	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×54
213013056	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×56	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×56
213013058	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×58	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×58
213013060	4.0mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.0×60	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.0 mm Φ4.0×60
213013000	4.0mm Washer	Φ4.0	Arandela de 4.0 mm Φ4.0
213017030	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×30	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×30
213017032	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×32	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×32
213017034	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×34	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×34
213017036	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×36	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×36
213017038	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×38	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×38
213017040	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×40	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×40
213017042	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×42	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×42
213017044	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×44	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×44

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 252 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

213017046	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×46	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×46
213017048	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×48	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×48
213017050	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×50	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×50
213017052	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×52	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×52
213017054	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×54	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×54
213017056	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×56	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×56
213017058	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×58	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×58
213017060	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×60	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×60
213017065	4.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ4.5×65	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 4.5 mm Φ4.5×65
213017000	4.5mm Washer	Φ4.5	Arandela de 4.5 mm Φ4.5
213025050	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×50	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×50
213025055	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×55	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×55
213025060	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×60	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×60
213025065	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×65	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×65
213025070	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×70	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×70
213025075	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×75	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×75
213025080	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×80	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×80
213025085	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×85	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×85
213025090	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×90	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×90
213025095	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×95	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×95
213025100	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×100	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×100

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

213025105	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×105	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×105
213025110	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×110	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×110
213025115	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×115	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×115
213025120	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×120	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×120
213026050	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×50	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×50
213026055	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×55	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×55
213026060	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×60	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×60
213026065	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×65	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×65
213026070	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×70	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×70
213026075	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×75	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×75
213026080	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×80	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×80
213026085	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×85	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×85
213026090	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×90	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×90
213026095	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×95	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×95
213026100	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×100	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×100
213026105	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×105	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×105
213026110	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×110	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×110
213026115	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×115	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×115
213026120	6.5mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ6.5×120	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 6.5 mm Φ6.5×120
213025000	6.5mm Washer	Φ6.5	Arandela de 6.5 mm Φ6.5
213035050	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×50	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×50

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 ISO 9001 IQNet
ISO 7341 - 1 CO-SC-7341-1

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

213035055	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×55	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×55
213035060	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×60	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×60
213035065	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×65	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×65
213035070	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×70	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×70
213035075	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×75	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×75
213035080	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×80	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×80
213035085	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×85	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×85
213035090	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×90	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×90
213035095	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×95	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×95
213035100	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×100	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×100
213035105	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×105	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×105
213035110	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×110	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×110
213035115	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×115	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×115
213035120	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×120	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×120
213036050	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×50	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×50
213036055	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×55	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×55
213036060	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×60	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×60
213036065	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×65	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×65
213036070	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×70	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×70
213036075	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×75	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×75
213036080	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×80	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×80

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N ° 64 28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

213036085	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×85	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×85
213036090	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×90	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×90
213036095	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×95	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×95
213036100	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×100	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×100
213036105	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×105	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×105
213036110	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×110	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×110
213036115	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×115	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×115
213036120	7.3mm Cannulated Screw,Partially Threaded	Φ7.3×120	Tornillo canulado parcialmente roscado, de 7.3 mm Φ7.3×120
213044010	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×10	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×10
213044012	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×12	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×12
213044014	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×14	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×14
213044016	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×16	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×16
213044018	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×18	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×18
213044020	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×20	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×20
213044022	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×22	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×22
213044024	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×24	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×24
213044026	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×26	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×26
213044028	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×28	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×28
213044030	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×30	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×30
213044032	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×32	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×32
213044034	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×34	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×34

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

QP 002 - 1 ISO 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

213044036	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×36	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×36
213044038	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×38	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×38
213044040	2.5mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ2.5×40	Tornillo canulado, de 2.5 mm, rosca corta Φ2.5×40
213045016	2.5mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ2.5×16	Tornillo canulado de 2.5 mm , rosca larga Φ2.5×16
213045018	2.5mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ2.5×18	Tornillo canulado de 2.5 mm , rosca larga Φ2.5×18
213045020	2.5mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ2.5×20	Tornillo canulado de 2.5 mm , rosca larga Φ2.5×20
213045022	2.5mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ2.5×22	Tornillo canulado de 2.5 mm , rosca larga Φ2.5×22
213045024	2.5mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ2.5×24	Tornillo canulado de 2.5 mm , rosca larga Φ2.5×24
213045026	2.5mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ2.5×26	Tornillo canulado de 2.5 mm , rosca larga Φ2.5×26
213045028	2.5mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ2.5×28	Tornillo canulado de 2.5 mm , rosca larga Φ2.5×28
213045030	2.5mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ2.5×30	Tornillo canulado de 2.5 mm , rosca larga Φ2.5×30
213045032	2.5mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ2.5×32	Tornillo canulado de 2.5 mm , rosca larga Φ2.5×32
213045034	2.5mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ2.5×34	Tornillo canulado de 2.5 mm , rosca larga Φ2.5×34
213045036	2.5mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ2.5×36	Tornillo canulado de 2.5 mm , rosca larga Φ2.5×36
213045038	2.5mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ2.5×38	Tornillo canulado de 2.5 mm , rosca larga Φ2.5×38
213045040	2.5mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ2.5×40	Tornillo canulado de 2.5 mm , rosca larga Φ2.5×40
213047010	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×10	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×10
213047012	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×12	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×12
213047014	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×14	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×14
213047016	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×16	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×16
213047018	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×18	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×18

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7381 - 1 CO-SC-7381-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

213047020	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×20	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×20
213047022	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×22	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×22
213047024	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×24	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×24
213047026	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×26	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×26
213047028	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×28	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×28
213047030	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×30	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×30
213047032	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×32	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×32
213047034	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×34	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×34
213047036	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×36	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×36
213047038	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×38	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×38
213047040	3.0mm Cannulated Screw,Short Threaded	Φ3.0×40	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca corta Φ3.0×40
213048016	3.0mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ3.0×16	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca larga Φ3.0×16
213048018	3.0mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ3.0×18	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca larga Φ3.0×18
213048020	3.0mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ3.0×20	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca larga Φ3.0×20
213048022	3.0mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ3.0×22	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca larga Φ3.0×22
213048024	3.0mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ3.0×24	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca larga Φ3.0×24
213048026	3.0mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ3.0×26	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca larga Φ3.0×26
213048028	3.0mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ3.0×28	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca larga Φ3.0×28
213048030	3.0mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ3.0×30	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca larga Φ3.0×30
213048032	3.0mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ3.0×32	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca larga Φ3.0×32
213048034	3.0mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ3.0×34	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca larga Φ3.0×34

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

213048036	3.0mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ3.0×36	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca larga Φ3.0×36
213048038	3.0mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ3.0×38	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca larga Φ3.0×38
213048040	3.0mm Cannulated Screw,Long Threaded	Φ3.0×40	Tornillo canulado de 3.0 mm , rosca larga Φ3.0×40
213062025	4.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ4.0×25	Tornillo canulado lsin cabeza, de 4.0 mm Φ4.0×25
213062030	4.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ4.0×30	Tornillo canulado lsin cabeza, de 4.0 mm Φ4.0×30
213062035	4.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ4.0×35	Tornillo canulado lsin cabeza, de 4.0 mm Φ4.0×35
213062040	4.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ4.0×40	Tornillo canulado lsin cabeza, de 4.0 mm Φ4.0×40
213062045	4.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ4.0×45	Tornillo canulado lsin cabeza, de 4.0 mm Φ4.0×45
213062050	4.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ4.0×50	Tornillo canulado lsin cabeza, de 4.0 mm Φ4.0×50
213063035	5.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ5.0×35	Tornillo canulado lsin cabeza, de 5.0 mm Φ5.0×35
213063040	5.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ5.0×40	Tornillo canulado lsin cabeza, de 5.0 mm Φ5.0×40
213063045	5.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ5.0×45	Tornillo canulado lsin cabeza, de 5.0 mm Φ5.0×45
213063050	5.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ5.0×50	Tornillo canulado lsin cabeza, de 5.0 mm Φ5.0×50
213063055	5.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ5.0×55	Tornillo canulado lsin cabeza, de 5.0 mm Φ5.0×55
213063060	5.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ5.0×60	Tornillo canulado lsin cabeza, de 5.0 mm Φ5.0×60
213063065	5.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ5.0×65	Tornillo canulado lsin cabeza, de 5.0 mm Φ5.0×65
213063070	5.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ5.0×70	Tornillo canulado lsin cabeza, de 5.0 mm Φ5.0×70
213063075	5.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ5.0×75	Tornillo canulado lsin cabeza, de 5.0 mm Φ5.0×75
213063080	5.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ5.0×80	Tornillo canulado lsin cabeza, de 5.0 mm Φ5.0×80
213064040	6.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ6.0×40	Tornillo canulado lsin cabeza, de 6.0 mm Φ6.0×40
213064045	6.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ6.0×45	Tornillo canulado lsin cabeza, de 6.0 mm Φ6.0×45

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

213064050	6.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ6.0×50	Tornillo canulado lisin cabeza, de 6.0 mm Φ6.0×50
213064055	6.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ6.0×55	Tornillo canulado lisin cabeza, de 6.0 mm Φ6.0×55
213064060	6.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ6.0×60	Tornillo canulado lisin cabeza, de 6.0 mm Φ6.0×60
213064065	6.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ6.0×65	Tornillo canulado lisin cabeza, de 6.0 mm Φ6.0×65
213064070	6.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ6.0×70	Tornillo canulado lisin cabeza, de 6.0 mm Φ6.0×70
213064075	6.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ6.0×75	Tornillo canulado lisin cabeza, de 6.0 mm Φ6.0×75
213064080	6.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ6.0×80	Tornillo canulado lisin cabeza, de 6.0 mm Φ6.0×80
213064085	6.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ6.0×85	Tornillo canulado lisin cabeza, de 6.0 mm Φ6.0×85
213064090	6.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ6.0×90	Tornillo canulado lisin cabeza, de 6.0 mm Φ6.0×90
213064095	6.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ6.0×95	Tornillo canulado lisin cabeza, de 6.0 mm Φ6.0×95
213064100	6.0mm Headless Cannulated Screw I	Φ6.0×100	Tornillo canulado lisin cabeza, de 6.0 mm Φ6.0×100
213051008	2.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ2.5×8	Tornillo canulado lisin cabeza, de 2.5 mm Φ2.5×8
213051009	2.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ2.5×9	Tornillo canulado lisin cabeza, de 2.5 mm Φ2.5×9
213051010	2.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ2.5×10	Tornillo canulado lisin cabeza, de 2.5 mm Φ2.5×10
213051011	2.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ2.5×11	Tornillo canulado lisin cabeza, de 2.5 mm Φ2.5×11
213051012	2.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ2.5×12	Tornillo canulado lisin cabeza, de 2.5 mm Φ2.5×12
213051013	2.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ2.5×13	Tornillo canulado lisin cabeza, de 2.5 mm Φ2.5×13
213051014	2.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ2.5×14	Tornillo canulado lisin cabeza, de 2.5 mm Φ2.5×14
213051016	2.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ2.5×16	Tornillo canulado lisin cabeza, de 2.5 mm Φ2.5×16
213051018	2.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ2.5×18	Tornillo canulado lisin cabeza, de 2.5 mm Φ2.5×18
213052016	3.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ3.5×16	Tornillo canulado lisin cabeza, de 3.5 mm Φ3.5×16

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64 /28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 352 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

213052018	3.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ3.5×18	Tornillo canulado llsin cabeza, de 3.5 mm Φ3.5×18
213052020	3.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ3.5×20	Tornillo canulado llsin cabeza, de 3.5 mm Φ3.5×20
213052022	3.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ3.5×22	Tornillo canulado llsin cabeza, de 3.5 mm Φ3.5×22
213052024	3.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ3.5×24	Tornillo canulado llsin cabeza, de 3.5 mm Φ3.5×24
213052026	3.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ3.5×26	Tornillo canulado llsin cabeza, de 3.5 mm Φ3.5×26
213052028	3.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ3.5×28	Tornillo canulado llsin cabeza, de 3.5 mm Φ3.5×28
213052030	3.5mm Headless Cannulated Screw II	Φ3.5×30	Tornillo canulado llsin cabeza, de 3.5 mm Φ3.5×30
213053016	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×16	4.0mm Tornillo canulado sin cabeza II Φ4.0×16
213053018	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×18	4.0mm Tornillo canulado sin cabeza II Φ4.0×18
213053020	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×20	4.0mm Tornillo canulado sin cabeza II Φ4.0×20
213053022	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×22	4.0mm Tornillo canulado sin cabeza II Φ4.0×22
213053024	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×24	4.0mm Tornillo canulado sin cabeza II Φ4.0×24
213053026	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×26	4.0mm Tornillo canulado sin cabeza II Φ4.0×26
213053028	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×28	4.0mm Tornillo canulado sin cabeza II Φ4.0×28
213053030	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×30	4.0mm Tornillo canulado sin cabezaII Φ4.0×30
213053032	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×32	4.0mm Tornillo canulado sin cabezaII Φ4.0×32
213053034	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×34	4.0mm Tornillo canulado sin cabezaII Φ4.0×34
213053036	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×36	4.0mm Tornillo canulado sin cabezaII Φ4.0×36
213053038	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×38	4.0mm Tornillo canulado sin cabezaII Φ4.0×38
213053040	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×40	4.0mm Tornillo canulado sin cabezaII Φ4.0×40
213053042	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×42	4.0mm Tornillo canulado sin cabezaII Φ4.0×42

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

213053044	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×44	4.0mm Tornillo canulado sin cabeza II Φ4.0×44
213053046	4.0mm Headless Cannulated Screw II	Φ4.0×46	4.0mm Tornillo canulado sin cabeza II Φ4.0×46
803036124	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×12	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca Φ4.0×12
803036144	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×14	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×14
803036164	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×16	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×16
803036184	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×18	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×18
803036204	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×20	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×20
803036224	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×22	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×22
803036244	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×24	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×24
803036264	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×26	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×26
803036284	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×28	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×28
803036304	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×30	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×30
803036324	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×32	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×32
803036344	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×34	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×34
803036364	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×36	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×36
803036384	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×38	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×38
803036404	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×40	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×40
803036424	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×42	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×42
803036444	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×44	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×44
803036464	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×46	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×46
803036484	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×48	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×48

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 262 - 1 SC 7941 - 1 CO-SC-7941-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Medicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

803036504	4.0mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ4.0×50	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ4.0×50
803036143	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×14	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×14
803036163	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×16	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×16
803036183	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×18	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×18
803036203	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×20	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×20
803036223	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×22	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×22
803036243	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×24	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×24
803036263	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×26	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×26
803036283	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×28	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×28
803036303	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×30	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×30
803036323	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×32	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×32
803036343	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×34	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×34
803036363	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×36	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×36
803036383	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×38	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×38
803036403	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×40	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×40
803036423	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×42	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×42
803036443	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×44	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×44
803036463	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×46	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×46
803036483	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×48	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×48
803036503	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×50	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×50
803036523	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×52	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×52

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

803038543	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×54	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×54
803038563	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×56	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×56
803038583	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×58	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×58
803038603	4.0mm Cancellous Screw,Partially Threaded	Φ4.0×60	4.0mm Tornillo esponjoso con rosca parcial Φ4.0×60
803047354	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×35	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×35
803047404	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×40	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×40
803047454	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×45	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×45
803047504	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×50	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×50
803047554	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×55	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×55
803047604	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×60	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×60
803047654	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×65	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×65
803047704	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×70	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×70
803047754	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×75	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×75
803047804	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×80	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×80
803047854	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×85	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×85
803047904	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×90	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×90
803047914	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×95	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×95
803047924	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×100	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×100
803047934	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×105	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×105
803047944	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×110	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×110
803047954	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×115	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×115

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

803047964	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,16mm	Φ6.5×120	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×120
803049454	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×45	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×45
803049504	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×50	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×50
803049554	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×55	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×55
803049604	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×60	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×60
803049654	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×65	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×65
803049704	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×70	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×70
803049754	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×75	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×75
803049804	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×80	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×80
803049854	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×85	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×85
803049904	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×90	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×90
803049914	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×95	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×95
803049924	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×100	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×100
803049934	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×105	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×105
803049944	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×110	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×110
803049954	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×115	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×115
803049964	6.5mm Cancellous Screw,Partially Threaded,32mm	Φ6.5×120	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca parcial,16mm Φ6.5×120
803050353	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×35	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×35
803050403	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×40	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×40
803050453	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×45	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×45
803050503	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×50	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×50

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 # 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

QP 269 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

803050553	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×55	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×55
803050603	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×60	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×60
803050653	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×65	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×65
803050703	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×70	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×70
803050753	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×75	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×75
803050803	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×80	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×80
803050853	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×85	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×85
803050903	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×90	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×90
803050913	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×95	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×95
803050923	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×100	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×100
803050933	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×105	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×105
803050943	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×110	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×110
803050953	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×115	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×115
803050963	6.5mm Cancellous Screw,Fully Threaded	Φ6.5×120	6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total Φ6.5×120
01273012	Adaption Plate 1.3	12H	Placa de adaptación 1.3 12H
01273108	T-Adaption Plate 1.3, shaft 8H head 3H		Placa de adaptación en T 1.3, rama 8H cabeza 3H
01283208	T-Adaption Plate 1.3, shaft 8H head 4H		Placa de adaptación en T 1.3, rama 8H cabeza 4H
01293308	Y-Adaption Plate 1.3, shaft 8H head 3H		Placa de adaptación en Y 1.3, rama 8H cabeza 3H
01303408	Strut Plate 1.3, Straight, Right	8H	Placa de rejilla 1.3, recta, derecha 8H
01313508	Strut Plate 1.3, Straight, Left	8H	Placa de rejilla 1.3, recta, izquierda 8H
702051261	Encircling Plate	19mm	Placa circundante 19mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 252 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

702061251	Encircling Plate	19mm	Placa circundante 19mm
702061241	Encircling Plate	19mm	Placa circundante 19mm
702061231	Encircling Plate	19mm	Placa circundante 19mm
702061221	Encircling Plate	19mm	Placa circundante 19mm
702051211	Encircling Plate	19mm	Placa circundante 19mm
702051161	Encircling Plate	17mm	Placa circundante 17mm
702051151	Encircling Plate	17mm	Placa circundante 17mm
702061141	Encircling Plate	17mm	Placa circundante 17mm
702051131	Encircling Plate	17mm	Placa circundante 17mm
702051121	Encircling Plate	17mm	Placa circundante 17mm
702051111	Encircling Plate	17mm	Placa circundante 17mm
702051061	Encircling Plate	14mm	Placa circundante 14mm
702051051	Encircling Plate	14mm	Placa circundante 14mm
702051041	Encircling Plate	14mm	Placa circundante 14mm
702051031	Encircling Plate	14mm	Placa circundante 14mm
702051021	Encircling Plate	14mm	Placa circundante 14mm
702051011	Encircling Plate	14mm	Placa circundante 14mm
702021053	Distal Dorsal Tibia Plate,left	5H	Placa distal dorsal de tibia, izquierda 5H
702021073	Distal Dorsal Tibia Plate,left	7H	Placa distal dorsal de tibia, izquierda 7H
702021093	Distal Dorsal Tibia Plate,left	9H	Placa distal dorsal de tibia, izquierda 9H
702021113	Distal Dorsal Tibia Plate,left	11H	Placa distal dorsal de tibia, izquierda 11H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

702021133	Distal Dorsal Tibia Plate,left	13H	Placa distal dorsal de tibia, izquierda 13H
702021054	Distal Dorsal Tibia Plate,right	5H	Placa distal dorsal de tibia, derecha 5H
702021074	Distal Dorsal Tibia Plate,right	7H	Placa distal dorsal de tibia, derecha 7H
702021094	Distal Dorsal Tibia Plate,right	9H	Placa distal dorsal de tibia, derecha 9H
702021114	Distal Dorsal Tibia Plate,right	11H	Placa distal dorsal de tibia, derecha 11H
702021134	Distal Dorsal Tibia Plate,right	13H	Placa distal dorsal de tibia, derecha 13H
702023011	Patella Plate	Big	Placa de rótula Big
702023021	Patella Plate	Medium	Placa de rótula Medium
702023031	Patella Plate	Small	Placa de rótula Small
702001041	3.5mm Curved Reconstruction Plates	4H	3.5mm Placas de reconstrucción curvas 4H
702001051	3.5mm Curved Reconstruction Plates	5H	3.5mm Placas de reconstrucción curvas 5H
702001061	3.5mm Curved Reconstruction Plates	6H	3.5mm Placas de reconstrucción curvas 6H
702001071	3.5mm Curved Reconstruction Plates	7H	3.5mm Placas de reconstrucción curvas 7H
702001081	3.5mm Curved Reconstruction Plates	8H	3.5mm Placas de reconstrucción curvas 8H
702001091	3.5mm Curved Reconstruction Plates	9H	3.5mm Placas de reconstrucción curvas 9H
702001101	3.5mm Curved Reconstruction Plates	10H	3.5mm Placas de reconstrucción curvas 10H
702001121	3.5mm Curved Reconstruction Plates	12H	3.5mm Placas de reconstrucción curvas 12H
702001141	3.5mm Curved Reconstruction Plates	14H	3.5mm Placas de reconstrucción curvas 14H
702003063	Reconstructin S Plate,left	6H	Placa de reconstrucción en S, izquierda 6H
702003073	Reconstructin S Plate,left	7H	Placa de reconstrucción en S, izquierda 7H
702003083	Reconstructin S Plate,left	8H	Placa de reconstrucción en S, izquierda 8H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

702003093	Reconstructin S Plate,left	8H	Placa de reconstrucción en S, izquierda 8H
702003103	Reconstructin S Plate,left	10H	Placa de reconstrucción en S, izquierda 10H
702003064	Reconstructin S Plate,right	6H	Placa de reconstrucción en S, izquierda 6H
702003074	Reconstructin S Plate,right	7H	Placa de reconstrucción en S, izquierda 7H
702003084	Reconstructin S Plate,right	8H	Placa de reconstrucción en S, izquierda 8H
702003094	Reconstructin S Plate,right	9H	Placa de reconstrucción en S, izquierda 9H
702003104	Reconstructin S Plate,right	10H	Placa de reconstrucción en S, izquierda 10H
702005041	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	4H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 4H
702005051	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	5H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 5H
702005061	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	6H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 6H
702005071	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	7H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 7H
702005081	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	8H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 8H
702005091	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	9H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 9H
702005101	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	10H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 10H
702005111	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	11H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 11H
702005121	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	12H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 12H
702005141	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	14H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 14H
702004041	3.5mm Straight Reconstruction Plate -I	4H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 4H
702004061	3.5mm Straight Reconstruction Plate -I	6H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 6H
702004071	3.5mm Straight Reconstruction Plate -I	7H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 7H
702004081	3.5mm Straight Reconstruction Plate -I	8H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 8H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 232 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

702004091	3.5mm Straight Reconstruction Plate -I	9H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 9H
702004101	3.5mm Straight Reconstruction Plate -I	10H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 10H
702004121	3.5mm Straight Reconstruction Plate -I	12H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 12H
702004141	3.5mm Straight Reconstruction Plate -I	14H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 14H
702004161	3.5mm Straight Reconstruction Plate -I	16H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 16H
702005041	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	4H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 4H
702005051	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	5H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 5H
702005061	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	6H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 6H
702005071	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	7H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 7H
702005081	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	8H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 8H
702005091	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	9H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 9H
702005101	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	10H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 10H
702005111	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	11H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 11H
702005121	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	12H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 12H
702005141	3.5mm Straight Reconstruction Plate -II	14H	3.5mm Placa de reconstrucción recta - II 14H
312005041	Dynamic Compression Plate-Ulna&Radius Limited Contact	4H	Placa de compresión dinámica - cúbito y radio de contacto limitado 4H
312005051	Dynamic Compression Plate-Ulna&Radius Limited Contact	5H	Placa de compresión dinámica - cúbito y radio de contacto limitado 5H
312005061	Dynamic Compression Plate-Ulna&Radius Limited Contact	6H	Placa de compresión dinámica - cúbito y radio de contacto limitado 6H
312005071	Dynamic Compression Plate-Ulna&Radius Limited Contact	7H	Placa de compresión dinámica - cúbito y radio de contacto limitado 7H
312005081	Dynamic Compression Plate-Ulna&Radius Limited Contact	8H	Placa de compresión dinámica - cúbito y radio de contacto limitado 8H
312005091	Dynamic Compression Plate-Ulna&Radius Limited Contact	9H	Placa de compresión dinámica - cúbito y radio de contacto limitado 9H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 # 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 282 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

312005101	Dynamic Compression Plate-Ulna&Radius Limited Contact	10H	Placa de compresión dinámica - cúbito y radio de contacto limitado 10H
312005111	Dynamic Compression Plate-Ulna&Radius Limited Contact	11H	Placa de compresión dinámica - cúbito y radio de contacto limitado 11H
312005121	Dynamic Compression Plate-Ulna&Radius Limited Contact	12H	Placa de compresión dinámica - cúbito y radio de contacto limitado 12H
312006041	Dynamic Compression Plate-Humeral Limited Contact	4H	Placa de compresión dinámica - húmero de contacto limitado 4H
312006051	Dynamic Compression Plate-Humeral Limited Contact	5H	Placa de compresión dinámica - húmero de contacto limitado 5H
312006061	Dynamic Compression Plate-Humeral Limited Contact	6H	Placa de compresión dinámica - húmero de contacto limitado 6H
312006071	Dynamic Compression Plate-Humeral Limited Contact	7H	Placa de compresión dinámica - húmero de contacto limitado 7H
312006081	Dynamic Compression Plate-Humeral Limited Contact	8H	Placa de compresión dinámica - húmero de contacto limitado 8H
312006091	Dynamic Compression Plate-Humeral Limited Contact	9H	Placa de compresión dinámica - húmero de contacto limitado 9H
312006101	Dynamic Compression Plate-Humeral Limited Contact	10H	Placa de compresión dinámica - húmero de contacto limitado 10H
312006121	Dynamic Compression Plate-Humeral Limited Contact	12H	Placa de compresión dinámica - húmero de contacto limitado 12H
312013051	Tubular Plate	5H	Placa tubular 5H
312013061	Tubular Plate	6H	Placa tubular 6H
312013071	Tubular Plate	7H	Placa tubular 7H
312013081	Tubular Plate	8H	Placa tubular 8H
312013091	Tubular Plate	9H	Placa tubular 9H
312013101	Tubular Plate	10H	Placa tubular 10H
312007061	Dynamic Compression Plate-Tibia Limited Contact	6H	Placa de compresión dinámica - tibia de contacto limitado 6H
312007071	Dynamic Compression Plate-Tibia Limited Contact	7H	Placa de compresión dinámica - tibia de contacto limitado 7H
312007081	Dynamic Compression Plate-Tibia Limited Contact	8H	Placa de compresión dinámica - tibia de contacto limitado 8H
312007091	Dynamic Compression Plate-Tibia Limited Contact	9H	Placa de compresión dinámica - tibia de contacto limitado 9H

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

312007101	Dynamic Compression Plate-Tibia Limited Contact	10H	Placa de compresión dinámica - tibia de contacto limitado 10H
312007121	Dynamic Compression Plate-Tibia Limited Contact	12H	Placa de compresión dinámica - tibia de contacto limitado 12H
312007141	Dynamic Compression Plate-Tibia Limited Contact	14H	Placa de compresión dinámica - tibia de contacto limitado 14H
312007161	Dynamic Compression Plate-Tibia Limited Contact	16H	Placa de compresión dinámica - tibia de contacto limitado 16H
312008061	Dynamic Compression Plate-Femoral Limited Contact	6H	Placa de compresión dinámica - femoral de contacto limitado 6H
312008071	Dynamic Compression Plate-Femoral Limited Contact	7H	Placa de compresión dinámica - femoral de contacto limitado 7H
312008081	Dynamic Compression Plate-Femoral Limited Contact	8H	Placa de compresión dinámica - femoral de contacto limitado 8H
312008091	Dynamic Compression Plate-Femoral Limited Contact	9H	Placa de compresión dinámica - femoral de contacto limitado 9H
312008101	Dynamic Compression Plate-Femoral Limited Contact	10H	Placa de compresión dinámica - femoral de contacto limitado 10H
312008121	Dynamic Compression Plate-Femoral Limited Contact	12H	Placa de compresión dinámica - femoral de contacto limitado 12H
312008141	Dynamic Compression Plate-Femoral Limited Contact	14H	Placa de compresión dinámica - femoral de contacto limitado 14H
312008161	Dynamic Compression Plate-Femoral Limited Contact	16H	Placa de compresión dinámica - femoral de contacto limitado 16H
702006031	Clover Leaf Plate	3H(Head6H)	Placa en trébol 3H(Head6H)
702006041	Clover Leaf Plate	4H(Head6H)	Placa en trébol 4H(Head6H)
702006051	Clover Leaf Plate	5H(Head6H)	Placa en trébol 5H(Head6H)
702006061	Clover Leaf Plate	6H(Head6H)	Placa en trébol 6H(Head6H)
702006071	Clover Leaf Plate	7H(Head6H)	Placa en trébol 7H(Head6H)
702006081	Clover Leaf Plate	8H(Head6H)	Placa en trébol 8H(Head6H)
702009033	Obliqued T-Plate	3H,L(Head3H)	Placa en T oblicua 3H,L(Head3H)
702009043	Obliqued T-Plate	4H,L(Head3H)	Placa en T oblicua 4H,L(Head3H)
702009053	Obliqued T-Plate	5H,L(Head3H)	Placa en T oblicua 5H,L(Head3H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 352 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

702009063	Obliqued T-Plate	6H,L(Head3H)	Placa en T oblicua 6H,L(Head3H)
702009034	Obliqued T-Plate	3H,R(Head3H)	Placa en T oblicua 3H,R(Head3H)
702009044	Obliqued T-Plate	4H,R(Head3H)	Placa en T oblicua 4H,R(Head3H)
702009054	Obliqued T-Plate	5H,R(Head3H)	Placa en T oblicua 5H,R(Head3H)
702009064	Obliqued T-Plate	6H,R(Head3H)	Placa en T oblicua 6H,R(Head3H)
702010031	T Plate-II	3H(Head3H)	Placa en T - II 3H(Head3H)
702010041	T Plate-II	4H(Head3H)	Placa en T - II 4H(Head3H)
702010051	T Plate-II	5H(Head3H)	Placa en T - II 5H(Head3H)
702010061	T Plate-II	6H(Head3H)	Placa en T - II 6H(Head3H)
702013043	L Plate-III	4H,L(Head3H)	Placa en L - III 4H,L(Head3H)
702013053	L Plate-III	5H,L(Head3H)	Placa en L - III 5H,L(Head3H)
702013063	L Plate-III	6H,L(Head3H)	Placa en L - III 6H,L(Head3H)
702013083	L Plate-III	8H,L(Head3H)	Placa en L - III 8H,L(Head3H)
702013103	L Plate-III	10H,L(Head3H)	Placa en L - III 10H,L(Head3H)
702013044	L Plate-III	4H,R(Head3H)	Placa en L - III 4H,R(Head3H)
702013054	L Plate-III	5H,R(Head3H)	Placa en L - III 5H,R(Head3H)
702013064	L Plate-III	6H,R(Head3H)	Placa en L - III 6H,R(Head3H)
702013084	L Plate-III	8H,R(Head3H)	Placa en L - III 8H,R(Head3H)
702013104	L Plate-III	10H,R(Head3H)	Placa en L - III 10H,R(Head3H)
702014053	Proximal Femoral Plate-I	5H,L(Head4H)	Placa de fémur proximal - I 5H,L(Head4H)
702014073	Proximal Femoral Plate-I	7H,L(Head4H)	Placa de fémur proximal - I 7H,L(Head4H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

702014093	Proximal Femoral Plate-I	9H,L(Head4H)	Placa de fémur proximal - I 9H,L(Head4H)
702014113	Proximal Femoral Plate-I	11H,L(Head4H)	Placa de fémur proximal - I 11H,L(Head4H)
702014133	Proximal Femoral Plate-I	13H,L(Head4H)	Placa de fémur proximal - I 13H,L(Head4H)
702014054	Proximal Femoral Plate-I	5H,R(Head4H)	Placa de fémur proximal - I 5H,R(Head4H)
702014074	Proximal Femoral Plate-I	7H,R(Head4H)	Placa de fémur proximal - I 7H,R(Head4H)
702014094	Proximal Femoral Plate-I	9H,R(Head4H)	Placa de fémur proximal - I 9H,R(Head4H)
702014114	Proximal Femoral Plate-I	11H,R(Head4H)	Placa de fémur proximal - I 11H,R(Head4H)
702014134	Proximal Femoral Plate-I	13H,R(Head4H)	Placa de fémur proximal - I 13H,R(Head4H)
702016053	Distal Lateral Femoral Plate	5H,L(Head8H)	Placa de fémur distal lateral 5H,L(Head8H)
702016073	Distal Lateral Femoral Plate	7H,L(Head8H)	Placa de fémur distal lateral 7H,L(Head8H)
702016093	Distal Lateral Femoral Plate	9H,L(Head8H)	Placa de fémur distal lateral 9H,L(Head8H)
702016113	Distal Lateral Femoral Plate	11H,L(Head8H)	Placa de fémur distal lateral 11H,L(Head8H)
702016133	Distal Lateral Femoral Plate	13H,L(Head8H)	Placa de fémur distal lateral 13H,L(Head8H)
702016054	Distal Lateral Femoral Plate	5H,R(Head8H)	Placa de fémur distal lateral 5H,R(Head8H)
702016074	Distal Lateral Femoral Plate	7H,R(Head8H)	Placa de fémur distal lateral 7H,R(Head8H)
702016094	Distal Lateral Femoral Plate	9H,R(Head8H)	Placa de fémur distal lateral 9H,R(Head8H)
702016114	Distal Lateral Femoral Plate	11H,R(Head8H)	Placa de fémur distal lateral 11H,R(Head8H)
702016134	Distal Lateral Femoral Plate	13H,R(Head8H)	Placa de fémur distal lateral 13H,R(Head8H)
702017043	Distal Medial Femoral Plate	4H,L(Head8H)	Placa de fémur distal medial 4H,L(Head8H)
702017063	Distal Medial Femoral Plate	6H,L(Head8H)	Placa de fémur distal medial 6H,L(Head8H)
702017083	Distal Medial Femoral Plate	8H,L(Head8H)	Placa de fémur distal medial 8H,L(Head8H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.°64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

702017103	Distal Medial Femoral Plate	10H,L(Head8H)	Placa de fémur distal medial 10H,L(Head8H)
702017044	Distal Medial Femoral Plate	4H,R(Head8H)	Placa de fémur distal medial 4H,R(Head8H)
702017064	Distal Medial Femoral Plate	6H,R(Head8H)	Placa de fémur distal medial 6H,R(Head8H)
702017084	Distal Medial Femoral Plate	8H,R(Head8H)	Placa de fémur distal medial 8H,R(Head8H)
702017104	Distal Medial Femoral Plate	10H,R(Head8H)	Placa de fémur distal medial 10H,R(Head8H)
702018053	Proximal Medial Tibia Plate	5H,L(Head4H)	Placa de tibia proximal medial 5H,L(Head4H)
702018073	Proximal Medial Tibia Plate	7H,L(Head4H)	Placa de tibia proximal medial 7H,L(Head4H)
702018093	Proximal Medial Tibia Plate	9H,L(Head4H)	Placa de tibia proximal medial 9H,L(Head4H)
702018113	Proximal Medial Tibia Plate	11H,L(Head4H)	Placa de tibia proximal medial 11H,L(Head4H)
702018133	Proximal Medial Tibia Plate	13H,L(Head4H)	Placa de tibia proximal medial 13H,L(Head4H)
702018054	Proximal Medial Tibia Plate	5H,R(Head4H)	Placa de tibia proximal medial 5H,R(Head4H)
702018074	Proximal Medial Tibia Plate	7H,R(Head4H)	Placa de tibia proximal medial 7H,R(Head4H)
702018094	Proximal Medial Tibia Plate	9H,R(Head4H)	Placa de tibia proximal medial 9H,R(Head4H)
702018114	Proximal Medial Tibia Plate	11H,R(Head4H)	Placa de tibia proximal medial 11H,R(Head4H)
702018134	Proximal Medial Tibia Plate	13H,R(Head4H)	Placa de tibia proximal medial 13H,R(Head4H)
702019053	Proximal Lateral Tibia Plate-I	5H,L(Head4H)	Placa de tibia proximal lateral - I 5H,L(Head4H)
702019073	Proximal Lateral Tibia Plate-I	7H,L(Head4H)	Placa de tibia proximal lateral - I 7H,L(Head4H)
702019093	Proximal Lateral Tibia Plate-I	9H,L(Head4H)	Placa de tibia proximal lateral - I 9H,L(Head4H)
702019113	Proximal Lateral Tibia Plate-I	11H,L(Head4H)	Placa de tibia proximal lateral - I 11H,L(Head4H)
702019133	Proximal Lateral Tibia Plate-I	13H,L(Head4H)	Placa de tibia proximal lateral - I 13H,L(Head4H)
702019054	Proximal Lateral Tibia Plate-I	5H,R(Head4H)	Placa de tibia proximal lateral - I 5H,R(Head4H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 A 64 28
PBX 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

702019074	Proximal Lateral Tibia Plate-I	7H,R(Head4H)	Placa de tibia proximal lateral - I 7H,R(Head4H)
702019094	Proximal Lateral Tibia Plate-I	9H,R(Head4H)	Placa de tibia proximal lateral - I 9H,R(Head4H)
702019114	Proximal Lateral Tibia Plate-I	11H,R(Head4H)	Placa de tibia proximal lateral - I 11H,R(Head4H)
702019134	Proximal Lateral Tibia Plate-I	13H,R(Head4H)	Placa de tibia proximal lateral - I 13H,R(Head4H)
702020053	Distal Medial I Tibia Plate	5H,L(Head3H)	Placa de tibia I medial distal 5H,L(Head3H)
702020073	Distal Medial I Tibia Plate	7H,L(Head3H)	Placa de tibia I medial distal 7H,L(Head3H)
702020093	Distal Medial I Tibia Plate	9H,L(Head3H)	Placa de tibia I medial distal 9H,L(Head3H)
702020113	Distal Medial I Tibia Plate	11H,L(Head3H)	Placa de tibia I medial distal 11H,L(Head3H)
702020133	Distal Medial I Tibia Plate	13H,L(Head3H)	Placa de tibia I medial distal 13H,L(Head3H)
702020054	Distal Medial I Tibia Plate	5H,R(Head3H)	Placa de tibia I medial distal 5H,R(Head3H)
702020074	Distal Medial I Tibia Plate	7H,R(Head3H)	Placa de tibia I medial distal 7H,R(Head3H)
702020094	Distal Medial I Tibia Plate	9H,R(Head3H)	Placa de tibia I medial distal 9H,R(Head3H)
702020114	Distal Medial I Tibia Plate	11H,R(Head3H)	Placa de tibia I medial distal 11H,R(Head3H)
702020134	Distal Medial I Tibia Plate	13H,R(Head3H)	Placa de tibia I medial distal 13H,R(Head3H)
702024043	Proximal Humeral Plate-I	4H,L(Head7H)	Placa de húmero proximal - I 4H,L(Head7H)
702024053	Proximal Humeral Plate-I	5H,L(Head7H)	Placa de húmero proximal - I 5H,L(Head7H)
702024063	Proximal Humeral Plate-I	6H,L(Head7H)	Placa de húmero proximal - I 6H,L(Head7H)
702024073	Proximal Humeral Plate-I	7H,L(Head7H)	Placa de húmero proximal - I 7H,L(Head7H)
702024083	Proximal Humeral Plate-I	8H,L(Head7H)	Placa de húmero proximal - I 8H,L(Head7H)
702024093	Proximal Humeral Plate-I	9H,L(Head7H)	Placa de húmero proximal - I 9H,L(Head7H)
702024103	Proximal Humeral Plate-I	10H,L(Head7H)	Placa de húmero proximal - I 10H,L(Head7H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 No. 64 - 28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

702024044	Proximal Humeral Plate-I	4H,R(Head7H)	Placa de húmero proximal - I 4H,R(Head7H)
702024054	Proximal Humeral Plate-I	5H,R(Head7H)	Placa de húmero proximal - I 5H,R(Head7H)
702024064	Proximal Humeral Plate-I	6H,R(Head7H)	Placa de húmero proximal - I 6H,R(Head7H)
702024074	Proximal Humeral Plate-I	7H,R(Head7H)	Placa de húmero proximal - I 7H,R(Head7H)
702024084	Proximal Humeral Plate-I	8H,R(Head7H)	Placa de húmero proximal - I 8H,R(Head7H)
702024094	Proximal Humeral Plate-I	9H,R(Head7H)	Placa de húmero proximal - I 9H,R(Head7H)
702024104	Proximal Humeral Plate-I	10H,R(Head7H)	Placa de húmero proximal - I 10H,R(Head7H)
702026033	Distal Humeral Plate	3H,L(Head6H)	Placa de húmero proximal - I 3H,L(Head6H)
702026043	Distal Humeral Plate	4H,L(Head6H)	Placa de húmero distal 4H,L(Head6H)
702026053	Distal Humeral Plate	5H,L(Head6H)	Placa de húmero distal 5H,L(Head6H)
702026063	Distal Humeral Plate	6H,L(Head6H)	Placa de húmero distal 6H,L(Head6H)
702026034	Distal Humeral Plate	3H,R(Head6H)	Placa de húmero distal 3H,R(Head6H)
702026044	Distal Humeral Plate	4H,R(Head6H)	Placa de húmero distal 4H,R(Head6H)
702026054	Distal Humeral Plate	5H,R(Head6H)	Placa de húmero distal 5H,R(Head6H)
702026064	Distal Humeral Plate	6H,R(Head6H)	Placa de húmero distal 6H,R(Head6H)
702029043	Clavicular Hook Plate,H 15mm	4H,L(Head2H)	Placa de gancho clavicular, H 15 mm 4H,L(Head2H)
702029053	Clavicular Hook Plate,H 15mm	5H,L(Head2H)	Placa de gancho clavicular, H 15 mm 5H,L(Head2H)
702029063	Clavicular Hook Plate,H 15mm	6H,L(Head2H)	Placa de gancho clavicular, H 15 mm 6H,L(Head2H)
702029073	Clavicular Hook Plate,H 15mm	7H,L(Head2H)	Placa de gancho clavicular, H 15 mm 7H,L(Head2H)
702029083	Clavicular Hook Plate,H 15mm	8H,L(Head2H)	Placa de gancho clavicular, H 15 mm 8H,L(Head2H)
702029044	Clavicular Hook Plate,H 15mm	4H,R(Head2H)	Placa de gancho clavicular, H 15 mm 4H,R(Head2H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

702029054	Clavicular Hook Plate,H 15mm	5H,R(Head2H)	Placa de gancho clavicular, H 15 mm 5H,R(Head2H)
702029064	Clavicular Hook Plate,H 15mm	6H,R(Head2H)	Placa de gancho clavicular, H 15 mm 6H,R(Head2H)
702029074	Clavicular Hook Plate,H 15mm	7H,R(Head2H)	Placa de gancho clavicular, H 15 mm 7H,R(Head2H)
702029084	Clavicular Hook Plate,H 15mm	8H,R(Head2H)	Placa de gancho clavicular, H 15 mm 8H,R(Head2H)
702032023	Distal Fibular Plate III	2H,L(Head5H)	Placa de peroné distal III 2H,L(Head5H)
702032033	Distal Fibular Plate III	3H,L(Head5H)	Placa de peroné distal III 3H,L(Head5H)
702032043	Distal Fibular Plate III	4H,L(Head5H)	Placa de peroné distal III 4H,L(Head5H)
702032053	Distal Fibular Plate III	5H,L(Head5H)	Placa de peroné distal III 5H,L(Head5H)
702032063	Distal Fibular Plate III	6H,L(Head5H)	Placa de peroné distal III 6H,L(Head5H)
702032073	Distal Fibular Plate III	7H,L(Head5H)	Placa de peroné distal III 7H,L(Head5H)
702032083	Distal Fibular Plate III	8H,L(Head5H)	Placa de peroné distal III 8H,L(Head5H)
702032093	Distal Fibular Plate III	9H,L(Head5H)	Placa de peroné distal III 9H,L(Head5H)
702032103	Distal Fibular Plate III	10H,L(Head5H)	Placa de peroné distal III 10H,L(Head5H)
702032113	Distal Fibular Plate III	11H,L(Head5H)	Placa de peroné distal III 11H,L(Head5H)
702032123	Distal Fibular Plate III	12H,L(Head5H)	Placa de peroné distal III 12H,L(Head5H)
702032024	Distal Fibular Plate III	2H,R(Head5H)	Placa de peroné distal III 2H,R(Head5H)
702032034	Distal Fibular Plate III	3H,R(Head5H)	Placa de peroné distal III 3H,R(Head5H)
702032044	Distal Fibular Plate III	4H,R(Head5H)	Placa de peroné distal III 4H,R(Head5H)
702032054	Distal Fibular Plate III	5H,R(Head5H)	Placa de peroné distal III 5H,R(Head5H)
702032064	Distal Fibular Plate III	6H,R(Head5H)	Placa de peroné distal III 6H,R(Head5H)
702032074	Distal Fibular Plate III	7H,R(Head5H)	Placa de peroné distal III 7H,R(Head5H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

702032084	Distal Fibular Plate III	8H,R(Head5H)	Placa de peroné distal III 8H,R(Head5H)
702032094	Distal Fibular Plate III	9H,R(Head5H)	Placa de peroné distal III 9H,R(Head5H)
702032104	Distal Fibular Plate III	10H,R(Head5H)	Placa de peroné distal III 10H,R(Head5H)
702032114	Distal Fibular Plate III	11H,R(Head5H)	Placa de peroné distal III 11H,R(Head5H)
702032124	Distal Fibular Plate III	12H,R(Head5H)	Placa de peroné distal III 12H,R(Head5H)
702035133	Calcaneal Plate-I	13H,L	Placa calcánea - I 13H,L
702035153	Calcaneal Plate-I	15H,L	Placa calcánea - I 15H,L
702035134	Calcaneal Plate-I	13H,R	Placa calcánea - I 13H,R
702035154	Calcaneal Plate-I	15H,R	Placa calcánea - I 15H,R
702036083	Calcaneal Plate-II	8H,L	Placa calcánea - II 8H,L
702036084	Calcaneal Plate-II	8H,R	Placa calcánea - II 8H,R
702037113	Calcaneal Plate-III	11H,L	Placa calcánea - III 11H,L
702037133	Calcaneal Plate-III	13H,L	Placa calcánea - III 13H,L
702037114	Calcaneal Plate-III	11H,R	Placa calcánea - III 11H,R
702037134	Calcaneal Plate-III	13H,R	Placa calcánea - III 13H,R
702041123	Calcaneal Plate-VII	12H,L	Placa calcánea - VIII 12H,L
702041124	Calcaneal Plate-VII	12H,R	Placa calcánea - VIII 12H,R
702050041	Attached Plate for DHS	4H(Head8H)	Placa adjunta para DHS 4H(Head8H)
702052043	Distal Radius Plate-I	4H,L(Head8H)	Placa de radio distal - I 4H,L(Head8H)
702052063	Distal Radius Plate-I	6H,L(Head8H)	Placa de radio distal - I 6H,L(Head8H)
702052083	Distal Radius Plate-I	8H,L(Head8H)	Placa de radio distal - I 8H,L(Head8H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1
ISO 9001
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

702052103	Distal Radius Plate-I	10H,L(Head8H)	Placa de radio distal - I 10H,L(Head8H)
702052044	Distal Radius Plate-I	4H,R(Head8H)	Placa de radio distal - I 4H,R(Head8H)
702052064	Distal Radius Plate-I	6H,R(Head8H)	Placa de radio distal - I 6H,R(Head8H)
702052084	Distal Radius Plate-I	8H,R(Head8H)	Placa de radio distal - I 8H,R(Head8H)
702052104	Distal Radius Plate-I	10H,R(Head8H)	Placa de radio distal - I 10H,R(Head8H)
702053033	Distal Radius Plate-II	3H,L(Head6H)	Placa de radio distal - II 3H,L(Head6H)
702053043	Distal Radius Plate-II	4H,L(Head6H)	Placa de radio distal - II 4H,L(Head6H)
702053053	Distal Radius Plate-II	5H,L(Head6H)	Placa de radio distal - II 5H,L(Head6H)
702053063	Distal Radius Plate-II	6H,L(Head6H)	Placa de radio distal - II 6H,L(Head6H)
702053034	Distal Radius Plate-II	3H,R(Head6H)	Placa de radio distal - II 3H,R(Head6H)
702053044	Distal Radius Plate-II	4H,R(Head6H)	Placa de radio distal - II 4H,R(Head6H)
702053054	Distal Radius Plate-II	5H,R(Head6H)	Placa de radio distal - II 5H,R(Head6H)
702053064	Distal Radius Plate-II	6H,R(Head6H)	Placa de radio distal - II 6H,R(Head6H)
702060063	Clavicular S Plate	6H,L	Placa de clavicula en S 6H,L
702060073	Clavicular S Plate	7H,L	Placa de clavicula en S 7H,L
702060083	Clavicular S Plate	8H,L	Placa de clavicula en S 8H,L
702060064	Clavicular S Plate	6H,R	Placa de clavicula en S 6H,R
702060074	Clavicular S Plate	7H,R	Placa de clavicula en S 7H,R
702060084	Clavicular S Plate	8H,R	Placa de clavicula en S 8H,R
702062063	Distal Lateral Tibia L-Plate	6H,L(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 6H,L(Head5H)
702062083	Distal Lateral Tibia L-Plate	8H,L(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 8H,L(Head5H)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

CP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

702062103	Distal Lateral Tibia L-Plate	10H,L(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 10H,L(Head5H)
702062123	Distal Lateral Tibia L-Plate	12H,L(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 12H,L(Head5H)
702062143	Distal Lateral Tibia L-Plate	14H,L(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 14H,L(Head5H)
702062163	Distal Lateral Tibia L-Plate	16H,L(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 16H,L(Head5H)
702062183	Distal Lateral Tibia L-Plate	18H,L(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 18H,L(Head5H)
702062203	Distal Lateral Tibia L-Plate	20H,L(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 20H,L(Head5H)
702062223	Distal Lateral Tibia L-Plate	22H,L(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 22H,L(Head5H)
702062064	Distal Lateral Tibia L-Plate	6H,R(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 6H,R(Head5H)
702062084	Distal Lateral Tibia L-Plate	8H,R(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 8H,R(Head5H)
702062104	Distal Lateral Tibia L-Plate	10H,R(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 10H,R(Head5H)
702062124	Distal Lateral Tibia L-Plate	12H,R(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 12H,R(Head5H)
702062144	Distal Lateral Tibia L-Plate	14H,R(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 14H,R(Head5H)
702062164	Distal Lateral Tibia L-Plate	16H,R(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 16H,R(Head5H)
702062184	Distal Lateral Tibia L-Plate	18H,R(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 18H,R(Head5H)
702062204	Distal Lateral Tibia L-Plate	20H,R(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 20H,R(Head5H)
702062224	Distal Lateral Tibia L-Plate	22H,R(Head5H)	Placa en L tibia distal lateral 22H,R(Head5H)
INSTRUMENTALES RELACIONADOS EN EL CERTIFICADO DE VENTA LIBRE No. 2014-E273			
061039	Depth Gauge	0-60mm	Medidor de profundidad 0-60mm
051053	T handle with quick coupling		Mango T con acoplamiento rápido
061005	Retractor	15,5	Retractor 15,5
041001	Drill Bit	Φ1.8	Broca Φ1.8

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 ISO 9001 SC 7341 - 1 IQNet CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

041003	Drill Bit	Φ2.0	Broca Φ2.0
041005	Drill Bit	Φ2.4	Broca Φ2.4
041007	Drill Bit	Φ2.7	Broca Φ2.7
041009	Guide Wire	Φ1.5	Guia Φ1.5
041011	Tip Threaded Guide Wire	Φ1.5	Guia de punta roscada Φ1.5
041013	Screwdriver	HA2.4	Atornillador HA2.4
041015	Screwdriver	HA2.7	Atornillador HA2.7
041017	Drill Sleeve	Φ1.5	Camisa para broca Φ1.5
041019	Drill Sleeve	Φ1.8	Camisa para broca Φ1.8
041021	Drill Sleeve	Φ2.0	Camisa para broca Φ2.0
041023	Double Drill Guide	Φ1.8/Φ2.4	Guia doble de broca Φ1.8/Φ2.4
041025	Double Drill Guide	Φ2.0/Φ2.7	Guia doble de broca Φ2.0/Φ2.7
041027	Depth Gauge(with protector)		Medidor de profundidad (con protector)
041029	Screwdriver Shaft,T8	T8	Punta de atornillador, T8 T8
041031	Screwdriver,T8	T8	Atornillador, T8 T8
041033	Screw holding sleeve		Camisa de tornillo de sujeción
041035	Torque limited Screwdriver, 0.8N.M	0.8N.M	Atornillador de torque, 0.8N.M 0.8N.M
041037	Retractor	6.5	Retractor 6.5
041039	Double Periosteal Elevator	round	Elevador doble de periosteo round
041041	Double Periosteal Elevator	flat	Elevador doble de periosteo flat
041043	Reduction Forceps with Points	small	Pinzas de reducción en puntas small

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 A.° 64 /28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

041045	Reduction Forceps with Points	large	Pinzas de reducción en puntas large
041047	Reduction Forceps with Points, toothed		Pinzas de reducción en puntas, dentadas
041049	Bending forceps		Dobladora de placas
041050	Guide 1.8 LCP-VA		Guia 1.8 LCP-VA
980103152	Guide Wire	Φ1.2*150	Guia Φ1.2*150
045051	Screw Case		Caja de tornillo
042053	Implant Case 2.4&2.7mm		Caja de implantes 2.4&2.7mm
040001	Instrument Case 2.4&2.7mm		Caja de instrumental 2.4&2.7mm
040000	Instrument Set 2.4&2.7mm		Set de Instrumental 2.4&2.7mm
181035	Cannulated screwdriver, hex	SW2.5	Atornillador canulado, hexagonal SW2.5
181043	Screwdriver, hex	SW2.5	Atornillador, hexagonal SW2.5
201001	Guide pin	Φ1.4	Pin de guia Φ1.4
201003	Cannulated drill bit, cancellous	4-5	Broca canulada, esponjosa 4-5
201005	Cannulated drill bit, cortical	4-5	Broca canulada, cortical 4-5
201007	Sleeve		Camisa
201009	Guide for K wire		Guia para pin liso
201011	Depth gauge		Medidor de profundidad
202013	Screw case		Caja de tornillo
200001	Instrument Case		Caja de instrumental
200000	Instrument Set		Set de instrumental
202013	Screw Case		Caja de tornillo

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP-262 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

211001	Guide for K wire	Φ1.6	Guia para pin liso Φ1.6
211003	Cannulated drill bit, cancellous		Broca canulada, esponjosa
211005	Cannulated drill bit, cortical		Broca canulada, cortical
211007	Cannulated screwdriver, hex	SW3.0	Atornillador canulado, hexagonal SW3.0
211009	Screwdriver, hex	SW3.0	Atornillador, hexagonal SW3.0
211011	Sleeve		Camisa
211013	Guide for K wire		Guia para pin liso
211015	Depth gauge		Medidor de profundidad
210001	Instrument case		Caja de instrumental
210000	Instrument Set		Set de instrumental
221001	Guide Pin	Φ2.4	Pin de guia Φ2.4
221003	Threaded Guide Pin	Φ2.4	Pin de guia roscado Φ2.4
221005	Cannulated drill bit, cancellous	45-70	Broca canulada, esponjosa 45-70
221007	Cannulated drill bit, cancellous	75-90	Broca canulada, esponjosa 75-90
221009	Cannulated drill bit, cancellous	95-120	Broca canulada, esponjosa 95-120
221011	Cannulated drill bit, cortical	45-70	Broca canulada, cortical 45-70
221013	Cannulated drill bit, cortical	75-90	Broca canulada, cortical 75-90
221015	Cannulated drill bit, cortical	95-120	Broca canulada, cortical 95-120
221017	Cannulated screwdriver, hex	SW4.0	Atornillador canulado, hexagonal SW4.0
221019	Screwdriver, hex	SW4.0	Atornillador, hexagonal SW4.0
221021	Guide for K wire		Guia para pin liso

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

221023	Sleeve		Camisa
221025	Extryout		Extractor
221027	Handle with quick coupling		Manga con anclaje rápido
221029	Depth gauge		Medidor de profundidad
220001	Headless Screw Instrument case I		Caja de instrumental I Tornillo sin cabeza
220000	Headless Screw Instrument Set I		Set de instrumental I Tornillo sin cabeza
71021	Cleaning Hook		Gancho de limpieza
51053	T handle with quick coupling		Mango en T con acoplamiento rápido
141001	Screwdriver shaft, star	Φ3.5	Punta de atornillador , estrella Φ3.5
141003	Screwdriver shaft, star	Φ4.4	Punta de atornillador , estrella Φ4.4
141005	Screwdriver shaft, hex	SW4.0	Punta de atornillador , hexagonal SW4.0
141007	Screwdriver shaft, hex	SW3.5	Punta de atornillador , hexagonal SW3.5
141009	Screwdriver shaft, hex	SW2.5	Punta de atornillador , hexagonal SW2.5
141011	Conical Extraction screw	Φ2.5	Tornillo de extracción cónico Φ2.5
141013	Conical Extraction screw	Φ3.5	Tornillo de extracción cónico Φ3.5
141015	Extraction Bolt	Φ3.5	Extractor de pernos Φ3.5
141017	Extraction Bolt	Φ4.5	Extractor de pernos Φ4.5
141019	Extraction Bolt	Φ6.5	Extractor de pernos Φ6.5
141021	Reamer Tube	Φ3.5	Reamer Φ3.5
141023	Reamer Tube	Φ4.5	Reamer Φ4.5
141025	Reamer Tube	Φ6.5	Reamer Φ6.5

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
ISO 9001
SC 7341 - 1
IQNet
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

141027	Centring pin	Φ3.5	Centralizador de pin Φ3.5
141029	Centring pin	Φ4.5	Centralizador de pin Φ4.5
141031	Centring pin	Φ6.5	Centralizador de pin Φ6.5
141033	Carbide drill bit	Φ4.0	Broca de extracción Φ4.0
141035	Carbide drill bit	Φ6.0	Broca de extracción Φ6.0
141037	Instrument for removal of damaged screw	Φ4.5	Instrumento de extracción de tornillo dañado Φ4.5
141039	Instrument for removal of damaged screw	Φ3.5	Instrumento de extracción de tornillo dañado Φ3.5
141041	Sharp Corn		Pinza removedora
141047	Handle with quick coupling		Mango con acoplamiento rápido
141049	Plier for screw removal		Alicate para extracción de los tornillos
141051	Hollow Gouge		Gubia canulada
152053	Instrument box-small		Caja de instrumento - pequeño
150001	Instrument box-large		Caja de instrumento - grande
170000	Collinear reduction clamp set		Set de abrazaderas de reducción colineales
160000	Reconstruction Instrument Set		Set de instrumental de reconstrucción
150000	Broken screw removal set		Set de extracción de tornillos rotos
081027	Drill guide	Φ3.2	Guía de broca Φ3.2
081023	Double drill guide	Φ3.2-Φ4.5	Guía doble de broca Φ3.2-Φ4.5
081025	Double pin guide	Φ3.2-Φ6.5	Pin de guía doble Φ3.2-Φ6.5
081003	Drill bit	Φ3.2	Broca Φ3.2
081007	Drill bit	Φ4.5	Broca Φ4.5

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 252 - 1 ISO 9001 CO 7341 - 1 IQNet CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

081017	Tap	Φ4.5	Palpador Φ4.5
081021	Tap	Φ6.5	Palpador Φ6.5
081031	Depth Gauge	10-90	Medidor de profundidad 10-90
081037	Screw holding forceps		Pinza sostenedoras de tornillos
081055	Screwdriver, hex	SW3.5	Atornillador, hexagonal SW3.5
151001	Guide Pin	Φ2.5*250	Pin de guía Φ2.5*250
151003	Threaded Guide Pin	Φ2.5*250	Pin de guía roscado Φ2.5*250
151005	Cleaning Guide Pin	Φ2.5	Pin guia de limpieza Φ2.5
151007	Tap for lag screw		Palpador para tornillo de tracción
151009	Depth Gauge for guide pin	10-140	Medidor de profundidad para pin de guia 10-140
151011	Screwdriver		Atornillador
151013	Screwdriver for lag screw	SW7.0	Atornillador para tornillo de tracción SW7.0
151015	Connecting shaft for lag screw		Eje de conexión de tornillo de tracción
151017	Quick coupling adaptor		Adaptador de acoplamiento rápido
151019	T handle with quick coupling		Mango en T con anclaje rápido
151021	Handle with quick coupling		Mango con anclaje rápido
151023	DHS Reamer		DHS Reamer
151025	DCS Reamer		DCS Reamer
151027	Impactor		Impactador
150001	DHS/DCS Instrument Case		DHS/DCS Caja de instrumental
150000	DHS/DCS Instrument Set		DHS/DCS Set de instrumental

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

370001	PFNA Long Instrument Set		PFNA Set de instrumental grande
372001	Proximal aiming arm	left	Dispositivo de bloqueo proximal left
372002	Proximal aiming arm	right	Dispositivo de bloqueo proximal right
374003	Proximal aiming device		Dispositivo de bloqueo
371004	Aiming sleeve		Camisa de direccionamiento
371005	Sleeve for distal locking screw		Camisa para el tornillo de bloqueo distal
371006	Position rod		Barra de posición
371007	Reamer shaft		Punta de Reamer
371008	Adjustable aiming bar		Barra de direccionamiento ajustable
371009	Reamer head		Cabeza de reamer
371010	Reamer head		Cabeza de reamer
371011	Reamer head		Cabeza de reamer
371012	Reamer head		Cabeza de reamer
371013	Reamer head		Cabeza de reamer
371014	Reamer head		Cabeza de reamer
371015	Reamer head		Cabeza de reamer
371016	Guide wire	Φ2.5*1000	Pin liso Φ2.5*1000
370001	Instrument case for reamer set		Caja de instrumental para set de reamer
370000	Instrument Set		Set de instrumental
401004	Universal chuck with T-handle		Chuck universal con mango en T
401005	Reducer		Reductor

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 252 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

401006	Guide wire with spheral head Φ2.5		Pin de guía con cabeza esférica Φ2.5
401008	Flexible reamer shaft	Φ8.5	Punta de reamer flexible Φ8.5
401012	Reamer head	Φ9	Cabeza de Reamer Φ9
401013	Reamer head	Φ9.5	Cabeza de Reamer Φ9.5
401014	Reamer head	Φ10	Cabeza de Reamer Φ10
401015	Reamer head	Φ10.5	Cabeza de Reamer Φ10.5
401016	Reamer head	Φ11	Cabeza de Reamer Φ11
401017	Reamer head	Φ11.5	Cabeza de Reamer Φ11.5
401035	Hexagonal screwdriver with spheral head		Atornillador hexagonal con cabeza esférica
401036	Sleeve for locking screw		Camisa para tornillo de bloqueo
401037	Sleeve for drill bit		Camisa para broca
401038	Tissue protector		Protector de tejido
401039	Drill bit	Φ4	Broca Φ4
401040	Stopper for drill bit	Φ4	Tapón para broca Φ4
401041	Locating Pin	Φ4	Pin de ubicación Φ4
401046	Depth gauge for locking bolt		Medidor de profundidad para perno de bloqueo
401047	Hexagonal wrench	SW4.5	Llave hexagonal SW4.5
401048	Combined hammer		Martillo combinado
401049	Combined wrench		Llave combinada
401050	Hammer guide		Guía de martillo
401044	Drill for stablizing rod		Broca para barra de estabilización

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 ISO 9001 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

381034	Φ3.2*400 Threaded guide wire	Φ3.2	Φ3.2*400 Pin guia roscado Φ3.2
381006	Tissue protector		Protector de tejido
381001	Entry drill guide		Guia de broca iniciadora
381002	Entry drill guide sleeve for guide wire		Camisa guia para broca iniciadora
381003	Awl		Punzón
381004	Entry reamer		Reamer iniciador
381005	Reamer head	Φ12	Cabeza de Reamer Φ12
381006	Reamer head	Φ12.5	Cabeza de Reamer Φ12.5
381007	Reamer head	Φ13	Cabeza de Reamer Φ13
381008	Impactor		Impactador
381009	Insertion handle		Mango de inserción
382010	Proximal aiming device		Dispositivo de bloqueo proximal
382011	Connector for proximal aiming arm		Conector para dispositivo de bloqueo proximal
382012	Connector for proximal aiming arm		Conector para dispositivo de bloqueo proximal
386013	Adjustable aiming device		Dispositivo de bloqueo ajustable
386014	Lateral targeting arm		Dispositivo de colocación lateral
384015	Radiolucent nut		Tuerca radiolúcida
381016	Locking bolt		Perno de bloqueo
381017	Stabilizing rod		Barra estabilizadora
381018	Sleeve for lateral stabilizing rod		Camisa de barra estabilizadora lateral
381019	Lateral stabilizing rod with threads	Φ9.5	Barra estabilizadora con roscas laterales Φ9.5

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64 28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 252 - 1 SC 7341 - 1 CO SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

381020	Lateral stabilizing rod with threads	Φ10	Barra estabilizadora con roscas laterales Φ10
381021	Lateral stabilizing rod with threads	Φ11	Barra estabilizadora con roscas laterales Φ11
381022	Lateral stabilizing rod with threads	Φ12	Barra estabilizadora con roscas laterales Φ12
381023	Stabilizing spacer		Espaciador de estabilización
381024	Locking bolt for targeting arm		Dispositivo de bloqueo
381025	Sleeve for lag screw		Camisa de tornillo de tracción
381026	Sleeve for guide wire		Camisa para guía
381027	Step drill for lag screw		Broca de paso para el tornillo de tracción
381028	Lag screwdriver	SW4.5	Atornillador para tornillo de tracción SW4.5
381029	Depth gauge for lag screw		Medidor de profundidad para tornillo de tracción
381030	Extractor for intramedullary nail		Extractor de clavo intramedular
381031	Flexible screwdriver for end cap		Atornillador flexible para tapón
381032	Guide wire for end cap		Guía para para tapón
381033	Flexible wrench for end cap	SW4.5	Llave flexible para tapón SW4.5
381034	Reamer for lateral cortex		Reamer para corteza lateral
382035	Screw case		Caja de tornillo
390000	Femoral retrograde Nail Set		Set de clavo femoral retrógrado
410001	Humeral nail set		Set de clavo de húmero
380001	PFNA Long Instrument Case		PFNA Caja de instrumental grande
380000	PFNA Long Instrument Set		PFNA Set de instrumental grande
360000	PFNA Short Instrument Case		PFNA Caja de instrumental pequeña

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 ISO 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

360001	PFNA Short Instrument Set		PFNA Set de instrumental pequeño
361001	Protection sleeve		Camisa de protección
361002	Protection inner sleeve		Camisa de protección interior
361003	Guide wire with threaded tip	Φ3.2*400	Guía con punta roscada Φ3.2*400
361004	Entry reamer		Reamer iniciador
361005	Wrench with quick coupling		Llave con acoplamiento rápido
361006	Tissue protector		Protector de tejido
361007	Impactor		Impactador
361009	Guide wire		Guía
361010	Screwdriver,hexgonal with spherical head		Atornillador, hexagonal con cabeza esférica
361011	Guide wire sleeve	Φ3.2	Camisa del alambre de guía Φ3.2
361012	Out sleeve	Φ3.2	Camisa externa Φ3.2
361013	Insertion screwdriver for blade		Atornillador de inserción de la hoja
361014	Proximal cortex cannulated drill		Taladro canulado de corteza proximal
361015	Drill bit, cannulated		Broca de taladro, canulado
361016	Depth gauge for blade		Medidor de profundidad para hoja
361017	Drill sleeve	Φ4	Camisa de broca Φ4
361018	Drill bit	Φ4	Broca Φ4
361019	Out sleeve	Φ4	Camisa externa Φ4
361020	Depth gauge for distal locking screw		Medidor de profundidad para tornillo de bloqueo distal
361021	Wrench for end cap		Llave para la tapa de extremo

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

361022	Extension rod		Varilla de extensión
361023	Combination wrench		Llave combinada
361024	Guide wire with hook		Alambre guía con gancho
361025	Sliding hammer		Martillo deslizante
361026	Inert hammer		Martillo combinado
361027	Extraction screw for blade		Tornillo de extracción de la hoja
361028	Key for blade		Llave para hoja
361029	Extraction screw for nail		Tornillo de extracción de clavo
081045	Curved wrench		Llave curvada
361031	cleaning stylet		Aguja de limpieza
361032	T handle wrench, hex	SW3.5	Llave de manipulación T, hexagonal SW3.5
361033	Multiaxial screwdriver	SW4	Atornillador multiaxial SW4
361034	Guide wire with threaded tip		Alambre de guía con punta roscada
361035	Four cornered pointed awl	Φ16.5	Punzón acentuado de 4 esquinas Φ16.5
361036	Insertion handle		Manija de inserción
361037	Aiming arm-135°Proximal aiming device		Dispositivo de direccionamiento proximal - brazo de direccionamiento -135°
361038	Blade sleeve		Camisa de la hoja
361039	Distal locking screw sleeve		Camisa de tornillo de bloqueo distal
361040	Aiming arm- Distal aiming device		Brazo de direccionamiento - dispositivo de direccionamiento distal
361041	Aiming arm-130°Proximal aiming device		Brazo de direccionamiento - Dispositivo de direccionamiento proximal 130°
361042	Aiming arm- Distal aiming device(240mm)		Brazo de direccionamiento -Dispositivo de direccionamiento distal (240 mm)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 252 - 1
ISO 9001
SC 7341 - 1
IQNet
CO-SC-7341-1

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

061043	Screw case		Caja de tornillo
	Chisel		Cincel
	Curette		Cureta
241029	Screw forceps		Pinzas de tornillo
241001	Compression sleeve for screw	M3.5	Camisa de de compresión de tornillo M3.5
241003	Compression sleeve for screw	M3	Camisa de de compresión de tornillo M3
241005	Handle for compression sleeve		Manija para camisa de compresión
241007	Drill guide	Φ4.9	Guia de broca Φ4.9
241009	Double drill guide	Φ1.2-Φ2.1	Guia doble de taladro Φ1.2-Φ2.1
241011	Guide wire	Φ1.1	Alambre de guia Φ1.1
241013	K wire	Φ1.1	Pin liso Φ1.1
241015	Scaphoid elevator		Elevador escafoides
241017	Depth gauge		Medidor de profundidad
241019	Double periosteal elevator		Ascensor doble del periostio
241021	Cannulated screwdriver,star	T8	Atornillador canulado, estrella T8
241023	Screwdriver,star	T8	Atornillador, estrella T8
241025	Cannulated drill bit	Φ2.0	Broca canulada Φ2.0
241027	Cannulated Reamer	Φ4.8	Reamer canulado Φ4.8
241031	Handle with quick coupling		Manija con acoplamiento rápido
245033	Screw case		Caja de tornillo
240001	Herbert Headless Screw Instrument Case	386*242*90	Caja de instrumental tornillo sin cabeza Herbert 386*242*90

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 78 N.° 64-228
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

24000	Herbert Headless Screw Instrument Set		Set de instrumental tornillo sin cabeza Herbert
58606501	Compressing Clamp		Abrazadera de compresión
58606502	One-side Compressing Clamp		Abrazadera de compresión - 1 lado
58606503	Cut		Cortadura
58606504	Curved Compressing Clamp		Abrazadera de compresión curvada
58606500	Encircling Plate Instrument set		Set de instrumental de placa circundante
181001	Guide Pin	Φ1.2	Pin de guía Φ1.2
181003	Guide Pin	Φ1.0	Pin de guía Φ1.0
181005	Cannulated drill bit	Φ3.0	Broca canulada Φ3.0
181007	Cannulated drill bit	Φ2.5	Broca canulada Φ2.5
181009	Cannulated countersink drill	Φ6.0	Avellanador canulado Φ6.0
181011	Guide Pin Sleeve	Φ1.2	Camisa de alambre guía Φ1.2
181013	Guide Pin Sleeve	Φ1.0	Camisa de alambre guía Φ1.0
181015	Drill Sleeve	Φ3.0	Camisa de broca Φ3.0
181017	Drill Sleeve	Φ2.5	Camisa de broca Φ2.5
181019	Depth Gauge for Guide Pin		Medidor de profundidad para pin de guía
181021	Cannulated Tap	Φ4.5	Tapa canulada Φ4.5
181023	Cannulated Tap	Φ4.0	Tapa canulada Φ4.0
181025	Cannulated Tap	Φ3.5	Tapa canulada Φ3.5
181027	Cleanning Guide Pin		Pin de guía de limpieza
181029	Drill Bit Stop		Broca con tope

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 252 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

181031	Drill Bit Stop		Broca con tope
181033	Wrench for stop		Llave para tope
181035	Cannulated screwdriver, hex	SW2.5	Atornillador canulado, hexagonal SW2.5
181037	Screw holding Sleeve		Camisa de tornillo de sujeción
021007	Screw forceps		Pinzas de tornillo
181041	Screw extractor		Extractor de tornillo
181043	Screwdriver,hex	SW2.5	Atornillador, hexagonal SW2.5
185045	Screw case		Caja de tornillo
180001	Instrument case	386*242*90	Caja de instrumental 386*242*90
180000	Instrument Set		Set de instrumental
191001	Guide pin	Φ2.5	Pin de guía Φ2.5
191003	Threaded guide pin	Φ2.5	Pin de guía roscado Φ2.5
191005	Cleanning Guide Pin		Pin de guía de limpieza
191007	Cannulated drill bit	Φ5.0	Broca canulada Φ5.0
191009	Drill Bit Stop		Broca de tope
191011	Cannulated countersink drill	Φ8.0	Avellanador canulado Φ8.0
191013	Drill Sleeve		Camisa de broca
191015	Guide Pin Sleeve		Camisa de pin guía
191017	Inner sleeve		Camisa interior
191019	Out sleeve	Φ10	Camisa exterior Φ10
191021	Two-hole guide		Guía de dos orificios

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 282 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012. Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

191023	Multi-hole guide		Guía multiorificios
191025	Cannulated tap	Φ7.3	Tapón canulado Φ7.3
191027	Cannulated tap	Φ6.5	Tapón canulado Φ6.5
191029	Screw extractor		Extractor de tornillos
191031	Screwdriver,hex	SW4.0	Atornillador, hexagonal SW4.0
191033	Cannulated screwdriver, hex	SW4.0	Atornillador canulado, hexagonal SW4.0
191035	Depth Gauge for Guide Pin	8,5	Medidor de profundidad para pin de guía 8,5
191037	Guide wrench	SW3.0	Llave guía SW3.0
191039	Screw holding Sleeve		Camisa de tornillo de sujeción
191041	Screw holding Forceps		Pinza sostenedoras de tornillos
195043	Screw case		Caja de tornillo
190001	Cannulated Instrument case	514*386*130	Caja de instrumental canulado 514*386*130
190000	Cannulated Instrument set		Set de instrumental canulado
421003	Cutting Scissor for Mesh Plate	Short	Tijeras de corte para placa de malla Short
421005	Plate Holder	Long	Sostenedor de placas Long
421007	Bending Pliers 3D for Mesh Plate		Prensa dobladora 3D para sostenedor de placas
421009	Bending Pliers for Plate		Prensa dobladora de placas
421011	Plate Cutter		Cortadora de placas
421013	0.45 Screwdriver	Short	0,45 Atornillador Short
421015	0.45 Screwdriver	Long	0,45 Atornillador Long
421017	Holding Forceps for Screws		Pinzas de sujeción para tornillos

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

421019	Drill Bit	Φ1.1*55	Broca Φ1.1*55
421021	Drill Bit, with Stop	Φ1.1*4	Broca con tope Φ1.1*4
421023	Drill Bit, with Stop	Φ1.1*6	Broca con tope Φ1.1*6
421025	Drill Bit, with Stop	Φ1.1*8	Broca con tope Φ1.1*8
421027	Drill Bit, with Stop	Φ1.1*12	Broca con tope Φ1.1*12
421029	Handle, with Quick Coupling	Man	Mango con anclaje rápido Man
421031	Handle, with Quick Coupling	Large	Mango con anclaje rápido Large
422001	Midface Screw Case		Caja de tornillo del tercio mediofacial
420001	Maxillofacial Midface Instrument Case(with Mesh tray)		Caja de instrumental de maxilofacial del tercio mediofacial (Con bandeja de malla)
420000	Maxillofacial Midface Instrument Set		Set de instrumental de maxilofacial del tercio mediofacial
421005	Plate Holder	Long	Sostenedor de placas Long
431003	Holding Forceps for Plate		Pinzas de sujeción para placas
431005	Bending Pliers for Plate		Prensa dobladora para placas
431007	Cutting Pliers, for Plate 1.0-1.5	175mm	Prensa de corte, para la placa de 1.0-1.5 175mm
431009	Reduction Forceps with Points, ratchet lock	180mm	Pinzas de reducción en puntas, cierre de trinquete 180mm
431011	Reduction Forceps with Points, ratchet lock	140mm	Pinzas de reducción en puntas, cierre de trinquete 140mm
421029	Handle, with Quick Coupling	Medium	Mango con anclaje rápido Medium
421031	Handle, with Quick Coupling	Large	Mango con anclaje rápido Large
431013	Double Drill Guide	2.0/1.5	Guia doble de broca 2.0/1.5
431015	Depth Gauge	6-40mm	Medidor de profundidad 6-40mm
431017	Double Drill Guide	2.4/1.8	Guia doble de broca 2.4/1.8

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

431019	Drill Bit, with Stop	Φ1.5*6	Broca con tope Φ1.5*6
431021	Drill Bit, with Stop	Φ1.5*8	Broca con tope Φ1.5*8
431023	Drill Bit, with Stop	Φ1.5*12	Broca con tope Φ1.5*12
431025	0.55 Screwdriver	Short	0.55 Atornillador Short
431027	Drill Bit	Φ1.5*80	Broca Φ1.5*80
431029	Drill Bit	Φ1.8*90	Broca Φ1.8*90
431031	Drill Sleeve	Φ1.5	Camisa de broca Φ1.5
431033	Drill Sleeve	Φ1.8	Camisa de broca Φ1.8
431035	0.55 Screwdriver	Long	0.55 Atornillador Long
431037	Holding Forceps for Screws		Pinzas de sujeción para tornillos
432001	Maxillofacial Mandible Screw Case		Caja de tornillos mandibular maxilofacial
430001	Maxillofacial Mandible Instrument Case(with Mesh tray)		Caja de tornillos mandibular maxilofacial (Con bandeja de malla)
430000	Maxillofacial Mandible Instrument Set		Set de instrumental mandibular maxilofacial (Con bandeja de malla)
441003	Bending Pliers with Nose		Prensa para doblar con nariz
441005	Bending Iron for plate	Left	Dobladora de hierro para placas Left
441007	Bending Iron for plate	Right	Dobladora de hierro para placas Right
431009	Reduction Forceps with Points, ratchet lock	180mm	Pinzas de reducción con puntas, cierre de trinquete 180mm
431011	Reduction Forceps with Points, ratchet lock	140mm	Pinzas de reducción con puntas, cierre de trinquete 140mm
441009	Shortcut for Plates with Rasp, required in pairs2*1		Acceso directo para placas, con escofina, requerido en parejas 2 * 1
431015	Depth Gauge	6-40mm	Medidor de profundidad 6-40mm
431017	Double Drill Guide	2.4/1.8	Guía doble de broca 2.4/1.8

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 78 N°64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

441011	Holding Forceps with ball, ratchet lock	180mm	Pinzas de sujeción con bola, cierre de cremallera 180mm
441013	Holding Forceps for Screws		Pinzas de sujeción para tornillos
431035	0.55 Screwdriver	Long	0.55 Atornillador Long
431025	0.55 Screwdriver	Short	0.55 Atornillador Short
421029	Handle, with Quick Coupling	Medium	Mango, con anclaje rápido Medium
421031	Handle, with Quick Coupling	Large	Mango, con anclaje rápido Large
431033	Drill Sleeve	Φ1.8	Camisa de broca Φ1.8
441015	Drill Sleeve	Φ2.4	Camisa de broca Φ2.4
431029	Drill Bit	Φ1.8*90	Broca Φ1.8*90
441017	Drill Bit	Φ2.4*90	Broca Φ2.4*90
442001	Maxillofacial Mandible Reconstruction Screw Case		Caja de tornillos de reconstrucción mandibular maxilofacial
440001	Maxillofacial Mandible Reconstruction Instrument Case		Caja de instrumental de reconstrucción mandibular maxilofacial
440000	Maxillofacial Mandible Reconstruction Instrument Set		Set de instrumental de reconstrucción mandibular maxilofacial
051001	Kirschner wire	Φ2.0*150	Aguja de Kirschner Φ2.0*150
051003	Drill Bit	Φ2.0	Broca Φ2.0
051005	Drill Bit	Φ2.5	Broca Φ2.5
051007	Drill Bit	Φ2.9	Broca Φ2.9
051009	Drill Bit	Φ3.5	Broca Φ3.5
051011	Tap for locking screw	Φ3.5	Tapón para tornillo de bloqueo Φ3.5
051013	Tap for cortex screw	HA3.5	Tapón para tornillo de bloqueo HA3.5
051015	Tap for cortex screw	HB4.0	Tapón para tornillo de bloqueo HB4.0

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

051017	Drill Sleeve	Φ2.0	Camisa para broca Φ2.0
051019	Drill Sleeve	Φ2.5	Camisa para broca Φ2.5
051021	Drill Sleeve	Φ2.9	Camisa para broca Φ2.9
051023	Sleeve for Tap	Φ3.5	Camisa para tapón Φ3.5
051025	Double Drill guide	Φ2.0/Φ4.0	Guía doble de broca Φ2.0/Φ4.0
051027	Double Drill guide	Φ2.5/Φ3.5	Guía doble de broca Φ2.5/Φ3.5
051029	LCP Drill Sleeve	Φ2.5	LCP camisa para broca Φ2.5
051031	Easyout	SW2.5	Extractor SW2.5
051033	Countersink Drill	Φ6.5	Avellanador Φ6.5
051035	Screw Extractor		Tornillo Extractor
051037	Allen Wrench		Llave Allen
051039	Depth Gauge	0-60mm	Medidor de profundidad 0-60mm
051041	Screwdriver,with quick coupling	SW2.5	Atornillador, con acoplamiento rápido SW2.5
051043	Screw holding forceps		Pinza sostenedoras de tornillos
051045	Hex Screwdriver	SW2.5	Atornillador hexagonal SW2.5
051047	Screw holding sleeve		Camisa tornillo de sujeción
051049	Torque limited screwdriver shaft		Atornillador de torque
051051	Torque limited screwdriver handle	1.5N.m	Mango de atornillador de torque 1.5N.m
051053	T handle with quick coupling		Mango en T con anclaje rápido
051055	Plate Bender(L)	A	Dobladora de placas (L) A
051057	Plate Bender(R)	B	Dobladora de placas (R) B

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 252 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

051059	Curved Reduction Forceps		Pinzas de reducción curva
051061	Self-centering Bone Holding Forceps		Pinzas de sujeción de huesos autocentrado
051063	Reduction Forceps With Points		Pinzas de reducción en punta
051065	Stardrive screwdriver	T15	Atornillador de estrella T15
051067	Stardrive screwdriver shaft	T15	Atornillador de torque T15
051069	Torque limited screwdriver shaft	T15	Mango de atornillador de torque T15
055065	Screw case		Caja de tornillo
050001	LCP 3.5 Instrument Case		LCP 3.5 Caja de instrumental
050000	LCP 3.5 Instrument Set		LCP 3.5 Set de instrumental
051026	Hammer		Martillo
051025	Slide hammer		Martillo deslizante
451001	Impactor for tense nails, straight		Impactador para clavos de tensión, rectos
451002	Pin wrench	Φ4.5	Llave para pin Φ4.5
451003	Awl		Punzón
451004	Extraction plier for tense nail		Prensa de extracción para clavos de tensión
451005	Inserter for tense nail		Insertador para clavo de tensión
451006	Wrench for end cap	big	Llave para la tapa de extremo big
451007	Cutter		Cortador
451008	Impactor for tense nail, bevelled		Impactador para el clavo de tensión, biselado
451009	Drill Bit	Φ2.7	Broca Φ2.7
451010	F-tool for reduction		Herramienta F para reducción

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

451011	Pin wrench		Llave para pin
451012	Wrench for end cap	small	Llave para la tapa de extremo small
451013	Spanner Wrench		Llave Inglesa
451014	Hammer guide for tense nail		Guia de martillo para clavo de tensión
450000	Elastic Nail Instrument Set		Set de instrumental para clavo elastico
451000	Elastic Nail Instrument Case		Caja de instrumental para clavo elástico
020000	Mini Fragment Instrument Set		Caja de instrumental de mini Fragmento
031039	Double Drill Guide Φ1.1-Φ1.5		Guia doble de broca Φ1.1-Φ1.5
031041	Drill Sleeve for Drill Bit Φ1.1		Camisa de broca para broca Φ1.1
031043	Bending Pin Φ1.5		Dobladora de pin Φ1.5
031045	Drill Bit Φ1.1		Broca Φ1.1
031047	Drill Bit Φ1.5		Broca Φ1.5
031049	Countersink Φ1.5		Avellanadora Φ1.5
031051	Screwdriver Shaft Φ1.5		Atornillador Φ1.5
032055	Screw holding sleeve 1.5		Camisa tornillo de sujecón 1.5
031007	Double Drill Guide Φ1.5-2.0		Guia doble de broca Φ1.5-2.0
031005	Drill Sleeve for Drill Bit Φ1.5		Camisa de broca para broca Φ1.5
031009	Bending Pin 2.0		Dobladora de pin 2.0
031001	Drill Bit Ø1.5		Broca Ø1.5
031003	Drill Bit Ø2.0		Broca Ø2.0
031015	Countersink for screw Ø1.5 and 2.4		Avellanadora para tornillo Ø1.5 y 2.4

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 282 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

031013	2.0 Screwdriver Shaft		Atornillador de 2.0
031011	Screw holding sleeve		Camisa de tornillo de sujeción
041023	Double Drill Guide Φ1.8-Φ2.4		Guia doble de broca Φ1.8-Φ2.4
041019	Drill Sleeve for Drill Bit Φ1.8		Camisa de broca para broca Φ1.8
031017	Bending Pin 2.4/2.7		Dobladora de pin 2.4/2.7
041001	Drill Bit Ø1.8		Broca de Ø1.8
041006	Drill Bit Ø2.4		Broca de Ø2.4
031015	Countersink for screw Ø1.5 and 2.4		Avellanadora para tornillo Ø1.5 and 2.4
041029	2.4 Screwdriver Shaft		Atornillador de 2.4
041025	Double Drill Guide Φ2.0-Φ2.7		Guia doble de broca Φ2.0-Φ2.7
041021	Drill Sleeve for Drill Bit Φ2.0		Camisa de broca para broca Φ2.0
031017	Bending Pin 2.4/2.7		Dobladora de pin 2.4/2.7
041003	Drill Bit Ø2.0		Broca de Ø2.0
041007	Drill Bit Ø2.7		Broca de Ø2.7
031015	2.7 mm Countersink		2.7 mm Avellanadora
041029	2.7mm Screwdriver Shaft		2.7mm Screwdriver Shaft
032053	1.5mm Implant case		1.5mm Caja de implante
032033	2.0mm Implant Case		2.0mm Caja de implante
032035	2.4mm Implant Case		2.4mm Caja de implante
032037	2.7mm Implant Case		2.7mm Caja de implante
031019	Depth Gauge	0-30mm	Medidor de profundidad 0-30mm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Tecnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

031021	Cutting pliers		Prensa de corte
031023	Handle with quick coupling		Mango con anclaje rápido
031025	Bending plier		Prensa dobladora
031027	Reduction Forceps with Points		Pinzas de reducción en punta
031029	Screw holding forceps		Pinza sostenedoras de tornillos
031031	Reduction forceps with points, small		Pinzas de reducción en punta, pequeñas
030001	LCP Hand & Foot Instrument Case		Caja de instrumental LCP Mano y Pie
030000	LCP Hand & Foot Instrument Set		Set de instrumental LCP Mano y Pie
070000	Large Fragment Instrument Set		Set de instrumental Fragmento grande
061001	Guide pin	Φ2.0*300	Pin de guia Φ2.0*300
061003	Drill bit	Φ3.2	Broca Φ3.2
061005	Drill bit	Φ4.1	Broca Φ4.1
061007	Drill bit	Φ4.5	Broca Φ4.5
061009	Sleeve for guide pin	Φ2.0	Camisa para pin de guia Φ2.0
061011	Drill Sleeve	Φ3.2	Camisa para broca Φ3.2
061013	Drill Sleeve	Φ4.2	Camisa para broca Φ4.2
061015	Tap protector	Φ5.0	Tapón protector Φ5.0
061017	Tap	HA4.5	Tapón HA4.5
061019	Tap	Φ5.0	Tapón Φ5.0
061021	Tap	HB6.5	Tapón HB6.5
061023	Double drill guide	Φ3.2—Φ4.5	Guia doble de broca Φ3.2—Φ4.5

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1
SC 7341 - 1
CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

081025	Double drill guide	Φ3.2—Φ6.5	Guia doble de broca Φ3.2—Φ6.5
081027	DCP guide	Φ3.2/Φ3.2LC-DCP	DCP guia Φ3.2/Φ3.2LC-DCP
081029	Countersink Drill	Φ6.8	Broca avellanadora Φ6.8
081031	Depth Gauge	100mm	Medidor de profundidad 100mm
081033	Plate bender	A	Dobladora de placas A
081035	Plate bender	B	Dobladora de placas B
051053	T handle with quick coupling		Mango en T con anclaje rápido
081037	Screw hold forceps		Pinzas de soporte de tornillos
081039	Screwdriver shaft, star	T25	Punta de atornillador, estrella T25
081041	Screwdriver shaft, hex	SW3.5	Punta de atornillador, hexagonal SW3.5
081043	Easyout	SW3.5	Extractor SW3.5
051037	L wrench	Φ3.5	Llave en L Φ3.5
081047	Torque limited screwdriver shaft, star	4.0N·m	Punta de atornillador de torque limitado, estrella 4.0N·m
081049	Torque limited screwdriver shaft, hex	SW3.5	Punta de atornillador de torque limitado, hexagonal SW3.5
081051	Torque limited screwdriver, star	T25	Atornillador de torque limitado, estrella T25
081053	Screwdriver,star	T25	Atornillador, estrella T25
081055	Screwdriver,hex	SW3.5	Atornillador, hexagonal SW3.5
081057	Cleaning screwdriver	Φ3.0	Atornillador de limpieza Φ3.0
081059	Lifting drill	Φ4.0	Elevador de taladro Φ4.0
081061	Screw holding sleeve		Camisa tornillo de sujeción
081063	Extraction screw	Φ5.0	Tornillo de extracción Φ5.0

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1
SC 5941 - 1
CO-SC-5941-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

081065	Self-centering Bone Holding Forceps		Pinzas de sujecion de huesos autocentrado
081067	Curved Reduction Forceps		Pinzas de reducción curva
081069	Reduction Forceps with Points		Pinzas de reducción en puntas
085071	Screw case		Caja de tornillo
080001	LCP 4.5&5.0mm Instrument Case		Caja de instrumental LCP 4.5&5.0mm
080000	LCP 4.5&5.0mm Instrument Set		Set de instrumental LCP 4.5&5.0mm
	Rongeur		Gubia
061034	Φ3.2*400 Threaded guide wire	Φ3.2	Φ3.2*400 Alambre guia roscado Φ3.2
061006	Tissue protector		Protector de tejido
401001	Entry drill guide		Guia de broca iniciadora
401002	Entry drill guide sleeve for guide wire		Camisa guia para broca iniciadora
401003	Entry reamer		Reamer iniciador
401004	Universal chuck with T-handle		Chuck universal con mango en T
401005	Reducer		Reductor
401006	Guide wire with spheral head,Φ2.5		Alambre guia con cabeza esférica, Φ2.5
401007	Flexible reamer shaft	Φ7.5	Reamer flexible Φ7.5
401008	Flexible reamer shaft	Φ8.6	Reamer flexible Φ8.6
401009	Reamer head	Φ7.5	Cabeza de Reamer Φ7.5
401010	Reamer head	Φ8	Cabeza de Reamer Φ8
401011	Reamer head	Φ8.5	Cabeza de Reamer Φ8.5
401012	Reamer head	Φ9	Cabeza de Reamer Φ9

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

401013	Reamer head	Φ9.5	Cabeza de Reamer Φ9.5
401014	Reamer head	Φ10	Cabeza de Reamer Φ10
401015	Reamer head	Φ10.5	Cabeza de Reamer Φ10.5
401016	Reamer head	Φ11	Cabeza de Reamer Φ11
401017	Reamer head	Φ11.5	Cabeza de Reamer Φ11.5
401018	Impactor		Impactador
401019	Insertion handle		Mango de inserción
402020	Connector for proximal aiming arm		Conector para brazo direccional proximal
402021	Connector for distal aiming arm		Conector para brazo direccional distal
406022	Adjustable aiming device		Dispositivo de direccionamiento ajustable
406023	Transverse targeting arm		Dispositivo de bloqueo transversal
401024	Locking bolt		Perno de bloqueo
406025	Proximal aiming device,double transverse holes		Dispositivo de direccionamiento proximal, agujeros transversales dobles
406026	Proximal aiming device,crossing locking holes		Dispositivo de direccionamiento proximal, agujeros transversales dobles
401027	Stabilizing rod		Barra estabilizadora
401028	Lateral stablizing rod with threads	Φ8.5	Barra estabilizadora con roscas laterales Φ8.5
401029	Lateral stablizing rod with threads	Φ9	Barra estabilizadora con roscas laterales Φ9
401030	Lateral stablizing rod with threads	Φ10	Barra estabilizadora con roscas laterales Φ10
401031	Sleeve for lateral stabilizing rod		Camisa para barra estabilizadora
404032	Radiolucent nut		Tuerca radiolúcida
401033	Stabilizing spacer		Espaciador de estabilización

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

401034	Locking bolt for targeting arm		Dispositivo de bloqueo
401035	Hexagonal screwdriver with spheral head		Atornillador hexagonal con cabeza esférica
401036	Sleeve for locking screw		Camisa para tornillo de bloqueo
401037	Sleeve for drill bit		Camisa para broca
401038	Tissue protector		Protector de tejido
401039	Drill bit	Φ4	Broca Φ4
401040	Stopper for drill bit	Φ4	Tope para broca Φ4
401041	Locating Pin	Φ4	Pin de localización Φ4
401042	Drill bit	Φ3.3	Broca Φ3.3
401043	Locating Pin	Φ3.3	Pin de localización Φ3.3
401044	Drill for stablizing rod		Broca para barra estabilizadora
401045	Reamer for lateral cortex		Reamer para corteza lateral
401046	Depth gauge for locking bolt		Medidor de profundidad para perno de bloqueo
401047	Hexagonal wrench	SW4.5	Llave hexagonal SW4.5
401048	Combined hammer		Martillo combinado
401049	Combined wrench		Llave combinada
401050	Hammer guide		Guía de martillo
401051	Extractor for intramedullary nail		Extractor para clavo intramedular
401052	Proximal compression shaft		Punta de compresión proximal
402053	Screw case		Caja de tornillos
400001	Tibia Nail Instrument Case		Caja de instrumental de clavo de tibia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

400000	Tibia Nail Instrument Set		Set de instrumental de clavo de tibia
050000	Small fragment instrument set		Set de instrumental de mini fragmentos
231001	K wire	Φ0.88	Pin liso Φ0.88
231003	Reamer	Φ2.5	Reamer Φ2.5
231005	Drill bit	Φ2.0	Broca Φ2.0
231007	Cannulated screwdriver (Φ2.5)	SW1.5	Atornillador canulado (Φ2.5) SW1.5
231009	Screwdriver (Φ2.5)	SW1.5	Atornillador (Φ2.5) SW1.5
231011	Wire guide	Φ0.88	Pin de guia Φ0.88
231013	K wire	Φ1.1	Pin liso Φ1.1
231015	Reamer	Φ3.5	Reamer Φ3.5
231017	Drill bit	Φ2.5	Broca Φ2.5
231019	Cannulated screwdriver (Φ3.5)	SW2.0	Atornillador canulado (Φ3.5) SW2.0
231021	Screwdriver (Φ3.5)	SW2.0	Atornillador (Φ3.5) SW2.0
231023	Wire guide	Φ1.1	Alambre guia Φ1.1
231025	K wire	Φ1.4	Pin liso Φ1.4
231027	Reamer	Φ4.0	Reamer Φ4.0
231029	Drill bit	Φ2.5	Broca Φ2.5
231031	Cannulated screwdriver (Φ4.0)	SW2.5	Atornillador canulado (Φ4.0) SW2.5
231033	Screwdriver (Φ4.0)	SW2.5	Atornillador (Φ4.0) SW2.5
231035	Wire guide	Φ1.4	Pin de guia Φ1.4
231037	Forceps		Pinzas

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 78 N° 9A-78
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017011015 DE 16 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

231039	Depth Gauge		Medidor de profundidad
231041	Inner sleeve		Camisa interior
231043	Handle with quick coupling		Mango con anclaje rápido
231045	Plunger		Embolo
231047	Out sleeve		Camisa externa
231049	Reduction forceps with points		Pinzas de reducción en puntas
231051	Screw case	Φ2.5	Caja de tornillos Φ2.5
231053	Screw case	Φ3.5	Caja de tornillos Φ3.5
231055	Screw case	Φ4.0	Caja de tornillos Φ4.0
230001	Headless Screw Instrument Case-II		Caja de instrumental - II Tornillo sin cabeza
230000	Headless Screw Instrument Set-II		Set de instrumental - II Tornillo sin cabeza

EXPEDIENTE No.: 20110627
RADICACIÓN No.: 2016076459

ARTICULO SEGUNDO: SE APRUEBAN las etiquetas originales del fabricante allegadas junto con el Radicado No. 2016076459 de fecha 09 de Junio de 2016 y al sticker del importador bajo el Radicado No. 2016187400 de fecha 27 de Diciembre de 2016.

ARTICULO TERCERO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO.-La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 16 de Marzo de 2017



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: cacevedog, Técnico: lhernandezf Revisó: cordina_varios

Firma válida
Digitally signed by ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Date: 2017.03.16 [illegible] COT
Reason: Invima
Location: Bogota, CO

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64-28
PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

OP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
INVIMA

En la fecha notificueco personalmente a _____

con identificación No. _____ de _____

con T.P. No. _____ de _____

de la Resolución No. _____ de fecha _____

en Bogotá 22 MAR 2017 Hora _____

notificado _____

Notificador _____

[<< Atras]

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20047412	Nombre producto	SISTEMA PARA RESECCIÓN, ABLACIÓN Y EXCISIÓN DE TEJIDO Y HEMOSTASIS DE VASOS SANGUINEOS POR RADIOFRECUENCIA				
Registro Sanitario	INVIMA 2012EBC-0008976	Vencimiento	2022/08/10	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	ESTE PERMISO DE COMERCIALIZACION AMPARA LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO. SE AMPARAN LOS SIGUIENTES MODELOS: SERFAS ENERGY CONSOLE, SERFAS ENERGY FOOTSWITCH, SERFAS ENERGY AARDVARK, SERFAS ENERGY 30, SERFAS ENERGY LAT, CONTOUR SERFAS ENERGY PROBE, SERFAS ENERGY DIRECT, SERFAS ENERGY HOOK, SERFAS ENERGY 90-S, SERFAS ENERGY 30-S, SERFAS ENERGY 50-S, SUPER 90-S SERFAS ENERGY SUCTION PROBE, SUPER 90-S XL SERFAS ENERGY SUCTION PROBE, SERFAS ENERGY 90-S MAX, CROSSFIRE CONSOLE, CROSSFIRE FOOTSWITCH, MICRO-CLAW CROSSFIRE PROBE, MICRO-BRUSH CROSSFIRE PROBE, AARDVARK CROSSFIRE SUCTION PROBE, 90° CROSSFIRE PROBE, LATERAL CROSSFIRE PROBE, CONTOUR CROSSFIRE PROBE, DIRECT CROSSFIRE PROBE, HOOK CROSSFIRE PROBE, HOOK XL CROSSFIRE PROBE, 90-S CROSSFIRE SUCTION TUBE, 30-S, CROSSFIRE PROBE, 50-S CROSSFIRE SUCTION PROBE, 50-SXL CROSSFIRE SUCTION PROBE, SUPER 90-S CROSSFIRE SUCTION PROBE, SUPER 90-SXL CROSSFIRE SUCTION PROBE, 90-S MAX CROSSFIRE SUCTION PROBE, CROSSFIRE ESECTOR. SE ADICIONA REFERENCIA: CROSSFIRE 2, MEDIANTE RADICADO 2014038370					
Marcas	STRYKER						

Datos de Interes

Vida Util	0	Miembros Comprometidos	RODILLA, HOMBRO , TOBILLO, CADERA, CODO, MUÑECA
Usos	LOS SISTEMAS SERFAS Y CROSSFIRE DE STRYKER ENDOSCOPY ESTAN DISEÑADOS E INDICADO PARA LA RESECCION, ABLACIÓN Y EXCISIÓN DE TEJIDO BLANDO Y PARA LA HEMOSTASIS DE VASOS SANGUÍNEOS EN PACIENTES SOMETIDOS A INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS ARTROSCOPICAS DE RODILLA, HOMBRO , TOBILLO, CODO, CADERA Y MUÑECA.	Riesgo	IIb

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
EQUIPO Y ACCESORIOS. KIT QUE INCLUYE CONSOLA Y PEDAL.

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2019118331	BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L LTDA	Vía Siberia-Tenjo Kilómetro 1.5 vereda Vuelta Grande. Terminales Logísticos de Colombia, Bodegas 6,7,8,9,10. Cota	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
FABRICANTE	Consecutivo	785544	STRYKER ENDOSCOPY	5900 OPTICAL COURT SAN JOSE	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			elkin.garcia@bakermckenzie.com
IMPORTADOR	Consecutivo	2020121727	STRYKER COLOMBIA S.A.S	Calle 116 No. 7-15 Piso 10 Oficina 1001	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	2020121727	STRYKER COLOMBIA S.A.S	Calle 116 No. 7-15 Piso 10 Oficina 1001	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

[Imprimir] [<< Atras]

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2018055053 DE 17 de Diciembre de 2018
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.

EN CONSECUENCIA, A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO: ARTHROSCOPIC SHAVER SYSTEM & BLADES - PIEZA DE MANO PARA ARTROSCOPIA
MARCA: STRYKER/FORMULA
REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2018DM-0019060
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): STRYKER CORPORACION CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
FABRICANTE(S): STRYKER ENDOSCOPY CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
IMPORTADOR(ES): STRYKER COLOMBIA S.A.S CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES): BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA CON DOMICILIO EN COTA - CUNDINAMARCA
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: IIA
COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
UNIDAD DE MANO	POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD
CUCHILLAS	ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO
DESVASTADORES	ALEACIÓN DE ACERO

USOS: EL SISTEMA ARTHROSCOPIC SHAVER SYSTEMS & BLADES CONSTA DE CUATRO PIEZAS DE MANO LA 12K PARA ARTICULACIONES PEQUEÑAS (TPS) Y LAS RASURADORA MANUALES FORMULA LAS CUALES UTILIZAN HOJAS DE CORTE Y FRESAS PERMUTABLES PARA DESGASTAR HUESO Y PARA LOGRAR EL DESBRIDAMIENTO DEL TEJIDO BLANDO. ESTE SISTEMA ES UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ARTROSCÓPICOS. LAS PIEZAS DE MANO SON DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS ACCIONADOS ELÉCTRICAMENTE DESDE EL GENERADOR QUE UTILIZAN ACCESORIOS DE CORTE INTERCAMBIABLES PARA DESGASTAR Y ELIMINAR HUESO Y LLEVAR A CABO EL DESBRIDAMIENTO DE LOS TEJIDOS BLANDOS. INCLUYE UN MECANISMO DE BLOQUEO RÁPIDO PARA LA INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN RÁPIDA DEL ACCESORIO DE CORTE Y UN PUERTO DE SUCCIÓN E IRRIGACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE IRRIGACIÓN DESDE EL SITIO DE OPERACIÓN.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD COMPLETA EN EMBALAJE UNITARIO DE LA PIEZA DE MANO PARA ARTROSCOPIA.

Información del Documento Original

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

NTCGP 1000 GP-202-1 ISO 9001 SC7341-1 IQNet CO-SC73-41-1

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2018055053 DE 17 de Diciembre de 2018
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA
I) TPS SMALL-JOINT SHAVER HANDPICE. II) FORMULA SHAVER HAND PIECE-NO BUTONS. III) FORMULA SHAVER HAND PIECE-WITH BUTONS. IV)FORMULA 180 SHAVER HANDPICE WITH BUTOMS

EXPEDIENTE NO.: 20154976
RADICACIÓN NO.: 20181245646
FECHA DE RADICACIÓN: 29 11 2018

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 17 DE DICIEMBRE DE 2018
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.



LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
PROYECTO: LEGAL: SALBAM, TÉCNICO: MSANDOVALC

Información del Documento Original

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

NTCGP 1000 GP-202-1 ISO 9001 SC7341-1 IQNet CO-SC73-41-1

RESOLUCIÓN No. 2013016709 DE 14 de Junio de 2013
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante radicado No. 2013024032 de fecha 07 de Marzo de 2013, el Doctor ALVARO CORREA ORDÓÑEZ actuando de Apoderado de la sociedad STRYKER CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS, solicitó Registro Sanitario para el producto: APEX PINS INTERNAL FIXATION SYSTEM FOR TRAUMATOLOGY AND HOFFMAN II EXTERNAL FIXATION SYSTEM FOR TRAUMATOLOGY (SISTEMA DE FIJACIÓN INTERNA PARA TRAUMATOLOGÍA CON SUJETADOR APEX Y SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNA PARA TRAUMATOLOGÍA HOFFMAN II) STRYKER®, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, se emitió concepto favorable para la autorización de este Registro Sanitario.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO:	APEX PINS INTERNAL FIXATION SYSTEM FOR TRAUMATOLOGY AND HOFFMAN II EXTERNAL FIXATION SYSTEM FOR TRAUMATOLOGY (SISTEMA DE FIJACIÓN INTERNA PARA TRAUMATOLOGÍA CON SUJETADOR APEX Y SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNA PARA TRAUMATOLOGÍA HOFFMAN II) STRYKER® 05 JUL 2023
REGISTRO SANITARIO No.:	INVIMA 2013DM-0010034 VIGENTE HASTA:
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	STRYKER CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
FABRICANTE(S):	STRYKER TRAUMA AG con domicilio en SUIZA
IMPORTADOR(ES):	STRYKER COLOMBIA S.A.S con domicilio en BOGOTA - D.C.; AMAREY NOVA MEDICAL S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO IIb
VIDA UTIL:	5 AÑOS
COMPOSICIÓN:	ACOPLADOR DE BARRA A BARRA (ROD-TO-ROD COUPLING), ABRAZADERA PARA VARIOS SUJETADORES (MULTI-PIN CLAMP), PILARES DE VARIOS TAMAÑOS Y ÁNGULOS (POST), BARRAS DE CONECTORES DE CARBON DE DIFERENTES TAMAÑOS (CARBON CONNECTING ROD), SUJETADORES AUTO-TALADRABLES, (SELF-DRILLING APEX PIN), TAPA DE SUJETADOR (PIN CAP), MANDRIL DEL SUJETADOR (PIN DRIVER), PROTECTOR DE TEJIDO BLANDO (SOFT-TISSUE PROTECTOR), ABRAZADERA PÉLVICA (PELVIC CLAMP), SUJETADOR ROMO (BLUNT APEX PIN), ESCALPELO (SCALPEL), LLAVE EN T/MANDRIL DE SUJETADOR (T-WRENCH/PIN DRIVER), CABLE K (K-WIRE), TALADRO (DRILL, DRILL BRACE), MANGA DEL TALADRO (DRILL SLEEVE), SUJETADOR AUTO-TALADRABLE (SELF DRILLING/SELF TAPPING PIN), PIEZA PARA ATRAVESAR TEJIDO (TRANSFIXING), TUBO DE DINAMIZACIÓN (DYNAMIZATION TUBE), TUBO DE COMPRESIÓN/DISTENSIÓN (COMPRESION/DISTRACTION TUBE), ENGRANAJE (THUMBWHEEL), TORNILLOS (SCREW), GUIDE (GUÍA), BALÓN (BALL), CUBIERTA (SLEEVE), KIT MEMORIAL HERMANN HOSPITAL, KIT DE COMPONENTES BÁSICOS (BASIC COMPONENT KIT), KIT ELVIS PRESLEY HOSPITAL, MILITARY KIT (KIT MILITAR), TUBO (TUBE), ENSAMBLAJE PRE-TALADRADO (PREDRILLING ASSEMBLY), ENSAMBLAJE DE ELONGACIÓN (LENGHTENER ASSEMBLY), ANILLO (RING), ENSAMBLAJE DEL CUERPO (BODY ASSEMBLY), SOPORTE DE SILICONA (SILICONE MAT), TENAZAS DE CORTE Y DOBLADO (CUTTING AND BENDING PLIERS), SUTURA (SUTURE), MANGO (HANDLE), MANDRIL DE LA PUNTA (END CAP), PORTABROCAS (CHUCK), TROCAR. ESTAS PIEZAS ESTÁN FABRICADAS EN MATERIALES COMO ACERO INOXIDABLE, CARBONO, ORO Y TITANIO.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2013016709 DE 14 de Junio de 2013
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

USOS:	ESTE DISPOSITIVO ES USADO PARA ESTABILIZAR FRACTURAS ABIERTAS O INESTABLES Y DONDE EL DAÑO DEL TEJIDO BLANDO HACE QUE SE DESCARTEN OTROS TRATAMIENTOS DE FRACTURAS COMO BARRAS IM, PIEZAS METÁLICAS Y OTROS MEDIOS DE FIJACIÓN INTERNA. LAS INDICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS EXTERNOS DE FIJACIÓN INCLUYE: FIJACIÓN DE FRACTURAS OSEAS, OSTEOTOMIA, ARTRODESIS, CORRECCION DE DEFORMIDADES, PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN CUANDO HAN FALLADO OTROS TRATAMIENTOS Y DISPOSITIVOS, PROCEDIMIENTOS DE RECONSTRUCCIÓN OSEA.
PRESENTACIONES COMERCIALES:	INDIVIDUAL Y KITS DE TIBIA, KIT DE PELVIS, KIT DE TOBILLO, KIT DE MUÑECA, KIT COMPACTO DE MUÑECA, KIT DE SOPORTE PERI-AURICULAR DE LA MUÑECA, KIT DE SUJETADORES Y KIT DE TALADRO, KIT DE COMPONENTES BÁSICOS, KIT HOSPITAL ELVIS PRESLY, KIT MEMORIAL HOSPITAL HERMAN, KIT MILITAR.
OBSERVACIONES:	ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS REFERENCIAS: APEX PINS INTERNAL FIXATION SYSTEM FOR TRAUMATOLOGY HOFFMAN II EXTERNAL FIXATION SYSTEM FOR TRAUMATOLOGY CON TODAS LAS PIEZAS QUE INCLUYEN.
EXPEDIENTE No.:	20059704
RADICACIÓN No.:	2013024032
FECHA:	07/03/2013

ARTICULO SEGUNDO.- Se **APRUEBAN** etiquetas allegadas bajo radicado No. 2013024032

ARTICULO TERCERO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO.-La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 14 de Junio de 2013

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS.

VoBo: 500-03-1153
Vo.Bo.500-03-0760
Vo.Bo.500-03-0161

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

RESOLUCION No. 2014001227 DE 22 de Enero de 2014
Por la cual se Modifica una Resolución

EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA , en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 20059704 **RADICACIÓN:** 2013129363 **FECHA:** 07/11/2013
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2013DM-0010034 **VIGENCIA:** 05/07/2023

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2013016709 de 14 de Junio de 2013, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2013DM-0010034 para el producto APEX PINS INTERNAL FIXATION SYSTEM FOR TRAUMATOLOGY AND HOFFMAN II EXTERNAL FIXATION SYSTEM FOR TRAUMATOLOGY (SISTEMA DE FIJACIÓN INTERNA PARA TRAUMATOLOGÍA CON SUJETADOR APEX Y SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNA PARA TRAUMATOLOGÍA HOFFMAN II) STRYKERâ a favor de STRYKER CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante escrito No. 2013129363 de fecha 07 de Noviembre de 2013, el Doctor RAMIRO ZORRILLA, actuando en calidad de Representante legal de la Sociedad STRYKER COLOMBIA S.A.S., presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, EN EL SENTIDO DE OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIONAR COMPOSICION Y REFERENCIAS Y CAMBIAR EL NOMBRE DEL PRODUCTO.

Que mediante Auto No. 2013009391 de fecha 16 de Diciembre de 2013, el INVIMA solicitó al interesado que debe cumplir con los siguientes requerimientos:

"1. Allegar Certificado de Venta Libre (CVL), que incluya puntualmente el nombre del producto SISTEMA DE IMPLANTES E INTRUMENTAL PARA FIJACIÓN INTERNA Y FIJACIÓN EXTERNA PARA TRAUMATOLOGÍA STRYKER y las referencias a amparar o allegar corregido el formulario, de acuerdo a lo descrito en el Articulo 29 literal b) y articulo 44 del decreto 4725 de 2005

2. Allegar dentro de la información científica el resumen de las pruebas de biocompatibilidad que respalde la seguridad del producto traducida al español, en las que se describan el método, la interpretación de resultados, los valores de referencia y la conclusión de los mismos aplicables según el tipo de contacto con el organismo (citotoxicidad, sensibilidad, genotoxicidad, implantación, toxicidad crónica, carcinogenocidad). El referido resumen deberá tener como minimo la siguiente información: Descripción, Método o Metodología, Resultados o ConclusionesLo anterior, en cumplimiento al articulo 49 del Decreto 4725 de 2005.

4. Allegar artes finales de las etiquetas con los requisitos establecidos en los artículos 54, 55 y 57 del decreto 4725 de 2005, en el sentido de incluir: Nombre exacto del producto no solo la referencia, o incluirlo en sticker adicional en idioma español cumpliendo con el Articulo 57 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: " Las etiquetas, rótulos y empaques de los dispositivos médicos importados serán aceptados tal y como se hayan establecido en el país de origen. En este caso se requerirá de un rotulo o etiqueta adicional, en idioma castellano que cumpla con lo previsto en las disposiciones generales sobre etiquetado, (...)"

5. Allegar catalogo completo que incluya cada una de las referencias que se desean amparar, en donde se evidencia la descripción de las misma.

6. Allegar los controles de calidad (certificado de calidad del fabricante) realizados a las nuevas referencias que se desean amparar, donde se evidencien los tipos de pruebas que contenga las especificaciones, indicando los valores o rangos de aceptación.

7. Allegar la información que soporta las diferencias entre las referencias ya registradas con las nuevas"