Nora Stella Pérez Varón Fonoaudióloga - U Del Rosario Especialista en Audiología - E.C.R. Audiología Diagnóstica - ALDA. España	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS	Código: F 005 Vigencia: 31- 12 - 2015 Versión - 01

Nombre del Equipo **POTENCIAL EVOCADO**		**Forma de adquisición** COMPRA	
Marca **INTERACOUSTIC**	**Serie** **910900**	**Modelo** **ECLIPSE**	**Año** **2013**

Descripción específica del equipo:

Equipo audiológico para realización de pruebas electrofisiológicas de BERA de topodiagnostico, umbral, estado estable, electrococleografia.

Ubicación en el servicio de: Consultorio 1

Personal que lo maneja

Dra Nora Stella Pérez V. Audiologa

Programación de Mantenimiento Preventivo

ADJUNTO

Fecha	**Actividades**	**Nombre y Firma**
Diciembre 05 2014	**Calibración**	Javier Nima S.

Indicadores de Mantenimiento Correctivo : En caso de fallas, se llama a Metro Acustik SAS, teléfono091 533 8425 o celular 318 322 8344 y se informa para programar visita y revisión de equipos.

Fecha	**Actividades**	**Nombre y Firma**
Diciembre 2014		