PROCESO: OC-197-2024

OBJETO: SUMINISTRO DE POSICIONADORES EN POLÍMERO VISCOELÁSTICO SEGÚN NECESIDAD DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

OFERENTE: SURGIPLAST LTDA

1. EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES		CUMPLE	NO CUMPLE	SOPORTE	OBSERVACIONES
1	Almohadilla para cabeza en forma de anillo	**Tamaño**	Adulto	X		15.5 Ficha técnica POSICIONADORES OKLAND.pdf 15.7 CATALOGO POSICIONADORES OKLAND.pdf	Referencia 1102-2
		Dimensiones	20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm				
		Material	Polímero viscoelástico				
			Biocompatible				
			Traslúcido				
			Libre de latex				
			De fácil limpieza y desinfección				
			Resistente a procesos de limpieza y desinfección				
			Pieza integra, no desintegrarle, no se deshace				
2	Almohadilla para cabeza en forma de anillo	**Tamaño**	Pediátrico	X		15.5 Ficha técnica POSICIONADORES OKLAND.pdf 15.7 CATALOGO POSICIONADORES OKLAND.pdf	Referencia 1102—8 Pediátrico
		Dimensiones	14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm				
		Material	Polímero viscoelástico				
			Biocompatible				
			Traslúcido				
			Libre de latex				
			De fácil limpieza y desinfección				
			Resistente a procesos de limpieza y desinfección				
			Pieza integra, no desintegrable, no se deshace				
3	Apoyacabeza para decúbito prono	**Tamaño**	Mediano	X		15.5 Ficha técnica POSICIONADORES OKLAND.pdf 15.7 CATALOGO POSICIONADORES OKLAND.pdf	Referencia 1101-3
		Dimensiones	22,2 x 19,7 x 12 cm				
		Material	Polímero viscoelástico				
			Biocompatible				
			Traslúcido				
			Libre de latex				
			De fácil limpieza y desinfección				
			Resistente a procesos de limpieza y desinfección				
			Pieza integra, no desintegrable, no se deshace				
4	Apoyacabeza para intervenciones oftalmicas	**Tamaño**	Mediano	X		15.5 Ficha técnica POSICIONADORES OKLAND.pdf 15.7 CATALOGO POSICIONADORES OKLAND.pdf	Referencia 1105-3
		Dimensiones	31 x 25 x 7,3 cm				
		Material	Polímero viscoelástico				
			Biocompatible				
			Traslúcido				
			Libre de latex				
			De fácil limpieza y desinfección				
			Resistente a procesos de limpieza y desinfección				
			Pieza integra, no desintegrable, no se deshace				
5	Apoyo para talones (par)	**Tamaño**	Estándar	X		15.5 Ficha técnica POSICIONADORES OKLAND.pdf 15.7 CATALOGO POSICIONADORES OKLAND.pdf	Referencia 4103
		Dimensiones	15 X 8,3 X 4,5 cm				
		Material	Polímero viscoelástico				
			Biocompatible				
			Traslúcido				
			Libre de latex				
			De fácil limpieza y desinfección				
			Resistente a procesos de limpieza y desinfección				
			Pieza integra, no desintegrable, no se deshace				
6	Apoyo cilindrico para pecho con base plana	**Tamaño**	Adulto	X		15.5 Ficha técnica POSICIONADORES OKLAND.pdf 15.7 CATALOGO POSICIONADORES OKLAND.pdf	Referencia 4101-1
		Dimensiones	30,5 X 15 cm				
		Material	Polímero viscoelástico				
			Biocompatible				
			Traslúcido				
			Libre de latex				
			De fácil limpieza y desinfección				
			Resistente a procesos de limpieza y desinfección				
			Pieza integra, no desintegrable, no se deshace				
7	Apoyo cilindrico para pecho con base plana	**Tamaño**	Adulto	X		15.5 Ficha técnica POSICIONADORES OKLAND.pdf 15.7 CATALOGO POSICIONADORES OKLAND.pdf	Referencia 4101-11
		Dimensiones	40,6 X 15 cm				
		Material	Polímero viscoelástico				
			Biocompatible				
			Traslúcido				
			Libre de latex				
			De fácil limpieza y desinfección				
			Resistente a procesos de limpieza y desinfección				
			Pieza integra, no desintegrable, no se deshace				

2. EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	SOPORTE	OBSERVACIÓN
1	a. Nombre o razón social del contratante (público o privado)	X		14.1. EXPERIENCIA.pdf	E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL
	b. Nombre del contratista	X			
	c. Fecha de iniciación y de terminación del contrato (si aplica)	X			
	d. valor del contrato	X			
	e. Objeto del contrato.	X			
	f. Suscrita por funcionario/empleado competente.	X			
2	a. Nombre o razón social del contratante (público o privado)	X		14.1. EXPERIENCIA.pdf	CENTRO DE CIRUGIA MINIMA
	b. Nombre del contratista	X			
	c. Fecha de iniciación y de terminación del contrato (si aplica)	X			

2	d. valor del contrato	X		14.1. EXPERIENCIA.pdf	INVASIVA S.A.S.
	e. Objeto del contrato.	X			
	f. Suscrita por funcionario/empleado competente.	X			

3. EVALUACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS - OTROS DOCUMENTOS

ITEM	CRITERIO	ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
1	Carta firmada por el Representante Legal o quien haga sus veces, donde garantiza que	Cambiará los elementos, cuando éstos presente fallas técnicas, defectos de fabricación y/o se evidencie re manufacturación.	X		15. carta compromisos.pdf	
		Suministra los productos con vida útil mayor al 75% y si es inferior debe cambiar el 100% de lo entregado sino se llega a consumir	X		15. carta compromisos.pdf	
		La entrega oportuna de los elementos en los tiempos establecidos en el presente proceso.	X		15. carta compromisos.pdf	
		El tiempo de garantía según fabricante de los elementos objeto del presente proceso en condiciones normales de uso de los mismos.	X		15. carta compromisos.pdf 15.2 CERTIFICACION DE GARANTIA 3 MESES.pdf	
		Se compromete a cumplir el Programa Nacional de Tecno vigilancia de acuerdo al Resolución 4816 del 2008 y el Decreto 4725 del 2005.	X		15. carta compromisos.pdf	
		Dará cumplimiento a Política Ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E.	X		15. carta compromisos.pdf	
2	Requisitos Legales Para La Comercialización y distribución de dispositivos médicos	IMPORTADORES: C*ertificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) VIGENTE* , para los establecimientos importadores que almacenen y/o acondicionen dispositivos médicos para uso humano.	X		15.1 Certificado SL CCAA.pdf	
3	Condición de fabricante, importador y/o Distribuidor	Carta que indique condición de Fabricante, importador y/o Distribuidor.	X		15.3 . Distribution Certificate.pdf	
4	Registros Sanitarios	Registro Sanitario vigente de cada producto ofertado, incluyendo las Resoluciones Modificatorias pertinentes.	X		15.4 REGISTRO INVIMA POSICIONADORES OKLAND.pdf	Vida util: 3 años
5	Fichas Técnicas	Aportar fichas técnica de cada uno de los elementos a contratar, descritos en el anexo técnico 1.	X		15.5 Ficha técnica POSICIONADORES OKLAND.pdf 15.7 CATALOGO POSICIONADORES OKLAND.pdf	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	
CONCLUSIÓN:	El proveedor SURGIPLAST LTDA cumple con todos los criterios tecnicos del proceso OC-197-2024.

FECHA DE EVALUACIÓN: 18/07/2024

JULIETH ANDREA CASTAÑO LOPEZ
Profesional Especializado III
Dirección Administrativa