
surgiPLAST
CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

SC Sistema de Calidad

FOTO	DATOS DEL EQUIPO	
	**NOMBRE:**	POSICIONADORES PARA LIBERAR PRESION Y PREVENIR ULCERAS POR DECUBITO
	MARCA:	OKLAND
	PAIS DE ORIGEN:	CHINA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VARIEDAD EN ACCESORIOS
Diseñados para distribuir la presión ósea y el pellizcamiento de la piel en los pacientes quirúrgicos y de larga estancia hospitaria, previenen y brindan una protección efectiva contra LAS ULCERAS POR DECUBITO. Cuentan con excelente soporte de posicionamiento y estabilidad de los pacientes, reducen el tiempo de operación, a su vez reducen y evitan el corte de la piel y daños nerviosos. No tienen efectos negativos en los pacientes. COMPONENTES: fabricados en gel de polímero viscoelastico. todas sus formas y modelos se ajusten eficazmente a la anatomía del paciente, re-distribuyendo la presión de las prominencias óseas vulnerables.	

CARACTERÍSTICA Y BENEFICIOS	
Hecho en gel de polímero viscoelástico y película	100% libre de látex, silicona y plastificantes
Suministro de posicionamiento estable y cómodo	Reducción del tiempo de operación. Rentable, duradero y de facil limpieza.
Dispersión de presión, evitando úlceras de decúbito.	No promueve la reproducción bacteriana por ser un material inerte
Con mas de 80 modelos anatomicos y 200 referencias adecuados a todos los tipos de especialidades quirúrgicas.	Ultra suaves, livianos, reutilizables y aportan una excelente estabilidad, radiolúcidos, compatibles con resonancia magnetica y tratamiento de radiacion segura.
Excelente biocompatibilidad con tejidos humanos.	La elasticidad del producto permite acomodarse anatómicamente al cuerpo del paciente, y recuperar su forma origical despues de ser utilizados.
Certificado por la FDA (EE. UU.), CE, RoHS e ISO9001: 2008	Temperatura de trabajo de -29 °C a 70 °C

INDICACIONES DE	**PRECAUCIONES**: Maneje los posicionadors con especial cuidado, nunca rasgue los bordes ni los estire demasiado. Evite el contacto directo con objetos y bordes duros y afilados. Evite limpiar la superficie de los posicionadores con detergentes desinfectantes corrosivos fuertes, no usar agentes a base de yodo. Se deben almacenar en un lugar seco y seguro, alejados de la luz solar directa, ultravioleta y del polvo. No empuje bruscamente los posiconadodes debajo del paciente, segurese que la superficie del posicionaodr debajo del paciente este lisa. Para cirugias prolongadas (especialmente cirugias decubito prono), relajar las areas propensas a las ulceras por presión durante 5:10 minutos cada 3 horas. **CONTRAINDICACIONES**: Cuando la piel duele o tiene heridas que deben ser transpirables. Pacientes alérgicos al material polimérico; y Pacientes con sobrepeso en cirugías de cubito prono.

	material polimerico) y Pacientes con sobrepeso en cirugías de cabeza prono.
USO GENERAL	**LIMPIEZA Y DESINFECCION**: Estos posicionadores en gel son impermeables. Si es posible, enjuega o limpie los posicinadores con agua para retirar residuos, aplicar un detergente o desinfectante (se recomienda el amonio cuaternario de 5 generacion), dejar actuar sobre el posicionador segun el tiempo que estipule el fabricante y luego retirar muy bien el desifectante con un paño humedo con agua. NO se debe dejar en remojo o sumergir en soluciones desinfectante o agua. No se recomienda someterlos esterilizacion a GAS o autocalve, ni radiacion ultravioleta tampoco el uso de lavadoras secadoras. **En el momento en que se produce un corte NO habra derrame y/o escape de liquido teniendo en cuenta que es un GEL viscoelastico SOLIDO , la recomendación es desechar el producto para evitar cualquier tipo de infección.**