Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	OC 078-2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	ORDENDE COMPRA
OBJETO A CONTRATAR	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E (CRITICOS)

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	ITEMS	DESCRIPCION	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA
				Proponente 1
				ARPA MEDICAL SAS
				Nit 900879954-9
TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	22	MONOFILAMENTO NATURAL/ ABSORBIBLE CON COLAGENO INTESTINAL 1/0 AGUJA 1/2 REDONDA DE 37 A 38MM HEBRA DE 90CM	**CUMPLE / NO CUMPLE**	NO CUMPLE
	97	MULTIFILAMENTO NATURAL/ ABSORBIBLE CON ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 AGUJA 1/2 REDONDA DE 37 A 38MM HEBRA DE 90CM		NO CUMPLE
	98	MULTIFILAMENTO NATURAL/ ABSORBIBLE CON ACIDO POLIGLICOLICO 4/0 AGUJA 1/2 REDONDA DE 19 A 22MM HEBRA DE 70 ACM		NO CUMPLE
	99	MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE CON POLIPROPILENO 0 AGUJA 1/2 REDONDA 37 A 38MM HEBRA DE 70 A 75 CM		NO CUMPLE

OBJETO A CONTRATAR	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E (CRITICOS)

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

	105	MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE CON POLIDIOXANONA 6/0 DOBLE AGUJA 1/2 REDONDA 13MM HEBRA DE 75CM		NO CUMPLE
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS TÉCNICOS				

OBSERVACIONES:
Se realiza evaluación frente a los criterios definidos en los ítems del formato de evaluación de propuesta técnica
Ítem 22: No cumple diametro de la aguja 36mm.
Ítem 97: No cumple diametro de la aguja 36mm.
Ítem 98: No cumple diametro de la aguja 17mm.
Ítem 99: No cumple diametro de la aguja 36mm y longitud de hebra de 90cm
Ítem 105: No cumple la aguja (3/8 circulo)

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	**Martha Giovanna Quitian Camacho** **Instrumentador Quirúrgico**	