Guantes de Examen Desechables

EXAMTEX



Registro INVIMA **2024DM-0011605-R1** ISO9001:2015

FICHA TECNICA

- **Guantes AQL 1.5**
- **Elaborados en látex natural.**
- **Ambidextros, cómodos y de fácil postura.**
- **No estériles**
- **Pre-entalcados con almidón.**
- **Alta resistencia a la elongación.**
- **Exterior microtexturizado**
- **Hipoalergénicos.**
- **Con orillo**
- **Empaque: Dispensador : 100 unidades por peso**
- **Caja: 10 dispensadores**
- **Tallas: XS, S, M, L**
- **Propiedades Físicas según ASTM D3578: (00)-(01)**

ESTANDARES DE CALIDAD

- **Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001.**
- **Cumple y/o excede los estándares ASTM 3578**
- **Cumple y/o excede los estándares europeos EN 455/2.**
- **Auditado por SGS.**
- **Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP.**
- **Plan de Muestreo ISO 2859**
- **Cumple con la norma ISO 13485 de sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos.**

USOS: Aplicaciones médicas y prevenir contaminación paciente - usuario.

PROPIEDADES FISICAS	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO		ESTANDARES ASTM D 3578 (01)	
	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO
Fuerza Tensil	Min.21MPa.	Min.16MPa.	Min.14MPa.	Min.14MPa.
Elongación	Min.700%	Min.500%	Min.650%	Min.500%

	AQL	Nivel de Inspección
Huecos	1.5	S-4
Apariencia	2.5	S-4
Dimensiones	4.0	S-2

Largo: 240 mm

CODIGOS DE BARRAS	UNIDAD
Guantes EXAMTEX x100u Talla XS	770 727036 3646
Guantes EXAMTEX x100u Talla S	770 727036 3653
Guantes EXAMTEX x100u Talla M	770 727036 3660
Guantes EXAMTEX x100u Talla L	770 727036 3677

PROTEX S.A.S. medica

www.protexsa.com.co - servicioalcliente@protexsa.com PBX: (57-1) 5925544

Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 - Manz. C Km. 4 Vía Funza Siberia. Cundinamarca, Colombia.