

	DIRECCION TECNICA	Código: FT-DT-034
	FICHA TECNICA NIPLE PARA FUENTE DE OXIGENO	Versión: 0 Fecha: 2019 Abril 2 Página: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO	
Nombre:	NIPLE PARA FUENTE DE OXIGENO	1. Niple	
Fabricante:	BIOPLAST S.A.		
Marca:			
Vida Útil:	5 años		
Procedencia:	Colombia		
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000409-R1		
Vigencia:	23 Diciembre 2026		
Clasificación de riesgo:	Ila		
Método de esterilización	No aplica		
Descripción y uso del producto	Conector para líneas de oxígeno (racord y tuerca), tuerca de sujeción tipo DISS, con aletas laterales para facilitar el ajuste y desenrosque. Su uso está determinado para conectar líneas de oxígeno (cánulas o extensiones) al sistema de flujometro o equipo de salida de oxígeno, también se emplea en la líneas de nebulización.		
Indicaciones y precauciones de uso	<ul style="list-style-type: none">• Uso bajo supervisión de un profesional del área médica.• Conservar en un lugar fresco y seco.• Uso desechable.		
Advertencias	Ninguna conocida.		
Composición	ABS		
Contraindicaciones	Ninguna conocida.		
Numero de Re-usos	Producto Descartable, uso de un solo paciente.		
Presentación comercial:	Envase: paquete por 50 unidades Embalaje: 50 paquetes por caja corrugada.		
Condiciones de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos.• Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo.• Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.		
Disposición final:	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”		

	ELABORO	REVISO	APROBO
CARGO	Asistente SGC	Director Técnico	Gerente General
NOMBRE	Kelly Murcia Salas	Nicolás Pinzón Hernández	Gustavo Pinzón Díaz

Toda copia magnética de este documento que se encuentre fuera de la RED \\192.168.0.6\Compartida\SGC BIOPLAST S.abackup\DOCUMENTACION PROCESOS debe entenderse como COPIA NO CONTROLADA y está fuera del alcance del Sistema de Gestión de BIOPLAST S.A., por lo tanto, es responsabilidad de la persona que la posea, comprobar la veracidad de la Información para garantizar que se encuentra actualizada.