# INDICADOR QUÍMICO A PERÓXIDO DE HIDROGENO CLASE 4 CD40

Control Químico Clase 4 para procesos de Esterilización por Plasma o Vapor $H_2O_2$

**PRODUCTO: INDICADOR QUÍMICO PERÓXIDO DE HIDROGENO**

**MARCA: TERRAGENE**

**DISTRIBUIDOR: IMSUMHOS S.A.S**

**FICHA TECNICA**

## CARACTERISTÍCAS

Indicador Químico multiparametro para uso interno que mide temperatura , tiempo y concentración de Peróxido de Hidrogeno.

Tira impresa con tinta indicadora. Tamaño 105 x 18 mm.

La tinta del indicador químico virará de tono con el proceso de esterilización de purpura a verde.







## PRESENTACIÓN

**PAQUETE X 500 unidades**

## ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco a una temperatura entre 15 y 25 °C, máximo 30 °C antes de su uso, HR 30 - 80 %
Mantener al abrigo de la luz

## PERIODO DE VIDA ÚTIL

5 años

## LEGISLACION APLICABLE

En ISO 11140-1 : 2014

## HABILITACIÓN

Diseñado bajo sistemas integrados de calidad:
ISO 9001: 2008
ISO 13485 : 2012
ANMAT PM 1614-4

## PELIGROS

No almacenar el producto cerca de agentes esterilizantes.
No esterilizar por otro metodo diferente a $H_2O_2$
No volver a utilizar el esterilizador hasta que el cambio de color del indicador sea el indicado en el producto

## TOXICIDAD

No tóxico

## USO

6 minutos, 50°C, 2,3mg/l $H_2O_2$


imsumhos
Importadora de Suministros Hospitalarios y Esterilización

**www.imsumhos.com** **ventas@imsumhos.com**

Cali -Colombia