HOJA DE PRUEBA BOWIE & DICK IM A4

Control Químico Clase 2 para evaluar el desplazamiento de aire en autoclaves a vapor asistidos por prevacío.

PRODUCTO: HOJA DE PRUEBA
MARCA: IMSUMHOS S.A.S
DISTRIBUIDOR: IMSUMHOS S.A.S
IMPORTADOR: IMSUMHOS S.A.S

FICHA TECNICA

CARACTERISTÍCAS

Hojas tamaño A4 de 80 g/m2
Color inicial: Azul
Color final: Negro

Hoja de Bowie & Dick para evaluar la evacuación de aire y la penetración de vapor en equipos de esterilización por Vapor asistidos por vacío.

NOTA:
Problemas con la evacuación de aire o la calidad del vapor se evidencian con un viraje heterogéneo de marrón oscuro/negro en la hoja de prueba, como zonas más claras en el centro de la hoja.



PRESENTACIÓN

Caja X 50 Unidades

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco a una temperatura entre 15 y 25 °C, máximo 30°C antes de su uso, HR 30 - 80 %
Mantener al abrigo de la luz. No mojar.

PERIODO DE VIDA ÚTIL

3 años

LEGISLACIOM APLICABLE

ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-3:2007 ISO 13485:2016/ NS-EN ISO 13485:2016

HABILITACIÓN

Diseñado bajo sistemas integrados de calidad: ISO 9001; 2008

ISO 13485; 2012

PELIGROS

No almacenar el producto cerca de agentes esterilizantes.

No utilice este producto para el control de la eliminación de aire en procesos de esterilización a Vapor por desplazamiento de gravedad, por Calor Seco u otros procesos de esterilización de baja temperatura.

No volver a utilizar el esterilizador hasta que el cambio de color de la hoja de prueba sea el indicado en el producto y se presente de manera homogénea en toda la hoja de prueba.

TOXICIDAD

No tóxico

USO

Ciclos de 3.5 min a 134°C o 4 min 132°C

imsumhos
Importadora de Suministros Hospitalarios y Esterilización

www.imsumhos.com ventas@imsumhos.com

Cali -Colombia