

ZIBOJECT







FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Set de Infusión: Equipo Macrogoteo Bioseguro

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

JiangsuWebestMedical Product CO, LTD

USOS:

Set de infusión: Usada para transfuciones en las venas del cuerpo humano bajo fuerza de gravedad y usada previmente en el paciente y el equipo de micro y macro goteo, los cuales también son de un solo uso

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.
Temperatura: 5°C a 55°C
Humedad Relativa: 30% a 80%


PRESENTACIÓN:

- Empaque Individual
- Caja por 50 unidades
- Caja por 100 unidades

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono PBX 7-6341907 | Cel 310-7788678
javierziboject@yahoo.es - administracion@ziboject.com
www.ziboject.com
Bucaramanga - Colombia

Presentación:

Presentación
Macrogoteo Polybag
Macrogoteo Blister
Macrogoteo Fotoprotector
Macrogoteo Bioseguro
Equipo de Transfusión
Set de Infusión (Venoclisis)



1. **ENTRADA DE AIRE CON FILTRO:** Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) y filtro de nylon.
2. **FILTRO DE FLUIDO:** Nylon.
3. **REGULADOR DE FLUJO:** Polietileno de alta densidad.
4. **TUBO:** Policloruro de vinilo PVC
5. **PUNTO DE INYECCION EN "Y":** Polisopropeno y Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS).
6. **CAPSULA PROTECTORA DEL PUNZON:** Polietileno de alta densidad.
7. **DISPOSITIVO DE PERFORACION (SPAY):** Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS).
8. **CAVIDAD DE GOTEO (CAMARA DE GOTEO):** Policloruro de Vinilo – PVC.
9. **PRUEBA CRONICA FEMENINA:** Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS).
10. **CAPSULA PROTECTORA DE PRUEBA CRONICA FEMENINA:** Polietileno de alta densidad.

Composición:

- *Equipo:* PVC grado médico en moldes de inyección
- *Soporte de la Aguja:* Punta de metal y plástico ABS
- *RPeogli ue lt a* il *de on ro :* grado médico
- *Membrana Filtro de la SFoib/urcaisón Médica:*
- *Membrana Filtro de Aire:* Fibras
- *Embudo:* PVC grado médico
- *Conector:* universal

Normas Técnicas:

MDD 93/42EEC
- EN 550 ISO 594-2 ISO
- 13485 ISO 9001:2000

TIPO DE RIESGO

IIA

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono PBX 7-6341907 | Cel 310-7788678
javierziboject@yahoo.es - administracion@ziboject.com
www.ziboject.com
Bucaramanga - Colombia