FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ITEM # 9		
DESTILADOR DE PROTEINA		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
aparato "Kjeldahl" para la determinación de nitrógeno		
CÓDIGO UNSPSC – PAA		
41104815		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
Segmentos	41	(41000000) Equipo de suministro de laboratorio, de medición, observación y pruebas
Familias	10	(41100000) Equipo de laboratorio y científico
Clases	48	(41104800) Equipo de suministro de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción
Productos	15	(41104815) aparatos "Kjeldahl" para la determinación de nitrógeno
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
REQUERIMIENTOS		

PARÁMETRO	DESCRIPCION	EXIGENCIA
Características técnicas	El destilador es un instrumento simple pero eficiente para nitrógeno Kjeldahl TKN, proteínas, nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico(Devarda), TVBN, sulfitos, fenoles, ácidos volátiles, cianuros y contenido alcohólico. ESTRUCTURA: Tecnopolímero resistente a la corrosión MONITOR: pantalla LCD TIEMPO DE ANALISIS:5 minutos por 100 ml de destilado RANGO DE MEDICIÓN: 0,04 - 220 mg N REPRODUCIBILIDAD (RSD): 1% RECUPERACIÓN: 99,5% LÍMITE DE DETECCIÓN (LOD): > 0,015 mg N ADICION DE HIDRÓXIDO DE SODIO: Automático TIEMPO DE DESTILACIÓN SELECCIONABLE: sí TIEMPO DE RETRASO (ANÁLISIS DE ALEACIÓN DEVARDA): 00 segundos - 99 minutos 59 segundos CONSUMO DE AGUA: Desde 0,5 L / min hasta 15 ° C, Desde 1 L / min hasta 30 ° C BIBLIOTECA DE PROTOCOLOS: 1 método personalizable ENTRADA DE ALIMENTACIÓN: 1700 W en 115 V, 2200 W en 230 V DIMENSIONES (WXHXD): 385x780x416 milímetro PESO: 25 kilogramos	- Certificado de garantía de los equipos expedida por el fabricante. - Instalación, puesta en marcha y capacitación dirigida a instructores y aprendices de su uso. - Manual de uso del equipo en físico y digital.

GARANTÍA	FOTOGRAFIA
Garantía mínima por 2 años contra defectos de características técnicas expedida por el fabricante..	