FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ITEM # 30		
Termómetro Infrarojo		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
Termómetro Infrarojo		
CÓDIGO UNSPSC – PAA		
41112224		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
Segmentos	41	(41000000) Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas.
Familias	11	(41110000) Instrumentos de medida, observación y ensayo
Clases	22	(41112200) Instrumentos de medición de temperatura y calor
Productos	24	(41112224) Termómetro Infrarojo
UNIDAD DE MEDIDA		
Unidad		
REQUERIMIENTOS		

PARÁMETRO	DESCRIPCION	EXIGENCIA
Termómetro Infrarojo	Rango de Temperatura: -50+200°C (-58° +392°F) Resolución: 0.1 Precisión: -50ºC a -20ºC (-58ºF a -4ºF): ±5ºC / ±9ºF -20ºC a 200ºC (-4ºF a 392ºF): ±2% o ±2ºC/±4ºF Distancia de apuntado (D: S): 8:1 Apuntador laser Emisividad: Fija 0.95 Preciso de no contacto Selección °C/°F Manejo sencillo con una sola mano Data/Hold/Apagado automático Iluminación en el display Tiempo de respuesta: Menos de 1 segundo Medidas: 160x82x42mm / Peso: 170 a 180 g Bateria 9V (incluida) Estuche de transporte	1. Garantía mínima por 2 años contra defectos de características técnicas 2. Debe ser de una marca reconocida y buena calidad 3. Debe incluir manual o instructivo de funcionamiento 4. Debe entregarse previamente calibrado.
GARANTÍA		**FOTOGRAFIA**
Garantía mínima por 2 años contra defectos de características técnicas expedida por el fabricante.		