FICHA TÉCNICA: GASA Y VENDAJE DE TELA



CÓDIGO: GT-FH | VERSIÓN: 04 | FECHA: 21 12 2020

PRESENTACIÓN COMERCIAL GASA PRECORTADA ESTÉRIL	· APÓSITO 6X12 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 10X10 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 10X20 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 15X15 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 15X25 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 15X8 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 18X9 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 20X15 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 20X20 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 20X40 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 30X30 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 30X20 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 40X70 SBX1 · APÓSITO ESTÉRIL 7.5X10 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 7.5X20 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 8X16 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 7X16 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 4X8 SBX1 MS · APÓSITO ESTÉRIL 10X300 SBX1 · APÓSITO ESTÉRIL 15X300 SBX1 · APÓSITO QUEMADOS ESTÉRIL 13X160 SBX1
MARCA	Medical Supplies Corp. S.A.S
FABRICANTE	Medical Supplies Corp. S.A.S
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2016DM-0000315 R2
VIGENCIA REGISTRO SANITARIO	29/11/2026
CLASIFICACIÓN RIESGO	IIa
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	
ASPECTO	Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas.
COLOR	Blanco
OLOR	Inoloro
TIPO DE GASA	VII
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO	
COMPOSICIÓN	Hilaza de algodón y algodón 100%
PODER ABSORBENTE (SEG.)	Máximo 30
RESIDUO DE IGNICIÓN (%)	Máximo 0,825
MATERIA GRASA (%)	Máximo 0,7
PRESENCIA DE ALMIDONES Y DEXTRINA	Negativo
ACIDEZ	Negativo
ALCALINIDAD	Negativo
CANT. DE HILOS X 2,54 CM EN LA URDIMBRE	18 a 22
CANT. DE HILOS X 2,54 CM EN LA TRAMA	10 a 14

PRUEBA DE ESTERILIDAD	
CALDO TIOGLICOLATO (32,5+ /-2,5 °C)	Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación.
CALDO CASOY (22,5+ /-2,5 °C)	Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación.
EMPAQUE PRIMARIO	Papel Grado Médico
USOS	Cubrimiento de heridas. Absorción de exudados, sangre y otros fluidos biológicos
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco
DISPOSICIÓN FINAL	No reutilizar. Eliminar como desecho orgánico
LEGISLACION APLICABLE	NTC 2140 y USP Vigente

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		
DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA	CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRÍA	JULIANA ARANGO PONCE