MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ÁREA GESTIÓN CONTRATOS

Bogotá, D.C., agosto 01 de 2024

FORMULARIO No. 1 DE OBSERVACIONES Y RESPUESTA AL ESTUDIOS PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No MC-223-2024-HOMIL CUYO OBJETO ES LA: ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONGELADORES PARA EL ALMACENAMIENTO DE COMPONENTES SANGUINEOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE Y SERVICIO DE TRANSFUSIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

EL SEÑOR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL EN CALIDAD DE ORDENADOR DE GASTO y,

Los comités estructuradores, proceden a emitir respuestas oportunas a las observaciones realizadas por los oferentes dentro del proceso de la referencia de la siguiente manera:

OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA FIRMA ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS

OBSERVACIÓN No. 1

Pantalla Táctil: Se solicita a la entidad permitir pantalla LCD ya que cumple con las características de verificación y comportamiento del equipo

RESPUESTA.

La entidad acepta la pantalla LCD siempre y cuando se pueda evidenciar información del equipo con respecto a sus temperaturas.

OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA FIRMA TECNIGEN COLOMBIA

OBSERVACIÓN No. 1

Solicitamos al Hospital ampliar el rango de los códigos UNSPSC a los siguientes códigos y/o cumplir con hasta el tercer código de clasificación (CLASE).

24131500 REFRIGERADORES INDUSTRIALES
24131600 CONGELADORES INDUSTRIALES
40101700 ENFRIAMIENTO
41103000 EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO

RESPUESTA:

El comité jurídico se permite manifestar que, por tratarse de un proceso de mínima cuantía, no se requiere de la validación o cumplimiento en cuanto a la experiencia en relación a los Códigos UNSPSC que se establecieron en el estudio previo

OBSERVACIÓN No. 2

Permitir un rango de voltaje de 110V, ya que no afecta el correcto funcionamiento del equipo. Además, esto facilita una mayor pluralidad de oferentes en el proceso

RESPUESTA.

Se acepta ya que esto no influye en el buen funcionamiento del congelador.

OBSERVACIÓN No. 3

Permitir ofertar un equipo cuyo largo oscila entre los 720 mm sin afectar las dimensiones internas, esto ayudaría al espacio mínimo de separación recomendado entre la pared y el equipo

RESPUESTA.

Se acepta ya que esto no influye en el buen funcionamiento del congelador.

OBSERVACIÓN No. 4

Se solicita a la Entidad poder ofertar equipos con exterior de lámina galvanizada con pintura electrostática resistente a bacterias ya que por las condiciones climáticas donde va a estar el equipo es importante contar con materiales resistentes al óxido.

RESPUESTA.

La entidad no acepta la observación ya que se estarían cambiando los materiales solicitados inicialmente, esto con el fin de seguir manejando los materiales con los que cuenta la entidad.

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMAS
GERENTE DE PROYECTO	Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera Romero	Jefe Unidad de Apoyo Logístico	Documento Original Firmado
COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR	Ing. Daniel Roman Torres Olarte	Unidad de Apoyo Logístico	Documento Original Firmado
COMITÉ JURÍDICO	Abogado Cristian Medina Ramírez	Área Gestión Contratos	Documento Original Firmado