Libertad y Orden

**República de Colombia**
**Ministerio de la Protección Social**
**Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA**

**CERTIFICACIÓN No. 2010019215**

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS DEL INVIMA CERTIFICA:**

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto: PRUEBA DE BOWIE DICK (00130LF, 00132LF, 00135LF, 1233LF) 3M

**Esta contemplado entre los productos que NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia**

| | |
|---|---|
| **INTERESADO:** | 3M COLOMBIA S.A. |
| **SOLICITANTE:** | VALERIA FRIGERI MORALES |
| **RADICACIÓN:** | 2010084959 |
| **FECHA RADICACIÓN:** | 17/08/2010 |

**OBSERVACIONES**: USOS: PRODUCTO IMPREGNADO CON QUÍMICO QUE AL CAMBIAR DE COLOR, PRUEBA SI LA ELIMINACIÓN DE AIRE DENTRO DE LA CÁMARA DE VAPOR FUE EFECTIVA. EL CAMBIO QUÍMICO TIENE LAFINALIDAD DE COMPROBAR EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO EN CÁMARAS DE ESTERILIZACIÓN Y EFICIENCIA EN LA REMOCIÓN DE AIRE EN LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE 134°C (273°F) ASISTIDOS AL VACIO.

Tendrá CINCO (5) días hábiles para solicitar corrección a este documento.

Se expide en Bogotá D.C., el 26 de Agosto de 2010 .

**Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.**

INVIMA COLOMBIA

CLARA ISABEL RODRIGUEZ SERRANO
SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS