OBJETO: **ADQUISICIÓN DE MESAS DE NECROPSIAS Y BALANZAS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA FORENSE EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.**

1. ANEXO FICHA TÉCNICA

1.1 DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO: los siguientes son los elementos (repuestos e insumos requeridos).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	MESAS DE NECROPSIA	UNIDAD	6
2	BALANZA ELECTRÓNICA	UNIDAD	3

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMÁGENES SOLO DE REFERENCIA.
1	**BALANZA ELECTRÓNICA (Tipo tienda)**	Estructura en ABS, plato en acero 15*15 cm. Funciones: Unidades g, oz, lb - luz de retroiluminación - tara. Pantalla: Digital LCD (números negros) Unidades de medición: Kilogramos, gramos, onzas, libras. Fuente de alimentación: Batería recargable Incluye: Manual de uso - Un (1) cargador	
2	**MESA HIDRAULICA PARA NECROPSIAS**	Altura: ecualiza una altura de 60 a 95 c. Sistema hidráulico de pedales y freno. Material: Acero inoxidable, Calibre 18 Antimagnético Capacidad de levante: 400 kilos Bandeja en acero inoxidable de 85 x 2.35. Llanta ecualizable de 6”. Tanque de drenaje Accesorios: Cabecero en Acero Inoxidable, Trampa de Grasa, tabletas superiores removibles, Ducha tipo teléfono con Manguera tipo acordeón de 3 m.	

OBJETO: **ADQUISICIÓN DE MESAS DE NECROPSIAS Y BALANZAS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA FORENSE EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.**

1.2 CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

Teniendo en cuenta el Clasificador de United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC) desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Corporación DUN& Bradstreet (D&B), el cual en su versión en español corresponde al portal de Colombia Compra Eficiente, el presente proceso se encuentra clasificado bajo las siguientes codificaciones:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	UNSPSC
42	26	17	00	MESAS DE NECROPSIA
41	11	15	02	BALANZAS DE LABORATORIO

Notas: Se acepta para el presente proceso la clasificación hasta el tercer nivel de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 o norma vigente.

1.3 CALIDAD MÍNIMA: La garantía mínima de los elementos es de un (01) año.

1.4 PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS: Funcionamiento de parámetros y estándares mínimos según aplique