REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ÁREA GESTIÓN CONTRATOS

ADENDA N°01 al PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SA N°058 - 2024 PARA "ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

EL SEÑOR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL EN CALIDAD DE ORDENADOR DE GASTO y,

En uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Resolución N° 0002 del 02 de enero de 2024, Resolución de nombramiento N° 1166 de fecha 23 de agosto de 2023 y Resolución 1415 de 25 de octubre de 2023 "Por medio de la cual se hacen unas delegaciones y se dictan otras disposiciones y,

CONSIDERANDO

Qu**e** el día dieciocho (18) de julio de 2024 se publicó en el SECOP II, los estudios definitivos del PROCESO DE SELECCION ABREVIADA N°058-2024-HOMIL, cuyo objeto es "**ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**".

El presente proceso se encuentra respaldado con Certificado de disponibilidad Presupuestal N°**184624** de fecha 18 de abril de 2024; Posición de Catalogo de Gasto C 1505 0100 6 20109B 1505014 02 Recurso 20 CSF, por concepto de ADQUIS. DE BYS - EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ, por valor de **SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($700.000.000,00),** Incluido IVA (Si Aplica), expedido por el Área de Presupuesto.

Que, teniendo en cuenta las observaciones de los oferentes se hace necesario cambiar las especificaciones técnicas del presente proceso.

Por lo antes expuesto, se hace necesario expedir Adenda No.01, en los siguientes términos:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar del numeral 4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS, del lote 1 MOTOR ELECTRICO TRAUMA DE ORTOPEDIA de la siguiente forma:

LOTE 1 MOTOR ELECTRICO TRAUMA DE ORTOPEDIA				
CODIGO USPC	**ITEM**	**EQUIPO**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**CANT. REQUERIDA**
42294200	1	CARGADOR BATERIAS	CARGADOR CON CONEXIÓN ELECTRICA PARA 4 BATERIAS COMPATIBLES CON MOTOR FUNCIONAL CON BATERIA RECARGABLE, QUE CONSTE DE CUATRO COMPATIMENTOS DE CARGA INDEPENDIENTES CADA COMPARTIMENTO CON SU CUADRO INDICADOR EN EL FRONTAL DISEÑADO CON UN RANGO DE TENSION DE 100V A 120 V	1
	2	PERFORADOR FRESADOR	PIEZA DE MANO, PERFORADOR FRESADOR ERGONOMICO FUNCIONAL CON BATERIAS RECARGABLES COMPATIBLE CON LOS ADAPTADORES SOLICITADOS EN LOS SIGUIENTES ITEMS.	1
	3	MOTOR SIERRA OSCILANTE	PIEZA DE MANO, MOTOR SIERRA OSCILANTE ERGONOMICO FUNCIONAL CON BATERIAS RECARGABLES COMPATIBLES CON HOJAS DE SIERRA	1

ADENDA N°01

			OSCILANTE TAMAÑOS VARIOS POTENCIA DE 250W, DIMENSIONES DE 221-225 MM DE LARGO X 177-180 MM DE ANCHO POR 55-60 MM DE ALTO Y/O 156 MM ALTO. 38 MM ANCHO, 171 MM DE LARGO, QUE INCLUYA 10 HOJAS PARA SIERRA OSCILANTE COMPATIBLES CON EL MOTOR SOLICITADO UN SOPORTE PARA LA CESTA DE ALMACENAMIENTO Y ESTERILIZACION DE LA PIEZA DE MANO DEL MOTOR Y LA SIERRA UN SOPORTE PARA LA CESTA DE ESTERILIZACION TRIPLE PARA LOS TRES ADAPTADORES CUATRO SOPORTES PARA LA CESTA DE ESTERILIZACION PARA LOS EMBUDOS Y TAPAS DEL MOTOR	
	4	BATERIA	BATERIA RECARGABLE CON CAPACIDAD DE CARGA DE 340 a 400 GRAMOS DE PESO VOLTAJE 9,6 V DE ALUMINIO Y PLASTICO NO ESTERILIZABLE	1
	5	***TAPA Y/o PORTECTOR PIEZA DE MANO***	***TAPA Y/O PROTECTOR PARA PIEZAS DE MANO AUTOAJUSTABLE, PARA SOSTENER LA BATERIA***	1
	6	***FUNDA PARA MOTOR***	***FUNDA PARA TRANSPORTE Y PROTECCION PASO DE LA BATERIA NO ESTERIL O ESTERIL, PLASTICO O METALICO AL MOTOR, EN CASO DE NO SER ESTERIL DEBE GARANTIZAR QUE NO CAUSARÁ NINGUN TIPO DE CONTAMINACIÓN POR MANIPULACION EN EL PROCESO DE INSERCION DE LA BATERIA.***	1
	7	ADAPTADOR	ADAPTADOR BROCAS CON JACOB COMPATIBLE CON PIEZA DE MANO MOTOR	1
	8	ADAPTADOR	ADAPATADOR AGUJAS KISCHNER PISTOLA AUTOAJUSTABLE QUE PERMITE EL AVANCE PROGRESIVO DE LOS CLAVOS	1
	9	ADAPATADOR	ADAPTADOR UNIVERSAL BROCAS DE ANCLAJE RAPIDO COMPATIBLE CON PIEZA DE MANO MOTOR	1
	10	CESTA PARA ESTERILIZACION	CESTA PARA ESTERILIZACION MEDIDAS DE 406-285 MM X 277-253 MM 191-106 MM	1
	11	CUBETA CONTENEDOR	CUBETA PARA CONTENEDOR DIMENSION PROPORCIONAL A LA CESTA DE ESTERILIZACIÓN QUE SE INCLUYA EN EL MISMO	1
	12	TAPA CUBETA CONTENEDOR	TAPA CUBETA CONTENEDOR TAPA METALICA O PLASTICA CON FILTRO REUTILIZABLE	1

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el numeral 8.2 INDICADORES FINANCIEROS los cuales quedará de la siguiente forma:

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL				
INDICE DE LIQUIDEZ	≥	Mayor o igual	1.0	(Veces)
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	≤	Menor o igual	72	%
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	≥	Mayor o igual	1,0	(Veces)

ARTÍCULO TERCERO: Las demás disposiciones contenidas en el Estudio Previo y documentos del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA N°058-2024-HOMIL, cuyo objeto es "**ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**", que no hayan sido modificados con la presente Adenda No.01, continúan vigente y son de obligatorio cumplimiento.

ADENDA N°01

ARTÍCULO CUARTO: El contenido de la presente adenda se publicará en el Portal Único de Contratación-Sistema Electrónico de la Contratación Pública SECOP II - www.colombiacompra.gov.co.

Proyectó:

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

CR. Diana Parra
Salas de Cirugía
Comité Técnico Estructurador.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

CP. Yenny Maritza Lara
Area Gestión Contratos.
Comité Económico estructurador.