ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS N° 1909 DEL 7 DE JULIO DEL 2023 ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARSELLA RISARALDA

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Funcionarios Secretaría de Salud Departamental:
Samuel Cardona Pérez Profesional de Apoyo Proyectos Secretaría de Salud
Diego Alexis Trejos Gaviria Profesional de Apoyo Red de Prestación de Servicios

Funcionario que recibe la visita:
Daniel Bedoya Calderón Asesor de Calidad y planeación

SITUACIÓN ENCONTRADA

El día 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 se realizó la visita de inspección, vigilancia y control (IVC) en la E.S.E Hospital San José de Marsella, con el fin de supervisar el convenio interadministrativo No. 1909 de 2023, con objeto contractual “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE MARSELLA"

Los equipos que se encuentran relacionados a continuación fueron adquiridos según lo establecido en el convenio 1909 del 7 de julio del 2023:

Servicio	Ambiente y/o área	Nombre de la dotación	Especificaciones mínimas obligatorias (EMO)	Cantidad
Urgencias(1102)	Observación adultos (1102)	CAMA ELÉCTRICA CLASIC	1.Sistema de movimiento eléctrico 2.Barandillas de seguridad con descenso amortiguado o neumático 3. 4 ruedas mínimo de 5" con freno individual de dirección y giro 4. Cabecero y piecero desmontables 5. Permita las posiciones mínimo de: horizontal, semifowler, fowler, flexion de rodillas 6. Atril en acero inoxidable 7. Soportes para bolsa de drenaje 8. Soporte para bala de oxigeno 9. Capacidad de carga mínima: 180 kg 10. Terminado en pintura electrostática 11. Requerimiento eléctrico: 110-120 VAC 60Hz 12. Dimensiones internas: Largo 1.95 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.55 m.	6
Hospitalización (129)	Hospitalización (129)	CAMA ELÉCTRICA	1.Sistema de movimiento eléctrico 2.Barandillas de seguridad con descenso amortiguado o neumático 3. 4 ruedas mínimo de 5" con freno individual de dirección y giro 4. Cabecero y piecero desmontables 5. Permita las posiciones mínimo de: horizontal, semifowler, fowler, flexion de rodillas 6. Atril en acero inoxidable 7. Soportes para bolsa de drenaje 8. Soporte para bala de oxigeno 9. Capacidad de carga mínima: 180 kg 10. Terminado en pintura electrostática 11. Requerimiento eléctrico: 110-120 VAC 60Hz 12. Dimensiones internas: Largo 1.95 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.55 m. 13. Permita cambio de altura.	6
Hospitalización (129)	Hospitalización (129)	COLCHON HOSPITALARIO ANTIESCARAS	1. Forro Anti fluido con cremallera. 2. Permite circulación de aire para atenuar la temperatura corporal. 3. Minimiza la presión generada entre las superficies y las prominencias Óseas. 4. Medidas: 190 cms largo 90 cms ancho 15 cms alto	6
Urgencias (1102)	Hospitalización (129)	COLCHON HOSPITALARIO ANTIESCARAS	1. Forro Anti fluido con cremallera. 2. Permite circulación de aire para atenuar la temperatura corporal. 3. Minimiza la presión generada entre las superficies y las prominencias Óseas. 4. Medidas: 190 cms largo 90 cms ancho 15 cms alto	6
Hospitalización (129)	Hospitalización (129)	CARRO DE PARO EN PLASTICO	1. Estructura principal en polimero ABS 2. Mesa de trabajo en acero inoxidable 3. Sistema de cierre centralizado 4. 5 Cajones: 2 pequeños, 2 medianos y 1 pequeño 5. Interior de los cajones con separadores 6. 4 Ruedas de mínimo 4", dos de ellas con freno 8. Atril 9. Bandeja auxiliar 10. Bandeja extraible 11. Multitoma eléctrico 12. Tabla para RCP 13. Porta guardian 14. Porta basura 16. Ponta cilindro 17. Protección contra impactos	1
Gineco obstetricia (907)	Hospitalización (129)	CARRO DE PARO EN PLASTICO	1. Estructura principal en polimero ABS 2. Mesa de trabajo en acero inoxidable 3. Sistema de cierre centralizado 4. 5 Cajones: 2 pequeños, 2 medianos y 1 pequeño 5. Interior de los cajones con separadores 6. 4 Ruedas de mínimo 4", dos de ellas con freno 8. Atril 9. Bandeja auxiliar 10. Bandeja extraible 11. Multitoma eléctrico 12. Tabla para RCP 13. Porta guardian 14. Porta basura 16. Ponta cilindro 17. Protección contra impactos	1
Laboratorio clínico (706)	Area de química sanguinea	ANALIZADOR AUTOMIZADO DE QUIMICA Y TURBIDIMETRIA	1. 150 análisis/hora 2. Volumen mínimo de reactivo 200 ul. 3. Maneja diferentes tipos de muestras: suero, orina, plasma, LCR y sangre total 4. Maneja prioridad sobre muestras de urgencia. 5. Fácil acceso a la continua programación de muestras. 6.Bajo consumo de reactivos, muestras y liquidos del sistema. 7.El volumen muerto del reactivo es muy bajo. 8.Equipo de mesa que no requiere altas inversiones en infraestructura de su laboratorio. 9. Posee un software amigable de fácil comprensión y manejo, compatible con la red de su laboratorio siempre y cuando el administrador del software haga la interfase correspondiente. 10.Atención en línea para hacer el seguimiento del comportamiento técnico del a-15, report-sat; para este se requiere acceso a Internet.	1
		TOTAL		**27**

- CAMA ELÉCTRICA CLASIC (6): cumple con las especificaciones según convenio 1909 de 2023, ya se encuentran en servicio.

- CAMA ELÉCTRICA (6): cumple con las especificaciones según convenio 1909 de 2023, ya se encuentran en servicio.

- COLCHON HOSPITALARIO ANTIESCARAS (12): cumple con las especificaciones según convenio 1909 de 2023, ya se encuentran en servicio.

- CARRO DE PARO EN PLASTICO (2): cumple con las especificaciones según convenio 1909 de 2023, ya se encuentran en servicio.

- ANALIZADOR AUTOMIZADO DE QUIMICA Y TURBIDIMETRIA (1): cumple con las especificaciones según convenio 1909 de 2023, ya se encuentran en servicio

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO

Diego Alexis Trejos Gaviria
Apoyo Red de Prestación de Servicios de Salud.

Samuel Cardona Pérez
Apoyo proyectos Secretaría de Salud




