TECHNOLAB Laboratorios S.A.S Innovación a su alcance NIT: 900641152-6	**COMUNICADO**	**CÓDIGO: FSGC-010**
		VERSIÓN: No. 01
		05/05/2018
		Página **1** de **1**

Montería, 02 de Agosto de 2024

Señor(es):

Centro Agroempresarial y Acuícola - Sena Fonseca

Supervisor:

Edilberto Bello

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos dar a conocer los hallazgos presentados en el diagnostico al equipo **cabina de flujo laminar; Marca: Dies**, ubicado en las instalaciones del Centro Agroempresarial y Acuícola – Sena Fonseca; encontrando los contactores en corto circuito, los suiches de muletilla en mal estado; parte del sistema eléctrico se encuentran sulfatados. Se hace necesario realizar el cambio de estos accesorios, con el fin de obtener el mejor funcionamiento del equipo.

.

Cordialmente,

Nombre: CARLOS ANDRES BETANCOURT MADERA

Cargo: Representante Legal

TECHNOLAB LABORATORIOS SAS