



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL
OFICINA DE CONTRATOS

No. GS-2024/

AREAD-GUCON - 3.1

Bogotá D.C.,

Señores
Oferentes
La ciudad.

Asunto: Respuesta observaciones a invitación PN HOCEN MI 024 2024

En atención a las observaciones presentadas a la invitación PN HOCEN MI 024 2024, que tiene por objeto el **SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL**, el Hospital Central de la Policía se permite dar respuesta a las mismas, así:

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MINERVA MEDICAL S.A.S DE FECHA 15/08/2024 9:04:20 AM Y EL 20/08/2024 10:40:52 AM

Primera Observación

"Agradecemos compartir los formatos a diligenciar en Word o editable"

Respuesta Observación

El Hospital Central de la Policía Nacional **ACLARA** al oferente, que se publicaron en la plataforma SECOP II los formularios en PDF editable; sin embargo, se resalta que es responsabilidad del oferente verificar que la información contenida en éstos corresponda a la descrita en el anexo y formulario de especificación técnicas mínimas del estudio previo; si al momento de presentar la oferta se generan inconsistencias por manipulación del archivo, estas serán asumidas por el oferente.

Segunda Observación

"Dentro de las especificaciones tecnicas minimas, no esta relacionada la experiencia con la cual dede (SIC) cumplir."

Respuesta Observación

El Hospital Central de la Policía Nacional **ACLARA** al oferente, que se publicó en la plataforma SECOP II documento ESTUDIO PREVIO Y ANEXOS MI 024 en el cual en el anexo ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS – CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS numeral 13 se establece como se debe acreditar la experiencia.

OBSERVACION PRESENTADA POR MEDICOX LTDA 16/08/2024 4:09:17 PM

Primera Observación

"(...) imagen pegada del PDF"

- De manera atenta me permito solicitar a la Entidad, ampliar los rangos del grupo numero 2 GRUPO 2 DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACION DE NUTRICIÓN ENTERAL de la siguiente manera.

ITEM	DESCRIPCION ACTUAL	OBSERVACION
1	KIT BOTON DE GASTROSTOMIA CON SISTEMA DE FIJACION INTERNA POR BALON EN SILICONA 100% GRADO MEDICO	AMPLIFICAR RANGO A MATERIAL 100% DE SILICONA DE USO MEDICO, BALÓN DE RETENCIÓN QUE GARANTIZA UN SELLO COMPLETO, PUERTO DE ALIMENTACIÓN ENFIT, CON VÁLVULA ANTIREFLUJO
2	TUBO DE GASTROSTOMIA TUBO DE GASTROSTOMIA QUIRURGICA EN SILICONA DESDE 12 HASTA 24 FRENCH	AMPLIFICAR RANGO A MATERIAL 100% DE SILICONA DE USO MEDICO, DISCO DE RETENCIÓN EXTERNO, BALÓN DE RETENCIÓN QUE GARANTIZA UN SELLO COMPLETO, GRADUACIÓN EN EL CUERPO DE LA Sonda, DISPONIBLES DESDE 12 HASTA 24 FRENCH, LIBRE DE DEHP Y CONECTOR ENFIT.

Respuesta Observación

El Hospital Central de la Policía Nacional **ACEPTA** la observación para el grupo N° 2 y se amplían las condiciones técnicas de los insumos en pro de mayor claridad y garantizar insumos de calidad para el uso de los usuarios del subsistema de salud, por lo tanto las condiciones técnicas quedan así:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
GRUPO No. 2. DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACION DE NUTRICION ENTERAL			
1	KIT BOTON DE GASTROSTOMIA	KIT BOTON DE GASTROSTOMIA CON SISTEMA DE FIJACION INTERNA POR BALON EN SILICONA 100% SILICONA 100% GRADO MEDICO PUERTO SEÑALIZADO CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, ANTIREFLUJO PUERTO CON TAPA NUTRICIÓN Y MEDICAMENTOS INDICADOR CALIBRE INDICADOR CALIBRE DEL ESTOMA EXTENSIÓN GRUESA PARA BOLOS (CONECTOR ENFIT) EXTENSIÓN EN "Y" PARA ALIMENTACIÓN CONTINUA (CONECTOR ENFIT) EXTENSIONES REMPLAZABLES BALÓN DE RETENCIÓN DENTRO DE LA PUNTA DEL BOTÓN BALÓN INTERNO DE 5CC PARA NIÑOS Y DE 7 A 10 CC PARA ADULTOS ALTURA ESTOMAL DE 0,8 A 4,5 CM DIÁMETRO DE 12 FR HASTA 24 FR CON JERINGAS LUER SLIP PARA LLENADO DE BALÓN SISTEMA DE ACOUPLE DE EXTENSIÓN- BOTÓN SECURD LOCK (NO PRESION)	UNIDAD
2	TUBO DE GASTROSTOMIA	TUBO DE GASTROSTOMIA QUIRURGICA EN SILICONA no. 12 FR A 24 FR SILICONA 100% GRADO MEDICO EMPAQUE INDIVIDUAL PUERTO FIJO (TODO EL TUBO UNA SOLA PIEZA, 3 PUERTOS SEPARADOS UNO PARA ALIMENTACION, MEDICAMENTOS Y PARA INFLAR EL BALON) CON PUERTO TIPO LUER PARA INSUFLAR BALON PUERTO DE ACCESO DE ALIMENTACION CON CONECTOR ENFIT DISCO DE FIJACION EXTERNA REFORZADO CON ORIFICIO DE VENTILACION PARA MANTENER EL ESTOMA VENTILADO ESCALA DE MEDICION CADA CM Y SEÑALIZACION CADA 2 CM. ESCALA DE MEDICION NO BORRABLE ARO EN SILICONA REFORZADO PARA EVITAR MIGRACION DEL TUBO BALON DE RETENCION EN SILICONA DENTRO DE LA PUNTA DE LA Sonda PARA EVITAR PRESION SOBRE LA PARED	UNIDAD

Segunda Observación

"(...) imagen pegada del PDF

➤ Adicional solicitamos aclarar si se presenta parcial por ítem o completa por grupo

Respuesta Observación

El Hospital Central de la Policía Nacional **ACLARA** al oferente que en la invitación en el numeral 1 en el acápite FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, se indica que es parcial por ítem.

Atentamente,

21 AGO. 2024

Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director del Hospital Central Policía Nacional

Proyectó: Patrullero MIGUEL ANGEL AGUIRRE MORALES
Analista de Contratos HOCEN
Revisado por: PS-16 MARIA TERESA FUELPAZ BOBADILLA
Jefe (E) Grupo de Contratos HOCEN
Revisado por: Mayor GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES
Jefe Area Logística y Financiera HOCEN
Revisado por: Patrullero ANA MARCELA GIMÉZ MANRIQUE
Jefe Grupo Asuntos Jurídicos HOCEN (E)

Carrera 59 No. 26-21 CAN
Teléfonos: (1) 5804401 Ext. 1037
hocen.guest4@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA